

Tabella descrizione tecnica

fornitura di N. 30 DEFIBRILLATORI MANUALI I

Ditta partecipante/offrente
marca prodotto offerto
modello

rif.	caratteristica di minima (obbligatoria)
1	Defibrillatore monitor portatile con ampio schermo di visualizzazione dei dati e con almeno modalità manuale e semiautomatica
2	Certificato per uso adulto, pediatrico
3	Monitoraggio e sincronizzazione ECG (con cavo a 3 elettrodi)
4	Monitoraggio SP02, NIBP
5	Dotato di funzioni di supporto a RCP
6	Completo di stimolazione trans toracica
7	Registrazione del tracciato e degli eventi critici
8	Sistema di controllo automatico dell'energia
9	Erogazione dell'energia con curva bifasica esponenziale tronca o modalità equivalenti o superiori nel massimizzare l'efficacia della scarica/stimolazione rispetto all'energia erogata
10	Base d'appoggio non superiore a 31cm x 26 cm
11	Tutti gli accessori (connettori, cavi, elettrodi, piastre, ...) necessari al corretto funzionamento per uso adulto e pediatrico (per tutti i defibrillatori)
12	Stampante termica integrata
13	Possibilità di usare piastre monouso in particolare per la cardioversione
14	caratteristiche preferenziale: uso neonatale

rif.	Criteri di valutazione
1	<p>Ergonomia e trasportabilità: peso-dimensioni, autonomia funzionale:</p> <p>la verifica avverrà principalmente durante la prova, descrivere durata batteria stand-by, numero di scariche possibili a 100J, tempo di ricarica, tecnologia della batteria, possibilità di sostituzione batteria a caldo o n, ...</p>

	Sistema di erogazione dell'energia e funzioni avanzate:
2	va descritta la tecnologia di erogazione dell'energia e i sistemi di controllo della stessa (verifica impedenza, monitoraggio impedenza, distribuzione dell'energia, controllo degli amper e dei volt, accorgimenti per efficientare la trasmissione dell'energia, ...)
3	Semplicità di utilizzo, interfaccia utente: la verifica avverrà principalmente durante la prova, inserire eventuali descrizione a completamento
4	Monitoraggio dei parametri vitali: descrivere range, acquisizione, sensibilità (errore), tecnologia di trasduzione, gestione, rappresentazione, settaggi allarmi
5	Caratteristica preferenziale (uso neonatale): specificare in che modo può essere usato il defibrillatore con pazienti neonatali
6	numero anni di garanzia ed assistenza full-risk oltre ai 24 mesi richiesti fino ad un massimo di altri 5 anni

E SEMIAUTOMATICI PER USO INTRAOSPEDALIERO - GARA N. 197 BAS/2020

descrizione (va specificato e descritto la rispondenza alla caratteristica, non sono ammesse risposte come "SI" o "PRESENTE" o che non esplicitino in che modo il prodotto è rispondente)

descrizione
