



**U.O.C. Provveditorato Economato
e Gestione della Logistica**

Titolo VIII.1

COMUNICAZIONE

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI N. 7 CENTRIFUGHE DA BANCO-
GARA N. 2020-250-BAS.

Precisazioni.

Con riferimento all'indagine di mercato comparativa con richiesta preventivi (prot. n. 69643 del 17.9.2020) in oggetto si precisa quanto segue:

- è richiesto il posizionamento e la rimozione del rotore senza l'uso di attrezzi
- per le n. 6 centrifughe per il Laboratorio Analisi il numero di posti per provette indicato è da intendersi per ciascun cestello
- per la centrifuga per il PMA il numero di posti per provette indicato è da intendersi per ciascun cestello
- si rettifica quanto riportato nelle caratteristiche tecniche precisando che per le 2 centrifughe refrigerate per il Laboratorio Analisi D1 i Rotori oscillanti devono essere per 4 cestelli universali completi di coperchi a biocontenimento certificati
- il preventivo proposto deve comprendere la fornitura di entrambe le tipologie di centrifughe (n. 6 centrifughe per Laboratorio Analisi e n. 1 centrifuga per PMA).

Il Direttore
U.O.C. Provveditorato, economato e gestione della logistica
(dott.ssa Elisabetta Zambonin)