



U.O.C. Provveditorato Economato
e Gestione della Logistica

VIII.1

**Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI N. 7 CENTRIFUGHE DA BANCO -
GARA N. 2020-250-BAS.**

Questa Azienda ha necessità di acquisire, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, n. 7 Centrifughe da banco di cui n. 6 per l'UOC Laboratorio Analisi dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana (n. 2 per il D1 e n. 4 per il D2) e n. 1 per il Centro PMA dell'Ospedale di rete Santorso.

1. Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)

n. 6 centrifughe per Laboratorio Analisi (n. 2 per il D1 e n. 4 per il D2):

- Centrifuga multispeed ventilata, refrigerata dotata di sistema di controllo digitale a microprocessore, con funzioni di autodiagnosi ed autocontrollo, con apertura del coperchio servoassistita da molla a gas.
- Dispositivo di sicurezza contro l'avviamento della macchina a portello aperto e contro l'apertura del coperchio a macchina funzionante.
- Tastiera a membrana e display per la visualizzazione di tutti i parametri, delle fasi di funzionamento e degli eventuali errori, in tempo reale.
- Per ogni metodica deve essere possibile programmare con facilità il tempo di centrifugazione, la velocità e la temperatura.

Ulteriori caratteristiche richieste:

- Memorizzazione ed accesso rapido ai programmi di utilizzo più frequente.
- Istruzioni in Italiano sulla programmazione, l'esecuzione e i messaggi di allarme e di servizio.
- Pannello comandi utilizzabile anche con i guanti e resistente ai detergenti.
- Controllo della temperatura di refrigerazione da -9°C e + 40°C.
- Programmazione dei cicli da 30" ad almeno 60 minuti.
- Possibilità di selezione tra vari profili di accelerazione e di decelerazione.
- Sistema di rilevamento dello sbilanciamento.
- Possibilità di accedere velocemente alla camera, per la pulizia e la decontaminazione della stessa.
- Posizionamento e rimozione del rotore senza l'uso di attrezzi.
- Motore ad induzione senza spazzole.
- Alimentazione: 230 volts monofase, assorbimento massimo 2 kW.

Oltre alla dotazione di serie, ogni centrifuga dovrà essere completa di:

per il D1 (n.2 centrifughe):

- Rotori oscillanti per 8 cestelli rettangolari completi di coperchi a biocontenimento certificati;
- N. 4 Adattatori da almeno 15 posti per provette tipo Vacutainer da 3 ml e 7 ml;
- N. 4 Adattatori da almeno 11 posti per provette tipo Vacutainer da 9,5 ml;
- N. 4 Adattatori da almeno 3 posti per provette Falcon da 50 ml con fondo conico.

per il D2 (n.4 centrifughe):

- Rotori oscillanti per 4 cestelli rettangolari completi di coperchi a biocontenimento certificati;
- N. 4 Adattatori da almeno 15 posti per provette tipo Vacutainer da 3 e 7 ml;

- N. 4 Adattatori da almeno 11 posti per provette tipo Vacutainer da 9,5 ml;
- N. 4 Adattatori da almeno 3 posti per provette Falcon da 50 ml.

Ingombro approssimativo:

- Altezza (coperchio aperto): 90 cm;
- Altezza (coperchio chiuso): 40 cm;
- Larghezza: 80 cm;
- Profondità: 70 cm.

n. 1 centrifuga per Centro PMA Ospedale di rete Santorso

- Camera del rotore in acciaio inossidabile, per la pulizia e la decontaminazione della stessa.
- Coperchio a tenuta di aerosol.
- Ventilazione ottimizzata per ridurre un eventuale surriscaldamento del motore e quindi dei campioni (ma NON refrigerata).
- Sicurezza nel rilevamento elettronico di eventuale sbilanciamento.
- Dispositivo di sicurezza contro l'avviamento della macchina a portello aperto e contro l'apertura del coperchio a macchina funzionante.
- In caso di mancanza di corrente, sblocco automatico del coperchio.
- Funzionamento a basso livello di rumorosità.
- Altezza ribassata per consentire di togliere e inserire facilmente i campioni dal rotore.
- Accelerazione max: 3000xg.
- Tastiera a sfioramento e display per la visualizzazione di tutti i parametri, delle fasi di funzionamento e degli eventuali errori, in tempo reale.
- Per ogni metodica deve essere possibile programmare con facilità il tempo di centrifugazione, la velocità.
- Possibilità di selezione tra vari profili di accelerazione e di decelerazione.
- Memorizzazione ed accesso rapido ai programmi di utilizzo più frequente.
- Istruzioni in Italiano sulla programmazione, l'esecuzione e i messaggi di allarme e di servizio.
- Pannello comandi utilizzabile anche con i guanti e resistente ai detersivi.
- Posizionamento e rimozione del rotore senza l'uso di attrezzi.
- Motore ad induzione senza spazzole.
- Alimentazione: 230 volts monofase, assorbimento massimo 2 kW.

Oltre alla dotazione di serie, ogni Centrifuga dovrà essere completa di:

- Rotore basculante con n.4 cestelli rotondi.
- N. 4 Adattatori (cestelli) per 16 posti per provette FALCON da centrifugazione: 15 mL fondo conico.
- Funzione di arresto SOFT per una accelerazione e decelerazione gradualmente favorendo la separazione cellulare durante una centrifugazione in gradiente (preparazione campione seminale).
- Funzione "At set RPM" che attiva il timer nel momento in cui si raggiunge la velocità impostata.

Ingombro approssimativo:

- Altezza (coperchio aperto): 53 cm;
- Altezza (coperchio chiuso): 24 cm;
- Larghezza: 40 cm;
- Profondità: 50 cm.

2. Garanzia, manutenzione e assistenza tecnica

La Ditta dovrà indicare il tipo e la durata della garanzia delle attrezzature con decorrenza dalla data dell'avvenuto collaudo favorevole e completamento della formazione a cui dovrà essere aggiunta la specifica garanzia della reperibilità delle parti di ricambio e accessori di ogni componente dell'attrezzatura per almeno un decennio dalla data di installazione anche se richiesti da terzi manutentori per conto dell'Azienda Sanitaria, dichiarando i relativi tempi massimi di fornitura.

La garanzia intesa come garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.), nonché di buon funzionamento ai sensi dell'art. 1512 c.c., deve rispettare le seguenti condizioni di minima senza alcun onere aggiunto per questa Azienda:

- avere durata di **almeno 24 mesi**;
- copertura totale (ovvero con la possibilità di sostituzione con nuovo) di ogni singolo componente del sistema;
- non contenere "formule a scalare", ovvero dipendenti dall'utilizzo.

Durante il periodo di garanzia dovrà essere assicurata la manutenzione e l'assistenza tecnica in modalità **full-risk** secondo quanto dettagliato.

Per manutenzione ed assistenza tecnica **full-risk si intende**: manutenzione preventiva (almeno 2 visite/anno o secondo protocollo del costruttore), evolutiva (per i sistemi HD e SW dovuta ad adeguamenti normativi nazionali e/o regionali, aggiornamento di versione, ecc), correttiva, parti di ricambio incluse e numero di interventi illimitati e controlli qualità secondo i medesimi livelli prestazionali offerti per il contratto post-garanzia.

La ditta aggiudicataria provvederà a proprie spese ad eliminare gli inconvenienti e/o ad introdurre le eventuali funzionalità mancanti rispetto ai vincoli indicati nel presente CSA.

L'assistenza e la manutenzione dovranno essere garantite anche per i moduli opzionali e per le integrazioni specifiche aziendali e per ogni modulo/componente offerto.

La Ditta deve fornire le seguenti informazioni tecnico/logistiche:

- a) organizzazione del servizio di assistenza tecnica con indicazione del centro di assistenza tecnica;
- b) modalità operative e logistiche per garantire i tempi di intervento massimi sotto riportati e/o quelli eventualmente proposti come migliorativi.

La manutenzione ed assistenza tecnica full-risk dovrà rispettare le seguenti **condizioni di minima**:

- a) tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico **bloccante** (cioè macchina non utilizzabile) = 4 ore lavorative dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario;
- b) tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico **non bloccante** (cioè macchina utilizzabile) = 24 ore solari dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario;
- c) tempo massimo di risoluzione garantito dall'inizio dell'intervento per guasto tecnico **bloccante e non bloccante** = 24 ore solari (cioè macchina ferma al max. 24 ore solari dall'inizio dell'intervento), escluso i giorni festivi di calendario;
- d) interventi di manutenzione evolutiva sul software riguardanti adeguamenti a normative regionali e nazionali: dovranno essere realizzati entro 15 gg. Dall'emanazione della normativa e comunque garantiti entro l'entrata in vigore della normativa stessa.

La manutenzione dovrà prevedere **obbligatoriamente**, oltre a quanto sopra indicato, gli aggiornamenti alla documentazione e alla manualistica in merito alle correzioni apportate ed agli interventi effettuati.

3. Importo della fornitura

L'importo complessivo presunto della fornitura è di **€ 50.000,00= IVA esclusa**, comprensivo della garanzia e manutenzione full-risk per 24 mesi.

4. Procedura e criterio di affidamento

Trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 75.000,00=, e pertanto si applica l'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, che prevede l'affidamento diretto.

L'affidamento diretto avverrà mediante invito a presentare offerta sulla piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A alla ditta che risulterà aver presentato il preventivo più vantaggioso per l'Azienda.

In particolare saranno valutati i seguenti aspetti: ergonomia/semplificata d'uso/interfaccia utente, affidabilità/caratteristiche costruttive, sistemi di sicurezza, programmazioni/regolazioni/impostazioni disponibili, ed economicità della proposta economica.

Si invitano gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria **proposta tecnica ed economica**, entro le ore **13.00 del giorno 30/09/2020**, cliccando sulla voce "manifesta interesse" accedendo all'indirizzo <https://www.aulss7.veneto.it/bandi-di-gara>.

La ditta dovrà presentare la propria proposta completa di:

1. scheda tecnica preliminare T1 (in formato pdf);
2. scheda tecnica T2 a) e b)(in formato sia excel che pdf);
3. dichiarazione di conformità ed eventuali altre certificazioni qualità;
4. depliant ed eventuale relazione tecnica descrittiva;
5. descrizione assistenza tecnica e manutenzione;
6. preventivo economico.

Potrà, ad insindacabile discrezione dell'Azienda Sanitaria, essere richiesta l'eventuale prova visione/demo dell'attrezzatura dell'offerta/e ritenuta/e di maggior interesse.

È possibile allegare un solo file pertanto, in caso di più documenti, deve essere prodotto un solo file compresso (file.zip).

5. Trattamento dei dati personali

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel prosieguo GDPR) facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 per le seguenti finalità: - eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto, a connesse specifiche richieste; - adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie; - gestire l'eventuale contenzioso; - gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti delle ditte e dei titolari dei dati. I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento di quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati. Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: istituti di credito; professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra azienda; avvocati e consulenti legali; Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche; Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure). I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR. Le ditte hanno il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai dati personali e di rettificarli se

inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. Hanno altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Potranno esercitare i diritti sopra indicati contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) inviando una e-mail all'indirizzo: urpbassano@aulss7.veneto.it oppure a urpthiene@aulss7.veneto.it; potranno altresì proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con sede legale in Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI). Con deliberazione n. 484 del 28.03.2019 il Titolare ha nominato Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il dott. Marcello Mezzasalma, Dirigente Amministrativo in servizio presso l'U.O.C. Affari Generali.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare l'indagine in oggetto, nonché di non dare seguito al successivo affidamento senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Il Direttore dell'U.O.C.
Provveditorato, Economato e gestione della logistica
(dott.ssa Elisabetta Zambonin)

Allegati:

T1-scheda tecnica preliminare

T2-scheda tecnica a) e b)

Resp. Procedimento: dott.ssa Elisabetta Zambonin
ref. pratica: Antonia Berardelli (tel. 0424-885281)