



U.O.C. Provveditorato Economato  
 e Gestione della Logistica  
 Titolo VIII.1

**Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.  
 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA URGENTE N. 1 VIDEOLARINGOSCOPIO PER INTUBAZIONI  
 DIFFICILI PER L'U.O.S.D. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL NUOVO OSPEDALE DI ASIAGO.  
 GARA 2021-156-BAS**

### Precisazioni

Con riferimento all'indagine di mercato in oggetto, si comunicano le seguenti modifiche:

#### Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)

1	Videolaringoscopio per uso <b>diretto ed</b> indiretto compatibile con lame pluriuso e monouso neonatali, pediatriche e per adulti
2	Sistema portatile, alimentabile sia da presa elettrica sia da batterie ricaricabili agli ioni di litio
3	Ampio monitor <b>separato</b> (indicativamente non inferiore a 7") ad alta risoluzione
4	Deve disporre di una telecamera integrata e di un display ad alta risoluzione per la visualizzazione delle immagini
5	Sterilizzazione delle lame da intubazioni in Steris, Sterrad
6	Stativo semplice porta monitor e cestello porta accessori
7	Uscita video preferibilmente tipo HDMI
8	Dotato di un registratore video integrato
9	Le parti dell'attrezzatura non monouso devono essere tali da permettere le corrette e complete operazioni di pulizia e disinfezione

La dotazione richiesta deve essere completa dei seguenti accessori:

- lama "tradizionale" (tipo Macintosh) di misura 3;
- lama "tradizionale" (tipo Macintosh) di misura 4;
- lama curva per le intubazioni difficili.

Il Direttore dell'U.O.C.  
 Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica  
 (dott.ssa Elisabetta Zambonin)

Resp. Procedimento: dott.ssa Elisabetta Zambonin  
 Referenti per l'oggetto: dott.ssa Veronica Sartor (tel: 0424-88 5292)

