



LEGENDA ARREDI

Dotazione prevista per ciascuna delle due sale parto-travaglio:

- A.** Parete attrezzata composta da mobile pensile porta lampada scialitica e lampada scialitica a parete (RIF. LS);
- B.** mobile a terra di lunghezza indicativamente di 360 cm (moduli da 60 o 90 cm) e profondità indicativamente 60 cm composto da: lavabo lavamani e lavabo lava bambino, completi di miscelatori, fasciatoio integrato completi di spondine riscaldabile e bilancia elettronica, moduli che integrano un carrello servitore in acciaio, più uno o più portarifiuti e cassette multiuso. In corrispondenza del fasciatoio va posta la lampada riscaldante con parte radiante ruotante completa di conteggio per appar e sensore rilevazione temperatura neonato;
- C.** armadietti sotto finestra di profondità indicativamente di 35 cm per uno sviluppo orizzontale di circa 360 cm, con libera composizione di almeno 2 ripiani per modulo (moduli indicativamente da 60 cm).
- D.** n. 2 armadi contenitori di altezza di almeno 210 cm completi di ripiani o cassette ed 1 armadio guardaroba di altezza di almeno 210 cm, da porre in corrispondenza e a riempimento della nicchia;
- E.** spalliera a parete;
- F.** liana a soffitto preferibilmente su binario scorrevole;
- J.** solo per una sala : vasca travaglio -parto in fibra di vetro con volume indicativo 350 -500 litri, preferibilmente con porta e scarico elettrico, completa di maniglie interne inox, seduta ergonomica, sedile estraibile, scala con 2 scalini e corrimano inox, sistema di riscaldamento interno, maceratore con accessori per aspirazione dei corpi estranei in vasca;

Si precisa che la fornitura dovrà essere chiavi in mano comprensiva dei lavori di spostamento ed allacciamento idrico, scarichi e linee elettriche, di disinstallazione delle travi testa letto e di sistemazione e ricertificazione delle prese elettriche (si precisa che sono sufficienti n.4 prese per parete dove sono le travi testaletto), rete dati ed utenze gas medicali e impianti accessori (campanello).

Dotazione prevista per la sala travaglio:

- K.** mobile a terra di lunghezza indicativamente di 300 cm (moduli da 60 o 90 cm) e profondità indicativamente 60 cm composto da: lavabo lavamani e lavabo lava bambino, completi di miscelatori, fasciatoio integrato completi di spondine riscaldabile e bilancia elettronica, un modulo che integra uno o più portarifiuti. In corrispondenza del mobile a terra è richiesto mobile pensile composto da moduli con almeno due ripiani e lampada riscaldante con parte radiante ruotante;
- L.** n. 1 armadio guardaroba di altezza di almeno 210 cm, da porre in corrispondenza e a riempimento della nicchia
- M.** spalliera a parete;
- N.** liana a soffitto preferibilmente su binario scorrevole;
- R.** n. 1 letto completo di materasso per la donna in travaglio con cuscini e superficie lavabile e sanificabile.

Si precisa che la fornitura dovrà essere chiavi in mano comprensiva dei lavori di spostamento ed allacciamento idrico, scarichi e linee elettriche, di disinstallazione della trave testa letto e di sistemazione e ricertificazione delle prese elettriche (si precisa che sono sufficienti n. 4 prese), rete dati ed utenze gas medicali e impianti accessori (campanello).

Dotazione prevista per la sala parto:

- S.** mobile a terra di lunghezza indicativamente di 300cm (moduli da 60) e profondità indicativamente 60 cm con almeno un modulo che integra uno o più portarifiuti e gli altri con almeno due ripiani per anta;
- T.** mobile a terra di lunghezza indicativamente di 300 cm (moduli da 60) e profondità indicativamente 60 cm con almeno due ripiani per anta;
- U.** n. 1 armadio di larghezza indicativa di 120cm di altezza di almeno 210 cm con almeno 5 ripiani;
- V.** lampada scialitica a parete da almeno 60.000 lux doppio braccio snodato, possibilità di regolazione intensità luminosa, fascio luminoso con ampia profondità di campo;
- X.** n. 1 letto da parto.