



PROT. 34773 DEL 05.05.2020

AVVISO INDAGINE DI MERCATO

Oggetto: FORNITURA DI UN SISTEMA PER CHIRURGIA E MICROCHIRURGIA LASER CON TECNOLOGIA CO2 E A DIODO PER L'U.O.C. DI ORL DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BASSANO - GARA N. 2020-137-BAS

Si rende noto che questa Azienda ULSS, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, intende attivare una procedura informale per l'affidamento della fornitura in oggetto, la cui configurazione, a pena di esclusione, dovrà possedere le seguenti caratteristiche obbligatorie:

SISTEMA PER CHIRURGIA E MICROCHIRURGIA LASER CON TECNOLOGIA CO2 E A DIODO idoneo alle procedure di chirurgia ORL aperta ed endoscopica:

- chirurgia laringea
- chirurgia orofaringea e del cavo orale
- chirurgia nasale
- chirurgia dell'orecchio
- chirurgia oncologica e non oncologica open

Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie) del sistema richiesto:

rif.	caratteristica di minima (obbligatoria)
1	laser con tecnologia CO2 con potenza di emissione di almeno 40 W sia con scanner assistito che attraverso manipolo con fibra ottica;
2	modalità di erogazione continua, pulsato, superpulsato e preferibilmente iperpulsato;
3	laser con tecnologia Diodo lunghezza d'onda indicativamente tra i 900 e 980nm, con potenza di emissione di almeno 50 W attraverso manipolo con fibra ottica;
4	display di visualizzazione e controllo dei parametri di funzionamento "touch-screen";
5	set di protocolli operativi pre-impostati e richiamabili dall'utente;
6	interfaccia utente che privilegi la semplicità di regolazione dei parametri delle specialità di cui al punto precedente (es.: tipo di onda, frequenza di esposizione, potenza di emissione, diametro, tempi, distanza di lavoro) e permetta all'operatore eventuali modifiche salvabili per interventi successivi;
7	modalità di erogazione del laser integrata e disponibile sia mediante braccio articolato a specchi con micromanipolatore, sia mediante fibra ottica flessibile, con commutazione tra le modalità effettuabile dall'operatore durante l'utilizzo;
8	utilizzo con fibre ottiche flessibili di diametro pari ad 1mm per il CO2;
9	utilizzo con fibre ottiche flessibili di diametro sub-millimetrico per il DIODO;
10	varie forme di taglio reimpostabili (es.: lineari, curve, circolari) in modo continuo;
11	sistemi di raffreddamento integrati;
12	pedale di comando per azionamento del laser;
13	sistemi di allarme di funzionamento anomalo e di sicurezza integrati;
14	targhetta identificativa e segnalazione delle aperture ai sensi della normativa vigente ed applicabile;
15	dispositivi di arresto di emergenza a comando e di arresto automatico in caso di anomalia (es. malfunzionamento o errato collegamento dei dispositivi annessi);

16	segnalazione di funzionamento e di erogazione acustica e luminosa;
17	aspiratore di fumi;
18	corredato degli accessori per l'interfacciamento e l'utilizzo con i principali microscopi operatori (Leica, Zeiss, ...);
19	interfacciabilità con uno o più dispositivi esterni di sicurezza (es. interblocco) e/o di segnalazione luminosa;
20	dotazione di n. 9 occhiali di protezione, adatti ad essere indossati sopra gli occhiali da vista garantendo leggerezza, vestibilità, robustezza ed adattabilità a varie taglie, con livello di protezione richiesto dalle leggi vigenti a seconda della categoria del laser;
21	interfacciabilità con uno o più dispositivi esterni di sicurezza (es. interblocco) e/o di segnalazione luminosa;

Valore presunto a base d'asta (IVA esclusa) € 100.000,00= comprensivo di garanzia e manutenzione ed assistenza tecnica full-risk 24 mesi.

- ✓ Requisiti di ordine generale: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria manifestazione d'interesse **entro il 25.05.2020, ore 12.00**, accedendo all'indirizzo web <https://www.aulss7.veneto.it/avvisi-e-bandi-servizi-e-forniture> (rif. gara BAS2020-137), dovranno cliccare sulla voce "manifesta interesse" ed allegare il facsimile "Manifestazione di interesse" debitamente compilato e firmato.

È possibile allegare un solo file; pertanto, in caso di più documenti, deve essere prodotto un solo file compresso (file.zip).

Questa Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare l'indagine di cui al presente avviso esplorativo, nonché di non dare seguito alla successiva procedura negoziata, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Si informa che la procedura sarà espletata mediante la piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A. tramite il portale www.ariaspa.it.

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Zambonin, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO
E GESTIONE LOGISTICA
(dott.ssa Elisabetta Zambonin)

IL PRESENTE DOCUMENTO è FIRMATO DIGITALMENTE
SECONDO A NORMATIVA VIGENTE

Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisabetta Zambonin
Referente per l'oggetto: Mirca Fabris (tel. 0424/604625)
Avviso indagine di mercato_gara BAS 2020-137

Spett.le Azienda
ULSS n.7 Pedemontana
Via dei Lotti, 40
36061 Bassano del Grappa
(VI)

Oggetto: **INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA PER CHIRURGIA E MICROCHIRURGIA LASER CON TECNOLOGIA CO2 E A DIODO PER L'U.O.C. DI ORL DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BASSANO - GARA N. 2020-137-BAS**

Il/La sottoscritto/a _____ codice fiscale n.

_____ nato/a il _____ a _____ in qualità di
_____ dell'impresa

con sede legale in _____ Via _____ n. _____
CAP _____

con sede operativa in _____ Via _____ n. _____
CAP _____

Tel. n. _____ Fax n. _____ Indirizzo PEC:

_____ partita IVA n. _____ codice fiscale

- MANIFESTA il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto citata.
- DICHIARA, *consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,*
 1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.80 D.Lgs.50/2016;
 2. di essere qualificato all'interno della Piattaforma SINTEL per l'Azienda Sanitaria ULSS n. 7 Pedemontana.

Si autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad inviare eventuali comunicazioni relative alla procedura in oggetto al seguente indirizzo di posta certificata _____.

data

Timbro e firma

Informativa ai sensi: dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679: i dati personali forniti dalle ditte partecipanti alla gara saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 per le seguenti finalità: - eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto, a connesse specifiche richieste; - adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie; - gestire l'eventuale contenzioso; - gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore