

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2029 DEL 28/10/2022

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 CAPPE A FLUSSO LAMINARE ORIZZONTALE PER L'U.O.C. FARMACIA OSPEDALIERA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANTORSO. GARA 2022-113-TH. CIG ZEA37E6253.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA  
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2199/22

*Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin*

---

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica riferisce quanto segue.

Premesso che risulta inserito nel Piano Investimenti di cui alla delibera n.2395 del 31/12/2021 "Proposta Bilancio economico preventivo anno 2022 e piano triennale degli investimenti 2022–2024" Codice Aziendale Progetto n. 66 l'acquisto di due cappe a flusso laminare orizzontale, in sostituzione di analoghe apparecchiature completamente ammortizzate (N. inv. 779276 e 807034).

Dato atto che con e-mail del 30/03/2022, vistata favorevolmente dalla Direzione Medica del P.O. di Santorso, l'U.O.C. Farmacia ha evidenziato che l'allestimento di preparazioni magistrali sterili è in costante aumento e che le cappe in dotazione versano in una situazione di criticità e pertanto ne ha richiesto l'acquisto come da specifiche tecniche di cui al modulo predisposto in data 30/11/2021, successivamente integrate dall'U.O.S. Ingegneria Clinica in data 06/05/2022 e dall'U.O.C. Farmacia in data 10/05/2022.

Preso atto che l'importo per l'acquisto di tali attrezzature di € 10.000,00=IVA esclusa è previsto nel Piano Investimenti Codice Aziendale Progetto n. 66, ed è coperto mediante utilizzo delle risorse di cui al Budget CRITE 2020 (DDR 14/2020), come da nota della Regione Veneto prot. n. 216324 dell'1/06/2020 (ns. prot. n. 0042384/2020).

Dato atto che la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. dell'11/07/2018 e relativi indirizzi applicativi, e non risulta presente nelle Convenzioni stipulate da CONSIP o dalla Centrale regionale di riferimento.

Dato atto altresì che l'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.20 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 139.000,00.

Preso atto che l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto pertanto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (<http://www.ariaspa.it>), sito internet aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (M.I.M.S.) con prot. n. 43454/22 del 12/05/2022 specifico Avviso di Indagine di Mercato per la fornitura in oggetto, per l'importo a base d'asta pari ad € 10.000,00= IVA esclusa, a seguito del quale, entro il termine fissato del 26/05/2022 ore 10:00, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

DITTE	Modello	Importo complessivo i.e.
Frigomeccanica Andreaus S.r.l. di Ponte S. Nicolò (PD)	Cappa a flusso laminare orizzontale mod.H180 comprensiva di basamento	€ 9.040,00
BioAir S.p.A. di Siziano (PV)	AURA HZ 72T - Cabina a flusso orizzontale per Classe di pulizia ISO3 Larghezza area di lavoro 1.8m cod. LH30500, con SUPPORTO AURA HZ 72T	€ 9.992,00

Verificato che in data 05/10/2022 è pervenuta la relazione del Dott. Victor Mario Conte dell'U.O.C. Farmacia (Allegato 1 al presente atto), quale esperto individuato in data 09/06/2022 dalla Direzione Generale, nella quale dichiara che il prodotto migliore sotto il profilo qualità prezzo è quello offerto dalla ditta Frigomeccanica Andreaus S.r.l. di Ponte S. Nicolò (PD) al prezzo complessivo di € 9.040,00 + IVA 22%.

Preso atto che l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica con prot. n. 87519/22 del 06/10/2022 ha provveduto, pertanto, ad attivare in pari data sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel, la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii, con la ditta Frigomeccanica Andreaus S.r.l. di Ponte S. Nicolò (PD) - P.I. 00998560288 per la fornitura di n. 2 Cappe a flusso laminare orizzontale mod. H180 comprensive di basamento per l'U.O.C. Farmacia per l'importo a base d'asta di € 9.040,00 = IVA esclusa.

Verificato che entro il termine ultimo fissato nella richiesta di offerta (giorno 12/10/2022 ore 09:00) la suddetta ditta ha offerto n. 2 Cappe a flusso laminare orizzontale mod. FA-H180 comprensive di basamento al prezzo di € 9.040,00 +IVA 22% comprensivo di garanzia della durata di 24 mesi.

Preso atto che, con e-mail del 13/10/2022, l'U.O.S. Ingegneria Clinica ha accertato la conformità dell'offerta.

Rilevato, da quanto sopra esposto, che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., all'affidamento diretto alla ditta Frigomeccanica Andreaus S.r.l. di Ponte S. Nicolò (PD) - P.I. 00998560288 per la fornitura di n. 2 Cappe a flusso laminare orizzontale mod. FA-H180 comprensive di basamento, per l'U.O.C. Farmacia, al prezzo complessivo di € 9.040,00 +IVA 22% comprensivo di garanzia della durata di 24 mesi come da offerta protocollo informatico Sintel n. 1665476190315 dell'11/10/2022.

Ritenuto di individuare, come da indicazione della Direzione Generale con e-mail del 09/06/2022, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il P.I. Paolo Zaltron dell'U.O.S. Ingegneria Clinica.

Considerato che ai sensi del Regolamento Aziendale di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16, approvato con deliberazione n. 1821 del 29/10/2021, la fornitura di cui trattasi prevede una quota di incentivazione per le funzioni tecniche pari al 2% dell'importo posto a base di gara, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria come previsto dall'art. 7 del citato Regolamento Aziendale, l'importo complessivo di € 200,00 viene previsto nel quadro economico della gara;

Visto il D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, il Dirigente propone, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, all'affidamento diretto alla ditta Frigomeccanica Andreaus S.r.l. di Ponte S. Nicolò (PD) - P.I. 00998560288 per la fornitura di n. 2 Cappe a flusso laminare orizzontale mod. FA-H180 comprensive di basamento, per l'U.O.C. Farmacia, al prezzo complessivo di € 9.040,00 +IVA 22% comprensivo di garanzia della durata di 24 mesi, come da offerta protocollo informatico Sintel n. 1665476190315 dell'11/10/2022;
- individuare, come da indicazione della Direzione Generale con e-mail del 09/06/2022, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il P.I. Paolo Zaltron dell'U.O.S. Ingegneria Clinica;

## Il DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

## DELIBERA

1. di procedere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, all'affidamento diretto alla ditta Frigomeccanica Andreaus S.r.l. di Ponte S. Nicolò (PD) - P.I 00998560288 per la fornitura di n. 2 Cappe a flusso laminare orizzontale mod. FA-H180 comprensive di basamento, per l'U.O.C. Farmacia, al prezzo complessivo di € 9.040,00 +IVA 22% comprensivo di garanzia della durata di 24 mesi, come da offerta protocollo informatico Sintel n. 1665476190315 dell'11/10/2022 e come da relazione di scelta (Allegato 1 al presente atto);
2. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
  - CIG ZEA37E6253
  - Ditta: Frigomeccanica Andreaus S.r.l. di Ponte S. Nicolò (PD) - P.I 00998560288;
3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 11.228,80= IVA 22% inclusa trova riferimento nel Bilancio Sanitario 2022 come segue:

Anno	Conto	PRG	Descrizione	Impegno IVA compresa
2022	AAA420000	Budget 508	Attrezzature sanitarie scientifiche	€ 11.028,80
2022	BA2884000	Budget 650	Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 200,00

- e che l'importo di € 11.028,80=IVA 22% inclusa per l'acquisto delle attrezzature è compreso nella specifica voce Codice Aziendale Progetto n. 66, coperta mediante utilizzo delle risorse di cui al Budget CRITE 2020 (DDR 14/2020), come da nota della Regione Veneto prot. n. 216324 dell'1/06/2020 (ns. prot. n. 0042384/2020);
- 4 di nominare come da designazione della Direzione Generale con e-mail del 09.06.2022, quale Direttore di Esecuzione del Contratto il P.I. Paolo Zaltron dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, il quale con prot. 90823/22 del 17.10.2022 ha reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo;
  - 5 di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 lett. a) e b) del d.lgs.33/2013 e s.m.i. ed è, altresì, pubblicato, ai sensi dell'art.29 comma 2 del d.lgs. 50/2016, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  - 6 di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



All'Avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto – rif. Ns. prot. n. 43454/22 del 12/05/2022 – hanno presentato offerta le seguenti ditte:

DITTA	MARCA E MODELLO
Ditta BioAir SpA	<b>Produttore:</b> BioAir SpA <b>Modello:</b> AURA HZT72
Ditta FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL	<b>Produttore:</b> ALPINA <b>Modello:</b> FA-H180

Le proposte risultano rispondenti alle caratteristiche di minima richieste.

Prendendo in considerazione i criteri di valutazione si rileva quanto segue:

**Criteri:** - caratteristiche strutturali corpo esterno e camera interna,  
- dimensioni utili del piano di lavoro,

Non si rilevano elementi contraddistinguenti un prodotto rispetto ad un altro.

**Criterio:** caratteristiche del display e del sw di interfaccia

**Ditta: BioAir SpA**

Indicatore bargraph con indicazione della velocità del flusso d'aria.  
Visualizzazione di allarme di basso flusso laminare (zona giallo/rossa del bargraph) e di velocità troppo elevata (zona rossa del bargraph).

**Ditta: FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL**

Pannello di controllo SMART-TOUCH con display da 4,3 pollici con la visualizzazione di tutti i parametri di sistema come ad esempio velocità dei flussi, temperature interna ed esterna, percentuale di saturazione dei filtri, funzionamento lampada UV, ore di funzionamento, attivazione prese elettrica. Presenza di allarmi visivo ed acustico in caso di anomalia dei parametri (es. motoventilatore non funzionante, velocità flussi insufficiente, mancanza rete, filtri esausti, etc).

**Criterio:** rumorosità ed ergonomia complessiva

**Ditta: BioAir SpA**

Rumorosità <59 dB

**Ditta: FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL**

Livello di rumorosità secondo la norma EN ISO 11201 <57 dB

**Criterio:** estensione garanzia

DITTA	MODELLO	GARANZIA
Ditta BioAir SpA	AURA HZT72	24 MESI
Ditta FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL	FA-H180	24 MESI

**Criterio:** economicità della proposta economica

DITTA	MODELLO	Importo Offerta (iva esclusa)
Ditta BioAir SpA	AURA HZT72	€ 9.992,00
Ditta FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL	FA-H180	€ 9.040,00

In base ai criteri di valutazione sopra riportati si ritiene che il prodotto che realizza la migliore scelta è quello offerto dalla ditta Frigomeccanica Andreaus s.r.l. con la cappa a flusso laminare orizzontale mod. FA-H180.

Cordiali saluti.

Santorso, 05/10/2022

Dr. Victor Mario Conte

F.to Dr. Victor Mario Conte