

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1642 DEL 02/09/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 POMPA AD ALTO VUOTO PER LA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE DEL P.O. DI SANTORSO. GARA 2022-163-TH

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 1810/22

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica riferisce quanto segue.

Premesso che con nota prot. n. 35901 del 20/04/2022 il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali e Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica ha richiesto la sostituzione della pompa ad alto vuoto dell'autoclave al plasma 6464SPS/2P/SV inventario n.501052, in uso per la Centrale di sterilizzazione del P.O. di Santorso, guasta e non riparabile come da comunicazione agli atti n. 22000110 del 09/02/2022 della ditta Cisa Production S.r.l. di Lucca, fornitrice dell'autoclave e ditta incaricata della manutenzione;

Preso atto che con nota prot. n. 53273/22 del 13/06/2022 il suddetto Responsabile ha trasmesso il modulo con le specifiche tecniche di richiesta, redatto in collaborazione con il Coordinatore del Gruppo Operatorio/Centrale di Sterilizzazione del P.O. di Santorso, dr. Ermes Carollo, per la fornitura ed installazione della pompa ad alto vuoto cod. WVP250 per autoclave al plasma modello 6464SPS/2P/SV inventario n.501052 ubicata presso la Centrale di sterilizzazione del P.O. di Santorso;

Verificato che su tale richiesta l'U.O.C. Direzione Medica del P.O. di Santorso ha espresso via e-mail in data 15/06/2022 parere favorevole;

Preso atto che l'importo per l'acquisto di tale attrezzatura è compreso nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. 2395 del 31/12/2021 "Proposta Bilancio economico preventivo anno 2022 e piano triennale degli investimenti 2022-2024" e rientra nella specifica voce sacco (Autofinanziamento) n. 142 "Acquisti per rotture/sostituzioni di piccole attrezzature < 40.000 per le sedi ospedaliere e territoriali dei Distretti n. 1 e 2 e piccole attrezzature non programmabili";

Dato atto che la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. dell'11/07/2018 e relativi indirizzi applicativi, e non risulta presente nelle Convenzioni stipulate da CONSIP o dalla Centrale regionale di riferimento;

Dato atto altresì che l'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.20 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 139.000,00;

Preso atto che l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto pertanto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (<http://www.ariaspa.it>), sito internet aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (M.I.M.S.) prot. n. 56477/22 del 22/06/2022 specifico Avviso di Indagine di Mercato per la fornitura in oggetto per l'importo a base d'asta pari ad € 9.500,00= IVA esclusa, a seguito del quale, entro il termine fissato del 27/06/2022 ore 10:00, è pervenuta l'offerta della sola ditta Cisa Production S.r.l. di Lucca che ha proposto la pompa ad alto vuoto cod. WVP250 al prezzo di € 9.450,00 + iva 22%;

Verificato che in data 13/07/2022 è pervenuta la relazione del P.I. Paolo Zaltron dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, quale esperto individuato in data 04/07/2022 dalla Direzione Generale, con cui viene attestata la rispondenza dell'offerta alle condizioni richieste e contenute nell'avviso di indagine di mercato;

Preso atto che l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica con prot. n. 66794/22 del 26/07/2022 ha provveduto, pertanto, ad attivare in pari data sulla piattaforma telematica

ARIA-Sintel, la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii, con la ditta Cisa Production S.r.l. di Lucca (P. IVA 12435741009) per la fornitura di una pompa ad alto vuoto cod. WVP250 per l'autoclave al plasma modello 6464SPS/2P/SV inventario n.501052, ubicata presso la Centrale di sterilizzazione del P.O. di Santorso, per l'importo a base d'asta di € 9.450,00= IVA esclusa;

Verificato che entro il termine ultimo fissato nella richiesta di offerta (giorno 02/08/2022 ore 11:00) la suddetta ditta ha offerto la pompa ad alto vuoto cod. 440447 modello WKP250AM al prezzo di € 9.450,00= IVA esclusa comprensivo di garanzia della durata di 24 mesi;

Preso atto che, con e-mail del 03/08/2022, l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha trasmesso la documentazione presentata dalla ditta Cisa Production S.r.l. di Lucca al Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica il quale, con e-mail del 30/08/2022, preso atto delle precisazioni fornite dalla ditta con e-mail in pari data, ha dichiarato che nulla osta all'assegnazione della pompa cod. 440447 modello WKP250AM;

Rilevato, da quanto sopra esposto, che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., all'affidamento diretto alla ditta Cisa Production S.r.l. di Lucca (P. IVA 12435741009) della fornitura di una pompa ad alto vuoto cod. 440447 modello WKP250AM, per l'autoclave al plasma modello 6464SPS/2P/SV inventario n.501052 ubicata presso la Centrale di sterilizzazione del P.O. di Santorso, per l'importo di € 9.450,00= IVA esclusa comprensivo di garanzia della durata di 24 mesi, come da offerta protocollo informatico Sintel n. 1659364569785 dell'1/8/2022;

Ritenuto di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Sig. Luigi Santi, Assistente Amministrativo dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, come da indicazione del Direttore Generale in data 04/07/2022;

Visto il D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020;

Il Dirigente propone, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, all'affidamento diretto alla ditta Cisa Production S.r.l. di Lucca (P. IVA 12435741009) della fornitura di una pompa ad alto vuoto cod. 440447 modello WKP250AM, per l'autoclave al plasma modello 6464SPS/2P/SV inventario n.501052 ubicata presso la Centrale di sterilizzazione del P.O. di Santorso, per l'importo di € 9.450,00= IVA esclusa comprensivo di garanzia della durata di 24 mesi, come da offerta protocollo informatico Sintel n. 1659364569785 dell'1/8/2022;
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Sig. Luigi Santi, Assistente Amministrativo dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, come da indicazione del Direttore Generale in data 04/07/2022;

II DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di procedere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., all'affidamento diretto alla ditta Cisa Production S.r.l. di Lucca (P. IVA 12435741009) della fornitura di una pompa ad alto vuoto cod. 440447 modello WKP250AM, per l'autoclave al plasma modello 6464SPS/2P/SV inventario n.501052 ubicata presso la Centrale di sterilizzazione del P.O. di Santorso, per l'importo di € 9.450,00= IVA esclusa comprensivo di garanzia della durata di 24 mesi, come da offerta protocollo informatico Sintel n. 1659364569785 dell'1/8/2022;
2. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
 - CIG: Z8437477DA
 - Ditta: Cisa Production S.r.l. di Lucca (P. IVA 12435741009);
3. di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1) pari ad € 11.529,00= IVA 22% inclusa trova riferimento nel Bilancio Sanitario 2022 al conto AAA420000 "Attrezzature sanitarie scientifiche"/Budget 508 - nella voce del Piano Investimenti (autofinanziamento) n. 142 "Acquisti per rotture/sostituzioni di piccole attrezzature < 40.000 per le sedi ospedaliere e territoriali";
4. di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Sig. Luigi Santi, Assistente Amministrativo dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, come da indicazione del Direttore Generale in data 04/07/2022;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 lett. a) e b) del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.