

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 824 DEL 03/05/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, FORNITURA DI N. 1 MICROSCOPIO ROVESCiato CON SISTEMA DI MICROMANIPOLAZIONE PER L'U.O. PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DEL P.O. DI SANTORSO. GARA 2023-255-TH.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 712/24

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Dato atto che:

- con nota prot. n. 0093720/23 del 08.11.2023 il Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica ha trasmesso il modulo con specifiche per l'acquisto di n. 1 microscopio rovesciato con sistema di micromanipolazione per procedure ICSI, IMSI e biopsia, dotato di fotocamera, per l'U.O. Procreazione Medicalmente Assistita del P.O. di Santorso in sostituzione di analoga attrezzatura dismessa e completamente ammortizzata (inv. 780488 e 781540) come da richiesta del Direttore dell'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Santorso;
- su tale richiesta in data 08.11.2023 ha espresso parere favorevole il Direttore dell'U.O.C. Direzione Medica del P.O. di Santorso.

Preso atto che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9 co. 3 del d.l. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, e non risulta presente nelle Convenzioni stipulate da CONSIP o dalla Centrale regionale di riferimento;
- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023, prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 140.000,00.

Dato atto altresì che:

- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto pertanto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA – Sintel (<http://www.ariaspa.it>), sul sito internet aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>) con nota prot. n. 0095181/23 del 13.11.2023, specifico Avviso di Indagine di Mercato per la fornitura di n. 1 microscopio rovesciato con sistema di micromanipolazione per l'U.O. P.M.A. del P.O. di Santorso, per l'importo a base d'asta di € 70.000,00=IVA esclusa, a seguito del quale, entro il termine fissato del 29.11.2023 ore 10:00 è pervenuta la proposta tecnica ed economica della seguente ditta:

Nome Ditta	Modello offerto	Importo offerto (IVA esclusa)
Origio Italia S.r.l. P.IVA. 05559430482	Olympus IX73 Premium	€ 69.998,82

- con email del 22.03.2024 è pervenuta la relazione di scelta redatta dal p.i. Paolo Zaltron dell'UOS Ingegneria Clinica, esperto individuato in data 14.12.2023 dalla Direzione Generale, con la quale, a seguito del periodo di prova visione effettuato ed a seguito di valutazioni tecniche, ha confermato che l'offerta della ditta Origio Italia Srl risulta conforme alle caratteristiche tecniche richieste nell'Avviso e pienamente rispondente alle esigenze aziendali (Allegato 1);
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica con prot. n. 0032499/24 del 05.04.2024 ha provveduto, pertanto, ad attivare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel, la procedura di affidamento diretto, ai sensi ai sensi dell'art. art. 50, comma 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023, con la ditta Origio Italia S.r.l. (P.IVA 05559430482) per la fornitura di n. 1 microscopio rovesciato con sistema di micromanipolazione per procedure ICSI, IMSI e biopsia, dotato di fotocamera per l'U.O. Procreazione Medicalmente Assistita del P.O. di Santorso, per l'importo complessivo di € 69.998,82= IVA esclusa (€ 85.398,56 = IVA 22% inclusa).

Preso atto che entro il termine fissato (ore 10:00 del giorno 16.04.2024) la suddetta ditta ha

presentato offerta per la fornitura di n. 1 microscopio rovesciato con sistema di micromanipolazione come di seguito descritto:

- cod. 6-54-100-07 Integra 3 Thermosafe Olympus
- cod. XNOR-02180-230 IX73-Premium 230V
- cod. 6-47-500-03 Saturn 5 Active Olympus IX3 40x
- cod. cam-ep50 EP-50 HDMI Camera
- cod. 6-60-623 Programmable USB footswitch
- cod. 6-90-025 Microscope – Installation
- cod. N5687400 C-Mount 0.5x for Olympus
- cod. 9-90-001 Integra – Installation
- cod. 6-90-005 Saturn – Add install

per l'importo complessivo di € 69.998,82= IVA 22% esclusa (€ 85.398,56= IVA 22% inclusa);

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 15 c. 7 e 8, nonché di quanto previsto dall'art. 8 dell'All. I.2 e art. 32, c. 2 e 3 dell'All. II.14 del D.lgs 36/2023 (trattandosi di fornitura che coinvolge unità operative diverse da quella che ha effettuato l'affidamento), si rende necessario individuare, come da designazione della Direzione Generale con email del 14.12.2023, quale Direttore di Esecuzione del Contratto il p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, il quale ha reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo (nota prot. n. 0034076/24 del 10.04.2024);
- secondo quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale 1153 del 07/07/2023 con la quale vengono fornite prime indicazioni relativamente all'incentivazione delle funzioni tecniche secondo quanto previsto dall'art 45 del D.lgs. 36/2023, si quantifica provvisoriamente nella misura massima del 1% pari ad € 700,00 l'importo delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, se e in quanto dovute.

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica propone, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023, all'affidamento diretto alla ditta Origio Italia S.r.l. (P.IVA 05559430482) della fornitura di n. 1 microscopio rovesciato con sistema di micromanipolazione per procedure ICSI, IMSI e biopsia, dotato di fotocamera per l'U.O. Procreazione Medicalmente Assistita del P.O. di Santorso, come da offerta ID Sintel 181755324, al prezzo complessivo di € 69.998,82= IVA 22% esclusa (€ 85.398,56 = IVA 22% inclusa);
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica;

II DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Direttore dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023, all'affidamento diretto alla ditta Origio Italia S.r.l. P.IVA 05559430482) della fornitura di n. 1 microscopio rovesciato con sistema di micromanipolazione per procedure ICSI, IMSI e biopsia, dotato di fotocamera per l'U.O. Procreazione Medicalmente Assistita del P.O. di Santorso, come da offerta ID Sintel 181755324 al prezzo complessivo di € 69.998,82=IVA 22% esclusa (€ 85.398,56 =IVA 22% inclusa);
2. di dare atto che secondo quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale 1153 del 07/07/2023 con la quale vengono fornite prime indicazioni relativamente all'incentivazione delle funzioni tecniche secondo quanto previsto dall'art 45 del D.lgs. 36/2023, si quantifica provvisoriamente nella misura massima dell'1% pari ad € 700,00 l'importo delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, se e in quanto dovute;

Anno	Conto	PRG	Descrizione	Impegno IVA compresa
2024	BA2884000	Budget 650	Accantonamento incentivi funzioni tecniche ex art.113 d.lgs. 50/2016, dal 1/07/2023 sostituito da art. 45 d.lgs. 36/2023	€ 700,00

3. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto è pari ad € 85.398,56 = IVA 22% inclusa e trova riferimento nel Bilancio Sanitario 2024 come segue:

Anno	Conto	PRG	Descrizione	Impegno IVA compresa
2024	AAA420000	Budget 508	Attrezzature sanitarie scientifiche	€ 85.398,56

e che l'importo è compreso nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. delibera n. 2253 del 29/12/2023 "Proposta di Bilancio economico preventivo anno 2024 e piano triennale degli investimenti 2024-2026" nella specifica voce ID_2024 n. 32 (Codice Commessa 6/2023/1) e trova copertura nel budget aziendale investimenti 2023 di cui alla nota regionale prot. n. 86316 del 04.01.2022.

4. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica;
5. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
 - CIG: B11983708B
 - Ditta: Origio Italia S.r.l. P.IVA 05559430482 – Viale Shakspeare 47, 00144 Roma;
6. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

RELAZIONE DI SCELTA

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.
Affidamento diretto fornitura di n. 1 Microscopio rovesciato con sistema di micromanipolazione per l'U.O. P.M.A. del P.O. di Santorso. Gara 2023-255-TH

ID SINTEL 176088854

Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)

1	Microscopio rovesciato predisposto per tecniche di osservazione: campo chiaro, scuro, contrasto in fase di interferenziale ed Hoffman
2	Messa a fuoco manuale biassiale con macrometrica e micrometrica
3	Frizione regolabile sul sistema di messa a fuoco. Blocco di sicurezza sul sistema di messa a fuoco che impedisce agli obiettivi di toccare il campione
4	Illuminazione trasmessa con sistema LED con microlenti
5	Base per tubo binoculare con inclinazione di 35° e regolabile per la distanza interpupillare. Oculari 10x con indice di campo 20 mm, preferibilmente 22 mm, con diottrie regolabili. Sistema di ripartizione dell'immagine tra oculari e fotocamera 20-80%
6	Tavolino traslatore manuale con supporti portacampioni, termo-riscaldato con pannello di accesso rapido per controllo temperatura.
7	Condensatore a torretta con inserti per contrasto Hoffaman.
8	Revolver portaobiettivi a 4/6 posizioni.
9	Corredo ottico completo di: <ul style="list-style-type: none"> - Obiettivo planacromatico 4x; - Obiettivo 10x, - Obiettivo 20x; - Obiettivo 40x; Lenti addizionali di ingrandimento da almeno 1.0x/1.5x
10	Sistema di micromanipolazione compatto e stabile, con certificazione IVD e marchio CE. Combinazione di manipolatore grossolano 3D e manipolatore 3D. Meccanismo di ritorno. Presenza di n. 2 iniettori per enjection e holding con leva di comando per il sollevamento del gruppo di caricamento di injection ed holding.
11	Sistema di controllo mediante joystick preferibilmente di tipo appeso.
12	Distanza simmetrica dei microiniettori dal centro del sistema.
13	Microiniettore pneumatico (IVF) intera rotazione 500 um, stantuffo 20 mm, range di spostamento 40 mm, valvola di controllo pressione a singolo touch, gestita da due corse dedicate: fine e macro.
14	Il microscopio dovrà essere predisposto per videocamera digitale e relativo passo "C".
15	Sistema laser a puntatore mobile con impostazione di impulso singolo o multiplo, per applicazioni IVF, munito di obiettivo nel range 20x-40x e gestito da sw dedicato da installare su PC (indicare le specifiche del PC e del monitor e quotare a parte), con pedaliera.
16	Fotocamera digitale dedicata da almeno 3,2MP

Si chiede, inoltre, di quotare separatamente, come opzionale:

17	PC e monitor rif. Punto 15
18	Tavolo antivibrante dedicato

Importo a base d'asta della fornitura:

- € 70.000,00=+ IVA per le attrezzature, comprensivo della garanzia e manutenzione full-risk per 12 mesi;

Aspetti da valutare:

- caratteristiche, ergonomia e stabilità del microscopio;
- precisione e messa a fuoco;
- ergonomia del sistema di micromanipolazione;
- precisione e fluidità della movimentazione e deriva dei microiniettori e micromanipolatori
- caratteristiche e semplicità d'uso del laser
- caratteristiche e semplicità d'uso della fotocamera
- economicità dell'offerta economica

All'Avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto – rif. Ns. prot. n. 97197 del 20.11.2023 – ha presentato offerta la seguente ditta:

DITTA	MARCA E MODELLO	GARANZIA	IMPORTO (IVA esclusa)
Origio Italia S.r.l.	Produttore: Olympus Modello: Ri Integra 3 con invertoscopio Olympus ix73 premium e laser Ri Saturn 5	12 MESI	€ 69.998,82

Quotazione opzionali:

Rif.	Descrizione	Note	IMPORTO (IVA esclusa)
17	PC e monitor rif. Punto 15	Requisiti minimi pc: <ul style="list-style-type: none">• Windows 10• Net framework 4.6.2 or later• Intel Core m3, or Intel Core i5 for RI Witness Imaging component• 4GB RAM	€ 766,30
		Flatscreen monitor 23"	€ 277,60
18	Tavolo antivibrante dedicato		€ 4.466,30
	Add. Install.		€ 260,00

Dall'esame della documentazione tecnica presentata si rileva che il prodotto offerto dalla Ditta Origio Italia S.r.l. risulta rispondente alle caratteristiche di minima richieste.

Nel periodo gennaio 2024 – febbraio 2024, presso i locali dell'UO P.M.A. del P.O. di Santorso, si è proceduto alla prova-visione della configurazione proposta.

Lo specialist di prodotto ha provveduto ad illustrare le caratteristiche, funzionalità e modalità d'uso dei prodotti offerti che sono stati regolarmente testati.

Prendendo in considerazione i criteri di valutazione e completato la prova-visione, è emerso che il prodotto proposto presenta ottime caratteristiche di stabilità e una messa a fuoco precisa. Risulta di facile ed intuitivo utilizzo per una migliore adattabilità alle necessità ergonomiche dell'utilizzatore. Il sistema di micromanipolazione risulta ergonomico, fluido nelle movimentazioni e preciso.

Sia il laser che la fotocamera risultano di facile ed intuitivo utilizzo.

L'importo dell'offerta economica è conforme alla base d'asta prevista.

In base a quanto sopra si comunica, per quanto di competenza, che il prodotto presentato risulta rispondente alle condizioni richieste nell'indagine di mercato ed adeguato alle esigenze dell'U.O. P.M.A. del P.O. di Santorso.

Per quanto riguarda gli opzionali si rimanda alla valutazione del CED riguardo all'opportunità di acquisire PC e monitor. Questi sono necessari per l'installazione del sw di gestione del laser.
Dopo aver consultato gli utilizzatori si ritiene, al momento, di rinviare l'acquisto del tavolo antivibrante.

Cordiali saluti.

Santorso, 22.03.2024

per. ind. Paolo Zaltron

F.to Paolo Zaltron

✓

