

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1212 DEL 28/06/2024

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER STUDI DI URODINAMICA PER LE UU.OO. DI UROLOGIA DEI PP.OO. DI BASSANO E SANTORSO. GARA 2024 – 69 - BAS

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA  
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1008/24

*Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin*

---

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1351/2017 è stato aggiudicato il contratto per la fornitura di Sistemi per studi di urodinamica con la ditta HC ITALIA srl, rinnovato con delibera n. 740/2022 per un importo biennale di € 45.116,19 + IVA, fino all'08.03.2024;
- nell'elenco delle procedure in programmazione da parte dell'Azienda Zero – UOC CRAV, periodicamente aggiornato sul sito della Regione, non risulta in programmazione alcuna procedura di gara per la fornitura in argomento.

Dato atto che:

- l'U.O.C. Farmacia, con email del 27.02.2024, ha confermato la necessità di garantire la fornitura in oggetto, trasmettendo le caratteristiche minime richieste ed i relativi fabbisogni per l'avvio della nuova procedura di gara;
- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023, prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 140.000,00;
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha pertanto provveduto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel e sul sito internet aziendale con prot. Ulss n. 26569/24 del 19.03.2024 (ID Sintel 180860923), specifico avviso di indagine di mercato comparativa con preventivo per l'affidamento della fornitura di sistemi per studi di urodinamica per le UU.OO. di Urologia dei PP.OO. di Bassano e Santorso per l'importo complessivo triennale a base d'asta di € 44.668,80+IVA.

Preso atto che:

- entro il termine del 03.04.2024 ore 13:00, è pervenuta l'offerta della ditta HC Italia Srl di Opera (MI) per l'importo triennale di € 43.533,90 + IVA;
- con e-mail in data 12.04.2024 è stata trasmessa alla dr.ssa Adara Caruso, Responsabile U.O.S. Urologia P.O. Santorso, quale esperto individuato in data 11.04.2024 dalla Direzione Generale, la proposta tecnica ed economica della suddetta ditta per la valutazione tecnico-qualitativa;
- con e-mail in data 17.04.2024 è pervenuta la relazione di scelta redatta dall'esperto sopra citato, in cui si attesta la conformità dell'offerta della ditta HC Italia Srl, per le motivazioni riportate nella relazione allegata (Allegato 1).

Rilevato che l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto, quindi, ad attivare in data 22.04.2024, la procedura telematica di affidamento diretto sulla piattaforma Aria/Sintel, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di sistemi per studi di urodinamica per le UU.OO. di Urologia dei PP.OO. di Bassano e Santorso con la ditta HC Italia Srl (prot. Ulss n. 37333/24 del 22.04.2024, ID Sintel 182611343) per un importo triennale a base d'asta di € 43.533,90 + IVA, con opzione di rinnovo biennale.

Preso atto che entro il termine stabilito del 03.05.2024 - ore 10.00, la sopra citata ditta ha presentato regolare offerta ID 1714639273477 del 02.05.2024 ore 10.41.13 per un importo triennale di € 43.533,90 + IVA, di cui € 26.973,90 + IVA per dispositivi medici ed € 16.560,00 + IVA per canoni di noleggio (€ 8.280,00 + IVA cadauno).

Considerato che con e-mail in data 13.05.2024 la dr.ssa Adara Caruso ha confermato la rispondenza dell'offerta presentata alle specifiche richieste.

Evidenziato che l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha accertato che per i codici dei singoli dispositivi presenti negli elenchi trasmessi dall'Azienda Zero con nota prot. n. 23476/24 dell'08.03.2024, i prezzi offerti risultano allineati o inferiori ai prezzi regionali di riferimento.

Dato atto che:

- l'acquisto in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, e non risulta attiva alcuna iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 15 c. 7 e 8, nonché di quanto previsto dall'art. 8 dell'All. I.2 e art. 32, c. 2 e 3 dell'All. II.14 del D.lgs 36/2023 (trattandosi di fornitura che coinvolge unità operative diverse da quella che ha effettuato l'affidamento), si rende necessario individuare, come da designazione della Direzione Generale con email del 11.04.2024, quale Direttore di Esecuzione del Contratto la dr.ssa Adara Caruso, Responsabile U.O.S. Urologia del P.O. Santorso;
- la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. n.36/2023 risulta positivamente conclusa, tranne che per la regolarità fiscale in quanto l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente non ha ancora provveduto ad evadere la richiesta; tuttavia, è possibile procedere all'aggiudicazione essendo decorso il termine di 30 gg dalla richiesta (18.03.2024), come previsto dall'art. 17 bis della L. n. 241/90 (cd. "silenzio assenso"); il contratto che verrà sottoscritto sarà sottoposto a condizione risolutiva espressa nel caso di esito negativo del suddetto controllo;
- secondo quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale 1153 del 07.07.2023 con la quale vengono fornite prime indicazioni relativamente all'incentivazione delle funzioni tecniche secondo quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs 36/2023, si quantifica provvisoriamente nella misura massima del 1% pari ad € 446,69 l'importo delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche, se e in quanto dovute.

Visto il D.Lgs. n. 36/2023, per quanto sopra il Dirigente propone di:

- affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di due sistemi per studi di urologia per le UU.OO. di Urologia dei PP.OO. di Bassano e Santorso alla ditta HC Italia Srl di Opera (MI) per un importo triennale di € 43.533,90 + IVA, con opzione di rinnovo biennale;
- dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la dr.ssa Adara Caruso, Responsabile U.O.S. Urologia P.O. Santorso, come da indicazione del Direttore Generale in data 11.04.2024.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza

## DELIBERA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di due sistemi per studi di urodinamica per le UU.OO. di Urologia dei PP.OO. di Bassano e Santorso alla ditta HC Italia Srl di Opera (MI) per un importo triennale di € 43.533,90 + IVA, con opzione di rinnovo biennale;
2. di dare atto che la fornitura di cui trattasi avrà durata di 36 mesi a partire dalla data di collaudo delle attrezzature, indicativamente dall'01.06.2024 al 30.05.2027, salva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di dare atto che la verifica sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.lgs. 36/2023 ha dato esito positivo, tranne che per la regolarità fiscale in quanto l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente non ha ancora provveduto ad evadere la richiesta; tuttavia, è possibile procedere all'aggiudicazione essendo decorso il termine di 30 gg dalla richiesta (18.03.2024), come previsto dall'art. 17 bis della L. n. 241/90 (cd. "silenzio assenso"); il contratto che verrà sottoscritto sarà sottoposto a condizione risolutiva espressa nel caso di esito negativo del suddetto controllo;
4. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto pari ad € 53.111,36= IVA 22% trova copertura come segue:

Anno	Conto	PGR	Descrizione	Impegno di spesa (IVA compresa)
2024	BA0220B01	54	Dispositivi medici	€ 6.398,81
	BA2020000	378	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	€ 3.928,40
2025	BA0220B01	54	Dispositivi medici	€ 10.969,39
	BA2020000	378	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	€ 6.734,40
2026	BA0220B01	54	Dispositivi medici	€ 10.969,39
	BA2020000	378	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	€ 6.734,40
2027	BA0220B01	54	Dispositivi medici	€ 4.570,58
	BA2020000	378	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	€ 2.806,00
2024	BA2884000	650	Accantonamento incentivi funzioni tecniche ex art.113 del Dlgs 50/2016, dal 1.07.2023 sostituito da art. 45 del Dlgs 36/2023	€ 446,69

5. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la dr.ssa Adara Caruso, Responsabile U.O.S. Urologia P.O. Santorso;
6. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:

CIG: B1A1638BFE

Ditta: HC Italia Srl di Opera (MI)

C.F./P.I.: 06815670960;

7. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.

## RELAZIONE DI SCELTA

**Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO. Affidamento diretto della fornitura di due sistemi per studi di urodinamica per le UU.OO.CC. di Urologia dei PP.OO. di Bassano e Santorso GARA 2024 – 69 - BAS**

### **1. Caratteristiche di minima (obbligatorie)**

- a) fornitura in noleggio di n. 2 Sistemi per studi di urodinamica e idonea strumentazione modulare per profilometria uretrale e videourodinamica di ultima generazione in modalità wireless;
- b) fornitura di dispositivi e materiale consumabile necessario per un fabbisogno presunto annuo di n. 255 studi urodinamici.

Il kit per lo studio urodinamico deve comprendere i seguenti dispositivi:

- Catetere a 2 lumi per profilo pressorio uretrale e cistomanometria con connettore a Y. CH 8 e CH 6;
- Catetere rettale con palloncino in PVC per rilevamento pressione addominale a 2 lumi. CH10;
- dome monouso sterile per trasduttore di pressione;
- linea per pompa peristaltica.

### **2. Importo dell'affidamento - durata/termine di esecuzione**

Base d'asta complessiva triennale: € 44.668,80= + IVA

### **3. Aspetti oggetto di valutazione**

- apparecchiatura completamente wireless (unità paziente, PC di controllo e cella di carico). Deve trasferire tutti i dati dai moduli paziente (flussimetro, trasduttori di pressione, estrattore, ecc.) all'unità di controllo del sistema attraverso modalità wireless;
- struttura modulare ad elementi separabili;
- pompa peristaltica monouso con precisione di infusione ( $\pm 1$  ml/min);
- modulo per profilometria uretrale con estrattore wireless. Analisi automatica dei profili pressori sia statici sia dinamici e del coefficiente di trasmissione. Elaborazione dei relativi grafici;
- tipologia di analisi e nomogrammi disponibili per lo studio pressione/flusso;
- ampiezza del range di velocità di infusione regolabile per cistomanometria;
- ergonomia, semplicità d'uso ed interfaccia utente;
- economicità della proposta.

### **4. MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE:**

<i>Ditta offerente</i>	<i>Descr.</i>	<i>Importo 36 mesi offerto (Iva esclusa)</i>
HC Italia Srl	Sistema Maestro + Kit catetere a 2 lumi per profilo pressorio uretrale e cistomanometria con connettore a Y, catetere rettale con palloncino in PVC, 2 trasduttori di pressione monouso, linea per pompa peristaltica	43.533,90 €

Con riferimento agli aspetti oggetto di valutazione, viene esaminata la documentazione presentata dalla ditta HC Italia Srl rilevando quanto segue:

Apparecchiatura completamente wireless (unità paziente, PC di controllo e cella di carico). Deve trasferire tutti i dati dai moduli paziente (flussimetro, trasduttori di pressione, estrattore, ecc.) all'unità di controllo del sistema attraverso modalità wireless	<i>Proposta idonea</i>
Struttura modulare ad elementi separabili	<i>Proposta idonea</i>
Pompa peristaltica monouso con precisione di infusione ( $\pm 1$ ml/min)	<i>Proposta idonea</i>
Modulo per profilometria uretrale con estrattore wireless. Analisi automatica dei profili pressori sia statici sia dinamici e del coefficiente di trasmissione. Elaborazione dei relativi grafici	<i>Proposta idonea</i>
Tipologia di analisi e nomogrammi disponibili per lo studio pressione/flusso	<i>Proposta idonea</i>
Ampiezza del range di velocità di infusione regolabile per cistomanometria	<i>Proposta idonea</i>
Ergonomicità, semplicità d'uso ed interfaccia utente	<i>Proposta idonea</i>
Economicità della proposta	<i>Proposta idonea</i>

Dalla valutazione complessiva, l'offerta pervenuta risulta conforme.

Santorso, ..... 17/11/2024

Dr.ssa Adara Caruso  


firma