

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 549 DEL 21/03/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

dott.ssa ELISABETTA ZAMBONIN

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, DELLA FORNITURA DI DEFLUSSORI A CADUTA PER LA SOMMINISTRAZIONE ENDOVENOSA DI FARMACI E SOLUZIONI INFUSIONALI. GARA AULSS7_2024_00392.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 531/25

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- risulta scaduto al 28.02.2025 il contratto per la fornitura di deflussori a caduta, aggiudicato con delibera n. 152/24 del 29.1.2024 per un importo di € 47.788,00+IVA per il periodo di 12 mesi;
- in vista della sopracitata scadenza, con email del 15.11.2024 e successiva del 07.12.2025, l'U.O.C. Farmacia ha trasmesso all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica la richiesta con le specifiche tecniche ed i relativi fabbisogni per l'avvio della nuova procedura;

Dato atto che:

- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023, prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 140.000,00;
- nell'elenco delle procedure in programmazione da parte di Azienda Zero – UOC CRAV, periodicamente aggiornato sul sito della Regione, non risulta in programmazione alcuna procedura di gara per la fornitura in argomento come da email della UOC Farmacia del 20.12.2024;
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha pertanto provveduto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel e sul sito internet aziendale con prot. Ulss n. 0002850/25 del 13.01.2025 (ID Sintel 195276701), specifico avviso di indagine di mercato comparativa con preventivo per l'affidamento della fornitura di deflussori a caduta per la somministrazione endovenosa di farmaci e soluzioni per l'importo biennale complessivo presunto di € 125.520,00 + IVA come segue:

rif	Descrizione tecnica	Q.tà 24 mesi	Importo presunto 24 mesi (IVA esclusa)
1	DEFLUSSORE STANDARD per somministrazione di soluzioni infusionali contenute in flaconi o sacche.	n. 960.000	€ 115.200,00
2.	DEFLUSSORE CON FILTRO 0,2 MICRON IN LINEA per somministrazione di soluzioni infusionali contenute in flaconi o sacche, per farmaci che necessitano di filtrazione	n.1200	€ 5.520,00
3	DEFLUSSORE A DUE VIE A Y per somministrazione di soluzioni infusionali contenute in flaconi o sacche.	n. 40.000	€ 4.800,00

Preso atto che entro il termine del 28.01.2025 ore 10:00 sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle seguenti ditte:

Rif.	Descrizione	Quantità offerte 24 mesi	Ditta	Importo presunto 24 mesi	Prezzo unitario offerto	Importo complessivo offerto 24 mesi
1	DEFLUSSORE STANDARD	n. 960.000	Benefis srl	€ 115.200,00	€ 0,0948	€ 91.008,00

			Nacatur international srl		€ 0,1060	€ 101.760,00
			Elmed srl		€ 0,1189	€ 114.144,00
			Aries srl		€ 0,17	€ 166.080,00 > importo presunto
			Promed srl		€ 0,175	€ 168.000,00 > importo presunto
2	DEFLUSSORE CON FILTRO 0,2 MICRON IN LINEA	n.1.200	Fase srl	€ 5.520,00	€ 0,48	€ 576,00
			Aries srl		€ 3,15	€ 3.780,00
			Elimed srl		€ 4,80	€ 4.560,00
3	DEFLUSSORE A DUE VIE A Y	n. 40.000	Benefis srl	€ 4.800,00	€ 0,098	€ 3.920,00
			Nacatur International srl		€ 0,108	€ 4.320,00
			Fase srl		€ 0,115	€ 4.600,00
			Aries srl		€ 0,189	€ 7.560,00> importo presunto

Dato atto che:

- con email del 04.02.2025 l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha trasmesso alla dott.ssa Paola Sella, Inf. coordinatore delle Cure Primarie di Thiene e alla dott.ssa Sonia Bertacco Inf. coordinatore della UOS Diabetologia del P.O. di Bassano, quali esperti individuati dalla Direzione Generale con e-mail del 04.02.2025, le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte per la valutazione tecnico-qualitativa;
- in data 28.02.2025 è pervenuta la relazione di scelta degli esperti sopra citati con cui, esaminata la documentazione tecnica prodotta dalle ditte, sono state individuate quali migliori le proposte tecniche economiche delle seguenti ditte, per le motivazioni riportate nella relazione allegata (Allegato 1):

Rif.	Descrizione	Ditta	Prezzo unitario offerto	Importo complessivo offerto 24 mesi
1	DEFLUSSORE STANDARD	Nacatur international srl	€ 0,106	€ 101.760,00
2	DEFLUSSORE CON FILTRO 0,2 MICRON IN LINEA	Aries srl	€ 3,15	€ 3.780,00
3	DEFLUSSORE A DUE VIE A Y	Benefis srl	€ 0,098	€ 3.920,00

per un totale complessivo di € 109.460,00 + IVA;

Verificato che non sono presenti prezzi di riferimento negli elenchi trasmessi dall'Azienda Zero-

UOC CRAV - con nota prot. n. 0051331 del 30.01.2025 (nota prot. Ulss n. 008570/25 del 30.01.2025) ad eccezione del prezzo per il dispositivo con rep. n. 1190381 il cui prezzo di riferimento € 0,12 (Iva esclusa) risulta superiore rispetto al prezzo offerto di € 0,098 (Iva esclusa);

Preso atto che:

- con email del 28.02.2025 l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ha provveduto a richiedere alla ditta Nacatur srl una miglioria sul prezzo offerto in sede di avviso indagine di mercato per il riferimento 1;
- con email del 28.02.2025 la ditta Nacatur srl ha comunicato la disponibilità a praticare una miglioria al prezzo unitario offerto da € 0,1060 a € 0,101 con riduzione dell'importo complessivo offerto da € 101.760,00+IVA a € 96.960,00+IVA;

Rilevato che l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ha provveduto, quindi, ad attivare in data 05.03.2025, sulla piattaforma Aria/Sintel rispettivamente con nota prot. Ulss n. 0020524/25 (Id Sintel 197874958), nota prot Ulss n. 20502/25 (Id Sintel 197874460) e nota prot ulss n. 0020511 (Id Sintel 197875238) del 05.03.2024 le procedure telematiche di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di deflussori a caduta per la somministrazione endovenosa di farmaci e soluzioni, alle ditte e per gli importi sopra citati;

Preso atto che entro il termine stabilito del 11.03.2025 - ore 13.00, la sopra citate ditte hanno presentato regolare offerta come segue:

Rif	Descrizione	Nome commerciale dispositivi	Q.tà 24 mesi	CND	Rep.	Codice articolo	Prezzo unitario	Totale offerta 24 mesi (iva esclusa)
1	DEFLUSSORE STANDARD	Linea Infusione	n. 960.000	A03010101	1551000	CDIN0013	€ 0,101	€ 96.960,00
2	DEFLUSSORE CON FILTRO 0,2 MICRON IN LINEA	Bio Drip	n. 1.200	A03010101	1879536	INI018005	€ 3,15	€ 3.780,00
3	DEFLUSSORE A DUE VIE A Y	Infusion Set	n.40.000	A03010101	1190381	11040311B	€ 0,098	€ 3.920,00

Dato atto che:

- l'acquisto in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, e non risulta attiva alcuna iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 15 c. 7 e 8, nonché di quanto previsto dall'art. 8 dell'All. I.2 e art. 32, c. 2 e 3 dell'All. II.14 del D.lgs 36/2023 (trattandosi di fornitura che coinvolge unità operative diverse da quella che ha effettuato l'affidamento), si rende necessario individuare, come da proposta della UOC Farmacia vistata favorevolmente dal Direttore Generale con email del 04.02.2025, la dott.ssa Manuela Grandesso, Dirigente dalla UOC Farmacia, quale Direttore di Esecuzione del Contratto;
- la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. n.36/2023 risulta positivamente conclusa;
- è previsto un risparmio annuo di € 12.161,77 (Iva Inclusa), per un importo complessivo biennale di € 24.326,55 (Iva inclusa) a seguito dell'applicazione dei nuovi prezzi;

- il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è la dott.ssa Elisabetta Berno, Dirigente Amministrativo della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023, per quanto sopra il Dirigente propone di:

- affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di deflussori a caduta per la somministrazione endovenosa di farmaci e soluzioni come segue:

Rif.	Descrizione	Ditta	Quantità 24 mesi	Prezzo unitario offerto	Importo offerto per 24 mesi (iva esclusa)
1	DEFLUSSORE STANDARD	Nacatur International srl	n. 960.000	€ 0,101	€ 96.960,00
2	DEFLUSSORE CON FILTRO 0,2 MICRON IN LINEA	Aries srl	n. 1.200	€ 3,15	€ 3.780,00
3	DEFLUSSORE A DUE VIE A Y	Benefis srl	n. 40.000	€ 0,098	€ 3.920,00

per l'importo complessivo di € 104.660,00 + Iva per il periodo di 24 mesi, con l'eventuale opzione di proroga per 6 mesi;

- dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), la dott.ssa Manuela Grandesso, Dirigente dalla UOC Farmacia come da proposta della UOC Farmacia,

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di deflussori a caduta per la somministrazione endovenosa di farmaci e soluzioni come segue:

Rif.	Descrizione	Ditta	Quantità 24 mesi	Prezzo unitario offerto	Importo offerto per 24 mesi (iva esclusa)
1	DEFLUSSORE STANDARD	Nacatur International srl	n. 960.000	€ 0,101	€ 96.960,00
2	DEFLUSSORE CON FILTRO 0,2 MICRON IN LINEA	Aries srl	n. 1.200	€ 3,15	€ 3.780,00
3	DEFLUSSORE A DUE VIE A Y	Benefis srl	n. 40.000	€ 0,098	€ 3.920,00

per l'importo complessivo di € 104.660,00 + Iva per il periodo di 24 mesi, con l'eventuale opzione di proroga per 6 mesi;

2. di dare atto che la fornitura di cui trattasi avrà durata di 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, salva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto pari ad € 127.685,20 (IVA 22% compresa) trova copertura come segue:

Anno	Conto	PGR	Descrizione	impegno di spesa (IVA compresa)
2025	BA0220B01	54	Dispositivi medici- presidi	€ 52.423,40
2026	BA0220B01	54	Dispositivi medici- presidi	€ 63.842,60
2027	BA0220B01	54	Dispositivi medici- presidi	€ 11.419,20

4. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la dott.ssa Manuela Grandesso, Dirigente dalla UOC Farmacia;
5. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:

CIG: B6074423C3

Ditta: Nacatur International srl – Via Piave 12, Castelvechio di Monte Porzio (PU)

C.F./P.IVA 01313240424

CIG: B5FC0AF34B

Ditta: Aries Srl – Via XXV Luglio 43, Mirandola (MO)

C.F./P.IVA: 02284760366

CIG: B610E92B7C

Ditta: Benefis srl – Via Gualco 14, Genova (GE)

C.F./P.IVA 02790240101

6. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.

Relazione di scelta

Oggetto: **INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.**

Affidamento diretto ai sensi dell'art 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, della fornitura di dispositivi per la somministrazione endovenosa di farmaci e soluzioni infusionali.

Gara:AULSS7_2024_00392

ID SINTEL: 195276701

In riferimento all'indagine di mercato in oggetto (n. prot. 002850/25 del 13/01/2025), hanno presentato le proposte tecnico-economiche le seguenti Ditte:

Rif.	Descrizione	Quantità offerte 24 mesi	Ditta	Prezzo unitario offerto	Importo Indagine di mercato per 24 mesi	Importo offerto per 24 mesi
1	<u>DEFLUSSORE STANDARD</u> Destinazione d'uso: somministrazione di soluzioni infusionali contenute in flaconi o sacche. Caratteristiche tecniche essenziali: - DEHP free. L'assenza di ftalati deve intendersi estesa a tutta la linea del deflussore, camera di gocciolamento compresa - Latex free. Tutte le componenti del dispositivo devono essere costituite da materiale privo di lattice - Sterile, monouso - PERFORATORE: dispositivo di deflusso dei liquidi idoneo a perforare il tappo dei flaconi in vetro o in materiale plastico, privo di asperità per non provocare il distacco di frammenti dal tappo durante la perforazione. Lo stesso deve, inoltre, risultare rigido ed indeformabile nell'uso cui è destinato e dotato di cappuccio di protezione - CAMERA DI GOCCIOLAMENTO: trasparente, in materiale plastico non rigido idoneo per la somministrazione di farmaci. Detta camera è provvista di un dispositivo di entrata dell'aria provvista di un tappo fisso facile da aprire e richiudere (PRESA D'ARIA), fornito di filtro antibatterico a porosità non superiore a 0,45 micron. La camera di gocciolamento deve inoltre essere dotata di filtro da 15 micron per la soluzione infusionale - TUBO DI DEFLUSSO: trasparente, in materiale plastico, di lunghezza non inferiore a 150 cm, flessibile, resistente alla trazione, anti-ingincchiamento ed anti-schiacciamento - REGOLATORE DI FLUSSO: Dispositivo del tipo a "Roller" (rotella di regolazione) posto lungo il tubo di deflusso per regolare la velocità di somministrazione senza danneggiare il tubo - RACCORDO PER EVENTUALI AGGIUNTE: collega il tubo di deflusso con il raccordo terminale e consente la penetrazione di aghi delle diverse misure, in poliisoprene/isoprene autosigillante o materiali equivalenti - RACCORDO TERMINALE: raccordo di tipo luer-lock "maschio", idoneo al collegamento con aghi a farfalla o aghi cannula, dotato di tappo protettivo.	n.960.000	Benefis	€ 0,0948	€ 115.200,00	€ 91.008,00
			Nacatur srl	€ 0,106		€ 101.760,00
			Elmed srl	€ 0,1189		€ 114.144,00
			Aries srl	€ 0,17		€ 166.080,00 > importo indagine
			Promed srl	€ 0,175		€ 168.000,00 > importo indagine
2	<u>DEFLUSSORE CON FILTRO 0,2 MICRON IN LINEA</u> Destinazione d'uso: somministrazione di soluzioni infusionali contenute in flaconi o sacche, per farmaci che necessitano di filtrazione Caratteristiche tecniche essenziali: - DEHP free. L'assenza di ftalati deve intendersi estesa	n.1200	Fase srl	€ 0,48		€ 576,00

	a tutta la linea del deflussore, camera di gocciolamento compresa - Latex free. Tutte le componenti del dispositivo devono essere costituite da materiale privo di lattice - Sterile, monouso - PERFORATORE: Un dispositivo di deflusso dei liquidi idoneo a perforare il tappo dei flaconi in vetro o in materiale plastico, privo di asperità per non provocare il distacco di frammenti dal tappo durante la perforazione. Lo stesso deve, inoltre, risultare rigido ed indeformabile nell'uso cui è destinato e dotato di cappuccio di protezione - CAMERA DI GOCCIOLAMENTO: trasparente, in materiale plastico non rigido idoneo per la somministrazione di farmaci. Detta camera è provvista di un dispositivo di entrata dell'aria provvista di un tappo fisso facile da aprire e richiudere (PRESA D'ARIA), fornito di filtro antibatterico a porosità non superiore a 0,45 micron. La camera di gocciolamento deve inoltre essere dotata di filtro da 15 micron per la soluzione infusionale - TUBO DI DEFLUSSO: trasparente, in materiale plastico, di lunghezza non inferiore a 150 cm, flessibile, resistente alla trazione, anti-ingincchiamento ed anti-schiacciamento - MICROREGOLATORE DI PRECISIONE: Dispositivo per regolare la velocità di somministrazione attraverso una doppia scala di precisione, graduata da 5 a 250 ml/h - FILTRO DA 0,2 MICRON: filtro piatto da 0,2 µm per ritenzione di batteri e particelle, unidirezionale in linea con il tubo di deflusso - RACCORDO PER EVENTUALI AGGIUNTE: collega il tubo di deflusso con il raccordo terminale e consente la penetrazione di aghi delle diverse misure, in poliisoprene/isoprene autosigillante o materiali equivalenti - RACCORDO TERMINALE: raccordo di tipo luer lock "maschio", idoneo al collegamento con aghi a farfalla o aghi cannula, dotato di tappo protettivo		Aries srl	€ 3,15		€ 3.780,00
			Elimed srl	€ 3,80	€ 5.520,00	€ 4.560,00
3	<u>DEFLUSSORE A DUE VIE A Y</u> Destinazione d'uso: somministrazione di soluzioni infusionali contenute in flaconi o sacche. Caratteristiche tecniche essenziali: - DEHP free. L'assenza di ftalati deve intendersi estesa a tutta la linea del deflussore, camera di gocciolamento compresa - Latex free. Tutte le componenti del dispositivo devono essere costituite da materiale privo di lattice - Sterile, monouso - PERFORATORE: Un dispositivo di deflusso dei liquidi idoneo a perforare il tappo dei flaconi in vetro o in materiale plastico, privo di asperità per non provocare il distacco di frammenti dal tappo durante la perforazione. Lo stesso deve, inoltre, risultare rigido ed indeformabile nell'uso cui è destinato e dotato di cappuccio di protezione - CAMERA DI GOCCIOLAMENTO: trasparente, in materiale plastico non rigido di materiale idoneo per la somministrazione di farmaci. Detta camera è provvista di un dispositivo di entrata dell'aria provvista di un tappo fisso facile da aprire e richiudere (PRESA D'ARIA), fornito di filtro antibatterico a porosità non superiore a 0,45 micron. La camera di gocciolamento deve inoltre essere dotata di filtro da 15 micron per la soluzione infusionale - TUBO DI DEFLUSSO: trasparente, in materiale plastico, di lunghezza non inferiore a 150 cm, flessibile,	n.40.000	Benefis srl	€ 0,098		€ 3.920,00
			Nacatur	€ 0,108	€ 4.800,00	€ 4.320,00
			Fase srl	€ 0,115		€ 4.600,00
			Aries srl	€ 0,189		€ 7.560,00> importo indagine

	resistente alla trazione, antiingocchiamento ed anti-schiacciamento - REGOLATORE DI FLUSSO: Dispositivo del tipo a ""Roller"" (rotella di regolazione) posto lungo il tubo di deflusso per regolare la velocità di somministrazione senza danneggiare il tubo - PUNTO DI INIEZIONE A Y: Punto di iniezione a Y nel tubo di deflusso da utilizzare per la somministrazione di boli addizionali di farmaco. Tale manicotto dovrebbe essere posto a distanza non troppo proximale al cono di innesto ago affinché i medicinali aggiunti siano diluiti prima di arrivare in vena RACCORDO TERMINALE: raccordo di tipo luer lock "maschio", idoneo al collegamento con aghi a farfalla o aghi cannula, dotato di tappo protettivo				
--	---	--	--	--	--

La proposta di scelta viene elaborata sulla base dei seguenti criteri previsti dall'avviso indagine di mercato:

1. Caratteristiche tecniche essenziali

2. Funzionalità

- a- Facilità d'uso
- b- precisione
- c- maneggevolezza
- d- ingombro

3. Sicurezza

4. Durata ed efficacia

5. Confezionamento

- a- facilità apertura degli imballi
- b- facilità nel conteggio delle quantità sulla base del confezionamento proposto (costituisce elemento di valutazione preferenziale il raggruppamento sei singoli prodotti in confezioni da 100 pezzi)

6. Chiarezza delle informazioni presenti:

7. Elementi economici.

Le offerte tecnico /economiche con importo superiore a quello indicato in sede di avviso non vengono valutate.

A seguito della visione della campionatura inviata dalle Ditte partecipanti emerge quanto segue:

Dall'analisi dettagliata delle specifiche e delle caratteristiche tecniche richieste e a seguito delle prove tecniche e pratiche eseguite sulle campionature, si rileva che tutte le offerte con il prezzo più basso soddisfano le caratteristiche qualitative richieste secondo i criteri valutativi sopraindicati, ad eccezione della ditta Benefis srl, per il riferimento 1, che propone un deflussore che presenta un tubo di deflusso non performante con riferimento alle caratteristiche dell'antiingocchiamento e un regolatore di flusso non in grado di tenere la velocità impostata e la ditta Fase srl, per il riferimento 2, perché il prodotto offerto è mancante del filtro 0,2 micron come richiesto tra le caratteristiche di minima in sede di avviso indagine di mercato.

Per quanto sopra relazionato, si propone pertanto di assegnare la fornitura come di seguito:

Rif.	Ditta	Importo presunto	Offerta
1	Nacatur srl	€ 115.200,00	€ 101.760,00
2	Aries srl	€ 5.520,00	€ 3.780,00
3	Benefis srl	€ 4.800,00	€ 3.920,00

DATA 26/02/2025

F.to Paola Sella Coordinatrice_____

F.to Sonia Bertacco Coordinatrice_____

