

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1628 DEL 05/09/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, FORNITURA DI UN SISTEMA MOTORIZZATO ELETTRICO PER CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER IL P.O. DI SANTORSO. GARA AULSS7_2025_00215.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1489/25

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 0042953/25 del 09.05.2025 il Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica ha trasmesso il modulo di richiesta, redatto in collaborazione con il dr. Michele Garofolin, Responsabile dell'U.O.S.D. Chirurgia Maxillo Facciale del P.O. di Bassano del Grappa, per l'acquisto di n. 1 sistema motorizzato elettrico con relativo materiale di consumo per l'implementazione dell'attività di chirurgia maxillo facciale presso il P.O. di Santorso, in sostituzione di analoga attrezzatura obsoleta e completamente ammortizzata (inventario n. 780513);
- come comunicato via e-mail in data 03.06.2025 dal dr. Michele Garofolin, la nuova attività chirurgica presso il P.O. di Santorso avrà inizio indicativamente da settembre 2025 ed è stato stimato un fabbisogno annuo di n. 30 di frese chirurgiche monouso;
- su tale richiesta con nota prot. n. 0043646/25 del 12.05.2025 ha espresso parere favorevole l'U.O.C. Direzione Medica del P.O. di Bassano;
- dato atto che l'importo per l'acquisto di tale attrezzatura è compreso nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. 2458 del 31/12/2024 "Approvazione bilancio economico preventivo anno 2025" nella voce ID_2025 n. 134 (Codice Commessa 6/2025/1) ed è coperto dal Budget aziendale investimenti 2025.

Preso atto che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. dell'11.07.2018 e relativi indirizzi applicativi e non risulta presente nelle Convenzioni stipulate da CONSIP o dalla Centrale regionale di riferimento di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 140.000,00.

Dato atto che:

- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto pertanto a pubblicare, con nota prot. n. 0054759/25 del 12.06.2025, sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (<http://www.ariaspa.it>) e sul sito internet aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>), specifico Avviso di Indagine di Mercato comparativa per la fornitura di sistema motorizzato elettrico per chirurgia maxillo facciale con fornitura di relativo materiale di consumo per l'importo complessivo a base d'asta di € 48.500,00=IVA esclusa di cui € 35.000,00= IVA esclusa per l'acquisto dell'attrezzatura ed € 13.500,00= IVA esclusa per il materiale di consumo per il periodo di n. 36 mesi (n. 90 frese), a seguito del quale, entro il termine del 26.06.2025 ore 12:00, sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle ditte Croma Gio.Batta S.r.l. di Padova e Stryker Italia Srl S.U di Roma;
- con e-mail in data 01.07.2025 sono state trasmesse al dr. Michele Garofolin, Responsabile dell'U.O.S.D. Maxillo Facciale del P.O. di Bassano del Grappa ed al sig. Paolo Zaltron Tec. Prev. Amb. dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, quali esperti individuati in data 30.06.2025 dalla Direzione Generale, le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte per la valutazione tecnico-qualitativa;
- è pervenuta la relazione di scelta del 18.07.2025 redatta dagli esperti sopra citati (Allegato 1), con cui viene individuata quale migliore offerta quella della ditta Stryker Italia S.r.l. che ha presentato

offerta all'interno della base d'asta per l'importo complessivo di € 36.370,00=IVA esclusa di cui € 30.970,00 + IVA 22% (€ 37.783,40 =IVA 22% inclusa) per l'attrezzatura e di € 5.400,00 + IVA 22% (€ 6.588,00 =IVA 22% inclusa) per la fornitura triennale di n. 90 frese;

- l'U.O.C. Provveditorato Econmato e Gestione della Logistica con prot. n. 0069338/25 del 22.07.2025 ha provveduto, pertanto, ad attivare nella medesima data sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (ID Sintel n. 205240538) l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, con la ditta STRYKER ITALIA S.R.L. di Roma (P. 06032681006) per la fornitura in oggetto per l'importo complessivo a base d'asta di € 36.370,00=IVA esclusa.

Preso atto che entro il termine ultimo fissato nella richiesta di offerta (giorno 29.07.2025 ore 09:00), la suddetta ditta ha offerto presentato regolare offerta come da ID offerta Sintel n. 1753718526901.

Considerato che con e-mail in data 31.07.2025 l'U.O.S. Ingegneria Clinica ha confermato la rispondenza dell'offerta presentata alle specifiche richieste.

Dato atto che:

- come da proposta dell'ing. Ettore Masucci, Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, vistata favorevolmente dal Direttore Generale con e-mail in data 30.06.2025, si propone quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Tec. Prev. Amb. Paolo Zaltron dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, il quale ha reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo (nota prot. n. 0072538/25 del 31.07.2025).
- Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare.

Accertato che la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023 risulta positivamente conclusa.

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Econmato e Gestione della Logistica propone, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto alla ditta STRYKER ITALIA S.R.L. di Roma (P. 06032681006) della fornitura di n. 1 sistema motorizzato elettrico per chirurgia maxillo facciale modello CORE 2.0, TPX per l'importo complessivo di € 36.370,00=IVA esclusa di cui € 30.970,00=IVA 22% esclusa (€ 37.783,40=IVA 22% compresa) per l'attrezzatura e di € 5.400,00 + IVA 22% (€ 6.588,00=IVA 22% compresa) per la fornitura triennale di n. 90 frese;
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Tec. Prev. Amb. Sig. Paolo Zaltron dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;
- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Dr.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Direttore dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-

Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di procedere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto alla STRYKER ITALIA S.R.L. di Roma (P. 06032681006) della fornitura di n. 1 sistema motorizzato elettrico per chirurgia maxillo facciale modello CORE 2.0, TPX e del relativo materiale di consumo per la durata di anni tre, eventualmente prorogabile per 12 mesi, per l'importo complessivo di € 36.370,00=IVA 22% esclusa (€ 44.317,40=IVA 22% compresa), per il P.O. di Santorso, come da offerta ID Sintel 1753718526901, come sotto riportato:

Attrezzatura CORE 2.0, TPX composta da:

n. 4 TPX MICRO DRILL EUROPEAN KIT cod. 7400015000E

n. 4 MICRO DRILL MEDIUM STRAIGHT ATTACHMENT cod. 5100015250

n. 4 TPX CORD EUROPEAN KIT cod. 7400004000E

n. 1 CORE 2 CONSOLE cod., 5400052000

n. 1 NSE FOOTSWITCH cod. 5400007000

per l'importo di € 30.970,00=IVA esclusa (€ 37.783,40=IVA 22% compresa) comprensivo di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;

Materiale di consumo per 36 mesi:

n. 90 frese tra le tipologie sotto indicate:

RASPE ELICOD. ACC. Cod. 1608-002-103/5

FRESE CARBURO cod. 0277-010-XXX

FRESE CARB./ACC cod. 1607-002-XXX

FRESE E PUNTE IN ACCIAIO VARIE MIS. Cod. 16080020/1XX

per l'importo di € 5.400,00 + IVA 22% (€ 6.588,00=IVA 22% compresa)

2. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto è pari ad € 44.317,40 = IVA 22% inclusa e trova riferimento nel Bilancio Sanitario 2025-2028, come segue:

Anno	Conto	PRG	Descrizione	Impegno IVA compresa
2025	AAA420000	Budget 508	Attrezzature sanitarie scientifiche	€ 37.783,40
2025	BA0220B01	Budget 54	Dispositivi medici – presidi	€ 732,00
2026	BA0220B01	Budget 54	Dispositivi medici – presidi	€ 2.196,00
2027	BA0220B01	Budget 54	Dispositivi medici – presidi	€ 2.196,00
2028	BA0220B01	Budget 54	Dispositivi medici – presidi	€ 1.464,00

e che l'importo di € 37.783,40=IVA inclusa per l'acquisto dell'attrezzatura è compreso nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. 2458 del 31/12/2024 "Approvazione bilancio economico preventivo anno 2025" nella voce ID_2025 n. 134 Codice Commessa 6/2025/1) ed è coperto dal Budget aziendale investimenti 2025;

3. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Sig. Paolo Zaltron, Tec. Prev. Amb. dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;
4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Dr.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare;
5. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
 - CIG: B7E1C680F9
 - Ditta: STRYKER ITALIA S.R.L. di Roma (P. 06032681006) Viale Alexandre

Gustave Eiffel 13\15 - 00148 Roma (RM);

- 6 di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
- 7 di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

RELAZIONE DI SCELTA

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.

Fornitura di un Sistema motorizzato elettrico per chirurgia maxillo facciale con relativo materiale di consumo per l'U.O.S.D. Chirurgia Maxillo Facciale del P.O. di Santorso.

Gara AULSS7_2025_00215.

ID SINTEL 202759810

Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)

1	Centralina dotata di 3 porte per manipoli, 2 porte per pedaliera e 1 porta per cassetta di irrigazione
2	n. 4 Manipolo rotante Micro Drill con velocità di rotazione massima pari ad almeno 50.000 rpm, gestito da pedaliera oppure con comando manuale, compatibile con sw di percezione densità ossea. Protezione da infiltrazioni almeno IPX9.
3	Peso contenuto del microdrill.
4	Pedale connesso alla centralina, con protezione da infiltrazione (almeno IPX8), con le seguenti caratteristiche: - attivazione del senso da orario ad antiorario e viceversa - cambio motore attivo - controllo e regolazione della velocità fino a quella impostata sulla console - attivazione e/o disattivazione dell'irrigazione.
5	n. 4 Terminale Retto Medio
6	n. 4 Cavo di collegamento del manipolo alla centralina, dotato di rivestimento anti attrito sulla teleria e miglioramento del feedback tattile ed autoclavabile in ciclo standard.

Caratteristiche tecniche di massima (facoltative)

1	Predisposizione per implementazioni future con micromotori ad alta velocità e seghe oscillante, reciprocante e sagittale.
---	---

Materiale di consumo (frese) previsto per l'esecuzione di n. 30 procedure/anno.

Importo a base d'asta della fornitura:

L'importo complessivo a base d'asta della fornitura è così suddiviso:

- € 35.000,00= IVA esclusa: importo attrezzatura, comprensivo della garanzia e manutenzione full-risk per 24 mesi;
- € 13.500,00= IVA esclusa: importo materiale di consumo per il periodo di n. 36 mesi (n. 90 frese).

Il contratto di fornitura del materiale di consumo avrà durata 36 mesi, eventualmente prorogabile per 12 mesi.

Aspetti da valutare:

- prestazioni della centralina e dei manipoli con riferimento all'efficacia del taglio e della perforazione
- ergonomia e facilità d'uso
- compatibilità con manipoli ed accessori già presenti in gruppo operatorio
- gamma e tipologia di lame e frese disponibili
- economicità della proposta.

All'Avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto – rif. Ns. prot. n. 54759/25 del 12.06.2025 – hanno presentato offerta le seguenti ditte:

DITTA	MARCA E MODELLO	GARANZIA	IMPORTO (IVA esclusa)
Croma Gio.Batta srl	Produttore: Aesculap GmbH Modello: Elan 4	24 MESI	42.668,16€
Stryker Italia Srl S.U.	Produttore: Stryker® Instruments Modello: CORE 2.0, TPX	24 MESI	30.970,00 €

Dall'analisi della documentazione tecnica fornita, entrambe le ditte hanno presentato soluzioni conformi ai requisiti tecnici minimi e massimi richiesti. I sistemi proposti risultano pertanto idonei a soddisfare le esigenze dell'Azienda.

L'offerta della ditta Croma Gio.Batta Srl risulta economicamente superiore alla base d'asta e pertanto non potrà essere presa in considerazione.

Per quanto riguarda il materiale di consumo monouso (frese), sulla base di un fabbisogno stimato pari a 90 frese nel triennio, si evidenziano i seguenti dati:

DITTA	FABBISOGNO FRESE STIMATO (3 anni)	PREZZO UNITARIO	TOTALE (IVA esclusa)
Stryker Italia Srl S.U.	90	60,00 € (fisso)	5.400,00 €

L'offerta della ditta Stryker Italia Srl S.U. rientra nei limiti economici fissati dalla base d'asta, sia per il sistema motorizzato che per il materiale di consumo. Inoltre, risponde pienamente ai requisiti tecnici minimi e facoltativi richiesti, dimostrandosi idonea a soddisfare le necessità operative dell'U.O.S.D. di Chirurgia Maxillo-Facciale.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone l'aggiudicazione alla ditta Stryker Italia Srl S.U., per la fornitura del sistema motorizzato modello CORE 2.0, TPX e relativo materiale di consumo.

Cordiali saluti

Bassano, 18.07.2025

dott. Michele Garofolin

per. ind. Paolo Zaltron