

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2085 DEL 14/11/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f.

dott. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI N. 2 RETINOGRAFI NON MIDRIATICI AD ELEVATA RISOLUZIONE PER LA CASA DELLA SALUTE DI SCHIO ED IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI THIENE DELL'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA. GARA AULSS7_2025_00327.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 2050/25

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Fabiola Grazian

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 0090436/25 del 26.09.2025 il Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica ha trasmesso il modulo di richiesta, redatto in collaborazione con la Dott.ssa Marina Miola, Responsabile U.O.S.D.T Diabetologia, per l'acquisto di n. 2 retinografi non midriatici ad elevata risoluzione per la Casa della Salute di Schio e per il Centro Polifunzionale di Thiene dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana in sostituzione di analoghe attrezzature fuori uso, non più riparabili (inv. CES-795751, CES-795758);
- su tale richiesta con nota prot. n. 0092877/25 del 03.10.2025 ha espresso parere favorevole il Dr. Francesco Calcaterra, Direttore del Distretto n. 2.

Preso atto che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. dell'11.07.2018 e relativi indirizzi applicativi e non risulta presente nelle Convenzioni stipulate da CONSIP o dalla Centrale regionale di riferimento di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 140.000,00.

Dato atto che:

- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto pertanto a pubblicare, con nota prot. n. 0091677/25 del 01.10.2025, sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (<http://www.ariaspa.it>) e sul sito internet aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>), specifico Avviso di Indagine di Mercato comparativa per la fornitura di n. 2 retinografi non midriatici ad elevata risoluzione, per l'importo di € 31.000,00= IVA esclusa a seguito del quale, entro il termine del 09.10.2025 ore 12:00, sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle seguenti ditte:

Nome Ditta	Marca e Modello	Importo complessivo offerto IVA esclusa
Amadir Srl	Canon CR-2 AF Fundus Camera	€ 26.000,00
Alfa Instruments	Centervue DRS Plus	€ 43.626,00
T.M.T. Triveneta Medical Technology	TOPCON NW500	€ 31.000,00

- con e-mail in data 13.10.2025 sono state trasmesse alla Dr.ssa Marina Miola, Responsabile U.O.S.D.T. Diabetologia ed al Tec. Prev. Amb Paolo Zaltron dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, quali esperti individuati in data 09.10.2025 dalla Direzione Generale, le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte per la valutazione tecnico-qualitativa;
- è pervenuta la relazione di scelta del 17.10.2025 redatta dagli esperti sopra citati (allegato 1), con cui viene individuata quale migliore offerta quella formulata dalla ditta T.M.T. Triveneta Medical Technology di Padova in quanto l'apparecchiatura risulta essere pienamente conforme alle caratteristiche tecniche di minima e di massima richieste e idonea a soddisfare le necessità operative degli ambulatori di retinografia;

- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica con prot. n. 0101326/25 del 28.10.2025 ha provveduto, pertanto, ad attivare nella medesima data sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (ID Sintel n. 201275976) l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, con la ditta T.M.T. Triveneta Medical Technology di Padova (P. IVA 02440170286) per la fornitura di n. 2 retinografi non midriatici ad elevata risoluzione per la Casa della Salute di Schio e per il Centro Polifunzionale di Thiene per l'importo di € 31.000,00=IVA 22% esclusa.

Preso atto che entro il termine ultimo fissato nella richiesta di offerta (giorno 05.11.2025 ore 11:00), la suddetta ditta ha offerto n. 2 retinografi non midriatici ad elevata risoluzione, per l'importo unitario di € 15.500,00=IVA 22% esclusa (€ 18.910,00=IVA 22% inclusa) e complessivo di € 31.000,00=IVA esclusa (€ 37.820,00= IVA 22% inclusa) come di seguito specificato:

- Cod. 1045908-04 Retinografo non midriatico NW500 completamente automatizzato con tecnologia di nuova generazione slit scan e con sorgente LED_LEP (cnd: Z12120192 – Rdm 2508250) completo di n. 1 licenza software imagenet 6 cod. 1036131-01.

Considerato che con e-mail in data 05.11.2025 l'U.O.S. Ingegneria Clinica ha confermato la rispondenza dell'offerta presentata alle specifiche richieste.

Rilevato che l'importo per l'acquisto di tale attrezzatura è compreso nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. 2458 del 31/12/2024 "Approvazione bilancio economico preventivo anno 2025" ID 2025 n. 145 coperta dal Budget Investimenti 2025 (Codice Commessa 6/2025/1).

Dato atto che, come da proposta dell'ing. Ettore Masucci, Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, vistata favorevolmente dal Direttore Generale con e-mail in data 09.10.2025, si propone quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Tec. Prev. Amb. Paolo Zaltron dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, il quale ha reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo (nota prot. n. 0104109/25 del 05.11.2025).

Dato atto altresì che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare.

Accertato che la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023 risulta positivamente conclusa.

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica propone, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto alla ditta T.M.T. Triveneta Medical Technology di Padova (P. IVA 02440170286) della fornitura di n. 2 retinografi non midriatici ad elevata risoluzione per la Casa della Salute di Schio e per il Centro Polifunzionale di Thiene per l'importo unitario di € 15.500,00=IVA 22% esclusa (€ 18.910,00=IVA 22% inclusa) e complessivo di € 31.000,00=IVA esclusa (€ 37.820,00= IVA /22% inclusa);
- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Dr.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare;
- nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Tec. Prev. Amb. Paolo Zaltron dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Direttore dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto alla ditta T.M.T. Triveneta Medical Technology Padova (P. IVA 02440170286) della fornitura di n. 2 retinografi non midriatici ad elevata risoluzione per la Casa della Salute di Schio e per il Centro Polifunzionale di Thiene per l'importo unitario di € 15.500,00=IVA 22% esclusa (€ 18.910,00=IVA 22% inclusa) e complessivo di € 31.000,00=IVA esclusa (€ 37.820,00= IVA 22% inclusa)
2. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto pari ad € 37.820,00= IVA 22% compresa trova copertura come segue:

Anno	Conto	PRG	Descrizione	Impegno IVA compresa
2025	AAA420000	Budget 508	Attrezzature sanitarie scientifiche	€ 37.820,00

e l'importo pari ad € 37.820,00= per l'acquisto di tale attrezzatura è compreso nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. 2458 del 31/12/2024 "Approvazione bilancio economico preventivo anno 2025" ID 2025 n. 145 coperta dal Budget Investimenti 2025 (Codice Commessa 6/2025/1);

3. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Dr.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare;
4. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto Paolo Zaltron, Tec. Prev. Amb. Paolo Zaltron dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;
5. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
 - CIG: B8F8A8A5B3
 - Ditta: T.M.T. Triveneta Medical Technology (P. IVA 02440170286) Via Svezia n. 9 35127 Padova;
6. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



RELAZIONE DI SCELTA

Oggetto: Fornitura di n. 2 Retinografi non midriatici ad elevata risoluzione per la Casa della Salute di Schio e il Centro Polifunzionale di Thiene dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana. Gara AULSS7_2025_00263

Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie) n. 2 Retinografo non midriatico ad elevata risoluzione dotato di pc esterno di ultima generazione full HD:

1	Dispositivo ergonomico, di semplice utilizzo, dotato di automatismi per la messa a fuoco e l'acquisizione, disattivabili all'occorrenza per consentire l'esame in modalità manuale in caso di necessità operative
2	Il sistema deve prevedere: <ul style="list-style-type: none"> • Integrazione worklist tramite messaggi HL7 con sistema TrakCare • Integrazione DICOM con sistema PACS esprivia
3	Il dispositivo deve supportare le seguenti modalità di acquisizione: <ul style="list-style-type: none"> • Retinografia a colori (possibilmente true color con tecnologia confocale) del fundus; • Imaging in modalità infrarossa
4	Capacità di acquisire immagini ad effetto stereografico per migliorare la profondità diagnostica
5	Intensità del flash regolabile e ridotta per minimizzare il disagio del paziente. Possibilità di impostare e modificare la sensibilità ISO, in particolare per pazienti fotofobici
6	Il sistema deve essere dotato di un'alta sensibilità ISO per garantire immagini nitide anche in condizioni di luminosità ridotta
7	Presenza di punto di fissazione interno, con possibilità di spostamento nel campo visivo per facilitare il corretto posizionamento dell'occhio
8	Sistema di messa a fuoco e acquisizione delle immagini completamente automatizzata
9	Le immagini devono essere immediatamente disponibili e trasferibili su personal computer per la visualizzazione e l'analisi
10	Il sistema deve consentire l'elaborazione e l'analisi delle immagini su un computer esterno
11	Angolo visivo pari a 45 gradi, o inferiore con modalità pupilla stretta. Foto maculare a 10 gradi
12	Distanza di lavoro tipica di 35 mm, regolabile a seconda delle esigenze operative
13	Diametro minimo della pupilla inferiore da 2,5 mm
14	Possibilità di esportazione immagini nei formati più comuni (jpeg, png, bmp, etc) Compatibilità con formati DICOM e DICOM PACS, con supporto a Workinglist
15	Disponibilità dei seguenti filtri digitali: anneritura, blu cobalto, RGB, negativo, positivo.
16	Dotato di telecamera integrata ad alta risoluzione (non inferiore a 24 megapixel).
17	Ampia possibilità di compensazione dei difetti visivi per facilitare l'acquisizione in pazienti con ametropie

Caratteristiche tecniche di massima (preferenziali)

1	Dotato preferibilmente di joystick polifunzionale per facilitare l'acquisizione anche con pazienti poco collaboranti e velocizzare l'acquisizione
2	Dotato preferibilmente di algoritmo dedicato per l'ottimizzazione delle immagini e la rimozione delle opacità.

Importo a base d'asta della fornitura:

- € 31.000,00 =+ IVA

Aspetti da valutare:

- conformità funzionale e qualità dell'immagine;
- ergonomia e affidabilità operativa
- software e gestione immagini
- prezzo ed estensione della garanzia

All'avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto – Gara Aulss7_2025_00327, ns. prot. n. 0091677 del 01.10.2025 – hanno presentato offerta le seguenti ditte:

DITTA	MARCA E MODELLO	GARANZIA	IMPORTO COMPLESSIVO (IVA esclusa)
TMT Srl Triveneta Medical Technology	Produttore: TOPCON Modello: NW500	24 mesi	€ 31.000,00
Alfa Instruments Srl	Produttore: Centervue Modello: DRS Plus	24 mesi	€ 43.626,00
Amadir Srl Unipersonale	Produttore: CANON Modello: CR-2 AF FUNDUS CAMERA	12 mesi	€ 26.000,00

A seguito dell'esame della documentazione presentata, si è rilevato quanto segue:

- l'offerta presentata dalla Ditta Alfa Instruments Srl, Produttore Centervue e Modello DRS Plus, risulta di importo superiore rispetto alla base d'asta indicata nell'avviso.
- Il prodotto proposto dalla Ditta Amadir Srl Unipersonale, Produttore Canon e Modello CR-2 AF Fundus Camera, pur rientrando nella base d'asta, non risponde ai requisiti tecnici minimi obbligatori richiesti. In particolare:
 - punto 13 “Diametro minimo della pupilla inferiore da 2,5 mm”: la scheda tecnica riporta un diametro minimo di 4,0 mm (3,3 mm in modalità SP).
 - punto 16 “Dotato di telecamera integrata ad alta risoluzione (non inferiore a 24 megapixel)”; il retinografo proposto è dotato di una fotocamera esterna applicata al corpo del dispositivo, metodologia di acquisizione immagini obsoleta.

Pertanto le offerte presentate dalle Ditte Alfa Instruments Srl e Amadir Srl Unipersonale non verranno prese in considerazione nella fase di valutazione comparativa.

L'offerta della Ditta TMT Srl Triveneta Medical Technology, relativa all'apparecchiatura Topcon modello NW500, risulta pienamente conforme alle caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie) e di massima (facoltative) richieste. L'apparecchiatura presenta un livello prestazionale coerente con le esigenze cliniche e risulta idonea a soddisfare le necessità operative degli ambulatori di retinografia della Casa della Salute di Schio e del Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene.

La quotazione economica proposta rientra nella base d'asta prevista.

Santorso, 17.10.2025

Dott.ssa Marina Miola

per. ind. Paolo Zaltron