

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2007 DEL 31/10/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA EUROPEA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER ARTROSCOPIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGICA, SUDDIVISA IN N. 10 LOTTI. AULSS7_2024_00287

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1976/25

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relazione quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 70757 del 22.8.2023 del Direttore Generale è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro per la definizione della progettazione della procedura di gara europea per la fornitura sistemi per artroscopia mini-invasiva ed elettrochirurgica, acquisiti in economia;
- a seguito dell'approvazione del progetto da parte della Direzione Strategica, con nota prot. n. 21577 del 05.03.2024 è stata inoltrata alla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) la richiesta di autorizzazione alla gara d'appalto per la fornitura di sistemi per artroscopia mini-invasiva ed elettrochirurgica suddivisa in n. 10 lotti; la base asta è stata calcolata tenuto conto dei prezzi di riferimento regionali OPRVE per la fornitura dei dispositivi medici di cui alla nota prot. n. 386840 del 19.07.2023 (ns. prot. n. 61852 del 19.07.2023);
- con nota prot. n. 0372478 del 25.07.2024 (ns. prot. n. 68238 del 25.07.2024) la C.R.I.T.E. ha comunicato parere favorevole alla nuova procedura di gara senza alcuna prescrizione.

Dato atto che:

- con deliberazione n. 2155 del 22.11.2024 è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n. 36/2023, per la fornitura di sistemi per artroscopia mini-invasiva ed elettrochirurgica per il periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi e proroga tecnica di 12 mesi, per l'importo complessivo di € 712.081,47 suddiviso nei seguenti 10 lotti:

Lotto	Descrizione	Importi a base d'asta per 36 mesi
1	Dispositivi per artroscopia di ginocchio/spalla con sistema motorizzato per artroscopia in noleggio.	€ 111.588,00
2	Set per pompa di infusione artroscopica con pompa artroscopica in noleggio	€ 45.600,00
3	Sistemi per ablazione ed emostasi artroscopica bipolare (Radiobisturi)	€ 188.850,00
4	Dispositivi per la ricostruzione dei legamenti crociati	€ 61.505,25
5	Sistemi di suture meniscali	€ 18.175,83
6	Dispositivi per la chirurgia artroscopica della spalla	€ 173.620,50
7	Sistema di fissazione femorale e tibiale utilizzabile nella ricostruzione dei legamenti crociati anteriore sistema cross pin o equivalente.	€ 41.712,00
8	Membrana tipo merg	€ 27.312,00
9	Dispositivo reggibraccio per artroscopia della spalla	€ 30.217,89
10	Matrice di rinforzo per tessuti molli tipo "dx reinforcement matrix" o equivalente	€ 13.500,00

- il bando (OJ S 240/2024) è stato pubblicato sulla GUUE in data 10/12/2024;
- con successiva deliberazione n. 70 del 17.01.2025 è stata disposta la modifica degli atti di gara e la conseguente riapertura del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fermi restando il numero dei lotti e la base d'asta;
- il bando di rettifica (OJ S 22/2025) è stato pubblicato sulla GUUE in data 31.01.2025.

Preso atto che:

- entro il termine del 12.02.2025 ore 10:00, tramite la piattaforma Sintel, sono pervenute le seguenti offerte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	DATA E ORA	LOTTO
1736414113967	JOINT S.R.L. 03116260278	giovedì 9 gennaio 2025 10.15.13	8
1737728991827	ARTHREX ITALIA S.R.L. 09301330966	venerdì 24 gennaio 2025 15.29.51	1-2-3-4-5-6-10
1739205541036	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 08082461008	lunedì 10 febbraio 2025 17.39.01	3-4-7
1739264689865	CONMED ITALIA S.R.L. 0529773096	martedì 11 febbraio 2025 10.04.49	6
1739268048960	STRYKER ITALIA SRL S.U. 12572900152	martedì 11 febbraio 2025 11.00.48	1-3-4-6
1739271613791	GUNA S.P.A. 06891420157	martedì 11 febbraio 2025 12.00.13	10
1739281688758	SMITH & NEPHEW S.R.L. 09331210154	martedì 11 febbraio 2025 14.48.08	1-2-3-4-5-6
1739292377109	GUARDA MEDICAL S.R.L. 02892520210	martedì 11 febbraio 2025 17.46.17	8
1739345348165	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 09012850153	mercoledì 12 febbraio 2025 8.29.08	2-3-4-5-6

- non risultano pervenute offerte per il lotto 9 ad oggetto: “Dispositivo reggibraccio per artroscopia della spalla” per un valore a base d’asta di € 30.217,89.

Visto che con deliberazione n. 669 del 04.04.2025 sono stati recepiti i verbali del Seggio di gara del 14.02.2025, dell’11.03.2025 e del 24.03.2025 (Allegato 1) ed è stato disposto di ammettere alla fase di valutazione delle offerte tecniche i seguenti Operatori Economici:

	FORNITORE	LOTTO
1.	ARTHREX ITALIA S.R.L. 09301330966	1-2-3-4-5-6-10
2.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 08082461008	3-4-7
3.	CONMED ITALIA S.R.L. 0529773096	6
4.	STRYKER ITALIA SRL S.U. 12572900152	1-3-4-6
5.	GUNA S.P.A. 06891420157	10
6.	SMITH & NEPHEW SRL 09331210154	1-2-3-4-5-6
7.	GUARDA MEDICAL SRL 02892520210	8
8.	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 09012850153	2-3-4-5-6

e di non ammettere alla fase di valutazione dell’offerta tecnica l’Operatore Economico JOINT

S.R.L.;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 32856 del 07.04.2025 è stata comunicata la non ammissione alla suddetta ditta;
- con la delibera sopra citata si è altresì provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice nella seguente composizione:

PRESIDENTE: dr.ssa Giovanna Pilotto, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia

COMPONENTI: dr. Enrico Scalco, Dirigente medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Asiago;

dr. Oscar Sanson, Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Santorso

dr. Davide Scucchiari, Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Santorso;

p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica;

Preso atto che la Commissione Giudicatrice, come da verbali delle sedute riservate del 16.04.2025, del 05.06.2025, del 20.06.2025, dell'11.07.2025, del 12.08.2025 e del 16.09.2025 (Allegato 2), ha provveduto, a seguito delle valutazioni effettuate, ad attribuire i seguenti punteggi di qualità:

- Lotto 1 - Dispositivi per artroscopia di ginocchio/spalla con sistema motorizzato per artroscopia in noleggio per l'importo triennale a base d'asta di € 111.588,00 (IVA esclusa)

	Fornitore	Punteggio tecnico
1	ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00
2	SMITH & NEPHEW S.R.L.	68,00
3	STRYKER ITALIA SRL S.U.	62,00

- Lotto 2 - Set per pompa di infusione artroscopica con pompa artroscopica in noleggio per l'importo triennale a base d'asta di € 45.600,00 (IVA esclusa)

	Fornitore	Punteggio tecnico
1	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	70,00
2	SMITH & NEPHEW S.R.L.	63,00

L'offerta della ditta ARTHREX ITALIA S.R.L. è risultata non conforme alle caratteristiche tecniche minime di cui all'art. 3 del capitolato tecnico e pertanto non è stata ammessa al prosieguo della gara;

- Lotto 3 - Sistemi per ablazione ed emostasi artroscopica bipolare (Radiobisturi) per l'importo triennale a base d'asta di € 188.850,00 (IVA esclusa)

	Fornitore	Punteggio tecnico	Punteggio tecnico riparato
1	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	61	70,00

Le offerte delle ditte ARTHREX ITALIA S.R.L., ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L., STRYKER ITALIA SRL S.U., SMITH & NEPHEW S.R.L. sono risultate non conformi alle caratteristiche tecniche minime di cui all'art. 3 del capitolato tecnico e pertanto non state ammesse al prosieguo della gara;

- Lotto 4 - Dispositivi per la ricostruzione dei legamenti crociati per l'importo triennale a base d'asta di € 61.505,25 (IVA esclusa)

	Fornitore	Punteggio tecnico
1	SMITH & NEPHEW S.R.L.	70,00
2	ARTHREX ITALIA S.R.L.	65,00
3	STRYKER ITALIA SRL S.U.	65,00
4	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	65,00
5	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	65,00

- Lotto 5 - Sistemi di suture meniscali per l'importo triennale a base d'asta di € 18.175,83 (IVA esclusa)

	Fornitore	Punteggio tecnico
1	ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00
2	SMITH & NEPHEW S.R.L.	70,00
3	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	70,00

- Lotto 6 - Dispositivi per la chirurgia artroscopica della spalla per l'importo triennale a base d'asta di € 173.620,50

	Fornitore	Punteggio tecnico
1	ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00
2	SMITH & NEPHEW S.R.L.	65,00
3	STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.	65,00
4	CONMED ITALIA S.R.L.	65,00
5	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	60,00

- Lotto 7 - Sistema di fissazione femorale e tibiale utilizzabile nella ricostruzione dei legamenti crociati anteriore sistema cross pin o equivalente per l'importo triennale a base d'asta di € 41.712,00

	Fornitore	Punteggio tecnico
1	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	70,00

- Lotto 8 - Membrana tipo merg per l'importo triennale a base d'asta di € 27.312,00

	Fornitore	Punteggio tecnico
1	GUARDA MEDICAL S.R.L.	35,00

L'offerta della ditta Guarda Medical S.R.L. non risulta aver conseguito il punteggio minimo di 42/70 e pertanto non è stata ammessa alla fase successiva di gara ai sensi di quanto previsto dall'art. 19.1 del Disciplinare di gara;

- Lotto 10 - Matrice di rinforzo per tessuti molli tipo "DX Reinforcement Matrix" o equivalente per l'importo triennale a base d'asta di € 13.500,00

	Fornitore	Punteggio tecnico
1	ARTHREX ITALIA S.R.L.	70,00

Preso atto che, come risultante dall'allegato verbale delle sedute del 17.09.2025, nonché dal verbale relativo al soccorso istruttorio del 09.10.2025 (Allegato 3), la Commissione Giudicatrice ha provveduto, tramite piattaforma Sintel, all'apertura della busta 3 "offerta economica" – Step 3" degli Operatori Economici sopraccitati e che il sistema Sintel ha attribuito automaticamente il punteggio economico delle offerte valide in base all'applicazione della formula di cui all'art. 19.3 del disciplinare di gara con il seguente risultato:

- Lotto 1 - Dispositivi per artroscopia di ginocchio/spalla con sistema motorizzato per artroscopia in noleggio per l'importo triennale a base d'asta di € 111.588,00 (IVA esclusa)

	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	SMITH & NEPHEW S.R.L.	102.090,00 €	30,00	68,00	98,00
2	ARTHREX ITALIA S.R.L.	109.578,00 €	27,95	70,00	97,95
3	STRYKER ITALIA SRL S.U.	109.560,00 €	27,95	62,00	89,95

- Lotto 2 - Set per pompa di infusione artroscopica con pompa artroscopica in noleggio per l'importo triennale a base d'asta di € 45.600,00 (IVA esclusa)

	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	45.360,00 €	26,67	70,00	96,67
2	SMITH & NEPHEW S.R.L.	40.320,00 €	30,00	63,00	93,00

- Lotto 3 - Sistemi per ablazione ed emostasi artroscopica bipolare (Radiobisturi) per l'importo triennale a base d'asta di € 188.850,00 (IVA esclusa).

	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	188.830,50 €	30,00	70,00	100,00

- Lotto 4 - Dispositivi per la ricostruzione dei legamenti crociati per l'importo triennale a base d'asta di € 61.505,25 (IVA esclusa)

	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	SMITH & NEPHEW S.R.L.	60.396,00 €	28,58	70,00	98,58
2	ARTHREX ITALIA S.R.L.	57.540,00 €	30,00	65,00	95,00
3	STRYKER ITALIA SRL S.U.	58.757,40 €	29,38	65,00	94,38
4	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	60.225,00 €	28,66	65,00	93,66
5	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	61.461,00 €	28,09	65,00	93,09

- Lotto 5 - Sistemi di suture meniscali per l'importo triennale a base d'asta di € 18.175,83 (IVA esclusa)

	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	ARTHREX ITALIA S.R.L.	16.110,00 €	30,00	70,00	100,00
2	SMITH & NEPHEW S.R.L.	17.805,00 €	27,14	70,00	97,14
3	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	18.120,00 €	26,67	70,00	96,67

- Lotto 6 - Dispositivi per la chirurgia artroscopica della spalla per l'importo triennale a base d'asta di € 173.620,50

	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	ARTHREX ITALIA S.R.L.	171.948,00 €	28,08	70,00	98,08
2	SMITH & NEPHEW S.R.L.	160.932,00 €	30,00	65,00	95,00
3	STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.	168.990,63 €	28,57	65,00	93,57
4	CONMED ITALIA S.R.L.	171.510,00 €	28,15	65,00	93,15
5	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	169.209,00 €	28,53	60,00	88,53

- Lotto 7 - Sistema di fissazione femorale e tibiale utilizzabile nella ricostruzione dei legamenti crociati anteriore sistema cross pin o equivalente per l'importo triennale a base d'asta di € 41.712,00

	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	41.712,00 €	30,00	70,00	100,00

- Lotto 10 - Matrice di rinforzo per tessuti molli tipo "DX Reinforcement Matrix" o equivalente per l'importo triennale a base d'asta di € 13.500,00

	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	ARTHREX ITALIA S.R.L.	13.500,00 €	30,00	70,00	100,00

Dato atto che le offerte delle ditte prime classificate, a seguito della verifica, ai sensi dell'art.110 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023, effettuata dal RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice, sono risultate congrue come da verbale delle sedute del 03.10.2025 e del 23.10.2025 (allegato 4).

Accertato che:

- l'acquisto in oggetto non risulta presente nelle categorie merceologiche e relative soglie di obbligatorietà la cui acquisizione è rimessa ai soggetti aggregatori (Consip e Centrali Regionali), in attuazione a quanto disposto dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015;
- le aziende sanitarie hanno l'obbligo di verificare la conformità dei prezzi rispetto a quelli dell'ANAC e dell'Osservatorio Prezzi della Regione del Veneto (OPRVE);
- i prezzi offerti per i dispositivi medici dalle ditte risultano, laddove presenti, in linea e/o inferiori ai prezzi presenti negli elenchi trasmessi da Azienda Zero - UOC CRAV di cui alla nota prot. n.109678 (nota prot. Ulss n. 0019766 del 03.03.2025), e non sono presenti prezzi di riferimento elaborati dall'A.N.A.C.;
- con la nuova gara si rileva un risparmio complessivo triennale rispetto alla base d'asta di € 14.605,08 (Iva esclusa).

Dato atto che:

- come da proposta del Direttore dell'U.O.C. Farmacia, vistata favorevolmente dal Direttore Generale con email del 17.10.2025, si propone quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il dr. Enrico Scalco, Dirigente medico dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Asiago;
- le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e di capacità tecnica – professionale alla data del presente atto hanno dato esiti positivi, tranne che per l'informativa antimafia in quanto la Prefettura competente non ha ancora provveduto ad evadere la richiesta; tuttavia, essendo decorso il termine di 30 giorni, come dall'art. (88/92) del D.lgs 159/2011 e s.m.i, è possibile procedere alla stipula del contratto, con apposita condizione risolutiva;
- i contratti d'appalto che saranno stipulati in esecuzione del presente atto avranno validità di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi e prorogabile per 12 mesi.

Valutato che, secondo quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 1410 del 26.07.2024 con la quale viene approvata la "Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle

funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023", si quantifica, secondo la tipologia di contratto "complessità alta", in € 9.818,27 l'importo delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche.

Visto il D. Lgs. n. 36/2023.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica propone pertanto di:

- recepire i verbali della Commissione Giudicatrice 16.04.2025, del 05.06.2025, del 20.06.2025, dell'11.07.2025, del 12.08.2025 e del 16.09.2025, relativi alla valutazione delle offerte tecniche, del 17.09.2025 e del 09.10.2025 di apertura delle offerte economiche, e il verbale del RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice delle sedute del 03.10.2025 e del 23.10.2025 di verifica di congruità delle offerte, rispettivamente allegato 2, allegato 3 e allegato 4 al presente provvedimento;
- aggiudicare la gara europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n.36/2023, per l'affidamento della fornitura di sistemi per artroscopia mini-invasiva ed elettrochirurgica, suddivisa in n. 10 Lotti, per il periodo di 36 mesi, per l'importo complessivo di 639.946,50 € (Iva esclusa) come segue:
 - Lotto 1 - Dispositivi per artroscopia di ginocchio/spalla con sistema motorizzato per artroscopia in noleggio alla ditta SMITH & NEPHEW S.R.L. per l'importo di 102.090,00 € (Iva esclusa) = 124.549,80 € (Iva inclusa 22%);
 - Lotto 2 - Set per pompa di infusione artroscopica con pompa artroscopica in noleggio alla ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. per l'importo di 45.360,00 € (Iva esclusa) = 55.339,20 € (Iva inclusa 22%);
 - Lotto 3 - Sistemi per ablazione ed emostasi artroscopica bipolare (Radiobisturi) alla JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. per l'importo di € 188.830,50 € (Iva esclusa) = € 230.373,21 € (Iva inclusa 22%);
 - Lotto 4 - Dispositivi per la ricostruzione dei legamenti crociati alla ditta SMITH & NEPHEW S.R.L. per l'importo 60.396,00 € (Iva esclusa) = 68.784,24 € (Iva inclusa 4% - 22%);
 - Lotto 5 - Sistemi di suture meniscali alla ditta ARTHREX ITALIA S.R.L per l'importo di 16.110,00 € (Iva esclusa) = 19.654,20 € (Iva 22% inclusa);
 - Lotto 6 - Dispositivi per la chirurgia artroscopica della spalla alla ditta ARTHREX ITALIA S.R.L. per l'importo di € 171.948,00 € (Iva esclusa) = 209.776,56 € (Iva inclusa 22%);
 - Lotto 7 - Sistema di fissazione femorale e tibiale utilizzabile nella ricostruzione dei legamenti crociati anteriore sistema cross pin o equivalente alla ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. per l'importo di 41.712,00 € (Iva esclusa) = 43.380,48 € (Iva inclusa 4%);
 - Lotto 10 - Matrice di rinforzo per tessuti molli tipo "DX Reinforcement Matrix" o equivalente alla ditta ARTHREX ITALIA S.R.L. per l'importo di 13.500,00 € (Iva esclusa) = 14.040,00 € (Iva inclusa 4%);
- dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il dr. Enrico Scalco, Dirigente medico dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Asiago.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di recepire i verbali della Commissione Giudicatrice 16.04.2025, del 05.06.2025, del 20.06.2025, dell'11.07.2025, del 12.08.2025 e del 16.09.2025, relativi alla valutazione delle offerte tecniche, del 17.09.2025 e del 09.10.2025 di apertura delle offerte economiche, e il verbale del RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice delle sedute del 03.10.2025 e del 23.10.2025 di verifica di congruità delle offerte, rispettivamente allegato 2, allegato 3 e allegato 4 al presente provvedimento;
2. di aggiudicare la gara europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n.36/2023, per l'affidamento della fornitura di sistemi per artroscopia mini-invasiva ed elettrochirurgica, suddivisa in n. 10 Lotti, per il periodo di 36 mesi, per l'importo complessivo di 639.946,50 € (Iva esclusa) come segue:
 - Lotto 1 - Dispositivi per artroscopia di ginocchio/spalla con sistema motorizzato per artroscopia in noleggio alla ditta SMITH & NEPHEW S.R.L. per l'importo di 102.090,00 € (Iva esclusa) = 124.549,80 € (Iva inclusa 22%);
 - Lotto 2 - Set per pompa di infusione artroscopica con pompa artroscopica in noleggio alla ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. per l'importo di 45.360,00 € (Iva esclusa) = 55.339,20 € (Iva inclusa 22%);
 - Lotto 3 - Sistemi per ablazione ed emostasi artroscopica bipolare (Radiobisturi) alla JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. per l'importo di € 188.830,50 € (Iva esclusa) = € 230.373,21 € (Iva inclusa 22%);
 - Lotto 4 - Dispositivi per la ricostruzione dei legamenti crociati alla ditta SMITH & NEPHEW S.R.L. per l'importo 60.396,00 € (Iva esclusa) = 68.784,24 € (Iva inclusa 4% - 22%);
 - Lotto 5 - Sistemi di suture meniscali alla ditta ARTHREX ITALIA S.R.L per l'importo di 16.110,00 € (Iva esclusa) = 19.654,20 € (Iva 22% inclusa);
 - Lotto 6 - Dispositivi per la chirurgia artroscopica della spalla alla ditta ARTHREX ITALIA S.R.L. per l'importo di € 171.948,00 € (Iva esclusa) = 209.776,56 € (Iva inclusa 22%);
 - Lotto 7 - Sistema di fissazione femorale e tibiale utilizzabile nella ricostruzione dei legamenti crociati anteriore sistema cross pin o equivalente alla ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. per l'importo di 41.712,00 € (Iva esclusa) = 43.380,48 € (Iva inclusa 4%);
 - Lotto 10 - Matrice di rinforzo per tessuti molli tipo "DX Reinforcement Matrix" o equivalente alla ditta ARTHREX ITALIA S.R.L. per l'importo di 13.500,00 € (Iva esclusa) = 14.040,00 € (Iva inclusa 4%);
3. di dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
4. di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il dr. Enrico Scalco, Dirigente medico dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Asiago;
5. di dare atto che il contratto d'appalto che sarà stipulato in esecuzione del presente atto avrà validità di 36 mesi, indicativamente dal 01.12.2025 al 30.11.2028, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi e prorogabile per 12 mesi;
6. di dare atto che, secondo quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 1410 del

26.07.2024 con la quale viene approvata la “Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023”, si quantifica secondo la tipologia di contratto “complessità alta”, nella misura di € 9.818,27 l'importo delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche;

7. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 765.897,69 (IVA 22% - 4% compresa) per il periodo di 36 mesi, oltre € 9.818,27 a titolo di accantonamento massimo per incentivi alle funzioni tecniche, trova riferimento nei seguenti conti trova copertura nel bilancio come segue:

anno	conto	PGR	descrizione	Impegno di spesa (IVA inclusa)
2025	BA2020000	378	“Canoni di noleggio - area sanitaria”	0,61 €
	BA0220B01	54	Dispositivi medici – Presidi	21.274,33 €
2026	BA2020000	378	“Canoni di noleggio - area sanitaria”	7,32 €
	BA0220B01	54	Dispositivi medici – Presidi	255.291,91 €
2027	BA2020000	378	“Canoni di noleggio - area sanitaria”	7,32 €
	BA0220B01	54	Dispositivi medici – Presidi	255.291,91 €
2028	BA2020000	378	“Canoni di noleggio - area sanitaria”	6,71 €
	BA0220B01	54	Dispositivi medici – Presidi	234.017,58 €
2025	BA2884000	650	Accantonamento incentivi funzioni tecniche ex art.113 del Dlgs 50/2016, dal 1.07.2023 sostituito da art. 45 del Dlgs 36/2023	9.818,27 €

8. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
 Lotto 1: CIG nr. B4B2AC0048 - ditta SMITH & NEPHEW S.R.L
 Lotto 2: CIG nr. B4B2AC111B - ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L
 Lotto 3: CIG nr. B4B2AC21EE - ditta JOHNSON MEDICAL S.p.A.
 Lotto 4: CIG nr. B4B2AC32C1 - ditta SMITH & NEPHEW S.R.
 Lotto 5: CIG nr. B4B2AC4394 - ditta ARTHREX ITALIA S.R.L.
 Lotto 6: CIG nr. B4B2AC5467 - ditta ARTHREX ITALIA S.R.L.
 Lotto 7: CIG nr. B4B2AC653A - ditta JOHNSON MEDICAL S.p.A.
 Lotto 10: CIG nr. B4B2AC97B3 - ditta ARTHREX ITALIA S.R.L.
9. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il dr. Enrico Scalco, Dirigente medico dell’U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Asiago;
10. di procedere attraverso l’area “Comunicazioni procedura” nella piattaforma Sintel alle comunicazioni, di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, alle ditte partecipanti entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
11. di provvedere a tutte le comunicazioni e a tutti gli obblighi informativi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente circa l’esito della gara;
12. di incaricare l’U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
13. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
 C.F. e P. IVA 00913430245

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER ARTROSCOPIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGICA, SUDDIVISA IN N. 10 LOTTI. AULSS7_2024_00287

CIG	Lotto 1: B4B2AC0048 - Lotto 2: B4B2AC111B - Lotto 3: B4B2AC21EE - Lotto 4: B4B2AC32C1- Lotto 5: B4B2AC4394 - Lotto 6: B4B2AC5467 - Lotto 7: B4B2AC653A - Lotto 8: B4B2AC760D - Lotto 9: B4B2AC86E0 - Lotto 10: B4B2AC97B3.
------------	--

VERBALE DI GARA

Prima seduta riservata apertura buste amministrative

Il giorno 14 febbraio 2025, alle ore 10:00, presso gli uffici dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica del Distretto 1, Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa (VI) si svolge la seduta del Seggio di gara per procedere all'apertura delle "Buste telematiche", contenenti la Documentazione amministrativa, presentate dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto. Il Seggio di gara risulta così composto:

Presidente	dott.ssa Elisabetta Berno – Dirigente amministrativo presso l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, delegata dal RUP dott.ssa Elisabetta Zambonin
Teste	dott.ssa Martina Zilio – Collaboratore amministrativo professionale presso l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Teste e Segretario	dott.ssa Angela Pascale – Assistente amministrativo presso l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Il Presidente ricorda che la gara è stata indetta sulla piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A. e, secondo quanto previsto dall'art. 22 del Disciplinare di gara, il Seggio di gara procede in seduta riservata:

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- all'apertura delle "buste telematiche" contenenti la Documentazione amministrativa;
- ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal Disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un'ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

Preliminarmente, il Seggio di gara verifica sulla piattaforma Sintel il numero complessivo e il nominativo dei partecipanti che hanno completato il percorso di sottomissione delle offerte e la tempestività della ricezione delle medesime (entro il termine delle ore 12/02/2025 alle ore 10:00).

Il Seggio di gara verifica che sono pervenute nei termini le offerte delle seguenti ditte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	DATA E ORA	LOTTO
1736414113967	JOINT SRL 03116260278	giovedì 9 gennaio 2025 10.15.13	8



1737728991827	ARTHREX ITALIA S.R.L. 09301330966	venerdì 24 gennaio 2025 15.29.51	1-2-3-4-5-6-10
1739205541036	JOHNSON & JOHNSONMEDICAL S.P.A. 08082461008	lunedì 10 febbraio 2025 17.39.01	3-4-7
1739264689865	CONMED ITALIA S.R.L. 0529773096	martedì 11 febbraio 2025 10.04.49	6
1739268048960	STRYKER ITALIA SRL S.U. 12572900152	martedì 11 febbraio 2025 11.00.48	1-3-4-6
1739271613791	GUNA S.P.A. 06891420157	martedì 11 febbraio 2025 12.00.13	10
1739281688758	SMITH & NEPHEW SRL 09331210154	martedì 11 febbraio 2025 14.48.08	1-2-3-4-5-6
1739292377109	GUARDA MEDICAL SRL 02892520210	martedì 11 febbraio 2025 17.46.17	8
1739345348165	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 09012850153	mercoledì 12 febbraio 2025 8.29.08	2-3-4-5-6

Il Seggio di gara avvia la fase di valutazione della firma digitale per tutti gli operatori economici. Ad esito della verifica la piattaforma Sintel non rileva anomalie.

Il Seggio di gara stabilisce quindi di riunirsi per il prosieguo delle operazioni in data 11.03.2025.

La seduta si chiude alle ore 12.00.

Seconda seduta riservata verifica documentazione amministrativa

Successivamente in data 11.03.2025 alle ore 10.00 il Presidente del Seggio, riconosciuto validamente costituito il Seggio, dichiara aperta la seduta e prosegue, per singola ditta, con l'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti secondo quanto disposto all'art. 14 "BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" - Step 1 rilevando quanto segue:

1. JOINT S.R.L.:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale dichiarato nel DGUE, l'Operatore Economico ha fornito l'elenco delle principali forniture nel periodo dal 01.01.2021 al 31.03.2024, per l'importo complessivo di € 38.610,00 senza specificare l'importo dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024). Inoltre l'importo complessivo di € 38.610,00 dichiarato dall'O.E. risulta inferiore all'importo di € 41.000,00 previsto dall'art. 6.2 del disciplinare di gara per il lotto 8.

Pertanto si ritiene di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, chiedendo alla ditta di dettagliare l'importo delle forniture dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024). Inoltre si chiedono precisazioni in merito all'importo complessivo che risulta inferiore all'importo di € 41.000,00 previsto dall'art. 6.2 del disciplinare di gara.

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

2. ARTHREX ITALIA S.R.L.:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale dichiarato nel DGUE, l'Operatore Economico ha fornito l'elenco delle principali forniture nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023 senza specificare l'importo dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024); inoltre l'Operatore Economico ha ommesso di indicare l'oggetto delle suddette forniture e i committenti.

Pertanto si ritiene di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 richiedendo, con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, di dettagliare l'importo dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024) e di indicare l'oggetto delle forniture e i committenti.

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

3. JOHNSON & JOHNSONMEDICAL S.P.A.:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale dichiarato nel DGUE (allegato DOC 3), l'Operatore Economico ha fornito l'elenco delle principali forniture nel periodo dal 01.01.2021 al 31.03.2023 senza specificare l'importo dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024); inoltre l'Operatore Economico ha ommesso di indicare l'oggetto delle suddette forniture.

Pertanto si ritiene di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 richiedendo, con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, di dettagliare l'oggetto e l'importo delle forniture dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024).

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

4. CONMED ITALIA S.R.L.:

- l'operatore economico ha prodotto la garanzia provvisoria ridotta del 50% in quanto media impresa ed ulteriormente ridotta del 20% per il possesso della certificazione UNI EN ISO 13485:2016, indicata nell'allegato II.13 del D.Lgs. n. 36/2023 ma non prevista nei documenti di gara, per l'importo di € 1.388,96.

Pertanto si ritiene di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 richiedendo la regolarizzazione della garanzia provvisoria mediante l'integrazione dell'importo da € 1.388,96 ad € 1.736,21.

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

5. STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale dichiarato nel DGUE, l'Operatore Economico ha fornito l'elenco delle principali forniture nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023 senza specificare l'importo dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024).

Pertanto si ritiene di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 richiedendo con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di dettagliare l'importo delle forniture dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024).

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;



- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

6. GUNA S.P.A.: la documentazione presentata risulta completa e regolare.

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

7. SMITH & NEPHEW S.R.L.:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale dichiarato nel DGUE, l'Operatore Economico ha fornito l'elenco delle principali forniture nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023 senza specificare l'importo dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024).

Pertanto si ritiene di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 richiedendo, con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, di dettagliare l'importo delle forniture dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024).

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

8. GUARDA MEDICAL S.R.L.:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale dichiarato nel DGUE, l'Operatore Economico ha fornito l'elenco delle principali forniture nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023 senza specificare l'oggetto e l'importo delle forniture dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024).

Pertanto si ritiene di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 richiedendo, con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, di dettagliare l'oggetto e l'importo dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024).

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

9. ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.:

- con riferimento al DGUE l'Operatore Economico ha reso un file in formato PDF firmato digitalmente e non in formato xml;
- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale dichiarato nel DGUE, l'Operatore Economico ha fornito l'elenco delle principali forniture senza specificare l'oggetto delle forniture e i committenti;
- l'operatore economico ha prodotto la garanzia provvisoria ridotta del 30% per il possesso della certificazione di possesso della certificazione di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI

CEI ISO 9000, omettendo di presentare la copia conforme della sopracitata certificazione di qualità come previsto dall'art. 10 del disciplinare di gara;

Pertanto si ritiene di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 richiedendo:

- con riferimento al DGUE di trasmettere la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara;
- di trasmettere la copia conforme della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale dichiarato nel DGUE, di dettagliare l'oggetto delle forniture e i committenti.

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

Il Seggio di gara ammette, pertanto, la ditta GUNA S.P.A alla fase successiva di gara.

Il Seggio di gara dispone, inoltre, l'attivazione del procedimento del soccorso istruttorio al fine di regolarizzare la documentazione amministrativa presentata nei confronti delle seguenti ditte:

- JOINT S.R.L.
- ARTHREX ITALIA S.R.L.
- JOHNSON & JOHNSONMEDICAL S.P.A.
- CONMED ITALIA S.R.L.
- STRYKER ITALIA SRL S.U.
- SMITH & NEPHEW S.R.L.
- GUARDA MEDICAL S.R.L.
- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.

La seduta si chiude alle ore 12:00.

Il presente verbale composto da n. 5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: fto. Dott.ssa Elisabetta Berno

Il teste fto. Dott.ssa Martina Zilio

Il segretario verbalizzante: fto. Dott.ssa Angela Pascale



VERBALE DI GARA

Terza seduta riservata verifica documentazione amministrativa

Il giorno 24 marzo 2025, alle ore 10:00, presso gli uffici dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica del Distretto 1, Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa (VI) si svolge la seduta del Seggio di gara per procedere alla verifica della documentazione integrativa richiesta agli Operatori Economici partecipanti alla procedura in oggetto.

Il Seggio di gara risulta così composto:

Presidente	dott.ssa Elisabetta Berno – Dirigente amministrativo presso l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, delegata dal RUP dott.ssa Elisabetta Zambonin
Teste	dott.ssa Martina Zilio – Collaboratore amministrativo professionale presso l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Teste e Segretario	dott.ssa Angela Pascale – Assistente amministrativo presso l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Il Presidente ricorda che nella seconda seduta del 11.03.2025 si è provveduto ad attivare il soccorso istruttorio nei confronti degli OO.EE.:

FORNITORE	LOTTO
JOINT S.R.L.	8
ARTHREX ITALIA S.R.L.	1-2-3-4-5-6-10
JOHNSON & JOHNSONMEDICAL S.P.A	3-4-7
CONMED ITALIA S.R.L.	6
STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.	1-3-4-6
SMITH & NEPHEW S.R.L.	1-2-3-4-5-6
GUARDA MEDICAL S.R.L.	8
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	2-3-4-5-6

In relazione a quanto sopra si evidenzia:

1. JOINT SRL

Con nota prot. n. 23463 del 12.03.2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID 198265474), è stato attivato il soccorso istruttorio con richiesta di:

- con riferimento alla capacità tecnico professionale, di dettagliare l'importo delle forniture dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024) e inoltre di fornire precisazioni in merito all'importo complessivo che risulta inferiore all'importo di € 41.000,00, previsto per il Lotto 8 dall'art. 6.2 del disciplinare di gara,

Il Presidente rileva che alla data del 19.03.2025, termine fissato per adempiere alla suddetta richiesta, non risulta pervenuto riscontro da parte dell'O.E.

Con nota ID 198744889 del 20.03.2025 l'O.E. ha dichiarato di non aver eseguito nel triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024 forniture analoghe a quelle oggetto di gara di importo pari ad € 41.000,00, requisito di capacità tecnica e professionale minimo richiesto per il Lotto 8 come previsto dall'6.2 del disciplinare di gara.

Il Seggio di gara non ammette, pertanto, l'O.E. *JOINT SRL* al prosieguo della gara.



2. ARTHREX ITALIA S.R.L

Con nota prot. n. 23448 del 12.03.2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID 198265007), è stato attivato il soccorso istruttorio con richiesta di:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, di dettagliare l'importo dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024) e di indicare l'oggetto delle forniture e i committenti.

Il Presidente rileva che, con nota ID 198342802 del 13.03.2025 l'O.E., con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, ha dettagliato dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024) l'importo, l'oggetto dei contratti e i committenti.

Il Seggio di gara accerta la sussistenza del requisito di capacità tecnica e professionale.

La documentazione amministrativa della suddetta ditta risulta pertanto completa e regolare.

Il Seggio di gara ammette, pertanto, l'O.E. *ARTHREX ITALIA S.R.L* al prosieguo della gara.

3. JOHNSON & JOHNSONMEDICAL S.P.A.

Con nota prot. n. 23457 del 12.03.2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID 198265425), è stato attivato il soccorso istruttorio con richiesta di:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, di dettagliare l'oggetto e l'importo delle forniture dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024).

Il Presidente rileva che con nota ID 198625366 del 18.03.2025 l'O.E., con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, ha dettagliato l'oggetto e l'importo dei contratti dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024).

Il Seggio di gara accerta la sussistenza del requisito di capacità tecnica e professionale.

La documentazione amministrativa della suddetta ditta risulta pertanto completa e regolare.

Il Seggio di gara ammette, pertanto, l'O.E. *JOHNSON & JOHNSONMEDICAL S.P.A* al prosieguo della gara.

4. CONMED ITALIA S.R.L.

Con nota prot. n. 23454 del 12.03.2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID 198265130), è stato attivato il soccorso istruttorio con richiesta di regolarizzazione della garanzia provvisoria mediante l'integrazione dell'importo da € 1.388,96 ad € 1.736,21.

Il Presidente rileva che con nota ID 198432246 del 14.03.2025 l'O.E. ha provveduto a regolarizzare la garanzia provvisoria mediante l'integrazione dell'importo da € 1.388,96 ad € 1.736,21.

La documentazione amministrativa della suddetta ditta risulta pertanto completa e regolare.

Il Seggio di gara ammette, pertanto, l'O.E. *CONMED ITALIA S.R.L.* al prosieguo della gara.

5. STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.:

Con nota prot. n. 23615 del 12.03.2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID 198278087), è stato attivato il soccorso istruttorio con richiesta:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di dettagliare l'importo dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024).

Il Presidente rileva che, con nota ID 198619402 del 18.03.2025, l'O.E. ha dettagliato l'importo dei contratti dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024).

Il Seggio di gara accerta la sussistenza del requisito di capacità tecnica e professionale.

La documentazione amministrativa della suddetta ditta risulta pertanto completa e regolare.

Il Seggio di gara ammette, pertanto, l'O.E. *STRYKER ITALIA SRL S.U* al prosieguo della gara.

6. SMITH & NEPHEW S.R.L.

Con nota prot. n. 23466 del 12.03.2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID 198265536), è stato attivato il soccorso istruttorio con richiesta:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di dettagliare l'importo dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024).

Il Presidente rileva che, con nota ID 198616731 del 18.03.2025, l'O.E. ha dettagliato l'importo dei contratti dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024).

Il Seggio di gara accerta la sussistenza del requisito di capacità tecnica e professionale.

La documentazione amministrativa della suddetta ditta risulta pertanto completa e regolare.

Il Seggio di gara ammette, pertanto, l'O.E. *SMITH & NEPHEW SRL* al prosieguo della gara.

10. GUARDA MEDICAL S.R.L.:

Con nota prot. n. 23456 del 12.03.2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID 198265295), è stato attivato il soccorso istruttorio:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, l'Operatore Economico ha fornito l'elenco delle principali forniture nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023 senza specificare l'oggetto e l'importo delle forniture dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024). Pertanto è stato richiesto di dettagliare l'oggetto e l'importo dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 10.12.2021 al 09.12.2024).

Il Presidente rileva che, con nota ID 198656827 del 19.03.2025, l'O.E. ha dettagliato in merito all'oggetto e all'importo dei contratti con riferimento al periodo 25.06.2024 al 04.12.2024 per l'importo di € 39.599,00 e per gli anni 2021-2022-2023 non ha dettagliato l'importo dalla data richiesta dal bando ovvero dal 10.12.2021 al 09.12.2024.

Il Presidente accede, pertanto, al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) rilevando che risulta depositata documentazione attestante un fatturato relativo al periodo 14.03.2023 al 21.08.2024 pari ad € 43.530,00 (IVA esclusa) che pertanto soddisfa il requisito di capacità tecnica e professionale minimo richiesto per il Lotto 8 pari ad € 41.000,00 (IVA esclusa).

La documentazione amministrativa della suddetta ditta risulta pertanto completa e regolare.

Il Seggio di gara ammette, pertanto, l'O.E. *GUARDA MEDICAL SRL* al prosieguo della gara.

11. ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.:

Con nota prot. n. 23464 del 12.03.2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID 198265627), è stato attivato il soccorso istruttorio con richiesta:

- con riferimento al DGUE di trasmettere la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara;

- di trasmettere la copia conforme della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale dichiarato nel DGUE, di dettagliare l'oggetto delle forniture e i committenti.

Il Presidente rileva che, con nota ID 198603702 del 18.03.2025, l'O.E. ha trasmesso il DGUE Response in formato xml, la copia conforme della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e ha dettagliato in merito all'oggetto dei contratti e i committenti.

La documentazione amministrativa della suddetta ditta risulta pertanto completa e regolare.

Il Seggio di gara ammette, pertanto, l'O.E. *ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.* al prosieguo della gara.

La seduta si chiude alle ore 12:30.

Il presente verbale composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto.



Il Presidente:

fto. Dott.ssa Elisabetta Berno

Il teste

fto. Dott.ssa Martina Zilio

Il segretario verbalizzante:

fto. Dott.ssa Angela Pascale

Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
 C.F. e P. IVA 00913430245

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER ARTROSCOPIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGICA, SUDDIVISA IN N. 10 LOTTI. AULSS7_2024_00287

CIG	Lotto 1: B4B2AC0048 - Lotto 2: B4B2AC111B - Lotto 3: B4B2AC21EE - Lotto 4: B4B2AC32C1 - Lotto 5: B4B2AC4394 - Lotto 6: B4B2AC5467 - Lotto 7: B4B2AC653A - Lotto 8: B4B2AC760D - Lotto 9: B4B2AC86E0 - Lotto 10: B4B2AC97B3.
------------	---

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE
1ª SEDUTA del 16.04.2025

Il giorno 16 aprile 2025 alle ore 09:30 si è riunita presso la sala riunioni della palazzina uffici piano -1 P.O. Bassano la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto.

La Commissione giudicatrice, nominata con delibera n. 669 del 04.04.2025, risulta così composta:

PRESIDENTE: dr.ssa Giovanna Pilotto, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia

COMPONENTI: dr. Enrico Scalco, Dirigente medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Asiago;

dr. Oscar Sanson, Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Santorso

dr. Davide Scucchiari, Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Santorso;

p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica;

SEGRETARIO: dott.ssa Angela Pascale, Assistente Amministrativo U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica;

Il Presidente ricorda che, tramite la piattaforma Sintel, hanno presentato offerta e sono state ammesse alla fase di valutazione della documentazione tecnica, come da verbale agli atti, le seguenti ditte:

	FORNITORE	LOTTO
1.	ARTHREX ITALIA S.R.L.	1-2-3-4-5-6-10
2.	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	3-4-7
3.	CONMED ITALIA S.R.L.	6
4.	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1-3-4-6
5.	GUNA S.P.A.	10
6.	SMITH & NEPHEW SRL	1-2-3-4-5-6
7.	GUARDA MEDICAL SRL	8
8.	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	2-3-4-5-6

Il Presidente ricorda che il Lotto 9 “Dispositivo reggibraccio per artroscopia della spalla” è risultato deserto.

I suddetti componenti dichiarano, come da note agli atti, di non aver cause d’incompatibilità.

Il Presidente rammenta che l’aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Descrizione	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

L’attribuzione dei 70 punti qualità previsti saranno assegnati valutando le caratteristiche dell’offerta tecnica delle ditte concorrenti sulla base dei seguenti criteri indicati dall’art. 19.1 del disciplinare di gara:

Lotto 1: Dispositivi per artroscopia di ginocchio/spalla con sistema motorizzato per artroscopia in noleggio

	<i>Criteri/elementi di valutazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Punteggio Massimo</i>
1	Efficacia nella resezione dei tessuti molli e di resezione dell’osso in modalità artroscopica e caratteristiche migliorative	D	25
2	Caratteristiche e gamma delle lame e frese	D	25
3	Facilità di utilizzo ed ergonomia manipoli	D	10
4	Assistenza tecnica	D	10

Lotto 2: Set per pompa di infusione artroscopica con pompa artroscopica in noleggio

	<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Punteggio Massimo</i>
1	Gamma di funzioni disponibili ed efficacia nella gestione dei fluidi	D	35
2	Caratteristiche dei tubi	D	10
3	Facilità di assemblaggio del sistema	D	15
4	Assistenza tecnica	D	10

Lotto 3: Sistemi per ablazione ed emostasi artroscopica bipolare (Radiobisturi)

	<i>Criteria di valutazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Punteggio Massimo</i>
1	Modalità di erogazione della potenza e di funzionamento per l'ablazione dei tessuti e coagulazione, caratteristiche migliorative	D	35
2	Gamma manipoli	D	20
3	Facilità di utilizzo (impostazioni menù centralina)	D	5
4	Assistenza tecnica	D	10

Lotto 4: Dispositivi per la ricostruzione dei legamenti crociati;**Lotto 5: Sistemi di suture meniscali;****Lotto 6: Dispositivi per la chirurgia artroscopica della spalla;****Lotto 7: Sistema di fissazione femorale e tibiale utilizzabile nella ricostruzione dei legamenti crociati anteriore sistema cross pin o equivalente;****Lotto 8: Membrana tipo Merg;****Lotto 10: Matrice di rinforzo per tessuti molli tipo "dx reinforcement Matrix" o equivalente.**

	<i>Criteria di valutazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Punteggio Massimo</i>
1	Caratteristiche tecniche	D	25
2	Praticità d'uso	D	25
3	Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	D	20

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua per ciascun lotto un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42/70.Attribuzione dei punteggi

I giudizi verranno espressi dalla Commissione Giudicatrice secondo la seguente scala di valutazione:

Livello definizione	Analisi	Coefficiente
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1,00
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,80
Discreto	Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,60

Livello definizione	Analisi	Coefficiente
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,40
Scarso	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,20
Non classificabile	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,00

Il segretario di Commissione ha proceduto in data 15.04.2025 alle ore 12 relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte presentate sulla piattaforma telematica Sintel ed a scaricare tutta la documentazione tecnica.

La Commissione prende visione del capitolato speciale d'appalto e inizia l'esame congiunto della documentazione tecnica, evidenziando che la ditta ARTHREX ITALIA S.R.L., con riferimento ai Lotti 1 e 3, non ha prodotto le schede tecniche delle attrezzature proposte.

La Commissione incarica il segretario della Commissione, come previsto dall'art. 12 del disciplinare di gara, di convocare le ditte per la prova visione delle attrezzature (Lotti 1-2-3) e dei dispositivi medici (Lotti 4-5-6-7-8-10), che saranno svolte dal dr. Enrico Scalco, dr. Oscar Sanson e la dott.ssa Giovanna Pilotto secondo il seguente calendario:

	DITTE	LOTTO	data e ora prova visione attrezzatura e dispositivi medici	Presidio Ospedaliero
1	ARTHREX ITALIA S.R.L.	1-2-3-4-5-6-10	12/05/2025 ore 8:00	Santorso (dr. Oscar Sanson)
2	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	3-4-7	29/05/2025 ore 8:00	Bassano (dr. Enrico Scalco)
3	STRYKER ITALIA SRL S.U.	1-3-4-6	29/05/2025 ore 11:30	Bassano (dr. Enrico Scalco)
4	SMITH & NEPHEW SRL	1-2-3-4-5-6	08/05/2025 ore 8:00	Santorso (dr. Oscar Sanson)
5	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	2-3-4-5-6	12/05/2025 ore 8:00	Asiago (dr. Enrico Scalco)
6	CONMED S.R.L.	6	30/05/2025 ore 8:00	Santorso (dr. Oscar Sanson)
7	GUNA S.R.L.	10	20/05/2025 ore 10:00	Santorso UOC Farmacia (dott.ssa Giovanna Pilotto)
8	GUARDA MEDICAL S.R.L.	8	20/05/2025 ore 9:00	Santorso UOC Farmacia (dott.ssa Giovanna Pilotto)

La Commissione stabilisce, quindi, di riunirsi il 05 giugno alle ore 14.30 per proseguire l'esame delle offerte tecniche.

La seduta viene chiusa alle ore 11.00.

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto:



Il Presidente: F.to Dr.ssa Giovanna Pilotto

Componente: F.to Dr. Oscar Sanson

Componente: F.to Dr. Enrico Scalco

Componente: F.to Dr. Davide Scucchiari

Componente: F.to p.i. Paolo Zaltron

Il segretario: F.to Dott.ssa Angela Pascale

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE**2ª seduta del 05.06.2025**

Il giorno 05 giugno 2025 alle ore 14:30, presso la sala riunioni del Dipartimento dei servizi del P.O. Santorso, si è riunita al completo in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica, presentata dalle ditte partecipanti alla procedura di gara.

Il Presidente, riconosciuta validamente costituita la Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma SINTEL sono state convocate le ditte per la prova/visione delle attrezzature (Lotti 1-2-3) e dei dispositivi medici (Lotti 4-5-6-7-8-10) offerti come segue:

	DITTE	LOTTO	DATA E ORA PROVA VISIONE	SPECIALIST	DDT n.
1	ARTHREX ITALIA S.R.L	1-2-3-4- 5-6-10	12/5/2025 ore 8:00	Chinellato Margherita	8300187000 del 05.05.2025
2	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	3-4-7	29/05/2005 ore 8:00	Stefano Cappon Marco Papacizza	4920818 del 13.05.2025
3	STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.	1-3-4-6	29/05/2005 ore 11:30 posticipata al 30/05/2025 ore 8:00	Francesca Lugoboni Giulia Tschantret Tommaso Barellas	2264998297 del 20.05.2025
4	SMITH & NEPHEW S.R.L.	1-2-3-4- 5-6	08/05/2025 ore 8:00	Christian Ruggeri Paolo Ambrosi	709123810 del 28.04.2025
5	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	2-3-4-5-6	12/05/2025 ore 8:00	Irene Andretta	304063214 del 30.04.2025
6	CONMED S.R.L.	6	30/05/2025 ore 8:00	Sebastiano Dalla Gassa	8698585 del 23.05.2025
7	GUNA S.R.L.	10	20/05/2025 ore 10:00	Alessandro Santon	1000009408 del 12.05.2025
8	GUARDA MEDICAL S.R.L.	8	20/05/2025 ore 9:00.	Guido Mafessanti	1098 del 12/05/2025

Gli specialist di prodotto delle suddette ditte, nella dimostrazione/prova visione delle attrezzature e dei dispositivi, hanno provveduto ad illustrare dapprima le caratteristiche, la funzionalità e le modalità d'uso delle apparecchiature come da schede tecniche presentate in offerta e successivamente con esame diagnostico su paziente.



Il dr. Oscar Sanson e il dr. Enrico Scalco riferiscono sullo svolgimento delle prove pratiche dei sistemi proposti.

La Commissione prende atto degli esiti delle prove pratiche sulle attrezzature e sui dispositivi medici eseguite dal dr. Oscar Sanson e dal dr. Enrico Scalco.

La dott.ssa Giovanna Pilotto riferisce in merito alla campionatura delle ditte GUNA (Lotto 10) e GUARDA MEDICAL (Lotto 8).

La Commissione stabilisce, quindi, di riunirsi il 20 giugno alle ore 14.30 per proseguire l'esame delle offerte tecniche.

La seduta viene chiusa alle ore 11.00.

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente: F.to Dr.ssa Giovanna Pilotto

Componente: F.to Dr. Oscar Sanson

Componente: F.to Dr. Enrico Scalco

Componente: F.to Dr. Davide Scucchiari

Componente: F.to p.i. Paolo Zaltron

Il segretario: F.to Dott.ssa Angela Pascale

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE**3^a seduta del 20.06.2025**

Il giorno 20 giugno 2025 alle ore 14:30, presso la sala riunioni del dipartimento dei servizi del P.O. Santorso, si è riunita al completo in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica, presentata dalle ditte partecipanti alla procedura di gara.

Il Presidente, riconosciuta validamente costituita la Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede l'esame congiunto della documentazione tecnica e dopo approfondita discussione passa ad attribuire unanimemente le seguenti valutazioni e punteggi per singolo criterio.

Lotto 4: Dispositivi per la ricostruzione dei legamenti crociati**Ditta ARTHREX ITALIA S.R.L**

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Caratteristiche tecniche	Ottime le caratteristiche tecniche. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
2. Praticità d'uso	Buona praticità d'uso. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	20
3. Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	Ottimi servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	20
Totale			65,00

Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Caratteristiche tecniche	Ottime le caratteristiche tecniche. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
2. Praticità d'uso	Buona praticità d'uso. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	20
3. Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	Ottimi servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera	1,00	20



formativa post vendita	complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO		
Totale			65,00

Ditta STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Caratteristiche tecniche	Ottime le caratteristiche tecniche. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
2. Praticità d'uso	Buona praticità d'uso. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	20
3. Servizi di supporto assistenza tecnica e formativa post vendita	Ottimi servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	20
Totale			65,00

Ditta SMITH & NEPHEW S.R.L.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Caratteristiche tecniche	Ottime le caratteristiche tecniche ed in particolare il dispositivo offerto presenta un misuratore esterno che rende più precisa l'applicazione. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
2. Praticità d'uso	Ottima praticità d'uso in quanto il dispositivo offerto presenta un misuratore esterno che rende più precisa l'applicazione. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
3. Servizi di supporto assistenza tecnica	Ottimi servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in	1,00	20

formativa post vendita	maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO		
		Totale	70,00

Ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Caratteristiche tecniche	Ottime le caratteristiche tecniche. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
2. Praticità d'uso	Buona praticità d'uso. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	20
3. Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	Ottimi servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	20
		Totale	65,00

Lotto 5: Sistemi di suture meniscali**Ditta ARTHREX ITALIA S.R.L.**

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Caratteristiche tecniche	Ottime caratteristiche tecniche. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
2. Praticità d'uso	Ottima praticità d'uso. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
3. Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	Ottimi i servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli	1,00	20



	standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO		
Totale			70,00

Ditta SMITH & NEPHEW S.R.L.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Caratteristiche tecniche	Ottime caratteristiche tecniche. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
2. Praticità d'uso	Ottima praticità d'uso. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
3. Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	Ottimi i servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	20
Totale			70,00

Ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Caratteristiche tecniche	Ottime caratteristiche tecniche. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
2. Praticità d'uso	Ottima praticità d'uso. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
3. Servizi di supporto e assistenza	Ottimi i servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni	1,00	20

tecnica e formativa post vendita	elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO		
		Totale	70,00

Lotto 6: Dispositivi per la chirurgia artroscopica della spalla

Ditta ARTHREX ITALIA S.R.L

Relativamente alla documentazione tecnica presentata dalla ditta la Commissione rileva che il file copia dell'offerta economica contenente l'elenco e la descrizione di tutti i prodotti offerti, con indicazione del codice commerciale, REF, CND, RDM, senza indicazione dei prezzi, come richiesto nel disciplinare di gara (art. 16 punto c) pag. 29) risulta danneggiato e pertanto non consultabile.

La Commissione rileva che l'offerta economica senza prezzi ha lo scopo di raccogliere in un unico documento tutti i codici che vengono offerti in modo da rendere la ricerca più organica anziché dispersiva. La Commissione accerta che l'offerta tecnica contiene le informazioni richieste in tale allegato.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Caratteristiche tecniche	Ottime caratteristiche tecniche. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
2. Praticità d'uso	Ottima ergonomia e semplicità di utilizzo dei sistemi offerti. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
3. Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	Ottimi i servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	20
		Totale	70,00

Ditta STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Caratteristiche tecniche	Ottime caratteristiche tecniche. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale	1,00	25



	agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO		
2. Praticità d'uso	Buona ergonomia e semplicità di utilizzo dei sistemi offerti. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	20
3. Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	Ottimi i servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	20
Totale			65,00

Ditta SMITH & NEPHEW S.R.L.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Caratteristiche tecniche	Ottime caratteristiche tecniche. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
2. Praticità d'uso	Buona ergonomia e semplicità di utilizzo dei sistemi offerti. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	20
3. Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	Ottimi i servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	20
Totale			65,00

Ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Caratteristiche tecniche	Ottime caratteristiche tecniche. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
2. Praticità d'uso	Discreta praticità d'uso in quanto i sistemi offerti risultano indaginosi per eseguire le	0,60	15



	procedure, evidenziando inoltre l'incepimento del filo e la pinza non passa bene nelle cannule e talvolta manca la transfissione dei tessuti. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO		
3. Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	Ottimi i servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	20
Totale			60,00

Ditta CONMED S.R.L.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Caratteristiche tecniche	Ottime caratteristiche tecniche. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
2. Praticità d'uso	Buona la praticità d'uso. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	20
3. Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	Ottimi i servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	20
Totale			65,00

Lotto 7: Sistema di fissazione femorale e tibiale utilizzabile nella ricostruzione dei legamenti crociati anteriore sistema cross pin o equivalente
Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Caratteristiche tecniche	Ottime caratteristiche tecniche. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25



2. Praticità d'uso	Ottima praticità d'uso. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
3. Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	Ottimi i servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	20
Totale			70,00

Lotto 8: Membrana tipo Merg
Ditta GUARDA MEDICAL S.R.L.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Caratteristiche tecniche	Sufficienti le caratteristiche tecniche Proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: SUFFICIENTE	0,40	10
2. Praticità d'uso	Il prodotto non risulta idoneo nelle procedure chirurgiche in quanto non mantiene la forma, non è ridimensionabile e non copre adeguatamente la lesione. Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: SCARSO	0,20	5
3. Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	Ottimi i servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	20
Totale			35,00

Lotto 10: Matrice di rinforzo per tessuti molli tipo "dx reinforcement Matrix" o equivalente
Ditta ARTHREX ITALIA S.R.L.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Caratteristiche tecniche	Ottime le caratteristiche tecniche. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
2. Praticità d'uso	Ottima praticità d'uso. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata,	1,00	25



		corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO		
3. Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	di e e post	Ottimi i servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	20
			Totale	70,00

Ditta GUNA S.R.L.

La Commissione rileva che il prodotto offerto risulta non conforme alle caratteristiche tecniche di minima di cui all' art. 3 del capitolato speciale di gara in quanto il dispositivo risulta in forma liquida anziché di matrice.

Alla luce di quanto sopra la Commissione, ricordando che l'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara ritiene di non ammettere la ditta GUNA al prosieguo della gara.

La Commissione stabilisce, quindi, di riunirsi il 11 luglio alle ore 14:00 per proseguire l'esame delle offerte tecniche.

La seduta viene chiusa alle ore 16.30.

Il presente verbale, composto da n. 9 pagine, è letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente: F.to Dr.ssa Giovanna Pilotto

Componente: F.to Dr. Oscar Sanson

Componente: F.to Dr. Enrico Scalco

Componente: F.to Dr. Davide Scucchiari

Componente: F.to p.i. Paolo Zaltron

Il segretario: F.to Dott.ssa Angela Pascale


VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE
5ª seduta del 11.07.2025

Il giorno 11 luglio 2025 alle ore 14:00, presso la sala riunioni del dipartimento dei servizi del P.O. Santorso, si è riunita al completo in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica, presentata dalle ditte partecipanti alla procedura di gara.

Il Presidente, riconosciuta validamente costituita la Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede l'esame congiunto della documentazione tecnica e dopo approfondita discussione passa ad attribuire unanimemente le seguenti valutazioni e punteggi per singolo criterio.

Lotto 1: Dispositivi per artroscopia di ginocchio/spalla con sistema motorizzato per artroscopia in noleggio
Ditta ARTHREX ITALIA S.R.L.:

Il Presidente ricorda che la ditta non ha prodotto la scheda tecnica dell'attrezzatura proposta.

Si procede ad accedere al portale del Ministero della Salute (<https://www.salute.gov.it/new/it/dispositivi-medici/consultazione-della-banca-dati-nazionale>) e al sito ufficiale della Arthrex (<https://edfu.arthrex.com/ARX/products>) per acquisire rispettivamente la scheda tecnica ed il manuale d'uso dell'attrezzatura offerta al fine di verificare il rispetto delle caratteristiche minime essenziali previste all'art. 3 del capitolato speciale di gara.

La Commissione, procede all'esame della suddetta documentazione accertando la presenza delle seguenti caratteristiche minime essenziali:

- Interfacciabile con pompa per artroscopia;
- Dotato di display retroilluminato ad elevata visibilità per la visualizzazione dei principali parametri di funzionamento;
- Dotato di sistema di controllo attraverso comando a pedale.

- Velocità di rotazione in continuo almeno 6000 giri/minuto e almeno 2500 giri/minuto in modo oscillato
 A seguito di prova visone è stata accertata altresì la presenza delle seguenti caratteristiche minime essenziali:

- Possibilità di impostare velocità e senso di rotazione del manipolo;
- Manipolo shaver di peso ridotto, geometria ergonomica e dotato di comandi per le principali funzioni operative quali ad esempio rotazione oraria, antioraria e oscillazione (descrivere numero e varietà delle funzioni) compatibile con sistemi di lavaggio meccanizzato (termodisinfezione) e sterilizzazione in autoclave a vapore a vuoto frazionato.
- Riconoscimento automatico del manipolo.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Efficacia nella resezione dei tessuti molli e di resezione dell'osso in modalità artroscopica e caratteristiche migliorative	Ottima efficacia nella resezione dei tessuti molli e dell'osso. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
2. Caratteristiche e gamma delle lame e frese	Ottime caratteristiche ed ampia gamma di lame e frese. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli	1,00	25



	standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO		
3.Facilità di utilizzo ed ergonomia manipoli	Ottima facilità di utilizzo ed ergonomia manipoli. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	10
4.Assistenza tecnica	Ottimi i tempi di intervento che risultano di 3 ore dalla comunicazione. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	10
Totale			70,00

Ditta STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
5.Efficacia nella resezione dei tessuti molli e di resezione dell'osso in modalità artroscopica e caratteristiche migliorative	Ottima efficacia nella resezione dei tessuti molli e dell'osso. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
6.Caratteristiche e gamma delle lame e frese	Ottime caratteristiche ed ampia gamma di lame e frese. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
7.Facilità di utilizzo ed ergonomia manipoli	Ottima facilità di utilizzo ed ergonomia manipoli. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	10
8.Assistenza tecnica	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: SCARSO	0,20	2
Totale			62,00

Ditta SMITH & NEPHEW S.R.L.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Efficacia nella resezione dei tessuti molli e di resezione dell'osso in modalità artroscopica e caratteristiche migliorative	Ottima efficacia nella resezione dei tessuti molli e dell'osso. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
2. Caratteristiche e gamma delle lame e frese	Ottime caratteristiche ed ampia gamma di lame e frese. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	25
3. Facilità di utilizzo ed ergonomia manipoli	Ottima facilità di utilizzo ed ergonomia manipoli. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	10
4. Assistenza tecnica	Buoni i tempi di intervento che risultano di 8 ore dalla comunicazione. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. BUONO	0,80	8
Totale			68,00

Lotto 2: Set per pompa di infusione artroscopica con pompa artroscopica in noleggio**Ditta ARTHREX ITALIA S.R.L.**

La Commissione evidenzia che l'attrezzatura offerta risulta non conforme alle caratteristiche tecniche di minima di cui all' art. 3 del capitolato speciale di gara ed in particolare presenta un range pressione fino a 120 mm/Hg anziché "almeno 150 mm/Hg".

Alla luce di quanto sopra la Commissione, ricordando che l'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara ritiene di non ammettere la ditta ARTHREX ITALIA S.R.L. al prosieguo della gara.

Ditta SMITH & NEPHEW S.R.L.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Gamma di funzioni disponibili ed efficacia nella gestione dei fluidi	Buona gamma di funzioni disponibili ed efficacia nella gestione dei fluidi. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. BUONO	0.80	28



2. Caratteristiche dei tubi	Ottime caratteristiche dei tubi. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	10
3. Facilità di assemblaggio del sistema	Ottima facilità di assemblaggio del sistema Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	15
4. Assistenza tecnica	Ottima assistenza tecnica. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	10
Totale			63,00

Ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Gamma di funzioni disponibili ed efficacia nella gestione dei fluidi	<p>Ottima gamma di funzioni disponibili ed efficacia nella gestione dei fluidi. Offerta pompa a doppio rotore, per irrigazione ed aspirazione, con interfaccia Shaver Clip che rileva il funzionamento di uno shaver da una console e attiva l'aspirazione "Shaver" al livello preconfigurato. Con 3 funzioni distinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flusso continuo: fornisce un flusso continuo in condizioni normali d'intervento (quando l'aspirazione dallo shaver o dalla cannula non è attivata). - Aspirazione dalla cannula. - Aspirazione dello shaver: con prestazioni di taglio ottimizzate per tutti i produttori di shaver e lame. <p>Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO</p>	1,00	35
2. Caratteristiche dei tubi	Ottime caratteristiche dei tubi. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	10



3. Facilità di assemblaggio del sistema	Ottima facilità di assemblaggio del sistema Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	15
4. Assistenza tecnica	Ottima assistenza tecnica. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	10
Totale			70,00

La Commissione stabilisce, quindi, di riunirsi il 12 agosto alle ore 10:00 per proseguire l'esame delle offerte tecniche.

La seduta viene chiusa alle ore 15.00.

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, è letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente: F.to Dr.ssa Giovanna Pilotto

Componente: F.to Dr. Oscar Sanson

Componente: F.to Dr. Enrico Scalco

Componente: F.to Dr. Davide Scucchiari

Componente: F.to p.i. Paolo Zaltron

Il segretario: F.to Dott.ssa Angela Pascale

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

6^a seduta del 12.08.2025

Il giorno 12 agosto 2025 alle ore 10:00, presso la sala riunioni del dipartimento dei servizi del P.O. Santorso, si è riunita al completo, in modalità telematica, la Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica, presentata dalle ditte partecipanti alla procedura di gara.

Il Presidente, riconosciuta validamente costituita la Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede l'esame congiunto della documentazione tecnica e dopo approfondita discussione passa ad attribuire unanimemente le seguenti valutazioni e punteggi per singolo criterio.

Lotto 3: Sistemi per ablazione ed emostasi artroscopica bipolare (Radiobisturi)

Ditta ARTHREX ITALIA S.R.L.

Il Presidente ricorda che la ditta non ha prodotto la scheda tecnica dell'attrezzatura proposta.

Si procede ad accedere al portale del Ministero della Salute (<https://www.salute.gov.it/new/it/dispositivi-medici/consultazione-della-banca-dati-nazionale>) e al sito ufficiale della Arthrex (<https://edfu.arthrex.com/ARX/products>) per acquisire rispettivamente la scheda tecnica ed il manuale d'uso dell'attrezzatura offerta al fine di verificare il rispetto delle caratteristiche minime essenziali previste all'art. 3 del capitolato speciale di gara. La Commissione, procede all'esame della suddetta documentazione accertando la presenza delle seguenti caratteristiche minime essenziali:

- generatore a radiofrequenza con evidenziatore dell'energia in uso;
- pannello per impostazione dei parametri;
- modalità bipolare;
- comando a pedale con funzioni di ablazione e coagulazione e che consente la gestione delle funzioni di ablazione ed emostasi.
- i terminali monouso devono avere una parte isolante, devono essere possibilmente azionabili direttamente sul manipolo dell'elettrodo o con comando a pedale;
- potenza massima di taglio 400W;
- elettrodi monouso con/senza aspirazione.

La Commissione evidenzia che gli elettrodi monouso con aspirazione consentono il collegamento a un sistema di aspirazione.

A seguito di prova visone è stata accertata altresì la presenza delle seguenti caratteristiche minime essenziali:

- possibilità di modulare la forza di taglio per ridurre il danno termico ai tessuti;
- dotato di sensore che sia in grado di rilevare la vicinanza all'ottica o a parti non tessutali evitandone il danneggiamento: in questo caso l'apparecchiatura deve prevedere un blocco automatico di sicurezza;
- deve consentire l'utilizzo di pluri-elettrodi terminali disponibili in varie angolazioni e diametri anche per piccole articolazioni ed eventuale strumentario dedicato in comodato d'uso;

La Commissione evidenzia tuttavia che l'attrezzatura risulta non conforme alle caratteristiche tecniche di minima di cui all' art. 3 del capitolato speciale di gara in quanto possiede il collegamento del comando a pedale alla centralina solo tramite cavo anziché "sia tramite cavo che wireless".

Alla luce di quanto sopra la Commissione, ricordando che l'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara ritiene di non ammettere la ditta ARTHREX ITALIA S.R.L. al prosieguo della gara.

Ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.

La Commissione evidenzia che l'attrezzatura offerta risulta non conforme alle caratteristiche tecniche di minima di cui all' art. 3 del capitolato speciale di gara ed in particolare presenta:

- una potenza massima di taglio di 300W anziché di 400W;
- il collegamento del comando a pedale alla centralina solo tramite cavo anziché “sia tramite cavo che wireless”.

Alla luce di quanto sopra la Commissione, ricordando che l'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara ritiene di non ammettere la ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.al prosieguo della gara.

Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.

La Commissione evidenzia che gli elettrodi monouso con aspirazione previsti in offerta consentono il collegamento a un sistema di aspirazione.

La Commissione giudicatrice rileva inoltre che nell'offerta economica senza prezzi non risultano indicati i prodotti “comando a pedale senza cavo (codice 227214)” e “manipolo poliuso (codice 225002)” che risultano invece presenti nelle schede tecniche prodotte e pertanto ritiene di chiedere chiarimenti in merito alla ditta ai sensi dell'art. 101 c.3 del D.Lgs. 36/2023.

Ditta STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.

La Commissione rileva che l'attrezzatura risulta non conforme alle caratteristiche tecniche di minima di cui all' art. 3 del capitolato speciale di gara in quanto possiede il collegamento del comando a pedale alla centralina solo tramite cavo anziché “sia tramite cavo che wireless”.

Alla luce di quanto sopra la Commissione, ricordando che l'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara ritiene di non ammettere la ditta STRYKER ITALIA SRL S.U.al prosieguo della gara.

Ditta SMITH & NEPHEW S.R.L.

Il Presidente ricorda che la ditta non ha prodotto la scheda tecnica del prodotto Puntale Paragon T2 15°, diam. 2,3 mm - cavo integrato, codice AC5531-01e rep. 190069,

Si procede ad accedere al portale del Ministero della Salute (<https://www.salute.gov.it/new/it/dispositivi-medici/consultazione-della-banca-dati-nazionale>) e si acquisisce la scheda “Indicazioni per l'uso”.

La Commissione giudicatrice rileva inoltre che nell'offerta economica senza prezzi non risultano indicati i prodotti “comando a pedale wireless (codice 72290008)” e “ablattore Ambient flow (codici: 72290037 - 72290038 -72290042)” che risultano invece presenti nelle schede tecniche prodotte e pertanto ritiene di chiedere chiarimenti in merito ditta ai sensi dell'art. 101 c.3 del D.Lgs. 36/2023.

La Commissione stabilisce, quindi, di riunirsi il 15 settembre alle ore 10:00 per proseguire l'esame delle offerte tecniche.

La seduta viene chiusa alle ore 12.30.

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto:



Il Presidente: F.to Dr.ssa Giovanna Pilotto

Componente: F.to Dr. Oscar Sanson

Componente: F.to Dr. Enrico Scalco

Componente: F.to Dr. Davide Scucchiari

Componente: F.to p.i. Paolo Zaltron

Il segretario: F.to Dott.ssa Angela Pascale

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

7a seduta del 16.09.2025

Il giorno 16 settembre 2025 alle ore 14:00, presso la sala riunioni del dipartimento dei servizi del P.O. Santorso, si è riunita al completo, in modalità telematica, la Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica, presentata dalle ditte partecipanti alla procedura di gara.

Il Presidente, riconosciuta validamente costituita la Commissione, dichiara aperta la seduta.

Ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.

Il Presidente ricorda che con nota prot. n. 76253 del 12.08.2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID 206087862), sono stati richiesti chiarimenti in merito all'offerta economica senza prezzi in cui non risultano indicati i prodotti "comando a pedale senza cavo (codice 227214)" e "manipolo poliuso (codice 225002)".

Il Presidente rileva che alla data del 20.08.2025 prorogato al 22.08.2025, termine fissato per adempiere alla suddetta richiesta di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 c.3 del D.Lgs. 36/2023, con nota del 22.08.2025 (ID 206473251), la ditta ha comunicato quanto segue:

- con riferimento al "comando a pedale senza cavo (codice 227214)", l'O.E. ha confermato *"che l'accessorio è incluso nella dotazione dei prodotti offerti come risulta dalle schede tecniche prodotte in offerta. La mancata inclusione del relativo codice nell'offerta economica senza prezzi è dovuta al fatto che il costo di tale accessorio è compreso nell'importo complessivo dell'offerta, senza necessità di associare uno specifico valore al codice"*;
- con riferimento al "manipolo poliuso (codice 225002)" l'O.E. ha evidenziato *"che tale accessorio non si utilizza con i codici di monouso oggetto dell'offerta in quanto gli stessi sono già dotati dell'analogo manipolo. Pertanto l'offerta del manipolo poliuso risulta inutile in associazione con i prodotti monouso oggetto dell'offerta."*

La Commissione procede l'esame congiunto della documentazione tecnica e dopo approfondita discussione passa ad attribuire unanimemente le seguenti valutazioni e punteggi per singolo criterio.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Modalità di erogazione della potenza e di funzionamento per l'ablazione dei tessuti e coagulazione, caratteristiche migliorative	Buona modalità di erogazione della potenza e di funzionamento per l'ablazione dei tessuti e coagulazione. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	28
2. Gamma manipoli	Ampia gamma di manipoli. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	20
3. Facilità di utilizzo (impostazioni menù centralina)	Ottima facilità di utilizzo. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa,	1,00	5

	rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO		
4. Assistenza tecnica	Buona assistenza tecnica con tempi di intervento entro 8 ore dalla chiamata. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	8
		Totale	61,00

Ditta SMITH & NEPHEW S.R.L.

Il Presidente ricorda che con nota prot. n. 76260 del 12.08.2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID 206087913), sono stati richiesti chiarimenti in merito all'offerta economica senza prezzi in cui non risultano indicati i prodotti "comando a pedale wireless (codice 72290008)" e "ablatores Ambient flow (codici: 72290037 - 72290038 -72290042)" che risultano invece presenti nelle schede tecniche prodotte.

Il Presidente rileva che alla data del 20.08.2025 prorogato al 22.08.2025, termine fissato per adempiere alla suddetta richiesta di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 c.3 del D.Lgs. 36/2023, con nota del 22.08.2025 (ID 206461247), la ditta ha comunicato quanto segue:

- *“per quanto concerne il comando a pedale wireless codice 72290008, presente nella scheda tecnica, lo stesso non risulta ancora essere fisicamente disponibile a livello Italia, per cui per correttezza e trasparenza, pur essendo lo stesso presente nella scheda tecnica del sistema, non è stato riportato ed inserito nell’offerta economica senza prezzi in quanto in questo momento non sarebbe effettivamente possibile fornirlo, anche se lo sarà nel prossimo futuro. Il sistema offerto ovviamente risulta perfettamente funzionante in quanto è presente il pedale con cavo, del tutto equivalente sotto ogni punto di vista.*
- *per quanto concerne l’ablatores Ambient Flow, codici 72290037 – 72290038 – 72290042, non sono stati offerti in quanto nell’insieme della valutazione complessiva delle richieste del lotto oltre che delle condizioni economiche dello stesso, non ne consentivano la proposta.*

Il Presidente rileva che, oltre il termine fissato del 22.08.2025 per adempiere alla suddetta richiesta di soccorso istruttorio, con nota del 25.08.2025 (ID 206502839) la ditta ha comunicato che il “pedale wireless codice 72290008” è ora disponibile” come confermato dalla casa madre.

La Commissione evidenzia che la ditta non precisa che tale accessorio è compreso nell'offerta economica (peraltro redatta prima della disponibilità di tale prodotto).

Alla luce di quanto sopra la Commissione, ricordando che l'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, valuta l'offerta tecnica incerta ed equivoca e pertanto ritiene di non ammettere la ditta SMITH & NEPHEW SRL al prosieguo della gara.

Al termine dei lavori la Commissione prende atto che ne deriva la seguente situazione finale:

Lotto 1 - Dispositivi per artroscopia di ginocchio/spalla con sistema motorizzato per artroscopia in noleggio.



	Criterio	punteggio max punti 70	ARTHREX ITALIA S.R.L.	STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.	SMITH & NEPHEW S.R.L.
1	Efficacia nella resezione dei tessuti molli e di resezione dell'osso in modalità artroscopica e caratteristiche migliorative	25	25	25	25
2	Caratteristiche e gamma delle lame e frese	25	25	25	25
3	Facilità di utilizzo ed ergonomia manipoli	10	10	10	10
4	Assistenza tecnica	10	10	2	8
Totale punteggio			70	62	68

Tutte le offerte hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.

Lotto 2 - Set per pompa di infusione artroscopica con pompa artroscopica in noleggio.

	Criterio	punteggio max punti 70	ARTHREX ITALIA S.R.L.	SMITH & NEPHEW S.R.L.	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.
1	Gamma di funzioni disponibili ed efficacia nella gestione dei fluidi	35	NON CONFORME	35	35
2	Caratteristiche dei tubi	10		10	10
3	Facilità di assemblaggio del sistema	15		15	15
4	Assistenza tecnica	10		10	10
Totale punteggio				63	70

Le offerte delle ditte SMITH & NEPHEW SRL e ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.

Lotto 3: Sistemi per ablazione ed emostasi artroscopica bipolare (Radiobisturi)

	Criterio	punteggio max punti 70	ARTHREX ITALIA S.R.L.	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	STRYKER ITALIA SRL S.U.	SMITH & NEPHEW SRL	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A
1	Modalità di erogazione della potenza e di funzionamento per l'ablazione	35	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME		28



	dei tessuti e coagulazione, caratteristiche migliorative						
2	Facilità di utilizzo (impostazioni menù centralina)	20				NON CONFORME	20
3	Facilità di utilizzo (impostazioni menù centralina)	5					5
4	Assistenza tecnica	10					8
Totale punteggio							61

L'offerta della ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. ha raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, viene ammessa all'apertura delle offerte economiche.

Lotto 4: Dispositivi per la ricostruzione dei legamenti crociati

	Criterio	punteggio max punti 70	ARTHREX ITALIA S.R.L	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	STRYKER ITALIA SRL S.U	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L
1	Caratteristiche tecniche	25	25	25	25	25	25
2	Praticità d'uso	25	20	20	20	25	20
3	Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	20	20	20	20	20	20
Totale punteggio			65	65	65	70	65

Tutte le offerte hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche

Lotto 5: Sistemi di suture meniscali

	Criterio	punteggio max punti 70	ARTHREX ITALIA S.R.L	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L
1	Caratteristiche tecniche	25	25	25	25
2	Praticità d'uso	25	25	25	25
3	Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	20	20	20	20
Totale punteggio			70	70	70

Tutte le offerte hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.

Lotto 6: Dispositivi per la chirurgia artroscopica della spalla

	Criterio	punteggio max punti 70	ARTHREX ITALIA S.R.L.	CONMED ITALIA S.R.L.	STRYKER ITALIA SRL S.U.	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.
1	Caratteristiche tecniche	25	25	25	25	25	25
2	Praticità d'uso	25	25	20	20	20	15
3	Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	20	20	20	20	20	20
Totale punteggio			70	65	65	65	60

Tutte le offerte hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.

Lotto 7: Sistema di fissazione femorale e tibiale utilizzabile nella ricostruzione dei legamenti crociati anteriore sistema cross pin o equivalente

	Criterio	punteggio max punti 70	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
1	Caratteristiche tecniche	25	25
2	Praticità d'uso	25	25
3	Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	20	20
Totale punteggio			70

L'offerta ha raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, viene ammessa all'apertura delle offerte economiche.

Lotto 8: Membrana tipo Merg;

	Criterio	punteggio max punti 70	GUARDA MEDICAL S.R.L.
1	Caratteristiche tecniche	25	10
2	Praticità d'uso	25	5
3	Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	20	20
Totale punteggio			35

L'offerta non ha raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, non viene ammessa all'apertura delle offerte economiche.

Lotto 9: Dispositivo reggibraccio per artroscopia della spalla: deserto

Lotto 10: Matrice di rinforzo per tessuti molli tipo “dx reinforcement Matrix” o equivalente.

Criteriono	punteggio max punti 70	ARTHREX ITALIA S.R.L	GUNA
Caratteristiche tecniche	25	25	NON CONFORME
Praticità d'uso	25	25	
Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	20	20	
Totale punteggio		70	

L' offerta ha raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, viene ammessa all'apertura delle offerte economiche.

La Commissione ricorda che qualora la migliore offerta non raggiunga il massimo punteggio qualità di 70 punti si procederà, per le offerte che avranno raggiunto il punteggio minimo sopra indicato, alla riparametrazione, assegnando 70 punti all'offerta con il punteggio assoluto più alto; agli altri concorrenti verranno assegnati punteggi direttamente proporzionali sulla base della seguente formula:

$$PQ_x = 70 * PT_x / PT_{MAX}$$

Dove:

PQ_x = Punteggio qualità assegnato al concorrente

70 = costante (punteggio massimo previsto per la qualità dagli atti di gara)

PT_x = Punteggio qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica del concorrente

PT_{MAX} = Punteggio qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica che ha ricevuto il miglior punteggio tra le offerte tecniche ammesse in gara.

La Commissione procede, pertanto, alla riparametrazione del punteggio relativo al Lotto 3 da cui risulta quanto segue:

Lotto 3 - Sistemi per ablazione ed emostasi artroscopica bipolare (Radiobisturi)	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A Punteggio iniziale 61/70
Totale punteggio riparametrato	70

Alle ore 15:30 si concludono i lavori e termina la seduta.

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine è letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: F.to Dr.ssa Giovanna Pilotto

Componente: F.to Dr. Oscar Sanson

Componente: F.to Dr. Enrico Scalco

Componente: F.to Dr. Davide Scucchiari

Componente: F.to p.i. Paolo Zaltron

Il segretario: F.to Dott.ssa Angela Pascale

Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
C.F. e P. IVA 00913430245

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER ARTROSCOPIA MINI-INVASIVA ED ELETTOCHIRURGICA, SUDDIVISA IN N. 10 LOTTI. AULSS7_2024_00287

CIG	Lotto 1: B4B2AC0048 - Lotto 2: B4B2AC111B - Lotto 3: B4B2AC21EE - Lotto 4: B4B2AC32C1 - Lotto 5: B4B2AC4394 - Lotto 6: B4B2AC5467 - Lotto 7: B4B2AC653A - Lotto 8: B4B2AC760D - Lotto 9: B4B2AC86E0 - Lotto 10: B4B2AC97B3.
------------	---

VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

Il giorno 17 settembre 2025 alle ore 11:00 si è riunita in videoconferenza la Commissione Giudicatrice, per procedere all'apertura delle offerte economiche presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto, nominata con delibera n. 669 del 04.04.2025 e composta come segue:

La Commissione giudicatrice, nominata con delibera n. 669 del 04.04.2025, risulta così composta:

PRESIDENTE: dr.ssa Giovanna Pilotto, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia

COMPONENTI: dr. Enrico Scalco, Dirigente medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Asiago;

dr. Oscar Sanson, Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Santorso

dr. Davide Scucchiari, Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Santorso;

p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica;

SEGRETARIO: dott.ssa Angela Pascale, Assistente Amministrativo U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica;

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura dei punteggi qualità attribuiti dalla Commissione Giudicatrice a seguito della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti nelle sedute riservate in date 16.04.2025, 05.06.2025, 20.06.2025, 11.07.2025 12.08.2025 e 15.09.2025 di seguito riportati:

Lotto 1 - Dispositivi per artroscopia di ginocchio/spalla con sistema motorizzato per artroscopia in noleggio.

	Criterio	punteggio max punti 70	ARTHREX ITALIA S.R.L.	STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.	SMITH & NEPHEW S.R.L.
1	Efficacia nella resezione dei tessuti molli e di resezione dell'osso in modalità artroscopica e caratteristiche migliorative	25	25	25	25



	Criterio	punteggio max punti 70	ARTHREX ITALIA S.R.L.	STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.	SMITH & NEPHEW S.R.L.
2	Caratteristiche e gamma delle lame e frese	25	25	25	25
3	Facilità di utilizzo ed ergonomia manipoli	10	10	10	10
4	Assistenza tecnica	10	10	2	8
Totale punteggio			70	62	68

Tutte le offerte hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.

Lotto 2 - Set per pompa di infusione artroscopica con pompa artroscopica in noleggio.

	Criterio	punteggio max punti 70	ARTHREX ITALIA S.R.L.	SMITH & NEPHEW S.R.L.	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.
1	Gamma di funzioni disponibili ed efficacia nella gestione dei fluidi	35	NON CONFORME	35	35
2	Caratteristiche dei tubi	10		10	10
3	Facilità di assemblaggio del sistema	15		15	15
4	Assistenza tecnica	10		10	10
Totale punteggio				63	70

Le offerte delle ditte SMITH & NEPHEW SRL e ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.

Lotto 3: Sistemi per ablazione ed emostasi artroscopica bipolare (Radiobisturi)

	Criterio	punteggio max punti 70	ARTHREX ITALIA S.R.L.	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	STRYKER ITALIA SRL S.U.	SMITH & NEPHEW SRL	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A
1	Modalità di erogazione della potenza e di funzionamento per l'ablazione dei tessuti e coagulazione, caratteristiche migliorative	35	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	NON CONFORME	28



2	Facilità di utilizzo (impostazioni menù centralina)	20					20
3	Facilità di utilizzo (impostazioni menù centralina)	5					5
4	Assistenza tecnica	10					8
Totale punteggio							61

L'offerta della ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. ha raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, viene ammessa all'apertura delle offerte economiche.

Totale punteggio riparametrato	70,00
---------------------------------------	--------------

Lotto 4: Dispositivi per la ricostruzione dei legamenti crociati

	Criterio	punteggio max punti 70	ARTHREX ITALIA S.R.L	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A	STRYKER ITALIA SRL S.U	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L
1	Caratteristiche tecniche	25	25	25	25	25	25
2	Praticità d'uso	25	20	20	20	25	20
3	Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	20	20	20	20	20	20
Totale punteggio			65	65	65	70	65

Tutte le offerte hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche

Lotto 5: Sistemi di suture meniscali

	Criterio	punteggio max punti 70	ARTHREX ITALIA S.R.L	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L
1	Caratteristiche tecniche	25	25	25	25
2	Praticità d'uso	25	25	25	25
3	Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	20	20	20	20
Totale punteggio			70	70	70

Tutte le offerte hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.

Lotto 6: Dispositivi per la chirurgia artroscopica della spalla

	Criterio	punteggio max punti 70	ARTHREX ITALIA S.R.L.	CONMED ITALIA S.R.L.	STRYKER ITALIA SRL S.U	SMITH & NEPHEW SRL	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.
1	Caratteristiche tecniche	25	25	25	25	25	25
2	Praticità d'uso	25	25	20	20	20	15
3	Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	20	20	20	20	20	20
Totale punteggio			70	65	65	65	60

Tutte le offerte hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.

Lotto 7: Sistema di fissazione femorale e tibiale utilizzabile nella ricostruzione dei legamenti crociati anteriore sistema cross pin o equivalente

	Criterio	punteggio max punti 70	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A
1	Caratteristiche tecniche	25	25
2	Praticità d'uso	25	25
3	Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	20	20
Totale punteggio			70

L'offerta ha raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, viene ammessa all'apertura delle offerte economiche.

Lotto 8: Membrana tipo Merg;

	Criterio	punteggio max punti 70	GUARDA MEDICAL S.R.L.
1	Caratteristiche tecniche	25	10
2	Praticità d'uso	25	5
3	Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	20	20
Totale punteggio			35

L'offerta non ha raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, non viene ammessa all'apertura delle offerte economiche.

Lotto 10: Matrice di rinforzo per tessuti molli tipo “dx reinforcement Matrix” o equivalente.

Criterio	punteggio max punti 70	ARTHREX ITALIA S.R.L	GUNA
Caratteristiche tecniche	25	25	NON CONFORME
Praticità d'uso	25	25	
Servizi di supporto e assistenza tecnica e formativa post vendita	20	20	
Totale punteggio		70	

Il Presidente ricorda altresì che, come previsto dall'art. 17 del Disciplinare di gara, sono inammissibili le offerte che superino gli importi complessivi per singolo lotto a base d'asta per 36 mesi.

Il Presidente procede a dare lettura delle offerte economiche delle ditte di seguito riportate:

Lotto 1 - Dispositivi per artroscopia di ginocchio/spalla con sistema motorizzato per artroscopia in noleggio per l'importo triennale a base d'asta di € 111.588,00 (IVA esclusa)

	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	SMITH & NEPHEW S.R.L.	102.090,00 €	30,00	68,00	98,00
2	ARTHREX ITALIA S.R.L.	109.578,00 €	27,95	70,00	97,95
3	STRYKER ITALIA SRL S.U.	109.560,00 €	27,95	62,00	89,95

La Commissione rileva che l'offerta della ditta SMITH & NEPHEW S.R.L. risulta sospetta di anomalia in base al criterio stabilito dall'art. 24 del Capitolato d'onori, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara.

Lotto 2 - Set per pompa di infusione artroscopica con pompa artroscopica in noleggio per l'importo triennale a base d'asta di € 45.600,00 (IVA esclusa)

	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	45.360,00 €	26,67	70,00	96,67
2	SMITH & NEPHEW S.R.L.	40.320,00 €	30,00	63,00	93,00

Con riferimento all'offerta della ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. la Commissione rileva che nell'allegato 5 “Modello Offerta economica” risultano compilate nella voce “A – Dispositivi” le seguenti righe:

A - DISPOSITIVI		QUANTITA' TRIENNALE	Nome commerciale o descrizione prodotto	Codice prodotto	Conf. da pz.	Nome del produttore (REF)	Codice CND	nr. Repertorio	PREZZO UNITARIO (Iva esclusa)	IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE (Iva esclusa)	IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE (Iva esclusa)
1	SET PER POMPA DI INFUSIONE ARTROSCOPICA	1.680	BOX 30 PEZZI) TUBO GIORNALIERO STERILE DUAL FLOW (CONF. 30 PEZZI)	11010076	30	Hemodia S.a.s.	K0399	1792844	€ 27,00	€ 15.120,00	€ 45.360,00
1	SET PER POMPA DI INFUSIONE ARTROSCOPICA	1.680	TUBO INTERMEDIO STERILE MONOUSO DUAL FLOW (CONF. 50 PZ)	11010078	50	Hemodia S.a.s.	K0399	1792892	€ 27,00	€ 15.120,00	€ 45.360,00
B - APPARECCHIATURA		QUANTITA'	Nome commerciale o descrizione prodotto	Codice prodotto	Nome del produttore (REF)	nr. Repertorio	Valore commerciale	CANONE UNITARIO ANNUO (Iva esclusa)	CANONE COMPLESSIVO ANNUO (Iva esclusa)	CANONE COMPLESSIVO TRIENNALE (Iva esclusa)	
1	POMPE DI INFUSIONE PER ARTROSCOPIA	n. 6	CENTRALINA POMPA DUAL FLOW	11010072	Hemodia S.a.s.	1809050	€ 17.324,00	€ 0,00 (comodato d'uso gratuito)	€ 0,00 (comodato d'uso gratuito)	€ 0,00 (comodato d'uso gratuito)	
1	POMPE DI INFUSIONE PER ARTROSCOPIA	n. 6	PEDALE A 2 CONTROLLI	11010073	Hemodia S.a.s.	Classe I	€ 1.445,00	€ 0,00 (comodato d'uso gratuito)	€ 0,00 (comodato d'uso gratuito)	€ 0,00 (comodato d'uso gratuito)	
1	POMPE DI INFUSIONE PER ARTROSCOPIA	n. 6	CLIP DI INTERFACCIA	11010075	Hemodia S.a.s.	Classe I	€ 1.096,00	€ 0,00 (comodato d'uso gratuito)	€ 0,00 (comodato d'uso gratuito)	€ 0,00 (comodato d'uso gratuito)	
Totale triennale dell'intera fornitura (A+B) IVA esclusa											€ 45.360,00

La Commissione evidenzia che l'importo triennale di € 45.360,00, indicato in ciascuna riga della voce "A – Dispositivi" corrisponde al totale di € 45.360,00 esposto sia nel totale triennale della intera fornitura di cui all'allegato 5 "Modello Offerta economica" sia all'importo complessivo triennale inserito a sistema nell'apposito campo "Offerta economica".

La commissione ritiene pertanto di chiedere chiarimenti in merito alla ditta ai sensi dell'art. 101 c.3 del D.Lgs. 36/2023.

La Commissione rileva inoltre che l'offerta della ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.r.l. risulta sospetta di anomalia in base al criterio stabilito dall'art. 24 del Capitolato d'oneri, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara.

Lotto 3 - Sistemi per ablazione ed emostasi artroscopica bipolare (Radiobisturi) per l'importo triennale a base d'asta di € 188.850,00 (IVA esclusa).

	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	188.830,50 €	30,00	70,00	100,00

La Commissione rileva che l'offerta della ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. risulta sospetta di anomalia in base al criterio stabilito dall'art. 24 del Capitolato d'oneri, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara.

Lotto 4 - Dispositivi per la ricostruzione dei legamenti crociati per l'importo triennale a base d'asta di € 61.505,25 (IVA esclusa).

	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	SMITH & NEPHEW S.R.L.	60.396,00 €	28,58	70,00	98,58
2	ARTHREX ITALIA S.R.L.	57.540,00 €	30,00	65,00	95,00
3	STRYKER ITALIA SRL S.U.	58.757,40 €	29,38	65,00	94,38
4	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	60.225,00 €	28,66	65,00	93,66
5	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	61.461,00 €	28,09	65,00	93,09

La Commissione rileva che l'offerta della ditta SMITH & NEPHEW SRL risulta sospetta di anomalia in base al criterio stabilito dall'art. 24 del Capitolato d'oneri, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara.

Lotto 5 - Sistemi di suture meniscali per l'importo triennale a base d'asta di € 18.175,83 (IVA esclusa).

	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	ARTHREX ITALIA S.R.L.	16.110,00 €	30,00	70,00	100,00
2	SMITH & NEPHEW S.R.L.	17.805,00 €	27,14	70,00	97,14
3	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	18.120,00 €	26,67	70,00	96,67

La Commissione rileva che l'offerta della ditta ARTHREX ITALIA S.R.L. risulta sospetta di anomalia in base al criterio stabilito dall'art. 24 del Capitolato d'oneri, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara.

Lotto 6 - Dispositivi per la chirurgia artroscopica della spalla per l'importo triennale a base d'asta di € 173.620,50

	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	ARTHREX ITALIA S.R.L.	171.948,00 €	28,08	70,00	98,08
2	SMITH & NEPHEW S.R.L.	160.932,00 €	30,00	65,00	95,00
3	STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.	168.990,63 €	28,57	65,00	93,57
4	CONMED ITALIA S.R.L.	171.510,00 €	28,15	65,00	93,15
5	ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	169.209,00 €	28,53	60,00	88,53

La Commissione rileva che l'offerta della ditta ARTHREX ITALIA S.R.L. risulta sospetta di anomalia in base al criterio stabilito dall'art. 24 del Capitolato d'onori, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara.

Lotto 7 - Sistema di fissazione femorale e tibiale utilizzabile nella ricostruzione dei legamenti crociati anteriore sistema cross pin o equivalente per l'importo triennale a base d'asta di € 41.712,00

	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	41.712,00 €	30,00	70,00	100,00

La Commissione rileva che l'offerta della ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. risulta sospetta di anomalia in base al criterio stabilito dall'art. 24 del Capitolato d'onori, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara.

Lotto 10 - Matrice di rinforzo per tessuti molli tipo "DX Reinforcement Matrix" o equivalente per l'importo triennale a base d'asta di € 13.500,00

	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	ARTHREX ITALIA S.R.L.	13.500,00 €	30,00	70,00	100,00

La Commissione rileva che l'offerta della ditta ARTHREX ITALIA S.R.L. risulta sospetta di anomalia in base al criterio stabilito dall'art. 24 del Capitolato d'onori, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara.

Il Presidente dispone di trasmettere il presente verbale e la documentazione al RUP – Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica per avviare i lavori di verifica della congruità delle offerte sospette di anomalia con riserva di ricevere, con riferimento al Lotto 2, i chiarimenti da parte della ditta Zimmer.

La seduta viene chiusa alle ore 12:00.

Il presente verbale, composto da n. 8 pagine, è letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: F.to Dr.ssa Giovanna Pilotto

Componente: F.to Dr. Oscar Sanson

Componente: F.to Dr. Enrico Scalco



Componente: F.to Dr. Davide Scucchiari

Componente: p.i. Paolo Zaltron

Il segretario: F.to Dott.ssa Angela Pascale

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE**2a seduta del 09.10.2025**

Il giorno 09 ottobre 2025 alle ore 10:00, si è riunita in videoconferenza la Commissione Giudicatrice per procedere alla verifica dei chiarimenti forniti dalla ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. in risposta alla richiesta di soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023.

Il Presidente, riconosciuta validamente costituita la Commissione, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente ricorda che, con nota prot. n. 89775 del 25 settembre 2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID 207688972), è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio nei confronti della ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. con richiesta di chiarimenti relativi all'offerta economica presentata per il Lotto 2.

Il Presidente prende atto che, con nota pervenuta in data 1 ottobre 2025 (ID 207993860), l'operatore economico ha chiarito che l'importo triennale complessivo della fornitura (n. 1.680 set) per il Lotto 2 è effettivamente pari a € 45.360,00, corrispondente all'importo indicato sia alla voce "Totale triennale dell'intera fornitura" di cui al "Modello Offerta Economica" sia a sistema nell'apposito campo "Offerta economica", e che per mero errore materiale, nel sopracitato allegato 5 è stato valorizzato anche il dispositivo cod. 11010076 che in realtà è in sconto merce mentre il dispositivo 11010078 è stato correttamente offerto al prezzo di € 27,00.

Considerato quanto sopra esposto, la Commissione ritiene i chiarimenti forniti pienamente esaustivi e, con specifico riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 17 del disciplinare di gara, non rileva alcuna discrepanza tra l'importo complessivo offerto, inserito in piattaforma, e quanto indicato nell'Allegato 5 - Modello di offerta economica.

Il Presidente dispone di trasmettere il presente verbale e la documentazione al RUP – Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica per il seguito di competenza.

La seduta viene chiusa alle ore 12:00.

Il presente verbale, composto da n. 1 pagine, è letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: F.to Dr.ssa Giovanna Pilotto

Componente: F.to Dr. Oscar Sanson

Componente: F.to Dr. Enrico Scalco

Componente: F.to Dr. Davide Scucchiari

Componente: p.i. Paolo Zaltron

Il segretario: F.to Dott.ssa Angela Pascale

Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
C.F. e P. IVA 00913430245

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER ARTROSCOPIA MINI-INVASIVA ED ELETTRICHIURGICA, SUDDIVISA IN N. 10 LOTTI. AULSS7_2024_00287

CIG	Lotto 1: B4B2AC0048 - Lotto 2: B4B2AC111B - Lotto 3: B4B2AC21EE - Lotto 4: B4B2AC32C1 - Lotto 5: B4B2AC4394 - Lotto 6: B4B2AC5467 - Lotto 7: B4B2AC653A - Lotto 8: B4B2AC760D - Lotto 9: B4B2AC86E0 - Lotto 10: B4B2AC97B3.
------------	---

VERBALE DI GARA
Prima seduta riservata verifica congruità offerta

Il giorno 03.10.2025 alle ore 9.30 in videoconferenza sono presenti, in seduta riservata, la dott.ssa Elisabetta Zambonin, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, in qualità di RUP, e la Commissione Giudicatrice, nominata con delibera n. 246 del 07.02.2025, sono presenti, in seduta riservata, la dott.ssa Elisabetta Zambonin, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, in qualità di RUP e i seguenti componenti della Commissione Giudicatrice:

- dr. Oscar Sanson, Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Santorso
 - dr. Davide Scucchiari, Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Santorso;
 - p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica;
- SEGRETARIO: dott.ssa Angela Pascale, Assistente Amministrativo U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica;

per avviare i lavori relativi alla verifica della congruità delle offerte sospette di anomalia presentate dalle ditte prime classificate nelle graduatorie della procedura in oggetto (con riserva di ricevere, con riferimento al Lotto 2, i chiarimenti da parte della ditta Zimmer in risposta alla richiesta di soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023).

Risultano assenti giustificati la dott.ssa Giovanna Pilotto e il dr. Enrico Scalco.

Il RUP prende visione del verbale della Commissione Giudicatrice di valutazione delle offerte economiche del 17.09.2025 da cui risulta che le offerte di seguito riportate risultano sospette di anomalia in quanto, come previsto dall'art. 24 del Disciplinare, presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, entrambi pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara.

Lotto 1 - Dispositivi per artroscopia di ginocchio/spalla con sistema motorizzato per artroscopia in noleggio per l'importo triennale a base d'asta di € 111.588,00 (IVA esclusa)

Lotto 4 - Dispositivi per la ricostruzione dei legamenti crociati per l'importo triennale a base d'asta di € 61.505,25 (IVA esclusa).

Lotto	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	SMITH & NEPHEW S.R.L.	102.090,00 €	30,00	68,00	98,00
4		60.396,00 €	28,58	70,00	98,58

Il RUP accerta che la ditta sopracitata ha compilato, rispettivamente per il Lotti 1 e 4, l'Allegato 5 al Disciplinare di Gara denominato "Modello Offerta economica", già predisposto dalla Stazione Appaltante, che attesta la scomposizione dei costi dell'offerta tra le varie voci e precisamente:

Lotto 1:

Voci di costo	Incidenza %	Valore voce di costo
costi fornitura	58%	59.212,20 €
ammortamenti	6,20%	6.329,58 €
costo del lavoro	12,80%	13.067,52 €
spese viaggio	0,90%	918,81 €
costi trasporto	2,70%	2.756,43 €
costi logistica	2,30%	2.348,07 €
spese generali d'azienda	12,00%	12.250,80 €
costi interni per la sicurezza	0,10%	102,09 €
utile d'impresa	5,00%	5.104,50 €
totale prezzo offerto	100,00%	102.090,00 €

Monte ore del personale: 39 ore settimanali

Tipologia, qualifica, tempo di impiego e CCNL:

Business Director linea SM: Dirigente; full time; CCNL: Dirigenti Commercio

Regional Sales Manager linea SM: Quadro; full time; Commercio

Business Development Specialist: 1 Livello; full time; Commercio

Product Sales Representative: Quadro; full time; Commercio

Lotto 4:

Voci di costo	Incidenza %	Valore voce di costo
costi fornitura	58%	35.029,68 €
ammortamenti	6,20%	3.744,55 €
costo del lavoro	12,80%	7.730,68 €
spese viaggio	0,90%	543,56 €
costi trasporto	2,70%	1.630,69 €
costi logistica	2,30%	1.389,10 €
spese generali d'azienda	12,00%	7.247,52 €
costi interni per la sicurezza	0,10%	60,39 €
utile d'impresa	5,00%	3.019,80 €
totale prezzo offerto	100,00%	60.396,00 €

Monte ore del personale: 39 ore settimanali

Tipologia, qualifica, tempo di impiego e CCNL:

Business Director linea SM: Dirigente; full time; CCNL: Dirigenti Commercio

Regional Sales Manager linea SM: Quadro; full time; Commercio

Business Development Specialist: 1 Livello; full time; Commercio

Product Sales Representative: Quadro; full time; Commercio

Il RUP, al fine di procedere alla verifica di cui all'art. 110 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023, ritiene di acquisire ulteriori elementi chiedendo alla ditta sopracitata di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.

Lotto 2 - Set per pompa di infusione artroscopica con pompa artroscopica in noleggio per l'importo triennale a base d'asta di € 45.600,00 (IVA esclusa)

Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	45.360,00 €	26,67	70,00	96,67

Il RUP accerta che la ditta sopracitata ha prodotto nella busta economica una dichiarazione che riporta la scomposizione dei costi dell'offerta tra le varie voci:

CATENA DEL VALORE ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. (Riferimento: Bilancio Civilistico chiuso al 31.12.2023)	
voce	Incidenza %
costo protesi (o costi di produzione)	60,57%
costi di trasporto	1,36%
costi del personale	9,80%
altri servizi (costi per la sicurezza)	20,43%
altri servizi - costi per la formazione	0,02%
ammortamenti	0,18%
(proventi) e oneri finanziari	0,41%
altri costi di gestione	1,01%
utile	7,03%
	100%

Il RUP, al fine di procedere alla verifica di cui all'art. 110 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023, ritiene di acquisire ulteriori elementi chiedendo alla ditta sopracitata di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.

Lotto 3 - Sistemi per ablazione ed emostasi artroscopica bipolare (Radiobisturi) per l'importo triennale a base d'asta di € 188.850,00 (IVA esclusa).

Lotto 7 - Sistema di fissazione femorale e tibiale utilizzabile nella ricostruzione dei legamenti crociati anteriore sistema cross pin o equivalente per l'importo triennale a base d'asta di € 41.712,00

Lotto	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
3	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	188.830,50 €	30,00	70,00	100,00
7		41.712,00 €	30,00	70,00	100,00

Il RUP accerta che la ditta sopracitata ha compilato, rispettivamente per i Lotti 3 e 7, l'Allegato 5 al Disciplinare di Gara denominato "Modello Offerta economica", già predisposto dalla Stazione Appaltante, che attesta la scomposizione dei costi dell'offerta tra le varie voci e precisamente:

Lotto 3 - 7:

Dettaglio dei costi	%
Merce c/acquisti (no materie prime)	69,74%
Trasporto merce	1,05%
Costi ricerca e sviluppo	0,00%
Costi di formazione	-0,02%
Costi di manutenzione e assistenza	0,43%

Costo del personale	14,483%
Ammortamento immobilizz. immateriali	
Ammortamento immobilizz. materiali	0,20%
Costi amministrativi	2,86%
Costo sicurezza	0,079%
Spese generali	-56,96%
Utile netto aziendale	68,23%

Il RUP, al fine di procedere alla verifica di cui all'art. 110 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023, ritiene di acquisire ulteriori elementi chiedendo alla ditta sopracitata di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.

Lotto 5 - Sistemi di suture meniscali per l'importo triennale a base d'asta di € 18.175,83 (IVA esclusa).

Lotto 6 - Dispositivi per la chirurgia artroscopica della spalla per l'importo triennale a base d'asta di € 173.620,50

Lotto 10 - Matrice di rinforzo per tessuti molli tipo "DX Reinforcement Matrix" o equivalente per l'importo triennale a base d'asta di € 13.500,00

Lotto	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
5	ARTHREX ITALIA S.R.L.	16.110,00 €	30,00	70,00	100,00
6		171.948,00 €	28,08	70,00	98,08
10		13.500,00 €	30,00	70,00	100,00

Il RUP accerta che la ditta sopracitata ha compilato, rispettivamente per i Lotti 5, 6 e 10, l'Allegato 5 al Disciplinare di Gara denominato "Modello Offerta economica", già predisposto dalla Stazione Appaltante, che attesta la scomposizione dei costi dell'offerta tra le varie voci e precisamente:

Voci di costo	Incidenza %
Spese generali d'azienda (spese generali d'azienda, ammortamenti, costi per polizze ed oneri finanziari), incidenza di esse sull'oggetto della fornitura	15%
Costi trasporto e logistica	3,27%
Costi oneri sicurezza rischi specifici a carico dell'impresa (dichiarati in offerta)	0,09%
Costo del lavoro, del personale per l'applicazione integrale degli istituti del CCNL Commercio, dell'aggiornamento e della Formazione	32,71%
Utile d'impresa	5,38%
Costo del materiale comprensivo di installazione e collaudo	43,56%
Totale Prezzo offerto	100%

Il RUP, al fine di procedere alla verifica di cui all'art. 110 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023, ritiene di acquisire ulteriori elementi chiedendo alla ditta sopracitata di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.

La seduta viene si chiude alle ore 11:00.

Il presente verbale composto da n.5 pagine è letto, approvato e sottoscritto.

Il RUP

F.to Dott.ssa Elisabetta Zambonin



Componente: F.to Dr. Oscar Sanson

Componente: F.to Dr. Davide Scucchiari

Componente: F.to p.i. Paolo Zaltron

Il segretario: F.to Dott.ssa Angela Pascale

VERBALE DI GARA
Seconda seduta riservata verifica congruità offerta

Il giorno 23.10.2025 alle ore 9.30, in videoconferenza sono presenti, in seduta riservata, la dott.ssa Elisabetta Zambonin, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, in qualità di RUP e la Commissione Giudicatrice nominata con delibera n. 246 del 07.02.2025 e composta come segue:

PRESIDENTE: dr.ssa Giovanna Pilotto, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia

COMPONENTI: dr. Enrico Scalco, Dirigente medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Asiago;

dr. Oscar Sanson, Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Santorso

dr. Davide Scucchiari, Dirigente Medico U.O.C. Ortopedia e Traumatologia P.O. Santorso;

p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica;

SEGRETARIO: dott.ssa Angela Pascale, Assistente Amministrativo U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica;

per procedere alla verifica dei giustificativi della congruità delle offerte sospette di anomalia presentate dalle ditte prime classificate nelle graduatorie della procedura in oggetto come segue:

Lotto 1 - Dispositivi per artroscopia di ginocchio/spalla con sistema motorizzato per artroscopia in noleggio per l'importo triennale a base d'asta di € 111.588,00 (IVA esclusa)

Lotto 4 - Dispositivi per la ricostruzione dei legamenti crociati per l'importo triennale a base d'asta di € 61.505,25 (IVA esclusa)

Lotto	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
1	SMITH & NEPHEW S.R.L.	102.090,00 €	30,00	68,00	98,00
4		60.396,00 €	28,58	70,00	98,58

Il RUP dà atto che con nota prot. n. 92951 del 03.10.2025, inviata a mezzo l'area comunicazioni di Sintel, è stato richiesto alla ditta SMITH & NEPHEW S.R.L. di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare gli importi complessivi delle forniture offerte, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta entro il termine del 13.10.2025.

Si rileva che con nota del 06.10.2025 (ID Sintel n. 208161773) la ditta ha presentato la medesima scomposizione dei costi, di cui all'allegato 5 al Disciplinare di Gara denominato "Modello Offerta economica" dettagliando in merito all'organizzazione della prestazione, al metodo di prestazione della fornitura, alle soluzioni tecniche adottate e all'organizzazione aziendale.

Il RUP, con l'ausilio della Commissione giudicatrice accerta che il concorrente ha dato evidenza:

- dei giustificativi delle singole voci di costo che concorrono a formare l'importo complessivo della fornitura;
- di rispettare i minimi salariali e gli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP, sentita la Commissione giudicatrice, ritiene esaustive, pertinenti e dettagliate le giustificazioni prodotte dalla ditta SMITH & NEPHEW S.R.L. a dimostrazione della congruità e sostenibilità delle offerte economiche presentate per i lotti 1-4.

Lotto 2 - Set per pompa di infusione artroscopica con pompa artroscopica in noleggio per l'importo triennale a base d'asta di € 45.600,00 (IVA esclusa)

Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	45.360,00 €	26,67	70,00	96,67

Il RUP dà atto che la Commissione Giudicatrice nella seduta del 09.10.2025 ha ritenuto pienamente esaurienti i chiarimenti forniti dalla ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L., in risposta alla richiesta di soccorso istruttorio, ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023 e valida l'offerta economica.

Il RUP dà atto che con nota prot. n. 92951 del 03.10.2025, inviata a mezzo l'area comunicazioni di Sintel è stato richiesto alla ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare gli importi complessivi delle forniture offerte, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta entro il termine del 13.10.2025.

Si rileva che con nota del 08.10.2025 (ID Sintel n. 208.275.297) la ditta ha presentato la medesima scomposizione, già prodotta in fase di gara, dei costi dettagliando in merito all'organizzazione della prestazione, al metodo di prestazione della fornitura, alle soluzioni tecniche adottate e all'organizzazione aziendale.

Il RUP, con l'ausilio della Commissione giudicatrice accerta che il concorrente ha dato evidenza:

- dei giustificativi delle singole voci di costo che concorrono a formare l'importo complessivo della fornitura;
- di rispettare i minimi salariali e gli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP, sentita la Commissione giudicatrice, ritiene esaurienti, pertinenti e dettagliate le giustificazioni prodotte dalla ditta ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. a dimostrazione della congruità e sostenibilità dell'offerta economica presentata per il lotto 2.

Lotto 3 - Sistemi per ablazione ed emostasi artroscopica bipolare (Radiobisturi) per l'importo triennale a base d'asta di € 188.850,00 (IVA esclusa).

Lotto 7 - Sistema di fissazione femorale e tibiale utilizzabile nella ricostruzione dei legamenti crociati anteriore sistema cross pin o equivalente per l'importo triennale a base d'asta di € 41.712,00

Lotto	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
3	JOHNSON & JOHNSON	188.830,50 €	30,00	70,00	100,00
7	MEDICAL S.p.A.	41.712,00 €	30,00	70,00	100,00

Il RUP dà atto che con nota prot. n. 92959 del 03.10.2025, inviata a mezzo l'area comunicazioni di Sintel è stato richiesto alla ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare gli importi complessivi delle forniture offerte, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta entro il termine del 13.10.2025.

Si rileva che con nota del 09.10.2025 (ID Sintel n. 208.355.623) la ditta ha dettagliato in merito all'organizzazione della prestazione, al metodo di prestazione della fornitura, alle soluzioni tecniche adottate e all'organizzazione aziendale.

Il RUP, con l'ausilio della Commissione giudicatrice accerta che il concorrente ha dato evidenza:

- dei giustificativi delle singole voci di costo che concorrono a formare l'importo complessivo della fornitura;
- di rispettare i minimi salariali e gli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP, sentita la Commissione giudicatrice, ritiene esaustive, pertinenti e dettagliate le giustificazioni prodotte dalla ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A. a dimostrazione della congruità e sostenibilità dell'offerta economica presentate per i lotti 3 e 7.

Lotto 5 - Sistemi di suture meniscali per l'importo triennale a base d'asta di € 18.175,83 (IVA esclusa).

Lotto 6 - Dispositivi per la chirurgia artroscopica della spalla per l'importo triennale a base d'asta di € 173.620,50

Lotto 10 - Matrice di rinforzo per tessuti molli tipo "DX Reinforcement Matrix" o equivalente per l'importo triennale a base d'asta di € 13.500,00

Lotto	Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
5	ARTHREX ITALIA S.R.L.	16.110,00 €	30,00	70,00	100,00
6		171.948,00 €	28,08	70,00	98,08
10		13.500,00 €	30,00	70,00	100,00

Il RUP dà atto che con nota prot. n. 92962 del 03.10.2025, inviata a mezzo l'area comunicazioni di Sintel è stato richiesto alla ditta ARTHREX ITALIA S.R.L. di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare gli importi complessivi delle forniture offerte, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta entro il termine del 13.10.2025.

Si rileva che con nota del 03.10.2025 (ID Sintel n. 208107437) la ditta ha presentato la medesima scomposizione dei costi di cui all'allegato 5 al Disciplinare di Gara denominato "Modello Offerta economica" dettagliando in merito all'organizzazione della prestazione, al metodo di prestazione della fornitura, alle soluzioni tecniche adottate e all'organizzazione aziendale.

Il RUP, con l'ausilio della Commissione giudicatrice accerta che il concorrente ha dato evidenza:

- dei giustificativi delle singole voci di costo che concorrono a formare l'importo complessivo della fornitura;
- di rispettare i minimi salariali e gli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP, sentita la Commissione giudicatrice, ritiene esaustive, pertinenti e dettagliate le giustificazioni prodotte dalla ditta ARTHREX ITALIA S.R.L. a dimostrazione della congruità e sostenibilità dell'offerta economica presentate per i lotti 5, 6 e 10.

Il presente verbale composto da n. 4 pagine è letto, approvato e sottoscritto.

Il RUP F.to Dott.ssa Elisabetta Zambonin

Il Presidente: F.to Dott.ssa Giovanna Pilotto

Componente: F.to Dr. Oscar Sanson

Componente: F.to Dr. Enrico Scalco

Componente: F.to Dr. Davide Scucchiari



Componente: F.to p.i. Paolo Zaltron

Il segretario: F.to Dott.ssa Angela Pascale