

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2087 DEL 14/11/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f.

dott. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, FORNITURA DI N. 1 ELETTROBISTURI CON MODULO ARGON COMPLETO DI CARRELLO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO. PER L'U.O.S.V.D. ENDOSCOPIA DEL P.O. DI SANTORSO. GARA AULSS7_2025_00308.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 2086/25

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Fabiola Grazian

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 0081687/25 del 01.09.2025 il Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica ha trasmesso il modulo di richiesta, redatto in collaborazione con il dr. Lucio Cuoco, Responsabile dell'U.O.S.D. Endoscopia del P.O. di Santorso, per l'acquisto di n. 1 elettrobisturi con modulo Argon completo di carrello e relativo materiale di consumo (n. 40 sonde/anno) in sostituzione di analoga attrezzatura obsoleta e completamente ammortizzata (inventario n. 829033);
- su tale richiesta con nota prot. n. 0082931/25 del 05.09.2025 l'U.O.C. Direzione Medica del P.O. di Santorso ha espresso parere favorevole;
- l'importo per l'acquisto di tale attrezzatura è compreso nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. 2458 del 31/12/2024 "Approvazione bilancio economico preventivo anno 2025" nella voce ID_2025 n. 148 (Codice Commessa 6/2025/1) ed è coperto dal Budget aziendale investimenti 2025.

Preso atto che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. dell'11.07.2018 e relativi indirizzi applicativi;
- con riferimento al materiale di consumo, l'UOC CRAV ha indetto la procedura aperta per la fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva, respiratoria e bilio pancreatico tra cui sono previste le sonde in oggetto che risulta in fase di aggiudicazione;
- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 140.000,00.

Dato atto che:

- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto pertanto a pubblicare, con nota prot. n. 0087405/25 del 18.09.2025, sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (<http://www.ariaspa.it>) e sul sito internet aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>), specifico Avviso di Indagine di Mercato comparativa per la fornitura di un elettrobisturi con modulo Argon completo di carrello e relativo materiale di consumo, per l'importo complessivo di € 53.065,00=IVA esclusa di cui € 37.000,00= IVA esclusa per l'acquisto dell'attrezzatura ed € 16.065,00= IVA esclusa per il materiale di consumo per il periodo di n. 36 mesi (n. 120 sonde);
- a seguito dell'avviso suddetto, entro il termine previsto del 02.10.2025 ore 10:00, sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle seguenti ditte:

DITTA	PRODOTTI OFFERTI, MARCA E MODELLO	IMPORTO (IVA esclusa)	IMPORTO COMPLESSIVO (IVA esclusa)
ERBE ITALIA srl	Produttore: Erbe Elektromedizin GmbH Modello: ERBE VIO 3 N FIRE + MODULO ARGON APC 3	Apparecchio: € 36.973,96 Materiale di consumo triennale: € 19.814,00	€ 56.787,96
OLYMPUS ITALIA srl	Produttore: Olympus Winter & Ibe GmbH Modello: ESG-300 + APU-300	Apparecchio: € 18.845,93 Materiale di consumo triennale: € 15.958,36	€ 34.804,30

- con e-mail in data 06.10.2025 sono state trasmesse al dr. Lucio Cuoco, Responsabile dell'U.O.S.D. Endoscopia del P.O. di Santorso ed al sig. Paolo Zaltron Tec. Prev. Amb. Paolo Zaltron dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, quali esperti individuati in data 03.10.2025 dalla Direzione Generale, le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte per la valutazione tecnico-qualitativa;
- in data 17.10.2025 è pervenuta la relazione di scelta del 13.10.2025 redatta dagli esperti sopra citati (Allegato 1), con cui viene individuata l'offerta dalla ditta ERBE ITALIA S.R.L. di Milano che ha presentato offerta conforme ai requisiti tecnici minimi obbligatori previsti nell'avviso per l'importo complessivo di € 56.788,36 di cui € 36.973,96 + IVA 22% (€ 45.107,23 =IVA 22% inclusa) per l'attrezzatura e di € 19.814,40 + IVA 22% (€ 24.173,56 =IVA 22% inclusa) per la fornitura triennale di n. 120 sonde;

Verificato che il prezzo proposto del materiale di consumo risulta superiore all'importo indicato nel citato avviso di indagine di mercato, l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha chiesto alla ditta la disponibilità a praticare una miglioria;

Considerato che con comunicazione ID Sintel n. 208948633 la ditta ha espresso la disponibilità a praticare il prezzo a confezione da 10 pezzi di € 1.338,75=IVA 22% esclusa, fino all'avvio della gara regionale sopra citata, e pertanto, alla luce dello sconto praticato, l'importo per la fornitura triennale di n. 120 sonde risulta di € 16.065,00 + IVA;

Rilevato che l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica con prot. n. 0101338/25 del 28.10.2025 ha provveduto, pertanto, ad attivare nella medesima data sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (ID Sintel n. 209363216) l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, con la ditta ERBE ITALIA S.R.L. di Milano (P. 06349620960) per la fornitura in oggetto per l'importo complessivo di € 53.038,96=IVA esclusa.

Preso atto che entro il termine ultimo fissato nella richiesta di offerta (giorno 04.11.2025 ore 10:00), la suddetta ditta ha offerto presentato regolare offerta per l'importo di € 53.038,96=IVA esclusa, come da ID offerta Sintel n. 1761905452487.

Considerato che con e-mail in data 05.11.2025 l'U.O.S. Ingegneria Clinica ha confermato la rispondenza dell'offerta presentata alle specifiche richieste.

Dato atto che, come da proposta dell'ing. Ettore Masucci, Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, vistata favorevolmente dal Direttore Generale con e-mail in data 03.10.2025, si propone quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Tec. Prev. Amb. Paolo Zaltron dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, il quale ha reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo (nota prot. n. 0104083/25 del 05.11.2025).

Dato atto altresì che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare.

Accertato che la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023 risulta positivamente conclusa.

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica propone, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto alla ditta ERBE ITALIA S.R.L. di Milano (P. 06349620960) della fornitura di un elettrobisturi con modulo Argon completo di carrello e relativo materiale di consumo per l'importo complessivo di € di € 53.038,96=IVA esclusa, di cui € 36.973,96 = IVA esclusa per l'acquisto dell'attrezzatura ed € 16.065,00= IVA esclusa per il materiale di consumo per il periodo di n. 36 mesi, prorogabile per 12 mesi, salvo risoluzione anticipata nel caso di attivazione della gara espletata da Azienda Zero;
- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Dr.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare;

- nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Tec. Prev. Amb. Sig. Paolo Zaltron dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali.

II DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Direttore dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di procedere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto per l'U.O.S.D. Endoscopia del P.O. di Santorso alla ditta ERBE ITALIA S.R.L. di Milano (P. 06349620960), come da offerta ID Sintel 1761905452487, della fornitura di un elettrobisturi con modulo Argon completo di carrello e relativo materiale di consumo per l'importo complessivo di € 53.065,00=IVA esclusa di cui € 36.973,96 = IVA esclusa per l'acquisto dell'attrezzatura ed € 16.065,00= IVA esclusa per il materiale di consumo per il periodo di n. 36 mesi, eventualmente prorogabile per 12 mesi, salvo risoluzione anticipata nel caso di attivazione della nuova gara espletata da Azienda Zero, in fase di aggiudicazione, avente ad oggetto la fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva, respiratoria e bilio pancreatico tra cui figurano le sonde in argomento, come sotto riportato:

Elettrobisturi Erbe VIO3 composto da:

Unità elettrochirurgica Erbe VIO3n Fire cod. 10160-010

Bipedale VIO 3 cod. 20189-350

Cavo elettrodo neutro cod. 20194-077

Cavo monopolare cod. 20192-135

Modulo argon APC 3 cod. 10135-000

Bombola gas argon cod. 20132-004

Riduttore di pressione cod. 20134-002

Carrello SystemCarrier compact plus cod. 20180-101

Set di fissaggio cod. 20180-150

per l'importo di € 36.973,96 =IVA esclusa (€ 45.108,23=IVA 22% compresa) comprensivo di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;

Materiale di consumo per 36 mesi:

n. 120 sonde tra le tipologie sotto indicate:

Sonda FIAPC 2200 A cod. 20132-221

Sonda FIAPC 1500 A cod. 20132-220

Sonda FIAPC 2200 A cod. 20132-222

Sonda FIAPC 2200 SC cod. 20132-224

Sonda FIAPC 2000 C cod. 20132-225

per l'importo di € 16.065,00+ IVA 22% (€ 19.599,30=IVA 22% compresa);

2. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto è pari ad € 64.707,53= IVA 22% inclusa e trova riferimento nel Bilancio Sanitario 2025-2028, come segue:

Anno	Conto	PRG	Descrizione	Impegno IVA compresa
2025	AAA420000	Budget 508	Attrezzature sanitarie scientifiche	€ 45.108,23
2025	BA0220B01	Budget 54	Dispositivi medici – presidi	€ 544,43
2026	BA0220B01	Budget 54	Dispositivi medici – presidi	€ 6.533,10
2027	BA0220B01	Budget 54	Dispositivi medici – presidi	€ 6.533,10
2028	BA0220B01	Budget 54	Dispositivi medici – presidi	€ 5.988,67

e che l'importo di € 45.108,23=IVA inclusa per l'acquisto dell'attrezzatura è compreso nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. 2458 del 31/12/2024 "Approvazione bilancio economico preventivo anno 2025" nella voce ID_2025 n. 148 Codice Commessa 6/2025/1) ed è coperto dal Budget aziendale investimenti 2025;

- 3 di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Dr.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare;
- 4 di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Sig. Paolo Zaltron, Tec. Prev. Amb. Paolo Zaltron dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;
- 5 di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
 - CIG: B8F731BF28
 - Ditta: ERBE ITALIA S.R.L. Viale Sarca, 336/F di Milano;
- 6 di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
- 7 di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

RELAZIONE DI SCELTA

Oggetto: Fornitura di un elettrobisturi con modulo Argon, completo di carrello per l'U.O.S.V.D. Endoscopia del P.O. di Santorso. Gara AULSS7_2025_00308.

ID SINTEL: 207398901

Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)

1	Erogazione automatica della potenza in tutte le sue modalità operative di taglio, coagulo mono e bipolare
2	Potenza di taglio almeno 300 w, potenza di coagulo almeno 200 w
3	Disponibilità di correnti di taglio frazionato per polipectomia, per sfinterotomia e per resezioni endoscopiche in soluzione fisiologica
4	I parametri di intensità di coagulazione, durata del taglio e durata del coagulo devono essere programmabili in maniera indipendente gli uni dagli altri
5	Dotazioni di correnti di taglio e coagulo miscelate per procedure interventistiche avanzate (ESD, POEM, STER)
6	Ampio display touch screen semplice ed intuitivo per la visualizzazione e l'impostazione dei parametri di lavoro
7	Pedale di attivazione lavabile/autoclavabile
8	Possibilità Aggiornamento sw via usb o equivalente
9	Possibilità di variazione dei settaggi direttamente dal pedale senza supporto del personale di sala
10	Riconoscimento automatico degli elettrodi neutri a una o due sezioni
11	Monitoraggio del corretto contatto tra elettrodo neutro e cute e monitoraggio del corretto orientamento della piastra sul paziente
12	Modulo separato per coagulazione ad argon-plasma comandabile direttamente dall'elettrobisturi senza collegare cavi supplementari
13	Il modulo argon deve essere dotato di varie modalità di coagulazione per endoscopia digestiva quali: tradizionale a flusso continuo, ad effetto pulsato con possibilità di variazione delle pulsazioni, specifica per tessuti delicati con regolazione automatica della profondità di coagulazione. verranno valutate altre modalità
14	Sonde monouso, con cavo e filtro antibatterico integrati, di diversi diametri e lunghezze con emissione frontale, laterale e radiale
15	Riconoscimento automatico della sonda argon collegata con impostazione automatica dei relativi settaggi (correnti e flussi)

Caratteristiche tecniche di massima (facoltative)

1	Preferibilmente compatibile con sistema di idrodissezione dedicato a specifiche applicazioni in endoscopia digestiva
---	--

Materiale di consumo (sonde Argon monouso) previsto per l'esecuzione di n. 40 procedure/anno.

In particolare, saranno valutati i seguenti aspetti:

- *Ergonomia e semplicità d'uso, caratteristiche del display e interfaccia grafica*
- *Efficacia: standard adottati per minimizzare gli effetti indesiderati, ottimizzando l'effetto tissutale con l'impiego della minima potenza necessaria e garantendo riproducibilità degli effetti di taglio e coagulo impostati*
- *Sistemi di sicurezza (monitoraggio dell'elettrodo neutro, controllo dell'impedenza, della potenza erogata, dei guasti)*
- *Versatilità del sistema, gamma di correnti disponibili, condizioni operative applicabili*
- *Pedale: configurazioni personalizzabili, grado di protezione IP, ricondizionamento*
- *economicità della proposta.*

L'importo complessivo a base d'asta della fornitura è così suddiviso:

- € 37.000,00= IVA esclusa: importo attrezzatura, comprensivo della garanzia e manutenzione full-risk per 24 mesi;
- € 16.065,00= IVA esclusa: importo materiale di consumo per il periodo di n. 36 mesi (n. 120 sonde).

Il contratto di fornitura del materiale di consumo avrà durata 36 mesi, eventualmente prorogabile per 12 mesi.

All'avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto – rif. ns. prot. n. 6471/25 del 24.01.2025 – hanno presentato offerta le seguenti ditte:

DITTA	PRODOTTI OFFERTI, MARCA E MODELLO	IMPORTO (IVA esclusa)	IMPORTO COMPLESSIVO (IVA esclusa)
ERBE ITALIA srl	Produttore: Erbe Elektromedizin GmbH Modello: ERBE VIO 3 N FIRE + MODULO ARGON APC 3	Apparecchio: € 36.973,96 Materiale di consumo: € 19.814,00	€ 56.787,96
OLYMPUS ITALIA srl	Produttore: Olympus Winter & Ibe GmbH Modello: ESG-300 + APU-300	Apparecchio: € 18.845,93 Materiale di consumo: € 15.958,36	€ 34.804,30

Da un esame della documentazione tecnica presentata, della scheda comparativa "tabella T2" e della Dichiarazione di equivalenza prodotta da Olympus Italia S.r.l., si rileva quanto segue.

L'offerta OLYMPUS Italia S.r.l., pur richiamandosi al principio di equivalenza di cui all'art. 79 del D.Lgs. 36/2023, non fornisce documentazione tecnica sufficiente a dimostrare la piena rispondenza ai requisiti minimi obbligatori.

In particolare, dall'esame della scheda tecnica ufficiale "ESG-300 Elettrobisturi MDR_ST" fornita dal produttore Olympus Winter & Ibe GmbH, si rileva quanto segue:

- la massima potenza di uscita dichiarata è pari a 120 W in tutte le modalità operative (taglio, coagulo monopolare, bipolare e Argon-plasma). Tale valore è notevolmente inferiore ai limiti minimi richiesti dal capitolato (300 W per il taglio e 200 W per il coagulo) e costituisce una non conformità sostanziale ai requisiti tecnici di minima richiesti. Inoltre, dal punto di vista funzionale, la ridotta potenza disponibile limita le possibilità operative dell'apparecchiatura, non consentendo l'esecuzione di tagli su tessuti estesi, di coagulazioni profonde o di procedure interventistiche avanzate con la stessa efficacia e velocità ottenibili con un generatore da 300 W/200 W. Pertanto, l'apparecchio risulta non solo non conforme sul piano formale, ma anche inadeguato sotto il profilo funzionale alle esigenze cliniche di un'unità di endoscopia digestiva;
- il pedale di attivazione (modelli WA94033C – con cavo – e WA94034W – wireless) è certificato IPX8 ma non viene dichiarata alcuna autoclavabilità o resistenza ai cicli di sterilizzazione. Pertanto, il requisito di "pedale lavabile/autoclavabile" non risulta soddisfatto.

Alla luce di tali evidenze tecniche, l'offerta OLYMPUS ESG-300 + APU-300 risulta pertanto non conforme ai requisiti tecnici minimi obbligatori.

L'offerta ERBE Italia S.r.l. con apparecchiatura VIO 3-N e modulo argon APC 3, risulta pienamente conforme alle caratteristiche tecniche di minima obbligatorie, presenta un livello prestazionale e di configurabilità coerente con le esigenze cliniche dell'U.O.S.V.D. di Endoscopia ed inoltre è dotato di connessione hardware e versione software, compatibile con il modulo per idrodissezione ad alta pressione (caratteristica di massima facoltativa) per procedure endoscopiche avanzate. Si fa presente, da ultimo, che l'offerta presentata da ERBE Italia S.r.l. risulta in linea con la base d'asta per quanto riguarda l'apparecchiatura, mentre supera l'importo posto a base d'asta per la componente relativa al materiale di consumo (sonde Argon monouso). Al fine di verificare la coerenza dei prezzi indicati rispetto alla base d'asta e alle condizioni di eventuali gare regionali in corso si ritiene opportuno acquisire un chiarimento formale dalla Ditta ERBE Italia srl.

Santorso, 13 ottobre 2025

dott. Lucio Cuoco

per. ind. Paolo Zaltron