

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 718 DEL 17/04/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: OSPEDALE DI BASSANO DEL GRAPPA - LAVORI DI ADEGUAMENTO PER INSTALLAZIONE DI NUOVE APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE - SISTEMA ANALITICO DI CHIMICA CLINICA, IMMUNOMETRIA, AUTOMAZIONE CON PREANALITICA INTEGRATA, MIDDLEWARE UNICO DI AREA CORELAB –APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 747/26

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Francesca Chiara Carollo

Il Direttore f.f. dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 961 del 23.05.2024 l'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha indetto una gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n. 36/2023, per l'affidamento di sistemi diagnostici per i laboratori aziendali, per il periodo di 48 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi e proroga tecnica di 12 mesi, relativamente, tra gli altri, al Lotto n. 1 "Sistema analitico di chimica clinica, immunometria, automazione con preanalitica integrata, middleware unico di area corelab", da realizzare nel laboratorio analisi localizzato al piano primo dell'Ospedale di Bassano del Grappa;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1249 del 01.07.2025:
 - è stato aggiudicato il Lotto 1 della procedura di selezione sopra citata alla ditta Roche Diagnostics S.p.A. di Monza (MB) per l'importo di € 5.791.283,48, (di cui € 4.135.715,48 quota IVD ed € 1.655.568,00 quota canoni) oltre IVA ed € 1.490,00 oltre IVA per oneri DUVRI non soggetti a ribasso, per complessivi € 5.792.773,48 oltre IVA, per il periodo di 48 mesi;
 - è stata individuata, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per il Lotto 1 della procedura di gara in questione, la Dr.ssa Mariela Marinova, Direttore UOC Medicina di Laboratorio;

Dato atto che:

- l'offerta presentata dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A. prevede:
 - la fornitura del sistema analitico di chimica clinica, immunometria, automazione con preanalitica integrata, middleware unico di area corelab, presso il laboratorio analisi dell'Ospedale di Bassano del Grappa;
 - la progettazione esecutiva delle opere di adeguamento necessarie all'installazione delle apparecchiature diagnostiche in fornitura di gara nel laboratorio analisi, previa rimozione e/o spostamento delle apparecchiature esistenti;
 - l'esecuzione di alcune opere edili ed impiantistiche al fine di adeguare le aree di laboratorio alle nuove necessità, nello specifico:
 - opere edili: opere propedeutiche per l'allestimento del cantiere; demolizione tavolati in cartongesso, apertura-chiusura vani porta e tracce a pavimento; costruzione nuovi tavolati in cartongesso e modulo vetrato; tinteggiatura; realizzazione nuovi controsoffitti fonoassorbenti; fornitura e posa nuove porte interne e visive;
 - adeguamento impianti elettrici e trasmissione dati: realizzazione quadro elettrico QR / QCobasTR; realizzazione impianti elettrici F.M. a servizio delle apparecchiature diagnostiche; realizzazione impianti rete dati a servizio delle apparecchiature diagnostiche; adeguamento impianti locali;
 - adeguamento impianti idraulici: modifiche relative agli impianti idraulici (impianto di carico dell'acqua fredda sanitaria ai deionizzatori; impianto di distribuzione dell'acqua deionizzata dai deionizzatori alle apparecchiature diagnostiche in fornitura; impianto di scarico dei reflui normali "bassa concentrazione" dalle apparecchiature diagnostiche in fornitura; impianto di scarico dei reflui "alta concentrazione" delle apparecchiature diagnostiche);
- con nota del 01.04.2026, pervenuta in data 02.04.2026 e registrata al prot. 31655, la ditta Roche Diagnostics S.p.A. ha trasmesso il Progetto Esecutivo (PE) dei lavori di adeguamento necessari

all'installazione delle apparecchiature diagnostiche in questione, composto da: elaborato delle tavole di transizione; elaborati di progetto esecutivo, completo di tavole tecniche, relazioni generali e specialistiche, elaborati di calcolo e cronoprogramma delle attività; computo metrico; piano di sicurezza e coordinamento; l'importo dei lavori risulta essere a totale carico della ditta Roche Diagnostics S.p.A. senza alcun onere per codesta Azienda e pari ad € 148.014,50, comprensivo di € 36.068,09 per costi della manodopera ed € 5.772,22 per costi per la sicurezza;

- il sopracitato Progetto Esecutivo (PE) è stato verificato e successivamente validato ai sensi dell'art. 42 comma 4 del d.lgs. 36/2023, dal Responsabile Unico del Progetto, giusto Verbale di verifica e validazione del 14.04.2026;

Considerato che è necessario procedere all'esecuzione delle opere di adeguamento necessarie all'installazione delle apparecchiature diagnostiche del sistema analitico di chimica clinica, immunometria, automazione con preanalitica integrata, middleware unico di area corelab, presso il laboratorio analisi dell'Ospedale di Bassano del Grappa, previa rimozione e/o spostamento delle apparecchiature esistenti, in questione;

Preso atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 2013 del 31.10.2025 è stata individuata, quale Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 la dott.ssa Fabiola Grazian, Direttore UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1249 del 01.07.2025 è stata individuata, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per il Lotto 1 della procedura di gara in questione, la Dr.ssa Mariela Marinova, Direttore UOC Medicina di Laboratorio;
- con nota prot. 12509 del 09.02.2026 la ditta Roche Diagnostics S.p.A. ha comunicato di aver incaricato del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in questione il geom. Enea Talamoni, con studio in Barzanò (LC);
- con nota prot. 36172 del 16.04.2026 la ditta Roche Diagnostics S.p.A. ha comunicato di aver incaricato della Direzione Lavori per i lavori in questione l'ing. Matteo Vimercati, con studio in Barzanò (LC);

Per quanto sopra riportato, il Direttore f.f. dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone di:

1. approvare il Progetto Esecutivo (PE) relativo alle opere di adeguamento necessarie all'installazione delle apparecchiature diagnostiche del sistema analitico di chimica clinica, immunometria, automazione con preanalitica integrata, middleware unico di area corelab, presso il laboratorio analisi dell'Ospedale di Bassano del Grappa, previa rimozione e/o spostamento delle apparecchiature esistenti, redatto dall'ing. Fabio Bergamaschi di Monza (MB), progettista incaricato dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A., e validato dal Responsabile Unico del Progetto giusto verbale in data 14.04.2026, di cui all'Elenco elaborati allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (allegato 01), attestando che l'importo dei lavori risulta essere pari ad € 148.014,50, comprensivo di € 36.068,09 per costi della manodopera ed € 5.772,22 per costi per la sicurezza a totale carico della ditta Roche Diagnostics S.p.A.;
2. prendere atto della nomina da parte della ditta Roche Diagnostics S.p.A del geom. Enea Talamoni, con studio in Barzanò (LC), quale Coordinatore alla Sicurezza in fase Esecutiva, giusta nota prot. 12509 del 05.02.2026;
3. prendere atto della nomina da parte della ditta Roche Diagnostics S.p.A dell'ing. Matteo Vimercati, con studio in Briosco (MB), quale Direttore dei Lavori, giusta nota prot. 36172 del 16.04.2026;
4. autorizzare alla realizzazione delle opere di adeguamento in questione a cura della ditta Roche Diagnostics S.p.A, senza alcun onere per l'Azienda ULSS7 Pedemontana.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare il Progetto Esecutivo (PE) relativo alle opere di adeguamento necessarie all'installazione delle apparecchiature diagnostiche del sistema analitico di chimica clinica, immunometria, automazione con preanalitica integrata, middleware unico di area corelab, presso il laboratorio analisi dell'Ospedale di Bassano del Grappa, previa rimozione e/o spostamento delle apparecchiature esistenti, redatto dall'ing. Fabio Bergamaschi di Monza (MB), progettista incaricato dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A., e validato dal Responsabile Unico del Progetto giusto verbale in data 14.04.2026, di cui all'Elenco elaborati allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (allegato 01), attestando che l'importo dei lavori risulta essere pari ad € 148.014,50, comprensivo di € 36.068,09 per costi della manodopera ed € 5.772,22 per costi per la sicurezza a totale carico della ditta Roche Diagnostics S.p.A.;
2. di prendere atto della nomina da parte della ditta Roche Diagnostics S.p.A del geom. Enea Talamoni, con studio in Barzanò (LC), quale Coordinatore alla Sicurezza in fase Esecutiva, giusta nota prot. 12509 del 05.02.2026;
3. di prendere atto della nomina da parte della ditta Roche Diagnostics S.p.A dell'ing. Matteo Vimercati, con studio in Briosco (MB), quale Direttore dei Lavori, giusta nota prot. 36172 del 16.04.2026;
4. di autorizzare alla realizzazione delle opere di adeguamento in questione a cura della ditta Roche Diagnostics S.p.A, senza alcun onere per l'Azienda ULSS7 Pedemontana;
5. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e della L. 190/2012;
6. di dare atto che la presente delibera viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.



Roche Diagnostics S.p.A.

Viale G. B. Stucchi, 110 - 20900 - Monza (MB)
P.I.10181220152

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

PROCEDURA

APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DI SISTEMI
DIAGNOSTICI PER I LABORATORI DELL’AZIENDA ULSS
N. 7 PEDEMONTANA.

GARA N. 2024-099-BAS.

LOTTO 1

CIG B1E03FFA63

PRESIDIO

Ospedale San Bassiano,
Bassano del Grappa (VI)

ELENCO ELABORATI

PROGETTO ESECUTIVO

SCALA

DATA

11/02/2026

FILE

L1-ELAB

PROGETTISTA INCARICATO

Ing. Fabio Bergamaschi

Via Ponchielli n. 44 - 20900 MONZA (MB)
Tel. 039.328961 - 039.329948
studio@fabiobergamaschi.191.it

REV.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data

L1_BSN

ELAB

cod. Progetto				Nome Commessa:	
L1-BSN				Ospedale San Bassiano, Bassano del Grappa (VI)	

				ELENCO ELABORATI	REVISIONI	
Progetto	Serie	tipo	cod.	DESCRIZIONE / TITOLO	[Progetto di gara]	[Progetto Esecutivo]
L1-BSN	GE	R	01	RELAZIONE TECNICA INTERVENTI PREVISTI	19/07/2024	
L1-BSN	PM	R	01	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA		11/02/2026
L1-BSN	CS	R	01	CAPITOLATO SPECIALE		11/02/2026
L1-BSN	OE	R	01	RELAZIONE TECNICA OPERE EDILI		11/02/2026
L1-BSN	OE	P	01	PLANIMETRIA: RESTITUZIONE RILIEVO DELL'ESISTENTE	19/07/2024	11/02/2026
L1-BSN	OE	P	02	PLANIMETRIA: STATO DI RAFFRONTO - DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE	19/07/2024	11/02/2026
L1-BSN	OE	P	03	PLANIMETRIA: PROGETTO	19/07/2024	11/02/2026
L1-BSN	OE	P	04	LAY-OUT APPARECCHIATURE: STATO DI FATTO	19/07/2024	11/02/2026
L1-BSN	OE	P	05	LAY-OUT APPARECCHIATURE: PROGETTO	19/07/2024	
L1-BSN	OE	P	05a	LAY OUT APPARECCHIATURE DI PROGETTO E POSIZIONAMENTO PIASTRE DI DIFFUSIONE		11/02/2026
L1-BSN	OE	P	05b	LAY OUT APPARECCHIATURE TRANSITORIO E POSIZIONAMENTO PIASTRE DI DIFFUSIONE		11/02/2026
L1-BSN	OE	P	06	OPERE EDILI DI FINITURA INTERNA		11/02/2026
L1-BSN	ST	P	01	PIASTRA PER "VERTICAL ELEVATOR"		11/02/2026
L1-BSN	IE	R	01	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		11/02/2026
L1-BSN	IE	R	02	FASCICOLO DEI CALCOLI: CALCOLO LINEA ELETTRICA		11/02/2026
L1-BSN	IE	P	01	DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI FORZA MOTRICE A SERVIZIO DELLE APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE	19/07/2024	
L1-BSN	IE	P	02	DOTAZIONI IMPIANTISTICHE DI RETE DATI A SERVIZIO DELLE APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE	19/07/2024	
L1-BSN	IE	P	01	IMPIANTO FORZA MOTRICE A SERVIZIO DELLE APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE		11/02/2026
L1-BSN	IE	P	02	QUADRI ELETTRICI		11/02/2026
L1-BSN	IE	P	03	IMPIANTO RETE DATI A SERVIZIO DELLE APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE		11/02/2026
L1-BSN	IE	P	04	PARTICOLARE EQUIPAGGIAMENTI COLONNE PORTA-APPARECCHI		11/02/2026
L1-BSN	IE	P	05	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NEI LOCALI "1143a / 1143b / 1144 / 1145b / 1105a / 1105b"		11/02/2026
L1-BSN	IE	P	06	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI NEI LOCALI "1143a / 1143b"		11/02/2026
L1-BSN	IE	P	07	PERCORSO LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEL QUADRO ROCHE "QR"		11/02/2026
L1-BSN	IS	P	01	DOTAZIONI IMPIANTISTICHE IDRAULICHE DI CARICO ACQUA POTABILE E DEIONIZZATA A SERVIZIO DELLE APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE	19/07/2024	
L1-BSN	IS	P	02	DOTAZIONI IMPIANTISTICHE IDRAULICHE DI SCARICO REFLUI DILUITI E ALTAMENTE CONCENTRATI A SERVIZIO DELLE APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE	19/07/2024	
L1-BSN	IS	R	01	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI IDRAULICI		11/02/2026
L1-BSN	IS	P	01	IMPIANTO IDRAULICO DI CARICO ACQUA POTABILE E DI DISTRIBUZIONE ACQUA DEIONIZZATA		11/02/2026
L1-BSN	IS	P	02	IMPIANTO IDRAULICO DI SCARICO REFLUI A SERVIZIO DELLE APP. DIAGNOSTICHE		11/02/2026
L1-BSN	ME	P	01	DOTAZIONI IMPIANTISTICHE PER L'ARIA COMPRESSA STRUMENTALE		11/02/2026
L1-BSN	ME	P	02	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA NEI LOCALI "1145b / 1105a / 1105b"		11/02/2026