

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 657 DEL 10/04/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, PER LA FORNITURA DI KIT PER L'ESECUZIONE DI BIOPSIA VUOTO ASSISTITA (VABB) SOTTO GUIDA STEREOTASSICA CON MESSA A DISPOSIZIONE DELL'ATTREZZATURA NECESSARIA. GARA: AULSS7_2025_00400

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 667/26

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Fabiola Grazian

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 825 del 03.05.20224 è stato aggiudicato il contratto con la ditta Devicor Medical Italy per la fornitura di kit biopsia vuoto assistita con messa a disposizione dell'apparecchiatura necessaria, per l'importo di € 137.340,00+IVA, per il periodo di 24 mesi, dal 01.05.2024 al 30.04.2026;
- in vista dell'esaurimento anticipato del suddetto contratto, l'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica si è tempestivamente attivato, in accordo con la UOC Farmacia, per approfondire le motivazioni interfacciandosi con le UU.OO.CC Radiologia del P.O. di Bassano e Santorso, per una puntuale valutazione delle esigenze operative e dei relativi fabbisogni;
- a seguito di verifica dei volumi di attività svolta nel corso dell'ultimo anno, è emerso che le procedure complessivamente effettuate risultano superiori soprattutto con riferimento al primo anno di attività (da giugno 2024 a giugno 2025) rispetto a quelle stimate nella precedente indagine di mercato.

Preso atto che con email del 27.10.2025 l'UOC Farmacia, in collaborazione con la UOS Ingegneria clinica per la parte delle apparecchiature, ha trasmesso all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica i fabbisogni per l'avvio di una nuova procedura di gara per la fornitura di kit per l'esecuzione di biopsia vuoto assistita (VABB) sotto guida stereotassica con messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria.

Dato atto che:

- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023, prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 140.000,00;
- nell'elenco delle procedure in programmazione da parte dell'Azienda Zero – UOC CRAV, periodicamente aggiornato sul sito della Regione, non risulta in programmazione alcuna procedura di gara per la fornitura in argomento;
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha pertanto provveduto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel e sul sito internet aziendale, con prot. Ulss n. 0113889/25 del 04.12.2025 (ID Sintel 211111500), specifico avviso di indagine di mercato comparativa con preventivo per l'affidamento della fornitura di kit per l'esecuzione di biopsia vuoto assistita (VABB) sotto guida stereotassica con messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria, per l'importo biennale presunto di € 139.345,00+IVA;

Preso atto che entro il termine del 12.12.2025 ore 10:00 sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle seguenti ditte:

Ditta	Data offerta	Prezzo offerto IVA ESCLUSA
Hologic Italia srl	Giovedì 11 Dicembre 2025	€ 123.370,00
Devicor Medical Italy	Giovedì 11 Dicembre 2025	€ 139.500,00

Dato atto che:

- con email del 30.12.2025 l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha trasmesso alla dr.ssa Silvana Bedont, Dirigente Medico della UOC Radiologia del P.O. di Bassano

e al dr. Antonello Mazzeo, Dirigente Medico della UOC Radiologia del P.O. di Santorso, quali esperti individuati dalla Direzione Generale con e-mail del 30.12.2025, le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte per la valutazione tecnico-qualitativa;

- in data 16.01.2026 è pervenuta la relazione di scelta degli esperti sopra citati con cui, esaminata la documentazione tecnica prodotta dalle ditte, è stata individuata la proposta tecnica economica della ditta Devicor Medical Italy quale migliore offerta per le motivazioni riportate nella relazione allegata alla presente deliberazione (Allegato 1).

Dato atto altresì che:

- con email del 20.01.2026 la UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ha richiesto alla ditta Devicor Medical Italy la disponibilità a praticare una miglioria sul prezzo dell'offerta presentata;
- con email del 28.01.2026 la ditta Devicor Medical Italy ha confermato la disponibilità a praticare una miglioria del prezzo del kit da € 450,00/cad a € 449,00/cad.

Rilevato che l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ha provveduto, quindi, ad attivare in data 29.01.2026, sulla piattaforma Aria/Sintel con prot. Ulss n. 0008800 del 29.01.2026 (ID Sintel 213474677) la procedura telematica di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, con la ditta Devicor Medical srl per la fornitura di kit per l'esecuzione di biopsia vuoto assistita (VABB) sotto guida stereotassica con messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria per l'importo biennale complessivo di € 139.190,00+IVA.

Preso atto che entro il termine stabilito del 04.02.2026 - ore 10.30, la sopra citata ditta ha presentato regolare offerta come segue:

Descrizione	REF	REP	CND	Q.tà 24 mesi	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Totale offerta 24 mesi (IVA esclusa)
Kit monouso per sterotassi per Mammotome revolve	CKBCxxSREV	/	/	n. 310	€ 448,50	€ 139.035,00
Modulo di controllo MAMMOTOME REVOLVE	MSCM1	2676293	Z129099	n. 2	€ 0,00	€ 0,00
Carrello MAMMOTOME REVOLVE	MCART1	2676289	Z129099			
Pedaliera MAMMOTOME REVOLVE	MFOOT1	2940055	Z129099			
Telecomando MAMMOTOME REVOLVE	MHKEYP1	2940052	Z129099			
Driver st MAMMOTOME REVOLVE	MSTH1	2940067	Z129099			
Driver US MAMMOTOME REVOLVE	MHUSH1	2940039	Z129099			
Driver EX MAMMOTOME REVOLVE	MHEXH1	2356054	Z129099			

per l'importo complessivo di € 139.035,00=IVA esclusa con un ulteriore sconto di € 0,50 a kit.

Accertato che:

- non risultano prezzi di riferimento negli elenchi trasmessi da Azienda Zero - UOC CRAV con nota prot. n. 504803 del 30.09.2025 (nota prot. Ulss n. 91154/25 del 30.09.2025);
- il prezzo offerto dalla ditta Devicor Italia srl di € 448,50/cad. risulta inferiore rispetto a quello offerto alla AUlss8 di € 449,50/cad. sulla base del quale era stato calcolato l'importo presunto dell'avviso indagine quale migliore prezzo praticato tra le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.

Dato atto che:

- l'acquisto in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, e non risulta attiva alcuna iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 15 c. 7 e 8, nonché di quanto previsto dall'art. 8 dell'All. I.2 e art. 32, c. 2 e 3 dell'All. II.14 del D.lgs 36/2023 (trattandosi di fornitura che coinvolge unità operative diverse da quella che ha effettuato l'affidamento), si rende necessario individuare, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto, il dott. Piero Zanutto Dirigente medico della UOC Radiologia del P.O. di Santorso come da proposta della UOC Radiologia Santorso, vistata favorevolmente dal Direttore Sanitario e approvata dal Direttore Generale con email del 02.04.2026;
- la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. n.36/2023 risulta positivamente conclusa;
- il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare.

Visto il D.Lgs. n. 36/2023, per quanto sopra il Dirigente propone di:

- affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Devicor Medical srl la fornitura di kit per l'esecuzione di biopsia vuoto assistita (VABB) sotto guida stereotassica con messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria per l'importo biennale complessivo di € 139.035,00+IVA;
- dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Piero Zanutto Dirigente medico della UOC Radiologia del P.O. di Santorso;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Devicor Medical srl la fornitura di kit per l'esecuzione di biopsia vuoto assistita (VABB) sotto guida stereotassica con messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria per l'importo biennale complessivo di € 139.035,00+IVA;
2. di dare atto che la fornitura di cui trattasi avrà durata di 24 mesi, indicativamente dal 15.4.2026 al 14.4.2028, salva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto pari ad € 169.622,70=IVA 22%

compresa trova copertura come segue:

Anno	Conto	PGR	Descrizione	impegno di spesa (IVA compresa)
2026	BA0220B01	54	Dispositivi medici- presidi	€ 60.074,68
2027	BA0220B01	54	Dispositivi medici- presidi	€ 84.811,35
2028	BA0220B01	54	Dispositivi medici- presidi	€ 24.736,67

4. di individuare quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare;
5. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Piero Zanutto Dirigente medico della UOC Radiologia del P.O. di Santorso;
6. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:

CIG: BA2E5E2D1F
Ditta: Devicor Medical Italy
P.IVA: 06991390961;
7. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.



Relazione tecnica.

Oggetto **INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.**

Fornitura urgente di Kit per l'esecuzione di biopsia vuoto assistita (VABB) sotto guida stereotassica con messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria. Gara: AULSS7_2025_00400
 ID SINTEL:211111500

In riferimento all'indagine di mercato in oggetto (n. prot. 0113883/25 del 04/12/2025), hanno presentato le prop di preventivo di spesa le seguenti Ditte:

	Quantità richieste 24 mesi	Importo indagine per 24 mesi	Ditta	Importo offerto
Kit per l'esecuzione di biopsia vuoto assistita sotto guida stereotassica comprendente: <ul style="list-style-type: none"> - Manipolo/sonda con ago per prelievo dei frustoli con finestra variabile tra 12 e 23 mm e set tubi di aspirazione - Guida compatibile con l'ago di prelievo - Marcatore della cavità di biopsia con clip in titanio, nichel free, visibile ecograficamente a distanza di almeno 6 mesi, MRI compatibile - Cestello multicomparto per la raccolta sequenziale dei campioni La fornitura deve prevedere kit diversi, con una gamma di misure dell'ago comprendenti almeno i calibri 8G e 10G e le lunghezze 9 e 15 cm. Il kit deve essere fornito sterile, in confezionamento atto a garantire la sterilità. Tutte le parti che possono entrare in contatto con il paziente devono essere latex free.	n.310	€ 139.345,00	Hologic Italia srl	€ 123.370,00
Apparecchiature di ultima generazione complete di tutti gli accessori per la realizzazione della biopsia sotto guida stereotassica comprensiva di installazione, messa in funzione e collaudo, manutenzione preventiva, ordinaria, straordinaria, aggiornamenti tecnologici in corso di contratto.	n.2		Devicor medical Italy	€ 139.500,00 > a importo indagine

Il sistema dovrà permettere l'effettuazione di procedure bioptiche e sotto guida stereotassica.

Carrellato facile da spostare, comandi semplici e facili da individuare con possibilità di effettuare test con ciclo di prova, lavaggio ed aspirazione della cavità bioptica con soluzione salina, aspirazione manuale e possibilità di eseguire almeno 12 prelievi tissutali al minuto.
 Sistema di infusione farmaci o anestetici nella cavità durante il trattamento attraverso il dispositivo, senza interruzione della procedura.



L'attrezzatura messa a disposizione dovrà essere così composta:

- pedaliera;
- cavo di alimentazione;
- adattatore stereotassico da utilizzare con i sistemi stereotassici.

Componenti monouso per le procedure sotto guida stereotassica:

- manipolo;
- contenitore di aspirazione;
- filtri tessutali;
- adattatore remoto per filtri tessutali;
- guide;
- sistema di localizzazione.

Il sistema deve essere compatibile con i mammografi Hologic Selenia Dimension (P.O. di Santorso) e Fuji Amulet Innovality (P.O. di Bassano).

La relazione di scelta viene stilata sulla base dei seguenti requisiti:

In particolare saranno valutati:

- Maneggevolezza e semplicità di utilizzo;
- Possibilità di modificare la finestra di prelievo durante la procedura senza necessità di cambiare ago
- qualità dei campioni prelevati;
- Presenza di un sistema di numerazione dei campioni prelevati per rapida identificazione
- Economicità della proposta.

RELAZIONE

Dalla valutazione complessiva risulta come migliore proposta quella presentata dalla ditta Devicor Medical Italy.

Le caratteristiche da evidenziare nel prodotto Devicor rispetto all'Hologic sono:

- il manipolo della Devicor è di facile montaggio e risulta essere maggiormente ergonomico per l'operatore rispetto a quello dell'Hologic, inoltre il manipolo con ago ha una finestra ad apertura variabile elettronicamente anche durante la procedura mantenendo lo stesso ago.
- Gli aghi della Devicor hanno una conformazione tale per cui è facilitata la penetrazione nel tessuto mammario rispetto a quelli dell'Hologic.
- La lunghezza degli aghi della Devicor è maggiore rispetto a quella dell'Hologic (Devicor fino a 15 cm, Hologic fino a 13 cm) permettendo l'approccio mediante il "braccetto laterale" per le lesioni difficili da raggiungere.
- I calibri degli aghi in uso della ditta Devicor (8-10G) permettono di applicare l'innovativa tecnica VAE con asportazione delle lesioni B3 senza ricorrere alla chirurgia (tecnica non possibile con gli aghi dell'Hologic del calibro massimo di 9G).
- L'apparecchio della Devicor è dotato di un sistema a doppia aspirazione che impedisce la formazione degli ematomi intra-cavitari senza inquinare i frustoli (non presente nell'Hologic).
- Il materiale asportato viene automaticamente confezionato e numerato così da dare indicazioni precise all'anatomo patologo su che parte del campione trovare le lesioni da diagnosticare (tale sistema non è presente nell'Hologic). In questo modo si impedisce che il campione si inquina o che l'operatore venga a contatto con i campioni biologici.



- Le clip di entrambe le ditte sono nichel free ma quelle della Devicor rivestite da gel sono di gran lunga meglio apprezzabili ecograficamente anche dopo un lungo periodo rispetto a quelle dell'Hologic.
- Le caratteristiche sopra esposte della Devicor determinano un maggior guadagno sia per il Paziente che per gli operatori sanitari, pertanto giustificano ampiamente la differenza di prezzo rispetto alla ditta Hologic.

16 gennaio 2026

F.to Dott.ssa Silvana Bedont
(Dirigente medico UOC Radiologia Bassano)

F.to. Dott. Antonello Mazzeo
(Dirigente medico UOC Radiologia Santorso)
