

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1109 DEL 13/06/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, FORNITURA N. 1 TAVOLO OPERATORIO PER SALA OPERATORIA DI ORTOPEDIA DEL P.O. DI BASSANO DEL GRAPPA. GARA AULSS7_2025_00130.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1058/25

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 0018800/25 del 27.02.2025 il Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica ha trasmesso il modulo di richiesta, redatto in collaborazione con il Direttore dell'U.O.C Ortopedia del P.O. di Bassano del Grappa, Dr. Cesare Chemello, per l'acquisto di n. 1 tavolo operatorio con colonna mobile a pavimento, in sostituzione di analoga attrezzatura obsoleta e completamente ammortizzata (inv. n. 46083);
- su tale richiesta, con nota prot. n. 0019652/25 del 03.03.2025, l'U.O.C. Direzione Medica del P.O. di Bassano del Grappa ha espresso parere favorevole.

Dato atto che l'importo per l'acquisto di tale attrezzatura è compreso nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. 2458 del 31/12/2024 "Approvazione bilancio economico preventivo anno 2025" ID_2025 n. 17 (Codice Commessa 6/2025/1), ed è coperto dal Budget Investimenti Aziendale 2025 determinato dalla Regione Veneto.

Preso atto che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. dell'11.07.2018 e relativi indirizzi applicativi e non risulta presente nelle Convenzioni stipulate da CONSIP o dalla Centrale regionale di riferimento di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 140.000,00.

Dato atto che:

- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto pertanto a pubblicare, con nota prot. n. 0021772/25 del 07.03.2025 sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (<http://www.ariaspa.it>) e sul sito internet aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>), specifico Avviso di Indagine di Mercato comparativa per la fornitura di n. 1 tavolo operatorio con colonna a pavimento per l'U.O.C. Ortopedia del P.O. di Bassano del Grappa, per l'importo a base d'asta pari ad € 139.000,00=IVA esclusa, a seguito del quale, entro il termine del 24.03.2025 ore 09:00, sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle seguenti ditte:

DITTA	PRODOTTI OFFERTI, MARCA E MODELLO	GARANZIA	IMPORTO COMPLESSIVO (IVA esclusa)
Altamed S.r.l.	Baxter mod. Trusystem 7500	36 mesi	€ 125.100,00
Getinge Italia S.r.l.	Maquet SmbH mod. Maquet Otesus 1160	48 mesi	€ 131.582,73
OPT Surgisystems S.r.l.	OPT Surisystems S.r.l. mod. Sistema operatorio OPT Modello Vanto II	48 mesi	€ 118.140,55

- con e-mail in data 25.03.2025 e in data 16.04.2025 sono state trasmesse al dr. Cesare Chemello, Direttore dell'U.O.C Ortopedia del P.O. di Bassano del Grappa, alla Dr.ssa Lidiana Crestani, Caposala Coordinatore del Gruppo Operatorio del P.O. di Bassano del Grappa ed all'Ing. Ettore Masucci, Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, quali esperti individuati dalla Direzione Generale, le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte per la valutazione tecnico-qualitativa;

- a seguito della prova visione, gli esperti suddetti hanno evidenziato la necessità che la configurazione dell'attrezzatura fosse obbligatoriamente comprensiva dell'accessorio posizionatore per arti superiori;
- l'U.O.C. Provveditorato Econmato e Gestione della Logistica ha pertanto richiesto a tutte le ditte partecipanti di integrare l'offerta;
- a seguito della richiesta sono state riformulate le quotazioni come sotto riportato:

Altamed S.r.l.	€ 134.816,00
Getinge Italia S.r.l.	€ 138.946,03
OPT Surgisystems S.r.l.	€ 129.754,60

- è pervenuta la relazione di scelta datata 14.05.2025 redatta dagli esperti sopra citati, con cui viene individuata quale migliore offerta quella formulata dalla ditta Altamed S.r.l. di Limena (PD) in quanto l'apparecchiatura si è rivelata pienamente rispondente alle caratteristiche richieste ed in grado di soddisfare pienamente le esigenze dell'U.O.C. Ortopedia del P.O. di Bassano (Allegato 1), per l'importo di € 134.816,00 + IVA 22% (€ 164.475,52=IVA 22% inclusa);
- l'U.O.C. Provveditorato Econmato e Gestione della Logistica con prot. n. 0047795/25 del 22.05.2025 ha provveduto, pertanto, ad attivare nella medesima data sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (ID Sintel n. 201902996) l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, con la ditta Altamed S.r.l. di Limena (PD) (P. IVA 03831290287) per la fornitura di n. 1 tavolo operatorio con colonna a pavimento TRUSYSTEM 7500 A PIANI TRASFERIBILI completo di accessori e garanzia full-risk per la durata di 36 mesi.

Preso atto che entro il termine ultimo (3.6.2025 ore 09:00), la suddetta ditta ha offerto n. 1 tavolo operatorio con colonna a pavimento TRUSYSTEM 7500 A PIANI TRASFERIBILI completo di accessori e garanzia full-risk per la durata di 36 mesi, per l'importo scontato di € 134.204,00=IVA 22% esclusa (€ 163.728,88= IVA 22 % inclusa), come da offerta ID Sintel n. 1748858937281 del 02.06.2025.

Considerato che con e-mail in data 03.06.2025 l'U.O.S. Ingegneria Clinica ha confermato la rispondenza dell'offerta presentata alle specifiche richieste.

Dato atto che, come da proposta dell'ing. Ettore Masucci, Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, vistata favorevolmente dal Direttore Generale con e-mail in data 25.03.2025, si propone quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il p.i. Paolo Zaltron Tec. Prev. Amb. dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, il quale ha reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo (nota prot. n. 0050257/25 del 29.05.2025).

Dato atto altresì che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare.

Accertato che la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023 risulta positivamente conclusa; in particolare con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/2023, comma 1, lettera e), è stato verificato che la ditta ha adottato le necessarie misure di self cleaning di cui all'art. 96, c. 6.

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Econmato e Gestione della Logistica propone, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto alla ditta Altamed S.r.l. di Limena (PD) (P. IVA 03831290287) della fornitura di n. 1 tavolo operatorio con colonna a pavimento TRUSYSTEM 7500 A PIANI TRASFERIBILI completo di accessori e garanzia full-risk per la durata di 36 mesi per l'U.O.C. Ortopedia del P.O. di Bassano del Grappa,

per l'importo di € 134.204,00= IVA 22% esclusa (€ 163.728,88=IVA 22 % inclusa), come da offerta ID Sintel n. 1748858937281 del 02.06.2025;

- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il p.i. Paolo Zaltron Tec. Prev. Amb. dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Direttore dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto alla ditta Altamed S.r.l. di Limena (PD) (P. IVA 03831290287) della fornitura di n. 1 tavolo operatorio con colonna a pavimento TRUSYSTEM 7500 A PIANI TRASFERIBILI completo di accessori e garanzia full-risk per la durata di 36 mesi per l'U.O.C. Ortopedia del P.O. di Bassano del Grappa, per l'importo complessivo di € 134.204,00=IVA 22% esclusa (€ 163.728,88=IVA 22 % inclusa), come da offerta ID Sintel n. 1748858937281 del 02.06.2025;
2. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto pari ad € 163.728,88= IVA 22 % inclusa compresa trova copertura come segue:

Anno	Conto	PRG	Descrizione	Impegno IVA compresa
2025	AAA420000	Budget 508	Attrezzature sanitarie scientifiche	€ 163.728,88

e che l'importo suddetto è compreso nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. 2458 del 31/12/2024 "Approvazione bilancio economico preventivo anno 2025" nella specifica voce ID 2025 n. 17 (Codice Commessa 6/2025/1), coperto dal budget aziendale investimenti anno 2025 determinato dalla Regione Veneto;

3. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il p.i. Paolo Zaltron Tec. Prev. Amb. dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali;
4. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
 - CIG: B71ED29BA2
 - Ditta: Altamed S.r.l. (P. IVA 03831290287) via Cesare Battisti 31/C – Limena (PD);
5. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale

dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



RELAZIONE DI SCELTA

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.
 Fornitura di n. 1 tavolo operatorio con colonna a pavimento per l'U.O.C. Ortopedia del P.O. di Bassano del Grappa. Gara AULSS7_2025_00130.

Caratteristiche tecniche (obbligatorie)

N. 1 colonna mobile a pavimento con le seguenti caratteristiche:

1. realizzata in acciaio inossidabile resistente ai detergenti e disinfettanti
2. montata su base di adeguato spessore (specificare valore)
3. dotata di movimenti motorizzati per l'innalzamento/abbassamento, la posizione Trendelenburg/anti-Trendelenburg e l'inclinazione laterale
4. deve supportare un peso di almeno 400 kg
5. deve disporre di un sistema di alimentazione a batteria con elevata autonomia di attività operatoria (specificare durata), cavo di alimentazione incluso
6. deve disporre di un sistema di telediagnosi per la gestione dei guasti
7. dotata di telecomando wireless (con relativo caricabatterie) e di pulsantiera integrata che, in caso di guasto del telecomando, deve offrire tutte le funzioni.

N. 2 carrello per trasporto con le seguenti caratteristiche:

1. dotato di freno di stazionamento centrale con azione su tutte le quattro ruote doppie di guida
2. corsa libera, pedale per freno e ruota direzionale
3. antistatico, in acciaio inox resistente ai disinfettanti e semplice da pulire
4. portata massima 400 kg.

N. 2 piano operatorio universale con le seguenti caratteristiche:

1. realizzato in acciaio inossidabile disinfettabile e adattabile a diverse specialità chirurgiche e dimensioni del paziente
2. la movimentazione (innalzamento e abbassamento) delle sezioni schiena e gambe deve essere regolabile tramite motori elettromeccanici
3. regolazione sezione gambe simultanea e singola $\pm 90^\circ$ motorizzato
4. regolazione sezione schiena motorizzata (specificare angolo)
5. il piano deve garantire la radiotrasparenza e deve essere dotato di materassini antidecubito facilmente pulibili e rimovibili
6. deve supportare un peso massimo del paziente di 400 kg
7. completo di testa a doppio snodo, sezione schiena superiore, sezione gambe in (almeno) 2 parti e estensione pelvica
8. tutte le sezioni del piano devono essere corredate con cuscini di materiale schiumato, elettroconduttivo, asportabile e disinfettabile
9. la configurazione deve includere un supporto universale necessario per agganciare le sezioni per supporto della gamba e il dispositivo MIS Hip
10. deve disporre di un adattatore di trazione per permettere l'aggancio degli accessori di trazioni
11. deve prevedere un'asta di controtrazione femorale dotata di relativo cuscino e supporto radiotrasparenti
12. deve prevedere un'asta di controtrazione per tibia con relativo cuscino e supporto radiotrasparenti
13. la configurazione deve includere lo stivale di trazione in modo da permettere il corretto posizionamento delle gambe e dei piedi durante i casi di trauma e frattura dell'anca
14. la configurazione deve includere il sistema di trazione per tibia e relativo adattatore per la controtrazione posteriore (della tibia)
15. la configurazione deve includere i fissacondili per il corretto posizionamento del ginocchio
16. ulteriori accessori obbligatori: Montanti a doppio snodo (coppia)
 - Meccanismo dinamometrico e relativi componenti (barre e adattatori)
 - Morsetto per barra di trazione
 - Morsetto radiale

- Reggicosce di Goepel per adulti
- Adattatore per arco di Kirschner
- Carrello per trazioni
- Sezione gambe per supporto universale
- Barre laterali e relativi adattatori per completare la configurazione

17. eventuali accessori aggiuntivi destinati a ortopedia inclusi nella configurazione.

A carico della ditta aggiudicataria, senza alcun onere per questa Ulss, ci saranno lo smontaggio, il ritiro e lo smaltimento del tavolo attualmente esistente modello 1120 00A Maquet, nonché eventuali interventi di adeguamento del pavimento.

Importo a base d'asta della fornitura:

- € 139.000,00= IVA esclusa comprensivo della garanzia e manutenzione full-risk per almeno 24 mesi.

Aspetti da valutare:

- caratteristiche strutturali (sicurezza, stabilità, dimensioni, portata)
- ergonomia (manovrabilità, regolazioni, movimenti) e facilità utilizzo
- comfort (sezioni, cuscini, accessori)
- estensione garanzia e manutenzione full risk
- prezzo della proposta

All'avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto hanno presentato offerta le seguenti ditte:

DITTA	PRODOTTI OFFERTI, MARCA E MODELLO	
ALTAMED S.r.l.	BAXTER	TRUSYSTEM 7500
Getinge Italia Srl	Maquet GmbH	Maquet Otesus 1160
OPT SURGISYSTEMS SRL	Opt Surgisystems Srl	Sistema Operatorio Opt Modello Vanto II

Dall'analisi della documentazione tecnica, si rileva che i prodotti offerti risultano rispondenti alle caratteristiche di minima richieste.

In data 14/04/2025 si è proceduto alla prova-visione delle attrezzature proposte dalle varie Ditte, durante la quale sono state esaminate le varie caratteristiche:

Criterio: caratteristiche strutturali (sicurezza, stabilità, dimensioni, portata)

A seguito delle prove visioni è emerso quanto segue:

Trusystem 7500 (Altamed): tavolo solido (acciaio inox AISI 304 trattato) e con una base molto compatta, spessa solo 25 mm. Ottima stabilità grazie a una guarnizione perimetrale con effetto "ventosa", utile anche per compensare piccoli dislivelli del pavimento.

La colonna, combinata con la traslazione longitudinale elettromeccanica del piano, garantisce una completa superficie radiotrasparente.

Il tavolo operatorio è dotato di sistema anticollisione.

Ottima portata massima di 400 kg, senza limitazioni dovute a movimentazioni degli snodi motorizzati; inoltre molto apprezzabile la presenza di sensori che rilevano costantemente il carico posto al di sopra del tavolo operatorio, senza inserire preventivamente il peso del paziente, dando un allarme quando vengono superati i limiti di portata.

Maquet Otesus 1160 (Gentige): design solido e affidabile, buona stabilità. La base ha un profilo leggermente più alto (36 mm), costringendo il chirurgo a posizioni potenzialmente meno ergonomiche.

Il piano operatorio ha una finestra radiotrasparente, minimo 390 mm tra le barre normalizzate.

La portata è soggetta a limitazioni dovute a movimentazioni attive, partendo da un buon valore di portata statica pari a 380 kg, si riduce a 250 kg con movimentazioni dinamiche.

Il tavolo operatorio è dotato di sistema anticollisione.

OPT Vanto II (OPT Surgical): struttura realizzata in acciaio elettrolucidato, buona stabilità. La base è ampia e piatta, di 25 mm di altezza. Piano operatorio radiotrasparente per l'intera sua lunghezza. La portata è soggetta a limitazioni dovute a movimentazioni attive, partendo da un buon valore di portata statica pari a 453 kg, si riduce a 270 kg con movimentazioni attive. Il tavolo operatorio è dotato di sistema anticollisione.

Criterio: ergonomia (manovrabilità, regolazioni, movimenti) e facilità utilizzo

A seguito delle prove visioni è emerso quanto segue:

Trusystem 7500 (Altamed): ottima ergonomia. Il sistema si presenta particolarmente versatile e intuitivo, grazie a un'interfaccia utente avanzata che include comandi ergonomici e un display touch capacitivo. La possibilità di memorizzare posizioni e richiamarle rapidamente si traduce in un supporto concreto alle necessità intraoperatorie, specialmente nei casi ortopedici che richiedono un'elevata variabilità posizionale. La movimentazione del tavolo risulta fluida e precisa, anche con carichi elevati, garantendo una regolazione rapida e sicura in tutte le direzioni.

Maquet Otesus 1160 (Gentige): buona ergonomia. Il sistema è dotato di un'interfaccia utente moderna che consente un controllo completo delle funzioni del tavolo, anche se non sempre molto intuitivo. Dal punto di vista della manovrabilità, il tavolo garantisce comunque un buon controllo.

OPT Vanto II (OPT Surgical): buona ergonomia. Il sistema è stato apprezzato per la sua praticità logistica, tuttavia l'interfaccia utente, pur risultando funzionale, non risulta sempre molto intuitiva. Dal punto di vista della manovrabilità, il tavolo garantisce comunque un buon controllo.

Criterio: comfort (sezioni, cuscini, accessori)

Trusystem 7500 (Altamed): il tavolo offre un ottimo livello di comfort; il piano operatorio modulare e multidisciplinare, molto leggero il peso delle singole sezioni (facili da maneggiare anche con un solo operatore). Cuscini latex free costituiti da un doppio strato: viscoelastico e schiuma ad alta resilienza. La sezione gambe può essere regolata in lunghezza senza rimuovere componenti, tramite un pomello, per adattarsi al paziente già posizionato.

Maquet Otesus 1160 (Gentige): il tavolo offre un buon livello di comfort; esso è dotato di sezioni modulari completamente removibili, configurabili per vari tipi di intervento. Ogni sezione è identificata graficamente sul display (colori), facilitando l'interazione con il telecomando. I cuscini sono ergonomici e sagomati, progettati per adattarsi alla forma del corpo, ma la documentazione tecnica non specifica il tipo di materiale, spessore o opzioni disponibili. È previsto un sistema di memorizzazione e richiamo delle posizioni, utile anche per il comfort posturale del paziente.

OPT Vanto II (OPT Surgical): offre un buon livello di comfort; il piano modulare presenta sezioni intercambiabili tramite sistema di aggancio rapido (senza leve o ganci aggiuntivi). I cuscini in materiale schiumato, latex-free, impermeabili, radiotrasparenti e facili da sanificare. Le distanze tra le sezioni sono ridotte e i cuscini hanno profili curvi per minimizzare lo sfregamento durante i movimenti.

Criterio: prezzo e garanzia

Ditta	Offerta (iva esclusa)	Garanzia
ALTAMED S.r.l.	125.100,00 €	36 mesi
GETINGE ITALIA Srl	131.582,73 €	48 mesi
OPT SURGISYSTEMS SRL	118.140,55 €	48 mesi

A seguito della prova visione, il personale clinico ha ritenuto necessario che la configurazione del tavolo operatorio fosse obbligatoriamente comprensiva dell'accessorio "posizionatore per arti superiori" (detto trimano) e

dell'accessorio per la chirurgia della spalla (detto schienaletto), motivo per il quale il Servizio Provveditorato, tramite la piattaforma Sintel, ha richiesto alle tre ditte un'integrazione dell'offerta tecnico/economica. Tutte e ditte hanno risposto positivamente, proponendo le seguenti offerte economiche:

Ditta	Offerta (iva esclusa)	Garanzia
ALTAMED S.r.l.	134.816,00 €	36 mesi
GETINGE ITALIA S.r.l.	138.946,00 €	48 mesi
OPT SURGISYSTEMS S.r.l.	129.754,60 €	48 mesi

Conclusione:

A seguito dell'analisi comparativa dei tre sistemi offerti e della prova visione si evidenzia che il prodotto che realizza la migliore scelta è quello offerto dalla Ditta Altamed S.r.l con il tavolo Trusystem 7500. Tale dispositivo risulta completamente rispondente alle caratteristiche tecniche di minima e di massima richieste ed in grado di soddisfare pienamente alle esigenze della U.O.C. Ortopedia E Traumatologia a del P.O. di Bassano del Grappa.

La valutazione delle caratteristiche strutturali e della stabilità ha evidenziato infatti una netta differenza tra i dispositivi analizzati. In particolare, il tavolo proposto da Altamed S.r.l si distingue per:

- Robustezza e Stabilità: struttura solida con una base molto compatta di alta qualità, resistente e durevole.
- Adattabilità: garantisce flessibilità operativa;
- Ottima ergonomia: il piano operatorio modulare e multidisciplinare, con sezioni leggere e facili da maneggiare anche con un solo operatore

che nell'insieme, giustificano ampiamente la differenza di garanzia e di prezzo rispetto alla proposta della ditta OPT.
Bassano. 14/05/2025

Dr.ssa Lidiana Crestani

Dott. Cesare Chemello

Ing. Masucci Ettore