

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1310 DEL 11/07/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO f.f.

dr. FRANCO BASSAN

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE DIALIZZATO. GARA AULSS7_2025_00171

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1256/25

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- risulta scaduto al 23.05.2025 il contratto con la ditta D.R.M. s.r.l. per la fornitura di dispositivi per emodialisi, aggiudicato con delibera n. 670 dell'08.04.2022, per un importo complessivo triennale di € 64.725,00 (IVA esclusa);
- con e-mail dell'08.04.2025 l'U.O.C. Farmacia ha trasmesso il modulo di richiesta per l'avvio di una nuova procedura aziendale, in linea con la spesa storica;
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha quindi provveduto ad attivare un'indagine di mercato comparativa (prot. n. 35459 del 15.04.2025 – ID SINTEL 199686661) ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di dispositivi per emodialisi, per l'importo complessivo presunto di € 62.925,00=IVA esclusa, per il periodo di 36 mesi;

Preso atto che:

- entro il termine del 30.04.2025 ore 10:00, sono pervenute le proposte tecnico-economiche delle seguenti ditte:

<i>Protocollo informatico Sintel</i>	<i>Ditta</i>	<i>Importo</i>
1745416722129	Estor S.p.A.	€ 24.825,00 (offerta parziale)
1745926234440	D.R.M. S.r.l.	€ 79.950,00
1745846666864	Emodial S.r.l.	€ 81.420,00

- con e-mail in data 07.05.2025 l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha trasmesso alla dr.ssa Serena Stevan – U.O.C. Nefrologia e Dialisi P.O. Bassano e alla dr.ssa Lisa Roso, U.O.S. Nefrologia P.O. di Santorso, quali esperte individuate dalla Direzione Generale come da email del 06.05.2025, le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte;
- in data 05.06.2025 è stata trasmessa all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica la relazione di scelta redatta dalle esperte sopra citate, con cui è stata individuata quale migliore offerta quella della ditta D.R.M. s.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione allegata, per un importo complessivo di 79.950,00 + IVA;

Considerato che con comunicazione ID Sintel 202191208 del 29.05.2025 l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha chiesto alla ditta D.R.M. s.r.l. la disponibilità a praticare una miglioria delle condizioni economiche offerte.

Preso atto che con comunicazione ID Sintel 202201827 del 29.05.2025 la ditta D.R.M. s.r.l. ha comunicato l'impossibilità di effettuare la miglioria richiesta e ha confermato l'offerta presentata in data 29.04.2025;

Dato atto che:

- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023, prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 140.000,00;
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto, quindi, ad attivare in data 05.06.2025, la procedura di affidamento diretto sulla piattaforma Aria/Sintel, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, con la ditta D.R.M. s.r.l. per la fornitura di dispositivi per la gestione del paziente dializzato, per un importo complessivo di € 79.950,00=IVA

esclusa, per il periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per 24 mesi (prot. n. 52425 del 05.06.2025 – ID Sintel 202444056);

- entro il termine ultimo fissato nella richiesta di offerta (ore 15:00 del giorno 17.06.2025) è stata presentata regolare offerta per l'importo complessivo triennale di € 79.950,00=IVA esclusa, come segue:

Voce	CND	Descrizione	Unità di misura	Q.tà 36 mesi	Importo unitario
1	T0203	Kit medicazione dialisi attacco/stacco sterile monouso, latex free: - composizione attacco: n. 1 traversa assorbente cm. 60x40 n. 1 confezione da 1 garza TNT cm. 7,5x7,5 - 8 strati n. 2 tamponi in cellulosa cm. 4x5 n. 6 striscette di cerotto in seta cm. 2,5x15 - composizione stacco: n. 2 cerotti premifistola cm. 15x7 n. 1 confezioni da 2 garze in cotone cm. 7,5x7,5 - 16 strati n. 1 confezione di tamponi in poliestere diam. cm. 3,5	kit	36.000	€ 1,65
2	M030404	Benda emostatica premifistola elastica in cotone misura cm. 6 x 45 cm. circa, con tampone di misura mm. 25 x 25 mm. circa, biadesivo finale e cerotti di fissaggio, latex free. Sterile, monouso	pezzi	40.500	€ 0,30
3	V9099	Contenitori di sicurezza per lo smaltimento degli aghi fistola con capacità di contenimento di 2 aghi, con base esterna adesiva, spugna interna e sistema per fissaggio aghi. Monouso, non sterile	pezzi	12.000	€ 0,20
4	M0499	Medicazione con garza a captazione batterica (tipo EXIT-GREEN): garza in acetato impregnata con un derivato degli acidi grassi (idrofobico) di misura di circa 4X6 cm (+/-1 cm) con taglio a Y	pezzi	3.000	€ 2,00

Dato atto che:

- l'acquisto in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, e non risulta attiva alcuna iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 15 c. 7 e 8, nonché di quanto previsto dall'art. 8 dell'All. I.2 e art. 32, c. 2 e 3 dell'All. II.14 del D.lgs 36/2023 (trattandosi di fornitura che coinvolge unità operative diverse da quella che ha effettuato l'affidamento), si rende necessario individuare, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
- il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile UOS Gestione Gare.

Ritenuto, come da proposta della dr.ssa Elena Mosele, Direttore UOC Farmacia, vistata favorevolmente dal Direttore Generale con email del 06.05.2025, di proporre quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il dr. Luca Lovison, Coordinatore U.O.C. Nefrologia e Dialisi P.O. di Bassano;

Considerato che la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023 risulta positivamente conclusa;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023, per quanto sopra il Dirigente propone di:

- affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Acilia HS s.r.l. la fornitura di dispositivi per la gestione del paziente dializzato per l'importo complessivo triennale di € 79.950,00=IVA esclusa;
- dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il dr. Luca Lovison, Coordinatore U.O.C. Nefrologia e Dialisi P.O. di Bassano;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta D.R.M. s.r.l. la fornitura di dispositivi per la gestione del paziente dializzato, per un importo complessivo di € 79.950,00 (IVA esclusa), per il periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per 24 mesi, come segue:

Voce	CND	Descrizione	Unità di misura	Q.tà 36 mesi	Importo unitario
1	T0203	Kit medicazione dialisi attacco/stacco sterile monouso, latex free: - composizione attacco: n. 1 traversa assorbente cm. 60x40 n. 1 confezione da 1 garza TNT cm. 7,5x7,5 - 8 strati n. 2 tamponi in cellulosa cm. 4x5 n. 6 striscette di cerotto in seta cm. 2,5x15 - composizione stacco: n. 2 cerotti premifistola cm. 15x7 n. 1 confezioni da 2 garze in cotone cm. 7,5x7,5 - 16 strati n. 1 confezione di tamponi in poliestere diam. cm. 3,5	kit	36.000	€ 1,65

2	M030404	Benda emostatica premifistola elastica in cotone misura cm. 6 x 45 cm. circa, con tampone di misura mm. 25 x 25 mm. circa, biadesivo finale e cerotti di fissaggio, latex free. Sterile, monouso	pezzi	40.500	€ 0,30
3	V9099	Contenitori di sicurezza per lo smaltimento degli aghi fistola con capacità di contenimento di 2 aghi, con base esterna adesiva, spugna interna e sistema per fissaggio aghi. Monouso, non sterile	pezzi	12.000	€ 0,20
4	M0499	Medicazione con garza a captazione batterica (tipo EXIT-GREEN): garza in acetato impregnata con un derivato degli acidi grassi (idrofobico) di misura di circa 4X6 cm (+/-1 cm) con taglio a Y	pezzi	3.000	€ 2,00

2. di dare atto che la fornitura di cui trattasi avrà durata di 36 mesi, indicativamente dal 07.07.2025 al 06.07.2028, salva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
3. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto pari ad € 97.539,00 (IVA 22% compresa) trova copertura come segue:

anno	conto	PGR	Descrizione	Impegno di spesa (IVA 22% inclusa)
2025	BA0220B01	54	Dispositivi medici - Presidi	€ 15.579,14
2026				€ 32.513,00
2027				€ 32.513,00
2028				€ 16.933,86

4. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) dr. Luca Lovison, Coordinatore U.O.C. Nefrologia e Dialisi P.O. di Bassano;
5. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
- CIG: B762F354A3 - Ditta: D.R.M. s.r.l. - P.IVA 01607530209;
6. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.

RELAZIONE DI SCELTA

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di dispositivi per emodialisi

GARA N. AULSS7_2025_00171

Con riferimento all'indagine di mercato in oggetto (n. prot. 35459 del 15.04.2025) risultano pervenute le proposte tecniche - economiche delle seguenti Ditte:

<i>Ditta</i>	<i>Importo offerto voce 1</i>	<i>Importo offerto voce 2</i>	<i>Importo offerto voce 3</i>	<i>Importo offerto voce 4</i>	<i>Importo complessivo offerto</i>	<i>Superiore a base d'asta (€ 62.925,00 + IVA)</i>
D.R.M. s.r.l.	€ 59.400,00	€ 12.150,00	€ 2.400,00	€ 6.000,00	€ 79.950,00	Sì
Emodial s.r.l.	€ 57.600,00	€ 9.720,00	€ 5.400,00	€ 8.700,00	€ 81.420,00	Sì
Estor s.p.a.	-	€ 18.225,00	€ 6.600,00	-	€ 25.150,00	No, ma offerta solo per le voci 2 e 3

Valutazione

Saranno valutati i seguenti aspetti: caratteristiche tecniche e funzionali dei dispositivi: sicurezza d'uso e affidabilità, tollerabilità, praticità d'uso, adesività e tenuta del cerotto, confezionamento, ed economicità della proposta economica.

A seguito della visione della documentazione e della campionatura inviata dalle Ditte partecipanti emerge quanto segue:

Strumentario sterile monouso

<i>Voce</i>	<i>Ditta</i>	<i>Osservazioni</i>
1. Kit medicazione dialisi attacco/stacco sterile monouso, latex free	D.R.M. s.r.l.	CONFORME
	Emodial s.r.l.	CONFORME
2. Benda emostatica premifistola elastica in cotone	D.R.M. s.r.l.	CONFORME
	Emodial s.r.l.	L'ADESIVITA' E LA TENUTA DEL CEROTTO E'

		POCO SICURA
3. Contenitori di sicurezza per lo smaltimento degli aghi fistola	D.R.M. s.r.l.	CONFORME
	Emodial s.r.l.	CONFORME
4. Medicazione con garza a captazione batterica	D.R.M. s.r.l.	CONFORME
	Emodial s.r.l.	USO LIMITATO

Valutazioni e/o motivazioni della scelta ed eventuali altre considerazioni

La valutazione degli articoli indicati alle voci 1-2-3 è stata effettuata durante l'attività di attacco e stacco dei pazienti in terapia dialitica utilizzando i campioni forniti. Il materiale valutato per entrambe le Ditte in gara risponde ai requisiti di sicurezza d'uso e affidabilità, tollerabilità e praticità d'uso. Rispetto alla voce 1, si preferisce il prodotto presentato dalla ditta DRM poiché i tamponi in cellulosa sono confezionati singolarmente così da permettere una eventuale conservazione in caso di non utilizzo durante una seduta dialitica. Con riferimento alla voce 2, si evidenzia che l'adesività e tenuta del cerotto è superiore la qualità del prodotto della ditta DRM. Conforme anche il confezionamento.

Per quanto riguarda lo strumentario indicato al numero 4 "Medicazione con garza a captazione batterica" la valutazione si è basata sull'analisi della scheda tecnica. Il prodotto della ditta DRM S.r.l. risulta pienamente conforme. Il prodotto della ditta Emodial S.r.l. invece risulta parzialmente idoneo per le diciture riportate alla voce "precauzioni e controindicazioni" e nello specifico "Non utilizzare durante esami quali raggi X, ultrasuoni, diatermia, risonanza magnetica o trattamenti di radioterapia". Tale precauzione/controindicazione ne limiterebbe l'uso.

Il materiale della ditta Estor non viene valutato in quanto incompleto.

Per le valutazioni succitate si predilige la proposta della ditta DRM S.r.l. in quanto più affidabile e sicura nell'utilizzo.

Data 05.06.2025

Dr.ssa Serena Stevan



Dr.ssa Lisa Roso

