

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1239 DEL 30/06/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN SISTEMA PER IL MONITORAGGIO CONTINUO DELLA FUNZIONALITÀ CEREBRALE PER USO IN AMBITO NEONATALE E PEDIATRICO PER L'U.O.C. PEDIATRIA DEL P.O. DI SANTORSO. GARA AULSS7_2025_00158.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1216/25

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 0030307/25 del 31.03.2025 il Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica ha trasmesso il modulo di richiesta, redatto in collaborazione con il Direttore dell'U.O.C. Pediatria del P.O. di Santorso, Dr. Massimo Scollo, per l'acquisto di n. 1 sistema per il monitoraggio continuo della funzionalità cerebrale per uso in ambito neonatale e pediatrico per l'U.O.C. Pediatria del P.O. di Santorso, in sostituzione di analoga attrezzatura obsoleta e completamente ammortizzata (inv. n. 809379);
- su tale richiesta, con nota prot. n. 0031152/25 del 02.04.2025, l'U.O.C. Direzione Medica del P.O. di Santorso ha espresso parere favorevole.

Dato atto che l'importo per l'acquisto di tale attrezzatura è compreso nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. 2458 del 31/12/2024 "Approvazione bilancio economico preventivo anno 2025" ID_2025 n. 126 (Codice Commessa 6/2025/1), ed è coperta per € 23.797,60 con economie residue relative a progetti con finanziamento CRITE (autorizzazione CRITE prot. n. 292878 del 16/06/2025, ns. prot. n. 55638 del 16/06/2025) e per € 6.702,40 dal Budget Investimenti Aziendale 2025 determinato dalla Regione Veneto.

Preso atto che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. dell'11.07.2018 e relativi indirizzi applicativi e non risulta presente nelle Convenzioni stipulate da CONSIP o dalla Centrale regionale di riferimento di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 140.000,00.

Dato atto che:

- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto pertanto a pubblicare, con nota prot. n. 31537/25 del 03.04.2025 sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (<http://www.ariaspa.it>) e sul sito internet aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>), specifico Avviso di Indagine di Mercato comparativa per la fornitura di n. 1 sistema per il monitoraggio continuo della funzionalità cerebrale per uso in ambito neonatale e pediatrico per l'U.O.C. Pediatria del P.O. di Santorso, per l'importo a base d'asta pari ad € 26.000,00=IVA esclusa, a seguito del quale, entro il termine del 23.04.2025 ore 09:00, sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle seguenti ditte:

DITTA	PRODOTTI OFFERTI, MARCA E MODELLO	GARANZIA	IMPORTO COMPLESSIVO (IVA esclusa)
Officina Biomedica Divisione Servizi	Produttore: EBNeuro s.p.a. Modello: Galileo Be Micro	48 mesi	€ 20.590,00
Burke & Burke S.p.A.	Produttore: Medical Imaging Solutions GmbH Modello: nēo™, sistema di monitoraggio	24 mesi	€ 25.000,00

- con e-mail in data 30.04.2025 sono state trasmesse al dr. Massimo Scollo, Direttore dell'U.O.C. Pediatria del P.O. di Santorso ed al p.i. Paolo Zaltron, Tec. Prev. Amb. dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, quali esperti individuati dalla Direzione Generale, le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte per la valutazione tecnico-qualitativa;
- è pervenuta la relazione di scelta datata 29.05.2025 redatta dagli esperti sopra citati, con cui è stata individuata quale migliore offerta quella formulata dalla ditta Burke & Burke S.p.A. di Roma in quanto l'apparecchiatura si è rivelata pienamente rispondente alle caratteristiche richieste e maggiormente aderente alle esigenze della Terapia Intensiva Neonatale del P.O. di Santorso (Allegato 1), per l'importo di € 25.000,00 + IVA 22% (€ 30.500,00=IVA 22% inclusa);
- con comunicazione ID Sintel 202435765 del 05.06.2025, l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha chiesto alla ditta suddetta la disponibilità a praticare una miglioria sul preventivo presentato in fase di indagine di mercato;
- in pari data la ditta Burke & Burke S.p.A. ha espresso la disponibilità a praticare uno sconto di € 2.000,00 e pertanto il prezzo finale risulta di € 23.000,00 + IVA 22%;
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica con prot. n. 0056242/25 del 18.06.2025 ha provveduto, pertanto, ad attivare nella medesima data sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (ID Sintel n. 203181163) l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, con la ditta Burke & Burke S.p.A. di Roma (P. IVA 01059590107) per la fornitura di n. 1 sistema per il monitoraggio continuo della funzionalità cerebrale per l'U.O.C. Pediatria del P.O. di Santorso modello nœo™, completo di accessori e garanzia full-risk per la durata di 24 mesi.

Preso atto che entro il termine ultimo (23.06.2025 ore 08:00), la suddetta ditta ha offerto n. 1 sistema per il monitoraggio continuo della funzionalità cerebrale per l'U.O.C. Pediatria del P.O. di Santorso modello nœo™, completo di accessori e garanzia full-risk per la durata di 24 mesi, per l'importo di € 23.000,00=IVA 22% esclusa (€ 28.060,00= IVA 22 % inclusa), come da offerta ID Sintel n. 1750321890887 del 19.06.2025.

Considerato che con e-mail in data 19.06.2025 l'U.O.S. Ingegneria Clinica ha confermato la rispondenza dell'offerta presentata alle specifiche richieste.

Dato atto che, come da proposta dell'ing. Ettore Masucci, Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, vistata favorevolmente dal Direttore Generale con e-mail in data 28.06.2025, si propone quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il p.i. Paolo Zaltron, Tec. Prev. Amb. dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, il quale ha reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo (nota prot. n. 0057119/25 del 19.06.2025).

Dato atto altresì che il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) è la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione Gare.

Accertato che la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs. n. 36/2023 risulta positivamente conclusa.

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica propone, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto alla ditta Burke & Burke S.p.A. di Roma (P. IVA 01059590107) della fornitura di n. 1 sistema per il monitoraggio continuo della funzionalità cerebrale per l'U.O.C. Pediatria del P.O. di Santorso modello nœo™, completo di accessori e garanzia full-risk per la durata di 24 mesi, per l'importo di € 23.000,00=IVA 22% esclusa (€ 28.060,00= IVA 22 % inclusa, come da offerta ID Sintel n. 1750321890887 del 19.06.2025;
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il p.i. Paolo Zaltron, Tec. Prev. Amb. dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali.

II DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Direttore dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto alla ditta Burke & Burke S.p.A. di Roma (P. IVA 01059590107) della fornitura di n. 1 sistema per il monitoraggio continuo della funzionalità cerebrale per l'U.O.C. Pediatria del P.O. di Santorso modello nēo™, completo di accessori e garanzia full-risk per la durata di 24 mesi, per l'importo di € 23.000,00=IVA 22% esclusa (€ 28.060,00= IVA 22 % inclusa), come da offerta ID Sintel n. 1750321890887 del 19.06.2025;
2. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto pari ad € 28.060,00= IVA 22 % inclusa compresa trova copertura come segue:

Anno	Conto	PRG	Descrizione	Impegno IVA compresa
2025	AAA420000	Budget 508	Attrezzature sanitarie scientifiche	€ 28.060,00

e che l'importo suddetto è compreso nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. 2458 del 31/12/2024 "Approvazione bilancio economico preventivo anno 2025" nella specifica voce ID 2025 n. 126 (Codice Commessa 6/2025/1), ed è coperta per € 23.797,60 con economie residue relative a progetti con finanziamento CRITE (autorizzazione CRITE prot. n. 292878 del 16/06/2025, ns. prot. n. 55638 del 16/06/2025) e per € 6.702,40 dal Budget Investimenti Aziendale 2025 determinato dalla Regione Veneto;

3. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il p.i. Paolo Zaltron, Tec. Prev. Amb. dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali;
4. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
 - CIG: B75FAD6CD2
 - Ditta: Burke & Burke S.p.A. di Roma (P. IVA 01059590107) via Giulio Vincenzo Bona, 133 – 00156 Roma;
5. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con

deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



RELAZIONE DI SCELTA

Oggetto: Fornitura di n. 1 Sistema per il monitoraggio continuo della funzionalità cerebrale per uso in ambito neonatale e pediatrico per l'U.O.C. Pediatria del P.O. di Santorso. Gara AULSS7_2025_00158.

ID SINTEL 199423340

Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)

1	- Sistema per il monitoraggio continuo della funzionalità cerebrale tramite EEG ad ampiezza integrata (aEEG) e EEG standard; - Configurazione multicanale (almeno 8 canali); - Modalità di registrazione referenziale e bipolare; - Presenza di un elettrodo di riferimento per riduzione artefatti
2	- Visualizzazione simultanea di tracciato aEEG e EEG; - Indicazione in tempo reale dell'impedenza per ogni canale; - Indicatori numerici aggiornati in tempo reale per Burst Suppression Ratio (BSR) e Inter-Burst Interval (IBI), calcolati su finestra temporale di almeno 10 minuti; - Modalità di visualizzazione aEEG con scala di grigi (densità variabile) per agevolare la lettura da parte di personale non specializzato; - Possibilità di selezione del contrasto visivo tra sfondo e tracciato; - Presenza di marker standard e personalizzati per l'annotazione di eventi
3	- Algoritmo integrato per il riconoscimento automatico di convulsioni
4	- Esportazione dei dati EEG/aEEG in formato EDF e ASCII; - Possibilità di screenshot delle schermate in formato PDF; - Backup completo su dispositivo di archiviazione esterno
5	- Display: touchscreen a colori, almeno 15", Full HD; - Informazioni Visualizzate: Tracciato aEEG, Tracciato EEG, Indice Burst Suppression Ratio (BSR), Indice Inter Burst Interval (IBI), Valore delle impedenze, Marker standard e personalizzati, Segnali di allarme, Lista eventi; - Campionamento: specificare frequenza e risoluzione; - Risposta in frequenza: specificare valore; - Dotato di porte USB, porte Ethernet, uscita HDMI, uscita DisplayPort
6	- Accessori inclusi nella configurazione: - Panel PC medico; - Amplificatore per segnali EEG; - Adattatore per elettrodi; - Maniglia; - Carrello dedicato

In particolare, saranno valutati i seguenti aspetti:

- *Funzionalità e completezza del sistema di monitoraggio;*
- *Ergonomia d'uso e interfaccia utente*
- *Innovazione tecnologica e valore aggiunto rispetto ai requisiti minimi*
- *Prezzo.*

Importo a base d'asta: € 26.000,00= IVA esclusa, comprensivo della garanzia e manutenzione full-risk per 24 mesi.

All'avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto – rif. ns. prot. n. 0031527/25 del 03.04.2025 – hanno presentato offerta le seguenti ditte:

DITTA	PRODOTTI OFFERTI, MARCA E MODELLO	GARANZIA	IMPORTO COMPLESSIVO (IVA esclusa)
Burke & Burke SPA	Produttore: Medical Imaging Solutions GmbH Modello: nēo™, sistema di monitoraggio	24 mesi	€ 25.000,00
Officina Biomedica Divisione Servizi	Produttore: EBNeuro s.p.a. Modello: Galileo Be Micro	48 mesi	€ 20.590,00

Dall'esame della documentazione tecnica presentata entrambi i sistemi offerti rispettano le caratteristiche tecniche minime richieste dal capitolato tecnico, rendendoli formalmente idonei all'utilizzo clinico previsto.

L'analisi approfondita delle caratteristiche funzionali, ergonomiche, innovative ed economiche, condotta con particolare attenzione all'effettivo ambito d'impiego, ovvero la Terapia Intensiva Neonatale (TIN), ha evidenziato significative differenze tra le due soluzioni.

Il sistema nēo™, presentato da Burke & Burke, si distingue per la configurabilità a 8 canali EEG, la capacità di riduzione degli artefatti e la piena compatibilità con ambienti clinici ad alta complessità, come la TIN e la terapia intensiva pediatrica. L'interfaccia touchscreen risulta intuitiva e ben adattabile all'uso in contesto intensivo. Inoltre, le funzionalità avanzate e la flessibilità operativa conferiscono al prodotto un valore aggiunto rilevante, contraddistinguendolo come una proposta di elevata qualità.

Il sistema Galileo Be Micro, offerto da Officina Biomedica, rappresenta invece una soluzione tecnologicamente più essenziale, dotata di un numero inferiore di canali EEG e con minori opzioni di espansione. L'interfaccia è orientata a un'utenza generalista, e il sistema risulta maggiormente indicato per contesti clinici meno complessi. Tra i punti di forza si evidenziano la buona interoperabilità con le apparecchiature già in uso presso la Neurologia aziendale e un prezzo più contenuto, associato a un'estensione di garanzia fino a 48 mesi.

In conclusione, la valutazione tecnica esprime una preferenza per il sistema nēo™, in considerazione delle superiori prestazioni cliniche e della maggiore aderenza alle esigenze della Terapia Intensiva Neonatale, elementi che nel complesso giustificano ampiamente la differenza di prezzo e di garanzia rispetto alla proposta alternativa.

Cordiali saluti.

Santorso, 29.05.2025

Dott. Massimo Scollo

Per. ind. Paolo Zaltron