

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1164 DEL 23/06/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER L’ESECUZIONE IN COMPLETA AUTOMAZIONE DEI TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA. GARA N. 2023-241-BAS.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1111/25

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relazione quanto segue.

Premesso che:

- risulta in scadenza al 30.11.2025 il contratto con la ditta Roche Diagnostics Spa di Monza (MB), relativo alla fornitura di prodotti impiegati in biologia molecolare (RNA Virus e genotipo Epatite C con metodica di biologia molecolare ed estrazione di acidi nucleici generica, RNA virus HIV 1 e DNA Virus Epatite B con metodica di biologia molecolare real time PCR e Papilloma virus) e della piattaforma automatizzata Cobas 5800 in uso presso l'U.O.C. Laboratorio Analisi del P.O. di Santorso, ora denominata U.O.C. Medicina di Laboratorio, prorogato da ultimo con delibera n. 2197/2024 per un importo annuale di € 134.005,28 + IVA;
- risulta altresì in scadenza al 26.09.2025 il contratto in essere con la ditta Elitech Group Spa di Milano, relativo alla fornitura di test per la diagnostica molecolare virologica per l'U.O.C. Medicina di Laboratorio del P.O. di Santorso, prorogato con delibera n. 457/2025 per un importo semestrale di € 22.000,00 + IVA;
- vengono effettuati inoltre in outsourcing presso il servizio di Microbiologia e Virologia dell'A.O.U. di Padova i test per le arbovirosi per una spesa complessiva annuale di € 3.510,00 + IVA;
- in vista della scadenza dei sopracitati contratti è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro (nota del 30.06.2023) per la progettazione della nuova gara, approvata in data 30.10.2023 dalla Direzione Strategica;
- con nota prot. n. 104114/23 del 12.12.2023 è stata trasmessa alla Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) la richiesta di autorizzazione per la gara europea per l'affidamento della fornitura in service di sistemi per l'esecuzione in completa automazione dei test di Biologia Molecolare per l'Azienda Ulss 7 Pedemontana, suddivisa in 2 Lotti;
- con nota prot. n. 372490 del 25.07.2024 (ns. prot. n. 68246 del 25.07.2024) la C.R.I.T.E. ha comunicato parere favorevole alla nuova procedura di gara con una serie di indicazioni:
 - *separare il costo dei servizi (noleggio e manutenzione) dal costo dei dispositivi (al fine del corretto invio della spesa nei flussi);*
 - *verificare la congruità della quota di manutenzione rispetto alla quota di noleggio (l'importo annuale dell'assistenza tecnica dovrebbe variare dal 3 al 11% del valore della strumentazione considerata la classe tecnologica);*
- nell'elenco delle procedure in programmazione da parte dell'Azienda Zero – UOC CRAV, sulla base dell'aggiornamento di gennaio 2025, risulta attualmente in fase di “lavori del Gruppo tecnico” la gara regionale “Diagnostica molecolare arbovirosi e virus emergenti - 1^a Edizione” che include i sistemi diagnostici previsti dal Lotto 2;

Dato atto che:

- con deliberazione n. 2014 del 31.10.2024 è stata pertanto indetta la gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura in service di sistemi per l'esecuzione in completa automazione dei test di Biologia Molecolare per l'Azienda Ulss 7 Pedemontana, suddivisa in n. 2 lotti, per l'importo a base d'asta per 36 mesi di € 827.949,20 IVA esclusa di cui € 1.400,00 IVA esclusa per oneri per rischi interferenziali (DUVRI), come segue:

<i>Lotto n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi a base d'asta per il periodo di 36 mesi, inclusi oneri DUVRI non soggetti a ribasso</i>
1	Sistema automatizzato per la diagnostica molecolare in PCR Real Time di HBV, HCV, HIV, HPV	€ 505.049,20= IVA esclusa di cui: -Reattivi e materiale di consumo: € 468.709,20 -Canone di noleggio attrezzature: € 35.640,00 -Oneri DUVRI: € 700,00
2	Sistema automatizzato per la diagnostica molecolare in PCR Real Time di infettivologia varia, Arbovirosi e virus emergenti	€ 322.900,00= IVA esclusa di cui: -Reattivi e materiale di consumo: € 292.200,00 -Canone di noleggio attrezzature: € 30.000,00 -Oneri DUVRI: € 700,00

- il bando è stato pubblicato sulla GUEE (OJ S 218/2024) l'08.11.2024 con scadenza per la presentazione delle offerte al 19.12.2024;

Preso atto che:

- entro il termine del 19.12.2024 ore 10:00, tramite la piattaforma Sintel, sono pervenute le seguenti offerte:

-Roche Diagnostics Spa (Lotto 1);

-Cepheid Srl (Lotto 1);

-Elitech Group (Lotto 2).

- con deliberazione n. 245 del 07.02.2025 sono stati approvati i verbali delle sedute del 19.12.2024, 14.01.2025 e del 31.01.2025 del Seggio di gara (Allegato 1), sono state ammesse alla fase di valutazione delle offerte tecniche la ditta Roche Diagnostics SpA per il Lotto 1 e la ditta Elitech Group per il Lotto 2 mentre non è stata ammesso l'Operatore Economico Cepheid Srl per le motivazioni riportate nei verbali sopra citati;
- con la medesima deliberazione si è provveduto altresì alla nomina della Commissione Giudicatrice così composta:

PRESIDENTE: dr.ssa Maria Piera Panozzo, Dirigente Biologo U.O.C. Medicina di Laboratorio P.O. Santorso;

COMPONENTI: dr.ssa Maira Zoppelletto, Responsabile U.O.S. Laboratorio Analisi P.O. Bassano;
 dr.ssa Valentina Di Giacomo, Dirigente Biologo U.O.C. Medicina di Laboratorio P.O. Santorso;

SEGRETARIO: dott.ssa Martina Zilio, Collaboratore Amministrativo Professionale U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica;

- con nota prot. n. 12133 del 10.02.2025 si è provveduto a comunicare alla ditta Cepheid Srl la non ammissione alla fase di valutazione dell'offerta tecnica poiché la garanzia provvisoria presentata risultava emessa e sottoscritta successivamente al termine per la presentazione delle offerte;

Dato atto che:

- la Commissione Giudicatrice, come da verbale della seduta riservata in data 25.02.2025, Allegato 2) al presente provvedimento, ha provveduto, a seguito delle valutazioni effettuate, ad attribuire alla ditta Roche Diagnostics SpA il punteggio qualità di 70/70 punti per il Lotto 1 ed alla ditta Elitech Group il punteggio di qualità di 70/70 punti per il Lotto 2;

- le ditte sopra citate sono state ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche, avendo superato complessivamente il punteggio minimo di punti 42/70 come previsto dall'art. 18.1 del Disciplinare di gara;
- in data 24.03.2025 la Commissione Giudicatrice, come da verbale Allegato 3) al presente provvedimento, ha provveduto all'apertura delle offerte economiche che sono risultate le seguenti:

Lotto 1: Sistema automatizzato per la diagnostica molecolare in PCR Real Time di HBV, HCV, HIV, HPV per l'importo triennale a base d'asta di € 505.049,20= IVA esclusa

Ditta	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
Roche Diagnostics Spa	€ 482.046,00=/ 36 mesi IVA esclusa oltre ad € 700,00 IVA esclusa per oneri DUVRI non soggetti a ribasso per complessivi € 482.746,00 =/ 36 mesi IVA esclusa	30,00	70,00	100,00

Lotto 2: Sistema automatizzato per la diagnostica molecolare in PCR Real Time di infettivologia varia, Arbovirosi e virus emergenti per l'importo triennale a base d'asta di € 322.900,00= IVA esclusa

Ditta	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
Elitech Group	€ 254.877,00=/ 36 mesi IVA esclusa oltre ad € 700,00 IVA esclusa per oneri DUVRI non soggetti a ribasso per complessivi € 255.577,00=/ 36 mesi IVA esclusa	30,00	70,00	100,00

- relativamente al Lotto n. 2, si prende atto che la Ditta Elitech Group ha fornito offerta anche per tutti gli analiti opzionali richiesti nel Capitolato Speciale di Gara, non compresi nella base d'asta, per un importo complessivo triennale pari ad € 84.264,00 IVA esclusa;
- dato atto che le offerte delle ditte prime classificate risultate sospette di anomalia, a seguito della verifica ai sensi dell'art.110 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023 effettuata dal RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice, sono risultate congrue come da verbale della seduta del 12.05.2025 e dell'11.06.2025 (Allegato 4).

Accertato che:

- l'acquisto in oggetto non risulta presente nelle categorie merceologiche e relative soglie di obbligatorietà la cui acquisizione è rimessa ai soggetti aggregatori (Consip e Centrali Regionali), in attuazione a quanto disposto dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015;
- non sono presenti prezzi di riferimento negli elenchi trasmessi dall'Azienda Zero - UOC CRAV con nota prot. n. 0051331 del 30.01.2025 (nota prot. Ulss n. 008570/25 del 30.01.2025), né prezzi di riferimento elaborati dall'Anac;

- evidenziato che si rileva un risparmio complessivo per entrambi i lotti nel triennio di € 89.626,20 IVA esclusa rispetto alla base d'asta complessiva;
- come da proposta del Direttore dell'U.O.C. Medicina di Laboratorio, vistata favorevolmente dal Direttore Generale con email del 16.04.2025, si propone quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la dr.ssa Maria Piera Panozzo, Dirigente Biologo U.O.C. Medicina di Laboratorio P.O. Santorso;
- le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e di capacità tecnica – professionale alla data del presente atto hanno dato esiti positivi, tranne che per le informative antimafia in quanto le Prefetture competenti non ha ancora provveduto ad evadere la richiesta; tuttavia, essendo decorso il termine di 30 giorni, come previsto dall'art. 92 del d.lgs 159/2011 e s.m.i, è possibile procedere alla stipula del contratto, con apposita condizione risolutiva;
- i contratti d'appalto che saranno stipulati in esecuzione del presente atto avranno validità di 36 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi e prorogabili per 12 mesi, salva la facoltà di risoluzione anticipata nel caso vengano avviate iniziative da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023.

Valutato che, secondo quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 1410 del 26.07.2024 con la quale viene approvata la "Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023", si quantifica, secondo la tipologia di contratto "complessità media", nella misura dello 0,75% per la quota da € 500.000,00 a € 1.000.000,00 pari ad € 5.526,92 l'importo delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche;

Visto il D. Lgs. n.36/2023.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica propone pertanto di:

- recepire i verbali della Commissione Giudicatrice del 25.02.2025, relativo alla valutazione dell'offerta tecnica, del 24.03.2025 di apertura dell'offerta economica, e il verbale del RUP delle sedute del 12.05.2025 e dell'11.06.2025 di verifica di congruità delle offerte, rispettivamente allegato 2, allegato 3 e allegato 4 al presente provvedimento;
- aggiudicare la gara europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n.36/2023, per l'affidamento della fornitura in service di sistemi per l'esecuzione in completa automazione dei test di Biologia Molecolare per l'Azienda Ulss 7 Pedemontana, suddivisa in 2 Lotti, come segue:
 - *Lotto 1 "Sistema automatizzato per la diagnostica molecolare in PCR Real Time di HBV, HCV, HIV, HPV"* alla ditta Roche Diagnostics Spa (C.F./P.IVA 10181220152) per l'importo, per il periodo di 36 mesi di € 482.046,00 IVA esclusa oltre ad € 700,00 IVA esclusa per oneri DUVRI non soggetti a ribasso per complessivi € 482.746,00 IVA esclusa;
 - *Lotto 2 "Sistema automatizzato per la diagnostica molecolare in PCR Real Time di infettivologia varia, Arbovirosi e virus emergenti"* alla ditta Elitech Group (C.F./P.IVA 05239350969) per l'importo, per il periodo di 36 mesi di € 254.877,00 IVA esclusa oltre ad € 700,00 IVA esclusa per oneri DUVRI non soggetti a ribasso per complessivi € 255.577,00 IVA esclusa;
- dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente i contratti, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso vengano avviate iniziative da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la dr.ssa Maria Piera Panozzo, Dirigente Biologo U.O.C. Medicina di Laboratorio P.O. Santorso.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di recepire i verbali della Commissione Giudicatrice del 25.02.2025, relativo alla valutazione dell'offerta tecnica, del 24.03.2025 di apertura dell'offerta economica, e il verbale del RUP delle sedute del 12.05.2025 e dell'11.06.2025 di verifica di congruità delle offerte, rispettivamente allegato 2, allegato 3 e allegato 4 al presente provvedimento;
2. di aggiudicare la gara europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n.36/2023, per l'affidamento della fornitura in service di sistemi per l'esecuzione in completa automazione dei test di Biologia Molecolare per l'Azienda Ulss 7 Pedemontana, suddivisa in 2 Lotti, come segue:
 - *Lotto 1 "Sistema automatizzato per la diagnostica molecolare in PCR Real Time di HBV, HCV, HIV, HPV"* alla ditta Roche Diagnostics Spa (C.F./P.IVA 10181220152) per l'importo, per il periodo di 36 mesi di € 482.046,00 IVA esclusa oltre ad € 700,00 IVA esclusa per oneri DUVRI non soggetti a ribasso per complessivi € 482.746,00 IVA esclusa;
 - *Lotto 2 "Sistema automatizzato per la diagnostica molecolare in PCR Real Time di infettivologia varia, Arbovirosi e virus emergenti"* alla ditta Elitech Group (C.F./P.IVA 05239350969) per l'importo, per il periodo di 36 mesi di € 254.877,00 IVA esclusa oltre ad € 700,00 IVA esclusa per oneri DUVRI non soggetti a ribasso per complessivi € 255.577,00 IVA esclusa;
3. di dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente i contratti, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso vengano avviate iniziative da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
4. di dare atto che i contratti d'appalto che saranno stipulati in esecuzione del presente atto avranno validità di 36 mesi, indicativamente dal 01.09.2025 al 31.08.2028, eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi e prorogabili per 12 mesi;
5. di dare atto che, secondo quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 1410 del 26.07.2024 con la quale viene approvata la "Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023", si quantifica secondo la tipologia di contratto "complessità media", nella misura di € 5.526,92 l'importo delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche;
6. di dare atto che la spesa complessiva per il periodo di 36 mesi inclusi gli oneri DUVRI e pari ad € 900.863,86 (IVA 22% compresa), oltre € 5.526,92 a titolo di accantonamento massimo per incentivi alle funzioni tecniche, trova riferimento nei seguenti conti:

anno	conto	PGR	descrizione	Impegno di spesa (IVA 22% inclusa)
2025	BA0240000	57	Dispositivi Medico diagnostici in Vitro (IVD)	€ 92.907,47
	BA2020000	378	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	€ 8.804,33
2026	BA0240000	57	Dispositivi Medico diagnostici in Vitro (IVD)	€ 273.269,02
	BA2020000	378	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	€ 26.413,00
2027	BA0240000	57	Dispositivi Medico diagnostici in Vitro (IVD)	€ 273.269,02
	BA2020000	378	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	€ 26.413,00

2028	BA0240000	57	Dispositivi Medico diagnostici in Vitro (IVD)	€ 182.179,35
	BA2020000	378	Canoni di noleggio attrezzature sanitarie	€ 17.608,67
2025	BA2884000	650	Accantonamento incentivi funzioni tecniche ex art. 45 del Dlgs 36/2023	€ 5.526,92

7. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
Lotto 1
CIG nr. B42C0AC64A - Ditta Roche Diagnostics Spa, con sede in Viale G. B. Stucchi, 110 20900 - Monza (MB) C.F./partita IVA 10181220152

Lotto 2
CIG nr. B42C0AD71D - Ditta Elitech Group, con sede in C.so Svizzera, 185 10149 Torino (TO) C.F./partita IVA 05239350969
8. di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la dr.ssa Maria Piera Panozzo, Dirigente Biologo U.O.C. Medicina di Laboratorio P.O. Santorso;
9. di procedere attraverso l'area "Comunicazioni procedura" nella piattaforma Sintel alle comunicazioni, di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, alle ditte partecipanti entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
10. di provvedere a tutte le comunicazioni e a tutti gli obblighi informativi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente circa l'esito della gara;
11. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
12. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.



Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
C.F. e P. IVA 00913430245

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER L’ESECUZIONE IN COMPLETA AUTOMAZIONE DEI TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA. GARA N. 2023-241-BAS. CIG: Lotto 1 B42C0AC64A; Lotto 2 B42C0AD71D

VERBALE DI GARA

Seduta riservata apertura buste amministrative

Il giorno 19 dicembre 2024, alle ore 12:00, presso gli uffici dell’UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica del Distretto 1, Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa (VI) si svolge la seduta del Seggio di gara per procedere all’apertura delle “Buste telematiche” contenenti la Documentazione amministrativa presentate dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto. Il Seggio di gara risulta così composto:

Presidente	dott.ssa Elisabetta Berno – Dirigente amministrativo presso l’UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, delegata dal RUP dott.ssa Elisabetta Zambonin
Teste	dott.ssa Angela Pascale – Assistente amministrativo presso l’UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Teste e Segretario	dott.ssa Martina Zilio – Collaboratore amministrativo professionale presso l’UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

Il Presidente ricorda che la gara è stata indetta sulla piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A. e, secondo quanto previsto dall’art. 21 del Disciplinare di gara, il Seggio di gara procede in seduta riservata:

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- all’apertura delle “buste telematiche” contenenti la Documentazione amministrativa;
- ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal Disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un’ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

Preliminarmente, il Seggio di gara verifica sulla piattaforma Sintel il numero complessivo e il nominativo dei partecipanti che hanno completato il percorso di sottomissione delle offerte e la tempestività della ricezione delle medesime (entro il termine delle ore 10:00 del giorno 19.12.2024).

Il Seggio di gara verifica che sono pervenute nei termini le offerte delle seguenti ditte:

	DITTA	ID OFFERTA	DATA	ORA	Lotto
1	Roche Diagnostics S.p.A. 10181220152	1733998510273	giovedì 12 dicembre 2024	11.15.10	Lotto 1
2	Cepheid Srl 07599490963	1734544105438	mercoledì 18 dicembre 2024	18.48.25	Lotto 1
3	ELITechGroup 05239350969	1734512572370	mercoledì 18 dicembre 2024	10.02.52	Lotto 2



Il Seggio di gara avvia la fase di valutazione della firma digitale per tutti gli operatori economici. Ad esito della verifica la piattaforma Sintel non rileva anomalie.

Il Seggio di gara stabilisce quindi di riunirsi per il prosieguo delle operazioni in data 14.01.2025.

La seduta si chiude alle ore 13.30.

Seconda seduta riservata verifica documentazione amministrativa

Successivamente in data 14.01.2025 alle ore 9.00 il Presidente del Seggio, riconosciuto validamente costituito il Seggio, dichiara aperta la seduta e prosegue, per singola ditta, con l'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti secondo quanto disposto all'art. 15 "BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" - Step 1 rilevando quanto segue:

1. Roche Diagnostics Spa

La documentazione amministrativa risulta completa e regolare.

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

Il Seggio di gara ammette, pertanto, l'OE Roche Diagnostics Spa alla fase successiva avendo verificato la completezza e la correttezza della documentazione presentata.

2. Cepheid Srl

- l'Operatore Economico ha prodotto un DGUE firmato digitalmente in formato pdf non utilizzando il modello reso disponibile dalla Stazione Appaltante, pertanto la dichiarazione non risulta perfettamente coincidente con il modello elettronico reso disponibile;
- con riferimento alla garanzia provvisoria, l'O.E. ha trasmesso un documento, datato 18.12.2024, firmato digitalmente solo dal legale rappresentante della ditta, privo del numero di fideiussione nonché dell'identificazione dei soggetti muniti di rappresentanza per conto dell'istituto garante e privo delle firme dei sottoscrittori dell'Istituto Garante;
- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale dichiarato nel DGUE, l'Operatore Economico ha fornito il fatturato annuo generico degli anni 2020, 2021, 2022 senza specificare l'elenco delle principali forniture analoghe nel triennio dalla data richiesta dal bando (ovvero dall'08.11.2021 al 07.11.2024) come richiesto nel Disciplinare di Gara (art. 6.2. pag. 11).

Pertanto si ritiene di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 richiedendo:

- di trasmettere la DGUE Response in formato xml e pdf a partire dalla Request messa a disposizione dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara;
- di trasmettere la garanzia provvisoria firmata digitalmente da soggetti in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante come previsto dall'art. 10 del Disciplinare di gara;
- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di dettagliare gli importi e gli oggetti delle forniture analoghe nel triennio dalla data richiesta dal bando (ovvero dall'08.11.2021 al 07.11.2024).

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

3. ELITechGroup



- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale l'Operatore Economico non ha indicato nel DGUE l'elenco delle principali forniture analoghe nel triennio dalla data richiesta dal bando (ovvero dall'08.11.2021 al 07.11.2024) come previsto nel Disciplinare di Gara (art. 6.2. pag. 11).

Pertanto si ritiene di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 richiedendo:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di dettagliare gli importi e gli oggetti delle forniture analoghe nel triennio dall'08.11.2021 al 07.11.2024.

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo.
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

Il Seggio di gara dispone l'attivazione del procedimento del soccorso istruttorio nei confronti dei seguenti OO.EE.:

- Cepheid Srl
- Elitech Group

al fine di regolarizzare la documentazione amministrativa presentata.

La seduta si chiude alle ore 11.00.

Il presente verbale composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: f.to dott.ssa Elisabetta Berno

Il teste: f.to dott.ssa Angela Pascale

Il segretario verbalizzante: f.to dott.ssa Martina Zilio



Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
C.F. e P. IVA 00913430245

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER L’ESECUZIONE IN COMPLETA AUTOMAZIONE DEI TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA. GARA N. 2023-241-BAS.
CIG: Lotto 1 B42C0AC64A; Lotto 2 B42C0AD71D

VERBALE DI GARA

Seduta riservata soccorso istruttorio

Il giorno 31 gennaio 2025 alle ore 09:00 presso gli uffici dell’UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica del Distretto 1, Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa (VI), sono presenti, in seduta riservata, la dott.ssa Elisabetta Berno, Dirigente amministrativo dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, in qualità di Presidente di Seggio, la dott.ssa Angela Pascale, Assistente amministrativo dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, in qualità di teste e la dott.ssa Martina Zilio, Collaboratore amministrativo professionale dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, in qualità di teste e segretario verbalizzante, per procedere alla verifica della documentazione integrativa richiesta agli Operatori Economici partecipanti alla procedura in oggetto.

Il Presidente ricorda che nella seconda seduta del 14.01.2025 si è provveduto ad attivare il soccorso istruttorio nei confronti degli OO.EE.:

- Cepheid Srl
- Elitech Group.

In relazione a quanto sopra si evidenzia:

1. Cepheid Srl

Con nota prot. n. 6385 del 23.01.2025, trasmessa tramite l’area “Comunicazioni procedura” (ID 195757546), è stato attivato il soccorso istruttorio con richiesta:

- di trasmettere la DGUE Response in formato xml e pdf a partire dalla Request messa a disposizione dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara;
- di trasmettere la garanzia provvisoria firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante come previsto dall’art. 10 del Disciplinare di gara;
- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di dettagliare gli importi e gli oggetti delle forniture analoghe nel triennio dalla data richiesta dal bando (ovvero dall’08.11.2021 al 07.11.2024).

Con riferimento alla garanzia provvisoria, con nota prot. n. 4639 del 20.01.2025 è stata altresì trasmessa al garante la richiesta in merito all’autenticità e veridicità del documento prodotto, non essendo riportato il codice di controllo per la verifica telematica.

Il Presidente rileva che, con nota ID 196065825 del 29 gennaio 2025 ore 17.18.43 e successiva ID 196121104 del 30 gennaio 2025 16.15.29, l’O.E.:

- con riferimento al DGUE ha dichiarato l’impossibilità di compilare la DGUE Response in formato xml a causa di errore della piattaforma Sintel e di avere più volte contattato l’assistenza per avere supporto;
- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale ha provveduto a dettagliare gli importi e gli oggetti delle forniture analoghe nel triennio dalla data richiesta dal bando (ovvero

dall'08.11.2021 al 07.11.2024).

Con riferimento alla garanzia provvisoria la ditta ha trasmesso la garanzia provvisoria firmata digitalmente dai soggetti in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante come previsto dall'art. 10 del Disciplinare di gara.

Il Presidente rileva tuttavia che la garanzia provvisoria risulta emessa e sottoscritta digitalmente in data 27.12.2024 successivamente al termine di presentazione delle offerte fissato il 19.12.2024 alle ore 10:00.

Rileva altresì che con nota ns. prot. n. 6586 del 24.1.2025 l'istituto garante ha confermato che la garanzia provvisoria è stata emessa in data 27.12.2024 e ha indicato il sito internet in cui effettuare la verifica.

Come previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 10 del Disciplinare di gara, la mancata presentazione della garanzia provvisoria è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

L'offerta risulta pertanto inammissibile in quanto la garanzia provvisoria risulta emessa in data successiva al termine per la presentazione delle offerte.

Il Seggio di gara non ammette, pertanto, l'O.E. *Cepheid Srl* al prosieguo della gara.

2. *Elitech Group*

Con nota prot. n. 6388 del 23.01.2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID 196118122), è stato attivato il soccorso istruttorio con richiesta:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di dettagliare gli importi e gli oggetti delle forniture analoghe nel triennio dall'08.11.2021 al 07.11.2024.

Il Presidente rileva che, con nota ID 195782639 del 24 gennaio 2025 ore 09.13.53, l'O.E.:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, ha dettagliato gli importi e gli oggetti delle forniture analoghe nel triennio dall'08.11.2021 al 07.11.2024.

Il Seggio di gara accerta la sussistenza del requisito di capacità tecnica e professionale di importo complessivo minimo pari a € 483.300,00= (IVA esclusa) per il Lotto 2.

La documentazione amministrativa della suddetta ditta risulta pertanto completa e regolare.

Il Seggio di gara ammette, pertanto, l'O.E. *Elitech Group* al prosieguo della gara.

La seduta si chiude alle ore 11:00.

Il presente verbale composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: f.to dott.ssa Elisabetta Berno

Il teste: f.to dott.ssa Angela Pascale

Il segretario verbalizzante: f.to dott.ssa Martina Zilio

Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
C.F. e P. IVA 00913430245

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER L’ESECUZIONE IN COMPLETA AUTOMAZIONE DEI TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA. GARA N. 2023-241-BAS. CIG: Lotto 1 B42C0AC64A; Lotto 2 B42C0AD71D

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA del 25.02.2025

Il giorno 25 febbraio 2025 alle ore 11:00 si è riunita in seduta riservata tramite Google Meet la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto.

La Commissione giudicatrice, nominata con delibera n. 245 del 07.02.2025, risulta così composta:

Presidente	dr.ssa Maria Piera Panozzo, Dirigente Biologo U.O.C. Laboratorio Analisi P.O. Santorso
Componenti	dr.ssa Maira Zoppelletto, Responsabile U.O.S. Laboratorio Analisi P.O. Bassano
	dr.ssa Valentina Di Giacomo, Dirigente Biologo U.O.C. Laboratorio Analisi P.O. Santorso
Segretario	dott.ssa Martina Zilio, collaboratore amministrativo professionale dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Il Presidente ricorda che, tramite la piattaforma Sintel, hanno presentato offerta e sono state ammesse alla fase di valutazione della documentazione tecnica, come da verbale agli atti, le seguenti ditte:

DITTA	Lotto
Roche Diagnostics S.p.A.	Lotto 1
ELITechGroup	Lotto 2

I suddetti componenti dichiarano, come da note agli atti, di non aver cause d’incompatibilità.

Il Presidente rammenta che l’aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Descrizione	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100



L'attribuzione dei 70 punti qualità previsti saranno assegnati valutando le caratteristiche dell'offerta tecnica delle ditte concorrenti sulla base dei seguenti criteri indicati dall'art. 18.2 del disciplinare di gara.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42/70.

I giudizi verranno espressi dalla Commissione Giudicatrice secondo la seguente scala di valutazione:

Livello definizione	Analisi	Coefficiente
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1,00
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,80
Discreto	Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,60
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,40
Scarso	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,20
Non classificabile	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,00

Tramite la piattaforma Sintel ID comunicazione 196964757 del 14.02.2025 ore 10.17.21 è stato comunicato ai concorrenti ammessi all'apertura delle offerte tecniche, come da delibera n. 245/2025, che in data 17.02.2025 a partire dalle ore 10:00 si procedeva all'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi.

In data 17.02.2025 dalle ore 10:00 il segretario di Commissione, delegato del RUP, ha proceduto relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione prende quindi visione del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale d'appalto e dei chiarimenti forniti alle ditte prima della presentazione delle offerte.

Successivamente la Commissione avvia l'esame istruttorio dell'offerta tecnica presentata dalla ditta partecipante al **LOTTO 1** "Sistema automatizzato per la diagnostica molecolare in PCR Real Time di HBV, HCV, HIV, HPV", rileva che la documentazione risulta completa di quanto richiesto all'art. 16 del Disciplinare di Gara e procede, quindi, ad attribuire all'unanimità alla ditta **Roche Diagnostics Spa** le seguenti valutazioni e relativi coefficienti, calcolando i relativi punteggi:

Roche Diagnostics Spa				
CRITERI/ ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Massimo punti	Analisi	Coefficiente	Punteggio
1. Reagenti e controlli pronti all'uso, senza alcuna necessità di intervento manuale da parte dell'operatore e automatico da parte dello strumento. Proporzionale: Punteggio massimo (4 punti) per l'offerta con il maggior	4	Proposta completa: tutti i reagenti e controlli sono pronti all'uso e non necessitano di intervento manuale da parte dell'operatore o automatico da parte dello strumento.	1,00	4



numero reagenti e controlli pronti all'uso, in proporzione alle altre.				
2. Stabilità dei reagenti dopo il primo utilizzo conservati in frigo e conservati a bordo dello strumento. Proporzionale: Punteggio massimo (10 punti) per l'offerta con la maggiore stabilità dei reagenti, in proporzione alle altre.	10	Risposta dettagliata e rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. I reagenti di estrazione e di amplificazione per HIV-1, HCV, HBV e HPV hanno una stabilità fino a 90 giorni dall'apertura del kit ed una stabilità on board di 36 giorni.	1,00	10
3. Numero di parametri diversi caricabili a bordo macchina. Proporzionale: Punteggio massimo (5 punti) per l'offerta con il maggior numero di parametri, in proporzione alle altre.	5	Proposta esaustiva: il sistema analitico è dotato di un capiente magazzino in grado di ospitare a bordo fino ad un massimo di 15 cassette reagenti per un totale di 15 parametri diversi.	1,00	5
4. Numero di determinazioni stoccabili a bordo dello strumento per ciascun parametro richiesto. Proporzionale: Punteggio massimo (5 punti) per l'offerta con il maggior numero di determinazioni stoccabili, in proporzione alle altre.	5	L'analizzatore ha la capacità di contenere, a temperatura controllata, fino a 7200 determinazioni per i parametri HIV, HBV, HCV ed HPV.	1,00	5
5. Ingombro della superficie del sistema analitico. Proporzionale: Punteggio massimo (3 punti) per l'offerta con il minore ingombro del sistema, in proporzione alle altre.	3	La piattaforma analitica presenta un ingombro compatibile con gli spazi presenti nel settore Virologia e Biologia molecolare del Laboratorio.	1,00	3
6. Possibilità di impostare delle priorità di esecuzione per parametro, per rack. Tabellare: NO=0 SI=2	2	Il sistema consente una gestione prioritaria di campioni richiesti in urgenza utilizzando rack prioritari o definendo singoli test prioritari.	1,00	2
7. Necessità di eseguire le calibrazioni. Tabellare: NO=6 SI=0	6	La soluzione proposta non necessita di calibrazioni o di standard esterni, pertanto si ritiene adeguata.	1,00	6
8. Necessità di conservare i reagenti, i controlli e i calibratori in congelatore. Tabellare NO=3 SI=0	3	I reagenti, i controlli e i calibratori utilizzati nella strumentazione offerta non devono essere conservati in congelatore, ma refrigerati; ciò consente una immediata fruibilità dei reagenti con notevole riduzione dei tempi di attesa analitici.	1,00	3
9. Organizzazione e ottimizzazione automatica della seduta senza nessun intervento dell'operatore. Discrezionale: relazionare	5	Il software del sistema analitico rende possibile eseguire simultaneamente su una piastra fino a 6 test differenti; pertanto, campioni con richiesta di test diversi possono essere caricati tutti assieme, compatibilmente con i profili di analisi. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	1,00	5



10. Gestione personalizzata dei controlli; descrivere la modalità e la frequenza di esecuzione dei controlli. Discrezionale: relazionare	7	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti; adeguata e adattabile alla routine del settore. L'assenza di calibrazioni e la gestione personalizzata dei controlli consente un'impostazione degli stessi secondo una frequenza stabilita dall'operatore (1 volta/settimana, con un range temporale di validità pari a 72 ore, o a cambio cassetta reagenti o al cambio del lotto reagente. Ciò si traduce in un risparmio reale di quantità di reagenti.	1,00	7
11. Necessità di manutenzione giornaliera. Tabellare: NO=10 SI=0	10	L'analizzatore non necessita di manutenzione giornaliera consentendo di ridurre i tempi di operatività complessiva.	1,00	10
12. Possibilità di caricamento diretto a bordo dello strumento dei vial THIN PREP aperti per l'esecuzione del test HPV. Discrezionale: relazionare	10	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti; pertinente ed idonea al flusso di lavoro. Viene confermata la possibilità di caricamento diretto sullo strumento dei vial THIN PREP stappati per l'esecuzione del test HPV senza necessità di travaso dei campioni biologici ad altri contenitori.	1,00	10
Totale				70,00

In seguito la Commissione procede all'esame istruttorio dell'offerta tecnica presentata dalla ditta partecipante al **LOTTO 2** "Sistema automatizzato per la Diagnostica molecolare in PCR Real Time di infettivologia varia, Arbovirosi e virus emergenti", rileva che la documentazione risulta completa di quanto richiesto all'art. 16 del disciplinare di Gara e procede, quindi, ad attribuire all'unanimità alla ditta **Elitech Group** le seguenti valutazioni e relativi coefficienti, calcolando i relativi punteggi:

Elitech Group				
CRITERI/ ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Massimo punti	Analisi	Coefficiente	Punteggio
1. Minor ingombro strumentale in metri-quadri di entrambi i sistemi proposti (strumentazione principale e di back-up). Proporzionale: Punteggio massimo (5 punti) per l'offerta con il minor ingombro strumentale, in proporzione alle altre.	6	La soluzione analitica proposta (strumento principale e strumento di back up) garantisce un ingombro ridotto e risulta compatibile con gli spazi e l'organizzazione del laboratorio.	1,00	6



2. Semplicità d'uso strumentale: Identificazione degli errori in fase di scansione del codice a barre e gestione dei campioni nella routine diagnostica. Discrezionale: relazionare	6	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: il sistema consente di identificare i campioni e gli eventuali errori in fase di scansione del codice a barre. Inoltre, è in grado di segnalare, mediante allarme acustico, gli errori strumentali che possono apparire durante la sessione analitica gestendolo automaticamente o dopo intervento dell'operatore.	1,00	6
3. Possibilità di fornire un middleware in grado di gestire in modo agevole il passaggio dei dati al sistema LIS e di garantire una gestione ottimale delle liste di lavoro in entrambi i sistemi proposti (strumentazione principale e di back-up). Tabellare: NO=0 SI=6	6	Proposta corretta e completa: il gestionale middleware fornito consente uno scambio bidirezionale automatico, stabile e sicuro di informazioni tra apparecchiature e LIS. Inoltre, permette l'archiviazione dei dati prodotti in un archivio interno e la produzione di statistiche correlate.	1,00	6
4. Reagenti liquidi non liofilizzati almeno per i parametri con numerosità ≥ 90 test/anno. Tabellare: NO=0 SI = 8	8	Proposta rispondente agli standard richiesti: il 100% dei prodotti offerti è costituito da reagenti liquidi pronti all'uso che non devono essere ricostituiti.	1,00	8
5. Massimo livello di automatizzazione (un unico strumento per sistema grado di eseguire tutti i processi elencati: estrazione, PCR SET UP, Real Time PCR, interpretazione del risultato, senza intervento dell'operatore una volta avviati gli strumenti). Quantitativo: 1 strumento=8 2 strumenti=4 ≥ 3 strumenti=0	8	Proposta completa e dettagliata, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. Il sistema analitico offerto prevede la completa automazione dei processi "sample to result" con partenza da provetta primaria standard o secondaria barcodata per l'estrazione degli acidi nucleici, il set up PCR e l'esecuzione dell'amplificazione, fino all'interpretazione ed alla refertazione automatica dei risultati. I processi vengono eseguiti senza ulteriore intervento da parte dell'operatore ed in completa automazione; l'operatore interviene solo nella fasi iniziali di impostazione dello strumento e di caricamento dei consumabili monouso e del campione.	1,00e	8
6. Flessibilità della soluzione proposta: numero di profili termici differenti gestiti nella stessa seduta analitica. Quantitativo: ≥ 10 profili termici=8 5-9 profili termici=4 < 5 profili termici=2	8	Proposta idonea e completa in termini di flessibilità operativa grazie alla possibilità di gestire corse di amplificazione separate. Il sistema consente di caricare contemporaneamente fino a 12	1,00	8



		diversi profili di amplificazione e utilizzando fino a 6 canali di fluorescenza differenti, all'interno della medesima corsa di PCR.		
7. Minima necessità di esecuzione dei controlli positivi e negativi previsti dal produttore. Discrezionale: relazionare	6	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. L'analizzatore proposto permette di memorizzare nel proprio database i risultati di controlli e calibratori con tempi di validità di circa 15 giorni per i controlli e di 60 giorni per le curve di calibrazione. Tale memoria offre il vantaggio di ridurre al minimo i test necessari alla validazione delle sedute analitiche con conseguente risparmio economico.	1,00	6
8. Possibilità di eseguire i test contemporaneamente a partire dalla stessa provetta primaria di raccolta del campione. Tabellare: NO=0 SI=6	6	Il sistema ha la capacità di accogliere direttamente a bordo dello strumento il tubo primario aperto di diverse tipologie a seconda del tipo e del volume di campione disponibile. Può, inoltre, ospitare provette secondarie fornite a corredo nel caso il volume di campione sia esiguo.	1,00	6
9. Possibilità di fornire un unico kit di estrazione validato sul maggior numero di matrici biologiche. Quantitativo: >20 matrici diverse=8 19-10 matrici diverse=4 <9 matrici diverse=0	8	Per la numerosità e diversificazione delle matrici biologiche contemplate nell'offerta (23), la proposta si può considerare completa ed ampia.	1,00	8
10. Possibilità di fornire kit che utilizzano sonde molecolari ad ibridazione che permettano l'analisi delle curve di dissociazione al termine della seduta di amplificazione, e i parametri di monitoraggio dei pazienti immunocompromessi. Discrezionale: relazionare	8	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. La tecnologia PCR Real Time dei prodotti offerti utilizza sonde che consentono di analizzare la temperatura di melting dopo l'amplificazione degli acidi nucleici; ciò permette di effettuare un'analisi della fluorescenza mediante il ciclo di dissociazione e di confermare la presenza del target specifico o di identificare la presenza di mutazioni.	1,00	8
			Totale	70,00

Al termine dei lavori la Commissione prende atto che deriva la seguente situazione finale:



RIEPILOGO PUNTEGGI <u>LOTTO 1</u>		Roche Diagnostics Spa
1. Reagenti e controlli pronti all'uso, senza alcuna necessità di intervento manuale da parte dell'operatore e automatico da parte dello strumento.		4
2. Stabilità dei reagenti dopo il primo utilizzo conservati in frigo e conservati a bordo dello strumento.		10
3. Numero di parametri diversi caricabili a bordo macchina.		5
4. Numero di determinazioni stoccabili a bordo dello strumento per ciascun parametro richiesto.		5
5. Ingombro della superficie del sistema analitico.		3
6. Possibilità di impostare delle priorità di esecuzione per parametro, per rack.		2
7. Necessità di eseguire le calibrazioni.		6
8. Necessità di conservare i reagenti, i controlli e i calibratori in congelatore.		3
9. Organizzazione e ottimizzazione automatica della seduta senza nessun intervento dell'operatore.		5
10. Gestione personalizzata dei controlli; descrivere la modalità e la frequenza di esecuzione dei controlli.		7
11. Necessità di manutenzione giornaliera.		10
12. Possibilità di caricamento diretto a bordo dello strumento dei vial THIN PREP aperti per l'esecuzione del test HPV.		10
TOTALE		70,00

RIEPILOGO PUNTEGGI <u>LOTTO 2</u>		Elitech Group
1. Minor ingombro strumentale in metri-quadri di entrambi i sistemi proposti (strumentazione principale e di back-up).		6
2. Semplicità d'uso strumentale: Identificazione degli errori in fase di scansione del codice a barre e gestione dei campioni nella routine diagnostica.		6
3. Possibilità di fornire un middleware in grado di gestire in modo agevole il passaggio dei dati al sistema LIS e di garantire una gestione ottimale delle liste di lavoro in entrambi i sistemi proposti (strumentazione principale e di back-up).		6
4. Reagenti liquidi non liofilizzati almeno per i parametri con numerosità ≥ 90 test/anno.		8
5. Massimo livello di automatizzazione (un unico strumento per sistema grado di eseguire tutti i processi elencati: estrazione, PCR SET UP, Real Time PCR, interpretazione del risultato, senza intervento dell'operatore una volta avviati gli strumenti).		8
6. Flessibilità della soluzione proposta: numero di profili termici differenti gestiti nella stessa seduta analitica.		8
7. Minima necessità di esecuzione dei controlli positivi e negativi previsti dal produttore.		6
8. Possibilità di eseguire i test contemporaneamente a partire dalla stessa provetta primaria di raccolta del campione.		6
9. Possibilità di fornire un unico kit di estrazione validato sul maggior numero di matrici biologiche.		8
10. Possibilità di fornire kit che utilizzano sonde molecolari ad ibridazione che permettano l'analisi delle curve di dissociazione al termine della seduta di amplificazione, e i parametri di monitoraggio dei pazienti immunocompromessi.		8
TOTALE		70,00



La Commissione rileva quanto segue:

- relativamente al **Lotto 1** la ditta **Roche Diagnostics Spa** ha conseguito il punteggio massimo di 70 punti;
- relativamente al **Lotto 2** la ditta **Elitech Group** ha conseguito il punteggio massimo di 70 punti.

La seduta viene chiusa alle ore 13.00.

Il presente verbale, composto da n. 8 pagine è letto, è approvato e sottoscritto:

Il Presidente: F.to Dr.ssa Maria Piera Panozzo

Componente: F.to Dr.ssa Maira Zoppelletto

F.to Dr. ssa Valentina Di Giacomo

Il segretario: F.to Dott.ssa Martina Zilio



Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
 C.F. e P. IVA 00913430245

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER L’ESECUZIONE IN COMPLETA AUTOMAZIONE DEI TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA. GARA N. 2023-241-BAS. CIG: Lotto 1 B42C0AC64A; Lotto 2 B42C0AD71D

VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

Il giorno 24 marzo 2025 alle ore 14:00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 245 del 07.02.2025, per procedere all’apertura delle offerte economiche presentate per la procedura in oggetto, così composta:

Presidente	dr.ssa Maria Piera Panozzo, Dirigente Biologo U.O.C. Laboratorio Analisi P.O. Santorso
Componenti	dr.ssa Maira Zoppelletto, Responsabile U.O.S. Laboratorio Analisi P.O. Bassano
	dr.ssa Valentina Di Giacomo, Dirigente Biologo U.O.C. Laboratorio Analisi P.O. Santorso
Segretario	dott.ssa Martina Zilio, collaboratore amministrativo professionale dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Il Presidente ricorda che non verranno ammesse alla fase di apertura delle buste economiche le offerte che in sede di valutazione tecnica non avranno raggiunto complessivamente il punteggio minimo di punti 42/70.

Il Presidente ricorda che il punteggio economico attribuito alle offerte economiche verrà determinato secondo la seguente formula non lineare:

$$PE_i = PE_{max} \left(\frac{R_i}{R_{best}} \right)^\alpha$$

dove:

PE_i = punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente i-esimo;

PE_{max} = punteggio economico massimo assegnabile;

R_i = valore (ribasso) offerto dal concorrente i-esimo;

R_{best} = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente;

α = 0,1

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura dei punteggi qualità attribuiti dalla Commissione Giudicatrice a seguito della valutazione effettuata sulla documentazione tecnica della ditta **Roche Diagnostics Spa** per il **Lotto 1** e della ditta **Elitech Group** per il **Lotto 2** nella seduta riservata in data 25.02.2025, come di seguito riportato:



Lotto 1:

RIEPILOGO PUNTEGGI <u>LOTTO 1</u>		Roche Diagnostics Spa
1. Reagenti e controlli pronti all'uso, senza alcuna necessità di intervento manuale da parte dell'operatore e automatico da parte dello strumento.		4
2. Stabilità dei reagenti dopo il primo utilizzo conservati in frigo e conservati a bordo dello strumento.		10
3. Numero di parametri diversi caricabili a bordo macchina.		5
4. Numero di determinazioni stoccabili a bordo dello strumento per ciascun parametro richiesto.		5
5. Ingombro della superficie del sistema analitico.		3
6. Possibilità di impostare delle priorità di esecuzione per parametro, per rack.		2
7. Necessità di eseguire le calibrazioni.		6
8. Necessità di conservare i reagenti, i controlli e i calibratori in congelatore.		3
9. Organizzazione e ottimizzazione automatica della seduta senza nessun intervento dell'operatore.		5
10. Gestione personalizzata dei controlli; descrivere la modalità e la frequenza di esecuzione dei controlli.		7
11. Necessità di manutenzione giornaliera.		10
12. Possibilità di caricamento diretto a bordo dello strumento dei vial THIN PREP aperti per l'esecuzione del test HPV.		10
TOTALE		70,00

Lotto 2:

RIEPILOGO PUNTEGGI <u>LOTTO 2</u>		Elitech Group
1. Minor ingombro strumentale in metri-quadri di entrambi i sistemi proposti (strumentazione principale e di back-up).		6
2. Semplicità d'uso strumentale: Identificazione degli errori in fase di scansione del codice a barre e gestione dei campioni nella routine diagnostica.		6
3. Possibilità di fornire un middleware in grado di gestire in modo agevole il passaggio dei dati al sistema LIS e di garantire una gestione ottimale delle liste di lavoro in entrambi i sistemi proposti (strumentazione principale e di back-up).		6
4. Reagenti liquidi non liofilizzati almeno per i parametri con numerosità ≥ 90 test/anno.		8
5. Massimo livello di automatizzazione (un unico strumento per sistema grado di eseguire tutti i processi elencati: estrazione, PCR SET UP, Real Time PCR, interpretazione del risultato, senza intervento dell'operatore una volta avviati gli strumenti).		8
6. Flessibilità della soluzione proposta: numero di profili termici differenti gestiti nella stessa seduta analitica.		8
7. Minima necessità di esecuzione dei controlli positivi e negativi previsti dal produttore.		6
8. Possibilità di eseguire i test contemporaneamente a partire dalla stessa provetta primaria di raccolta del campione.		6
9. Possibilità di fornire un unico kit di estrazione validato sul maggior numero di matrici biologiche.		8
10. Possibilità di fornire kit che utilizzano sonde molecolari ad ibridazione che permettano l'analisi delle curve di dissociazione al termine della seduta di amplificazione, e i parametri di monitoraggio		8



dei pazienti immunocompromessi.

TOTALE	70,00

Pertanto la ditta Roche Diagnostics Spa e la ditta Elitech Group risultano ammesse alla fase di apertura dell'offerta economica.

La Commissione accede, quindi, alla piattaforma Sintel per l'esercizio delle proprie funzioni mediante le credenziali del RUP e procede all'apertura della "busta telematica" contenente l'Offerta economica delle ditte concorrenti.

Il Presidente ricorda che la base d'asta complessiva, di ciascun lotto, è la seguente:

Lotto n. 1: € 504.349,20=/ 36 mesi IVA esclusa oltre ad € 700,00 IVA esclusa per oneri DUVRI non soggetti a ribasso per complessivi € 505.049,20 =/ 36 mesi IVA esclusa;

Lotto n. 2: € 322.200,00=/ 36 mesi IVA esclusa oltre ad € 700,00 IVA esclusa per oneri DUVRI non soggetti a ribasso per complessivi € 322.900,00=/ 36 mesi IVA esclusa.

Il Presidente procede a dare lettura delle offerte economiche delle ditte di seguito riportate.

Lotto n. 1 Sistema automatizzato per la diagnostica molecolare in PCR Real Time di HBV, HCV, HIV, HPV

Ditta: Roche Diagnostics Spa

€ 482.046,00=/ 36 mesi IVA esclusa oltre ad € 700,00 IVA esclusa per oneri DUVRI non soggetti a ribasso per complessivi € 482.746,00 =/ 36 mesi IVA esclusa

La Commissione rileva che l'offerta della ditta Roche Diagnostics Spa risulta sospetta di anomalia in base al criterio stabilito dall'art. 23 del Disciplinare di Gara, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara.

Lotto n. 2 Sistema automatizzato per la Diagnostica molecolare in PCR Real Time di infettivologia varia, Arbovirosi e virus emergenti

Ditta: Elitech Group

€ 254.877,00=/ 36 mesi IVA esclusa oltre ad € 700,00 IVA esclusa per oneri DUVRI non soggetti a ribasso per complessivi € 255.577,00=/ 36 mesi IVA esclusa

La Commissione rileva che l'offerta della ditta Elitech Group risulta sospetta di anomalia in base al criterio stabilito dall'art. 23 del Disciplinare di Gara, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara.

Relativamente al Lotto n. 2, si prende atto che la Ditta Elitech Group ha fornito offerta anche per tutti gli analiti opzionali richiesti nel Capitolato Speciale di Gara, non compresi nella base d'asta, per un importo complessivo triennale pari ad € 84.264,00 IVA esclusa.



Il Presidente dispone di trasmettere il presente verbale e la documentazione al Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica e RUP, dott.ssa Elisabetta Zambonin.

Alle ore 15:00 si concludono i lavori e termina la seduta.

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine è letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente: F.to Dr.ssa Maria Piera Panozzo

Componente: F.to Dr.ssa Maira Zoppelletto

F.to Dr.ssa Valentina Di Giacomo

Il segretario: F.to Dott.ssa Martina Zilio

Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
C.F. e P. IVA 00913430245

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER L’ESECUZIONE IN COMPLETA AUTOMAZIONE DEI TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER L’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA. GARA N. 2023-241-BAS. CIG: Lotto 1 B42C0AC64A; Lotto 2 B42C0AD71D

VERBALE DI GARA

Prima seduta riservata verifica congruità offerta

Il giorno 12.05.2025 alle ore 14.00, presso l’Ufficio del Direttore UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica in Via dei Lotti 40 - Bassano del Grappa (VI), sono presenti, in seduta riservata, la dott.ssa Elisabetta Zambonin Direttore dell’UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, in qualità di RUP e la Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 36/2023, così composta:

Presidente	dr.ssa Maria Piera Panozzo, Dirigente Biologo U.O.C. Laboratorio Analisi P.O. Santorso
Componenti	dr.ssa Maira Zoppelletto, Responsabile U.O.S. Laboratorio Analisi P.O. Bassano
	dr.ssa Valentina Di Giacomo, Dirigente Biologo U.O.C. Laboratorio Analisi P.O. Santorso
Segretario	dott.ssa Martina Zilio, collaboratore amministrativo professionale dell’U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

per procedere alla verifica della congruità delle offerte sospette di anomalia presentate dalle ditte prime classificate nelle graduatorie della procedura in oggetto.

Il RUP prende visione del verbale della Commissione Giudicatrice di valutazione delle offerte economiche da cui risulta che le offerte di seguito riportate risultano sospette di anomalia in quanto, come previsto dall’art. 22 del Disciplinare, presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, entrambi pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara:

- *Roche Diagnostics Spa*: **Lotto 1**;
- *Elitech Group*: **Lotto 2**.

Lotto 1

Il RUP accerta che la ditta *Roche Diagnostics Spa* ha compilato l’Allegato 6 al Disciplinare di Gara denominato “Modello Offerta economica” che riporta la scomposizione dei costi dell’offerta tra le varie voci e precisamente:

Voce di costo	Valore voce di costo	Incidenza % sul prezzo offerto
Costo per approvvigionamento materia prima	€ 322.874,41	66,98 %
Costo del personale	€ 11.665,51	2,42 %

Costo carburante	€ 964,09	0,20 %
Spese generali	€ 103.639,89	21,50 %
Altri costi	€ 21.692,07	4,50%
Costi interni per la sicurezza	€ 1.928,18	0,40%
Utile d'impresa	€ 19.281,84	4,00%
Totale prezzo offerto	€ 482.046,00	100,00%

Lotto 2

Il RUP accerta che la ditta *Elitech Group* ha compilato l'Allegato 6 al Disciplinare di Gara denominato "Modello Offerta economica" che riporta la scomposizione dei costi dell'offerta tra le varie voci e precisamente:

Voce di costo	Valore voce di costo	Incidenza % sul prezzo offerto
Beni e materie prime	109.591,42 €	42,88%
Costi per il personale	51.038,73 €	19,97%
Costi per la sicurezza	511,15 €	0,20%
Costi carburante	0,00 €	0,00 %
Generali	21.136,22 €	8,27%
Industriali	43.013,61 €	16,83%
Altri costi (commerciali, finanziari, fiscali, industriali)	25.966,62 €	10,16%
Utile d'impresa	4.319,25 €	1,69%
Totale prezzo offerto	€ 254.877,00	100,00%

Il RUP, al fine di procedere alla verifica di cui all'art. 110 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023, ritiene di acquisire ulteriori elementi chiedendo alle ditte sopra citate di produrre le giustificazioni relative alle voci di costo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.

La seduta si chiude alle ore 15:00.

VERBALE DI GARA**Seconda seduta riservata verifica congruità offerta**

Successivamente oggi, 11.06.2025 ore 14.00, presso l'Ufficio del Direttore UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica in Via dei Lotti 40 - Bassano del Grappa (VI), sono presenti, in seduta riservata, la dott.ssa Elisabetta Zambonin Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, in qualità di RUP e la Commissione giudicatrice al completo.

Lotto 1

Il RUP evidenzia che, con nota prot. n. 53891 del 10.06.2025 inviata a mezzo dell'area comunicazioni di Sintel (ID 202683045 del 10.06.2025) è stato richiesto alla ditta Roche Diagnostics Spa di produrre giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.

Il RUP prende atto che, con nota ID Sintel n. 202741215 dell'11.06.2025, il concorrente ha riscontrato la richiesta e procede all'analisi della stessa con l'ausilio della Commissione giudicatrice, rilevando in particolare:

- che l'offerta dà evidenza del costo del personale e degli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP, sentita la Commissione giudicatrice, ritiene esaustive, pertinenti e dettagliate le giustificazioni prodotte dalla ditta Roche Diagnostics Spa a dimostrazione della congruità e sostenibilità dell'offerta economica presentata.

Lotto 2

Il RUP evidenzia che, con nota prot. n. 53894 del 10.06.2025 inviata a mezzo dell'area comunicazioni di Sintel (ID 202683134 del 10.06.2025) è stato richiesto alla ditta Elitech Group di produrre giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.

Il RUP prende atto che, con nota ID Sintel n. 202698676 del 10.06.2025, il concorrente ha riscontrato la richiesta e procede all'analisi della stessa con l'ausilio della Commissione giudicatrice, rilevando in particolare:

- che l'offerta dà evidenza del costo del personale e degli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP, sentita la Commissione giudicatrice, ritiene esaustive, pertinenti e dettagliate le giustificazioni prodotte dalla ditta *Elitech Group* a dimostrazione della congruità e sostenibilità dell'offerta economica presentata.

La seduta si chiude alle ore 15.00.

Il presente verbale composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto.

Il RUP

F.to dott.ssa Elisabetta Zambonin

La Commissione
giudicatrice

Presidente: F.to dott.ssa Maria Piera Panozzo

Componenti:

F.to dott.ssa Maira Zoppelletto.....

F.to dott.ssa Valentina Di Giacomo

Il segretario verbalizzante

F.to dott.ssa Martina Zilio