

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1415 DEL 25/07/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte, delegato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza come da delibera n. 603 del 29/3/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER PAZIENTI LARINGECTOMIZZATI. GARA AULSS7_2025_00117

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Michela Conte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1424/25

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue:

Premesso che con email del 01.04.2025 e del 15.04.2025 l'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ha trasmesso le specifiche tecniche e i relativi fabbisogni per l'avvio di una procedura di gara relativa alla fornitura di dispositivi medici per pazienti laringectomizzati, attualmente acquistati in economia, evidenziando che trattasi di dispositivi destinati a garantire il corretto utilizzo, la manutenzione, la stabilità e la funzionalità delle protesi fonatorie impiantate, contribuendo alla gestione post-operatoria nei pazienti sottoposti a laringectomia totale.

Dato atto che l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha quindi provveduto ad attivare un'indagine di mercato comparativa (prot. n. 43002 del 09.05.2025 – ID SINTEL 201278759) ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di dispositivi medici per pazienti laringectomizzati per l'importo complessivo presunto di € 137.768,67=IVA esclusa, per il periodo di 12 mesi.

Preso atto che:

- entro il termine del 27.05.2025 ore 10:00, sono pervenute le proposte tecnico-economiche delle seguenti ditte:
 - ditta Seda s.p.a.: € 119.906,00;
 - ditta Teleflex Medical s.r.l.: € 1.190,00 (offerta parziale);
 - ditta Atos Medical s.r.l.: € 129.570,00;
 - ditta Claber s.r.l.: € 525,00 (offerta parziale);
 - ditta Biopsybell s.r.l.: € 10.695,72 (offerta parziale);
- con e-mail in data 05.06.2025 l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha trasmesso alla dr.ssa Luigia Bandolin, Dirigente Medico presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. Santorso, quale esperta individuata dalla Direzione Generale come da email del 04.06.2025, le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte;
- in data 25.06.2025 è stata trasmessa all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica la relazione di scelta redatta dall'esperta sopra citata, con cui è stata individuata quale migliore offerta quella della ditta Atos Medical s.r.l., per le motivazioni riportate nella relazione allegata, per un importo complessivo di € 129.570,00+IVA, con un ribasso rispetto all'importo presunto di € 8.198,67 per il periodo di 12 mesi.

Dato atto che:

- con comunicazione tramite piattaforma SINTEL del 26.05.2025 (ID Sintel 204102177) è stata trasmessa richiesta di allineamento ai prezzi OPRVE per gli articoli con cod. rep. 2116096, 2116122, 1493031;
- con comunicazione ID Sintel 204308011 del 01.07.2025 la ditta ha evidenziato che i prezzi presenti in OPRVE non risultano in linea con quelli attualmente praticati; i prezzi offerti sono frutto di un'armonizzazione dei prezzi progressiva sul territorio nazionale, eseguita in seguito all'aumento dei prezzi delle materie prime e dopo aver mantenuto invariato il listino prezzi per cinque anni;
- la ditta ha altresì evidenziato che i prezzi praticati sono in linea rispetto a quelli attualmente applicati alle aziende sanitarie AOUI Verona, ASUR Ancona e AUSL Umbria 2, come da prospetto agli atti.

Rilevato che l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ha quindi provveduto ad attivare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 con la ditta Atos Medica s.r.l. (ID Sintel 204357913), per l'importo complessivo di € 129.570,00=IVA esclusa per il periodo di 12 mesi.

Preso atto che entro il termine ultimo (10.07.2025 ore 13:00) la suddetta Ditta ha presentato regolare offerta per la fornitura in oggetto per l'importo complessivo di € 129.570,00=IVA esclusa come da offerta prot. informatico Sintel n. 1751884538514;

Dato atto che:

- l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica in data 17.07.2025 con comunicazione ID Sintel 205045079 ha richiesto alla ditta un allineamento dei prezzi delle cannule fenestrate - cod. 7434 (importo offerto € 142,00/cad.) a quello delle cannule non fenestrate – cod. 7411 (importo offerto € 125,00/cad.);
- la ditta Atos Medical s.r.l. in pari data con comunicazione ID Sintel 205048589 ha acconsentito all'allineamento; pertanto, l'importo complessivo per il periodo di 12 mesi è di € 129.230,00=IVA esclusa come segue:

voce	Descrizione	CND	Cod. Rep.	Unità di misura	Q.tà 12 mesi	Importo unitario
1	Dispositivi adesivi di varie forme e misure di tipo standard per pazienti laringectomizzati	Q0399	2115997	Pezzi	5.520	€ 6,07
2	Dispositivi adesivi di varie forme e misure di tipo standard per pazienti laringectomizzati <u>per stomi profondi</u>	Q0399	2115997	Pezzi	2.160	€ 8,80
3	Filtri HME dotati di sistemi di occlusione per fonazione	R040201	2115990	Pezzi	15.750	€ 4,13
5	Cannule in silicone fenestrate e non fenestrate per pazienti laringectomizzati di varie misure, predisposte all'utilizzo di filtro HME per la riabilitazione fonatoria e respiratoria	R01050101	2116096	Pezzi	40	€ 125,00
6	Adattatori di collegamento tra dispositivi delle diverse voci	Q0399	2116122	Pezzi	17	€ 102,00
7	Fascette monouso di fissaggio	Q0399	1493031	Pezzi	350	€ 14,00

Verificato che la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9 co.3 del D.l. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi e alla data attuale non sussistono iniziative attivate da Consip Spa o dal Soggetto Aggregatore territorialmente competente.

Dare atto che la verifica sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 ha dato esito positivo.

Dato atto che si rende necessario individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione gare;

Preso atto che come da proposta della dr.ssa Paola Valpondi, Direttore UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale, vistata favorevolmente dal Direttore Generale con email del 04.06.2025, si propone quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la dr.ssa Federica Spinnato, Dirigente Medico U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. di Bassano e come Assistente al DEC la dr.ssa Luigia Bandolin, Dirigente Medico U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. di Santorso.

Visto l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica propone, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto della fornitura di protesi fonatorie per pazienti tracheotomizzati in carico alle UU.OO.CC. di Otorinolaringoiatria dei PP.OO. di Bassano e Santorso con la ditta Atos Medical s.r.l. per l'importo complessivo di € 129.230,00=IVA esclusa, per il periodo di 12 mesi, indicativamente dal 01.08.2025 al 31.07.2026, salvo risoluzione anticipata nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- individuare quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione gare;
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la dr.ssa Federica Spinnato, Dirigente Medico U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. di Bassano e come Assistente al DEC la dr.ssa Luigia Bandolin, Dirigente Medico U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. di Santorso;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Direttore dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di procedere, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, all'affidamento diretto per la fornitura di dispositivi medici per pazienti laringectomizzati, per il periodo di 12 mesi, indicativamente dal 01.08.2025 al 31.07.2026, salvo risoluzione anticipata nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023, con la ditta Atos Medical s.r.l. per l'importo complessivo di € 129.230,00 =IVA esclusa per il periodo di 12 mesi, come segue:

voce	Descrizione	CND	Cod. Rep.	Unità di misura	Q.tà 12 mesi	Importo unitario
1	Dispositivi adesivi di varie forme e misure di tipo standard per pazienti laringectomizzati	Q0399	2115997	Pezzi	5.520	€ 6,07
2	Dispositivi adesivi di varie forme e misure di tipo standard per pazienti	Q0399	2115997	Pezzi	2.160	€ 8,80

	<u>laringectomizzati per stomi profondi</u>					
3	Filtri HME dotati di sistemi di occlusione per fonazione	R040201	2115990	Pezzi	15.750	€ 4,13
5	Cannule in silicone fenestrate e non fenestrate per pazienti laringectomizzati di varie misure, predisposte all'utilizzo di filtro HME per la riabilitazione fonatoria e respiratoria	R01050101	2116096	Pezzi	40	€ 125,00
6	Adattatori di collegamento tra dispositivi delle diverse voci	Q0399	2116122	Pezzi	17	€ 102,00
7	Fascette monouso di fissaggio	Q0399	1493031	Pezzi	350	€ 14,00

2. di dare atto che la spesa complessiva per il periodo di 12 mesi pari € 134.399,20=IVA 4% inclusa trova riferimento come segue:

Anno	Conto	PRG	Descrizione	Impegno IVA compresa
2025	BA0220A00	47	DISPOSITIVI PROTESICI	€ 55.999,67
2026	BA0220A00	47	DISPOSITIVI PROTESICI	€ 78.399,53

3. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:

Ditta	P. IVA	CIG
Atos Medical s.r.l.	04830660280	B7ABC3366B

4. di individuare quale Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) la dott.ssa Elisabetta Berno, Responsabile U.O.S. Gestione gare;
5. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) la dr.ssa Federica Spinnato, Dirigente Medico U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. di Bassano e come Assistente al DEC la dr.ssa Luigia Bandolin, Dirigente Medico U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. di Santorso;
6. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.



RELAZIONE DI SCELTA

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per la fornitura di dispositivi medici per pazienti laringectomizzati

GARA N. AULSS7_2025_00117

Con riferimento all'indagine di mercato in oggetto (n. prot. 43002 del 09.05.2025) risultano pervenute le proposte tecniche - economiche delle seguenti Ditte:

Ditta	Importo offerto voce 1	Importo offerto voce 2	Importo offerto voce 3	Importo offerto voce 4	Importo offerto voce 5	Importo offerto voce 6	Importo complessivo offerto	Superiore a base d'asta (€137.768,67 + IVA)
Seda s.p.a.	€ 27.500,00	€ 21.550,00	€ 62.916,00	€ 4.800,00	€ 340,00	€ 2.800	€ 119.906,00	No
Teleflex Medical s.r.l.						€ 1.190,00	€ 1.190,00	No, solo voce 6
Atos Medical s.r.l.	€ 33.488,00	€ 19.008,00	€ 65.100,00	€ 5.340,00	€ 1.734,00	€ 4.900,00	€ 129.570,00	No
Claber s.r.l.						€ 525,00	€ 525,00	No, solo voce 6
Biopsybell s.r.l.			€ 10.695,72				€ 10.695,72	No, solo voce 3

Valutazione

In particolare sono stati valutati i seguenti aspetti:

- confezione (facilità di apertura e di stoccaggio, chiarezza di stampa delle informazioni delle prescrizioni e dei simboli);
- varietà della gamma;
- adeguatezza e compatibilità alle protesi e agli altri accessori;
- resistenza all'uso;
- livello di sicurezza garantito durante l'uso;
- intuitività e facilità di utilizzo;
- economicità della proposta.

A seguito della visione della documentazione e della campionatura inviata dalle Ditte partecipanti emerge quanto segue:



<i>Voce</i>	<i>Ditta</i>	<i>Osservazioni</i>
1. Dispositivi adesivi di varie forme e misure di tipo standard per pazienti laringectomizzati	Seda s.p.a.	Prodotto BE 6082 Confezione: facile da aprire, facile da stoccare, chiare le informazioni Varietà della gamma: ridotta varietà di modelli (n. 3 modelli). Il paziente potrebbe non trovare il cerotto adeguato alla propria conformazione anatomica. La conformazione può anche cambiare nel tempo a causa di eventi come la retrazione cicatriziale post chirurgica, post irradiazione, variazioni ponderali. Non esiste la versione notturna. Adeguatezza e compatibilità: adeguato alle necessità del paziente, la parte adesiva del cerotto è rigida e aderisce male alla cute del paziente che nella regione cervicale è ricca di pieghe cutanee (anche molto fibrose nei pazienti laringectomizzati). Rimozione lievemente dolorosa. E' compatibile solo con accessori dello stesso marchio da scheda tecnica. Resistenza all'uso: 24h Livello di sicurezza: non criticità evidenti (es. rischio inalazione frammenti) Intuitività: adeguata
	Atos Medical s.r.l.	7461 Confezione: facile da aprire, facile da stoccare, chiare le informazioni Varietà della gamma: ampia varietà di gamma (n. 7 modelli) che viene incontro alla differente conformazione anatomica del distretto cervicale del paziente laringectomizzato Adeguatezza e compatibilità: adeguato alle necessità del paziente, il materiale morbido e la presenza di alette nelle porzioni laterali della parte adesiva permettono ottima adesione alla cute del paziente. Rimozione pressoché indolore. Compatibile solo con accessori dello stesso marchio da scheda tecnica Resistenza all'uso: da scheda tecnica 24h

		Livello di sicurezza: non criticità evidenti (es. rischio inalazione frammenti) Intuitività: adeguata
2. Dispositivi adesivi di varie forme e misure di tipo standard per pazienti laringectomizzati per stomi profondi	Seda s.p.a.	48500 Confezione: facile da aprire, facile da stoccare, chiare le informazioni Varietà della gamma: 1 variante Adeguatezza e compatibilità: adeguato alle necessità del paziente, la parte adesiva del cerotto è rigida e aderisce male alla cute del paziente che nella regione cervicale è ricca di pieghe cutanee (anche molto fibrose nei pazienti laringectomizzati). Rimozione lievemente dolorosa. Compatibile solo con accessori dello stesso marchio da scheda tecnica. Resistenza all'uso: da scheda tecnica 24h Livello di sicurezza: non criticità evidenti (es. rischio inalazione frammenti) Intuitività: adeguata
	Atos Medical s.r.l.	8263 Confezione: facile da aprire, facile da stoccare, chiare le informazioni Varietà della gamma: 1 variante Adeguatezza e compatibilità: adeguato alle necessità del paziente, il materiale morbido e la presenza di alette nelle porzioni laterali della parte adesiva permettono ottima adesione alla cute del paziente. Rimozione pressoché indolore. Compatibile solo con accessori dello stesso marchio da scheda tecnica. Resistenza all'uso: da scheda tecnica 24h Livello di sicurezza: non criticità evidenti (es. rischio inalazione frammenti) Intuitività: adeguata
3. Filtri HME dotati di sistemi di occlusione per fonazione	Seda s.p.a.	BE 1092 Confezione: facile da aprire, facile da stoccare, chiare le informazioni. I filtri sono contenuti in



	sacchetti da 10 pezzi, con il potenziale rischio di smarrimento, contaminazione, fuoriuscita. Varietà della gamma: esiste in due configurazioni di umidificazione, viene usato lo stesso filtro per la notte e il giorno Adeguatezza e compatibilità: durante l'utilizzo la pressione del bottone fonatorio risulta poco "fluida". Può quindi risultare scomodo per i pazienti che lo usano per fonare. La conformazione del bottone che protrude rispetto alla struttura di base lo rende a rischio maggiore di ostruzione a causa di pressioni esterne (es. mentre il paziente dorme in posizione prona o se ha degli abiti che possono coprirlo). Questo è molto pericoloso per rischio soffocamento. Per evitare blocchi del tappo mentre il paziente dorme (molto pericoloso per rischio di ostruzione respiratoria) è possibile eseguire una manovra di rotazione per bloccare il tappo e renderlo fisso sulla struttura di base in posizione aperta (e quindi non comprimibile), manovra che richiede movimento di fino, difficile per paziente con performance status non brillante o di età avanzata o uomini con mani grandi. Compatibile solo con accessori dello stesso marchio da scheda tecnica. Resistenza all'uso: 24h da scheda tecnica Livello di sicurezza: la conformazione del tappo in cui il bottone protrude verso l'esterno è a mio avviso un elemento di rischio di ostruzione acuta e quindi soffocamento Intuitività: intuitivo il posizionamento, poco intuitivo il sistema di blocco del tappo sulla struttura di base
	Atos Medical s.r.l. 8310 Confezione: facile da aprire, facile da stoccare, chiare le informazioni. Confezioni singole per ogni filtro. Varietà della gamma: esistono 5 versioni di filtro a seconda delle esigenze del paziente (8310, 8311, 8312, 8262,, 8313) Adeguatezza e compatibilità: molto fluido nell'utilizzo, vantaggio soprattutto per chi lo

		usa per fonare. E' di maggiori dimensioni rispetto al competitor quindi più facile da utilizzare anche per pazienti con mani grandi. Colore rosa lo rende più discreto. Compatibile solo con accessori dello stesso marchio da scheda tecnica. Resistenza all'uso: non specificata la durata di utilizzo ma si presume 12 ore visto che esistono filtri diurni e notturni Livello di sicurezza: la conformazione con il bottone "a filo" con la struttura di base lo rende più sicuro e meno soggetto a compressioni esterne Intuitività: molto intuitivo, facile da posizionare e da utilizzare
	Biopsybell s.r.l.	BK008BN È un filtro che serve per i pazienti che devono essere ventilati con ossigeno principalmente in regime ospedaliero, non è adeguato per la vita quotidiana dei pazienti laringectomizzati, ha indicazioni molto limitate. NON IDONEO
4. Cannule in silicone fenestrate e non fenestrate per pazienti laringectomizzati di varie misure, predisposte all'utilizzo di filtro HME per la riabilitazione fonatoria e respiratoria	Seda s.p.a.	BE6698 (non fenestrato) BE6699F (fenestrato) Confezione: facile da aprire, facile da stoccare, chiare le informazioni. Varietà della gamma: esistono 8 misure che combinano diversi diametri e lunghezze. Possono essere utilizzati solo in associazione a fascetta di fissaggio (non a cerotto). Adeguatezza e compatibilità: adeguato. Compatibile solo con accessori dello stesso marchio da scheda tecnica. Resistenza all'uso: non specificata la durata di utilizzo, da esperienza personale circa 2-3 mesi. Livello di sicurezza: non criticità evidenti (es. rischio inalazione frammenti) Intuitività: adeguata
	Atos Medical s.r.l.	7411 (non fenestrato) 7434 (fenestrato) Confezione: facile da aprire, facile da stoccare, chiare le informazioni.

		Varietà della gamma: esistono molte misure che combinano diversi diametri e lunghezze, esistono 4 tipologie con almeno 8 variazioni di misura ciascuno. Possono essere utilizzati in associazione al cerotto o con fascetta di fissaggio a seconda delle preferenze del paziente Adeguatezza e compatibilità: adeguato. Compatibile solo con accessori dello stesso marchio da scheda tecnica. Resistenza all'uso: non specificata la durata di utilizzo, da esperienza personale circa 2-3 mesi. Livello di sicurezza: non criticità evidenti (es. rischio inalazione frammenti) Intuitività: adeguata
5. Adattatori di collegamento tra dispositivi delle diverse voci	Seda s.p.a.	48915 Confezione: facile da aprire, facile da stoccare, chiare le informazioni Varietà della gamma: 1 variante come il competitor Atos Adeguatezza e compatibilità: adeguato. Compatibile solo con accessori dello stesso marchio da scheda tecnica. Resistenza all'uso: non specificata la durata di utilizzo Livello di sicurezza: non criticità evidenti (es. rischio inalazione frammenti) Intuitività: adeguata
	Atos Medical s.r.l.	8057 Confezione: facile da aprire, facile da stoccare, chiare le informazioni Varietà della gamma: 1 variante Adeguatezza e compatibilità: adeguato. Compatibile solo con accessori dello stesso marchio da scheda tecnica. Resistenza all'uso: non specificata la durata di utilizzo Livello di sicurezza: non criticità evidenti (es.

		rischio inalazione frammenti) Intuitività: adeguata
6. Fascette monouso di fissaggio	Seda s.p.a.	32550 Confezione: facile da aprire, facile da stoccare, chiare le informazioni Varietà della gamma: 4 misure Adeguatezza e compatibilità: adeguata, compatibile tutte le cannule tracheostomiche Resistenza all'uso: il materiale sembra di qualità, non indicata la durata nella scheda tecnica, da esperienza più di qualche giorno salvo imprevisti del pz (es. contatto con acqua, sudore, sporco) Livello di sicurezza: non criticità evidenti (es. rischio inalazione frammenti) Intuitività: adeguata
	Teleflex Medical s.r.l.	507906 Confezione: facile da aprire, facile da stoccare, chiare le informazioni Varietà della gamma: 1 misura Adeguatezza e compatibilità: adeguata, compatibile tutte le cannule tracheostomiche. Tessuto molto morbido per cui sicuramente meno irritante ma tende a infeltrirsi rapidamente e quindi ad usurarsi più in fretta. Resistenza all'uso: non indicata la durata nella scheda tecnica, tende a infeltrirsi rapidamente e quindi ad usurarsi più in fretta Livello di sicurezza: non criticità evidenti (es. rischio inalazione frammenti) Intuitività: adeguata
	Atos Medical s.r.l.	7668 Confezione: facile da aprire, facile da stoccare, chiare le informazioni Varietà della gamma: 1 misura Adeguatezza e compatibilità (2): adeguata, compatibile solo con cannula tracheostomica dello stesso marchio a cui garantisce

		un'adesione di gran lunga migliore rispetto a tutte le altre fascette grazie alle alette di plastica di ancoraggio. Il color carne rende la fascetta più discreta. Resistenza all'uso: il materiale sembra di qualità, non indicata la durata nella scheda tecnica, da esperienza più di qualche giorno salvo imprevisti del pz (es. contatto con acqua, sudore, sporco) Livello di sicurezza: non criticità evidenti (es. rischio inalazione frammenti) Intuitività: adeguata
	Claber s.r.l.	2406 Confezione: facile da aprire, facile da stoccare, chiare le informazioni Varietà della gamma: 1 misura Adeguatezza e compatibilità: adeguata, compatibile tutte le cannule tracheostomiche Resistenza all'uso: il materiale sembra di qualità, non indicata la durata nella scheda tecnica, da esperienza più di qualche giorno salvo imprevisti del pz (es. contatto con acqua, sudore, sporco) Livello di sicurezza: non criticità evidenti (es. rischio inalazione frammenti) Intuitività: adeguata
	Biopsybell s.r.l.	96210 Non compatibile con nessuna cannula tracheostomica specifica per laringectomizzati (atos/seda spa) perché i velcri di ancoraggio sono troppo grandi e non entrano negli agganci laterali delle cannule. NON IDONEO

Valutazioni e/o motivazioni della scelta ed eventuali altre considerazioni

L'avviso di indagine di mercato ha richiesto che i dispositivi medici fossero "idonei ad un utilizzo congiunto", sia per motivi di compatibilità indicata in scheda tecnica, sia per garantire la miglior performance dei presidi che risulta ottimale quando si combinano prodotti della stessa marca. In particolare, nei pazienti dotati di protesi fonatoria è fondamentale per il corretto utilizzo (che avviene centinaia di volte al giorno) che tutto il

meccanismo di respirazione e fonazione costituito da cerotto/cannula fenestrata e tappo di fonazione sia perfettamente coordinato e funzionante, oltre che semplice ed intuitivo.

I prodotti dell'azienda Atos risultano essere quelli di qualità migliore, più facili, intuitivi e sicuri da utilizzare nei pazienti laringectomizzati sia portatori di protesi fonatoria che non.

Data 25/06/2025

Dr.ssa Luigia Bandolin
(Dirigente Medico U.O.C.
Otorinolaringoiatria P.O. di Santorso)

