

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1032 DEL 30/05/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER LA VITRECTOMIA E FACOEMULSIFICAZIONE CON DISPOSITIVI MEDICI E STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO, SUDDIVISA IN N. 5 LOTTI – GARA 2024-240-BAS

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1007/25

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relazione quanto segue:

Premesso che:

- risultano in scadenza al 24.07.2025 i contratti relativi alla fornitura triennale in service di materiali di consumo e apparecchiature per facoemulsificazione e di custom pack per i PP.OO. di Bassano e di Santorso, rinnovati con deliberazione n. 1183/2021 il periodo di 24 mesi, e da ultimo prorogati con deliberazione n. 1262 del 05.07.2024 come di seguito riportato:
 - Lotto 2): Sistemi per facoemulsificazione per la chirurgia della cataratta - ditta Bausch & Lomb IOM S.p.A: spesa complessiva € 315.740,16 (Iva esclusa) = € 385.203,06 (Iva 22% inclusa);
 - Lotto 3): Manipolo monouso coassiale I/A per incisione inferiore a mm 2,2 - ditta Bausch & Lomb IOM S.p.A: spesa complessiva € 81.721,31 (Iva esclusa) = € 99.700,00 (Iva 22% inclusa);
 - Lotto 4): Custom pack per intravitreale e custom pack per microincisione - ditta Beaver-Visitec International Sales Ltd: spesa complessiva € 197.622,95 (Iva esclusa) = € 241.100,00 (Iva 22% inclusa);
- risulta in scadenza al 30.09.2025 il contratto con la ditta Alcon Italia SpA di Milano relativo alla fornitura triennale in service di un sistema multifunzionale per la chirurgia oculare del segmento posteriore (chirurgia vitreo retinica) con associata tecnologia per la facoemulsificazione e la vitrectomia, rinnovato per 24 mesi con deliberazione n. 668 del 08.04.2022, e da ultimo prorogato per 6 mesi fino al 30.09.2025 per l'importo complessivo di € 99.157,37 (Iva esclusa) = € 120.971,99 (Iva compresa (IVA 22% inclusa);
- in vista della scadenza dei sopracitati contratti è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro (nota prot. 35593/2023) per la progettazione della nuova gara, approvata in data 03.01.2024 dalla Direzione Strategica;
- con nota prot. n. 9419 del 30.01.2024 è stata trasmessa alla Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) la richiesta di autorizzazione per la gara europea per l'affidamento della fornitura di sistemi per la vitrectomia e facoemulsificazione con dispositivi medici e strumentazione a noleggio, suddivisa in n. 5 lotti;
- con nota prot. n. 372434 del 25.07.2024 (ns. prot. n. 68266 del 25.07.2024) la C.R.I.T.E. ha comunicato parere favorevole alla nuova procedura di gara con la seguente indicazione:
 - *separare il costo dei servizi (noleggio e manutenzione) dal costo dei dispositivi al fine del corretto invio della spesa nei flussi;*
 - *recedere dal contratto qualora fosse aggiudicata la gara regionale;*

Dato atto che:

- con deliberazione n. 1875 del 16.10.2024 è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di sistemi per la vitrectomia e facoemulsificazione con dispositivi medici e strumentazione a noleggio, per il periodo di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi e prorogabile di 12 mesi, suddivisa in n. 5 lotti come segue:

Lotto	Descrizione	Importi a base d'asta per 36 mesi
1	Sistemi per interventi di chirurgia vitreo-retinica con facovitrectomo in noleggio	€ 570.936,00 = di cui materiale di consumo € 412.536,00 canone di noleggio attrezzature € 158.400,00

2	Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica da 2.2 mm. o tecnica standard idoneo anche per tutoraggio.	€ 368.984,40= di cui materiale di consumo € 332.984,40 canone di noleggio attrezzature € 36.000,00
3	Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica con microincisione da 1.8 mm. o inferiore, mininvasiva.	€ 607.455,00= di cui materiale di consumo € 535.455,00 canone di noleggio attrezzature € 72.000,00
4	Manipolo monouso per incisioni.	€ 225.000,00 =
5	Dispositivi custom pack per intravitreale e custom pack per microincisione.	€ 561.510,00=

- il bando è stato pubblicato sulla GUEE (OJ S 209/2024) il 25.10.2024 con scadenza per la presentazione delle offerte al 03.12.2024;
- con successiva deliberazione n. 2199 del 29.11.2024 è stata disposta la modifica degli atti di gara e la conseguente riapertura del termine di scadenza per la presentazione delle offerte al 20.12.2024;
- il relativo bando (OJ S 235/2024) risulta pubblicato in GUUE in data 03.12.2024.

Preso atto che entro il termine del 20.12.2024 ore 10:00, tramite la piattaforma Sintel, sono pervenute le seguenti offerte:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO		FORNITORE	DATA E ORA	LOTTO
1	1731935002767	MEDICAL CENTER PRODUCTION PSSLSN75M43I921V	lunedì 18 novembre 2024 14.03.22	5
2	1733214558442	BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD 07220700962	martedì 3 dicembre 2024 9.29.18	5
3	1733933758452	SURGIKA S.R.L. 01799470511	mercoledì 11 dicembre 2024 17.15.58	5
4	1734009413773	BAUSCH & LOMB IOM S.P.A. 07393830158	giovedì 12 dicembre 2024 14.16.53	1 -3 - 4
5	1734355750138	ALCON ITALIA S.P.A. 07435060152	lunedì 16 dicembre 2024 14.29.10	1
6	1734432148651	AMO ITALY S.R.L. 07121831007	martedì 17 dicembre 2024 11.42.28	2 - 4
7	1734442566253	D.O.R.C. ITALY S.R.L. 08783660965	martedì 17 dicembre 2024 14.36.06	1 - 4
8	1734537163453	BETATEX S.P.A. 00440180545	mercoledì 18 dicembre 2024 16.52.43	5
9	1734541118957	CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO 00721920155	mercoledì 18 dicembre 2024 17.58.38	2
10	1734605472404	MEDIBERG S.R.L. 01471280162	giovedì 19 dicembre 2024 11.51.12	5
11	1734605801209	TECNOFTALMICA S.R.L. 09672801009	giovedì 19 dicembre 2024 11.56.41	5
12	1734606895301	U.JET S.R.L.	giovedì 19 dicembre 2024	5

	03766750545	12.14.55	
--	-------------	----------	--

Dato atto che con deliberazione n. 246 del 07.02.2025, sono stati recepiti i verbali del Seggio di gara in date 23.12.2024, 21.01.2025 e 03.02.2025 (Allegato 1) dai quali risulta che gli Operatori Economici sopracitati sono stati ammessi alla fase di valutazione dell'offerta tecnica e si è provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice nella seguente composizione:

PRESIDENTE: dr.ssa Giovanna Pilotto, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia

COMPONENTI: dr.ssa Alessandra De Gregorio, Dirigente medico U.O.C. Oculistica P.O. Bassano;

p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica;

SEGRETARIO: dott.ssa Angela Pascale, Assistente Amministrativo U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica;

Preso atto che:

- la Commissione Giudicatrice, come da verbali delle sedute riservate dell'11.02.2025 e del 04.04.2025 (Allegato 2), ha provveduto, a seguito delle valutazioni effettuate, ad attribuire i seguenti punteggi di qualità:

Lotto 1: Sistemi per interventi di chirurgia vitreo-retinica con facovitrectomo in noleggio

Fornitore	Totale punteggio	Totale punteggio riparametrato
BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	66,00	70,00
D.O.R.C. ITALY S.R.L.	43,40	46,03
ALCON S.P.A.	43,00	45,61

Lotto 2: Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica da 2.2 mm. o tecnica standard idoneo anche per tutoraggio

Fornitore	Totale punteggio
CARL ZEISS S.P.A.	70,00
AMO ITALY S.R.L.	43,00

Lotto 3: Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica con microincisione da 1.8 mm. o inferiore, mininvasiva

Fornitore	Totale punteggio
BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	70,00

Lotto 4: Manipolo monouso per incisioni

Fornitore	Totale punteggio
BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	70,00
AMO ITALY S.R.L.	44,00
D.O.R.C. ITALY S.R.L.	44,00

Lotto 5: Dispositivi custom pack per intravitreale e custom pack per microincisione

Fornitore	Totale punteggio
-----------	------------------

BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD	70,00
TECNOFTALMICA S.R.L.	46,00
SURGIKA S.R.L.	46,60
BETATEX S.P.A.	44,60
U.JET S.R.L.	42,40
MEDIBERG S.R.L.	42,40
MEDICAL CENTER PRODUCTION	28,40

- l'offerta della ditta MEDICAL CENTER PRODUCTION non risulta aver conseguito il punteggio minimo di 42/70 e pertanto non è stata ammessa alla fase successiva di gara ai sensi di quanto previsto dall'art. 19.1 del Disciplinare di gara, come comunicato con nota prot. n. 37162 del 18.04.2025.

Preso atto che, come risultante dall'allegato verbale della seduta del 17.04.2025 (Allegato 3), la Commissione Giudicatrice ha provveduto, tramite piattaforma Sintel, all'apertura della busta 3 "offerta economica" – Step 3" degli Operatori Economici sopracitati e che il sistema Sintel ha attribuito automaticamente il punteggio economico in base all'applicazione della formula di cui all'art. 19.3 del disciplinare di gara con il seguente risultato:

Lotto 1: Sistemi per interventi di chirurgia vitreo-retinica con facovitrectomo in noleggio per l'importo triennale a base d'asta di € 570.936,00 (IVA esclusa)

Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	520.305,00 €	30,00	70,00	100,00
D.O.R.C. ITALY S.R.L.	564.770,00 €	27,64	46,03	73,67
ALCON S.P.A.	570.548,94 €	27,36	45,61	72,97

Lotto 2: Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica da 2.2 mm. o tecnica standard idoneo anche per tutoraggio per l'importo triennale a base d'asta di € 368.984,40 (IVA esclusa)

Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
CARL ZEISS S.P.A.	358.734,00 €	30,00	70,00	100,00
AMO ITALY S.R.L.	365.685,00 €	29,43	43,00	72,43

Lotto 3: Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica con microincisione da 1.8 mm. o inferiore, mininvasiva per l'importo triennale a base d'asta di € 607.455,00 (IVA esclusa)

Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	605.100,00 €	30,00	70,00	100,00

Lotto 4: Manipolo monouso per incisioni per l'importo triennale a base d'asta di € 225.000,00 (IVA esclusa)

Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	224.850,00 €	28,82	70,00	98,82
AMO ITALY S.R.L.	216.000,00 €	30,00	44,00	74,00
D.O.R.C. ITALY S.R.L.	217.500,00 €	29,79	44,00	73,79

Lotto 5: Dispositivi custom pack per intravitale e custom pack per microincisione per l'importo

triennale a base d'asta di € 561.510,00 (IVA esclusa)

Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD	547.200,00 €	27,20	70,00	97,20
TECNOFTALMICA S.R.L	504.000,00 €	29,53	46,00	75,53
SURGIKA S.R.L.	524.250,00 €	28,39	46,60	74,99
BETATEX S.P.A.	501.060,00 €	29,70	44,60	74,30
U.JET S.R.L.	496.061,40 €	30,00	42,40	72,40
MEDIBERG S.R.L.	548.190,00 €	27,15	42,40	69,55

Dato atto che le offerte delle ditte prime classificate, a seguito della verifica, ai sensi dell'art.110 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023, effettuata dal RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice sono risultate congrue come da verbale delle sedute del 18.04.2025 e del 19.05.2025 (allegato 4).

Accertato che:

- l'acquisto in oggetto non risulta presente nelle categorie merceologiche e relative soglie di obbligatorietà la cui acquisizione è rimessa ai soggetti aggregatori (Consip e Centrali Regionali), in attuazione a quanto disposto dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015;
- le aziende sanitarie hanno l'obbligo di verificare la conformità dei prezzi rispetto a quelli dell'ANAC e dell'Osservatorio Prezzi della Regione del Veneto (OPRVE);
- i prezzi offerti per i dispositivi medici dalle ditte BAUSCH & LOMB IOM S.P.A., CARL ZEISS S.P.A. e BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD risultano in linea con i prezzi presenti negli elenchi trasmessi da Azienda Zero - UOC CRAV di cui alla nota prot. n. 0051331 del 30.01.2025 (nota prot. Ulss n. 008570/25 del 30.01.2025), ad eccezione dei dispositivi di cui al Lotto 1 repertorio nn. 1948954 (Pack monouso 23 G), 1860296 (Kit rimozione infusione fluidi viscosi) e 654487 (MICS 1.8mm, 30°), e non sono presenti prezzi di riferimento elaborati dall'A.N.A.C.;
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha chiesto, pertanto, con nota prot. n. 48187 del 23.05.2025 alla ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A. la disponibilità ad allineare i prezzi offerti per i dispositivi repertorio nn. 1948954 (Pack monouso 23 G), 1860296 (Kit rimozione infusione fluidi viscosi) e 654487 (MICS 1.8mm, 30°) ai prezzi di riferimento regionali (rep. nn. 1948954 da € 430,00 a € 426,80; rep. 1860296 da € 80,00 a € 61,07; rep. 654487 da € 25,00 a € 17,80);
- con nota del 23.05.2025 la ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A. ha confermato i prezzi offerti per i sopracitati dispositivi evidenziando che i prezzi offerti sono inferiori rispetto a quelli offerti per la partecipazione a recenti procedure di gara (es. AOUI Verona);
- i prezzi offerti per tali dispositivi sono inferiori rispetto ai prezzi storici e la spesa complessiva triennale presunta di € 22.230,00 (Iva esclusa) risulta residuale (circa il 4,3%) rispetto al valore complessivo dell'appalto di € 520.305,00 (Iva esclusa);
- con la nuova gara si rileva un risparmio complessivo triennale rispetto alla base d'asta di € 94.789,12 (Iva inclusa);

Dato atto che:

- come da proposta del Direttore dell'U.O.C. Farmacia, vistata favorevolmente dal Direttore Generale con email del 27.05.2025, si propone quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il dr. Antonio Toso, Direttore U.O.C. Oculistica del P.O. Santorso;
- le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e di capacità tecnica – professionale alla data del presente atto hanno dato esiti positivi, tranne che per l'informativa antimafia in quanto la Prefettura competente non ha ancora provveduto ad evadere la richiesta;

tuttavia, essendo decorso il termine di 30 giorni, come dall'art. (88/92) del D.lgs 159/2011 e s.m.i, è possibile procedere alla stipula del contratto, con apposita condizione risolutiva;

- i contratti d'appalto che saranno stipulati in esecuzione del presente atto avranno validità di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi e prorogabile per 12 mesi, salva la facoltà di risoluzione anticipata nel caso venga aggiudicata la gara regionale citata in premessa.

Valutato che, secondo quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 1410 del 26.07.2024 con la quale viene approvata la "Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023", si quantifica, secondo la tipologia di contratto "complessità media", in € 12.167,77 l'importo delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche.

Visto il D. Lgs. n. 36/2023.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica propone pertanto di:

- recepire i verbali della Commissione Giudicatrice dell'11.02.2025 e del 04.04.2025, relativi alla valutazione dell'offerta tecnica, del 17.04.2025 di apertura dell'offerta economica, e il verbale del RUP delle sedute del 18.04.2025 e del 19.05.2025 di verifica di congruità delle offerte, rispettivamente allegato 2, allegato 3 e allegato 4 al presente provvedimento;
- aggiudicare la gara europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n.36/2023, per l'affidamento della fornitura di sistemi per la vitrectomia e facoemulsificazione con dispositivi medici e strumentazione a noleggio, suddivisa in n. 5 lotti, per il periodo di 36 mesi, come segue:
 - Lotto 1 - Sistemi per interventi di chirurgia vitreo-retinica con facovitrectomo in noleggio alla ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A per l'importo di € 520.305,00 (Iva esclusa) = € 634.772,10 (Iva inclusa);
 - Lotto 2 - Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica da 2.2 mm. o tecnica standard idoneo anche per tutoraggio alla ditta CARL ZEISS S.P.A. per l'importo di € 358.734,00 (Iva esclusa) = € 437.655,48 (Iva inclusa);
 - Lotto 3 - Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica con microincisione da 1.8 mm. o inferiore, mininvasiva alla ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A per l'importo di € 605.100,00 (IVA esclusa) = € 738.222,00 (Iva inclusa);
 - Lotto 4: Manipolo monouso per incisioni alla ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A per l'importo € 224.850,00 (IVA esclusa) = € 274.317,00 (Iva inclusa);
 - Lotto 5: Dispositivi custom pack per intravitreale e custom pack per microincisione alla ditta BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD per l'importo di € 547.200,00 (IVA esclusa) = € 667.584,00 (iva inclusa);
- dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il dr. Antonio Toso, Direttore U.O.C. Oculistica del P.O. Santorso.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e

della Funzione Territoriale, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di recepire i verbali della Commissione Giudicatrice dell'11.02.2025 e del 04.04.2025, relativi alla valutazione dell'offerta tecnica, e del 17.04.2025 di apertura dell'offerta economica, e il verbale del RUP delle sedute del 18.04.2025 e del 19.05.2025 di verifica delle offerte, prime classificate nelle graduatorie, sospette di anomalia, rispettivamente allegato 2, allegato 3 e allegato 4 al presente provvedimento;
2. di aggiudicare la gara europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n.36/2023, per l'affidamento della fornitura di sistemi per la vitrectomia e facoemulsificazione con dispositivi medici e strumentazione a noleggio, suddivisa in n. 5 lotti, per il periodo di 36 mesi, come segue:
 - Lotto 1 - Sistemi per interventi di chirurgia vitreo-retinica con facovitrectomo in noleggio alla ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A per l'importo di € 520.305,00 (Iva esclusa) = € 634.772,10 (Iva inclusa);
 - Lotto 2 - Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica da 2.2 mm. o tecnica standard idoneo anche per tutoraggio alla ditta CARL ZEISS S.P.A.per l'importo di € 358.734,00 (Iva esclusa) = € 437.655,48 (Iva inclusa);
 - Lotto 3 - Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica con microincisione da 1.8 mm. o inferiore, mininvasiva alla ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A per l'importo di € 605.100,00 (IVA esclusa) = € 738.222,00 (Iva inclusa);
 - Lotto 4: Manipolo monouso per incisioni alla ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A per l'importo € 224.850,00 (IVA esclusa) = € 274.317,00 (Iva inclusa);
 - Lotto 5: Dispositivi custom pack per intravitreale e custom pack per microincisione alla ditta BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD per l'importo di € 547.200,00 (IVA esclusa) = € 667.584,00 (iva inclusa);
3. di dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
4. di dare atto che il contratto d'appalto che sarà stipulato in esecuzione del presente atto avrà validità di 36 mesi, indicativamente dal 16.07.2025 al 15.07.2028, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi e prorogabile per 12 mesi;
5. di dare atto che, secondo quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 1410 del 26.07.2024 con la quale viene approvata la "Disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023", si quantifica secondo la tipologia di contratto "complessità media", nella misura di € 12.167,77 l'importo delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche;
6. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 2.752.550,58 (IVA 22% compresa) per il periodo di 36 mesi, oltre € 12.167,77 a titolo di accantonamento massimo per incentivi alle funzioni tecniche, trova riferimento nei seguenti conti trova copertura nel bilancio come segue:

anno	conto	PGR	descrizione	Impegno di spesa (IVA inclusa)
2025	BA2020000	378	"Canoni di noleggio - area sanitaria"	38.373,07 €
	BA0220B01	54	Dispositivi medici – Presidi	343.925,63 €
2026	BA2020000	378	"Canoni di noleggio - area sanitaria"	92.095,36 €
	BA0220B01	54	Dispositivi medici – Presidi	825.421,50 €

2027	BA2020000	378	“Canoni di noleggio - area sanitaria”	92.095,36 €
	BA0220B01	54	Dispositivi medici – Presidi	825.421,50 €
2028	BA2020000	378	“Canoni di noleggio - area sanitaria”	53.722,29 €
	BA0220B01	54	Dispositivi medici – Presidi	481.495,88 €
2025	BA2884000	650	Accantonamento incentivi funzioni tecniche ex art.113 del Dlgs 50/2016, dal 1.07.2023 sostituito da art. 45 del Dlgs 36/2023	€ 12.167,77

7. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
 LOTTO 1: CIG nr. B3F74C2AC9 – Ditta Bausch & Lomb Iom Spa, con sede legale in Vimodrone (MI) - C.F.07393830158 e P.IVA 00857610968.
 LOTTO 2: CIG nr. B3F74C3B9C - Carl Zeiss SPA con sede legale in Milano - C.F. e P.IVA n. 00721920155.
 LOTTO 3: CIG nr. B3F74C4C6F - Ditta Bausch & Lomb Iom Spa
 LOTTO 4: CIG nr. B3F74C5D42 - Ditta Bausch & Lomb Iom Spa
 LOTTO 5: CIG nr. B3F74C6E15 – Ditta Beaver Visitec International SALES LTD con sede legale/amministrativa Filiale Italiana a Roma – C.F. e P.IVA 07220700962.
8. di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il dr. Antonio Toso, Direttore U.O.C. Oculistica del P.O. Santorso;
9. di procedere attraverso l’area “Comunicazioni procedura” nella piattaforma Sintel alle comunicazioni, di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, alle ditte partecipanti entro il termine di 5 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
10. di provvedere a tutte le comunicazioni e a tutti gli obblighi informativi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente circa l’esito della gara;
11. di provvedere a tutte le comunicazioni e a tutti gli obblighi informativi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente circa l’esito della gara, i cui costi, sostenuti da questa Azienda, saranno rimborsati dalla ditta aggiudicataria;
12. di incaricare l’U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
13. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
C.F. e P. IVA 00913430245

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI
SISTEMI PER LA VITRECTOMIA E FACOEMULSIFICAZIONE CON DISPOSITIVI MEDICI
E STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO, SUDDIVISA IN N. 5 LOTTI.**

GARA 2024-240-BAS

**CIG LOTTO 1: B3F74C2AC9; LOTTO 2: B3F74C3B9C; LOTTO 3: B3F74C4C6F;
LOTTO 4: B3F74C5D42; LOTTO 5: B3F74C6E15**

VERBALE DI GARA

Prima seduta riservata apertura buste amministrative

Il giorno 23 dicembre 2024, alle ore 10:00, presso gli uffici dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica del Distretto 1, Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa (VI) si svolge la seduta del Seggio di gara per procedere all'apertura delle "Buste telematiche" contenenti la Documentazione amministrativa presentate dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto. Il Seggio di gara risulta così composto:

	dott.ssa Elisabetta Berno – Dirigente amministrativo presso l'U.O.C.
Presidente	Provveditorato Economato e Gestione della Logistica , delegata dal RUP dott.ssa Elisabetta Zambonin
Teste	dott.ssa Michela D'Aniello – Assistente amministrativo presso l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Teste e Segretario	dott.ssa Angela Pascale - Assistente amministrativo presso l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Il Presidente ricorda che la gara è stata indetta sulla piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A. e, secondo quanto previsto dall'art. 20 del Disciplinare di gara, il Seggio di gara procede in seduta riservata:

- alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- all'apertura delle "buste telematiche" contenenti la Documentazione amministrativa;
- ad ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che abbiano prodotto la completa e regolare documentazione prevista dal Disciplinare di gara, fermi restando i casi di ammissione con riserva dei concorrenti rispetto ai quali si renda necessaria un'ulteriore attività di verifica della documentazione amministrativa presentata, anche mediante richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, per il tramite del c.d. soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

Preliminarmente, il Seggio di gara verifica sulla piattaforma Sintel il numero complessivo e il nominativo dei partecipanti che hanno completato il percorso di sottomissione delle offerte e la tempestività della ricezione delle medesime (entro il termine delle ore 20/12/2024 alle ore 10:00).

Il Seggio di gara verifica che sono pervenute nei termini le offerte delle seguenti ditte:



	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	DATA E ORA	LOTTO
1	1731935002767	MEDICAL CENTER PRODUCTION PSSLSN75M43I921V	lunedì 18 novembre 2024 14.03.22	5
2	1733214558442	BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD 07220700962	martedì 3 dicembre 2024 9.29.18	5
3	1733933758452	SURGIKA S.R.L. 01799470511	mercoledì 11 dicembre 2024 17.15.58	5
4	1734009413773	BAUSCH & LOMB IOM S.P.A. 07393830158	giovedì 12 dicembre 2024 14.16.53	1 -3 - 4
5	1734355750138	ALCON ITALIA S.P.A. 07435060152	lunedì 16 dicembre 2024 14.29.10	1
6	1734432148651	AMO ITALY S.R.L. 07121831007	martedì 17 dicembre 2024 11.42.28	2 - 4
7	1734442566253	D.O.R.C. ITALY S.R.L. 08783660965	martedì 17 dicembre 2024 14.36.06	1 - 4
8	1734537163453	BETATEX S.P.A. 00440180545	mercoledì 18 dicembre 2024 16.52.43	5
9	1734541118957	CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO 00721920155	mercoledì 18 dicembre 2024 17.58.38	2
10	1734605472404	MEDIBERG S.R.L. 01471280162	giovedì 19 dicembre 2024 11.51.12	5
11	1734605801209	TECNOFTALMICA S.R.L. 09672801009	giovedì 19 dicembre 2024 11.56.41	5
12	1734606895301	U.JET S.R.L. 03766750545	giovedì 19 dicembre 2024 12.14.55	5

Il Seggio di gara avvia la fase di valutazione della firma digitale per tutti gli operatori economici. Ad esito della verifica la piattaforma Sintel non rileva anomalie.

Il Seggio di gara stabilisce quindi di riunirsi per il prosieguo delle operazioni in data 21.01.2025.

La seduta si chiude alle ore 12.00.

Seconda seduta riservata verifica documentazione amministrativa

Successivamente in data 21.01.2025 alle ore 11.00 il Presidente del Seggio, riconosciuto validamente costituito il Seggio, dichiara aperta la seduta e prosegue, per singola ditta, con l'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti secondo quanto disposto all'art. 14 "BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" - Step 1 rilevando quanto segue:

1. MEDICAL CENTER PRODUCTION:

- con riferimento al DGUE l'Operatore Economico ha reso un file in formato PDF firmato digitalmente e non in formato xml.

Pertanto si ritiene di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 richiedendo:

- con riferimento al DGUE di trasmettere la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione dalla Stazione Appaltante come previsto dall'art. 15.1 del Disciplinare di gara.

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

2. BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale dichiarato nel DGUE, l'Operatore Economico ha fornito l'elenco delle principali forniture senza specificare l'oggetto dei contratti.

Pertanto si ritiene di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 richiedendo:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di dettagliare in merito all'oggetto dei contratti elencati.

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

3. SURGIKA S.R.L.:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale dichiarato nel DGUE, l'Operatore Economico ha fornito l'elenco delle principali forniture senza specificare l'oggetto dei contratti;
- l'Operatore Economico ha dichiarato nel DGUE una violazione in merito al pagamento di imposte e tasse e di aver ottemperato pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare, senza dettagliare la violazione e riportando solo gli estremi degli avvisi bonari e/o cartelle esattoriali rateizzati e/o pagati nei termini.

Pertanto si ritiene di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 richiedendo:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di dettagliare in merito all'oggetto dei contratti elencati;
- di dettagliare la violazione in relazione agli avvisi bonari e/o cartelle esattoriali citati nel DGUE e relativi pagamenti rateizzati e/o pagati.

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

4. BAUSCH & LOMB IOM SPA:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale dichiarato nel DGUE, l'Operatore Economico ha fornito l'elenco delle principali forniture nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023 senza specificare l'importo dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 25.10.2021 al 24.10.2024); inoltre l'Operatore Economico ha omissso di indicare l'oggetto delle suddette forniture.

Pertanto si ritiene di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 richiedendo:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di dettagliare l'importo dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 25.10.2021 al 24.10.2024) e l'oggetto dei contratti.

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;

- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

5. ALCON ITALIA S.P.A.: la documentazione presentata risulta completa e regolare.

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

6. AMO ITALY SRL: la documentazione presentata risulta completa e regolare.

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

7. D.O.R.C. ITALY SRL:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale dichiarato nel DGUE, l'Operatore Economico ha fornito l'elenco delle principali forniture nel periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022 senza specificare l'importo dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 25.10.2021 al 24.10.2024); inoltre l'Operatore Economico ha omissso di indicare l'oggetto delle suddette forniture.

Pertanto si ritiene di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 richiedendo:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di dettagliare l'importo dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 25.10.2021 al 24.10.2024) e l'oggetto dei contratti.

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

8. BETATEX S.P.A.:

- con riferimento al DGUE l'Operatore Economico ha reso un file in formato PDF firmato digitalmente e non in formato xml.

Pertanto si ritiene di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 richiedendo:

- con riferimento al DGUE di trasmettere la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara completa delle risposte in tutti i campi.

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

9. CARL ZEISS S.P.A.:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale dichiarato nel DGUE, l'Operatore Economico ha fornito l'elenco delle principali forniture nel periodo senza specificare l'oggetto dei contratti.

Pertanto si ritiene di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 richiedendo:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di dettagliare in merito all'oggetto dei contratti elencati.

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

10. MEDIBERG S.R.L.:

- con riferimento l'Operatore Economico non ha presentato, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo (DPR n. 642/72) e come richiesto dall'art. 15.1 del disciplinare di gara, la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario, né – in alternativa - ha inserito copia del contrassegno in formato pdf..

Pertanto si ritiene di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 richiedendo:

- di presentare, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario, o - in alternativa - copia della marca da bollo da € 16,00 in formato pdf.

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

6. TECNOFTALMICA S.R.L.: la documentazione presentata risulta completa e regolare.

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.

11. U.JET S.R.L.:

- con riferimento al DGUE, l'Operatore Economico ha reso un DGUE indicando nella sezione "Informazioni relative all'Operatore Economici" la denominazione di un'altra ditta (Servizi Ospedalieri S.p.A.);
- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, l'Operatore Economico ha indicato nel DGUE l'elenco delle forniture il cui importo complessivo risulta inferiore all'importo di € 842.265,00 (Iva esclusa) previsto all'art.6.2 del Disciplinare di gara.

Pertanto si ritiene di attivare il soccorso istruttorio, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 richiedendo:

- di trasmettere il DGUE relativo all'Operatore Economico U.Jet s.r.l. debitamente compilato e firmato digitalmente;
- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di fornire chiarimenti in merito agli importi dei contratti elencati.

Il Presidente:

- accede al casellario ANAC per verificare la presenza di eventuali annotazioni: tale verifica dà esito negativo;
- accede al portale dei pagamenti ANAC per accertare il pagamento del contributo: tale verifica dà esito positivo.



Il Seggio di gara ammette, pertanto, le ditte ALCON ITALIA S.P.A., AMO ITALY SRL e TECNOFTALMICA S.R.L. alla fase successiva di gara.

Il Seggio di gara dispone, inoltre, l'attivazione del procedimento del soccorso istruttorio nei confronti delle ditte MEDICAL CENTER PRODUCTION, BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD, SURGIKA S.R.L., BAUSCH & LOMB IOM S.P.A., D.O.R.C. ITALY S.R.L., BETATEX S.P.A., CARL ZEISS S.P.A., MEDIBERG S.R.L. e U.JET S.R.L. al fine di regolarizzare la documentazione amministrativa presentata.

La seduta si chiude alle ore 12:00.

Il Presidente: fto. Dott.ssa Elisabetta Berno

Il teste fto. Dott.ssa Michela D'Aniello

Il segretario verbalizzante: fto. Dott.ssa Angela Pascale



Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
 C.F. e P. IVA 00913430245

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA VITRECTOMIA E FACOEMULSIFICAZIONE CON DISPOSITIVI MEDICI E STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO, SUDDIVISA IN N. 5 LOTTI.

GARA 2024-240-BAS

**CIG LOTTO 1: B3F74C2AC9; LOTTO 2: B3F74C3B9C; LOTTO 3: B3F74C4C6F;
 LOTTO 4: B3F74C5D42; LOTTO 5: B3F74C6E15**

VERBALE DI GARA

Seduta riservata soccorso istruttorio

Il giorno 3 febbraio 2025, alle ore 10:00, presso gli uffici dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica del Distretto 1, Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa (VI) si svolge la seduta del Seggio di gara per procedere alla verifica della documentazione integrativa richiesta agli Operatori Economici partecipanti alla procedura in oggetto.

Il Seggio di gara risulta così composto:

Presidente	dott.ssa Elisabetta Berno – Dirigente amministrativo presso l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, delegata dal RUP dott.ssa Elisabetta Zambonin
Teste	dott.ssa Michela D'Aniello – Assistente amministrativo presso l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Teste e Segretario	dott.ssa Angela Pascale - Assistente amministrativo presso l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Il Presidente ricorda che nella seconda seduta del 21.01.2025 si è provveduto ad attivare il soccorso istruttorio nei confronti degli OO.EE.:

- MEDICAL CENTER PRODUCTION;
- BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD;
- SURGIKA S.R.L.;
- BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.;
- D.O.R.C. ITALY S.R.L.;
- BETATEX S.P.A.;
- CARL ZEISS S.P.A.;
- MEDIBERG S.R.L.;
- U.JET S.R.L.

In relazione a quanto sopra si evidenzia:

1. MEDICAL CENTER PRODUCTION

Con nota prot. n. 6533 del 24.01.2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID 195791731), è stato attivato il soccorso istruttorio con richiesta:

- di trasmettere la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione dalla Stazione Appaltante come previsto dall'art. 15.1 del Disciplinare di gara.

Il Presidente rileva che, con nota ID 195874044 del 27 gennaio 2025, l'O.E. ha trasmesso la DGUE Response in formato xml.

La documentazione amministrativa della suddetta ditta risulta pertanto completa e regolare.

Il Seggio di gara ammette, pertanto, l'O.E. *MEDICAL CENTER PRODUCTION* al prosieguo della



gara.

2. **BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD**

Con nota prot. n. 6572 del 24.01.2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (195787043), è stato attivato il soccorso istruttorio con richiesta:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, dichiarato nel DGUE, di dettagliare in merito all'oggetto dei contratti elencati.

Il Presidente rileva che, con nota ID 195805865 del 24 gennaio 2025, l'O.E., con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, ha dettagliato in merito all'oggetto dei contratti elencati.

Il Seggio di gara accerta la sussistenza del requisito di capacità tecnica e professionale.

La documentazione amministrativa della suddetta ditta risulta pertanto completa e regolare.

Il Seggio di gara ammette, pertanto, l'O.E. *BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD* al prosieguo della gara.

3. **SURGIKA S.R.L.**

Con nota prot. n. 6535 del 24.01.2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID 195788259), è stato attivato il soccorso istruttorio con richiesta di:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, dichiarato nel DGUE, di dettagliare in merito all'oggetto dei contratti elencati;
- di dettagliare la violazione di imposte e tasse in relazione agli avvisi bonari e/o cartelle esattoriali citati nel DGUE e relativi pagamenti rateizzati e/o pagati.

Il Presidente rileva che con nota ID 196025696 del 29 gennaio 2027, l'O.E.:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, ha dettagliato in merito all'oggetto dei contratti elencati;
 - il Seggio di gara accerta la sussistenza del requisito di capacità tecnica e professionale;
- con riferimento alla violazione di imposte e tasse, il seggio di gara prende atto che la ditta ha dichiarato che le violazioni definitivamente accertate, indicate nel DGUE, sono state rateizzate e pagate entro i termini e ha trasmesso copia degli atti "Comunicazioni delle somme dovute", le rateizzazioni dei pagamenti e le conferme di pagamento.

La documentazione amministrativa della suddetta ditta risulta pertanto completa e regolare.

Il Seggio di gara ammette, pertanto, l'O.E. *SURGIKA S.R.L.* al prosieguo della gara.

4. **BAUSCH & LOMB IOM SPA**

Con nota prot. n. 6574 del 24.01.2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID195786937), è stato attivato il soccorso istruttorio con richiesta:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di dettagliare in merito all'oggetto dei contratti elencati e per l'anno 2021 di dettagliare l'importo dalla data richiesta dal bando ovvero dal 25.10.2021.

Il Presidente rileva che con nota ID 195900683 del 27 gennaio 2025, l'O.E., relativamente al requisito di capacità tecnico professionale, ha dettagliato in merito all'oggetto dei contratti elencati e per l'anno 2021 non ha dettagliato l'importo dalla data richiesta dal bando ovvero dal 25.10.2021. Si rileva tuttavia che trattasi di chiarimento non essenziale e che l'importo complessivo dichiarato per le forniture effettuate nel periodo dal 01.01.2022 al 24.10.2024 soddisfa ampiamente il requisito di capacità tecnica e professionale minimo richiesto pari ad € 2.105.086,50 = (IVA esclusa) per il Lotto 1 – 3 – 4.

La documentazione amministrativa della suddetta ditta risulta pertanto completa e regolare.

Il Seggio di gara ammette, pertanto, l'O.E. *BAUSCH & LOMB IOM SPA* al prosieguo della gara.

5. **D.O.R.C. ITALY S.R.L.**

Con nota prot. n. 6521 del 24.01.2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID 195787474), è stato attivato il soccorso istruttorio con richiesta:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di dettagliare l'importo dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 25.10.2021 al 24.10.2024) e l'oggetto dei contratti.



Il Presidente rileva che, con nota ID 1959998101 del 28 gennaio 2025, l'O.E., con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, ha dettagliato per l'anno 2021 l'importo e l'oggetto dei contratti elencati dalla data richiesta dal bando (ovvero triennio dal 25.10.2021 al 24.10.2024).

Il Seggio di gara accerta la sussistenza del requisito di capacità tecnica e professionale.

La documentazione amministrativa della suddetta ditta risulta pertanto completa e regolare.

Il Seggio di gara ammette, pertanto, l'O.E. *D.O.R.C. ITALY S.R.L* al prosieguo della gara.

6. BETATEX S.P.A.

Con nota prot. n. 6576 del 24.01.2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID 195787135), è stato attivato il soccorso istruttorio con richiesta:

- di trasmettere la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione dalla Stazione Appaltante come previsto dall'art. 15.1 del Disciplinare di gara.

Il Presidente rileva che, con nota ID 195868891 del 27 gennaio 2025, l'O.E. ha trasmesso la DGUE Response in formato xml.

La documentazione amministrativa della suddetta ditta risulta pertanto completa e regolare.

Il Seggio di gara ammette, pertanto, l'O.E. *BETATEX S.P.A* al prosieguo della gara.

7. CARL ZEISS S.P.A

Con nota prot. n. 6540 del 24.01.2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID 195787215), è stato attivato il soccorso istruttorio con richiesta:

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di dettagliare l'oggetto dei contratti elencati.

Il Presidente rileva che, con nota ID 196115837 del 30 gennaio 2025, l'O.E., con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, ha dettagliato l'oggetto dei contratti elencati.

La documentazione amministrativa della suddetta ditta risulta pertanto completa e regolare.

Il Seggio di gara ammette, pertanto, l'O.E. *CARL ZEISS S.P.A* al prosieguo della gara.

8. MEDIBERG S.R.L

Con nota prot. n. 6526 del 24.01.2025, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID 195788198), è stato attivato il soccorso istruttorio con richiesta:

- di presentare, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario, o - in alternativa - copia della marca da bollo da € 16,00 in formato pdf..

Il Presidente rileva che, con nota ID 195791132 del 24 gennaio 2025, l'O.E. ha trasmesso copia della marca da bollo da € 16,00 in formato pdf.

La documentazione amministrativa della suddetta ditta risulta pertanto completa e regolare.

Il Seggio di gara ammette, pertanto, l'O.E. *MEDIBERG S.R.L.* al prosieguo della gara.

9. U.JET S.R.L.

Con nota prot. n. 93080 del 17.10.2024, trasmessa tramite l'area "Comunicazioni procedura" (ID 195788311), è stato attivato il soccorso istruttorio con richiesta di:

- trasmettere il DGUE relativo all'Operatore Economico U.Jet s.r.l. debitamente compilato e firmato digitalmente;

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale di fornire chiarimenti in merito agli importi dei contratti elencati.

Il Presidente rileva che, con nota ID 195975250 del 28 gennaio 2025, l'O.E.:

- ha trasmesso la DGUE Response della ditta U.Jet s.r.l. in formato xml e pdf a partire dalla Request messa a disposizione dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara;

- con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale, ha dettagliato l'importo dei contratti elencati dalla data richiesta dal bando ovvero 25.10.2021 al 24.10.2024.

Il Seggio di gara accerta la sussistenza del requisito di capacità tecnica e professionale.

La documentazione amministrativa della suddetta ditta risulta pertanto completa e regolare.

Il Seggio di gara ammette, pertanto, l'O.E. *U.JET S.R.L.* al prosieguo della gara.



La seduta si chiude alle ore 12:30.

Il presente verbale composto da n. 4 pagine, è letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: f.to dott.ssa Elisabetta Berno

Il teste: f.to dott.ssa Michela D'Aniello

Il segretario verbalizzante: f.to dott.ssa Angela Pascale



Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
C.F. e P. IVA 00913430245

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA VITRECTOMIA E FACOEMULSIFICAZIONE CON DISPOSITIVI MEDICI E STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO, SUDDIVISA IN N. 5 LOTTI. GARA 2024-240-BAS

CIG LOTTO 1: B3F74C2AC9; LOTTO 2: B3F74C3B9C; LOTTO 3: B3F74C4C6F; LOTTO 4: F74C5D42; LOTTO 5: B3F74C6E15

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE
1ª SEDUTA del 11.02.2025

Il giorno 11 febbraio 2025 alle ore 14:00 si è riunita presso la sala riunioni della palazzina uffici piano -1 P.O. Bassano la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto.

La Commissione giudicatrice, nominata con delibera n. 246 del 07.02.2025, risulta così composta:

PRESIDENTE: dr.ssa Giovanna Pilotto, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia;

COMPONENTI: dr.ssa Alessandra De Gregorio, Dirigente medico U.O.C. Oculistica P.O. Bassano;

p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica;

SEGRETARIO: dott.ssa Angela Pascale, Assistente Amministrativo U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

Il Presidente ricorda che, tramite la piattaforma Sintel, hanno presentato offerta e sono state ammesse alla fase di valutazione della documentazione tecnica, come da verbale agli atti, le seguenti ditte:

	DITTE	LOTTO
1	MEDICAL CENTER PRODUCTION	5
2	BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD	5
3	SURGIKA S.R.L.	5
4	BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	1 -3 - 4
5	ALCON ITALIA S.P.A.	1
6	AMO ITALY S.R.L.	2 - 4
7	D.O.R.C. ITALY S.R.L.	1 - 4
8	BETATEX S.P.A.	5
9	CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO	2
10	MEDIBERG S.R.L.	5
11	TECNOFTALMICA S.R.L.	5
12	U.JET S.R.L.	5

I suddetti componenti dichiarano, come da note agli atti, di non aver cause d'incompatibilità.



Il Presidente rammenta che l'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Descrizione	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

L'attribuzione dei 70 punti qualità previsti saranno assegnati valutando le caratteristiche dell'offerta tecnica delle ditte concorrenti sulla base dei seguenti criteri indicati dall'art. 19.1 del disciplinare di gara:

Lotto 1 Sistemi per interventi di chirurgia vitreo-retinica con facovitrectomo in noleggio

	Criteri/elementi di valutazione	Tipologia	Punteggio Massimo
1	Ergonomia e semplicità nella preparazione	D	7
2	Efficienza di taglio e aspirazione del vitrectomo	D	15
3	Efficienza di facoemulsificazione del manipolo ultrasuoni	D	5
4	Efficienza del modulo endolaser	D	3
5	Caratteristiche del sistema di illuminazione: sorgenti luminose indipendenti presenti così da poter connettere più fibre monouso, efficienza e qualità del modulo luci, possibilità di filtrare la luce	D	7
6	Modulo vitrectomia: n. tagli/minuto	D	10
7	Caratteristiche del Pedale multifunzione: tecnologia (wireless, cavo), possibilità di programmazione e configurazione dei tasti in ogni fase dell'intervento chirurgico, controllo laser	D	5
8	Efficienza di trocar con valvola	D	10
9	Caratteristiche del Cannello d'infusione	D	5
10	Punta faco per micro incisione	D	3



Lotto 2 Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica da 2.2 mm. o tecnica standard idoneo anche per tutoraggio

	Criteri di valutazione	Tipologia	Punteggio Massimo
1	Ergonomia, facilità d'uso dell'apparecchiatura e interfaccia grafica dei comandi	D	2
2	Efficienza del vitrectomo anteriore	D	3
3	Caratteristiche tecniche degli accessori: Manipoli U/S a bassissima lesività intraoculare, gestione delle emissioni in continuo o micropulsato, pedale wireless e facilità d'uso del doppio lineare con particolare riferimento alle migliorie ed innovazioni tecnologiche	D	15
4	Efficienza di facoemulsificazione del manipolo U/S	D	15
5	Stabilità della camera anteriore	D	17
6	Infusione / aspirazione	D	8
7	Caratteristiche tecniche generali dell'apparecchiatura: sistema di aspirazione, modulo ad ultrasuoni, possibilità eventuale di infusione pressurizzata	D	10

Lotto 3 Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica con microincisione da 1.8 mm. o inferiore, mininvasiva.

	Criteri di valutazione	Tipologia	Punteggio Massimo
1	Ergonomia, facilità d'uso dell'apparecchiatura e interfaccia grafica dei comandi	D	2
2	Efficienza del vitrectomo anteriore	D	3
3	Caratteristiche tecniche degli accessori: Manipoli U/S a bassissima lesività intraoculare, gestione delle emissioni in continuo o micropulsato, pedale wireless e facilità d'uso del doppio lineare	D	15
4	Efficienza di facoemulsificazione del manipolo U/S	D	15
5	Stabilità della camera anteriore	D	17
6	Infusione / aspirazione	D	8



7	Caratteristiche tecniche generali dell'apparecchiatura: sistema di aspirazione, modulo ad ultrasuoni, possibilità eventuale di infusione pressurizzata	D	10
---	--	---	----

Lotto 4 Manipolo monouso per incisioni.

	Criteri di valutazione	Tipologia	Punteggio Massimo
1	Facilità di ingresso della punta in camera anteriore	D	15
2	Ergonomia del manipolo	D	5
3	Facilità di attacco dei tubi al manipolo luer lock	D	15
4	Velocità e facilità nell'asportazione dello sleeve con possibilità di regolazione della fuoriuscita della punta per utilizzo in doppia via	D	15
5	Efficienza dell'aspirazione	D	15
6	Facilità di apertura della confezione	D	5

Lotto 5 Dispositivi custom pack per intravitale e custom pack per microincisione

	Criteri di valutazione	Tipologia	Punteggio Massimo
1	Assenza di pelucchi	D	15
2	Facilità di apertura	D	5
3	Efficienza di taglio dei bisturi	D	12
4	Facilità di chiusura e apertura del sistema di sicurezza del bisturi	D	15
5	Sicurezza della stabilità del contenuto durante l'apertura	D	3
6	Caratteristiche tecniche generali del custom-pack, con particolare riferimento alla sicurezza dell'imballaggio che garantisca la sterilità	D	20

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua per ciascun lotto un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42/70.

Attribuzione dei punteggi

I giudizi verranno espressi dalla Commissione Giudicatrice secondo la seguente scala di valutazione:



Livello definizione	Analisi	Coefficiente
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	1,00
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,80
Discreto	Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,60
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,40
Scarso	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,20
Non classificabile	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,00

Il segretario di Commissione procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte presentate. La Commissione prende visione del capitolato speciale d'appalto e inizia l'esame congiunto della documentazione tecnica e viste le schede tecniche presentate dalle ditte concorrenti incarica il segretario della Commissione, come previsto dall'art. 12 del disciplinare di gara, di chiedere alle 7 ditte partecipanti del Lotto 5 di trasmettere la campionatura e di convocare le ditte per la prova visione delle attrezzature e relativi dispositivi per i Lotti 1-2-3-4 incaricando a tal fine la dr.ssa Alessandra De Gregorio secondo il seguente calendario:

	DITTE	LOTTO	data e ora prova visione attrezzatura
1	BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	1 - 3 - 4	10.03.2025 ore 8:00
2	ALCON ITALIA S.P.A.	1	12.03.2025 ore 8:00
3	AMO ITALY S.R.L.	2 - 4	14.03.2025 ore 8:00
4	D.O.R.C. ITALY S.R.L.	1 - 4	14.03.2025 ore 8:00
5	CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO	2	12.03.2025 ore 8:00

La Commissione stabilisce, quindi, di riunirsi il 04 aprile alle ore 14.00 per proseguire l'esame delle offerte tecniche.

La seduta viene chiusa alle ore 15.30.

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine è letto, è approvato e sottoscritto:

Il Presidente: F.to Dr.ssa Giovanna Pilotto

Componente: F.to Dr. ssa Alessandra De Gregorio

Componente: F.to p.i. Paolo Zaltron

Il segretario: F.to Dott.ssa Angela Pascale

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

2ª seduta del 04.04.2025

Il giorno 04 aprile 2025 alle ore 14:00, in modalità telematica, si è riunita al completo in seduta riservata la Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica, presentata dalle ditte partecipanti alla procedura di gara.

Il Presidente, riconosciuta validamente costituita la Commissione, dichiara aperta la seduta.

Con riferimento al Lotto 5 la Commissione prende atto che come da richieste inviate tramite funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma procedura SINTEL risulta pervenuta la campionatura richiesta presso l’U.O.C. Farmacia del P.O. di Santorso via Garziere n. 42, 36014 Santorso (VI), come segue:

DITTE	DDT
MEDICAL CENTER PRODUCTION	n. 114 del 21.02.2025
BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD	n. 29280 del 17.02.2025
SURGIKA S.R.L.	n. 613 del 24.02.2025
BETATEX S.P.A.	n. 60/4 del 25.02.2025
MEDIBERG S.R.L.	n. 77/c del 26.02.2025
TECNOFTALMICA S.R.L.	n. 882/25 del 20.02.2025
U.JET S.R.L.	n. 16/E del 24.02.2025

Con riferimento ai Lotti 1 - 2 - 3 - 4 la Commissione prende atto che tramite la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma SINTEL sono state convocate le ditte per la prova/visione delle attrezzature e dei dispositivi offerti come segue:

DITTE	LOTTO	data e ora prova visione	Specialist	DDT
BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	1 - 3 - 4	10.03.2025 ore 8:00	Fabio Traversoni	n. MI126_03.03.2025 n. MI138_06.03.2025
ALCON ITALIA S.P.A.	1	12.03.2025 ore 8:00	Alessandra Orsini	n. 1630398406_07.03.2025
AMO ITALY S.R.L.	2 - 4	14.03.2025 ore 8:00 rimandata al 21.03.2025 ore 8:00	Alessia Ius	n. 32/25FG_12.03.2025
D.O.R.C. ITALY S.R.L.	1 - 4	14.03.2025 ore 8:00 rimandata al 21.03.2025 ore 8:00	Emilio Testa Laura Moroni	n. 02ET_10.03.2025
CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO	2	12.03.2025 ore 8:00	Federica Ierullo e Fabio Canali	n. 5830257188_28.02.2025



Gli specialist di prodotto delle suddette ditte, nella dimostrazione/prova visione delle attrezzature e dispositivi, hanno provveduto ad illustrare dapprima le caratteristiche, la funzionalità e le modalità d'uso delle apparecchiature come da schede tecniche presentate in offerta e successivamente con esame diagnostico su paziente.

La Dr. ssa Alessandra De Gregorio riferisce sullo svolgimento delle prove pratiche dei sistemi proposti per i Lotti 1 – 2 – 3 – 4.

La Commissione prende atto degli esiti delle prove pratiche eseguite dalla dr.ssa Alessandra De Gregorio. La Commissione conclude l'esame congiunto della documentazione tecnica e dopo approfondita discussione passa ad attribuire unanimemente le seguenti valutazioni e punteggi per singolo criterio.

Lotto 1: Sistemi per interventi di chirurgia vitreo-retinica con facovitrectomo in noleggio

Ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Ergonomia e semplicità nella preparazione	L'interfaccia grafica dell'apparecchiatura è risultata chiara ed intuitiva con i comandi facilmente modificabili e tutte le informazioni necessarie presenti a schermo. L'esecuzione del priming veloce ed intuitiva anche per procedure combinate. Il vassoio porta strumenti è dotato di tasca regolabile per consentire un'ergonomica disposizione degli strumenti e del manipolo faco anche in posizione verticale. Lo strumento è risultato particolarmente ergonomico per il ridotto ingombro a terra e per la facilità di spostamento e bloccaggio anche in condizioni di sterilità del personale. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	7
2. Efficienza di taglio e aspirazione del vitrectomo	Il vitrectomo Bi-blade è risultato particolarmente efficiente nel taglio del vitreo a tutte le frequenze impostate. Il sistema consente di applicare valori minimi di aspirazione senza necessità di modificare il setting consentendo l'avvicinamento alla retina periferica in estrema sicurezza ed efficienza, aspirazione lineare dal valore zero al valore massimo di 660 mmhg. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	15
3. Efficienza di facoemulsificazione del manipolo ultrasuoni	Il modulo di facoemulsificazione ha mostrato una ottima efficacia sia in cataratte standard che in cataratte mature e consistenti, senza necessità di aumentare la potenza di erogazione degli ultrasuoni. Il modulo lavorando a bassa frequenza (28,5 khz) consente di lavorare senza ledere il tunnel d'accesso e l'endotelio corneale. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera	1,00	5



	ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO		
4. Efficienza del modulo endolaser	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	3
5. Caratteristiche del sistema di illuminazione: sorgenti luminose indipendenti presenti così da poter connettere più fibre monouso, efficienza e qualità del modulo luci, possibilità di filtrare la luce	Il sistema di illuminazione è dotato di una doppia sorgente luminosa con controllo indipendente, xenon/xenon o xenon/mercurio-xenon. Questa configurazione permette di connettere più fibre monouso e di avere un controllo differenziato sulle sorgenti luminose. Presenza di filtri colore giallo, ambra e verde per visualizzare porzioni anatomiche diverse. In particolare il filtro ambra consente una riduzione dell'abbagliamento durante gli scambi con aria consentendo di visualizzare il liquido residuo al fine di una perfetta asciugatura della retina. Il filtro verde consente di evidenziare con decisione l'azione del colorante tissutale al fine di una più semplice rimozione delle membrane epiretinali e della (ILM) membrana limitante interna. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	7
6. Modulo vitrectomia: n. tagli/minuto	Il sistema offre una vitrectomia pneumatica ad alta velocità fino a 7.500 tagli al minuto e con il sistema bi-blade si raggiungono fino a 15.000 tagli al minuto. I vitrectomi Bi-Blade consentono tagli da 60 a 15.000 tagli al minuto con strumenti 23G, 25G e 27G. Il sistema è in grado di eseguire interventi di vitrectomia 23G, 25G e 27G. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	8
7. Caratteristiche del Pedale multifunzione: tecnologia (wireless, cavo), possibilità di programmazione e configurazione dei tasti in ogni fase dell'intervento chirurgico, controllo laser	Il pedale è risultato ergonomico e di facile utilizzo: multifunzione wireless con doppio controllo lineare e attivazione laser integrato. Il pedale presenta una pedaliera centrale con posizioni di controllo sul movimento verticale ed orizzontale. Il modulo ultrasuoni offre un doppio controllo lineare per tutte le modalità. L'attivazione laser è integrata nel pedale con il solo movimento di sollevamento e abbassamento dello sportello di protezione che evita accidentali emissioni dello stesso laser. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	5



8. Efficienza di trocar con valvola	Il sistema di trocar risulta buono in termini di tenuta e affilatura, garantisce una buona efficienza di ingresso senza applicare eccessive pressioni esterne durante l'inserimento. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	8
9. Caratteristiche del Cannello d'infusione	Il cannello d'infusione risulta ottimo, stabile, facile da posizionare ed intuitivo in termini di ancoraggio avendo forma ad imbuto. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	5
10. Punta faco per micro incisione	La punta faco presenta una forma svasata che consente di minimizzare il traumatismo legato all'ingresso ed uscita del tunnel. Il peculiare restringimento della punta nella porzione dello stelo garantisce un adeguato flusso di irrigazione anche a valori di aspirazione estremamente elevati. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	3
Totale			66,00

Ditta ALCON S.P.A.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Ergonomia e semplicità nella preparazione	L'interfaccia grafica della soluzione proposta è risultata non intuitiva con difficile riconoscimento dei comandi da modificare; il vassoio è eccessivamente ingombrante. Lo strumento risulta spostabile con difficoltà dal personale di sala in condizioni di sterilità con un ingombro eccessivo. La preparazione dell'apparecchiatura per il priming risulta lunga e non intuitiva. Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: SCARSO	0,20	1,40
2. Efficienza di taglio e aspirazione del vitrectomo	La capacità di aspirazione e taglio sono risultate discrete in generale. Ad alti valori di taglio si è evidenziata una non corrispondente efficiente linearità dell'aspirazione. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO	0,60	9
3. Efficienza di facoemulsificazione del manipolo ultrasuoni	Il modulo di facoemulsificazione risulta scarso data l'alta frequenza degli ultrasuoni utilizzati. Tutto ciò si traduce in eccessiva dissipazione con danno tissutale sia del tunnel d'accesso che nella maggiore perdita di cellule endoteliali determinando quindi l'estremizzazione della potenza degli ultrasuoni con rischi chirurgici. Proposta limitata, poco dettagliata,	0,20	1



	molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: SCARSO		
4. Efficienza del modulo endolaser	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1	3
5. Caratteristiche del sistema di illuminazione: sorgenti luminose indipendenti presenti così da poter connettere più fibre monouso, efficienza e qualità del modulo luci, possibilità di filtrare la luce	Il sistema gestisce 4 uscite adattabili alle applicazioni. Non sono presenti filtri colorati. L'assenza di tali filtri colorati riduce notevolmente la possibilità di individuazione delle membrane. Proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: SUFFICIENTE	0,40	2,80
6. Modulo vitrectomia: n. tagli/minuto	Il sistema offre una vitrectomia pneumatica ad alta velocità fino a 10.000 tagli al minuto, e con il sistema bi-blade si raggiungono fino a 20.000 tagli al minuto. I vitrectomi Bi-Blade consentono le piattaforme 23G, 25G e 27G. Il sistema è in grado di eseguire interventi di vitrectomia 23G, 25G e 27G. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	10
7. Caratteristiche del Pedale multifunzione: tecnologia (wireless, cavo), possibilità di programmazione e configurazione dei tasti in ogni fase dell'intervento chirurgico, controllo laser	Il sistema è dotato di un pedale senza la possibilità della modalità doppio lineare simultaneo, e per l'utilizzo del laser presenta un altro pedale separato. Entrambi i pedali non sono wireless. Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: SCARSO	0,20	1
8. Efficienza di trocar con valvola	Il sistema di trocar risulta buono in termini di tenuta e affilatura che garantisce una buona efficienza di ingresso senza applicare eccessive pressioni esterne durante l'inserimento. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	8
9. Caratteristiche del Cannello d'infusione	Il sistema di trocar risulta ottimale per posizionamento e ancoraggio. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	5



10. Punta faco per micro incisione	La punta faco, a causa del suo design, non è risultata ottimale per la tecnica microincisionale. La holdability non è risultata ottimale. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO.	0,60	1,80
Totale			43,00

Ditta D.O.R.C. ITALY S.R.L

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Ergonomia e semplicità nella preparazione	L'interfaccia grafica della soluzione proposta è risultata poco intuitiva con una non perfetta facilità nell'immediato riconoscimento dei comandi da modificare; il vassoio, non munito di tasca, non consente la disposizione in verticale e si palesa in termini di ridotta ergonomia per la separazione dei vari elementi con rischio di sovrapposizione degli stessi. Lo strumento risulta spostabile con difficoltà dal personale di sala in condizioni di sterilità. Proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: SUFFICIENTE	0,40	2,80
2. Efficienza di taglio e aspirazione del vitrectomo	Il sistema ha evidenziato una discreta efficienza nel taglio. A bassi valori di aspirazione mostra una non perfetta corrispondenza tra escursione del pedale e capacità di aspirazione. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO.	0,60	9
3. Efficienza di facoemulsificazione del manipolo ultrasuoni	Il modulo di facoemulsificazione risulta appena sufficiente data l'alta frequenza degli ultrasuoni che si traduce in eccessiva dissipazione con danno tissutale sia del tunnel d'accesso che nella maggiore perdita di cellule endoteliali determinando l'estremizzazione della potenza degli ultrasuoni con rischi chirurgici. Proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: SUFFICIENTE	0,40	2
4. Efficienza del modulo endolaser	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	3
5. Caratteristiche del sistema di illuminazione: sorgenti luminose indipendenti presenti così da poter connettere più fibre monouso, efficienza e qualità del modulo luci, possibilità di filtrare la luce	Il modulo di illuminazione è risultato sufficiente per la visualizzazione dei dettagli retinici. Si segnala però la possibilità di selezionare solamente gradazioni di filtro giallo, non consente di migliorare la visione sotto aria e durante il peeling delle membrane. Proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: SUFFICIENTE	0,40	2,80
6. Modulo vitrectomia: n. tagli/minuto	Il sistema offre una vitrectomia pneumatica ad alta velocità fino a 8.000 TPM, e con il sistema bi-blade si raggiungono fino a 16.000 tagli al minuto. Possibilità di	0,80	8



	piattaforme 23G, 25G e 27G. Il sistema è in grado di eseguire interventi di vitrectomia 23G, 25G e 27G: Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO.		
7. Caratteristiche del Pedale multifunzione: tecnologia (wireless, cavo), possibilità di programmazione e configurazione dei tasti in ogni fase dell'intervento chirurgico, controllo laser	Il sistema è dotato di un pedale integrato con la funzione laser multifunzione wireless con doppio controllo lineare. Il pedale presenta una pedaliera centrale con posizioni di controllo sul movimento verticale ed orizzontale. Il modulo ultrasuoni offre un doppio controllo lineare per tutte le modalità. Lo stesso pedale, utilizzato sia per le fasi chirurgiche che per l'utilizzo del laser, non risulta facile all'uso per la presenza di una fascia metallica che sovrasta il pedale stesso. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	4
8. Efficienza di trocar con valvola	Il sistema di trocar risulta discreto in termini di tenuta e di inserimento dimostrando una certa resistenza all'ingresso. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO.	0,60	6
9. Caratteristiche del Cannello d'infusione	Il cannello di infusione risulta buono ma poco intuitivo nell'ancoraggio e nella constatazione del corretto inserimento in situ. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	4
10. Punta faco per micro incisione	La punta faco seppur presentando una forma flared non previene lo scalino tra punta e sleeve traducendosi in un maggior rischio di danneggiamento del tunnel e dell'endotelio. L'holdability non è risultata ottimale. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO.	0,60	1,80
		Totale	43,40

Lotto 2: Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica da 2.2 mm. o tecnica standard idoneo anche per tutoraggio.

Ditta AMO ITALY S.R.L.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Ergonomia, facilità d'uso dell'apparecchiatura e interfaccia grafica dei comandi	Buona ergonomia, facilità d'uso e interfaccia grafica anche se non innovativa. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	1,60
2. Efficienza del vitrectomo anteriore	Buona efficienza del vitrectomo anteriore (potenza di taglio programmabile fino a 2.500 tagli/min). Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	2,40
3. Caratteristiche tecniche degli accessori: Manipoli U/S a	Le caratteristiche tecniche visionate sulle schede sono buone in tutte le funzioni. Doppia pompa Venturi/Peristaltica con vuoto da 0 a 650 mmHg.	0,80	12



bassissima lesività intraoculare, gestione delle emissioni in continuo o micropulsato, pedale wireless e facilità d'uso del doppio lineare con particolare riferimento alle migliorie ed innovazioni tecnologiche	Selezione non automatizzata della potenza dell'emissione degli Ultrasuoni con opzioni di erogazione di potenza continua, a impulsi o burst. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO		
4. Efficienza di facoemulsificazione del manipolo U/S	L'efficienza del manipolo ad ultrasuoni si è dimostrata discretamente adeguata alle esigenze del chirurgo. Selezione non automatizzata della potenza dell'emissione degli Ultrasuoni con opzioni di erogazione di potenza continua, a impulsi o burst. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO.	0,60	9
5. Stabilità della camera anteriore	La camera anteriore ha dimostrato una sufficiente stabilità durante la chirurgia. Proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: SUFFICIENTE	0,40	6,80
6. Infusione / aspirazione	Il Sistema Infusione/aspirazione risulta sufficiente nell'holdability e foldability delle masse catarattose. Proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: SUFFICIENTE	0,40	3,20
7. Caratteristiche tecniche generali dell'apparecchiatura: sistema di aspirazione, modulo ad ultrasuoni, possibilità eventuale di infusione pressurizzata	Le caratteristiche tecniche visionate sulle schede sono buone in tutte le funzioni. Il Sistema di Visione è caratterizzato da un doppio sistema di aspirazione con una pompa peristaltica (flusso 0-60 ml/min, vuoto 0-650 mmHg, Pump rump 10-100%, controllo lineare o fisso) e una pompa Venturi (Rotary Vane Pump alimentata da compressore interno, vuoto fino a 600 mmHg, controllo della fluidica con 5 settaggi di Pump Rump). È presente una selezione della potenza US (Lineare o Pannello/ 0-100%) e le opzioni di erogazione (continua, a impulsi o burst). Utilizza il Manipolo ultrasuoni con tecnologia che combina movimenti trasversali e longitudinali. Il Sistema è dotato di un sistema di irrigazione passiva per gravità attraverso asta portabottiglia regolabile in altezza (0-106 cm) o pressurizzata. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,8	8
Totale			43,00

Ditta CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Ergonomia, facilità d'uso dell'apparecchiatura e	Ottima ergonomia, facilità d'uso ed interfaccia grafica. Molto innovativo con display touch screen da 24" FULL HD, integrabile con vari sistemi e microscopi che permette la visualizzazione dei dati del paziente, della lente	1,00	2



interfaccia grafica dei comandi	intraoculare e dell'intervento dal monitor del facoemulsificatore. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO		
2. Efficienza del vitrectomo anteriore	Ottima efficienza del vitrectomo anteriore (Potenza di taglio da 30 - 5000 tagli/min). Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	3
3. Caratteristiche tecniche degli accessori: Manipoli U/S a bassissima lesività intraoculare, gestione delle emissioni in continuo o micropulsato, pedale wireless e facilità d'uso del doppio lineare con particolare riferimento alle migliorie ed innovazioni tecnologiche	Le caratteristiche tecniche visionate sulle schede tecniche sono ottime in tutte le funzioni. Pompa unica che controlla sia l'infusione che l'aspirazione. POD (Power on Demand) che consente l'attivazione degli ultrasuoni quando la punta è completamente occlusa, ottimizzando la quantità di ultrasuoni emessa, utile per il tutoraggio. APM (Automated Programmable Modulation) modulazione automatica delle diverse modalità di emissione degli ultrasuoni: Continuo, Burst, Multiburst, Pulsato. Collegamento in rete con possibilità di prima diagnosi di eventuali problematiche della macchina e gestione da remoto. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	15
4. Efficienza di facoemulsificazione del manipolo U/S	L'efficienza del manipolo ad ultrasuoni si è dimostrata ottima e molto adeguata alle esigenze del chirurgo. Diverse modalità di emissione degli ultrasuoni: Continuo, Burst, Multiburst, Pulsato, con controllo automatizzato APM (Automated Programmable Modulation) POD (Power on Demand) che consente l'attivazione degli ultrasuoni quando la punta è completamente occlusa, ottimizzando la quantità di ultrasuoni emessa utile per il tutoraggio. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	15
5. Stabilità della camera anteriore	La camera anteriore ha dimostrato una ottima stabilità durante la chirurgia. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	17
6. Infusione / aspirazione	Il sistema di Infusione/aspirazione risulta ottimo nell'holdability e foldability delle masse catarattose. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	8
7. Caratteristiche tecniche generali	Le caratteristiche tecniche visionate sulle schede sono ottime in tutte le funzioni. Il facoemulsificatore controlla	1,00	10



dell'apparecchiatura: sistema di aspirazione, modulo ad ultrasuoni, possibilità eventuale di infusione pressurizzata	in modo diretto e simultaneo sia l'infusione che l'aspirazione, compensando attivamente il surge e i leakage. L'irrigazione e l'aspirazione sono comandate in maniera simmetrica e sincrona da un'unica pompa, minimizzando il ritardo nella risposta di compensazione. I parametri di aspirazione possono essere impostati e visualizzati in due modi: Flusso controllato (tipo peristaltica) con range 0-120 cc/min e controllo lineare o fisso, e Vuoto controllato (tipo venturi) con impostazione e visualizzazione solo in termini di pressione del vuoto. Il facoemulsificatore offre diverse modalità ultrasuoni (Continuo, Pulsato, Burst singolo, Burst Multiplo, Burst continuo) e la modalità APM per minimizzare l'uso di ultrasuoni. Il comando della funzione Ultrasuoni è disponibile in tre modalità: Lineare, Fissa e Doppio Lineare. L'apparecchio gestisce l'irrigazione attraverso due modalità selezionabili: il facoemulsificatore controllata, dove il sistema adatta la pressione di irrigazione alla pressione di aspirazione mantenendo l'IOP costante, e Infusione forzata, dove il sistema fornisce una pressione di irrigazione costante indipendente dall'aspirazione. L'altezza dell'asta porta bottiglia è fissa. Pertanto offre una modalità di infusione forzata che implica una pressione costante. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO		
Totale			70,00

Lotto 3: Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica con microincisione da 1.8 mm. o inferiore, mininvasiva.

Ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Ergonomia, facilità d'uso dell'apparecchiatura e interfaccia grafica dei comandi	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	2
2. Efficienza del vitrectomo anteriore	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	3
3. Caratteristiche tecniche degli accessori: Manipoli U/S a bassissima lesività intraoculare, gestione delle emissioni in continuo o micropulsato, pedale	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	15



wireless e facilità d'uso del doppio lineare			
4. Efficienza di facoemulsificazione del manipolo U/S	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	15
5. Stabilità della camera anteriore	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	17
6. Infusione / aspirazione	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	8
7. Caratteristiche tecniche generali dell'apparecchiatura: sistema di aspirazione, modulo ad ultrasuoni, possibilità eventuale di infusione pressurizzata	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	10
Totale			70,00

Lotto 4: Manipolo monouso per incisioni
Ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Facilità di ingresso della punta in camera anteriore	Ottima facilità di ingresso della punta in camera anteriore. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	15
2. Ergonomia del manipolo	Presente impugnatura zigrinata che consente un'ottima presa del manipolo. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	5
3. Facilità di attacco dei tubi al manipolo luer lock	Ottima facilità di attacco dei tubi al manipolo luer lock. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	15
4. Velocità e facilità nell'asportazione dello sleeve con possibilità di regolazione della fuoriuscita della punta per utilizzo in doppia via	Ottima velocità e facilità nell'asportazione dello sleeve con possibilità di regolazione della fuoriuscita della punta per utilizzo in doppia via. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	15
5. Efficienza dell'aspirazione	Ottima efficienza dell'aspirazione. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera	1,00	15



	complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO		
6. Facilità di apertura della confezione	Ottima facilità di apertura della confezione. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	5
Totale			70,00

Ditta AMO ITALY S.R.L.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Facilità di ingresso della punta in camera anteriore	Discreta facilità di ingresso della punta in camera anteriore. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO.	0,60	9
2. Ergonomia del manipolo	Presente impugnatura liscia che consente una discreta presa del manipolo. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO	0,60	3
3. Facilità di attacco dei tubi al manipolo luer lock	Buona facilità di attacco dei tubi al manipolo luer lock. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	12
4. Velocità e facilità nell'asportazione dello sleeve con possibilità di regolazione della fuoriuscita della punta per utilizzo in doppia via	Buona velocità e facilità nell'asportazione dello sleeve con possibilità di regolazione della fuoriuscita della punta per utilizzo in doppia via. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	12
5. Efficienza dell'aspirazione	Scarsa efficienza dell'aspirazione. Il forellino di aspirazione della tip si trova distante dall'estremità distale non consentendo una efficiente e sicura aspirazione delle masse corticali subincisionali. Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: SCARSO	0,20	3
6. Facilità di apertura della confezione	Ottima facilità di apertura della confezione. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	5
Totale			44,00

Ditta D.O.R.C. ITALY S.R.L.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Facilità di ingresso della punta in camera anteriore	Discreta facilità di ingresso della punta in camera anteriore. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO	0,60	9
2. Ergonomia del manipolo	Presente impugnatura liscia che consente una discreta presa del manipolo. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO	0,60	3



3. Facilità di attacco dei tubi al manipolo luer lock	Buona facilità di attacco dei tubi al manipolo luer lock. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	12
4. Velocità e facilità nell'asportazione dello sleeve con possibilità di regolazione della fuoriuscita della punta per utilizzo in doppia via	Buona velocità e facilità nell'asportazione dello sleeve con possibilità di regolazione della fuoriuscita della punta per utilizzo in doppia via. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	12
5. Efficienza dell'aspirazione	Scarsa efficienza dell'aspirazione. Il forellino di aspirazione della tip si trova distante dall'estremità distale non consentendo una efficiente e sicura aspirazione delle masse corticali subincisionali. Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: SCARSO	0,20	3
6. Facilità di apertura della confezione	Ottima facilità di apertura della confezione. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	5
Totale			44,00

Lotto 5: Dispositivi custom pack per intravitale e custom pack per microincisione
Ditta MEDICAL CENTER PRODUCTION

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Assenza di pelucchi	Buona assenza di pelucchi. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	12
2. Facilità di apertura	Buona facilità di apertura. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	4
3. Efficienza di taglio dei bisturi	Discreta efficienza di taglio dei bisturi. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO	0,60	7,20
4. Facilità di chiusura e apertura del sistema di sicurezza dei bisturi	Non risulta presente la protezione di sicurezza antitaglio della punta: NON CLASSIFICABILE	0,00	0
5. Sicurezza della stabilità del contenuto durante l'apertura	Sufficiente sicurezza della stabilità del contenuto durante l'apertura. Proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: SUFFICIENTE	0,40	1,20
6. Caratteristiche tecniche generali del custom-pack, con particolare riferimento alla sicurezza dell'imballaggio che garantisca la sterilità	Scarse caratteristiche tecniche generali del custom-pack, con particolare riferimento alla sicurezza dell'imballaggio che garantisca la sterilità. Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: SCARSO	0,20	4
Totale			28,40


Ditta BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Assenza di pelucchi	Ottima assenza di pelucchi. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	15
2. Facilità di apertura	Ottima facilità di apertura. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	5
3. Efficienza di taglio dei bisturi	Ottima efficienza di taglio dei bisturi. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	12
4. Facilità di chiusura e apertura del sistema di sicurezza del bisturi	Ottima facilità di chiusura e apertura del sistema di sicurezza del bisturi. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	15
5. Sicurezza della stabilità del contenuto durante l'apertura	Ottima sicurezza della stabilità del contenuto durante l'apertura. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	3
6. Caratteristiche tecniche generali del custom-pack, con particolare riferimento alla sicurezza dell'imballaggio che garantisca la sterilità	Ottimo caratteristiche tecniche generali del custom-pack, con particolare riferimento alla sicurezza dell'imballaggio che garantisca la sterilità. Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: OTTIMO	1,00	20
Totale			70,00

Ditta SURGIKA S.R.L.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Assenza di pelucchi	Buona assenza di pelucchi. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	12
2. Facilità di apertura	Buona facilità di apertura. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	4
3. Efficienza di taglio dei bisturi	Discreta efficienza di taglio dei bisturi. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO	0,60	7,20



4. Facilità di chiusura e apertura del sistema di sicurezza del bisturi	Discreta facilità di chiusura e apertura del sistema di sicurezza del bisturi. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO	0,60	9
5. Sicurezza della stabilità del contenuto durante l'apertura	Buona sicurezza della stabilità del contenuto durante l'apertura. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	2,40
6. Caratteristiche tecniche generali del custom-pack, con particolare riferimento alla sicurezza dell'imballaggio che garantisca la sterilità	Discrete caratteristiche tecniche generali del custom-pack, con particolare riferimento alla sicurezza dell'imballaggio che garantisca la sterilità. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO	0,60	12
Totale			46,60

Ditta BETATEX S.P.A.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Assenza di pelucchi	Buona assenza di pelucchi. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	12
2. Facilità di apertura	Buona facilità di apertura. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	4
3. Efficienza di taglio dei bisturi	Discreta efficienza di taglio dei bisturi. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO	0,60	7,20
4. Facilità di chiusura e apertura del sistema di sicurezza del bisturi	Scarsa facilità di chiusura e apertura del sistema di sicurezza del bisturi. Presente il sistema di protezione antitaglio ma difficoltà di apertura e chiusura non one hand. Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.: SCARSO	0,20	3
5. Sicurezza della stabilità del contenuto durante l'apertura	Buona sicurezza della stabilità del contenuto durante l'apertura. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	2,40
6. Caratteristiche tecniche generali del custom-pack, con particolare riferimento alla sicurezza dell'imballaggio che garantisca la sterilità	Buona caratteristiche tecniche generali del custom-pack, con particolare riferimento alla sicurezza dell'imballaggio che garantisca la sterilità. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	16
Totale			44,60

Ditta MEDIBERG S.R.L.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Assenza di pelucchi	Buona assenza di pelucchi. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	12



2. Facilità di apertura	Buona facilità di apertura. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	4
3. Efficienza di taglio dei bisturi	Buona efficienza di taglio dei bisturi. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	9,60
4. Facilità di chiusura e apertura del sistema di sicurezza del bisturi	Scarsa facilità di chiusura e apertura del sistema di sicurezza del bisturi. Presente il sistema di protezione antitaglio ma difficoltà di apertura e chiusura non one hand. Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: SCARSO	0,20	3
5. Sicurezza della stabilità del contenuto durante l'apertura	Discreta sicurezza della stabilità del contenuto durante l'apertura. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO	0,60	1,80
6. Caratteristiche tecniche generali del custom-pack, con particolare riferimento alla sicurezza dell'imballaggio che garantisca la sterilità	Discrete caratteristiche tecniche generali del custom-pack, con particolare riferimento alla sicurezza dell'imballaggio che garantisca la sterilità. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO	0,60	12
Totale			42,40

Ditta TECNOFTALMICA S.R.L

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Assenza di pelucchi	Buona assenza di pelucchi. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	12
2. Facilità di apertura	Buona facilità di apertura. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	4
3. Efficienza di taglio dei bisturi	Discreta efficienza di taglio dei bisturi. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO	0,60	7,20
4. Facilità di chiusura e apertura del sistema di sicurezza del bisturi	Discreta facilità di chiusura e apertura del sistema di sicurezza del bisturi. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO	0,60	9
5. Sicurezza della stabilità del contenuto durante l'apertura	Discreta sicurezza della stabilità del contenuto durante l'apertura. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO	0,60	1,80
6. Caratteristiche tecniche generali del custom-pack, con particolare riferimento alla	Discrete Caratteristiche tecniche generali del custom-pack, con particolare riferimento alla sicurezza dell'imballaggio che garantisca la sterilità. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta	0,60	12



sicurezza dell'imballaggio che garantisca la sterilità	agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO		
Totale			46,00

Ditta U.JET S.R.L.

CRITERI	ANALISI	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
1. Assenza di pelucchi	Buona Assenza di pelucchi. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	12
2. Facilità di apertura	Buona facilità di apertura. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	4
3. Efficienza di taglio dei bisturi	Buona efficienza di taglio dei bisturi. Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: BUONO	0,80	9,60
4. Facilità di chiusura e apertura del sistema di sicurezza del bisturi	Scarsa facilità di chiusura e apertura del sistema di sicurezza del bisturi. Presente il sistema di protezione antitaglio ma difficoltà di apertura e chiusura non one hand. Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: SCARSO	0,20	3
5. Sicurezza della stabilità del contenuto durante l'apertura	Discreta sicurezza della stabilità del contenuto durante l'apertura. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO	0,60	1,80
6. Caratteristiche tecniche generali del custom-pack, con particolare riferimento alla sicurezza dell'imballaggio che garantisca la sterilità	Discrete caratteristiche tecniche generali del custom-pack, con particolare riferimento alla sicurezza dell'imballaggio che garantisca la sterilità. Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti: DISCRETO	0,60	12
Totale			42,40

Al termine dei lavori la Commissione prende atto che ne deriva la seguente situazione finale:

Lotto 1 - Sistemi per interventi di chirurgia vitreo-retinica con facovitrectomo in noleggio

	Criterio	punteggio max punti 70	BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	ALCON S.P.A.	D.O.R.C. ITALY S.R.L.
1	Ergonomia e semplicità nella preparazione	7	7	1,40	2,80
2	Efficienza di taglio e aspirazione del vitrectomo	15	15	9	9
3	Efficienza di facoemulsificazione del manipolo ultrasuoni	5	5	1	2
4	Efficienza del modulo endolaser	3	3	3	3



	Criterio	punteggio max punti 70	BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	ALCON S.P.A.	D.O.R.C. ITALY S.R.L.
5	Caratteristiche del sistema di illuminazione: sorgenti luminose indipendenti presenti così da poter connettere più fibre monouso, efficienza e qualità del modulo luci, possibilità di filtrare la luce	7	7	2,80	2,80
6	Modulo vitrectomia: n. tagli/minuto	10	8	10	8
7	Caratteristiche del Pedale multifunzione: tecnologia (wireless, cavo), possibilità di programmazione e configurazione dei tasti in ogni fase dell'intervento chirurgico, controllo laser	5	5	1	4
8	Efficienza di trocar con valvola	10	8	8	6
9	Caratteristiche del Cannello d'infusione	5	5	5	4
10	Punta faco per micro incisione	3	3	1,80	1,80
Totale punteggio			66,00	43,00	43,40

Tutte le offerte hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.

Lotto 2 - Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica da 2.2 mm. o tecnica standard idoneo anche per tutoraggio.

	Criterio	punteggio max punti 70	AMO ITALY S.R.L.	CARL ZEISS S.P.A.
1	Ergonomia, facilità d'uso dell'apparecchiatura e interfaccia grafica dei comandi	2	1,60	2
2	Efficienza del vitrectomo anteriore	3	2,40	3
3	Caratteristiche tecniche degli accessori: Manipoli U/S a bassissima lesività intraoculare, gestione delle emissioni in continuo o micropulsato, pedale wireless e facilità d'uso del doppio lineare	15	12	15
4	Efficienza di facoemulsificazione del manipolo U/S	15	9	15
5	Stabilità della camera anteriore	17	6,80	17
6	Infusione / aspirazione	8	3,20	8
7	Caratteristiche tecniche generali dell'apparecchiatura: sistema di aspirazione, modulo ad ultrasuoni, possibilità eventuale di infusione pressurizzata	10	8	10
Totale punteggio			43,00	70,00

Tutte le offerte hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.

Lotto 3: Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica con microincisione da 1.8 mm. o inferiore, mininvasiva.



	Criterio	punteggio max punti 70	BAUSCH & LOMB IOM S.P.A
1	Ergonomia, facilità d'uso dell'apparecchiatura e interfaccia grafica dei comandi	2	2
2	Efficienza del vitrectomo anteriore	3	3
3	Caratteristiche tecniche degli accessori: Manipoli U/S a bassissima lesività intraoculare, gestione delle emissioni in continuo o micropulsato, pedale wireless e facilità d'uso del doppio lineare	15	15
4	Efficienza di facoemulsificazione del manipolo U/S	15	15
5	Stabilità della camera anteriore	17	17
6	Infusione / aspirazione	8	8
7	Caratteristiche tecniche generali dell'apparecchiatura: sistema di aspirazione, modulo ad ultrasuoni, possibilità eventuale di infusione pressurizzata	10	10
Totale punteggio			70,00

L'offerta ha raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, viene ammessa all'apertura delle offerte economiche.

Lotto 4: Manipolo monouso per incisioni

	Criterio	punteggio max punti 70	BAUSCH & LOMB IOM S.P.A	AMO ITALY S.R.L.	D.O.R.C. ITALY S.R.L
1	Facilità di ingresso della punta in camera anteriore	15	15	9	9
2	Ergonomia del manipolo	5	5	3	3
3	Facilità di attacco dei tubi al manipolo luer lock	15	15	12	12
4	Velocità e facilità nell'asportazione dello sleeve con possibilità di regolazione della fuoriuscita della punta per utilizzo in doppia via	15	15	12	12
5	Efficienza dell'aspirazione	15	15	3	3
6	Facilità di apertura della confezione	5	5	5	5
Totale punteggio			70,00	44,00	44,00

Tutte le offerte hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.


Lotto 5: Dispositivi custom pack per intravitale e custom pack per microincisione

	Criterio	punteggio max punti 70	MEDICAL CENTER PRODUCT ION	BEAVER VISITEC INTERNA TIONAL SALES LTD	SURGIKA S.R.L.	BETATEX S.P.A.	MEDIBERG S.R.L.	TECNOFT ALMICA S.R.L.	UJET S.R.L.
1	Assenza di pelucchi	15	12	15	12	12	12	12	12
2	Facilità di apertura	5	4	5	4	4	4	4	4
3	Efficienza di taglio dei bisturi	12	7,20	12	7,20	7,20	9,60	7,20	9,60
4	Facilità di chiusura e apertura del sistema di sicurezza del bisturi	15	0	15	9	3	3	9	3
5	Sicurezza della stabilità del contenuto durante l'apertura	3	1,20	3	2,40	2,40	1,80	1,80	1,80
6	Caratteristiche e tecniche generali del custom-pack, con particolare riferimento alla sicurezza dell'imballaggio che garantisca la sterilità	20	4	20	12	16	12	12	12
Totale punteggio			28,40	70,00	46,60	44,60	42,40	46,00	42,40

Le offerte delle ditte BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD, SURGIKA S.R.L., BETATEX S.P.A., MEDIBERG S.R.L., TECNOFTALMICA S.R.L. e UJET S.R.L. hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.

La ditta MEDICAL CENTER PRODUCTION non ha raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima) e pertanto non è ammessa all'apertura delle offerte economiche.

La Commissione ricorda che qualora la migliore offerta non raggiunga il massimo punteggio qualità di 70 punti si procederà, per le offerte che avranno raggiunto il punteggio minimo sopra indicato, alla riparametrizzazione, assegnando 70 punti all'offerta con il punteggio assoluto più alto; agli altri concorrenti verranno assegnati punteggi direttamente proporzionali sulla base della seguente formula:

$$PQ_x = 70 * PT_x / PTMA_x$$

Dove:

$$PQ_x = \text{Punteggio qualità assegnato al concorrente}$$



70 = costante (punteggio massimo previsto per la qualità dagli atti di gara)

PTx = Punteggio qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica del concorrente

PTMAx = Punteggio qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica che ha ricevuto il miglior punteggio tra le offerte tecniche ammesse in gara.

La Commissione procede, pertanto, alla riparametrazione del punteggio relativo al Lotto 1 da cui risulta quanto segue:

Lotto 1 - Sistemi per interventi di chirurgia vitreo-retinica con facovitrectomo in noleggio	BAUSCH & LOMB IOM S.P.A. Punteggio iniziale 66/70	ALCON S.P.A. Punteggio iniziale 43/70	D.O.R.C. ITALY S.R.L Punteggio iniziale 43,40/70
Totale punteggio riparametrato	70,00	45,61	46,03

Alle ore 16:30 si concludono i lavori e termina la seduta.

Il presente verbale, composto da n. 21 pagine è letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente:

F.to Dr.ssa Giovanna Pilotto

Componente:

F.to Dr. dr.ssa Alessandra De Gregorio

Componente:

F.to p.i. Paolo Zaltron

Il segretario:

F.to Dott.ssa Angela Pascale



Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
C.F. e P. IVA 00913430245

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA VITRECTOMIA E FACOEMULSIFICAZIONE CON DISPOSITIVI MEDICI E STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO, SUDDIVISA IN N. 5 LOTTI. GARA 2024-240-BAS

CIG LOTTO 1: B3F74C2AC9; LOTTO 2: B3F74C3B9C; LOTTO 3: B3F74C4C6F; LOTTO 4: B3F74C5D42; LOTTO 5: B3F74C6E15

VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

Il giorno 17 aprile 2025 alle ore 11:00 si è riunita in videoconferenza la Commissione Giudicatrice, per procedere all'apertura delle offerte economiche presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto, nominata con delibera n. 246 del 07.02.2025 e composta come segue:

PRESIDENTE: dr.ssa Giovanna Pilotto, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia;

COMPONENTI: dr.ssa Alessandra De Gregorio, Dirigente medico U.O.C. Oculistica P.O. Bassano;
 p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S.
 Ingegneria Clinica;

SEGRETARIO: dott.ssa Angela Pascale, Assistente Amministrativo U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura dei punteggi qualità attribuiti dalla Commissione Giudicatrice a seguito della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti nelle sedute riservate in data 11.02.2025 e in data 04.04.2025 di seguito riportati:

Lotto 1 - Sistemi per interventi di chirurgia vitreo-retinica con facovitrectomo in noleggio

	Criterio	punteggio max punti 70	BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	ALCON S.P.A.	D.O.R.C. ITALY S.R.L
1	Ergonomia e semplicità nella preparazione	7	7	1,40	2,80
2	Efficienza di taglio e aspirazione del vitrectomo	15	15	9	9
3	Efficienza di facoemulsificazione del manipolo ultrasuoni	5	5	1	2
4	Efficienza del modulo endolaser	3	3	3	3
5	Caratteristiche del sistema di illuminazione: sorgenti luminose indipendenti presenti così da poter connettere più fibre monouso, efficienza e qualità del modulo luci, possibilità di filtrare la luce	7	7	2,80	2,80



	Criterio	punteggio max punti 70	BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	ALCON S.P.A.	D.O.R.C. ITALY S.R.L
6	Modulo vitrectomia: n. tagli/minuto	10	8	10	8
7	Caratteristiche del Pedale multifunzione: tecnologia (wireless, cavo), possibilità di programmazione e configurazione dei tasti in ogni fase dell'intervento chirurgico, controllo laser	5	5	1	4
8	Efficienza di trocar con valvola	10	8	8	6
9	Caratteristiche del Cannello d'infusione	5	5	5	4
10	Punta faco per micro incisione	3	3	1,80	1,80
Totale punteggio			66,00	43,00	43,40

Tutte le offerte hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.

Punteggi riparametrati:

	BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	ALCON S.P.A.	D.O.R.C. ITALY S.R.L
Totale punteggio riparametrato	70,00	45,61	46,03

Lotto 2 - Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica da 2.2 mm. o tecnica standard idoneo anche per tutoraggio.

	Criterio	punteggio max punti 70	AMO ITALY S.R.L.	CARL ZEISS S.P.A.
1	Ergonomia, facilità d'uso dell'apparecchiatura e interfaccia grafica dei comandi	2	1,60	2
2	Efficienza del vitrectomo anteriore	3	2,40	3
3	Caratteristiche tecniche degli accessori: Manipoli U/S a bassissima lesività intraoculare, gestione delle emissioni in continuo o micropulsato, pedale wireless e facilità d'uso del doppio lineare	15	12	15
4	Efficienza di facoemulsificazione del manipolo U/S	15	9	15
5	Stabilità della camera anteriore	17	6,80	17
6	Infusione / aspirazione	8	3,20	8
7	Caratteristiche tecniche generali dell'apparecchiatura: sistema di aspirazione, modulo ad ultrasuoni, possibilità eventuale di infusione pressurizzata	10	8	10
Totale punteggio			43,00	70,00



Tutte le offerte hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.

Lotto 3: Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggior per tecnica con microincisione da 1.8 mm. o inferiore, mininvasiva.

	Criterio	punteggio max punti 70	BAUSCH & LOMB IOM S.P.A
1	Ergonomia, facilità d'uso dell'apparecchiatura e interfaccia grafica dei comandi	2	2
2	Efficienza del vitrectomo anteriore	3	3
3	Caratteristiche tecniche degli accessori: Manipoli U/S a bassissima lesività intraoculare, gestione delle emissioni in continuo o micropulsato, pedale wireless e facilità d'uso del doppio lineare	15	15
4	Efficienza di facoemulsificazione del manipolo U/S	15	15
5	Stabilità della camera anteriore	17	17
6	Infusione / aspirazione	8	8
7	Caratteristiche tecniche generali dell'apparecchiatura: sistema di aspirazione, modulo ad ultrasuoni, possibilità eventuale di infusione pressurizzata	10	10
Totale punteggio			70,00

L'offerta ha raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, viene ammessa all'apertura dell'offerta economica.

Lotto 4: Manipolo monouso per incisioni

	Criterio	punteggio max punti 70	BAUSCH & LOMB IOM S.P.A	AMO ITALY S.R.L.	D.O.R.C. ITALY S.R.L
1	Facilità di ingresso della punta in camera anteriore	15	15	9	9
2	Ergonomia del manipolo	5	5	3	3
3	Facilità di attacco dei tubi al manipolo luer lock	15	15	12	12
4	Velocità e facilità nell'asportazione dello sleeve con possibilità di regolazione della fuoriuscita della punta per utilizzo in doppia via	15	15	12	12
5	Efficienza dell'aspirazione	15	15	3	3
6	Facilità di apertura della confezione	5	5	5	5
Totale punteggio			70,00	44,00	44,00

Tutte le offerte hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.


Lotto 5: Dispositivi custom pack per intravitale e custom pack per microincisione

	Criterio	punteggio max punti 70	MEDICAL CENTER PRODUCTI ON	BEAVER VISITEC INTERNA TIONAL SALES LTD	SURGIKA S.R.L.	BETATEX S.P.A.	MEDIBERG S.R.L.	TECNOFT ALMICA S.R.L.	UJET S.R.L.
1	Assenza di pelucchi	15	12	15	12	12	12	12	12
2	Facilità di apertura	5	4	5	4	4	4	4	4
3	Efficienza di taglio dei bisturi	12	7,20	12	7,20	7,20	9,60	7,20	9,60
4	Facilità di chiusura e apertura del sistema di sicurezza del bisturi	15	0	15	9	3	3	9	3
5	Sicurezza della stabilità del contenuto durante l'apertura	3	1,20	3	2,40	2,40	1,80	1,80	1,80
6	Caratteristiche tecniche generali del custom-pack, con particolare riferimento alla sicurezza dell'imballaggio che garantisca la sterilità	20	4	20	12	16	12	12	12
Totale punteggio			28,40	70,00	46,60	44,60	42,40	46,00	42,40

Le offerte delle ditte BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD, SURGIKA S.R.L., BETATEX S.P.A., MEDIBERG S.R.L., TECNOFTALMICA S.R.L. e UJET S.R.L. hanno raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima), previsto dal disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse all'apertura delle offerte economiche.

La ditta MEDICAL CENTER PRODUCTION non ha raggiunto il punteggio minimo di 42/70 punti (c.d. soglia minima) e pertanto non è ammessa all'apertura delle offerte economiche.

Il Presidente ricorda che il punteggio economico attribuito alle offerte economiche verrà determinato secondo la seguente formula:

$$Pa = P_{max} \times \frac{P_{min}}{Po}$$

Dove si intende:

Pa = Punteggio da assegnare all'offerta in considerazione
P_{max} = punteggio economico massimo assegnabile (30 punti)
P_{min} = prezzo più basso offerto in gara



Po = prezzo offerto dal singolo concorrente

Qualora la migliore offerta non raggiunga il massimo punteggio qualità di 70 punti si procederà, per le offerte che avranno raggiunto il punteggio minimo sopra indicato, alla **riparametrizzazione**, assegnando 70 punti all'offerta con il punteggio assoluto più alto; agli altri concorrenti verranno assegnati punteggi direttamente proporzionali sulla base della seguente formula:

$$PQ_x = 70 * PT_x / PTMA_x$$

Dove:

PQ_x = Punteggio qualità assegnato al concorrente

70 = costante (punteggio massimo previsto per la qualità dagli atti di gara)

PT_x = Punteggio qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica del concorrente

$PTMA_x$ = Punteggio qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica che ha ricevuto il miglior punteggio tra le offerte tecniche ammesse in gara.

La Commissione accede, quindi, alla piattaforma Sintel per l'esercizio delle proprie funzioni mediante le credenziali del segretario verbalizzante e procede all'apertura della "busta telematica" contenente l'offerta economica delle ditte concorrenti.

Il Presidente ricorda altresì che, come previsto dall'art. 17 del Disciplinare di gara, sono inammissibili le offerte che superino gli importi complessivi per singolo lotto a base d'asta per 36 mesi.

Il Presidente procede a dare lettura delle offerte economiche delle ditte di seguito riportate:

Lotto 1 - Sistemi per interventi di chirurgia vitreo-retinica con facovitrectomo in noleggio per l'importo triennale a base d'asta di € 570.936,00 (IVA esclusa)

Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	520.305,00 €	30,00	70,00	100,00
D.O.R.C. ITALY S.R.L.	564.770,00 €	27,64	46,03	73,67
ALCON S.P.A.	570.548,94 €	27,36	45,61	72,97

La Commissione rileva che l'offerta della ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A. risulta sospetta di anomalia in base al criterio stabilito dall'art. 26 del Capitolato d'oneri, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara.

Lotto 2 - Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica da 2.2 mm. o tecnica standard idoneo anche per tutoraggio per l'importo triennale a base d'asta di € 368.984,40 (IVA esclusa)

Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
CARL ZEISS S.P.A.	358.734,00 €	30,00	70,00	100,00
AMO ITALY S.R.L.	365.685,00 €	29,43	43,00	72,43

La Commissione rileva che l'offerta della ditta CARL ZEISS S.P.A. risulta sospetta di anomalia in base al criterio stabilito dall'art. 26 del Capitolato d'oneri, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara.

Lotto 3 - Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica con microincisione da 1.8 mm. o inferiore, mininvasiva per l'importo triennale a base d'asta di € 607.455,00 (IVA esclusa).



Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	605.100,00 €	30,00	70,00	100,00

La Commissione rileva che l'offerta della ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A. risulta sospetta di anomalia in base al criterio stabilito dall'art. 26 del Capitolato d'oneri, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara.

Lotto 4 - Manipolo monouso per incisioni per l'importo triennale a base d'asta di € 225.000,00 (IVA esclusa).

Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	224.850,00 €	28,82	70,00	98,82
AMO ITALY S.R.L.	216.000,00 €	30,00	44,00	74,00
D.O.R.C. ITALY S.R.L.	217.500,00 €	29,79	44,00	73,79

La Commissione rileva che l'offerta della ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A. risulta sospetta di anomalia in base al criterio stabilito dall'art. 26 del Capitolato d'oneri, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara.

Lotto 5 - Dispositivi custom pack per intravitale e custom pack per microincisione per l'importo triennale a base d'asta di € 561.510,00 (IVA esclusa).

Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD	547.200,00 €	27,20	70,00	97,20
TECNOFTALMICA S.R.L.	504.000,00 €	29,53	46,00	75,53
SURGIKA S.R.L.	524.250,00 €	28,39	46,60	74,99
BETATEX S.P.A.	501.060,00 €	29,70	44,60	74,30
U.JET S.R.L.	496.061,40 €	30,00	42,40	72,40
MEDIBERG S.R.L.	548.190,00 €	27,15	42,40	69,55

La Commissione rileva che l'offerta della ditta BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD risulta sospetta di anomalia in base al criterio stabilito dall'art. 26 del Capitolato d'oneri, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, risultano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara.

Il Presidente dispone di trasmettere il presente verbale e la documentazione al RUP – Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica per il seguito di competenza.

La seduta viene chiusa alle ore 12:00.

Il presente verbale, composto da n. 6 pagine, è letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: F.to Dr.ssa Giovanna Pilotto

Componente: F.to Dr. dr.ssa Alessandra De Gregorio

Componente: F.to p.i. Paolo Zaltron

Il segretario: F.to Dott.ssa Angela Pascale

Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
C.F. e P. IVA 00913430245

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LA VITRECTOMIA E FACOEMULSIFICAZIONE CON DISPOSITIVI MEDICI E STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO, SUDDIVISA IN N. 5 LOTTI. GARA 2024-240-BAS

CIG LOTTO 1: B3F74C2AC9; LOTTO 2: B3F74C3B9C; LOTTO 3: B3F74C4C6F; LOTTO 4:F74C5D42; LOTTO 5: B3F74C6E15

VERBALE DI GARA
Prima seduta riservata verifica congruità offerta

Il giorno 18.04.2025 alle ore 9.30, presso l'Ufficio del Direttore UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica situato presso la Palazzina Uffici Amministrativi del Distretto 1 Bassano, Via dei Lotti, 40 - Bassano del Grappa (VI), sono presenti, in seduta riservata, la dott.ssa Elisabetta Zambonin, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, in qualità di RUP e la Commissione Giudicatrice nominata con delibera n. 246 del 07.02.2025 così composta:

PRESIDENTE: dr.ssa Giovanna Pilotto, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia;

COMPONENTI: dr.ssa Alessandra De Gregorio, Dirigente medico U.O.C. Oculistica P.O. Bassano;

p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica;

SEGRETARIO: dott.ssa Angela Pascale, Assistente Amministrativo U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

per procedere alla verifica della congruità delle offerte sospette di anomalia presentate dalle ditte prime classificate nelle graduatorie della procedura in oggetto.

Il RUP prende visione del verbale della Commissione Giudicatrice di valutazione delle offerte economiche del 17.4.2025 da cui risulta che le offerte di seguito riportate risultano sospette di anomalia in quanto, come previsto dall'art. 24 del Disciplinare, presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, entrambi pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di gara.

Lotto 1 - Sistemi per interventi di chirurgia vitreo-retinica con facovitrectomo in noleggio per l'importo triennale a base d'asta di € 570.936,00 (IVA esclusa).

Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	520.305,00 €	30	70	100

Il RUP accerta che la ditta sopracitata ha compilato l'Allegato 5 al Disciplinare di Gara denominato "Modello Offerta economica", già predisposto dalla Stazione Appaltante, che attesta la scomposizione dei costi dell'offerta tra le varie voci e precisamente:

Voci di costo	Valore voce di costo	Incidenza percentuale sul prezzo offerto
Spese gen	364.213,50 €	70%
costo trasporto	26.015,25 €	5%
logistica	20.812,20 €	4%
oneri sicurezza	10.406,10 €	2%
lavoro	41.624,40 €	8%
trasferta	10.406,10 €	2%
utile	18.210,68 €	3,5%
altro	28.616,78 €	5,5%
Totale Prezzo offerto	520.305,00 €	100%

COSTO DEL PERSONALE - CCNL CHIMICO FARMACEUTICO					
	Tariffa Oraria	Ore lavorate TOT	Ore lavorate mese	Costo mensile per qualifica	Costo 36 mesi
Specialist1	86,54 €	191	5	458,94 €	16.521,80 €
Specialist2	86,54 €	191	5	458,94 €	16.521,80 €
AT	76,92 €	39	1	82,37 €	2.965,45 €
CS	46,15 €	92	3	117,68 €	4.236,36 €
Tender	57,69 €	37	1	58,84 €	2.118,18 €
TOTALE		549	15	1.176,77 €	42.363,60 €

Il RUP, al fine di procedere alla verifica di cui all'art. 110 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023, ritiene di acquisire ulteriori elementi chiedendo alla ditta sopracitata di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.

Lotto 2 - Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica da 2.2 mm. o tecnica standard idoneo anche per tutoraggio per l'importo triennale a base d'asta di € 368.984,40 (IVA esclusa).

Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
CARL ZEISS S.P.A.	358.734,00 €	30,00	70,00	100,00

Il RUP accerta che la ditta CARL ZEISS S.P.A. ha prodotto nella busta economica una dichiarazione che riporta la scomposizione dei costi dell'offerta tra le varie voci:

Voci di costo	Valore voce di costo	Incidenza percentuale sul prezzo offerto
costo merce	225.475,00 €	62,8530
organizzazione	65.361,33 €	18,2200

costo personale	40.536,94 €	11,3000
marketing	5.739,74 €	1,6000
trasporto	286,99 €	0,0800
utile	17.936,70 €	5,0000
costi sicurezza	1.793,67 €	0,5000
manodopera	1.603,62 €	0,4470

Nella suddetta dichiarazione viene altresì evidenziato l'applicazione del trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Commercio al personale dipendente.

Il RUP, al fine di procedere alla verifica di cui all'art. 110 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023, ritiene di acquisire ulteriori elementi chiedendo alla ditta sopracitata di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.

Lotto 3 - Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica con microincisione da 1.8 mm. o inferiore, mininvasiva per l'importo triennale a base d'asta di € 607.455,00 (IVA esclusa).

Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	605.100,00 €	30,00	70,00	100,00

Il RUP accerta che la ditta sopracitata ha compilato l'Allegato 5 al Disciplinare di Gara denominato "Modello Offerta economica", già predisposto dalla Stazione Appaltante, che attesta la scomposizione dei costi dell'offerta tra le varie voci e precisamente:

Voci di costo	Valore voce di costo	Incidenza percentuale sul prezzo offerto
Spese gen	423.570,00 €	70%
costo trasporto	30.255,00 €	5%
logistica	24.204,00 €	4%
oneri sicurezza	12.102,00 €	2%
lavoro	48.408,00 €	8%
trasferta	12.102,00 €	2%
utile	21.178,50 €	3,5%
altro	33.280,50 €	5,5%
Totale Prezzo offerto	605.100,00 €	100%

COSTO DEL PERSONALE - CCNL CHIMICO FARMACEUTICO					
	Tariffa Oraria	Ore lavorate TOT	Ore lavorate mese	Costo mensile per qualifica	Costo 36 mesi
Specialist1	86,54 €	191	5	458,94 €	16.521,80 €
Specialist2	86,54 €	191	5	458,94 €	16.521,80 €
AT	76,92 €	39	1	82,37 €	2.965,45 €
CS	46,15 €	92	3	117,68 €	4.236,36 €
Tender	57,69 €	37	1	58,84 €	2.118,18 €
TOTALE		549	15	1.176,77 €	42.363,60 €

Il RUP, al fine di procedere alla verifica di cui all'art. 110 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023, ritiene di acquisire ulteriori elementi chiedendo alla ditta sopracitata di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta. Si rimanda a tale proposito alle giustificazioni indicate a titolo esemplificativo all'art. 110 comma 3 del D. Lgs 36/2023 e successive eventuali modifiche.

Lotto 4: Manipolo monouso per incisioni per l'importo triennale a base d'asta di € 225.000,00 (IVA esclusa).

Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
BAUSCH & LOMB IOM S.P.A.	224.850,00 €	28,82	70	98,82

Il RUP accerta che la ditta sopracitata ha compilato l'Allegato 5 al Disciplinare di Gara denominato "Modello Offerta economica", già predisposto dalla Stazione Appaltante, che attesta la scomposizione dei costi dell'offerta tra le varie voci e precisamente:

Voci di costo	Valore voce di costo	Incidenza percentuale sul prezzo offerto
Spese gen	157.395,00 €	70%
costo trasporto	11.242,50 €	5%
logistica	8.994,00 €	4%
oneri sicurezza	4.497,00 €	2%
lavoro	17.988,00 €	8%
trasferta	4.497,00 €	2%
utile	7.869,75 €	3,5%
altro	12.366,75 €	5,5%
Totale Prezzo offerto	224.850,00 €	100%

Il RUP, al fine di procedere alla verifica di cui all'art. 110 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023, ritiene di acquisire ulteriori elementi chiedendo alla ditta sopracitata di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta.

Lotto 5: Dispositivi custom pack per intravitale e custom pack per microincisione per l'importo triennale a base d'asta di € 561.510,00 (IVA esclusa).

Fornitore	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD	547.200,00 €	27,20	70,00	97,20

Il RUP accerta che la ditta sopracitata ha compilato l'Allegato 5 al Disciplinare di Gara denominato "Modello Offerta economica", già predisposto dalla Stazione Appaltante, che attesta la scomposizione dei costi dell'offerta tra le varie voci e precisamente:

Voci di costo	Valore voce di costo	Incidenza percentuale sul prezzo offerto
Spese generali d'azienda	142.080,48 €	25,965%
costi della sicurezza	246,24 €	0,045%

costo del lavoro	33.816,96 €	6,180%
costi di trasferta e missione personale	8.755,20 €	1,600%
costi di approvvigionamento materie prime	345.885,12 €	63,210%
utile d'impresa	16.416,00 €	3,000%
Totale Prezzo offerto	547.200,00 €	100,000%

Il RUP, al fine di procedere alla verifica di cui all'art. 110 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023, ritiene di acquisire ulteriori elementi chiedendo alla ditta sopracitata di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta. Si rimanda a tale proposito alle giustificazioni indicate a titolo esemplificativo all'art. 110 comma 3 del D. Lgs 36/2023 e successive eventuali modifiche.

La seduta si chiude alle ore 10:00.

VERBALE DI GARA **Seconda seduta riservata verifica congruità offerta**

Il giorno 19.05.2025 alle ore 9.30, presso l'Ufficio del Direttore UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica situato presso la Palazzina Uffici Amministrativi del Distretto 1 Bassano, Via dei Lotti, 40 - Bassano del Grappa (VI), sono presenti, in seduta riservata, la dott.ssa Elisabetta Zambonin, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, in qualità di RUP e la Commissione Giudicatrice nominata con delibera n. 246 del 07.02.2025 e composta come segue:

PRESIDENTE: dr.ssa Giovanna Pilotto, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia;

COMPONENTI: dr.ssa Alessandra De Gregorio, Dirigente medico U.O.C. Oculistica P.O. Bassano;

p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica;

SEGRETARIO: dott.ssa Angela Pascale, Assistente Amministrativo U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

per procedere alla verifica dei giustificativi della congruità delle offerte sospette di anomalia presentate dalle ditte prime classificate nelle graduatorie della procedura in oggetto come segue:

Lotto 1 - Sistemi per interventi di chirurgia vitreo-retinica con facovitrectomo in noleggio per l'importo triennale a base d'asta di € 570.936,00 (IVA esclusa).

Il RUP dà atto che con nota prot. n. 38396 del 23.04.2025, inviata a mezzo l'area comunicazioni di Sintel, è stato richiesto alla ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A. di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare gli importi complessivi delle forniture offerte, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta entro il termine del 07.05.2025.

Si rileva inoltre che la ditta ha dato riscontro con nota ID Sintel n. 200572564 del 24.04.2025, presentando la medesima scomposizione dei costi di cui all'allegato 5 al Disciplinare di Gara denominato "Modello Offerta economica".

Pertanto, con successiva nota prot. n. 41908 del 07.05.2025 è stato richiesto di fornire esaustiva spiegazione in merito alle altre voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo della fornitura offerta e precisamente:

- costo del personale;
- costo del carburante;

- spese generali;
- altri costi.

Il RUP prende atto che il concorrente ha fornito, con risposta ID Sintel n. 201176877, il dettaglio delle voci di costo come segue:

Voci di costo Dettaglio	
Spese gen	Costo del prodotto incluso costi relativi alle parti di ricambio
costo trasporto	Spese sostenute per consegnare la merce dal nostro magazzino agli ospedali di pertinenza
logistica	Costo affitto spazi magazzino e movimentazione merce
oneri sicurezza	Costi sostenuti per adempiere alle normative sulla sicurezza vigenti
lavoro	Costo del personale impiegato nella fornitura in oggetto
trasferta	Costo delle trasferte del personale coinvolto nella fornitura in oggetto
altro	Tutto ciò sopra non descritto (spese bancarie/tasse gare ed oneri vari)

Il RUP, con l'ausilio della Commissione giudicatrice accerta che il concorrente ha dato evidenza:

- dei giustificativi delle singole voci di costo che concorrono a formare l'importo complessivo della fornitura;
- di rispettare i minimi salariali e gli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP, sentita la Commissione giudicatrice, ritiene esaustive, pertinenti e dettagliate le giustificazioni prodotte dalla ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A. a dimostrazione della congruità e sostenibilità dell'offerta economica presentata per il lotto 1.

Lotto 2 - Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica da 2.2 mm. o tecnica standard idoneo anche per tutoraggio per l'importo triennale a base d'asta di € 368.984,40 (IVA esclusa).

RUP dà atto che con nota prot. n. 41284 del 05.05.2025, inviata a mezzo l'area comunicazioni di Sintel, è stato richiesto alla ditta CARL ZEISS S.P.A. di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare gli importi complessivi delle forniture offerte, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta entro il termine del 12.05.2025.

Si rileva inoltre che la ditta ha dato riscontro con nota ID Sintel n. 201245496 del 08.05.2025, presentando la medesima dichiarazione, già prodotta in fase di gara, integrata come segue:

	costo orario	ore lavoro
tecnico 1	23,985584	15,75
tecnico 2	23,47625	15,75
tecnico 3	24,817506	15,75
tecnico 4	29,53783	15,75

Il RUP, con l'ausilio della Commissione giudicatrice accerta che il concorrente ha dato evidenza:

- dei giustificativi delle singole voci di costo che concorrono a formare l'importo complessivo della fornitura;
- di rispettare i minimi salariali e gli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP, sentita la Commissione giudicatrice, ritiene esaustive, pertinenti e dettagliate le giustificazioni prodotte dalla ditta CARL ZEISS S.P.A. a dimostrazione della congruità e sostenibilità dell'offerta economica presentata per il lotto 2.

Lotto 3 - Sistemi per interventi di chirurgia della cataratta con facoemulsificatore in noleggio per tecnica con microincisione da 1.8 mm. o inferiore, mininvasiva per l'importo triennale a base d'asta di € 607.455,00 (IVA esclusa).

Il RUP dà atto che con nota trasmessa a mezzo PEC il con comunicazione con nota prot. n. 41286 del 05.05.2025, inviata a mezzo dell'area comunicazioni di Sintel, è stato richiesto alla ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A. di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare gli importi complessivi delle forniture offerte, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta entro il termine del 12.05.2025.

Si rileva inoltre che la ditta ha dato riscontro con nota ID Sintel n. 201176917 del 07.05.2025, presentando la medesima scomposizione dei costi di cui all'allegato 5 al Disciplinare di Gara denominato "Modello Offerta economica" con il dettaglio delle voci di costo come segue:

Voci di costo Dettaglio	
Spese gen	Costo del prodotto incluso costi relativi alle parti di ricambio
costo trasporto	Spese sostenute per consegnare la merce dal nostro magazzino agli ospedali di pertinenza
logistica	Costo affitto spazi magazzino e movimentazione merce
oneri sicurezza	Costi sostenuti per adempiere alle normative sulla sicurezza vigenti
lavoro	Costo del personale impiegato nella fornitura in oggetto
trasferta	Costo delle trasferte del personale coinvolto nella fornitura in oggetto
altro	Tutto ciò sopra non descritto (spese bancarie/tasse gare ed oneri vari)

Il RUP, con l'ausilio della Commissione giudicatrice accerta che il concorrente ha dato evidenza:

- dei giustificativi delle singole voci di costo che concorrono a formare l'importo complessivo della fornitura;
- di rispettare i minimi salariali e gli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP, sentita la Commissione giudicatrice, ritiene esaustive, pertinenti e dettagliate le giustificazioni prodotte dalla ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A. a dimostrazione della congruità e sostenibilità dell'offerta economica presentata per il lotto 3.

Lotto 4: Manipolo monouso per incisioni per l'importo triennale a base d'asta di € 225.000,00 (IVA esclusa).

RUP dà atto che con nota prot. n. 38396 del 23.04.2025, inviata a mezzo l'area comunicazioni di Sintel, è stato richiesto alla ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A., di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare gli importi complessivi delle forniture offerte, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta entro il termine del 07.05.2025.

Si rileva inoltre che la ditta ha dato riscontro con note con note ID Sintel n. 200572564 del 24.04.2025, presentando la medesima scomposizione dei costi di cui all'allegato 5 al Disciplinare di Gara denominato "Modello Offerta economica".

Pertanto, con nota prot. n. 41908 del 07.05.2025 è stato richiesto di fornire esaustiva spiegazione in merito alle altre voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo della fornitura offerta e precisamente:

- costo del personale;
- costo del carburante;
- spese generali;
- altri costi.

Il RUP prende atto che il concorrente ha fornito, con esaustiva risposta ID Sintel n. 201176877, il dettaglio delle voci di costo come segue:

Voci di costo Dettaglio
Costo del prodotto incluso costi relativi alle parti di ricambio
Spese sostenute per consegnare la merce dal nostro magazzino agli ospedali di pertinenza
Costo affitto spazi magazzino e movimentazione merce
Costi sostenuti per adempiere alle normative sulla sicurezza vigenti
Costo del personale impiegato nella fornitura in oggetto
Costo delle trasferte del personale coinvolto nella fornitura in oggetto
Tutto ciò sopra non descritto (spese bancarie/tasse gare ed oneri vari)

Il RUP, con l'ausilio della Commissione giudicatrice accerta che il concorrente ha dato evidenza dei giustificativi delle singole voci di costo che concorrono a formare l'importo complessivo della fornitura tra cui gli oneri di sicurezza.

Il RUP, sentita la Commissione giudicatrice, ritiene esaustive, pertinenti e dettagliate le giustificazioni prodotte dalla ditta BAUSCH & LOMB IOM S.P.A. a dimostrazione della congruità e sostenibilità dell'offerta economica presentata per il lotto 4.

Lotto 5: Dispositivi custom pack per intravitale e custom pack per microincisione per l'importo triennale a base d'asta di € 561.510,00 (IVA esclusa).

RUP dà atto che con nota prot. n. 38397 del 23.04.2025, inviata a mezzo l'area comunicazioni di Sintel, è stato richiesto alla ditta BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD, di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare gli importi complessivi delle forniture offerte, nonché relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta entro il termine del 07.05.2025.

Si rileva inoltre che con nota ID Sintel n. 200570065 del 24.04.2025 la ditta ha presentato la medesima scomposizione dei costi di cui all'allegato 5 al Disciplinare di Gara denominato "Modello Offerta economica" dettagliando in merito all'organizzazione della prestazione, al metodo di prestazione della fornitura, alle soluzioni tecniche adottate e all'organizzazione aziendale e precisando che applica il contratto applicato CCNL Industria Chimica.

Il RUP, con l'ausilio della Commissione giudicatrice accerta che il concorrente ha dato evidenza:

- dei giustificativi delle singole voci di costo che concorrono a formare l'importo complessivo della fornitura;
- di rispettare i minimi salariali e gli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il presente verbale composto da n. 9 pagine è letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario: F.to Dott.ssa Angela Pascale