



U.O.C. Provveditorato Economato
e Gestione della Logistica

Titolo VIII.1

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.

Affidamento diretto fornitura, ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, di sistemi di iniezione di M.D.C. in procedure di RMN. GARA N. 2022-380-BAS – ID SINTEL 162886759

CHIARIMENTI

Quesito n. 1

Punto 4) "sinottico dl comando touch-screen", cosa si intende'?

- Risposta:
Si intende corredato anche di comando touch-screen.

Quesito n. 2

Punto 5) "trasmissione dati a mezzo fibre ottiche", c'è una ragione specifica per tale richiesta considerando che sul mercato ci sono soluzioni con trasmissione WiFi che eliminerebbe un cavo nell'area operativa dell'iniettore? Nonché lavori supplementari per installazione.

- Risposta:
Si preferisce "trasmissione dati a mezzo fibre ottiche" perché non c'è perdita di segnale.

Quesito n. 3

Punto 9)"ICBC batteria in ricarica continua", può essere presa in considerazione la soluzione sempre con batteria ma NON in carica continua?

- Risposta:
Si preferisce "ICBC batteria in ricarica continua" ma può essere valutata la soluzione sempre con batteria ma NON in carica continua.

Quesito n. 4

Punto 10) "sistema dl monitoraggio del sistema da remoto" cosa si intende con sistema di monitoraggio? Un dispositivo e/o un software'?

- Risposta:
Trattasi di software.

Quesito n. 5

Punto12) 'capacità delle siringhe sino a 200ml", si chiede la motivazione di questa quantità in quanto gli esami dl RMN utilizzano al massimo un quantitativo di 15 ml per paziente e utilizzando una siringa di questa capacità si rischia il avere un grosso spreco di mezzo di contrasto.

- Risposta:
Si valutano siringhe con capacità minima di 65 ml e da 115 ml, considerando come parametro la formula 2ml per ogni 10Kg.

Quesito n. 6

(a) "quantità di kit paziente richiesti, 3000 pz/anno": in quanti giorni lavorativi verranno effettuati tali esami e in quante ore lavorative giornaliere?

- Risposta:
L'attività si distribuisce su 365 giorni anno su un core di 12 ore giornaliere senza escludere attività emergenziali nelle restanti 12.

Quesito n. 7

(b) Materiale di consumo ovvero del kit paziente: non è chiaro se è contemplato il pluriuso, con l'unica eccezione della linea dedicata e destinata al paziente, che ovviamente sarà monouso. Nel modulo dell'allegato 1 non è espressamente riportata la voce relativa al materiale di consumo a meno che con la voce accessori non si intenda questo, in tal caso se ne richiede esplicita affermazione.

- Risposta
**Si intende Kit pluriuso per la gestione dell'mdc e della soluzione fisiologica con linea dedicata al paziente monouso.
Nell' allegato 1 Scheda tecnica preliminare non deve essere indicato il materiale di consumo.**

Quesito n. 8

(c) L'assistenza e il supporto tecnico dovranno essere prestati anche on-line e telefonicamente". Confermare se è possibile fornire sistema di gestione guasti tramite codici errore e gestione Telefonica senza cavo Ethernet.

- Risposta
Verranno valutate eventuali soluzioni offerte.

Quesito n. 9

(d) La richiesta del RIS/PACS in Risonanza Magnetica quale scopo avrebbe? visto che la maggior parte degli scanner consente già la gestione della somministrazione del contrasto direttamente dalla workstation della risonanza?

- Risposta:
E' una caratteristica necessaria per archiviare i dati di iniezione e la tipologia di mdc usato e per questo motivo è indicata tra gli aspetti oggetto di valutazione.

Quesito n. 10

(e) nel criterio di aggiudicazione si preferirebbe:" limite massimo di pressione superiore a 300 psi, alimentazione continua mediante trasformatore collegato direttamente alla rete, il tutto

con cavi schermati per ambiente RMN, assistenza tecnica remota, interfaccia RIS/PACS ed economicità della proposta economica", non si comprende tale preferenza quando nelle caratteristiche dl minima si parla di batteria per il funzionamento dell'iniettore che avrebbe l'enorme vantaggio dl non avere la presenza di cavi e sapendo che ci sono nel mercato iniettori che con differenti tipologie dl batteria possono soddisfare pienamente l'esecuzione delle procedure di un'intera giornata.

- Risposta
Verranno valutate eventuali soluzioni offerte.

Quesito n. 11

L'importo presunto per due iniettori e materiale di consumo per 3000 paziente/anno per tre anni è obiettivamente fuori mercato.

- Risposta
Si conferma la base d'asta triennale pari ad € 85.500,00.

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria **proposta tecnica ed economica, entro le ore 13:00 del giorno 09.01.2022.**

Giulio De
Santi
02.01.2023
12:27:18
GMT+01:00



Per Delega del Direttore dell'U.O.C.
Provveditorato, Economato e gestione della logistica
(ing. Giulio De Santi)