



*U.O.C. Provveditorato Economato  
e Gestione della Logistica*

Thiene, 02/02/2023

Oggetto: Indagine di mercato comparativa per l'affidamento diretto ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss. mm. ii della fornitura di set sterili per irrigazione di fluidi riscaldati ad alto flusso con messa a disposizione in comodato d'uso gratuito delle relative apparecchiature.  
Gara n. 2023-18-TH.

**ID SINTEL 164809284**

Questa Azienda Sanitaria ULSS n. 7 – Pedemontana ha necessità di attivare una procedura per l'affidamento della fornitura di set sterili per irrigazione di fluidi riscaldati ad alto flusso con messa a disposizione in comodato d'uso gratuito delle relative apparecchiature come in calce riportato.

Le caratteristiche tecniche essenziali del set laparoscopico, sono le seguenti:

- Flusso normotermico pressurizzato;
- Presenza di camera di gocciolamento raccogli aria con valvola antireflusso/anticontaminazione;
- Sensore di flusso e temperatura;
- Latex free;
- Assenza di ftalati.

Caratteristiche del sistema di riscaldatore laparoscopico:

- Riscaldatore con sistema di riscaldamento a secco con impostazione della temperatura tale da garantire il mantenimento della normotermia del paziente;
- Destinazione d'uso: riscaldare i liquidi per laparoscopia e/o endoscopia urologica;
- Compressore;
- Camera di pressurizzazione doppia da 1000 ml ciascuna, con pressioni di esercizio sino a 300 mmHg e oltre;
- Piantana di supporto apparecchiature con base a ruote piroettanti girevoli e bloccabili.
- Classificazione CND: sistema per riscaldamento dei fluidi o riscaldatore per infusione.

Il prezzo unitario offerto per la fornitura dei deflussori comprende la messa a disposizione di n. 6 pompe o numero maggiore se richiesto.

Durante il periodo contrattuale, senza oneri aggiuntivi, la ditta aggiudicatrice dovrà inoltre fornire quanto segue:

- a) addestramento del personale svolto da operatori debitamente formati e muniti di certificazione in ambito chirurgico;
- b) manutenzione periodica;

- c) assistenza tecnica post vendita 24h e tempi d'intervento massimo di 4 ore;
- d) aggiornamento tecnologico.

Nell'ipotesi che taluni dispositivi indicati nel bando possano riportare a marchi o denominazioni riconducibili a specifici produttori, si fa presente che tali indicazioni non sono vincolanti e l'Offerente, a sua discrezione, potrà offrire il prodotto indicato o un prodotto equivalente, compatibile e conforme, ovvero con la medesima destinazione d'uso e con livelli prestazionali sovrapponibili o migliori.

Il fabbisogno triennale previsto per numero 1500 sedute è di 3450 set.

L'importo a base d'asta per un periodo di anni tre, è di € 138.297,00 + Iva.

Le Ditte partecipanti dovranno presentare entro i termini sotto indicati, campionatura gratuita che **NON** verrà restituita pari a n. 3 set.

Le Ditte partecipanti dovranno inoltre presentare entro i termini sotto indicati campionatura di nr. 1 sistema di riscaldatore laparoscopico completo che verrà restituita al termine della procedura.

La consegna dei prodotti relativi alla campionatura, dovrà essere effettuata entro il termine di cui sotto franca di trasporto ed imballo, scaricata a magazzino presso il Magazzino Economale Sede Distrettuale (ex Ospedale di Schio) in via S. Camillo De Lellis, 1 - 36015 SCHIO (Vi) tel. 0445-509022-9100, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

La mancata presentazione della campionatura determinerà l'impossibilità di procedere alla valutazione del preventivo presentato.

Si invitano le Aziende interessate a manifestare l'interesse a questa procedura presentando un proprio preventivo completo della documentazione tecnica entro le **ore 15:00 del 17/02/2023**, mediante inserimento della documentazione nella piattaforma telematica Sintel collegandosi al sito internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), accedendo alla piattaforma ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili.

Si tratta di una fornitura di importo inferiore ad € 139.000,00 quindi soggetta all'applicazione dell'art 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni) convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii.

L'affidamento diretto avverrà previa richiesta di offerta su piattaforma telematica ARIA/SINTEL alla ditta che avrà presentato il preventivo più conveniente sulla base dei requisiti migliorativi rispetto alle condizioni minime richieste, di seguito elencati in ordine decrescente di importanza:

- Specifiche e caratteristiche tecniche;
- Facilità d'uso e praticità da prove tecniche e pratiche sulla campionatura presentata;
- Elementi economici.

### **Trattamento dei dati personali**

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 che ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e che i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Questa Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare l'indagine in argomento, nonchè di non dare seguito alla successiva richiesta di offerta, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Zambonin, Direttore della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

Il referente della pratica è il Dott. Enrico Bandolin – Ufficio gare tel. 0445-389127.

***Il Direttore  
UOC Provveditorato Economato  
e Gestione della Logistica  
(Dott.ssa Elisabetta Zambonin)***

(documento firmato digitalmente  
secondo la normativa vigente)