



U.O.C. Provveditorato Economato
e Gestione della Logistica

Titolo VIII.1

Oggetto: Gara a procedura aperta telematica per l'affidamento di sistemi analitici per indagini diagnostiche di autoimmunità dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana – Gara 2022-108-BAS – Lotto 1 CIG 924663221E, Lotto 2 CIG 9246663BB0

Richiesta chiarimenti

<p>Quesito 1</p> <p>Domanda: <i>Vs. rif.to: CAPITOLATO SPECIALE - LOTTO N. 1 Caratteristiche e fabbisogni</i> <i>In riferimento alla richiesta di fornitura del test denominato "AC anti DFS-70", alla luce del numero esiguo richiesto rispetto alla somma complessiva dei test pari a 300 test su 20.900 (1,5%), in virtù del principio secondo il quale deve essere consentita la più ampia partecipazione di concorrenti ad una gara, allo scopo di garantire all'Amministrazione il massimo vantaggio sotto il profilo economico e di soluzioni tecniche proposte, si richiede a codesta Spett.le Azienda di considerare la fornitura di detto test come opzionale e non più come obbligatorio.</i> <i>In attesa di Vs. riscontro, inviamo distinti saluti.</i></p> <p>Risposta: La fornitura del test denominato Ac anti DFS-70 deve essere considerata obbligatoria in quanto parametro discriminante e di conferma alla valutazione in fluorescenza.</p>
<p>Quesito 2</p> <p>Domanda: <i>Spettabile Ente,</i> <i>in riferimento alla procedura in oggetto siamo con la presente a porre i seguenti quesiti:</i> 1) <i>Vs. rif.: modello offerta economica Allegato 4 (Lotto 2) - voce "Profilo multiparametrico per la conferma e la differenziazione di tutti i quadri fluoroscopici ANA in accordo con le linee guida ICAP" DOMANDA: si chiede conferma che il valore posto a base d'asta non sia comprensivo del parametro sopra indicato (definito opzionale).</i> 2) <i>Vs. rif.: modello offerta economica Allegato 4 (Lotto 2)</i> <i>Conteggio annuale delle confezioni: si chiede se possibile effettuare il conteggio delle confezioni sui 3 anni. In questo modo nei quantitativi annuali potrebbero essere riportate delle quantità di confezioni con i decimali ma ciò permetterebbe di avere meno sprechi di materiale.</i> <i>Es.: offerta triennale 29 confez. – off. annuale 9,67 confez.</i></p> <p>Risposta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il valore posto a base d'asta è comprensivo del parametro "Profilo multiparametrico per la conferma e la differenziazione di tutti i quadri fluoroscopici ANA in accordo con le Linee Guida ICAP". La Ditta che non fosse in grado di offrire il test indicato nell'ambito del pacchetto di test opzionali potrà offrirlo con strumentazione aggiuntiva e/o con metodica alternativa. 2) E' possibile considerare il conteggio delle confezioni sui tre anni purchè, se il valore annuale risulta decimale, si consideri sempre in eccesso il numero di confezioni.

Il Direttore dell'U.O.C.
Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
(dott.ssa Elisabetta Zambonin)

IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

Resp. Procedimento: dott.ssa Elisabetta Zambonin

Referenti per l'oggetto: dott.ssa Martina Zilio (tel. 0424.885284 mail: martina.zilio@aulss7.veneto.it)

