

**Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZAMENTO
CHIAVI IN MANO QUINTA SALA PARTO-TRAVAGLIO E MIGLIORAMENTO
COMFORT AMBIENTALE BLOCCO PARTO 5° PIANO P.O. DI BASSANO.
GARA 2021-123-BAS**

Questa Azienda ha necessità di acquisire, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, la fornitura di attrezzamento chiavi in mano della quinta sala parto-travaglio e miglioramento comfort ambientale delle altre sale parto-travaglio del blocco parto sito al piano 5° del P.O. di Bassano.

È onere della ditta concorrente, nella predisposizione della propria offerta progettuale, tener conto degli spazi effettivamente a disposizione, dell'uso a cui è adibita la stanza ove andranno allocati i beni, della localizzazione di tutti gli impianti (elettrici, informatici, idrici, ecc..) e di ogni altro vincolo strutturale o impiantistico in generale, compreso l'utilizzo funzionale degli spazi da parte degli operatori sanitari, dei pazienti e di tutti coloro che a vario titolo accederanno.

Dotazione prevista per la quinta sala parto-travaglio (rif. 532 su pianta all. Planimetria_blocco-parto_5° piano.pdf)

- A. Parete attrezzata composta da mobile pensile porta lampada scialitica e lampada scialitica a parete (RIF. LS);
- B. mobile a terra di lunghezza indicativamente di 360 cm (moduli da 60 o 90 cm) e profondità indicativamente 60 cm composto da: lavabo lavamani e lavabo lava bambino, completi di miscelatori, fasciatoio integrato completi di spondine riscaldabile e bilancia elettronica, moduli che integrano un carrello servitore in acciaio, uno o più portarifiuti e cassette multiuso. In corrispondenza del fasciatoio va posta la lampada riscaldante con parte radiante ruotante completa di conteggio per apgar e sensore rilevazione temperatura neonato;
- C. Armadietti sotto finestra di profondità indicativamente di 50-60 cm per uno sviluppo orizzontale di circa 360 cm, con libera composizione di almeno 2 ripiani per modulo (moduli indicativamente da 60 cm);
- D. N. 1 armadio guardaroba di altezza di almeno 210 cm;
- E. Spalliera a parete;
- F. Liana a soffitto preferibilmente su binario scorrevole;
- G. N. 1 sgabello per ostetrica ad altezza variabile con superficie lavabile e sanificabile, senza schienale;
- H. N. 1 sgabello da parto con cuscino superficie lavabile e sanificabile;
- I. N. 1 poltrona preferibilmente trasformabile in letto per accompagnatore/trice;
- J. Tenda indicativamente di circa 4 m;

- K. Colonna/Armadio per inserimento di apposita isola neonatale
- L. Illuminazione biodinamica: Fornitura e installazione di sistema illuminante e luci di atmosfera di tipo lineare, senza soluzione di continuità. Corpo in alluminio. Realizzata con tecnologia led di ultima generazione. Design luminoso adatto alla sala travaglio-parto. Possibilità di regolare intensità e colore dell'illuminazione. Possibilità di impostare scenari con illuminazione e colore adatti alle diverse situazioni che possono verificarsi nella sala travaglio-parto e alle diverse sensibilità. Deve essere montata su almeno due pareti della sala travaglio parto in accordo con la direzione lavori o il responsabile di sala parto
- M. Decorazione murale: Fornitura e posa di decorazione grafica o fotografica realizzata ad alta risoluzione su supporto ad alta resistenza, adatto agli ambienti ospedalieri, gradevole al tatto, lavabile. Il prodotto deve essere certificato resistente al fuoco in euroclasse B-s1,d0 e avere superato i test per la certificazione Imo/med. La stampa deve essere realizzata con l'utilizzo di inchiostri senza solventi e atossici certificati per ogni tipo di spazio con permanenza di persone, ospedali inclusi. La decorazione deve essere applicata in maniera sartoriale sulle diverse superfici indicate: pareti con diverse finiture, intonaco, pvc ... anche miste, porte, armadi ... Deve essere disponibile un ampio catalogo di soggetti. Le grafiche devono essere adattate agli ambienti in cui saranno applicate. Dimensioni devono essere realizzate su misura (circa 16,20 m²).

Si precisa che la fornitura con posa dovrà avvenire mediante formula "chiavi in mano"

Miglioramento comfort ambientale

sala parto-travaglio (rif. 526 su pianta all. Planimetria_blocco-parto_5° piano.pdf)

- N. Sistema illuminante a soffitto: Fornitura e installazione di sistema illuminante e luce di atmosfera di forma rotonda, con pannelli luminosi ed immagini ad alta qualità, di design innovativo, retroilluminati da pannelli LED con temperatura colore 5500-6500 K, durata di almeno 40000 ore ed intensità luminosa modificabile con telecomando. Installazione a soffitto sopra la vasca, sopra al letto o centralmente ad entrambi. Montaggio con sistemi di ancoraggio idonei e sicuri in relazione alla tipologia del soffitto. Deve essere possibile l'installazione di una rotaia per liana da parto posizionata al centro del sistema illuminante. Dimensioni: diametro circa 2400 mm.
- O. Decorazione murale: Fornitura e posa di decorazione grafica o fotografica realizzata ad alta risoluzione su supporto ad alta resistenza, adatto agli ambienti ospedalieri, gradevole al tatto, lavabile. Il prodotto deve essere certificato resistente al fuoco in euroclasse B-s1,d0 e avere superato i test per la certificazione Imo/med. La stampa deve essere realizzata con l'utilizzo di inchiostri senza solventi e atossici certificati per ogni tipo di spazio con permanenza di persone, ospedali inclusi. La decorazione deve essere applicata in maniera sartoriale sulle diverse superfici indicate: pareti con diverse finiture, intonaco, pvc ... anche miste, porte, armadi ... Deve essere disponibile un ampio catalogo di soggetti. Le grafiche devono essere adattate agli ambienti in cui saranno applicate. Dimensioni devono essere realizzate su misura (circa 19,20 m²).

sala parto-travaglio (rif. 528 su pianta all. Planimetria_blocco-parto_5° piano.pdf)

- P. Sistema illuminante a soffitto: Fornitura e installazione di sistema illuminante e luce di atmosfera di forma rotonda, con pannelli luminosi ed immagini ad alta qualità, di design innovativo, retroilluminati da pannelli LED con temperatura colore 5500-6500 K, durata di almeno 40000 ore ed intensità luminosa modificabile con telecomando. Installazione a soffitto sopra la vasca, sopra al

letto o centralmente ad entrambi. Montaggio con sistemi di ancoraggio idonei e sicuri in relazione alla tipologia del soffitto. Deve essere possibile l'installazione di una rotaia per liana da parto posizionata al centro del sistema illuminante. Dimensioni: diametro circa 1800 mm.

- Q. Decorazione murale: Fornitura e posa di decorazione grafica o fotografica realizzata ad alta risoluzione su supporto ad alta resistenza, adatto agli ambienti ospedalieri, gradevole al tatto, lavabile. Il prodotto deve essere certificato resistente al fuoco in euroclasse B-s1,d0 e avere superato i test per la certificazione Imo/med. La stampa deve essere realizzata con l'utilizzo di inchiostri senza solventi e atossici certificati per ogni tipo di spazio con permanenza di persone, ospedali inclusi. La decorazione deve essere applicata in maniera sartoriale sulle diverse superfici indicate: pareti con diverse finiture, intonaco, pvc ... anche miste, porte, armadi ... Deve essere disponibile un ampio catalogo di soggetti. Le grafiche devono essere adattate agli ambienti in cui saranno applicate. Dimensioni devono essere realizzate su misura (circa 16,20 m²).

sala parto-travaglio (rif. 533 su pianta all. Planimetria_blocco-parto_5° piano.pdf)

- R. Illuminazione biodinamica: Fornitura e installazione di sistema illuminante e luci di atmosfera di tipo lineare, senza soluzione di continuità. Corpo in alluminio. Realizzata con tecnologia led di ultima generazione. Design luminoso adatto alla sala travaglio-parto. Possibilità di regolare intensità e colore dell'illuminazione. Possibilità di impostare scenari con illuminazione e colore adatti alle diverse situazioni che possono verificarsi nella sala travaglio-parto e alle diverse sensibilità. Deve essere montata su almeno due pareti della sala travaglio parto in accordo con la direzione lavori o il responsabile di sala parto
- S. Decorazione murale: Fornitura e posa di decorazione grafica o fotografica realizzata ad alta risoluzione su supporto ad alta resistenza, adatto agli ambienti ospedalieri, gradevole al tatto, lavabile. Il prodotto deve essere certificato resistente al fuoco in euroclasse B-s1,d0 e avere superato i test per la certificazione Imo/med. La stampa deve essere realizzata con l'utilizzo di inchiostri senza solventi e atossici certificati per ogni tipo di spazio con permanenza di persone, ospedali inclusi. La decorazione deve essere applicata in maniera sartoriale sulle diverse superfici indicate: pareti con diverse finiture, intonaco, pvc ... anche miste, porte, armadi ... Deve essere disponibile un ampio catalogo di soggetti. Le grafiche devono essere adattate agli ambienti in cui saranno applicate. Dimensioni devono essere realizzate su misura (circa 19,20 m²).

Specifiche di minima apparecchiature elettromedicali

Rif LS. : Lampada scialitica a parete

LS.1	a LED ad alta durata
LS.2	da almeno 60.000 lux doppio braccio snodato.
LS.3	possibilità di regolazione intensità luminosa.
LS.4	fascio luminoso con ampia profondità di campo.
LS.5	Indice di resa cromatica ≥ 95
LS.6	Luce fredda
LS.7	conforme alle norme mediche IEC 60601 -1 e 60601-2 e gli standard speciali IEC 60601-241 93/42 EEC e 2007/43 o MDR (Regolamento Dispositivi Medici)

Arredi

Va da sé che i beni dovranno rispondere alle normative vigenti, si richiama altresì la normativa di cui al DM 11.1.2017 per quanto applicabile, corrispondere ai criteri costruttivi di massima funzionalità, robustezza, flessibilità, facilità di pulizia ed eventuale disinfezione, manutenzione ed estetica.

Ogni arredo fornito dovrà essere accompagnato in fase di consegna dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e la manutenzione.

Tutti gli arredi e gli altri beni dovranno essere disponibili garantendo un'ampia gamma di colori.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere alla ditta aggiudicataria i colori rispondenti alle proprie esigenze senza che gli stessi abbiano a pretendere variazioni di prezzo (per tale motivo i colori disponibili dovranno essere riportati nella Documentazione Tecnica).

Misure di prevenzione incendi

I beni forniti dovranno, per quanto attinente a seconda della tipologia, essere conformi alle prescrizioni del Testo Unico di cui al D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e alle normative specifiche di prodotto CEI, UNI e UNI EN (con riferimento alla resistenza dei materiali, alla stabilità, agli spazi minimi, ecc.), alla norma generale CEI EN 60601-1, classificazione CEI 62-5. al D. Lgs. 106/2009, al D. Lgs.46/97 e loro successive modifiche e ad ogni altra legge o norma attualmente vigente ed applicabile alla fornitura oggetto del presente appalto anche se non esplicitamente indicate.

I beni e gli arredi dovranno essere installati all'interno di una struttura ospedaliera considerata a rischio incendio elevato e assoggetta ai DD.MM. 10.03.1998, 18.09.2002, 19.03.2015 e ss.mm.ii.

Gli arredi e i beni dovranno quindi rispettare le prescrizioni in materia di prevenzione incendi previsti dalle vigenti disposizioni normative, legislative con particolare riguardo a quelle sotto indicate.

I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. In aggiunta a questo requisito si richiede anche la ridotta emissione di gas tossici e corrosivi e fumi opachi.

I mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM. In aggiunta a questo requisito si richiede anche la ridotta emissione di gas tossici e corrosivi e fumi opachi.

Gli arredi e sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

La classe di reazione al fuoco degli arredi e beni dovrà essere dimostrata all'Azienda Sanitaria in aggiunta a quanto previsto dai decreti sopra citati anche fornendo i certificati di prova eseguiti da laboratori accreditati sullo specifico prodotto, manufatto o prototipo.

Garanzia, manutenzione e assistenza tecnica

Tutti i beni devono essere coperti da garanzia full-risk per un periodo di 24 mesi con decorrenza dalla data dell'avvenuto collaudo favorevole e completamento della formazione a cui dovrà essere aggiunta la specifica garanzia della reperibilità delle parti di ricambio e accessori di ogni componente dell'attrezzatura per almeno un decennio dalla data di installazione anche se richiesti da terzi manutentori per conto dell'Azienda Sanitaria, dichiarando i relativi tempi massimi di fornitura.

La garanzia intesa come garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.), nonché di buon funzionamento ai sensi dell'art. 1512 c.c., deve rispettare le seguenti condizioni di minima senza alcun onere aggiunto per questa Azienda:

- avere durata di almeno 24 mesi;
- copertura totale (ovvero con la possibilità di sostituzione con nuovo) di ogni singolo componente del sistema;
- non contenere "formule a scalare", ovvero dipendenti dall'utilizzo.

Durante il periodo di garanzia dovrà essere assicurata la manutenzione e l'assistenza tecnica in modalità full-risk secondo quanto dettagliato.

Per manutenzione ed assistenza tecnica full-risk si intende: manutenzione preventiva (almeno 2 visite/anno o secondo protocollo del costruttore), evolutiva (per i sistemi HD e SW dovuta ad adeguamenti normativi nazionali e/o regionali, aggiornamento di versione, ecc), correttiva, parti di ricambio incluse e numero di interventi illimitati e controlli qualità secondo i medesimi livelli prestazionali offerti per il contratto post-garanzia.

La ditta aggiudicataria provvederà a proprie spese ad eliminare gli inconvenienti e/o ad introdurre le eventuali funzionalità mancanti rispetto ai vincoli indicati nel presente CSA.

L'assistenza e la manutenzione dovranno essere garantite anche per i moduli opzionali e per le integrazioni specifiche aziendali e per ogni modulo/componente offerto.

La Ditta deve fornire le seguenti informazioni tecnico/logistiche:

- a) organizzazione del servizio di assistenza tecnica con indicazione del centro di assistenza tecnica;
- b) modalità operative e logistiche per garantire i tempi di intervento massimi sotto riportati e/o quelli eventualmente proposti come migliorativi.

La manutenzione ed assistenza tecnica full-risk dovrà rispettare le seguenti condizioni di minima:

- a) tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante (cioè macchina non utilizzabile) = 4 ore lavorative dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario;
- b) tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico non bloccante (cioè macchina utilizzabile) = 24 ore solari dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario;
- c) tempo massimo di risoluzione garantito dall'inizio dell'intervento per guasto tecnico bloccante e non bloccante = 24 ore solari (cioè macchina ferma al max. 24 ore solari dall'inizio dell'intervento), escluso i giorni festivi di calendario;
- d) interventi di manutenzione evolutiva sul software riguardanti adeguamenti a normative regionali e nazionali: dovranno essere realizzati entro 15 gg. Dall'emanazione della normativa e comunque garantiti entro l'entrata in vigore della normativa stessa.

Si richiede di dettagliare in sede di offerta, in base alle richieste della presente lettera invito-capitolato speciale, le caratteristiche in termini di modalità e di tempi con cui la ditta offerente intende prestare servizio di assistenza e manutenzione.

In particolare si richiede di indicare: modalità del servizio, sede del servizio, organico e personale, help desk telefonico, teleassistenza, servizio e-mail di supporto, servizio di mailing list, servizi web con accesso a FAQ, ecc.

Superati i tempi sopra definiti sarà avviato il conteggio delle ore e giornate di inadempienza in base alle quali saranno calcolate le penalità di cui all'Art. 12). La frazione di giorno verrà calcolata come giorno intero.

La manutenzione dovrà prevedere obbligatoriamente, oltre a quanto sopra indicato, gli aggiornamenti alla documentazione e alla manualistica in merito alle correzioni apportate ed agli interventi effettuati.

1. Importo della fornitura

L'importo complessivo presunto della fornitura è di € 74.990,00= IVA esclusa, comprensivo della garanzia e manutenzione full-risk per 24 mesi.

2. Procedura e criterio di affidamento

Trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 139.000,00=, e pertanto si applica l'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, che prevede l'affidamento diretto.

In particolare saranno valutati i seguenti aspetti: Ergonomia e design del mobilio offerto, in particolare qualità dei materiali e soluzioni integrate con tutte le dotazioni offerte (mobili, liana, accessori per il parto,...); caratteristiche lampada scialitica ed estensione della garanzia; economicità della proposta economica.

L'affidamento diretto avverrà mediante invito a presentare offerta sulla piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A alla ditta che risulterà aver presentato il preventivo più vantaggioso per l'Azienda.

Si invitano gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria **proposta tecnica ed economica**, entro le ore 11:30 del 30/06/2021, cliccando sulla voce "manifesta interesse" accedendo all'indirizzo <https://www.aulss7.veneto.it/bandi-di-gara>.

La ditta dovrà presentare la propria proposta completa di:

1. scheda tecnica preliminare T1 per le attrezzature (in formato pdf);
2. scheda tecnica T2 (in formato sia excel che pdf);
3. Documentazione tecnica contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche degli articoli offerti, le misure qualora si discostino da quelle indicate dall'Azienda Sanitaria, corredata di schede tecniche, depliant e materiale illustrativo e fotografico, disegni, e/o schemi atti a meglio descrivere la soluzione proposta, fermo restando le quantità indicate dall'Azienda Sanitaria;
4. Cartella colori disponibili per i diversi beni;
5. Copia delle certificazioni, per quanto applicabile, relativamente a:
 - reazioni al fuoco e omologazioni a norma di legge
 - Certificazione indicante la bassa emissione di formaldeide classe E1 (per tavoli da lavoro ed armadi)
 - Certificazione Aisi 304 (ove necessario)
 - Altre certificazioni previste dalla normativa vigente, nazionali e comunitarie
6. dichiarazione, rilasciata dalla Ditta produttrice, attestante la disponibilità delle parti di ricambio per anni 15;
7. copia della documentazione attestante il possesso della marcatura CE (ove previsto), ai sensi del D. Lgs. 46/97 (come modificato dal D. Lgs. 37/2010), dalla quale risulti la classe di appartenenza degli articoli offerti;
8. descrizione assistenza tecnica e manutenzione;
9. preventivo economico (firmato digitalmente)

Si prega di allegare tutta la documentazione sopra richiesta in un'unica cartella compressa (.zip); la cartella compressa non dovrà essere firmata digitalmente.

Potrà, ad insindacabile discrezione dell'Azienda Sanitaria, essere richiesta l'eventuale prova visione/demo dell'attrezzatura dell'offerta/e ritenuta/e di maggior interesse.

La Ditta potrà richiedere un eventuale sopralluogo per prendere visione dei locali destinati all'installazione delle apparecchiature e arredi proposti.

La Ditta dovrà richiedere la data del sopralluogo **entro le ore 14:00 del giorno 23/06/2021** tramite email all'indirizzo giovannamaria.arsie@aulss7.veneto.it (tel.: 0424-88 8037).

3. Trattamento dei dati personali

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel prosieguo GDPR) facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 per le seguenti finalità: - eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto, a connesse specifiche richieste; - adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie; - gestire l'eventuale contenzioso; - gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti delle ditte e dei titolari dei dati. I dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento di quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad

opera di soggetti appositamente autorizzati. Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: istituti di credito; professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra azienda; avvocati e consulenti legali; Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche; Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure). I dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR. Le ditte hanno il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto. Hanno altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Potranno esercitare i diritti sopra indicati contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) inviando una e-mail all'indirizzo: urpbassano@aulss7.veneto.it oppure a urphiene@aulss7.veneto.it; potranno altresì proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (Garante per la protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con sede legale in Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI). Con deliberazione n. 484 del 28.03.2019 il Titolare ha nominato Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il dott. Marcello Mezzasalma, Dirigente Amministrativo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare l'indagine in oggetto, nonché di non dare seguito al successivo affidamento senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Il Direttore dell'U.O.C.
Provveditorato, Economato e gestione della logistica
(dott.ssa Elisabetta Zambonin)

Allegati:

T1-scheda tecnica preliminare

T2-scheda tecnica

Planimetria blocco-parto 5° piano

Resp. Procedimento: dott.ssa Elisabetta Zambonin
ref. pratica: dott.ssa Veronica Sartor (tel.: 0424-88 5292 – email: veronica.sartor@aulss7.veneto.it)