



Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.

Affidamento diretto per la fornitura di lenzuolini di carta per lettino medico
GARA N. 2022- 18 -BAS - ID SINTEL 150369988

CHIARIMENTI

Quesito n. 1

In merito a quanto riportato nelle caratteristiche tecniche relative al lenzuolino richiesto è indicata l'altezza del rotolo di 60 cm. nel mercato sono presenti vari lenzuolini medici con altezza del rotolo da cm 59 (questo per ottimizzare la lavorazione e non produrre sprechi). Poichè l'altezza minore di 1 cm non inficierebbe l'utilizzo del prodotto, si chiede di poter considerare accettata anche un'altezza inferiore a quanto richiesto magari inserendo una tolleranza del 2% (pari a 1,2 cm).

RISPOSTA:

Si accetta un'altezza rotolo minima di cm 59.

Quesito n.2

E' possibile offrire lenzuolino di carta in rotolo per lettino medica con grammatura carta per velo da 16 gr/mq.

RISPOSTA:

Si accetta una grammatura carta per velo minima di 16 gr./mq.

Quesito n.2

I prodotti forniti dovranno avere la certificazione ambientale Ecolabel (o certificazioni similari) come previsto dal regolamento C.A.M. criteri ambientali minimi per acquisti della Pubblica Amministrazione.

RISPOSTA:

I CAM relativamente ai prodotti in carta fanno riferimento ai seguenti prodotti:
carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli ((C.p.v. 33760000-5).

Il Direttore

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
(dott.ssa Elisabetta Zambonin)

IL PRESENTE DOCUMENTO E' FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE