

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1463 DEL 02/08/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, FORNITURA DI UN VIDEOCOLPOSCOPIO PER L'U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI BASSANO DEL GRAPPA. GARA 2024-122-TH.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1464/24

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: per il dirigente, f.to Giulio De Santi

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 0039503/24 del 29.04.2024 il Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica ha trasmesso il modulo con le specifiche tecniche per l'acquisto di n. 1 Videocolposcopio per l'esecuzione di procedure di colposcopia, vulvoscopia e trattamenti locali oltre all'effettuazione di esami di secondo livello e di screening cervico-vaginale, con acquisizione di documentazione iconografica delle procedure per l'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Bassano del Grappa, in sostituzione di analoga attrezzatura (inv. n. 75871) in fase di dismissione e completamente ammortizzata, per un importo presunto di € 20.500,00+IVA 22%;
- su tale richiesta con prot. n. 0041239/24 del 06.05.2024 ha espresso parere favorevole la Direzione Medica del P.O. di Bassano del Grappa.

Preso atto che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. dell'11.07.2018 e relativi indirizzi applicativi, e non risulta presente nelle Convenzioni stipulate da CONSIP o dalla Centrale regionale di riferimento;
- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023, prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 140.000,00.

Dato atto altresì che:

- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto pertanto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA – Sintel (<http://www.ariaspa.it>), sul sito internet aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>) con nota prot. n. 0042641/24 del 09.05.2024, specifico Avviso di Indagine di Mercato per la fornitura di n. 1 Videocolposcopio per l'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Bassano del Grappa, per l'importo a base d'asta di € 20.500,00=IVA esclusa;
- entro il termine fissato del 27.05.2024 ore 09:00 sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle ditte sotto elencate:

| Nome Ditta | Marca e Modello offerto | Importo unitario offerto (IVA esclusa) |
|---------------------------------|---|--|
| ADAMO S.R.L | Modello: KV40 Produttore: Adamo S.r.l. | € 17.200,00 |
| FLEXO SRL. | Modello: Z4 Produttore: Centrel S.r.l. | € 19.100,00 |
| IRGEN S.r.l. | Modello: CLS3080 Produttore: ZUMAX | € 16.450,00 |
| WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL | Modello: AC-5000 Produttore: ALLTION Instrument Co | € 20.370,00 |

- con relazione del 09.07.2024, il P.I. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, esperto individuato in data 29.05.2024 dalla Direzione Generale, a seguito delle prove visioni effettuate ed a seguito di valutazioni tecniche, ha individuato quale migliore offerente la ditta IRGEN S.r.l. per le motivazioni riportate nella relazione allegata alla presente deliberazione (Allegato 1);
- con nota prot. n. 0057056/24 dell'11.07.2024, l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto, pertanto, ad attivare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel la

procedura di affidamento diretto, ai sensi ai sensi dell'art. art. 50, comma 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023, con la ditta IRGEN S.r.l., per la fornitura di n. 1 Videocolposcopio mod. CLS3080 con telecamera integrata marchio Zumax, con sistema di acquisizione video e immagini tramite comando presente sulla impugnatura del corpo del colposcopio completo di sistema di acquisizione e refertazione composto da PC All in One 22" montato sul braccio del colposcopio, software di acquisizione e refertazione immagini e video, pedaliera (comando a pedale), connessione tramite cavo di rete, DICOM per l'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Bassano del Grappa, per l'importo a base d'asta di € 16.450,00= IVA esclusa (€ 20.069,00 = IVA 22% inclusa).

Preso atto che entro il termine fissato (ore 10.00 del giorno 22.07.2024 prorogato alle ore 14:00 dello stesso giorno) la suddetta ditta ha presentato offerta per la fornitura di n. 1 Videocolposcopio mod. CLS3080, per l'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Bassano del Grappa, completo degli accessori sopra indicati per l'importo di € 16.450,00= IVA 22% esclusa (€ 20.069,00 = IVA 22% inclusa), come da offerta n. prot. informatico 1721642569063 del 22.07.2024.

Preso atto altresì che con e-mail del 25.07.2024 l'U.O.S. Ingegneria Clinica ha attestato la congruità dell'offerta pervenuta.

Dato atto che l'importo di € 20.069,00 = IVA inclusa per l'acquisto di tali attrezzature è compreso nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. 2253 del 29.12.2023 "Proposta di Bilancio economico preventivo anno 2024 e piano triennale degli investimenti 2024-2026" nella specifica voce ID_2024 n. 39 (Codice Commessa 6/2022/4) e trova copertura nei finanziamenti per investimenti derivanti dalla rettifica dei contributi in c/esercizio dell'anno 2021, di cui all'allegato B della DGR 586/2022 "Ricognizione e destinazione delle risorse disponibili per garantire l'equilibrio economico-finanziario del Sistema sanitario regionale 2021 e misure collegate", alla voce di conto PAA090A00 Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR – Indistinta.

Considerato che, ai sensi dell'art. 15 c. 7 e 8, nonché di quanto previsto dall'art. 8 dell'All. I.2 e art. 32, c. 2 e 3 dell'All. II.14 del D.lgs 36/2023 (trattandosi di fornitura che coinvolge unità operative diverse da quella che ha effettuato l'affidamento), si rende necessario individuare, come da designazione della Direzione Generale con e-mail del 29.05.2024, quale Direttore di Esecuzione del Contratto il p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, il quale ha reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo (nota prot. n. 0068872/24 del 29.07.2024);

Dato atto che la verifica sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 ha dato esito positivo.

Visto l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica propone, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023, all'affidamento diretto alla ditta IRGEN S.r.l. di Milano della fornitura di n. 1 Videocolposcopio mod. CLS3080 completo di accessori per l'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Bassano del Grappa, per l'importo a base d'asta di € 16.450,00= IVA esclusa (€ 20.069,00 = IVA 22% inclusa);
- dare atto che la verifica sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 ha dato esito positivo;
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica

II DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Direttore dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023, all'affidamento diretto alla ditta IRGEN S.r.l. di Milano (P.IVA 11064540963) della fornitura di n. 1 Videocolposcopio mod. CLS3080, con telecamera integrata marchio Zumax, con sistema di acquisizione video e immagini tramite comando presente sulla impugnatura del corpo del colposcopio, completo di sistema di acquisizione e refertazione composto da PC All in One 22" montato sul braccio del colposcopio, software di acquisizione e refertazione immagini e video, pedaliera (comando a pedale), connessione tramite cavo di rete, DICOM e garanzia full risk di 24 mesi da data collaudo con sito positivo, per l'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Bassano del Grappa, per l'importo di € 16.450,00= IVA esclusa (€ 20.069,00 = IVA 22% inclusa), come da offerta n. prot. informatico 1721642569063 del 22.07.2024;
2. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto pari ad € 20.069,00 (IVA 22% inclusa) trova riferimento nel seguente conto:

| Anno | Conto | PRG | Descrizione | Impegno IVA compresa |
|------|-----------|------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2024 | AAA420000 | Budget 508 | Attrezzature sanitarie scientifiche | € 20.069,00 |

e che l'importo è compreso nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. 2253 del 29/12/2023 "Proposta di Bilancio economico preventivo anno 2024 e piano triennale degli investimenti 2024-2026" nella specifica voce ID_2024 n. 39 (Codice Commessa 6/2022/4) e trova copertura nei finanziamenti per investimenti derivanti dalla rettifica dei contributi in c/esercizio dell'anno 2021, di cui all'allegato B della DGR 586/2022 "Ricognizione e destinazione delle risorse disponibili per garantire l'equilibrio economico-finanziario del Sistema sanitario regionale 2021 e misure collegate", alla voce di conto PAA090A00 Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR – Indistinta;

3. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica;
4. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
 - CIG: B29BCEDC70
 - Ditta: IRGEN S.r.l. di Milano (P.IVA 11064540963) – Via Principe Eugenio, 3 20115 Milano;

5. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

RELAZIONE DI SCELTA

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.

Affidamento diretto fornitura di un videocolposcopio per l'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Bassano del Grappa. Gara 2024-122-TH.

ID Sintel: 183409134

Caratteristiche di minima (obbligatorie)

| | |
|----|--|
| 1 | Colposcopio compatto e di minimo ingombro. Osservazione stereoscopica, tubo binoculare inclinato a 45° con regolazione della distanza interpupillare. |
| 2 | Oculari a grande campo con regolazione diottrica almeno +/-meno 5 e protetti da conchiglie di gomma per portatori di occhiali |
| 3 | Zoom o almeno 5 stadi di ingrandimento da 3x - 18x |
| 4 | Sorgente luminosa a luce fredda LED regolabile, integrata; filtro verde incorporato inseribile |
| 5 | Regolazione micrometrica di messa a fuoco fine, preferibilmente bilaterale |
| 6 | Predisposizione per uso con laser CO2 delle marche più conosciute (Lumenis, Deka, ...). |
| 7 | Stativo con base a 5 razze su ruote piroettanti antistatiche con freno. |
| 8 | Braccio snodato a pantografo bilanciato che consenta le più ampie escursioni verticali e orizzontali, con blocco di sicurezza. |
| 9 | Telecamera full HD piccola e leggera con centralina integrata nel colposcopio |
| 10 | Acquisizione video e immagini anche tramite comando a pedale, preferibilmente wireless |
| 11 | Monitor touch screen operativo, orientabile, con braccio di supporto inserito nel corpo del colposcopio, per la gestione del flusso di lavoro |
| 12 | Connessione tramite cavo di rete ad un computer esterno per condivisione/esportazione foto e video in formato DICOM e gestione della WL |

Importo a base d'asta della fornitura:

- € 20.500,00= IVA esclusa, comprensivo della garanzia e manutenzione full-risk per 24 mesi.

Aspetti da valutare:

- ergonomia complessiva (regolazione di campo visivo, zoom e messa a fuoco);
- semplicità d'uso;
- caratteristiche del gruppo ottico (zoom, ingrandimenti);
- caratteristiche degli oculari;
- acquisizione/esportazione video e immagini;
- estensione della garanzia;
- economicità della proposta economica.

All'avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto – rif. ns. nota prot. n. 42641/24 del 09/05/2024 –hanno presentato offerta le seguenti ditte:

| DITTA | MODELLO/PRODUTTORE |
|------------------------------------|---|
| Adamo S.r.l. | Modello: KV40 Produttore: Adamo S.r.l. |
| Flexo S.r.l. | Modello: Z4 Produttore: Centrel Srl |
| Irgen S.r.l. | Modello: CLS3080 Produttore: ZUMAX |
| Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. | Modello: AC-5000 Produttore: ALLTION (Guangxi) Instrument Co., Ltd |

I prodotti offerti risultano rispondenti o funzionalmente equivalenti alle caratteristiche tecniche di minima richieste.

In data 27.06.2024 presso l'U.O.C. Ostetricia Ginecologia al piano 5° stanza 14 dell'Ospedale di Bassano del Grappa, si è proceduto alla prova-visione delle attrezzature proposte dalle varie Ditte.

Gli specialist di prodotto hanno provveduto ad illustrare le caratteristiche, funzionalità e modalità d'uso dei prodotti offerti che sono stati regolarmente testati.

Prendendo in considerazione i criteri di valutazione si rileva quanto segue:

Criterio: ergonomia complessiva (regolazione di campo visivo, zoom e messa a fuoco):

Ditta Adamo S.r.l.

Dalla prova-visione si è avuto modo di constatare che l'apparecchio proposto presenta l'impugnatura centrale per la movimentazione del tubo binoculare. Lo stativo a pavimento è risultato molto stabile. La movimentazione orizzontale non è risultata sempre fluida, buona la movimentazione verticale. Il supporto per tastiera e mouse è risultato ingombrante e a volte di ostacolo all'attività. La telecamera risulta applicata e non integrata al corpo ottico, risultando elemento di ingombro.

La rispondenza al criterio si ritiene discreta.

Ditta Flexo S.r.l.

Dalla prova-visione si è avuto modo di constatare che l'apparecchio proposto presenta impugnatura bilaterale per la movimentazione del tubo binoculare.

Lo stativo a pavimento è risultato molto stabile. La movimentazione orizzontale e verticale è risultata fluida. Il supporto per tastiera è risultato a volte di ostacolo all'attività. La telecamera risulta applicata e non integrata al corpo ottico, risultando elemento di ingombro.

La rispondenza al criterio si ritiene discreta.

Ditta Irgen S.r.l.

Dalla prova-visione si è avuto modo di constatare che l'apparecchio proposto presenta l'impugnatura centrale di forma ergonomica per la movimentazione del tubo binoculare.

Lo stativo a pavimento è risultato molto stabile. La movimentazione orizzontale e verticale è risultata fluida. La telecamera risulta integrata e tutti i comandi sono collocati sul corpo ottico per una migliore ergonomia; si rileva, in particolare, la presenza sul manipolo di movimentazione del tasto elettronico per la messa a fuoco servoassistita e del pulsante per l'acquisizione delle immagini.

La rispondenza al criterio si ritiene molto buona.

Ditta Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.

Dalla prova-visione si è avuto modo di constatare che l'apparecchio proposto presenta l'impugnatura per la movimentazione del tubo binoculare non in asse con lo stesso ma spostata a sinistra. Lo stativo a pavimento è risultato stabile. La movimentazione orizzontale e verticale è risultata fluida. La telecamera risulta integrata.

La rispondenza al criterio si ritiene discreta.

Criterio: caratteristiche del gruppo ottico (zoom, ingrandimenti), caratteristiche degli oculari

Ditta Adamo S.r.l.

Dalla prova-visione si è avuto modo di constatare che l'apparecchio proposto presenta doppie manopole per la gestione dell'ingrandimento, sistema di illuminazione a led e tubo binoculare con gestione della distanza interpupillare. La messa a fuoco non è risultata molto pratica, buona nel complesso la regolazione del campo visivo e dello zoom. Le ottiche sono risultate luminose offrendo una visione abbastanza nitida.

La rispondenza al criterio si ritiene discreta.

Ditta Flexo S.r.l.

Dalla prova-visione si è avuto modo di constatare che l'apparecchio proposto presenta doppie manopole per la gestione dell'ingrandimento, sistema di illuminazione a led e tubo binoculare con gestione della distanza interpupillare. La messa a fuoco è risultata molto pratica così come la regolazione del campo visivo e dello zoom. Le ottiche sono risultate molto luminose offrendo una visione nitida.

La rispondenza al criterio si ritiene buona.

Ditta Irgen S.r.l.

Dalla prova-visione si è avuto modo di constatare che l'apparecchio proposto presenta doppie manopole per la gestione dell'ingrandimento, sistema di illuminazione a led e tubo binoculare con gestione della distanza interpupillare. La regolazione del campo visivo e dello zoom è risultata molto pratica. Tripla possibilità di messa a fuoco: manuale, elettronica e micrometrica; per quest'ultima è presente apposito tasto sull'impugnatura del sistema. Le ottiche sono risultate molto luminose offrendo una visione nitida.

La rispondenza al criterio si ritiene ottima.

Ditta Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.

Dalla prova-visione si è avuto modo di constatare che l'apparecchio proposto presenta la regolazione micrometrica della messa a fuoco monolaterale, scomoda e non pratica. Macchinosa la regolazione delle diottrie, l'operatore deve intervenire con ambo mani anziché solo con una. Le ottiche sono risultate luminose offrendo una visione abbastanza nitida.

La rispondenza al criterio si ritiene sufficiente.

Criterio: acquisizione/esportazione video e immagini

Ditta Adamo S.r.l.

Dalla prova-visione si è avuto modo di constatare che l'apparecchio proposto monta una telecamera digitale a colori ad alta cromaticità, con risoluzione fino a 4K (3840 x 2160P). L'acquisizione ed il salvataggio di immagini e video è possibile tramite pedale wireless, apposito pulsante sul monitor Touch o con l'utilizzo del mouse collocato sul supporto porta tastiera. Per l'archiviazione e l'esportazione di video e immagini l'apparecchio dispone di memoria di archiviazione, uscite digitali e connessione tramite cavo di rete ad un computer esterno per condivisione/esportazione foto e video in formato DICOM e gestione della WL.

La rispondenza al criterio si ritiene buona.

Ditta Flexo S.r.l.

Dalla prova-visione si è avuto modo di constatare che l'apparecchio proposto monta una telecamera digitale a colori full HD. L'acquisizione ed il salvataggio di immagini e video è possibile tramite pedale wireless. Per l'archiviazione e l'esportazione di video e immagini l'apparecchio dispone di connessione tramite cavo di rete ad un computer esterno per condivisione/esportazione foto e video in formato DICOM e gestione della WL.

La rispondenza al criterio si ritiene buona.

Ditta Irgen S.r.l.

Dalla prova-visione si è avuto modo di constatare che l'apparecchio proposto monta una telecamera digitale a colori medica ad alta risoluzione C-MOS full HD. L'acquisizione ed il salvataggio di immagini e video è possibile tramite comodo pulsante presente sulla impugnatura del colposcopio o tramite comando a pedale. Per l'archiviazione e l'esportazione di video e immagini l'apparecchio dispone di memoria di archiviazione su HD interno di capacità molto elevata (4 tera byte), uscite digitali e connessione tramite cavo di rete ad un computer esterno per condivisione/esportazione foto e video in formato DICOM e gestione della WL.

La rispondenza al criterio si ritiene ottima.

Ditta Waldner Tecnologie Medicali S.r.l.

Dalla prova-visione si è avuto modo di constatare che l'apparecchio proposto monta una telecamera digitale a colori ad alta cromaticità, con risoluzione fino a 4K. L'acquisizione ed il salvataggio di immagini e video è possibile su memoria USB inseribile direttamente nell'apparecchio. La cattura di immagini e video è possibile tramite mouse o pedaliera, entrambi Wireless, o tramite dei tasti fisici vicino al corpo ottico.

Il colposcopio dispone di software di acquisizione, gestione, refertazione ed archiviazione delle immagini e prevede la possibilità di collegarsi al sistema DICOM

La rispondenza al criterio si ritiene buona.

Criterio: estensione della garanzia, economicità della proposta economica

| DITTA | MODELLO/PRODUTTORE | GARANZIA | IMPORTO (IVA esclusa) |
|----------------|---|----------|--------------------------|
| Adamo S.r.l. | Modello: KV40 Produttore: Adamo S.r.l. | 36 MESI | € 17.200,00 |
| Flexo S.r.l. | Modello: Z4 Produttore: Centrel Srl | 36 MESI | € 19.100,00 |
| Irgen S.r.l. | Modello: CLS3080 Produttore: ZUMAX | 24 MESI | € 16.450,00 |
| Waldner S.r.l. | Modello: AC-5000 Produttore: ALLTION | 24 MESI | € 20.370,00 |

Dall'esame della documentazione tecnica presentata e dei criteri di valutazione sopra riportati, si rileva che il prodotto che realizza la migliore scelta è quello offerto dalla Ditta Irgen S.r.l. con il Modello CLS3080, Produttore ZUMAX.

Tale prodotto è rispondente alle caratteristiche indicate nell'avviso e presenta delle peculiarità qualitative, verificate in occasione della prova-visione, quali una ottima ergonomia (tutti i comandi sono collocati sul corpo ottico), la regolazione della messa a fuoco micrometrica tramite tasto sull'impugnatura del sistema, l'acquisizione di immagini e video tramite pulsante presente sempre sull'impugnatura del sistema, risultando in grado di rispondere e soddisfare pienamente alle esigenze dell'UOC di Ostetricia e Ginecologia del PO di Bassano.

Cordiali saluti.

per. ind. Paolo Zaltron

Bassano, 09.07.2024

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE

N. 1463 del 02/08/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo del sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente trasmessa al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5°, L.R. 14/9/94 n. 56).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022.

Bassano del Grappa, li 03/08/2024

UOC AFFARI GENERALI
