

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1907 DEL 18/10/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO
COMPARATIVA, DELLA FORNITURA DI AGHI CANNULA DI SICUREZZA CON
PROLUNGA. GARA N 2024-158- BAS

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1859/24

Il Dirigente, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- risulta in scadenza al 05.10.2024 il contratto con la ditta Promed Srl per la fornitura di aghi cannula di sicurezza con prolunga, aggiudicato con delibera n. 1641/22 per un importo di € 137.665,00+IVA per 24 mesi, integrato con delibera n. 1466/2024 per € 14.475,63+IVA, per un importo contrattuale complessivo di € 152.130,63+IVA.
- in vista della sopra citata scadenza, con email del 17.06.2024, l'U.O.C. Farmaci ha trasmesso all'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, il capitolato con le caratteristiche tecniche di minima richieste ed i relativi fabbisogni;

Dato atto che:

- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023, prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 140.000,00;
- nell'elenco delle procedure in programmazione da parte dell'Azienda Zero – UOC CRAV, periodicamente aggiornato sul sito della Regione, non risulta in programmazione alcuna procedura di gara per la fornitura in argomento;
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha pertanto provveduto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel e sul sito internet aziendale con prot. Ulss n. 62089 del 05.07.2024 (ID Sintel 186206002), specifico avviso di indagine di mercato comparativa con preventivo per l'affidamento della fornitura di aghi cannula di sicurezza con prolunga per l'importo biennale complessivo presunto di € 138.966,00+IVA come segue:

Descrizione tecnica	Q.tà 24 mesi	Importo presunto 24 mesi (IVA esclusa)
Aghi cannula di sicurezza con prolunga integrata raccordo ad y e valvola di accesso trasparente premontata sulla seconda via (20G, 22G, 24G)	43.700	€ 138.966,00

Preso atto che entro il termine del 19.07.2024 ore 13:00 sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle seguenti ditte:

Ditta	Prezzo unitario	Importo per 24 mesi (iva esclusa)
Medi Line srl	1,60 €	69.920,00 €
Get Srl	1,77 €	77.349,00 €
Medical lume srl	1,90 €	83.090,00 €
Delta Med	2,70 €	117.990,00 €
Clinilab	2,49 €	132.751,86 €
Pidkare	3,18 €	138.966,00 €
Promed	3,18 €	138.966,00 €

Dato atto che:

- con email del 01.08.2024 l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha trasmesso alla dott.ssa Denise Gaio, Infermiere coordinatore della UOC Geriatria del P.O. di Bassano e alla dott.ssa Lidia Bertorella Inf. coordinatrice della UOC Medicina 3 del P.O. di Santorso, quali esperti individuati dalla Direzione Generale con e-mail del 30.07.2024, le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte per la valutazione tecnico-qualitativa;
- in data 06.09.2024 è pervenuta la relazione di scelta delle esperte sopra citate con cui, esaminata la documentazione tecnica prodotta dalle ditte, è stata individuata la proposta tecnica economica della ditta Promed srl come unica offerta idonea per le motivazioni riportate nella relazione allegata (Allegato 1);

Rilevato che l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica ha provveduto, quindi, ad attivare in data 24.04.2024, sulla piattaforma Aria/Sintel con prot. Ulss n. 83352 del 18.09.2024 (ID Sintel 189561327) la procedura telematica di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Promed Srl per la fornitura di aghi cannula di sicurezza con prolunga, per l'importo biennale a base d'asta di € 138.966,00 (IVA esclusa);

Preso atto che entro il termine stabilito del 25.09.2024 - ore 12.00, la sopra citata ditta ha presentato regolare offerta come segue:

Descrizione	Nome commerciale dispositivi	Q.tà 24 mesi	Repertorio	Prezzo unitario	Totale offerta 24 mesi (iva esclusa)
Aghi cannula di sicurezza con prolunga integrata raccordo ad y e valvola di accesso trasparente premontata sulla seconda via	Nexiva raccordo a Y doppio q-Syte (20G, 22G, 24G)	43.700	1860078	€ 3,150	€ 137.655,00
			1860080		
			1860082		
			1860084		
			1860085		
			1860086		
			1860087		

Accertato che non sono presenti prezzi di riferimento negli elenchi trasmessi dall'Azienda Zero-UOC CRAV - con nota prot. n.121761 del 08.03.2024 (ns. prot.n.23476 del 08.03.2024) ad eccezione del prezzo per il dispositivo con rep. n. 1860078 il cui prezzo di riferimento di € 3,80 (Iva esclusa) risulta superiore rispetto al prezzo offerto;

Dato atto che:

- l'acquisto in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, e non risulta attiva alcuna iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 15 c. 7 e 8, nonché di quanto previsto dall'art. 8 dell'All. I.2 e art. 32, c. 2 e 3 dell'All. II.14 del D.lgs 36/2023 (trattandosi di fornitura che coinvolge unità operative diverse da quella che ha effettuato l'affidamento), si rende necessario individuare, come da proposta della UOC Farmacia vistata favorevolmente dal Direttore Generale con email del 30.07.2024, il dott. Matteo Zarpellon, coordinatore UCIC del P.O. di Bassano quale Direttore di Esecuzione del Contratto;
- la verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 D. Lgs. n.36/2023 risulta positivamente conclusa;

Preso atto che, come evidenziato dall'UOC Farmacia con email del 11.10.2024, i dispositivi in

oggetto trovano indicazione in setting assistenziali particolari come pazienti con scarso patrimonio venoso, con accessi vascolari difficili, soprattutto pazienti anziani e pazienti che hanno necessità di terapie infusionali continuative e che essendo in atto un'attività di monitoraggio al fine di garantire una maggiore appropriatezza di impiego degli stessi, si ritiene necessario esercitare l'opzione di riduzione dei fabbisogni del 20% come segue:

Descrizione	Nome commerciale dispositivi	Q.tà 24 mesi	Repertorio	Prezzo unitario	Totale offerta 24 mesi (iva esclusa)
Aghi cannula di sicurezza con prolunga integrata raccordo ad y e valvola di accesso trasparente premontata sulla seconda via	Nexiva raccordo a Y doppio q-Syte (20G, 22G, 24G)	34.960	1860078	€ 3,150	€ 110.124,00
			1860080		
			1860082		
			1860084		
			1860085		
			1860086		
			1860087		

Visto il D.Lgs. n. 36/2023, per quanto sopra il Dirigente propone di:

- affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di aghi cannula di sicurezza con prolunga alla ditta Promed srl per l'importo biennale di € 110.124,00 (IVA esclusa);
- dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il dott. Matteo Zarpellon, coordinatore UCIC del P.O. di Bassano come da proposta della UOC Farmacia, vistata favorevolmente dal Direttore Generale con email del 30.07.2024;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di aghi cannula di sicurezza con prolunga alla ditta Promed srl per l'importo di € 110.124,00 (Iva esclusa) per il periodo di 24 mesi;
2. di dare atto che la fornitura di cui trattasi avrà durata di 24 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, salva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;

3. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto pari ad € 134.351,28 IVA 22% compresa trova copertura come segue:

Anno	Conto	PGR	Descrizione	impegno di spesa (IVA compresa)
2024	BA0220B01	54	Dispositivi medici- presidi	€ 11.195,94
2025	BA0220B01	54	Dispositivi medici- presidi	€ 67.175,64
2026	BA0220B01	54	Dispositivi medici- presidi	€ 55.979,70

4. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Matteo Zarpellon, coordinatore UCIC del P.O. di Bassano come da proposta della UOC Farmacia, vistata favorevolmente dal Direttore Generale con email del 30.07.2024;
5. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
CIG: B3140F1BE8
Ditta: Promed s.r.l.- Via E.Mattei,20 – Dosson di Casier (Tv)
C.F./P.IVA 01542580269
6. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente tramite il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.7.2022.



Relazione tecnica.

Oggetto: **INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.**

Affidamento diretto ai sensi dell'art 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, della fornitura di aghi cannula di sicurezza con prolunga. Gara n 2024-158- BAS

ID SINTEL: 186206002

In riferimento all'indagine di mercato in oggetto (n. prot. 62089 del 05/07/2024), hanno presentato le prop di preventivo di spesa le seguenti Ditte:

Descrizione prodotto	Quantità offerte	Ditta	Prezzo unitario offerto	Importo per 24 mesi
Aghi cannula di sicurezza con prolunga integrata raccordo ad y e valvola di accesso trasparente premontata sulla seconda via	43.700	Medi Line	1,60 €	69.920,00 €
		Get Srl	1,77 €	77.349,00 €
		MEDICAL LUME	1,90 €	83.090,00 €
		Delta Med	2,70 €	117.990,00 €
		Clinilab	2,49 €	132.751,86 €
		PIDKARE	3,18 €	138.966,00 €
		Promed	3,18 €	138.966,00 €

Le caratteristiche tecniche richieste sono le seguenti:

- cannula in poliuretano ad uso medicale, radiopaca per tutta la sua lunghezza, resistente al piegamento e priva di effetto memoria in caso di inginocchiamento, lunghezza da 19 a 32 mm;
- prolunga di estensione integrata della lunghezza di 7/10 cm circa con clamp;
- raccordo ad Y integrato con tappo e valvola di accesso trasparente premontata sulla seconda via;
- alette laterali per facilitare l'inserimento, flessibili ed antiscivolo, morbide e confortevoli per il paziente, adatte anche a cute fragile;
- ago in acciaio estraibile con punta a triplice affilatura tale da consentire una penetrazione atraumatica, 20 G, 22 G e 24 G;
- tempo di permanenza in situ non inferiore a 72 ore (il tempo di permanenza dovrà essere espressamente indicato con opportuna dichiarazione da parte del produttore/fornitore);
- privo di lattice;
- sistema di sicurezza che deve essere parte integrante del dispositivo e non un accessorio, che deve coprire l'ago al momento della retrazione del mandrino, che deve attivarsi in modo passivo ed irreversibile e la cui attivazione deve essere facilmente verificabile da parte dell'operatore, in modo intuitivo, semplice e con un addestramento minimo dell'operatore;
- monouso;
- sterile;
- in confezione singola assemblata alla valvola e alla prolunga

Valvola:

- facilmente strofinabile con garza/tampone disinfettante (clorexidina 2% in alcool 70%)
- materiale trasparente per evidenziare il decorso dei fluidi
- valvola (non valvola meccanica) a pressione neutra per evitare reflusso di liquidi
- assenza di spazi morti interni
- ampia compatibilità
- privo di lattice
- in confezione assemblata all'ago



La proposta di scelta viene elaborata sulla base dei seguenti criteri previsti dall'avviso indagine di mercato elencati

- caratteristiche tecniche
- completezza documentazione e caratteristiche riportate nella scheda tecnica,
- confezionamento, etichettatura
- economicità della proposta economica.

A seguito delle prove visioni tecniche e pratiche delle campionature presentate dalle Ditte partecipanti emerge quanto segue:

MEDILINE: Non soddisfa le caratteristiche richieste: prolunga di estensione superiore a 10, inserzione poco agevole, le alette non si prendono bene. Prolunga molto lunga non si riempie agevolmente. Mandrino tanto lungo da togliere, poco agevole. Pregio durata in sede garantita da 72 a < 30gg

GET Srl: Non soddisfa le caratteristiche richieste: assente il sistema di sicurezza, nella valvola si può iniettare solo con ago e non con siringa senza ago. Packaging completamente bianco senza nessuna indicazione (scadenza, latex free etc.). Nessun pregio

MEDICAL LUME: Non soddisfa le caratteristiche richieste: le alette (una sola) presenti solo per posizionamento non rimangono in sede per fissaggio/medicazione. Iniezione nella valvola solo con ago, non fattibile con siringa senza ago. Nessun pregio

DELTA MED: Non soddisfa le caratteristiche richieste: presenza di anomalia – fini filamenti di materiale (?) sulla cannula. Al ritiro del mandrino, produce uno scatto con fuoriuscita di alcune gocce di sangue

CLINILAB: Non soddisfa le caratteristiche richieste: la Prolunga di estensione molto corta inferiore ai 7 cm, pregio: maneggevole buon riempimento del pozzetto

PIDKARE: Non soddisfa le caratteristiche richieste: presenta Alette molto rigide, possono essere causa di arrossamenti e decubiti, poco adatte a cute fragile. Il mandrino al termine dell'estrazione produce un piccolo scatto con fuoriuscita di alcune gocce di sangue. Sistema di clampaggio molto scomodo.

PROMED: Conforme alle caratteristiche richieste. Maneggevole, alette morbide, il mandrino esce agevolmente, pregio valvola doppia per entrambe le vie, durata in sede garantita 72 h e <30gg. Il più adatto alle caratteristiche richieste dalla tipologia di pazienti in ospedale, anche per le categorie di pazienti che presentano criticità alla reperibilità venosa (pazienti oncologici, ematologici, ecc.) poiché permette di incannulare anche vene di ridotto calibro o lunghezza. Riferita procedura di posizionamento indolore da parte della maggior parte dei pazienti.

Altre valutazioni e/o motivazioni della scelta

Sulla base delle valutazioni tecniche sopra esposte e dell'economicità delle offerte, risulta rispondenti in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti nell'avviso di indagine di mercato ed è pienamente rispondente alle esigenze aziendali la proposta della ditta: PROMED.

La ditta PROMED è risultata l'unica ad avere tutte le caratteristiche richieste alla valutazione: non esistono, tra le proposte valutate, alternative valide.

DATA 06/09/2024



F.to DENISE GAIO _____

F.to LIDIA BERTORELLE _____