

1.6.3 – U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

**Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.**  
**fornitura di n. 50 defibrillatori DAE per strutture diverse dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana.**  
**Gara 2024-042-TH. – Riscontro chiarimenti**

**ID SINTEL 179588158****Chiarimento 1 (ID 179.821.804)**

<b>RICHIESTA CHIARIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
<i>Nelle caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie) viene riportata "Test automatico preferibilmente giornaliero e di verifica funzionale di controllo di batteria, scheda elettronica e preferibilmente di funzionalità piastra per garantire la massima affidabilità, con indicazione di stato attraverso spia luminosa ben visibile possibilmente anche in assenza di batteria" I defibrillatori DAE funzionano esclusivamente a batteria e non hanno la possibilità di essere collegati alla rete elettrica. Si chiede pertanto di chiarire se si tratta di refuso</i>	La spia deve essere visibile anche in eventuale assenza di batteria e di eventuale totale scarica della batteria, è certamente inteso che senza batteria il defibrillatore non funziona.

**Chiarimento 2 (ID 179.967.972)**

<b>RICHIESTA CHIARIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
<i>Si richiede se è possibile formulare l'offerta inserendo e quotando anche moduli opzionali disponibili per i dispositivi oggetti di gara, in modo da permettere alla stazione appaltante una più dettagliata valutazione tecnica e valutare eventuali opzioni disponibili.</i>	I moduli opzionali possono essere inseriti in un listino ma non saranno oggetti di valutazione.

**Chiarimento 3 (ID 179.976.796)**

<b>RICHIESTA CHIARIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
<i>Si chiedono i seguenti chiarimenti: In merito al punto 14, qualora l'apparecchio offerto utilizzi elettrodi di tipo universale, adatti per l'uso sia su paziente adulto che paziente pediatrico, si chiede quante coppie di elettrodi debbano essere fornite per DAE. In merito alla richiesta di assistenza tecnica full-risk, si chiede di dichiarare esplicitamente se le parti consumabili (vale a dire elettrodi e batteria) sono incluse o meno nella manutenzione full risk..</i>	Se trattasi di elettrodi di tipo universale può essere fornita una sola coppia di elettrodi. In merito alla richiesta di assistenza tecnica full-risk, le parti consumabili (elettrodi e batteria) non sono incluse.

Si conferma la data di scadenza per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche alle ore 10:00 del giorno 04.03.2024.

IL DIRETTORE  
 U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO  
 E GESTIONE LOGISTICA  
 Dott.ssa Elisabetta Zambonin

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

RUP: dott.ssa Elisabetta Zambonin; referente della pratica: dott.ssa Simona Geremia tel 0445/389414