

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1623 DEL 30/08/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. dott.ssa ELISABETTA ZAMBONIN

DIRETTORE SANITARIO f.f. dr. ENZO APOLLONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURA E MATERIALE DI CONSUMO PER PROCEDURE DI CRIOABLAZIONE DEL DISTRETTO RENALE. GARA 2024 – 067 -BAS

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1626/24

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relazione quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 98414 del 18.12.2020 è stata trasmessa alla Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) la richiesta di autorizzazione per la gara per la fornitura di apparecchiatura e materiale di consumo per procedure di crioablazione per vari distretti (renale, mammario, osseo, polmonare e prostatico);
- con nota prot. n. 168988 del 12.4.2022 (ns. prot. n. 33982 del 12.4.2022) la C.R.I.T.E., tenuto conto delle valutazioni espresse dalla Rete Oncologica Veneta, ha comunicato parere favorevole alla nuova procedura di gara limitatamente alle procedure del distretto renale;
- con deliberazione n. 1156 del 17.06.2022 è stata indetta la relativa gara che è risultata deserta per offerta inammissibile, come da deliberazione n. 286 del 17.02.2023;
- al fine di garantire la continuità della fornitura, nelle more dell'indizione di una nuova procedura di gara europea, con delibera n. 574 del 31.03.2023 si è proceduto previa indagine di mercato comparativa, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, all'affidamento diretto alla ditta Sunshine 7 s.r.l. della fornitura di apparecchiatura e materiale di consumo per procedure di crioablazione, per il periodo di 12 mesi, per l'importo di € 131.900,00 (esclusa IVA 22%);
- con nota prot. n. 12234 del 07.02.2024 è stata comunicata alla C.R.I.T.E. l'avvio di una nuova procedura di gara con modifica della base d'asta.

Dato atto che con deliberazione n. 443 del 08.03.2024 è stata pertanto indetta la gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di apparecchiatura e materiale di consumo per procedure di crioablazione del distretto renale per l'importo triennale a base d'asta di € 357.000,00 (IVA esclusa).

Preso atto che:

- entro il termine del 23.04.2024 ore 10:00, tramite la piattaforma Sintel, risulta pervenuta l'offerta della ditta Sunshine 7 S.r.L..
- con deliberazione n.1000 del 31.05.2024 è stato approvato il verbale del 24.04.2024 del seggio di gara da cui è risultato che la suddetta ditta è stata ammessa alla fase di valutazione delle offerte tecniche e si è provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice così composta:

PRESIDENTE: dott.ssa Antonella Filippin, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia

COMPONENTI: dr. Andrea Marzio, Dirigente Medico U.O.C. Radiologia P.O. Bassano
dr. Tommaso Silvestri, Dirigente Medico U.O.C. Urologia P.O. Bassano

SEGRETARIO: dott.ssa Angela Pascale, Assistente Amministrativo U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

Dato atto che:

- la Commissione Giudicatrice, come da verbale della seduta riservata in data 10.06.2024, allegato 1) al presente provvedimento, ha provveduto, a seguito delle valutazioni effettuate, ad attribuire alla ditta Sunshine 7 S.r.L. il punteggio qualità di 70 punti;

- la ditta sopra citata è stata ammessa alla fase di apertura delle offerte economiche, avendo superato complessivamente il punteggio minimo di punti 42/70 come previsto dall'art. 17.1 del Disciplinare di gara;
- in data 11.06.2024 la Commissione Giudicatrice, come da verbale allegato 2) al presente provvedimento, ha provveduto all'apertura dell'offerta economica che è risultata la seguente:

Ditta	Valore economico	Punteggio economico	Punteggio tecnico	Punteggio totale
Sunshine 7 S.r.L.	€ 357.000,00	30,00	70,00	100,00

Accertato che:

- l'acquisto in oggetto non risulta presente nelle categorie merceologiche e relative soglie di obbligatorietà la cui acquisizione è rimessa ai soggetti aggregatori (Consip e Centrali Regionali), in attuazione a quanto disposto dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015;
- non risultano prezzi di riferimento negli elenchi trasmessi dall'Azienda Zero – U.O.C. CRAV con nota prot. n. 372834 del 25.07.2024 e che non sono presenti prezzi di riferimento elaborati dall'A.N.A.C.;
- con email del 13.08.2024 la Direzione Generale ha designato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il dr. Calogero Cicero, Direttore U.O.C. Radiologia del P.O. di Bassano;
- le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali alla data del presente atto hanno dato esiti positivi, tranne che per la comunicazione/informativa antimafia in quanto la Prefettura competente non ha ancora provveduto ad evadere la richiesta; tuttavia, essendo decorso il termine di 30 giorni, come dall'art. (88/92) del d.lgs 159/2011 e s.m.i, è possibile procedere alla stipula del contratto, con apposita condizione risolutiva;
- il contratto d'appalto che sarà stipulato in esecuzione del presente atto avrà validità di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi e prorogabile per 12 mesi, salva la facoltà di risoluzione anticipata nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023.

Visto il D. Lgs. n.36/2023.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica propone pertanto di:

- approvare i verbali della Commissione Giudicatrice del 10.06.2024 e del 11.06.2024 relativi rispettivamente alla valutazione dell'offerta tecnica e di apertura dell'offerta economica, Allegati n. 1 e n. 2 al presente provvedimento;
- aggiudicare la gara europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n.36/2023, per l'affidamento della fornitura di apparecchiatura e materiale di consumo per procedure di crioablazione del distretto renale alla ditta Sunshine 7 S.r.L. per l'importo, per il periodo di 36 mesi, di € 357.000,00 (Iva esclusa);
- dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risoluzione anticipata nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
- individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il dr. Calogero Cicero, Direttore U.O.C. Radiologia del P.O. di Bassano.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare

istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di recepire i verbali della Commissione Giudicatrice del 10.06.2024 e 11.06.2024 relativi rispettivamente alla valutazione dell'offerta tecnica e di apertura dell'offerta economica, Allegati n. 1 e n. 2 al presente provvedimento;
2. di aggiudicare la gara europea a procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs n.36/2023, per l'affidamento della fornitura di apparecchiatura e materiale di consumo per procedure di crioablazione del distretto renale, indetta con deliberazione n. n. 443 del 08.03.2024, alla ditta Sunshine 7 S.r.L. per l'importo, per il periodo di 36 mesi, di € 357.000,00 (Iva esclusa);
3. di dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risoluzione anticipata nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023;
4. di dare atto che il contratto d'appalto che sarà stipulato in esecuzione del presente atto avrà validità di 36 mesi, indicativamente dal 01.10.2024 al 30.09.2027, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi e prorogabile per 12 mesi;
5. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 435.540,00 (IVA 22% compresa) per il periodo di 36 mesi, trova copertura nel bilancio come segue:

anno	conto	PGR	descrizione	impegno di spesa (IVA compresa)
2024	BA1530Y00	84	Altri servizi sanitari da privato - service - altro	36.295,00 €
2025				145.180,00 €
2026				145.180,00 €
2027				108.885,00 €

6. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
CIG nr. B0C888EA1C - Ditta SUNSHINE 7 s.r.l., con sede in Bassano del Grappa, Via Bastion, 49/4, C.F./partita IVA 03627960242;
7. di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il dr. Calogero Cicero, Direttore U.O.C. Radiologia del P.O. di Bassano;
8. di provvedere a tutte le comunicazioni e a tutti gli obblighi informativi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente circa l'esito della gara, i cui costi, sostenuti da questa Azienda, saranno rimborsati dalla ditta aggiudicataria;
9. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente il link di collegamento con la BDNCP, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;
10. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;
11. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
C.F. e P. IVA 00913430245

Oggetto: Gara a procedura aperta per la fornitura di apparecchiatura e materiale di consumo per procedure di crioablazione del distretto renale. GARA 2024 – 067 -BAS - CIG B0C888EA1C.

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA del 10.06.2024

Il giorno 10 giugno 2024 alle ore 14:30 si è riunita, in seduta riservata presso la sala riunioni della palazzina uffici piano -1 del P.O. Bassano, la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica presentata dalla ditta partecipante alla procedura di gara in oggetto.

La Commissione giudicatrice, nominata n. delibera n. 1000 del 31.05.2024, risulta così composta:

Presidente	dott.ssa Antonella Filippin, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia;
Componenti	dr. Tommaso Silvestri, Dirigente Medico U.O.C. Urologia P.O. Bassano;
	dr. Andrea Marzio, Dirigente Medico U.O.C. U.O.C. Radiologia P.O. Bassano;
Segretario	dott.ssa Angela Pascale, Assistente amministrativo dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

Il Presidente ricorda che, tramite la piattaforma Sintel, ha presentato offerta ed è stata ammessa alla fase di valutazione della documentazione tecnica, come da verbale agli atti, la seguente ditta

ID OFFERTA	DATA	OPERATORE ECONOMICO	P. IVA
1713830700857	23/04/2024	Sunshine 7 S.r.l.	03627960242

I suddetti componenti dichiarano, come da note agli atti, di non aver cause d'incompatibilità

Il Presidente rammenta che l'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
totale	100

L'attribuzione dei 70 punti qualità previsti saranno assegnati valutando le caratteristiche dell'offerta tecnica delle ditte concorrenti sulla base dei seguenti criteri indicati dall'art. 17.1 del disciplinare di gara:

CRITERI VALUTAZIONE	/ELEMENTI	DI	Metodo attribuzione punteggi	Tipologia	PUNTEGGIO MASSIMO 70
1)	Visibilità dell'ago con sonda ecografica		Discrezionale: relazionale	D	MASSIMO PUNTI 6
2)	Rigidità del dispositivo/penetrabilità nei tessuti		Discrezionale: relazionale	D	MASSIMO PUNTI 8
3)	Dimensione massima dell'area di necrosi prodotta		Discrezionale: relazionale	D	MASSIMO PUNTI 10

4) Controllo e riproducibilità dell'area di necrosi	Discrezionale: relazionare	D	MASSIMO PUNTI 8
5) Diametro criosonda	Tabellare: ≥17 G = 20 punti da 15 G a 16 G= 10 punti ≤ 14 G= 1 punto	T	MASSIMO PUNTI 20
6) Gamma di misure delle criosonde	Tabellare: ≥ 3 misure = 8 punti 2 misure = 4 punti 1 misura = 1 punto	T	MASSIMO PUNTI 8
7) Soluzione di supporto offerta al clinico e/o semplicità di gestione	Discrezionale: relazionare	D	MASSIMO PUNTI 10

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42/70.

Attribuzione dei punteggi

I giudizi verranno espressi dalla Commissione Giudicatrice secondo la seguente scala di valutazione:

Livello definizione	Analisi	Coefficiente
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	1,00
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,80
Discreto	Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,60
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,40
Scarso	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,20
Non classificabile	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,00

La Commissione accede, quindi, alla piattaforma Sintel per l'esercizio delle proprie funzioni mediante le credenziali del segretario verbalizzante e procede all'apertura della "busta telematica" contenente la Documentazione tecnica dell'OE concorrente.

La Commissione prende visione del capitolato speciale d'appalto e inizia l'esame congiunto della documentazione tecnica.

La Commissione evidenzia che trattasi di attrezzatura e dispositivi già in uso presso il P.O. di Bassano e ritiene, pertanto, di procedere ad attribuire all'unanimità alla ditta **SUNSHINE 7 S.r.L.** le seguenti valutazioni e relativi coefficienti, calcolando il relativo punteggio:

criterio 1) “Visibilità dell’ago con sonda ecografica” (max punti 6):

Valutazione	Punteggio
Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	6

criterio 2) “Rigidità del dispositivo/penetrabilità nei tessuti” (max punti 8).

Valutazione	Punteggio
La sonda è facilmente maneggiabile e rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	8

criterio 3) “Dimensione massima dell’area di necrosi prodotta” (max punti 10).

Valutazione	Punteggio
Dalla documentazione tecnica risulta che la dimensione massima dell’area di necrosi in rapporto al calibro dell’ago è clinicamente ottimale e rispondente in maniera adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	10

criterio 4) “Controllo e riproducibilità dell’area di necrosi” (max punti 8).

Valutazione	Punteggio
Dalla documentazione tecnica e dall’esperienza acquisita, risulta che il controllo e la riproducibilità dell’area di necrosi risultano ottimali grazie alla tipologia di aghi e alla possibilità di modulare le dimensioni dell’ice-ball secondo necessità cliniche anche durante il trattamento; proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	8

criterio 5) “Diametro criosonda” (max punti 20).

Valutazione	Punteggio
Dalla documentazione tecnica, verificati i codici offerti, risulta che il diametro della criosonda è pari a 1,5mm (17G) e si ritiene idoneo per il trattamento di organi parenchimosi come il rene; proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	20

criterio 6) “Gamma di misure delle criosonde” (max punti 8).

Valutazione	Punteggio
Dalla documentazione tecnica, verificati i codici offerti, si riscontrano 3 tipologie di criosonde differenti.	8

criterio 7) “Soluzione di supporto offerta al clinico” (max punti 10).

Valutazione	Punteggio
Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	10

Al termine dei lavori la Commissione prende atto che deriva la seguente situazione finale:

Criterio	Sunshine 7 srl
	Punti
1) Visibilità dell’ago con sonda ecografica	6
2) Rigidità del dispositivo/penetrabilità nei tessuti	8
3) Dimensione massima dell’area di necrosi prodotta	10
4) Controllo e riproducibilità dell’area di necrosi	8
5) Diametro criosonda	20
6) Gamma di misure delle criosonde	8
7) Soluzione di supporto offerta al clinico	10



Criterio	Sunshine 7 srl
	Punti
Totale punteggio	70

La Commissione rileva che la ditta **SUNSHINE 7** ha conseguito il punteggio massimo di 70 punti.

Alle ore 15.30 si concludono i lavori e termina la seduta.

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine è letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente: F.to Dr.ssa Antonella Filippin

Componente: F.to Dr. Tommaso Silvestri

Componente: F.to Dr. Andrea Marzio

Il segretario: F.to Dott.ssa Angela Pascale

Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
C.F. e P. IVA 00913430245

Oggetto: Gara a procedura aperta per la fornitura di apparecchiatura e materiale di consumo per procedure di crioablazione del distretto renale. GARA 2024 – 067 -BAS - CIG B0C888EA1C

VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

Il giorno 11 giugno 2024 alle ore 12:00, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1000 del 31.05.2024, per procedere all'apertura delle offerte economiche presentate per la procedura in oggetto, così composta:

Presidente	dott.ssa Antonella Filippin, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia;
Componenti	dr. Tommaso Silvestri, Dirigente Medico U.O.C. Urologia P.O. Bassano;
	dr. Andrea Marzio, Dirigente Medico U.O.C. U.O.C. Radiologia P.O. Bassano;
Segretario	dott.ssa Angela Pascale, Assistente amministrativo dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

Il Presidente ricorda che non verranno ammesse alla fase di apertura delle buste economiche le offerte che in sede di valutazione tecnica non avranno raggiunto complessivamente il punteggio minimo di punti 42/70.

Il Presidente ricorda che il punteggio economico attribuito alle offerte economiche verrà determinato secondo la seguente formula:

$$Pa = P_{max} \times \frac{P_{min}}{Po}$$

Dove si intende:

Pa = Punteggio da assegnare all'offerta in considerazione

P_{max} = punteggio economico massimo assegnabile (30 punti)

P_{min} = prezzo più basso offerto in gara

Po = prezzo offerto dal singolo concorrente

Qualora la migliore offerta non raggiunga il massimo punteggio qualità di 70 punti si procederà, per le offerte che avranno raggiunto il punteggio minimo sopra indicato, alla **riparametrazione**, assegnando 70 punti all'offerta con il punteggio assoluto più alto; agli altri concorrenti verranno assegnati punteggi direttamente proporzionali sulla base della seguente formula:

$$PQx = 70 * PTx / PTMAx$$

Dove:

PQx = Punteggio qualità assegnato al concorrente

70 = costante (punteggio massimo previsto per la qualità dagli atti di gara)

PTx = Punteggio qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice all' offerta tecnica del concorrente

PTMAx = Punteggio qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice all' offerta tecnica che ha

ricevuto il miglior punteggio tra le offerte tecniche ammesse in gara.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura dei punteggi qualità attribuiti dalla Commissione Giudicatrice a seguito della valutazione effettuata sulla documentazione tecnica della ditta **SUNSHINE 7 s.r.l.** della seduta riservata in data 10.06.2024 di seguito riportati:

criterio 1) “Visibilità dell’ago con sonda ecografica” (max punti 6):

Valutazione	Punteggio
Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	6

criterio 2) “Rigidità del dispositivo/penetrabilità nei tessuti” (max punti 8).

Valutazione	Punteggio
La sonda è facilmente maneggiabile e rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	8

criterio 3) “Dimensione massima dell’area di necrosi prodotta” (max punti 10).

Valutazione	Punteggio
Dalla documentazione tecnica risulta che la dimensione massima dell’area di necrosi in rapporto al calibro dell’ago è clinicamente ottimale e rispondente in maniera adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	10

criterio 4) “Controllo e riproducibilità dell’area di necrosi” (max punti 8).

Valutazione	Punteggio
Dalla documentazione tecnica e dall’esperienza acquisita, risulta che il controllo e la riproducibilità dell’area di necrosi risultano ottimali grazie alla tipologia di aghi e alla possibilità di modulare le dimensioni dell’ice-ball secondo necessità cliniche anche durante il trattamento; proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	8

criterio 5) “Diametro criosonda” (max punti 20).

Valutazione	Punteggio
Dalla documentazione tecnica, verificati i codici offerti, risulta che il diametro della criosonda è pari a 1,5mm (17G) e si ritiene idoneo per il trattamento di organi parenchimosi come il rene; proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	20

criterio 6) “Gamma di misure delle criosonde” (max punti 8).

Valutazione	Punteggio
Dalla documentazione tecnica, verificati i codici offerti, si riscontrano 3 tipologie di criosonde differenti.	8

criterio 7) “Soluzione di supporto offerta al clinico” (max punti 10).

Valutazione	Punteggio
Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	10

Al termine dei lavori la Commissione prende atto che deriva la seguente situazione finale:

Criterio	Sunshine 7 srl
	Punti
1) Visibilità dell'ago con sonda ecografica	6
2) Rigidity del dispositivo/penetrabilità nei tessuti	8
3) Dimensione massima dell'area di necrosi prodotta	10
4) Controllo e riproducibilità dell'area di necrosi	8
5) Diametro criosonda	20
6) Gamma di misure delle criosonde	8
7) Soluzione di supporto offerta al clinico	10
Totale punteggio	70

Pertanto la ditta SUNSHINE 7 s.r.l risulta ammessa alla fase di apertura dell'offerta economica.

La Commissione accede, quindi, alla piattaforma Sintel per l'esercizio delle proprie funzioni mediante le credenziali del segretario verbalizzante e procede all'apertura della "busta telematica" contenente l'Offerta economica dell'OE concorrente.

Il Presidente ricorda che la base d'asta triennale è fissata in € 357.000,00.

Si procede a dare lettura dell'importo offerto:

Importo complessivo triennale offerto: € 357.000,00 così suddiviso:

quantità 36 mesi	descrizione	Prezzo unitario	Importo complessivo triennale
60	procedure di crioablazione del distretto Renale (con utilizzo medio di 3 criosonde)	€ 5.950,00	€ 357.000,00

Il Presidente dispone di trasmettere il presente verbale e la documentazione al Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica e RUP, dott.ssa Elisabetta Zambonin.

Alle ore 12:30 si concludono i lavori e termina la seduta.

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine è letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente: F.to Dr.ssa Antonella Filippin

Componente: F.to Dr. Tommaso Silvestri

Componente: F.to Dr. Andrea Marzio

Il segretario: F.to Dott.ssa Angela Pascale