



U.O.C. Provveditorato Economato
e Gestione della Logistica

Oggetto: Indagine di mercato comparativa per l'affidamento diretto ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss. mm. ii della fornitura di elettrobisturi. Gara n. 2023-53-TH.

ID SINTEL 168464455

Questa Azienda Sanitaria ULSS n. 7 – Pedemontana ha necessità di attivare una procedura per l'affidamento della fornitura di elettrobisturi come in calce riportato.

Le caratteristiche tecniche essenziali sono le seguenti:

Lotto	Sub lotto	Descrizione tecnica essenziale. Le caratteristiche tecniche richieste dovranno risultare dalla documentazione tecnica presentata. La loro mancanza, totale o parziale, determina l'esclusione dell'offerta.	Importo a base d'asta	Campionatura richiesta nr. di pezzi.	Quantità prevista nel periodo contrattuale di nr. 3 anni
1		Set/confezione sterile, CON ELETTRODO, composto da: • Manipolo per elettrobisturi, monouso, sterile, privo di lattice, con comando manuale a doppio pulsante (taglio e coagulo), con attacco universale da 2,38 mm (range 2,36-2,40) in modo che sia compatibile con la maggior parte degli elettrodi in commercio; • Cavo ad alta flessibilità lungo m 5 con attacco universale, tripolare tipo "Valleylab", idoneo per i generatori di proprietà in uso Valleylab, Erbe e Martin ; • Elettrodo standard a lama, monouso, rimovibile, da mm 70, in materiale inossidabile (tipo acciaio inox AISI 300), protezione in materiale plastico anti shock, latex free • Fondina porta manipolo per elettrochirurgia, latex free, lunghezza cm 14, larghezza cm 6, munita di fissaggio a tutti i tipi di tessuto (tolleranza delle misure +/- 20%).	€ 43.128,00	10	23.960
2		Set/confezione sterile, SENZA ELETTRODO, composto da: • Manipolo per elettrobisturi, monouso, sterile, privo di lattice, con comando manuale a doppio pulsante (taglio e coagulo), con attacco universale da 2,38 mm (range 2,36-2,40) in modo che sia compatibile con la maggior parte degli elettrodi in commercio; • Cavo ad alta flessibilità lungo m 5 con attacco universale, tripolare tipo "Valleylab", idoneo per i generatori di proprietà in uso Valleylab, Erbe e Martin ; • Fondina porta manipolo per elettrochirurgia, latex free, lunghezza cm 14, larghezza cm 6, munita di fissaggio a tutti i tipi di tessuto (tolleranza delle misure +/- 20%).	€ 2.160,00	10	1.200
3		Elettrodo per elettrochirurgia in materiale inossidabile (tipo acciaio inox AISI 300), protezione in materiale plastico anti shock, latex free, con attacco universale 2,38 mm (range 2,36-2,40) in modo che sia compatibile con la maggior parte dei manipoli in commercio, sterile:			
	a	Elettrodo monouso con punta a LAMA, L=70 mm (tolleranza delle misure +/-10%)	€ 540,00	4	600
	b	Elettrodo monouso con punta a LAMA, L=100 mm (tolleranza delle misure +/-10%)	€ 10.896,00	4	2.400
	c	Elettrodo monouso con punta a LAMA, L=150 mm (tolleranza delle misure +/-10%)	€ 540,00	4	600
	d	Elettrodo monouso con punta ad AGO, L=70 mm (tolleranza delle misure +/-10%)	€ 540,00	4	600
	e	Elettrodo monouso con punta ad AGO, L=150 mm (tolleranza delle misure +/-10%)	€ 86,40	4	72
	f	Elettrodo monouso con punta a PALLINA diametro 4 mm, L=70 mm (tolleranza delle misure +/-10%)	€ 147,00	4	150
g	Elettrodo monouso con punta a PALLINA diametro 4 mm, L=150 mm (tolleranza delle misure +/-15%)	€ 900,00	4	600	

Lotto	Sub lotto	Descrizione tecnica essenziale. Le caratteristiche tecniche richieste dovranno risultare dalla documentazione tecnica presentata. La loro mancanza, totale o parziale, determina l'esclusione dell'offerta.	Importo a base d'asta	Campionatura richiesta nr. di pezzi.	Quantità prevista nel periodo contrattuale di nr. 3 anni
4		Elettrodo per elettrochirurgia con rivestimento IN TEFLON e parzialmente isolato, punta esclusa, protezione in materiale plastico anti shock, latex free, con attacco universale 2,38 mm (range 2,36-2,40) in modo che sia compatibile con la maggior parte dei manipoli in commercio, sterile:			
	a	Elettrodo monouso con punta a LAMA, L=70 mm (tolleranza delle misure +/-10%)	€ 7.200,00	2	1.500
	b	Elettrodo monouso con punta a LAMA, L=100 mm (tolleranza delle misure +/-10%)	€ 6.432,00	2	1.200
5		Elettrodo per elettrochirurgia in tungsteno, protezione in materiale plastico anti shock, latex free, con attacco universale 2,38 mm (range 2,36-2,40) in modo che sia compatibile con la maggior parte dei manipoli in commercio, sterile, monouso con punta RETTA ad AGO, L = 55 mm (tolleranza delle misure +/-10%)	€ 7.680,00	2	600
6		Elettrodo per elettrochirurgia, protezione in materiale plastico anti shock, latex free, con attacco universale 2,38 mm (range 2,36-2,40) in modo che sia compatibile con la maggior parte dei manipoli in commercio, sterile, a LOOP in tungsteno per microdissezione, L=150 mm (tolleranza delle misure +/- 15%).			
	a	Elettrodo monouso a loop, misure 15 x 10 mm (tolleranza delle misure +/- 20%)	€ 1.829,40	1	60
	b	Elettrodo monouso a loop, misure 20 x 15 mm (tolleranza delle misure +/- 20%)	€ 3.658,80	1	120
	c	Elettrodo monouso a loop, misure 25 x 8 mm (tolleranza delle misure +/- 20%)	€ 1.829,40	1	60
7		Elettrodo per elettrochirurgia, protezione in materiale plastico anti shock, latex free, con attacco universale 2,38 mm (range 2,36-2,40) in modo che sia compatibile con la maggior parte dei manipoli in commercio, sterile, a VELA in tungsteno per microdissezione, L=150 mm (tolleranza delle misure +/- 15%)			
	a	Elettrodo monouso a vela, misure 15x10 mm (tolleranza delle misure +/-20%)	€ 1.080,00	2	60
	b	Elettrodo monouso a vela, misure 20x12 mm (tolleranza delle misure +/-20%)	€ 1.080,00	2	60
	c	Elettrodo monouso a vela, misure 24x15 mm (tolleranza delle misure +/-20%)	€ 2.160,00	2	120
8		Spugnetta abrasiva per elettrochirurgia monouso, sterile, radiopaca, per la pulizia degli elettrodi, con adesivo per il sicuro posizionamento	€ 2.880,00	10	12.000

Quadro economico					
Lotto	Importo base d'asta, 36 mesi	Importo eventuale opzione di rinnovo 12 mesi	Importo eventuale estensione del 10% art. 106 Dlgs 50/2016	Importo eventuale proroga di mesi 0	Totale importo del Cig
1	€ 43.128,00	€ 14.376,00	€ 5.750,40	€ 0,00	€ 63.254,40
2	€ 2.160,00	€ 720,00	€ 288,00	€ 0,00	€ 3.168,00
3	€ 13.649,40	€ 4.549,80	€ 1.819,92	€ 0,00	€ 20.019,12
4	€ 13.632,00	€ 4.544,00	€ 1.817,60	€ 0,00	€ 19.993,60
5	€ 7.680,00	€ 2.560,00	€ 1.024,00	€ 0,00	€ 11.264,00
6	€ 7.317,60	€ 2.439,20	€ 975,68	€ 0,00	€ 10.732,48
7	€ 4.320,00	€ 1.440,00	€ 576,00	€ 0,00	€ 6.336,00
8	€ 2.880,00	€ 960,00	€ 384,00	€ 0,00	€ 4.224,00
Tot.	€ 94.767,00	€ 31.589,00	€ 12.635,60	€ 0,00	€ 138.991,60

Nell'ipotesi che taluni dispositivi indicati nel bando possano riportare a marchi o denominazioni riconducibili a specifici produttori, si fa presente che tali indicazioni non sono vincolanti e l'Offerente, a sua discrezione, potrà offrire il prodotto indicato o un prodotto equivalente, compatibile e conforme, ovvero con la medesima destinazione d'uso e con livelli prestazionali sovrapponibili o migliori.

Le Ditte partecipanti dovranno presentare entro i termini sotto indicati, campionatura gratuita che **NON** verrà restituita, nelle quantità indicate nella sopra riportata tabella.

La consegna dei prodotti relativi alla campionatura, dovrà essere effettuata entro il termine di cui sotto franca di trasporto ed imballo, scaricata a magazzino presso il Magazzino Economale Sede Distrettuale (ex Ospedale di Schio) in via S. Camillo De Lellis, 1 - 36015 SCHIO (Vi) tel. 0445-509022-9100, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

La mancata presentazione della campionatura determinerà l'impossibilità di procedere alla valutazione del preventivo presentato.

Si invitano le Aziende interessate a manifestare l'interesse a questa procedura presentando un proprio preventivo completo della documentazione tecnica entro le **ore 15:00 del 15/06/2023**, mediante inserimento della documentazione nella piattaforma telematica Sintel collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili.

Si tratta di una fornitura di importo inferiore ad € 139.000,00 quindi soggetta all'applicazione dell'art 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni) convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii.

L'affidamento diretto avverrà previa richiesta di offerta su piattaforma telematica ARIA/SINTEL alla ditta che avrà presentato il preventivo più conveniente sulla base dei requisiti migliorativi rispetto alle condizioni minime richieste, di seguito elencati in ordine decrescente di importanza:

- Specifiche e caratteristiche tecniche rilevate dalla documentazione tecnica e prove tecniche e pratiche sulla campionatura presentata;
- Ergonomia e praticità d'uso, qualità dei materiali, resistenza alla rottura degli elettrodi;
- Rimovibilità dell'etichetta ai fini della tracciabilità;
- Facilità di apertura delle confezioni e del confezionamento;
- Lotto 8 (Spugnette): resistenza del materiale abrasivo sulla superficie della spugna, efficienza e pulizia dell'elettrodo, tenuta del posizionamento, facilità di apertura delle confezioni e del confezionamento
- Elementi economici.

Trattamento dei dati personali

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 che ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e che i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Questa Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare l'indagine in argomento, nonchè di non dare seguito alla successiva richiesta di offerta, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Zambonin, Direttore della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

Il referente della pratica è il Dott. Enrico Bandolin – Ufficio gare tel. 0445-389127.

Il Direttore
UOC Provveditorato Economato
e Gestione della Logistica
(Dott.ssa Elisabetta Zambonin)

(documento firmato digitalmente
secondo la normativa vigente)