



### **RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 3**

Indagine di mercato comparativa con richiesta di preventivo ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii per l'affidamento del servizio di monitoraggio chimico, fisico, ambientale e biologico per la sorveglianza sanitaria. GARA 2023-095-BAS - ID SINTEL 169441628

- **Quesito**

Si chiede se in alternativa al metabolita ac Esafluoroisopropilico urinario sia possibile ricercare, quale metabolita del gas sevofluorano, il Sevorane.

### **RISPOSTA**

- In alternativa al metabolita ac. Esafluoroisopropilico è possibile ricercare il Sevorane, con l'accortezza di analizzarlo nel più breve tempo possibile in laboratorio a causa della sua volatilità.

Il Direttore  
U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica  
(dott.ssa Elisabetta Zambonin)

IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisabetta Zambonin  
Referente per l'oggetto:dott.ssa Roberta Basso (Tel: 0424/885229)