

REGIONE DEL VENETO

ULSS7
PEDEMONTANAU.O.C. Provveditorato Economato
e Gestione della Logistica**Oggetto: Indagine di mercato comparativa con preventivo. Affidamento diretto fornitura di kit di motorizzazione e moltiplicatori di spinta per carrozzine per l'Assistenza Protetica. Gara 2023-139-TH.****ID SINTEL 170923597**Questa Azienda ha necessità di acquisire, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss. mm. ii., la fornitura di **kit di motorizzazione e moltiplicatori di spinta per carrozzine per l'Assistenza Protetica** come sotto indicato:

RIFERIMENTO 1	Descrizione/quantità: kit di motorizzazione universale per carrozzine con agganci diversi:	Importo totale annuale a base d'asta per ciascun subriferimento
Sub A	n. 5 kit di motorizzazione universale per carrozzine con aggancio unico frontale	€ 14.200,00
Sub B	n. 5 kit di motorizzazione universale per carrozzine doppio laterale	€ 13.000,00
Sub C	n. 1 kit di motorizzazione universale per carrozzine con estrema portata/pendenza	€ 3.900,00
Sub D	n. 5 Ricambi batteria per tutte le tipologie	€ 3.000,00
Sub E	n. 1 Manubrio per paziente tetraplegico	€ 400,00

Importo complessivo annuale Riferimento n. 1 € 34.500,00

RIFERIMENTO 2	Descrizione/quantità moltiplicatori di spinta	Importo totale annuale base d'asta per ciascun subriferimento
Sub A	n. 6 moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali comando accompagnatore	€ 4.800,00
Sub B	n. 5 moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali	€ 20.500,00
Sub C	n. 5 moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali	€ 22.750,00

Importo complessivo annuale Riferimento n. 2 € 48.050,00**CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA (OBBLIGATORIE)****RIFERIMENTO 1: codice nomenclatore tariffario 12.24.09.015 kit di motorizzazione universale per carrozzine composto da:**

12.24.09.015 kit di motorizzazione universale per carrozzine composto da un telaio in acciaio inox rinforzato, da una ruota motrice con cerchi di alluminio rinforzato, fissata ad una forcella, collegata e manovrata da un manubrio, alimentata da una batteria, servita da un freno a disco e collegabile alla quasi totalità dei modelli di carrozzine ad autospinta in commercio (sia a telaio fisso che pieghevole) con un meccanismo di innesto rapido, facile ed intuitivo.

Caratteristiche:

- Motore integrato nel mozzo anteriore
- Parafango integrato
- Cavalletto di sostegno
- Potenza minima: 500W
- Batteria: al litio, minimo 36V
- Peso completo minore di 10,5Kg
- Autonomia minima: 40km
- Varie velocità più retromarcia
- Massima pendenza superabile: almeno 10%
- Batteria certificata per il trasporto in aereo
- vita minima del dispositivo 6 anni
- consegna entro 15 giorni lavorativi dall'emissione dell'ordine.

Il servizio deve prevedere la consegna e l'aggancio dello stesso alla carrozzina in dotazione all'utente, adeguamento alla carrozzina in uso, nonché la formazione dell'utente da parte di personale qualificato.

Velocità limitata secondo normativa

RIFERIMENTO 2: codice nomenclatore tariffario 12.24.09.009 moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali comando accompagnatore composto da:

12.24.09.009 sub A) moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali comando accompagnatore:

dispositivo che converte la quasi totalità delle carrozzine manuali in commercio in una versione motorizzata, estendendo l'autonomia degli assistiti. La tecnologia è costituita da un corpo propulsivo separato e da una batteria che si applica alla carrozzina in uso, coppia di ruote di trazione, comando accompagnatore.

La fornitura comprende carica batterie, routine anti ribaltamento se non in dotazione, manuale d'uso in italiano, istruzione all'uso al domicilio o in ambulatorio se richiesto dal clinico con relativo rilascio di certificato, montaggio e messa in opera a domicilio del paziente.

Nel caso sia richiesta dal clinico deve essere possibile effettuare una prova con l'utente finale.

Si chiede di formulare offerta anche per ricambio batteria

Caratteristiche tecniche richieste:

- peso inferiore a 10 kg senza batteria
- capacità di carico superiore o uguale a 120kg
- autonomia superiore a 13km
- pendenza massima superabile almeno 10%
- vita minima ausilio 6 anni
- velocità limitata a 6km/h.

12.24.09.009 sub B) moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali:

dispositivo che converte la quasi totalità delle carrozzine manuali in commercio in una versione motorizzata, estendendo l'autonomia degli assistiti. La tecnologia è costituita da un corpo propulsivo separato e da una batteria che si applica alla carrozzina in uso, che agisce direttamente sulle ruote della carrozzina tramite un comando joystick, deve prevedere il blocco dei comandi utilizzabile a richiesta anche dall'accompagnatore.

La fornitura comprende carica batterie, routine anti ribaltamento se non in dotazione, manuale d'uso in italiano, istruzione all'uso al domicilio o in ambulatorio se richiesto dal clinico con relativo rilascio di certificato, montaggio e messa in opera a domicilio del paziente.

Nel caso sia richiesta dal clinico deve essere possibile effettuare una prova con l'utente finale.

Si chiede di formulare offerta anche per ricambio batteria

Caratteristiche tecniche richieste:

- peso inferiore a 10 kg senza batteria
- capacità di carico superiore o uguale a 120kg
- autonomia di almeno 7 km

- pendenza massima superabile 10%
- vita minima ausilio 6 anni
- velocità limitata a 6km/h.

12.24.09.009 sub C) moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali:

dispositivo che converte la quasi totalità delle carrozzine manuali in commercio in una versione motorizzata, estendendo l'autonomia degli assistiti. La tecnologia è costituita da due motori alloggiati in un contenitore installato posteriormente o sotto il sedile o in alternativa installati direttamente all'interno dei mozzi delle ruote. Trazione diretta attraverso cremagliera montata sulle ruote o direttamente all'interno dei mozzi. Comando posizionabile in diverse posizioni sia utente che accompagnatore.

La fornitura comprende carica batterie, ruotine anti ribaltamento se non in dotazione, manuale d'uso in italiano, istruzione all'uso al domicilio o in ambulatorio se richiesto dal clinico con relativo rilascio di certificato, montaggio e messa in opera a domicilio del paziente. Nel caso sia richiesta dal clinico deve essere possibile effettuare una prova con l'utente finale.

Si chiede di formulare offerta anche per ricambio batteria

Caratteristiche tecniche richieste:

- peso inferiore a 10 kg senza batteria
- capacità di carico superiore o uguale a 150kg
- autonomia almeno 13km
- pendenza massima superabile 15%
- vita minima ausilio 6 anni
- velocità limitata a 6km/h.

Consegna, garanzia, manutenzione e assistenza tecnica

La Ditta dovrà indicare il tipo e la durata della garanzia degli ausili con decorrenza dalla data dell'avvenuto collaudo favorevole e completamento della formazione a cui dovrà essere aggiunta la specifica garanzia della reperibilità delle parti di ricambio e accessori di ogni componente dell'ausilio.

La Ditta dovrà fornire indicazione delle modalità di erogazione dell'assistenza tecnica descrivendo il servizio di assistenza tecnica indicando il centro di assistenza tecnica, le modalità operative e logistiche ed i tempi di intervento.

La Ditta dovrà garantire la prova, la consegna in loco presso il domicilio del paziente, il montaggio ad opera di tecnico qualificato e l'addestramento al paziente all'interno del prezzo di aggiudicazione.

La Ditta dovrà garantire adeguata assistenza al paziente anche nella fase di post vendita.

La garanzia full risk intesa come garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.), nonché di buon funzionamento ai sensi dell'art. 1512 c.c., deve rispettare le seguenti condizioni di minima senza alcun onere aggiunto per questa Azienda:

- avere durata di **almeno 24 mesi**;
- copertura totale (ovvero con la possibilità di sostituzione con nuovo) di ogni singolo componente del sistema;
- non contenere "formule a scalare", ovvero dipendenti dall'utilizzo.

Ogni ausilio dovrà essere consegnato presso i luoghi indicati nei singoli ordini inoltrati dall'Assistenza Protetica. La consegna ed installazione devono avvenire entro 10 giorni lavorativi dall'emissione dell'ordine.

La consegna deve comprendere le seguenti attività:

- trasporto dell'ausilio fino al domicilio dell'assistito o in altro luogo espressamente indicato sull'ordine;
- installazione e messa in servizio da parte di personale specializzato in grado di montare ed adattare il dispositivo;
- formazione dell'assistito e/o del caregiver con consegna del manuale d'uso.

Importo della fornitura

L'importo complessivo a base d'asta per il periodo di anni 1 è pari ad € 34.500,00 IVA esclusa per il Riferimento 1 e ad € 48.050,00 IVA esclusa per il Riferimento 2.

Periodo contrattuale

Il contratto avrà la durata di anni uno, eventualmente prorogabile per mesi 6.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016.

Procedura e criterio di affidamento

Trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 139.000,00=, e pertanto si applica l'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., che prevede l'affidamento diretto.

L'affidamento diretto avverrà, per ciascun riferimento, mediante invito a presentare offerta sulla piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A. alle ditte che risulteranno aver presentato il preventivo più vantaggioso per l'Azienda.

In particolare saranno valutati i seguenti aspetti:

- conformità dei requisiti richiesti
- verifica dell'appropriatezza dei beni in rapporto alle specifiche esigenze di questa U.L.:SS.;
- capacità del motore in grado di superare pendenze superiori al 10%,
- durata della batteria maggiore (autonomia)
- peso minore e semplicità di montaggio
- estensione della garanzia (superiore a 24 mesi)
- tempi di consegna
- assistenza post vendita
- economicità della proposta economica.

Si invitano gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria **proposta tecnica ed economica**, entro le ore **10.00 del giorno 05/07/2023**, mediante inserimento della documentazione nella piattaforma telematica Sintel collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili.

La ditta dovrà presentare il proprio preventivo con i singoli prezzi unitari dei prodotti e comprensivo del listino con tutti gli accessori disponibili per singolo prodotto, completo di:

- schede tecniche dei prodotti in lingua italiana con codici CND e Repertorio ove presenti;
- copia delle certificazioni;
- dichiarazione di conformità ed eventuali altre certificazioni qualità;
- dichiarazione durata della vita dei dispositivi;
- dichiarazione reperibilità dei ricambi e modalità assistenza tecnica;
- dichiarazione garanzia dei dispositivi;
- tempi di consegna previsti per ogni singolo ordine
- descrizione assistenza tecnica e manutenzione.

Si prega di allegare tutta la documentazione sopra richiesta in un'unica cartella compressa (.zip); la cartella compressa non dovrà essere firmata digitalmente.

Potrà, ad insindacabile discrezione dell'Azienda Sanitaria, essere richiesta l'eventuale prova visione/demo degli ausili dell'offerta/e ritenuta/e di maggior interesse.

Trattamento dei dati personali

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 che ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e che i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare l'indagine in oggetto, nonché di non dare seguito al successivo affidamento senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

Il Direttore dell'U.O.C.

Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
dott.ssa Elisabetta Zambonin

IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

Resp. Procedimento: dott.ssa Elisabetta Zambonin

Ref. pratica: dott.ssa Simona Geremia (tel. 0445-389414) e-mail: simona.geremia@aulss7.veneto.it