



U.O.C. Provveditorato, Economato  
e Gestione della Logistica  
VIII.1

**Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO, CON FORMULA DEL CONTO DEPOSITO, DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI ED ATTREZZATURE PER PROCEDURE DI EMODINAMICA, ELETTROFISIOLOGIA E CHIRURGIA VASCOLARE. GARA 2023-110-BAS. CIG 98468505AD.**

**Chiarimento 33 (ID 172904759)**

<b>RICHIESTA CHIARIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
<p><i>Nel capitolato speciale rettificato art. 1 vengono indicati i seguenti riferimenti relativi alle sale oggetto dell'appalto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- U.O.C. Cardiologia di Bassano Sala Emodinamica 2213 (piano secondo) -(Allegato_planimetrie_PO_Bassano)</li> <li>- U.O.S.D. di Elettrofisiologia del P.O. di Bassano 2213 (piano secondo) -(Allegato_planimetrie_PO_Bassano)</li> </ul> <p><i>Nella versione precedente dello stesso documento come nr di riferimento erano indicati 2218 per la sala di Emodinamica c/o PO Bassano e 2213 per la sala di Elettrofisiologia c/o PO Bassano. Chiediamo se l'attuale indicazione per entrambe le sale con nr. 2213 debba considerarsi un refuso e in caso positivo chiediamo di indicare il corretto riferimento delle sale.</i></p>	<p>Si conferma quanto indicato nel capitolato rettificato. La sala indicata con il n. 2213 è condivisa tra Elettrofisiologia ed Emodinamica.</p>

**Chiarimento 34 (ID 172995139)**

<b>RICHIESTA CHIARIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
<p><b>DISCIPLINARE DI GARA - ART. 6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA</b></p> <p><i>Relativamente ai Requisiti di capacità economica e finanziaria, non menzionati, si chiede di confermare che non debbano essere presentati</i></p>	<p>Sono richiesti solo requisiti di capacità tecnica e professionale ossia il concorrente deve avere svolto, nell’ultimo triennio - decorrente dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE - forniture analoghe a quelle oggetto di affidamento, presso enti sanitari o aziende sanitarie pubbliche o private, di importo complessivo minimo pari a € 15.000.000,00= (IVA esclusa). Si rimanda all’art. 6.2 del Disciplinare rettificato.</p>

**Chiarimento 35 (ID 173096124)**

<b>RICHIESTA CHIARIMENTO</b>	<b>RISPOSTA</b>
<p><i>Si riferisce che, sulla base delle informazioni ricevute dal produttore, il dispositivo GRAFT MASTER previsto alla voce 15 dei dispositivi medici accessori, GRAFT MASTER RX 2.8-16, non è più in commercio.</i></p> <p><i>Essendo presente una categoria analoga di dispositivi alla voce 5 -STENT CORONARICI RICOPERTI tipo “PK PAPHYRUS” o equivalente COMPLESSIVAMENTE NELLE DIVERSE MISURE DISPONIBILI, si chiede conferma che la voce 15 sia da eliminare dalla lista dei dispositivi accessori da offrire.</i></p>	<p>Trattasi di refuso la voce n. 15 GRAFT MASTER RX 2.8-16 dell’elenco dei DM accessori va stralciata.</p>

IL DIRETTORE  
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO  
E GESTIONE DELLA LOGISTICA  
(dott.ssa Elisabetta Zambonin)

IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisabetta Zambonin

Referenti per l’oggetto: dott.ssa Elisabetta Berno (tel. 0424-885286 – email: [elisabetta.berno@aulss7.veneto.it](mailto:elisabetta.berno@aulss7.veneto.it))

dott.ssa Veronica Sartor (0424-885292 – email: [veronica.sartor@aulss7.veneto.it](mailto:veronica.sartor@aulss7.veneto.it))