

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.
Affidamento diretto fornitura di Apparecchiature per la diagnostica per immagini per le Centrali Operative Territoriali dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana. Finanziamento PNRR – CUP H84E22001280006. Gara 2024-006-BAS –riscontro chiarimenti

ID SINTEL 178373059

Chiarimento 1 (ID 178498627)

RICHIESTA CHIARIMENTO	RISPOSTA
<i>Buongiorno, nei requisiti di gara si richiede che “le apparecchiature dovranno prevedere il collegamento e l’interfacciamento alla futura Infrastruttura regionale di Telemedicina”. Siamo a chiedere se l’interfacciamento richiesto consiste in un’integrazione software e nel caso di risposta positiva se verrà eseguita da voi o dalla società che ha sviluppato il software o se viene richiesta un’integrazione da parte della società a cui viene affidata la fornitura. Distinti saluti</i>	<p>Si conferma che l’interfacciamento richiesto alla futura Infrastruttura regionale di Telemedicina riguarda un’integrazione software delle apparecchiature oggetto della fornitura.</p> <p>Per quanto concerne l’esecuzione dell’integrazione, si conferma che sarà a carico dell’azienda a cui verrà affidata la fornitura. La suddetta ditta dovrà prevedere, senza alcun onere aggiuntivo, l’interfacciamento delle apparecchiature con la futura Infrastruttura regionale di Telemedicina.</p>

Chiarimento 2 (ID 178502037)

RICHIESTA CHIARIMENTO	RISPOSTA
<i>Buongiorno, si chiede se è possibile presentare offerta solo per 1 dei riferimenti della presente richiesta.</i> <i>Si chiede inoltre di poter avere una descrizione più dettagliata ed esplicativa del punto 8 delle Caratteristiche di minima per il rif. 1. Grazie</i>	<p>Si conferma la possibilità di presentare offerta per uno solo dei riferimenti.</p> <p>Si specifica che viene richiesta una funzionalità interna alla macchina, tipo Tutorial, per aiutare l’operatore poco esperto nell’acquisizione delle principali scansioni in ambito addominale, cardiologico, ostetrico, ginecologico e vascolare; questa funzionalità deve indicare all’operatore un riferimento anatomico di come posizionare il trasduttore per ottenere la scansione desiderata e visualizzare anche un’immagine ecografica di riferimento a titolo esemplificativo.</p>

Chiarimento 3 (NS PROT. 0003900/24 del 15.01.2024)

RICHIESTA CHIARIMENTO	RISPOSTA
<i>In riferimento all’indagine di mercato di cui in oggetto e al bando allegato, con la presente siamo a richiedere se è possibile presentare offerta anche soltanto per uno solo dei due riferimenti.</i>	<p>Vedasi risposta Chiarimento 2</p>

Si provvede a pubblicare l'Avviso Indagine di Mercato prot. n. 0002708/24 del 11.01.2024 rettificato.
Si conferma la data di scadenza per la presentazione delle offerte tecniche ed economiche al 23.01.2024 ore 10:00.

IL DIRETTORE

U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO

E GESTIONE LOGISTICA

dott.ssa Elisabetta Zambonin

IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE

Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisabetta Zambonin

Referente per l'oggetto: dott.ssa Veronica Sartor (0424-885292 – email: veronica.sartor@aulss7.veneto.it)