

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.
Affidamento diretto fornitura di un colposcopio per l'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Bassano del Grappa. Gara 2024-001-TH.

ID SINTEL 178552922

Questa Azienda ha necessità di acquisire, ai sensi l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura di un colposcopio per l'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Bassano del Grappa.

Il colposcopio dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)

1	Corpo ottico compatto dotato di comandi per la regolazione di fuoco, intensità luminosa, inserimento filtri ottici, ingrandimenti e acquisizione video immagini
2	Gruppo Ottico di tipo Stereo binoculare "Galileano" con focale variabile da almeno 250mm a 400mm in continuo tramite comando meccanico manuale o elettrico
3	Diametro non inferiore a 65mm con ottiche totalmente apocromatiche
4	Predisposizione per uso con laser CO2 delle marche più conosciute (lumenis, deka)
5	Oculari in dotazione da 12,5X o in alternativa 10X con possibilità di effettuare tramite apposita ghiera la compensazione ametropie, potere diottrico -7D / +7D. Ingrandimento gruppo ottico tramite tamburo ottico con almeno 5 ingrandimenti 0,4 - 0,6 - 1 - 1,6 - 2.5 Ovvero 2X - 3X - 5X - 8X - 10X campo illuminato 80 mm - 50mm - 32mm - 20mm - 16mm
6	Lenti con trattamento apocromatico del modello additivo R.G.B. per ridurre i riflessi scuri provenienti dalla cervice. Distanza interpupillare gestibile per una distanza compresa tra i 50mm e 80mm. Collimazione con spostamento millimetrico modificabile tramite ghiera micrometrica posta alla loro base. Almeno N.03 possibilità di messa a fuoco: 1) Automatica all'accensione: allineamento del gruppo ottico a 300mm. 2) Manuale laterale a movimentazione progressiva; 3) Elettrica micrometrica con Joystick posto sull'impugnatura e spostamento di +/- 1mm
7	Fonte luce a LED da almeno 88.000 lux con compensazione della luce al variare degli ingrandimenti. Ampiezza del campo illuminato da almeno 88mm con massimo ingrandimento - Filtro verde e giallo con inserimento tramite ghiera bilaterale. Stativo con Base con diametro non inferiore a 550mm a 5 bracci dotati di copertura antiurto e ruote antistatiche in silicone, piroettanti, a doppio passo e dotate tutte di blocco per la massima stabilità. Rotazione stativo non inferiore a 350° con blocco meccanico
8	Bracci che abbiano una lunghezza totale non inferiore a 115cm, gestiti con sistema non a molle, ma da pistoni a gas inerte o similare che garantisca la massima precisione e progressività nel movimento Il sistema deve raggiungere una altezza massima non inferiore a 140 cm e minima non inferiore 60 cm, inclinazione + 30° / - 25°. Telecamera medicale Full HD (1920 × 1080P) integrata nella testa del colposcopio. Gestione della regolazione del bianco della telecamera automatica. Coperture siliconiche pluriuso autoclavabili per tutte le ghiera e manopole presenti per effettuare le procedure in sterilità.
9	Sistema acquisizione video e immagini: a) Opzione 1: sistema di acquisizione video e immagini tramite comando presente sulla impugnatura del corpo del colposcopio o tramite telecomando. Connessione tramite cavo di rete ad un computer esterno per condivisione foto video

	<p>Monitor full hd integrato con braccio inserito nel corpo del colposcopio.</p> <p>b) Opzione 2: Computer touch screen "ALL IN ONE MEDICALE" da almeno 24" montato sul braccio del colposcopio.</p> <p>Possibilità di elaborare facilmente immagini e video utili a scopo diagnostico, scientifico e didattico.</p> <p>Referto paziente in formato A4 completo di anagrafica, anamnesi, informazioni e immagini salienti dell'esame, nome del medico che ha eseguito la procedura.</p> <p>Stampante a colori con possibilità di stampa fronte/retro</p> <p>Pedale impermeabile per acquisizione video e immagini</p>
--	--

Garanzia, manutenzione e assistenza tecnica

La Ditta dovrà indicare il tipo e la durata della garanzia delle attrezzature con decorrenza dalla data dell'avvenuto collaudo favorevole e completamento della formazione a cui dovrà essere aggiunta la specifica garanzia della reperibilità delle parti di ricambio e accessori di ogni componente dell'attrezzatura per almeno un decennio dalla data di installazione anche se richiesti da terzi manutentori per conto dell'Azienda Sanitaria, dichiarando i relativi tempi massimi di fornitura.

La garanzia intesa come garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.), nonché di buon funzionamento ai sensi dell'art. 1512 c.c., deve rispettare le seguenti condizioni di minima senza alcun onere aggiunto per questa Azienda:

- avere durata di **almeno 24 mesi**;
- copertura totale (ovvero con la possibilità di sostituzione con nuovo) di ogni singolo componente del sistema;
- non contenere "formule a scalare", ovvero dipendenti dall'utilizzo.

Durante il periodo di garanzia dovrà essere assicurata la manutenzione e l'assistenza tecnica in modalità **full-risk** secondo quanto dettagliato.

Per manutenzione ed assistenza tecnica **full-risk si intende**: manutenzione preventiva (almeno 2 visite/anno o secondo protocollo del costruttore), evolutiva (per i sistemi HD e SW dovuta ad adeguamenti normativi nazionali e/o regionali, aggiornamento di versione, ecc), correttiva, parti di ricambio incluse e numero di interventi illimitati e controlli qualità secondo i medesimi livelli prestazionali offerti per il contratto post-garanzia.

La ditta aggiudicataria provvederà a proprie spese ad eliminare gli inconvenienti e/o ad introdurre le eventuali funzionalità mancanti rispetto ai vincoli indicati nel presente CSA.

L'assistenza e la manutenzione dovranno essere garantite anche per i moduli opzionali e per le integrazioni specifiche aziendali e per ogni modulo/componente offerto.

La Ditta deve fornire le seguenti informazioni tecnico/logistiche:

- a) organizzazione del servizio di assistenza tecnica con indicazione del centro di assistenza tecnica;
- b) modalità operative e logistiche per garantire i tempi di intervento massimi sotto riportati e/o quelli eventualmente proposti come migliorativi.

La manutenzione ed assistenza tecnica full-risk dovrà rispettare le seguenti **condizioni di minima**:

- a) tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico **bloccante** (cioè macchina non utilizzabile) = 4 ore lavorative dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario;
- b) tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico **non bloccante** (cioè macchina utilizzabile) = 24 ore solari dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario;
- c) tempo massimo di risoluzione garantito dall'inizio dell'intervento per guasto tecnico **bloccante e non bloccante** = 24 ore solari (cioè macchina ferma al max. 24 ore solari dall'inizio dell'intervento), escluso i giorni festivi di calendario;
- d) interventi di manutenzione evolutiva sul software riguardanti adeguamenti a normative regionali e nazionali: dovranno essere realizzati entro 15 gg. Dall'emanazione della normativa e comunque garantiti entro l'entrata in vigore della normativa stessa.

La manutenzione dovrà prevedere obbligatoriamente, oltre a quanto sopra indicato, gli aggiornamenti alla documentazione e alla manualistica in merito alle correzioni apportate ed agli interventi effettuati.

Importo della fornitura

L'importo a base d'asta della fornitura è di **€ 20.500,00= IVA esclusa**, comprensivo della garanzia e manutenzione full-risk per 24 mesi.

OPZIONE:

Ai fini dell'acquisizione del relativo CIG l'ammontare viene stimato in € 123.000,00 comprensivo dell'opzione di estensione per l'acquisto di ulteriori analoghe attrezzature, alle medesime condizioni economiche, in caso di necessità entro 24 mesi dall'aggiudicazione.

Procedura di gara e criterio di affidamento

Trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 140.000,00=, e pertanto si applica l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede l'affidamento diretto.

L'affidamento diretto avverrà mediante invito a presentare offerta sulla piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A. alla ditta che – in possesso dei requisiti richiesti dal Titolo IV Capo II Parte V (artt. dal 94 al 98) e art. 100 del d.lgs. 36/2023 - risulterà aver presentato il preventivo più vantaggioso per l'Azienda.

In particolare saranno valutati i seguenti aspetti: ergonomia complessiva (regolazione di campo visivo, zoom e messa a fuoco) caratteristiche strutturali (stativo e bracci), movimenti e regolazioni, semplicità d'uso; caratteristiche del gruppo ottico, ingrandimenti, diaframma, filtri, messa a fuoco, caratteristiche degli oculari; caratteristiche e semplicità d'uso del sistema di acquisizione video e immagini; estensione della garanzia, economicità.

Requisiti richiesti per la partecipazione

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) requisiti di idoneità professionale a norma dell'art. 100 del Codice, comprovati dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. nell'ambito di idonea categoria merceologica per attività corrispondenti all'oggetto della fornitura di cui alla presente, oppure idoneo documento attestante la natura dell'Ente/Associazione (atto costitutivo, statuto, etc.);
- 2) possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in oggetto.

Si invitano gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria **proposta tecnica ed economica**, entro le ore **10:00 del giorno 31 gennaio 2024** mediante inserimento della documentazione nella piattaforma telematica Sintel collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili.

La ditta dovrà presentare la propria proposta completa di:

1. scheda tecnica preliminare T1 (in formato pdf);
2. scheda tecnica T2 (in formato sia excel che pdf);
3. dichiarazione di conformità ed eventuali altre certificazioni qualità;
4. dépliant ed eventuale relazione tecnica descrittiva;
5. descrizione assistenza tecnica e manutenzione;
6. preventivo economico (firmato digitalmente).

Si prega di allegare tutta la documentazione sopra richiesta in un'unica cartella compressa (.zip); la cartella compressa non dovrà essere firmata digitalmente.

Potrà, ad insindacabile discrezione dell'Azienda Sanitaria, essere richiesta l'eventuale prova visione/demo dell'attrezzatura dell'offerta/e ritenuta/e di maggior interesse.

Trattamento dei dati personali

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 che ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e che i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare l'indagine in oggetto, nonché di non dare seguito al successivo affidamento senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.

IL DIRIGENTE
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO
E GESTIONE LOGISTICA

Dott.ssa Elisabetta Berno

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

Allegati:

T1-scheda tecnica preliminare

T2-scheda tecnica

R.U.P.: dott.ssa Elisabetta Zambonin

Referente pratica: dott.ssa Simona Geremia (tel.: 0445-389414 – e-mail: simona.geremia@aulss7.veneto.it)

