

**Fornitura di n. 1 Cabina Pletismografica per Ambulatorio di Pneumologia del P.O. di Santorso. Gara 2023-240-TH.**

Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):

**Ditta**

**Produttore**

**Modello**

<b>Rif.</b>	<b>Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie):</b>	<b>Descrizione:</b>
1	SVC, FVC, MVV, test RAW (resistenze vie aeree), test VTG (volume toracico gassoso), analisi intra breath pletismografico Raw-volume, test diffusione Alveolo capillare del CO con metodica single breath e intra breath, test tronco dinamici (bronco dilatazione e bronco costrizione), test PI-PE max test P 0.1.	
2	Implementazione delle linee guida per la spirometria ERS/ATS 2019	
3	Cabina con ampia porta d'ingresso e ampio angolo di apertura, completa di sedia regolabile o in alternativa panca	
4	Modulo integrato e interfacciato al pletismografo per l'analisi dell'ossido nitrico espirato	
5	Trasuttore a circuito aperto riutilizzabile	
6	Dosimetro automatico per test metacolina integrato al sistema con gestione diretta del software pletismografo	
7	Personal computer di ultima generazione completo di monitor di almeno 24" completo di stampante laser a colori	
8	Recupero e migrazione del database numerico e grafico degli esami attualmente archiviati sui sistemi da sostituire per rielaborazione e refertazione con il sw applicativo della nuova apparecchiatura	
9	Interoperabilità con cartella clinica "e-visit"	
10	Licenze server e per DB con client illimitate o "enterprise"	
11	Protocollo HL7	
12	Possibilità di eseguire i test di SVC e meccanica respiratoria all'esterno cabina con apposito trasuttore estraibile	