

U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

**Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO.**

**Fornitura a noleggio di litotritore extracorporeo per l'U.O.S. Urologia del P.O. di Santorso. Gara 2023-235-TH.**

**ID SINTEL 175507938**

Questa Azienda ha necessità di acquisire, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la fornitura a noleggio di un litotritore extracorporeo per l'U.O.S. Urologia del P.O. di Santorso.

**Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)**

Nel servizio dovrà essere utilizzato un sistema, corredato di tutti gli eventuali accessori necessari per il pieno e corretto utilizzo, che dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche minime:

**A) Configurazione del sistema:**

- Lettino porta paziente radio endourologico su ruote e movimenti motorizzati su tutti i piani e Trendelenburg;
- Ecotomografo di puntamento, con idoneo equipaggiamento di sonde e SW di collegamento con la sorgente di onde d'urto;
- Sistema di puntamento rx scopia con arco a "C" isocentrico motorizzato, munito di interfaccia per il collegamento alla sorgente di onde d'urto;
- Stampante termica di grande formato per RX;
- Stampante termica di piccolo formato per ECO;
- Monitor ECG munito di interfaccia per il collegamento e la sincronizzazione alla sorgente di onde d'urto.

**B) Requisiti del sistema:**

- Litotritore extracorporeo multidisciplinare preferibilmente con Tecnologia Elettromagnetica o Piezoelettrica e possibilità di intervento senza l'utilizzo di sedativi;
- la sorgente terapeutica deve avere un'ampia superficie di accoppiamento con conseguente diminuzione della densità di energia al livello ingresso paziente e quindi scarsa reazione dolorifica; potrà non essere nuova di fabbrica ma comunque non dovrà superare i quattro anni dalla data di fabbricazione;
- di facile uso con puntamento sia ecografico che radiologico;
- sistema controllato attraverso consolle separata su piattaforma PC-based di facile gestione con possibilità di controllo totale di tutti i movimenti del tavolo, regolazione e controllo in ogni movimento della frequenza dei colpi per minuto, dell'intensità dei colpi generati in modo progressivo e senza scatti;
- potenza almeno 55MPa selezionabile sui vari livelli;
- possibilità di effettuare simultaneamente la localizzazione radiologica ed ecografica senza interruzione del trattamento stesso;
- il trattamento di litotrixxia deve essere il più agevole possibile per il paziente, ed eseguibile preferibilmente in posizione supina per tutto il tratto urinario a beneficio del paziente;
- frequenza dei colpi variabile e sincronizzabile con la frequenza cardiaca;
- energia nel fuoco di almeno 0.6Mj/mm2 selezionabile;
- profondità di penetrazione/posizione fuoco di almeno 150mm;
- dotata di unità radiologica a bassa emissione di raggi X, sistema automatico motorizzato a doppio monitor con possibilità di archiviazione di immagini, possibilità di stampa delle immagini su carta comune;
- dotato di unità ecografica mobile di alta definizione con ecocolordoppler munito di sonda convex indicativamente da 3,5 a 5 Mhz;
- sistema di puntamento radiologico ed ecografico ON-LINE;

- tavolo endourologico utilizzabile anche separatamente dal litotritore con movimenti motorizzati e comandabili dalla consolle e/o dal telecomando per il controllo dei movimenti, regolabile in altezza, munito di vaschetta per la raccolta dei fluidi con allacciamento a tubo flessibile, munito di sostegni per gambe e braccia e cuscino per la testa;
- apparecchio ecografico utilizzabile autonomamente;
- apparecchio radiologico utilizzabile autonomamente;
- apparecchio ECG dedicato;
- manuale d'uso in italiano;
- marchio CE.

### **Ulteriori specifiche:**

- Ampio angolo d'ingresso delle onde d'urto e ampia superficie di accoppiamento in modo da poter effettuare trattamenti pain-free, ovvero senza uso di anestesia / analgesia;
- Elevato numero di livelli di regolazione della potenza: a tal proposito, indicare scala di corrispondenza degli stessi alla pressione focale erogata (Mpa/Bar misurata a -6Db con idrofono a fibre ottiche, in accordo alla normativa attiva IEC 61846);
- Indicare la frequenza di emissione dell'onda d'urto in Hz;
- Sistema di localizzazione e puntamento radiologico, tale da garantire la massima precisione di posizionamento sul target della sorgente di onde d'urto, nel rispetto del principio della minor dose possibile di radiazioni somministrate al paziente e all'operatore e comunque in osservanza di quanto previsto dalla legislazione e dalle direttive nazionali e internazionali, nessuna esclusa, specifiche in materia;
- La sorgente di terapia deve essere preferibilmente libera da qualsiasi vincolo in modo da garantire un posizionamento sul paziente flessibile dipendentemente dalla tipologia di calcolosi da trattare;
- La sorgente deve essere munita di dispositivi per la regolazione fine del suo posizionamento ed essere dotata di un valido sistema di blocco per la sua massima immobilità sul target;
- Bassa rumorosità. Indicare il livello di Db a livello operatore;
- Manutenzione apparecchiatura garantita dall'azienda produttrice della stessa;
- Apparecchiatura che possa essere utilizzata anche per il trattamento dell'IPP (Induratio Penis Plastica).

### **C) Modalità di esecuzione del Servizio:**

Si prevede la seguente fruizione presunta da parte dell'Azienda con il seguente utilizzo dell'apparecchiatura:

- un accesso mensile con una previsione indicativa di 6 trattamenti/die per complessivi 10 accessi/anno;
- la durata giornaliera del noleggio sarà di n. 8 ore consecutive, con una ragionevole flessibilità al fine di soddisfare a pieno le esigenze dell'Ulss. Il tempo di installazione e disinstallazione dell'apparecchiatura non sarà conteggiato nelle 8 ore.

### **Importo a base d'asta e durata della fornitura**

L'appalto avrà la durata di 36 mesi dall'aggiudicazione.

Il valore complessivo a base d'asta della fornitura per il periodo di 36 mesi è di € 44.700,00=IVA esclusa.

Opzioni: rinnovo di 24 mesi pari ad € 29.800,00=IVA esclusa.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

### **Procedura di gara e criterio di affidamento**

Trattasi di affidamento di importo inferiore ad € 140.000,00=, e pertanto si applica l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede l'affidamento diretto.

L'affidamento diretto avverrà mediante invito a presentare offerta sulla piattaforma telematica Sintel di ARIA S.p.A. alla ditta che – in possesso dei requisiti richiesti dal Titolo IV Capo II Parte V (artt. dal 94 al 98) e art. 100 del d.lgs. 36/2023 - risulterà aver presentato il preventivo più vantaggioso per l'Azienda.

In particolare saranno valutati i seguenti aspetti: caratteristiche tecniche e funzionali, modalità operative e organizzazione del servizio, comfort per il paziente, ulteriori migliorie (es: assistenza in sala, software e gestione dati ecc.), economicità della proposta economica.

## **Requisiti richiesti per la partecipazione**

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti da dichiarare ai sensi del DPR 445/2000:

- 1) requisiti di idoneità professionale a norma dell'art. 100 del Codice, comprovati dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. nell'ambito di idonea categoria merceologica per attività corrispondenti all'oggetto della fornitura di cui alla presente, oppure idoneo documento attestante la natura dell'Ente/Associazione (atto costitutivo, statuto, etc.);
- 2) possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in oggetto.

Si invitano gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria **proposta tecnica ed economica**, entro le ore **10:00 del giorno 8 novembre 2023** mediante inserimento della documentazione nella piattaforma telematica Sintel collegandosi al sito internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), accedendo alla piattaforma ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili.

La ditta dovrà presentare la propria proposta completa di:

1. scheda tecnica T2 (in formato sia excel che pdf);
2. dichiarazione di conformità ed eventuali altre certificazioni qualità;
3. dépliant ed eventuale relazione tecnica descrittiva;
4. descrizione assistenza tecnica e manutenzione;
5. preventivo economico (firmato digitalmente).

Si prega di allegare tutta la documentazione sopra richiesta in un'unica cartella compressa (.zip); la cartella compressa non dovrà essere firmata digitalmente.

Potrà, ad insindacabile discrezione dell'Azienda Sanitaria, essere richiesta l'eventuale prova visione/demo dell'attrezzatura dell'offerta/e ritenuta/e di maggior interesse.

## **Trattamento dei dati personali**

Il Titolare, con delibera n. 1409 del 25/08/2023, ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, affidando l'incarico allo studio CERVATO LAW & BUSINESS S.R.L. SOCIETA' TRA AVVOCATI a partire dal 1° settembre 2023.

IL DIRETTORE  
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO  
E GESTIONE DELLA LOGISTICA  
dott.ssa Elisabetta Zambonin

IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DIGITALMENTE SECONDO LA NORMATIVA  
VIGENTE

Allegati:  
T2-scheda tecnica

RUP: dott.ssa Elisabetta Zambonin  
Referente per l'oggetto: dott.ssa Simona Geremia (tel.: 0445-389414 – e-mail: [simona.geremia@aulss7.veneto.it](mailto:simona.geremia@aulss7.veneto.it))

