

**Affidamento diretto fornitura urgente di materiale vario per il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.
GARA 2023-281-BAS. Piano nazionale Investimenti Complementari al P.N.R.R. (PNC).**

Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):

Ditta

Produttore

Modello

Rif.	Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie):	Descrizione:
1	n. 1 Frigo-congelatore combinato per conservazione dei campioni (es. acqua, ecc.) di volume lordo complessivo di circa 350 L, a basso consumo energetico, con sistema di allarme integrato per eventuali anomalie.	

**Affidamento diretto fornitura urgente di materiale vario per il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.
GARA 2023-281-BAS. Piano nazionale Investimenti Complementari al P.N.R.R. (PNC).**

Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):

Ditta

Produttore

Modello

Rif.	Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie):	Descrizione:
1	<p>Accessori per strumenti di misurazioni di campo legate alle attività di sorveglianza del servizio su varie matrici (acque, ecc.) (accessori in numero eterogeneo in base alla tipologia):</p> <ul style="list-style-type: none"> - kit di reagenti liquidi di ricambio per fotometri, cloro libero e totale scala bassa (reagenti liquidi per 300 test tra cloro totale e libero) compatibile con strumento Hanna modello HI97711C (fotometro portatile per cloro libero e totale) - cuvette di misura da 10 mL (numero minimo 4) compatibili con strumento Hanna modello HI97711C (fotometro portatile per cloro libero e totale) - kit di reagenti di taratura/calibrazione, pulizia e lavaggio compatibili con sonda multiparametrica tascabile HANNA modello HI98129 per pH (soluzione tampone), standard conducibilità, soluzione di conservazione elettrodo, soluzione lavaggio elettrodo, soluzione di calibrazione TDS 	

**Affidamento diretto fornitura urgente di materiale vario per il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana.
GARA 2023-281-BAS. Piano nazionale Investimenti Complementari al P.N.R.R. (PNC).**

Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):

Ditta

Produttore

Modello

Rif.	Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie):	Descrizione:
1	n. 1 Sonda multiparametrica per misurazioni di campo (T, pH, conducibilità , ...): - misuratore tascabile a tenuta stagna di pH, temperatura, EC e TDS - requisiti minimi per l'intervallo di misura (risoluzione): pH: 0,00-14,00 (0,01 pH), Temperatura °C: 0,0-60,0 (0,1), conducibilità: 0-3900 (1) microS/cm, TDS: 0-2000 (1) ppm; con set di soluzioni di conservazione/pulizia/calibrazione/taratura	