

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1002 DEL 16/06/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, DELLA FORNITURA DI COPERTE TERMICHE RISCALDANTI. GARA N. 2022-373-TH.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 961/23

Il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin.

Il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con delibera n. 1530 del 10/09/2021 è stata aggiudicata, ai sensi dell'art 2 lett a) del D.L 76/2020 convertito con L. 120/2020, la fornitura triennale di coperte termiche riscaldanti alla Ditta Medival S.r.l. di Padova per un importo complessivo di € 14.267,41+IVA, per il periodo 15/09/2021 - 14/09/2024;
- risulta esaurito anticipatamente il budget di spesa triennale di € 14.267,41+IVA stimato come da delibera n. 1530/2021;
- con e-mail dell'11/11/2022 l'U.O.C. Farmacia ha evidenziato un incremento dell'utilizzo delle coperte termiche presso i Gruppi Operatori dove si applica quanto previsto dalle linee guida del Nice e dalle linee di indirizzo dell'Emilia Romagna, non essendoci una procedura aziendale specifica sulla normotermia perioperatoria. L'ipotermia durante un intervento chirurgico può essere associata infatti ad un aumento del rischio di infezione del sito chirurgico; inoltre ha rilevato che nel corso dell'ultimo anno è stato uniformato l'utilizzo di questi sistemi riscaldanti in vari reparti (rianimazione, pronto soccorso e dialisi) presso il P.O. di Santorso, dove in precedenza era presente un'altra apparecchiatura e il materiale di consumo era acquistato in economia.

Dato atto che con e-mail del 06/02/2023, la dr.ssa Antonella Filippin, Dirigente Farmacista dell'UOC Farmacia, ha pertanto trasmesso il capitolato tecnico e i relativi fabbisogni per l'avvio della nuova procedura di gara per un fabbisogno triennale presunto di € 41.785,50 + Iva.

Accertato che la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9 co.3 del D.l. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi e alla data attuale non sussistono iniziative attivate da Consip Spa e che la gara per la fornitura in oggetto risulta inserita nel piano gare aziendale come da delibera n. 253/2023 (gara nr. 146).

Considerato che trattandosi di importo inferiore a € 139.000,00 è possibile procedere all'affidamento diretto, come consentito dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i..

Dato atto che:

- in data 13/02/2023 l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha quindi provveduto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel, sul sito aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) specifica indagine di mercato comparativa con preventivo prot. n. 12988/23 del 13/02/2023 per l'affidamento della fornitura di coperte termiche riscaldanti destinate all'utilizzo in pazienti adulti e pediatrici in sala operatoria, area risveglio, terapia intensiva, pronto soccorso e altri reparti, con messa a disposizione in comodato d'uso gratuito del sistema per il riscaldamento, per un importo triennale a base d'asta di € 41.785,50 + IVA.
- entro il termine stabilito del 01/03/2023 sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle seguenti ditte:
 1. Movi Spa di Milano - € 37.446,10+IVA;
 2. Medival Srl di Padova - € 41.785,50+IVA;
- con email in data 20/03/2023 la Direzione Generale ha nominato il Dott. Ermes Carollo, Infermiere Coordinatore del Gruppo Operatorio del P.O. di Santorso, quale tecnico esperto per la valutazione dei preventivi proposti, al quale è stata trasmessa la documentazione tecnica e la campionatura inviata dalle Ditte partecipanti.

- con relazione del 19/04/2023, allegato 1 al presente provvedimento, il Dott. Ermes Carollo, ha individuato quale migliore proposta quella presentata dalla Ditta Medival Srl;
- con nota prot. n. 39403/23 del 08/05/2023 l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto, pertanto, ad attivare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (n. id. 168905377), la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii, con la ditta Medival Srl, per un importo a base d'asta triennale complessivo di € 41.785,50 + IVA.

Rilevato che entro il termine stabilito negli atti di gara la Ditta Medival Srl ha presentato regolare offerta per un importo complessivo triennale di € 41.785,50 + IVA.

Accertato che i prezzi proposti sono in linea con le indicazioni di cui alla nota prot. n. 65853 del 03/02/2023 di Azienda Zero - UOC CRAV (ns. prot. 10110 del 03/02/2023); si precisa, inoltre, che non è presente alcun prezzo di riferimento elaborato dall'A.N.A.C..

Verificato che ai sensi del Regolamento Aziendale, di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/16, approvato con deliberazione n. 1821 del 29.10.2021, la fornitura di cui trattasi prevede una quota massima di incentivazione per le funzioni tecniche pari al 2% dell'importo posto a base di gara, pari ad € 835,71.

Dato atto che si rende necessario individuare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto la Dott.ssa Lidiana Crestani, Infermiere Coordinatore del Gruppo Operatorio del P.O. di Bassano, come da comunicazione del 20/03/2023 della Direzione Generale.

Per quanto sopra, il Direttore della UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica propone, pertanto, di:

- affidare, ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, la fornitura triennale di coperte termiche riscaldanti destinate all'utilizzo in pazienti adulti e pediatrici in sala operatoria, area risveglio, terapia intensiva, pronto soccorso e altri reparti con messa a disposizione in comodato d'uso gratuito del sistema per il riscaldamento, alla Ditta Medival Srl per un importo triennale complessivo di € 41.785,50 + IVA;
- nominare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto la Dott.ssa Lidiana Crestani, Infermiere Coordinatore del Gruppo Operatorio del P.O. di Bassano, come da comunicazione del 20/03/2023 della Direzione Generale;
- risolvere anticipatamente il contratto con preavviso di 30 giorni in caso di aggiudicazione di nuova gara da parte della Centrale di Committenza Regionale (CRAV) o nel caso in cui si renda disponibile una convenzione Consip relativa a forniture equivalenti alla procedura in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di affidare, ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, come

da relazione all.1 al presente provvedimento, la fornitura triennale di coperte termiche riscaldanti destinate all'utilizzo in pazienti adulti e pediatrici in sala operatoria, area risveglio, terapia intensiva, pronto soccorso e altri reparti con messa a disposizione in comodato d'uso gratuito del sistema per il riscaldamento, alla Ditta Medival Srl per un importo triennale complessivo di € 41.785,50 + IVA;

2. di dare atto che la spesa complessiva triennale è pari ad € 50.978,31 (IVA 22% compresa) oltre ad € 835,71 per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.lgs. n. 50/2016 e trova riferimento nel bilancio come segue:

anno	conto	PGR	descrizione	impegno di spesa (IVA compresa)
2023	BA0220B01	54	dispositivi medici – presidi	€ 8.496,39
2024				€ 16.992,77
2025				€ 16.992,77
2026				€ 8.496,39
2023	BA2884000	650	incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.lgs. n. 50/2016 (misura massima)	€ 835,71

3. di dare atto che il contratto avrà validità triennale con decorrenza indicativamente dal 19/06/2023 al 18/06/2026, salvo recesso anticipato con preavviso di 30 giorni, in caso si rendano disponibili convenzioni equivalenti alla procedura in argomento da parte di una centrale di committenza (Consip/Regionale);
4. di nominare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto la Dott.ssa Lidiana Crestani, Infermiere Coordinatore del Gruppo Operatorio del P.O. di Bassano, come da comunicazione del 20/03/2023 della Direzione Generale;
5. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
- Cig 9807509475;
 - Ditta Medival Srl di Milano;
 - P. Iva 00759430267.
6. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul sito aziendale e sul sito Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



MAIL

19 APR. 2023

ARRIVATO IL

Relazione tecnica

Oggetto: Indagine di mercato comparativa per l'affidamento diretto ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii della fornitura triennale di coperte termiche riscaldanti destinate all'utilizzo in pazienti adulti e pediatrici in sala operatoria, area risveglio, terapia intensiva, pronto soccorso e altri reparti con messa a disposizione in comodato d'uso gratuito del sistema per il riscaldamento. Gara n. 2022-373-TH.

In riferimento all'indagine di mercato in oggetto (n. prot. 12988/23), hanno presentato preventivo di spesa le seguenti Ditte:

- Movi Spa per un importo di € 37.446,10 + Iva;
- Ditta Medieval Srl per un importo di € 41.785,50 + Iva.

Le caratteristiche tecniche richieste nel lotto unico della procedura sono le seguenti:

Lotto	Sub lotto	Descrizione tecnica essenziale. Le caratteristiche tecniche richieste dovranno risultare dalla documentazione tecnica presentata. La loro mancanza, totale o parziale, determina l'esclusione dell'offerta.	Importo a base d'asta	Campionatura richiesta nr. di pezzi.	Quantità prevista nel periodo contrattuale di nr. 3 anni
1	a	Coperta riscaldante monopaziente, in TNT (o equivalente), non infiammabile, elettricamente non conduttiva, idrorepellente, radiotrasparente, per adulti (VEDI FIGURA 1), collegabile ad unità di riscaldamento dedicata.	€ 9.345,00	1	2.100
	b	Coperta riscaldante monopaziente, in TNT (o equivalente), non infiammabile, elettricamente non conduttiva, idrorepellente, radiotrasparente, pediatrica (VEDI FIGURA 2), collegabile ad unità di riscaldamento dedicata.	€ 8.677,50	1	1.950
	c	Coperta riscaldante monopaziente, in TNT (o equivalente), non infiammabile, elettricamente non conduttiva, idrorepellente, radiotrasparente, per adulti parte inferiore del corpo (VEDI FIGURA 3), collegabile ad unità di riscaldamento dedicata.	€ 2.670,00	1	600
	d	Coperta riscaldante da sotto braccia aperte, monopaziente, in TNT (o equivalente), non infiammabile, elettricamente non conduttiva, idrorepellente, radiotrasparente, per adulti (VEDI FIGURA 4), collegabile ad unità di riscaldamento dedicata. Il dispositivo deve garantire il drenaggio dei liquidi in modo da evitare il ristagno degli stessi tra la coperta e il corpo del paziente	€ 14.418,00	1	3.240
	e	Coperta riscaldante monopaziente parte superiore del corpo braccia chiuse (torso-tronco), in TNT (o equivalente) non infiammabile, elettricamente non conduttiva, idrorepellente, radiotrasparente, per adulti (VEDI FIGURA 5) collegabile ad unità di riscaldamento dedicata.	€ 6.675,00	1	1.500



FIGURA 1

Copertina
Adulto

FIGURA 2

Copertina
Pediatrica

FIGURA 3


Copertina parte
inferiore del
corpo

FIGURA 4

Copertina
Adulto

Figura 5

Copertina
adulto
braccia chiuse

L'importo triennale a base d'asta è di € 41.785,50 +Iva.

Come previsto nei criteri la proposta di scelta viene elaborata sulla base dei requisiti tecnici minimi richiesti e delle caratteristiche migliorative rispetto alle condizioni minime richieste, di seguito elencati in ordine decrescente di importanza:

- Specifiche e caratteristiche tecniche;
- Facilità d'uso, minor peso, minor rumore in relazione a specifiche prove tecniche della campionatura proposta;
- Elementi economici.

Dall'analisi dettagliata delle specifiche e delle caratteristiche tecniche richieste e di prove sulla campionatura consegnata, emerge che entrambi i dispositivi offerti rispondono alle caratteristiche tecniche minime richieste nel capitolato.

La struttura del riscaldatore (IOB-505) offerto dalla Ditta Movi presenta un tubo ricoperto da un involucro di plastica che avvolge il tubo stesso.

Dalla documentazione tecnica si evince che tale involucro *"minimizza la dispersione di calore durante il funzionamento del sistema"*.

Tale involucro, non richiesto nel capitolato, risulta difficilmente sanificabile in caso di imbrattamento da sangue o altri liquidi biologici in genere e quindi si renderebbe necessario ricorrere all'utilizzo di involucri sostitutivi per poter procedere al lavaggio e disinfezione di quelli utilizzati.


Dalla scheda tecnica, inoltre, non emergono le modalità di sanificazione dell'involucro in argomento né se l'apparecchiatura possa essere utilizzata in assenza dell'involucro senza provocare dispersione di calore.

Il tubo erogatore del calore risulta più pesante rispetto a quello proposto dalla Ditta Medival (TCMA 1200-EU) e nel punto di ancoraggio di alcuni modelli di coperta, tirando verso il basso il punto di innesto del tubo alla coperta stessa, ne provoca l'inghinocchiamento e la strozzatura e di conseguenza si riduce la portata dell'aria riscaldata.

Per quanto sopra relazionato, si propone di assegnare la fornitura di coperte termiche riscaldanti destinate all'utilizzo in pazienti adulti e pediatrici in sala operatoria, area risveglio, terapia intensiva, pronto soccorso e altri reparti, con messa a disposizione in comodato d'uso gratuito del sistema per il riscaldamento (gara 2022-373-TH), alla Ditta Medival Srl il cui sistema proposto risulta conforme a tutti i requisiti richiesti e alle esigenze e ai bisogni dei reparti.

Santorso, 18/04/2023

Dott. Ernes Carollo
Coordinatore Gruppo Operatorio
Ospedale di Santorso.



Azienda ULSS n. 7 Pedemontana
Via dei Lotti, 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Cod. Fisc. - P.IVA 00913430245
"Gruppo Operatorio"