

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 286 DEL 17/02/2023

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: PRESA D'ATTO GARA SENZA ESITO A SEGUITO DI OFFERTE INAMMISSIBILI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURA E MATERIALE DI CONSUMO PER PROCEDURE DI CRIOABLAZIONE DEL DISTRETTO RENALE PER L'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA (GARA 2022-135-BAS).

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA  
Anno Proposta: 2023    Numero Proposta: 176/23

*Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin*

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relazione quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1156 del 17.06.2022 è stata indetta la procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di apparecchiatura e materiale di consumo per procedure di crioablazione del distretto renale per l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, per il periodo di 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi ed eventuale proroga contrattuale per 12 mesi, per l'importo a base d'asta di € 256.800,00 (IVA esclusa);
- con successiva deliberazione n. 1673 del 09.09.2022, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura di gara, il termine per la presentazione delle offerte è stato posticipato al 22.09.2022 alle ore 10:00;
- entro il termine del 22.09.2022 ore 10:00, tramite la piattaforma Sintel risulta pervenuta la seguente offerta:

ID OFFERTA	DATA	OPERATORE ECONOMICO	P. IVA
1663688638013	20.09.2022	Sunshine 7 S.r.l.	03627960242

- come previsto dall'art. 19 del disciplinare di gara, considerato che questa Stazione Appaltante si avvale della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica ed infine alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente;
- nella seduta del 26.09.2022 il Seggio di gara ha provveduto, pertanto, come da verbale Allegato 1) al presente provvedimento, ad aprire la busta telematica 1 "Documentazione Amministrativa" senza verificare il contenuto della stessa, e ad ammettere dal punto di vista solamente operativo la sopraccitata ditta;
- con deliberazione n. 1931 del 14/10/2022 si è provveduto quindi alla nomina della Commissione Giudicatrice composta come segue:  
PRESIDENTE: dott.ssa Antonella Filippin, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia;  
COMPONENTI: dr. Bernardino De Concilio, Dirigente Medico U.O.C. Urologia P.O. Bassano;  
dr. Andrea Marzio, Dirigente Medico U.O.C. U.O.C. Radiologia P.O. Bassano P.O. Bassano.

Verificato che la Commissione Giudicatrice:

- ha provveduto, come da verbale della seduta riservata in data 27.10.2022, Allegato 1) al presente provvedimento, a seguito delle valutazioni effettuate, ad attribuire i seguenti punteggi qualità:  
Ditta Totale punteggio (punteggio minimo 40/70)  
Sunshine 7 S.r.l. 70,00
- ha provveduto inoltre, come da verbale della seduta riservata in data 08.11.2022, Allegato 2) al presente provvedimento, attraverso la piattaforma Sintel, all'apertura della Busta 3 "OFFERTA ECONOMICA – Step 3" contenente il documento "Offerta economica" generato da Sintel e l'Allegato 6 "Schema di offerta economica", rilevando che la ditta SUNSHINE 7 s.r.l. ha offerto n. 1 sonda per procedura di crioablazione del distretto renale anziché n. 3 sonde come richiesto nel capitolato speciale d'appalto e, pertanto, l'offerta (nr. 122/22/BSI/az) non risulta conforme.

Dato atto che la procedura in parola risulta, pertanto, senza esito a seguito di offerta inammissibile come da verbali, Allegato 1) e Allegato 2) al presente provvedimento, delle sedute riservate in data 27.10.2022 e in data del 08.11.2022.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica propone pertanto di:

- dare atto che la procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di apparecchiatura e materiale di consumo per procedure di crioablazione del distretto renale per l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana (Gara 2022-135-BAS) risulta senza esito a seguito di offerta inammissibile come da verbali, Allegato 1) e Allegato 2) al presente provvedimento, delle sedute riservate in data 27.10.2022 e in data del 08.11.2022.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di dare atto che la procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di apparecchiatura e materiale di consumo per procedure di crioablazione del distretto renale per l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, indetta con delibera n.1156 del 17.06.2022, (Gara 2022-135-BAS) risulta senza esito a seguito di offerta inammissibile come da verbali, Allegato 1) e Allegato 2) al presente provvedimento, delle sedute riservate in data 27.10.2022 e in data del 08.11.2022;
2. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul sito aziendale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**Regione Veneto**  
**AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA**  
C.F. e P. IVA 00913430245

Oggetto: gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di apparecchiatura e materiale di consumo per procedure di crioablazione del distretto renale per l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana. Gara 2022-135-BAS.

**VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE**  
**SEDUTA del 27.10.2022**

Il giorno 27 ottobre 2022, alle ore 14:00, si è riunita in seduta riservata presso la sala riunioni dell'UOC Farmacia del P.O. di Bassano la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica presentata dalla ditta partecipante alla procedura di gara in oggetto.

La Commissione giudicatrice, nominata con determina n. delibera n. 1931 del 14.10.2022, risulta così composta:

- Presidente: dott.ssa Antonella Filippin, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia;
- Componen dr. Bernardino De Concilio, Dirigente Medico U.O.C. Urologia P.O. Bassano;  
dr. Andrea Marzio, Dirigente Medico U.O.C. U.O.C. Radiologia P.O. Bassano;
- Segretario: dott.ssa Angela Pascale - assistente amministrativo dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

Il Presidente ricorda che, tramite la piattaforma Sintel, ha presentato offerta ed è stata ammessa alla fase di valutazione della documentazione tecnica, come da verbale agli atti, la seguente ditta

ID OFFERTA	DATA	OPERATORE ECONOMICO	P. IVA
1663688638013	20.09.2022	Sunshine 7 S.r.l.	03627960242

I suddetti componenti dichiarano, come da note agli atti, di non aver cause d'incompatibilità

Il Presidente rammenta che l'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>totale</b>	<b>100</b>

L'attribuzione dei 70 punti qualità previsti saranno assegnati valutando le caratteristiche dell'offerta tecnica delle ditte concorrenti sulla base dei seguenti criteri indicati dall'art. 17.1 del disciplinare di gara:

CRITERI /ELEMENTI DI VALUTAZIONE	Metodo attribuzione punteggi	Tipologia	PUNTEGGIO MASSIMO 70
1) Visibilità dell'ago con sonda ecografica	Discrezionale: relazionare	<b>D</b>	<b>MASSIMO PUNTI 6</b>
2) Rigidità del dispositivo/penetrabilità nei tessuti	Discrezionale: relazionare	<b>D</b>	<b>MASSIMO PUNTI 8</b>

3) Dimensione massima dell'area di necrosi prodotta	Discrezionale: relazionare	<i>D</i>	<b>MASSIMO PUNTI 10</b>
4) Controllo e riproducibilità dell'area di necrosi	Discrezionale: relazionare	<i>D</i>	<b>MASSIMO PUNTI 8</b>
5) Diametro criosonda	Quantitativo:  ≥17 G = 18 punti  da 15 G a 16 G= 9 punti  ≤ 14 G= 1 punto	<i>Q</i>	<b>MASSIMO PUNTI 18</b>
6) Gamma di misure delle criosonde	Quantitativo:  ≥ 3 misure = 8 punti  2 misure = 4 punti  1 misura = 1 punto	<i>Q</i>	<b>MASSIMO PUNTI 8</b>
7) Soluzione di supporto offerta al clinico e/o semplicità di gestione	Discrezionale: relazionare	<i>D</i>	<b>MASSIMO PUNTI 12</b>

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42/70.

#### Attribuzione dei punteggi

I giudizi verranno espressi dalla Commissione Giudicatrice secondo la seguente scala di valutazione:

Livello definizione	Analisi	Coefficiente
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	1,00
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,80
Discreto	Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,60
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,40
Scarso	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,20
Non classificabile	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,00

La Commissione accede, quindi, alla piattaforma Sintel per l'esercizio delle proprie funzioni mediante le credenziali del segretario verbalizzante e procede all'apertura della "busta telematica" contenente la Documentazione tecnica dell'OE concorrente.

La Commissione prende visione del capitolato speciale d'appalto e inizia l'esame congiunto della documentazione tecnica.

La Commissione evidenzia che trattasi di attrezzatura e dispositivi già in uso presso il P.O. di Bassano e ritiene, pertanto, di procedere ad attribuire all'unanimità alla ditta **SUNSHINE 7 S.r.L.** le seguenti valutazioni e relativi coefficienti, calcolando il relativo punteggio:

**criterio 1) "Visibilità dell'ago con sonda ecografica"** (max punti 6):

Valutazione	Punteggio
Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	6,00

**criterio 2) "Rigidità del dispositivo/penetrabilità nei tessuti"** (max punti 8).

Valutazione	Punteggio
La sonda è facilmente maneggiabile e rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	8,00

**criterio 3) "Dimensione massima dell'area di necrosi prodotta"** (max punti 10).

Valutazione	Punteggio
Dalla documentazione tecnica risulta che la dimensione massima dell'area di necrosi in rapporto al calibro dell'ago è clinicamente ottimale e rispondente in maniera adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	10,00

**criterio 4) "Controllo e riproducibilità dell'area di necrosi"** (max punti 8).

Valutazione	Punteggio
Dalla documentazione tecnica e dall'esperienza acquisita, risulta che il controllo e la riproducibilità dell'area di necrosi risultano ottimali grazie alla tipologia di aghi e alla possibilità di modulare le dimensioni dell'ice-ball secondo necessità cliniche anche durante il trattamento; proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	8,00

**criterio 5) "Diametro criosonda"** (max punti 18).

Valutazione	Punteggio
Dalla documentazione tecnica, verificati i codici offerti, risulta che il diametro della criosonda è pari a 1,5mm (17G) e si ritiene idoneo per il trattamento di organi parenchimosi come il rene; proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	18,00

**criterio 6) "Gamma di misure delle criosonde"** (max punti 8).

Valutazione	Punteggio
Dalla documentazione tecnica, verificati i codici offerti, si riscontrano 3 tipologie di criosonde differenti.	8

**criterio 7) "Soluzione di supporto offerta al clinico"** (max punti 12).

Valutazione	Punteggio
Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	12

Al termine dei lavori la Commissione prende atto che deriva la seguente situazione finale:



<b>Criterio</b>	<b>Sunshine</b>
	<b>7</b>
	<b>Punti</b>
1) Visibilità dell'ago con sonda ecografica	6
2) Rigidità del dispositivo/penetrabilità nei tessuti	8
3) Dimensione massima dell'area di necrosi prodotta	10
4) Controllo e riproducibilità dell'area di necrosi	8
5) Diametro criosonda	18
6) Gamma di misure delle criosonde	8
7) Soluzione di supporto offerta al clinico	12

Totale punteggio      70

La Commissione rileva che la ditta **SUNSHINE 7** ha conseguito il punteggio massimo di 70 punti.

Alle ore 15.30 si concludono i lavori e termina la seduta.

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine è letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente:                      F.to Dr.ssa Antonella Filippin

Componenti:                      F.to Dr. Bernardino De Concilio  
     F.to Dr. Andrea Marzio

Il segretario:                      F.to Dott.ssa Angela Pascale

**Regione Veneto**  
**AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA**  
C.F. e P. IVA 00913430245

Oggetto: Oggetto: gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di apparecchiatura e materiale di consumo per procedure di crioablazione del distretto renale per l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana. Gara 2022-135-BAS.

**VERBALE APERTURA OFFERTE ECONOMICHE**

Il giorno 11 novembre 2022 alle ore 11:30, in modalità telematica, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. n. 1931 del 14.10.2022, per procedere all'apertura delle offerte economiche presentate per la procedura in oggetto, così composta:

Presidente: dott.ssa Antonella Filippin, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia;  
Componenti: dr. Bernardino De Concilio, Dirigente Medico U.O.C. Urologia P.O. Bassano;  
dr. Andrea Marzio, Dirigente Medico U.O.C. U.O.C. Radiologia P.O. Bassano;  
Segretario: dott.ssa Angela Pascale - assistente amministrativo dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

Il Presidente ricorda che non verranno ammesse alla fase di apertura delle buste economiche le offerte che in sede di valutazione tecnica non avranno raggiunto complessivamente il punteggio minimo di punti 42/70.

Il Presidente ricorda che il punteggio economico attribuito alle offerte economiche verrà determinato secondo la seguente formula:

$$P_a = P_{\max} \times \frac{P_{\min}}{P_o}$$

Dove si intende:

**P<sub>a</sub>** = Punteggio da assegnare all'offerta in considerazione

**P<sub>max</sub>** = punteggio economico massimo assegnabile (30 punti)

**P<sub>min</sub>** = prezzo più basso offerto in gara

**P<sub>o</sub>** = prezzo offerto dal singolo concorrente

Qualora la migliore offerta non raggiunga il massimo punteggio qualità di 70 punti si procederà, per le offerte che avranno raggiunto il punteggio minimo sopra indicato, alla **riparametrazione**, assegnando 70 punti all'offerta con il punteggio assoluto più alto; agli altri concorrenti verranno assegnati punteggi direttamente proporzionali sulla base della seguente formula:

$$PQ_x = 70 * PT_x / PT_{MAX}$$

Dove:

**PQ<sub>x</sub>** = Punteggio qualità assegnato al concorrente

**70** = costante (punteggio massimo previsto per la qualità dagli atti di gara)

PTx = Punteggio qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice all' offerta tecnica del concorrente

PTMAx = Punteggio qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice all' offerta tecnica che ha ricevuto il miglior punteggio tra le offerte tecniche ammesse in gara.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura dei punteggi qualità attribuiti dalla Commissione Giudicatrice a seguito della valutazione effettuata sulla documentazione tecnica della ditta **SUNSHINE 7 s.r.l.** della seduta riservata in data 27.10.2022 di seguito riportati:

**criterio 1) “Visibilità dell’ago con sonda ecografica” (max punti 6):**

<b>Valutazione</b>	<b>Punteggio</b>
Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	6,00

**criterio 2) “Rigidità del dispositivo/penetrabilità nei tessuti” (max punti 8).**

<b>Valutazione</b>	<b>Punteggio</b>
La sonda è facilmente maneggiabile e rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	8,00

**criterio 3) “Dimensione massima dell’area di necrosi prodotta” (max punti 10).**

<b>Valutazione</b>	<b>Punteggio</b>
Dalla documentazione tecnica risulta che la dimensione massima dell’area di necrosi in rapporto al calibro dell’ago è clinicamente ottimale e rispondente in maniera adeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	10,00

**criterio 4) “Controllo e riproducibilità dell’area di necrosi” (max punti 8).**

<b>Valutazione</b>	<b>Punteggio</b>
Dalla documentazione tecnica e dall’esperienza acquisita, risulta che il controllo e la riproducibilità dell’area di necrosi risultano ottimali grazie alla tipologia di aghi e alla possibilità di modulare le dimensioni dell’ice-ball secondo necessità cliniche anche durante il trattamento; proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	8,00

**criterio 5) “Diametro criosonda” (max punti 18).**

<b>Valutazione</b>	<b>Punteggio</b>
Dalla documentazione tecnica, verificati i codici offerti, risulta che il diametro della criosonda è pari a 1,5mm (17G) e si ritiene idoneo per il trattamento di organi parenchimatosi come il rene; proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	18,00

**criterio 6) “Gamma di misure delle criosonde” (max punti 8).**

<b>Valutazione</b>	<b>Punteggio</b>
Dalla documentazione tecnica, verificati i codici offerti, si riscontrano 3 tipologie di criosonde differenti.	8

**criterio 7) “Soluzione di supporto offerta al clinico” (max punti 12).**

<b>Valutazione</b>	<b>Punteggio</b>
Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	12



La Commissione prende atto che deriva la seguente situazione finale:

Criterio	Sunshine 7 s.r.l.
	Punti
1) Visibilità dell'ago con sonda ecografica	6
2) Rigidità del dispositivo/penetrabilità nei tessuti	8
3) Dimensione massima dell'area di necrosi prodotta	10
4) Controllo e riproducibilità dell'area di necrosi	8
5) Diametro criosonda	18
6) Gamma di misure delle criosonde	8
7) Soluzione di supporto offerta al clinico	12

Totale punteggio 70

Pertanto la ditta SUNSHINE 7 s.r.l risulta ammessa alla fase di apertura dell'offerta economica.

La Commissione accede, quindi, alla piattaforma Sintel per l'esercizio delle proprie funzioni mediante le credenziali del segretario verbalizzante e procede all'apertura della "busta telematica" contenente l'Offerta economica dell'OE concorrente.

Il Presidente ricorda che la base d'asta triennale è fissata in € 256.800,00.

Si procede a dare lettura dell'importo offerto di seguito riportato:

SUNSHINE 7 s.r.l.:

Importo complessivo triennale offerto: € 256.800,00 così suddiviso:

quantità 36 mesi	descrizione	Codice CND	Nr. Repertorio	Prezzo unitario	Importo Annuo	Importo triennale
n. 60	procedure di crioablazione del distretto Renale (con utilizzo medio di 3 criosonde) con utilizzo di 1 criosonda			€ 4.280,00	€ 85.600,00	€ 256.800,00
	componenti procedura: Criostato, aghi da crioablazione, gas Argon	A019099	2093797	€ 2.100,00		
		A019099	2093809	€ 2.100,00		
		A019099	2093707	€ 2.100,00		
				valore non quantificabile in quanto il consumo varia in funzione del tempo di trattamento e dalla tipologia di ago utilizzato		
n. 1	sistema per crioablazione	M9001	562367	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale fornitura triennale (A) - IVA esclusa						€ 256.800,00

La Commissione rileva che la ditta SUNSHINE 7 s.r.l. ha offerto n. 1 sonda per procedura di crioablazione del distretto renale anziché n. 3 sonde come richiesto nel capitolato speciale d'appalto e pertanto l'offerta nr. 122/22/BSI/az non risulta conforme.

Il Presidente dispone di trasmettere il presente verbale e la documentazione al Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica e RUP, dott.ssa Elisabetta Zambonin.

Alle ore 12:30 si concludono i lavori e termina la seduta.



Il presente verbale, composto da n. 4 pagine è letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente: F.to Dr.ssa Antonella Filippin

Componenti: F.to Dr. Bernardino De Concilio  
Dr. Andrea Marzio

Il segretario: Dott.ssa Angela Pascale