

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 249 DEL 10/02/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, FORNITURA DI N. 2 RINOLARINGOFIBROSCOPI FLESSIBILI DA UTILIZZARSI CON LA COLONNA PER ENDOSCOPIA DI MARCA OLYMPUS IN USO PRESSO L'U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI SANTORSO. GARA 2022-343-TH

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 173/23

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Dato atto che:

- con prot. n. 101952 del 22.11.2022 il Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica ha trasmesso il modulo di richiesta, redatto in collaborazione con il Direttore dell'U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. di Santorso, dr. Edgardo Andreotti, per l'acquisto di n. 2 Rino-laringo-fibroscopi flessibili per l'U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. di Santorso per un importo di € 16.000,00 IVA 22 % esclusa;
- tali strumenti andranno ad integrare e ad aggiungersi alla strumentazione della colonna endoscopica per ORL di marca Olympus (inventario n. 818025) in uso presso il Polo Endoscopico del P.O. di Santorso, da cui deriva la necessità di garantire, per esigenze operative, la compatibilità e l'interscambiabilità degli stessi; per tali motivazioni è richiesto l'acquisto di apparecchiature della stessa marca di quelle attualmente in uso; l'eventuale introduzione di dispositivi di marca diversa, oltre a comportare un aggravio di lavoro per il personale sanitario dell'U.O.C., renderebbe necessaria l'acquisizione di ulteriori strumenti e componenti per un importo aggiuntivo superiore agli € 80.000,00 + IVA;
- su tale richiesta, con email del 30.11.2022, ha espresso parere favorevole la Direzione Medica di Santorso.

Dato atto che l'importo per l'acquisto di tali attrezzature è compreso nel Piano Investimenti di cui alla Delibera n. 2513 del 30.12.2022 "Proposta di Bilancio economico preventivo 2023 e Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025" nella specifica voce ID_2023 n. 53 (Codice Commessa 6/2021/2) coperta per l'importo di € 20.000,00 mediante risorse di cui al Budget CRITE – DGR 929/2021, come da parere favorevole della CRITE con nota prot. n. 26472 del 20/01/2022 (ns. prot. n. 4844/2022).

Preso atto che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate del D.P.C.M. di cui all'art. 9 co. 3 del d.l. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, e non risulta presente nelle Convenzioni stipulate da CONSIP o dalla Centrale regionale di riferimento;
- l'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 139.000,00.

Dato atto altresì che:

- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto pertanto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA – Sintel (<http://www.ariaspa.it>), sul sito internet aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (M.I.T.), con nota di prot. n. 102626/22 del 23.11.2022, specifico Avviso di Indagine di Mercato comparativa con preventivo per la fornitura di n. 2 Rino-laringo-fibroscopi flessibili da utilizzarsi con la colonna per endoscopia di marca Olympus in uso presso l'U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. di Santorso, per l'importo a base d'asta pari a € 16.000,00 IVA esclusa, a seguito del quale, entro il termine fissato del 07.12.2022 ore 10:30 sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle seguenti ditte:

Nome Ditta -Sede	Modello	Importo offerto (IVA esclusa)
Olympus Italia S.r.l Via San Bovio, 1-3 Segrate (MI) P.IVA: 10994940152	ENF-GP2 Rinolaringofibroscopio Olympus cod. N6006350 con relativi accessori	€ 12.520,63 IVA 22% esclusa
Waldner Tecnologie Medicali S.r.l. Piazza Bra, 26/D Verona P.IVA: 01542210222	Rino-faringo-laringo-fibroscopio – Karl Storz cod. 11101RPK2 con relativi accessori	€ 15.400,00 IVA 22% esclusa

- con email del 10.01.2023 è pervenuta la relazione di scelta redatta dall'Ing. Ettore Masucci, Dirigente dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, quale esperto individuato in data 16.12.2022 dalla Direzione Generale, con cui viene individuata l'offerta della ditta Olympus Italia S.r.l. per le motivazioni riportate nella relazione allegata (Allegato 1);
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica con prot. n. 4016 del 17.01.2023 ha provveduto, pertanto, ad attivare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel, la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii, con la ditta Olympus Italia S.r.l. (P.IVA 10994940152) della fornitura di n. 2 Rino-laringo-fibroscopi flessibili con relativi accessori per l'U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. di Santorso, per l'importo complessivo di € 12.520,63 IVA 22% esclusa, comprensivo di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi (€ 15.275,16 IVA 22% inclusa).

Preso atto che entro il termine ultimo fissato nella richiesta di offerta (ore 10:00 del giorno 26.01.2023) la suddetta ditta ha presentato offerta per la fornitura di n. 2 Rino-laringo-fibroscopi flessibili con relativi accessori per l'U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. di Santorso, per l'importo complessivo di € 12.514,57 IVA 22% esclusa, comprensivo di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi (€ 15.267,78 IVA 22% inclusa).

Considerato quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, all'affidamento diretto alla ditta Olympus Italia S.r.l. (P.IVA 10994940152) della fornitura di n. 2 Rino-laringo-fibroscopi flessibili con relativi accessori, come da offerta ID Sintel n. 164103398 del 25.01.2023, al costo complessivo di € 12.514,57 IVA 22% esclusa, comprensivo di garanzia full risk 24 mesi (€15.267,78 IVA 22% inclusa) come segue:

- n. 2 cod. N6006330 Fiberscope ENF-GP2- CND Z12010980 RDM 1621765 al prezzo unitario di € 4.410,00 IVA 22% esclusa;
- n. 2 cod. WA23080A LEAKAGE TESTER for flexible Olympus Endoscopes al prezzo unitario di € 201,60 IVA 22% esclusa;
- n. 2 cod. WA91502A Endoiled fonte luce portatile per endoscopi flessibili CND Z129004 RDM 305485 al prezzo unitario di € 1.266,29 IVA 22% esclusa;
- n. 2 cod. WA03300A Cavo porta luce, Ø 2,8 mm x 3 m, senza condensatore, CF CND Z12020485 RDM 1221735 al prezzo unitario di € 379,40 IVA 22% esclusa.

Dato atto che si rende necessario individuare, come da designazione della Direzione Generale con email del 16.12.2022, quale Direttore di Esecuzione del Contratto il p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica.

Considerato che ai sensi del Regolamento Aziendale di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16, approvato con deliberazione n. 1821 del 29/10/2021, la fornitura di cui trattasi prevede una quota di incentivazione per le funzioni tecniche pari al 2% massimo dell'importo posto a base di gara, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria come previsto dall'art. 7 del citato Regolamento Aziendale, l'importo complessivo di € 320,00 viene previsto nel quadro

economico della gara.

Visto l'art.1 comma 2 lett. a) del D. L. 76/2020, convertito dalla L.120/2020 e ss.mm.ii., il d.lgs.50/2016, il Regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia di cui alla delibera n. 2119 del 11.11.2022.

Per quanto sopra il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica propone, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., all'affidamento diretto alla ditta Olympus Italia Srl (P.IVA 10994940152) della fornitura di n. 2 Rino-laringo-fibroscopi flessibili e relativi accessori per l'U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. di Santorso, come da offerta ID Sintel n. 164103398 del 25.01.2023, per l'importo complessivo di € 12.514,57= IVA 22% esclusa, comprensivo di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi (€ 15.267,78 = IVA 22% inclusa);
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto, come da designazione della Direzione Generale con email del 16.12.2022, il p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica.

II DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e come da relazione di scelta allegata al presente provvedimento (Allegato 1), ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., all'affidamento diretto alla ditta Olympus Italia Srl (P.IVA 10994940152) della fornitura di n. 2 Rino-laringo-fibroscopi flessibili e relativi accessori per l'U.O.C. Otorinolaringoiatria del P.O. di Santorso, come da offerta ID Sintel n. 164103398 del 25.01.2023, per l'importo complessivo di € 12.514,57 IVA esclusa, comprensivo di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi (€ 15.267,78 IVA 22% inclusa);
2. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
 - CIG: Z04396D083
 - Ditta: Olympus Italia S.r.l. (P.IVA 10994940152) Via San Bovio, 1-3 Segrate (MI)
3. di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1) pari ad € 15.587,78 IVA 22% inclusa trova copertura nel Bilancio Sanitario 2022 come sotto riportato:

Anno	Conto	PRG	Descrizione	Impegno IVA compresa
2023	AAA420000	Budget 508	Attrezzature sanitarie scientifiche	€ 15.267,78
2023	BA2884000	Budget 650	Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 320,00

e che l'importo di € 15.267,78 IVA 22% inclusa per l'acquisto dell'attrezzatura sarà compreso nel Bilancio Economico preventivo anno 2023 e piano triennale degli investimenti 2023-2025

nella specifica voce ID_2023 n. 53 (Codice Commessa 6/2021/2) coperta per l'intero importo mediante risorse di cui al Budget CRITE-DGR 929/2021, come da parere favorevole della C.R.I.T.E. con nota prot. n. 26472 del 20/01/2022 (ns. prot. n. 4844/2022);

4. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, come da designazione della Direzione Generale con email del 16.12.2022, il p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica,
5. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul sito aziendale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (M.I.M.S.) e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



RELAZIONE DI SCELTA

Oggetto: Affidamento diretto fornitura di n. 2 Rino-Laringo-Fibroscopi flessibili da utilizzarsi con la colonna per endoscopia di marca Olympus in uso presso l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. di Santorso. Gara 2022-343-TH

Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)

1	N. 2 Rinolaringofibroscopi flessibili Olympus Mod. ENF-GP2 completi di:
2	tester di tenuta
3	cavo luce a fibre ottiche
4	fonte di luce portatile

Importo a base d'asta della fornitura:

- € 16.000,00= IVA esclusa

Aspetti da valutare:

- interfaccia utente,
- semplicità d'uso e funzionalità;
- autonomia funzionamento a batteria;
- estensione della garanzia oltre i 24 mesi;
- economicità della proposta economica.

All'avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto – rif. Ns. prot. n. 102626/22 del 23/11/2022 – hanno presentato offerta le seguenti ditte:

DITTA	MARCA E MODELLO
Waldner Tecnologie Medicali s.r.l. a socio unico	Produttore: Karl Storz SE & CO. KG Modello: 11101RPK2
Olympus Italia s.r.l.	Produttore: Olympus Medical Systems Corp. Modello: ENF-GP2

Dall'esame della documentazione tecnica presentata si rileva quanto segue:

Lo strumento offerto dalla Ditta Olympus risulta rispondente alle specifiche tecniche richieste. La Ditta Waldner Tecnologie Medicali s.r.l. ha offerto lo strumento Mod. 11101RPK2 marca Karl Storz; da un esame delle schede tecniche si è appurato che tale strumento risulta equivalente a quello richiesto, che viene reso compatibile con la colonna Olympus in uso attraverso uno specifico adattatore necessario per collegare il cavo luce a fibre ottiche KARL STORZ alla fonte di luce Olympus. Si ritiene pertanto di considerare anche lo strumento marca Karl Storz e Mod. 11101RPK2 nella valutazione dei criteri previsti.

Prendendo in considerazione i criteri di valutazione si rileva quanto segue:

Criteri: - *interfaccia utente,*
- *semplicità d'uso e funzionalità;*

Trattandosi di tecnologia e strumenti conosciuti non si è ritenuto necessario convocare le Ditte che hanno manifestato interesse per la presentazione, in prova visione, dei modelli offerti.

Per quanto relativo all'interfaccia utente e alla semplicità d'uso e funzionalità non si rilevano elementi particolarmente contraddistinguenti un prodotto rispetto ad un altro.

Criterio: - *autonomia funzionamento a batteria;*

Ditta Waldner Tecnologie Medicali s.r.l.: 120 minuti in continuo

Ditta Olympus Italia s.r.l.: circa 3 ore (180 minuti) di illuminazione in continuo

Criterio: - *estensione della garanzia oltre i 24 mesi;*

Entrambe le Ditte hanno offerto un periodo di garanzia full-risk di 24 mesi

Criterio: - *economicità della proposta economica*

DITTA	MARCA E MODELLO	Importo Offerta (iva esclusa)
Waldner Tecnologie Medicali s.r.l. a socio unico	Produttore: Karl Storz SE & CO. KG Modello: 11101RPK2	€ 15.400,00
Olympus Italia s.r.l.	Produttore: Olympus Medical Systems Corp. Modello: ENF-GP2	€ 12.520,00

In base ai criteri di valutazione sopra riportati si ritiene che il prodotto che realizza la migliore scelta è quello offerto dalla Ditta Olympus s.r.l. con il Mod. ENF-GP2.

Tale prodotto, oltre ad essere quello con il prezzo più basso, presenta anche aspetti qualitativi (autonomia funzionamento a batteria) in grado di rispondere ottimamente alle esigenze degli operatori sanitari.

Cordiali saluti.

Santorso, 27.12.2022

ing. Ettore Masucci

F.to Ettore Masucci