

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 737 DEL 28/04/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, FORNITURA DI SISTEMI MOTORIZZATI PER GRANDI OSSA E PICCOLE-MEDIE OSSA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER L'U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI SANTORSO. GARA 2022-233-TH.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 205/23

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Dato atto che:

- con nota prot. n. 78955 del 09.09.2022 il Dirigente dell'U.O.S. Ingegneria Clinica ha trasmesso il modulo di richiesta, redatto in collaborazione con il Direttore dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia, del P.O. di Santorso, per l'acquisto di n. 3 sistemi motorizzati per grandi ossa e n. 3 sistemi motorizzati piccole-medie ossa e relativo materiale di consumo;
- tali strumenti andranno ad integrare e ad aggiungersi all'attuale parco delle apparecchiature in uso che consiste in n. 4 sistemi motorizzati per grandi ossa e n. 5 sistemi motorizzati per medie e piccole ossa. Questi sistemi risultano insufficienti visto l'incremento del personale medico che è passato da n. 4 unità a n. 10 unità, oltre al direttore dell'U.O.C., triplicando, di fatto, il numero di interventi;
- su tale richiesta ha espresso parere favorevole l'U.O.C. Direzione Medica di Santorso in data 12.09.2022.

Preso atto che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate del D.P.C.M. di cui all'art. 9 co. 3 del d.l. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, e non risulta presente nelle Convenzioni stipulate da CONSIP o dalla Centrale regionale di riferimento;
- l'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 139.000,00;

Dato atto altresì che:

- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto pertanto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (<http://www.ariaspa.it>), sul sito internet aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (M.I.T), con nota di prot. n. 79490/22 del 12.09.2022, specifico Avviso di Indagine di Mercato comparativa con preventivo per la fornitura di Sistemi Motorizzati per grandi ossa e piccole-medie ossa e relativo materiale di consumo per l'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O di Santorso, per l'importo a base d'asta pari a € 135.000,00=IVA esclusa, a seguito del quale, entro il termine fissato del 27.09.2022 ore 10:00 sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle seguenti ditte:

NOME DITTA SEDE	MODELLO	OFFERTA
Johnson&Johnson Medical S.p.a. Via Del Mare, 56 Pomezia (RM) P.IVA: 08082461008	n. 3 manipolo mod. BPL II n. 3 manipolo mod. BPL II n. 3 manipolo mod BPL II n. 3 manipolo mod UNIUM con relativi accessori	TOT: € 117.213,50=+IVA 22%: - € 76.713,50=+IVA 22% attrezzature - € 40.500,00=+IVA 22% consumabili per 36 mesi
De Soutter Medical Italia LTD Loc. Fornace SNC Casorate Primo (PV) P.IVA: 05775430969	n. 3 manipolo mod. MBQ-701 n. 3 manipolo mod. DBK-701 n. 3 manipolo mod. DBC-700 n. 3 manipolo mod MBU-470 con relativi accessori	TOT: € 133.149,14=+IVA 22%: - € 89.949,14=+IVA 22% attrezzature - € 43.200,00=+IVA 22% consumabili per 36 mesi
Condmed Italia S.r.l.	n. 3 manipolo. Titan	TOT: € 115.609,80=+IVA 22%:

Via Figino, 39/A Pero (MI) P.IVA: 05297730961	PRO9200B n. 3 manipolo Titan. PRO9300B n. 3 manipolo Titan PRO9400B n. 3 manipolo MicroFree PRO8500SB con relativi accessori	- € 78.889,80=+IVA 22% attrezzature - € 36.720,00=+IVA 22% consumabili per 36 mesi
Stryker Italia S.r.l. Via A.G. Eiffel, 13/15 Formello (RM) P.IVA: 12572900152	n. 3 manipolo rotante System 8 n. 3 manipolo sega sagittale System8 n. 3 manipolo sega reciprocante System8 n. 3 manipolo cordless driver System8 con relativi accessori	TOT: € 106.627,53=+IVA 22%: - € 68.167,53=+IVA 22% attrezzature - € 38.460,00=+IVA 22% consumabili per 36 mesi

- in data 30.12.2022 è pervenuta la relazione di scelta redatta dall'Ing. Ettore Masucci dell'U.O.S. Ingegneria Clinica e dal dr. Andrea Micaglio, Direttore dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Santorso, esperti individuati in data 29.09.2022 dalla Direzione Generale, con la quale viene individuata l'offerta della ditta Stryker Italia S.r.l. per le motivazioni riportate nella relazione allegata (Allegato 1);
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica con prot. n. 3786 del 16.01.2023 ha provveduto, pertanto, ad attivare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel, la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii, con la ditta Stryker Italia S.r.l. (P.IVA 12572900152) per la fornitura di Sistemi Motorizzati per grandi ossa e piccole-medie ossa e relativo materiale di consumo per 36 mesi per l'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Santorso, per l'importo complessivo di € 106.627,53= IVA 22% esclusa (€ 130.085,58 = IVA 22% inclusa).

Preso atto che entro il termine ultimo fissato nella richiesta di offerta (ore 9:30 del giorno 26.01.2023) la suddetta ditta ha presentato offerta per la fornitura di Sistemi Motorizzati per grandi ossa e piccole-medie ossa e relativo materiale di consumo per 36 mesi per l'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Santorso, per l'importo complessivo di € 106.627,53= IVA 22% esclusa (€ 130.085,58 = IVA 22% inclusa), di cui € 68.167,53=+IVA 22% per le attrezzature, comprensivo di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi ed € 38.460,00=+IVA 22% per il materiale di consumo.

Considerato quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, all'affidamento diretto alla ditta Stryker Italia S.r.l. (P.IVA 12572900152) della fornitura di Sistemi Motorizzati per grandi ossa e piccole-medie ossa e relativo materiale di consumo per 36 mesi, come da offerta ID Sintel 163967509 del 23.01.2023, per l'importo complessivo di € 106.627,53= IVA 22% esclusa, di cui € 68.167,53= IVA 22% esclusa per le seguenti attrezzature, comprensivo di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi (€ 83.164,38= IVA 22% inclusa):

- n. 03 manipolo rotante doppio grilletto System 8 CND Z12130580 RDM 2094777 con relativi accessori al prezzo unitario di € 3.849,68= IVA 22% esclusa;
- n. 03 manipolo sega sagittale System 8 CND Z12130502 RDM 2094786 con relativi accessori al prezzo unitario di € 3.849,68= IVA 22% esclusa;
- n. 03 manipolo sega reciprocante System 8 CND Z12130502 RDM 2094781 con relativi accessori (in sconto merce);
- n. 03 manipolo Cordless Drive System 8 CND Z12130580 RDM 2094739 con relativi accessori al prezzo unitario di € 3.903,35= IVA 22% esclusa;

ed € 38.460,00= IVA 22% esclusa (€ 46.921,12=IVA 22%) per il seguente materiale di consumo per il periodo di 36 mesi:

- n. 80/anno lama sagittale CND P091302 RDM 2186768 al prezzo unitario di € 45,00= IVA 22% esclusa;
- n. 80/anno lama sagittale varie misure CND P091302 RDM 2186886 al prezzo unitario di € 44,00= IVA 22% esclusa;
- n. 60/anno lama reciprocante CND V010302 RDM 2290901 al prezzo unitario di € 47,00= IVA 22% esclusa;
- n. 40/anno lama sagittale CND V010302 RDM 2272490 al prezzo unitario di € 38,00= IVA 22% esclusa;
- n. 40/anno lama sagittale CND V010302 RDM 2277966 al prezzo unitario di € 34,00= IVA 22% esclusa;

Rilevato che l'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha accertato che i prezzi offerti per i dispositivi sono in linea con quelli risultanti dagli elenchi trasmessi dall'Azienda Zero - UOC CRAV con nota prot. n. 487235 del 19/10/2022 (ns. prot. n. 91756 del 19/10/2022);

Dato atto che si rende necessario individuare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto il Dr. Alberto Gasparella, Dirigente Medico dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Santorso, come da comunicazione del 7.10.2022 della Direzione Generale, il quale con nota prot. n. 13793/23 del 15.02.2023 ha reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo.

Preso atto che ai sensi del Regolamento Aziendale di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16, approvato con deliberazione n. 1821 del 29/10/2021, la fornitura di cui trattasi prevede una quota di incentivazione per le funzioni tecniche pari al 2% massimo dell'importo posto a base di gara, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria come previsto dall'art. 7 del citato Regolamento Aziendale, l'importo complessivo di € 2.700,00 viene previsto nel quadro economico della gara.

Visto l'art.1 comma 2 lett. a) del D. L. 76/2020, convertito dalla L.120/2020 e ss.mm.ii.; il d.lgs.50/2016, il Regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia di cui alla delibera n. 2119 del 11.11.2022.

Dato atto altresì che:

- l'importo per l'acquisto di tali attrezzature è compreso nel Piano Investimenti di cui alla Delibera n. 2513 del 30.12.2022 "Proposta di Bilancio economico preventivo 2023 e Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025" nella specifica voce ID_2023 n. 66 (codice commessa 6/2022/2);
- ricordato che con nota prot. n. 0020825/23 del 08/03/2023 è stata inviata la richiesta alla C.R.I.T.E. per la riassegnazione di finanziamento;
- a seguito dell'incontro del 20/04/2023 con la Direzione Strategica, l'U.O.C. Contabilità e Bilancio, nelle more del parere della C.R.I.T.E. di cui alla nota sopra citata relativa alla richiesta di riassegnazione di finanziamento, ha comunicato la possibilità di copertura finanziaria mediante le Riserve da plusvalenze da reinvestire iscritte nel Bilancio d'esercizio 2022;
- con mail del 24/04/2023 il Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, stante l'urgenza dell'acquisto, ha richiesto di procedere con l'investimento in questione al fine di non bloccare l'attività operatoria dell'U.O.C. Ortopedia di Santorso.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica propone, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., all'affidamento diretto alla Stryker Italia S.r.l. (P.IVA 12572900152) della fornitura di

Sistemi Motorizzati per grandi ossa e piccole-medie ossa e relativo materiale di consumo per 36 mesi per l'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Santorso, come da offerta ID Sintel n. 163967509 del 23.01.2023, per l'importo complessivo di € 106.627,53= IVA 22% esclusa (€ 130.085,58 = IVA 22% inclusa), di cui € 68.167,53=IVA 22% esclusa per le attrezzature, comprensivo di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi ed € 38.460,00=IVA 22% esclusa per il materiale di consumo;

- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto il Dr. Alberto Gasparella, Dirigente Medico dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Santorso, come da comunicazione del 7.10.2022 della Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e come da relazione di scelta allegata al presente provvedimento (Allegato 1), ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., all'affidamento alla ditta Stryker Italia S.r.l. (P.IVA 12572900152) della fornitura di Sistemi Motorizzati per grandi ossa e piccole-medie ossa e relativo materiale di consumo per 36 mesi, come da offerta ID Sintel 163967509 del 23.01.2023, per l'importo complessivo di € 106.627,53= IVA 22% esclusa come segue:

- n. 03 manipolo rotante doppio grilletto System 8 CND Z12130580 RDM 2094777 con relativi accessori al prezzo unitario di € 3.849,68= IVA 22% esclusa;
- n. 03 manipolo sega sagittale System 8 CND Z12130502 RDM 2094786 con relativi accessori al prezzo unitario di € 3.849,68= IVA 22% esclusa;
- n. 03 manipolo sega reciprocante System 8 CND Z12130502 RDM 2094781 con relativi accessori (in sconto merce);
- n. 03 manipolo Cordless Drive System 8 CND Z12130580 RDM 2094739 con relativi accessori al prezzo unitario di € 3.903,35= IVA 22% esclusa;

per l'importo di € 68.167,53= IVA 22% esclusa per le attrezzature, comprensivo di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi (€ 83.164,38= IVA 22% inclusa)

- n. 80/anno lama sagittale CND P091302 RDM 2186768 al prezzo unitario di € 45,00= IVA 22% esclusa;
- n. 80/anno lama sagittale varie misure CND P091302 RDM 2186886 al prezzo unitario di € 44,00= IVA 22% esclusa;
- n. 60/anno lama reciprocante CND V010302 RDM 2290901 al prezzo unitario di € 47,00= IVA 22% esclusa;
- n. 40/anno lama sagittale CND V010302 RDM 2272490 al prezzo unitario di € 38,00= IVA 22% esclusa;
- n. 40/anno lama sagittale CND V010302 RDM 2277966 al prezzo unitario di € 34,00= IVA 22% esclusa;

per l'importo di € 38.460,00= IVA 22% esclusa (€ 46.921,12=IVA 22%) per il materiale di consumo per il periodo di 36 mesi.

2. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
 - a. CIG: 96001473EC
 - b. Ditta: Stryker Italia S.r.l. (P.IVA 12572900152) Via A.G. Eiffel, 13-15 00148 Roma
3. di dare atto che la spesa complessiva di cui al punto 1) pari ad € 132.785,58= IVA 22% inclusa trova copertura nel Bilancio Sanitario 2023 come sotto riportato:

Anno	Conto	PRG	Descrizione	Impegno IVA compresa
2023	AAA420000	Budget 508	Attrezzature sanitarie scientifiche	€ 83.164,38
2023	BA0220B01	Budget 54	Dispositivi medici - presidi	€ 11.730,30
2024	BA0220B01	Budget 54	Dispositivi medici - presidi	€ 15.640,40
2025	BA0220B01	Budget 54	Dispositivi medici - presidi	€ 15.640,40
2026	BA0220B01	Budget 54	Dispositivi medici - presidi	€ 3.910,10
2023	BA2884000	Budget 650	Accantonamento massimo incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 2.700,00

e che l'importo di € 83.164,38=IVA 22% inclusa per l'acquisto dell'attrezzatura è compreso nel Piano Investimenti di cui alla Delibera n. 2513 del 30.12.2022 "Proposta di Bilancio economico preventivo 2023 e Piano Triennale degli Investimenti 2023-2025" nella specifica voce ID_2023 n. 66 (codice commessa 6/2022/2);

4. di dare atto, altresì, che nelle more del parere della C.R.I.T.E. relativo alla richiesta di riassegnazione di finanziamento (rif. ns. nota prot. n. 0020825/23 del 08/03/2023) e all'entità dello stesso, stante l'urgenza, l'Azienda farà ricorso per il finanziamento alle Riserve da plusvalenze da reinvestire iscritte nel Bilancio d'esercizio 2022;
5. di nominare come da designazione della Direzione Generale con email in data 07.10.2022, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Dr. Alberto Gasparella, Dirigente Medico dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Santorso, il quale con nota prot. n. 13793/23 del 15.02.2023 ha reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo;
6. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul sito aziendale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (M.I.M.S.) e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;
7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con

deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



RELAZIONE DI SCELTA

Oggetto: Affidamento diretto fornitura di Sistemi motorizzati per grandi ossa e piccole-medie ossa e relativo materiale di consumo per l'U.O.C. Ortopedia dell'Ospedale di Santorso.
Gara 2022-233-TH.

Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)

1	n. 3 Motore (manipolo rotante dedicato) con funzioni drill e reamer, dotato di doppio grilletto e cannulato. Funzione DRILL/REAM posta sul manipolo. Velocità di rotazione max 1.200 RPM (drill) e max 270 RPM (ream). Coppia massima erogabile almeno di 4.60 Nm nella modalità DRILL e di almeno 18 Nm nella modalità REAM. Certificazione sterilizzazione preferibilmente IPX9.
2	n. 3 Motore (manipolo dedicato) sega sagittale non modulare. Rotazione testa sagittale con incrementi di 45°; rotazione completa di 360°. Grilletto sensibile alla pressione per consentire il funzionamento a velocità variabile. Doppia velocità, preferibilmente 12.000 - 10.000 cicli/min. Certificazione sterilizzazione preferibilmente IPX9.
3	n. 3 Motore (manipolo dedicato) sega reciproca non modulare. Inserimento della lama in almeno 4 posizioni ad intervalli di 90°. Grilletto sensibile alla pressione per consentire il funzionamento a velocità variabile. Doppia velocità, preferibilmente 13.000 - 10.000 cicli/min. Certificazione sterilizzazione preferibilmente IPX9.
4	n. 3 Terminale sparafili da 0,7mm a 2,0 mm, con ghiera di regolazione.
5	n. 3 Terminale sparafili da 2 mm a 3,2 mm, con ghiera di regolazione.
6	n. 3 Terminale jacobs ¼ pollice autom. n. 3 Terminale Hudson/Trinkle modif. n. 3 Terminale AO piccolo. n. 3 Terminale AO grande.
7	n. 6 batterie agli ioni di litio grandi (no effetto memoria). Dotate di led di carica, spia per avvertire del completamento della carica e quando la stessa si sta esaurendo durante l'utilizzo del manipolo.
8	n. 6 Involucri porta batteria grande completi di riparo mobile.
9	n. 1 Caricabatterie dotato di 4 scomparti. Deve indicare attraverso i display - lo stato di carica di ciascuna batterie - eventuale necessità di sostituzione - errori - numero di ricariche - eventuali surriscaldamenti. Possibilità di monitoraggio manipoli da remoto.
10	n. 3 Motore (manipolo rotante piccolo) per medi-piccoli segmenti ossei.
11	n. 3 Terminale sparafili da 0,7mm a 3,2 mm, automatico per manipolo rotante piccolo.
12	n. 3 Terminale jacobs ¼ pollice autom. n. 3 Terminale Hudson/Trinkle modif. n. 3 Terminale AO piccolo n. 3 Terminale sega sagittale per tutti per manipoli rotanti piccoli
13	n. 3 batterie agli ioni di litio piccole (no effetto memoria). Dotate di led di carica, spia per avvertire del completamento della carica e quando la stessa si sta esaurendo durante l'utilizzo del manipolo.
14	n. 3 Involucri porta batteria piccola completi di riparo mobile.

Materiale di consumo per l'esecuzione di 300 procedure/anno

Lame monouso delle seguenti tipologie:

- lama sagittale aggressive
- lama sagittale performance
- lame reciproche
- microlame sagittali precision
- microlame sagittali precision sottili

Importo a base d'asta della fornitura:

- € 90.000,00=+ IVA per le attrezzature, comprensivo della garanzia e manutenzione full-risk per 24 mesi;
- € 45.000,00=+ IVA per il materiale di consumo per 36 mesi.

Aspetti da valutare:

- Ergonomia, maneggevolezza, funzionalità e facilità d'uso;
- rumorosità;
- tipologia e gamma di lame disponibili;
- servizio di assistenza tecnica;
- tempi di intervento;
- disponibilità muletto;
- economicità della proposta economica.

All'Avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto – rif. Ns. prot. n. 79490 del 12.09.2022 – hanno presentato offerta le seguenti ditte:

DITTA	MODELLO
Conmed Italia S.R.L.	Titan
De Soutter Medical Italia	Orthodrive E Traumadrive
Johnson & Johnson Medical Spa	BPL II
Stryker Italia Srl	System 8

Le offerte risultano rientranti nell'importo complessivo presunto della fornitura e rispondenti alle caratteristiche di minima richieste.

Nella settimana dal 14.11 al 21.11.2022, presso la sala operatoria di ortopedia dell'Ospedale di Santorso, si sono quindi svolte le prove visione dei prodotti offerti. Gli specialisti hanno illustrato le caratteristiche e modalità d'uso della strumentazione presentata in offerta e le apparecchiature sono state provate ed esaminate nelle specifiche funzionalità.

Prendendo in considerazione i criteri di valutazione si rileva quanto segue:

Criterio: ergonomia, maneggevolezza, funzionalità e facilità d'uso;

Conmed Italia S.R.L.

Dalla prova visione si è potuto constatare che il manipolo presenta una discreta distribuzione del peso e bilanciamento, l'angolo di impugnatura facilita una posizione abbastanza naturale e corretta del polso ed il profilo una discreta aderenza al palmo della mano.

Tutte le connessioni tra le diverse componenti dei sistemi offerti si effettuano in modo rapido.

Grado di protezione contro la penetrazione di liquidi: il sistema è corredato di certificazioni IPX6, IPX8 e IPX9.

Complessivamente discreta l'ergonomia, maneggevolezza, funzionalità e facilità d'uso.

De Soutter Medical Italia

Dalla prova visione si è potuto constatare che il manipolo presenta una buona distribuzione del peso e bilanciamento, l'angolo di impugnatura facilita una posizione naturale e corretta del polso ed il profilo una buona aderenza al palmo della mano.

Tutte le connessioni tra le diverse componenti dei sistemi offerti si effettuano in modo rapido.

Grado di protezione contro la penetrazione di liquidi: IPX9.

Complessivamente buona l'ergonomia, maneggevolezza, funzionalità e facilità d'uso

Johnson & Johnson Medical Spa

Dalla prova visione si è potuto constatare che il manipolo presenta una discreta distribuzione del peso e bilanciamento, l'angolo di impugnatura facilita una posizione abbastanza naturale e corretta del polso ed il profilo una discreta aderenza al palmo della mano.

Tutte le connessioni tra le diverse componenti dei sistemi offerti si effettuano in modo rapido.

Grado di protezione contro la penetrazione di liquidi: IPX4.

Complessivamente discreta l'ergonomia, maneggevolezza la funzionalità e facilità d'uso. Il basso grado di protezione da liquidi limita nelle operazioni di gestione (pulizia e sanificazione).

Stryker Italia Srl.

Dalla prova visione si è potuto constatare che il manipolo presenta una buona distribuzione del peso e bilanciamento, l'angolo di impugnatura facilita una posizione naturale e corretta del polso ed il profilo una buona aderenza al palmo della mano.

Tutte le connessioni tra le diverse componenti dei sistemi offerti si effettuano in modo rapido senza l'ausilio di utensili.

Grado di protezione contro la penetrazione di liquidi: IPX9.

Complessivamente buona l'ergonomia, maneggevolezza, funzionalità e facilità d'uso.

Criterio: rumorosità

Conmed Italia S.R.L.

Modello Pro9200B (84 dB)

Modello 9300B 74 dB velocità Standard 77 dB velocità Fast

Modello Pro 9400B 96 dB

Modello PRO8500SB 80 dB

De Soutter Medical Italia

Modello MBQ-701 60 dB

Modello DBK-701 83dB

Modello DBC-700 83 dB

Modello MBU – 470 66dB

Johnson & Johnson Medical Spa

Modello BPL II 61 dB (530.705); 85 dB (530.710); 87 dB (530.715)

Stryker Italia Srl.

Modello 8205000000 non applicabile

Modello 8208000000 85,4 dBA

Modello 8206000000 85,5 dBA

Modello 4505000000 87,8 dBA

Criterio: tipologia e gamma di lame disponibili**Conmed Italia S.R.L.**

Buona, nel complesso, la gamma di lame, di varie forme e misure, in grado di coprire le esigenze chirurgiche per le osteotomie delle grandi ossa, di specialità quali ortopedia, ORL, chirurgia maxillo facciale, chirurgia plastica e neurochirurgia.

De Soutter Medical Italia

Buona, nel complesso, la gamma di lame, di varie forme e misure, in grado di coprire le esigenze chirurgiche per le osteotomie delle grandi ossa, di specialità quali ortopedia, ORL, chirurgia maxillo facciale, chirurgia plastica e neurochirurgia.

Johnson & Johnson Medical Spa

Buona, nel complesso, la gamma di lame, di varie forme e misure, in grado di coprire le esigenze chirurgiche per le osteotomie delle grandi ossa, di specialità quali ortopedia, ORL, chirurgia maxillo facciale, chirurgia plastica e neurochirurgia.

Stryker Italia Srl.

Ottima, nel complesso, la gamma di lame, di varie forme e misure, in grado di coprire le esigenze chirurgiche per le osteotomie delle grandi ossa, di specialità quali ortopedia, ORL, chirurgia maxillo facciale, chirurgia plastica e neurochirurgia.

Criterio: servizio di assistenza tecnica;

Non si rilevano aspetti particolarmente contraddistinguenti un servizio rispetto all'altro. Tutte le Ditte dichiarano

- Tempi di intervento: 4 ore lavorative dalla segnalazione del guasto
- Tempi di risoluzione del guasto: 1gg lavorativo (24 ore solari) dalla segnalazione del guasto

Criterio: disponibilità muletti

Non si rilevano aspetti particolarmente contraddistinguenti un servizio rispetto all'altro. Tutte le Ditte dichiarano la disponibilità a fornire "muletti"

Criterio: economicità dell'offerta economica

DITTA	MODELLO	Importo Offerta (iva esclusa)	Importo Offerta Consumabili (nel triennio)	Totale Fornitura
Conmed Italia S.R.L.	Titan	78.889,80 €	36.720,00 €	115.609,80 €
De Soutter Medical Italia	Orthodrive E Traumatdrive	89.949,14 €	43.200,00 €	133.149,14 €
Johnson & Johnson Medical Spa	BPL II	76.713,50 €	40.500,00 €	117.213,50 €
Stryker Italia Srl	System 8	68.167,53 €	38.460,00 €	106.627,53 €

Schematicamente:

	Conmed Italia S.R.L.	De Soutter Medical Italia	Johnson & Johnson Medical Spa	Stryker Italia Srl
Ergonomia, Maneggevolezza, Funzionalità E Facilità D'uso	- Discreta distribuzione del peso e bilanciamento, - impugnatura che permette una posizione abbastanza naturale del polso, - il profilo permette una discreta aderenza al palmo della mano. - IPX6, IPX8 e IPX9.	- Buona distribuzione del peso e bilanciamento, - impugnatura che permette una posizione naturale del polso, - il profilo permette una buona aderenza al palmo della mano. - IPX9.	- Discreta distribuzione del peso e bilanciamento, - impugnatura che permette una posizione abbastanza naturale del polso, - il profilo permette una discreta aderenza al palmo della mano. - Il basso grado di protezione da liquidi (IPX4) limita molto nelle operazioni di gestione (pulizia e sanificazione).	- Buona distribuzione del peso e bilanciamento, - impugnatura che permette una posizione naturale del polso, - il profilo permette una buona aderenza al palmo della mano. - IPX9
Rumorosità	Livello di rumorosità accettabile	Livello di rumorosità buono	Livello di rumorosità buono	Livello di rumorosità accettabile
Tipologia E Gamma Di Lame Disponibili	Discreta, nel complesso, la gamma di lame disponibili per coprire le esigenze chirurgiche per le osteotomie delle grandi e piccole ossa.	Discreta, nel complesso, la gamma di lame disponibili per coprire le esigenze chirurgiche per le osteotomie delle grandi e piccole ossa.	Discreta, nel complesso, la gamma di lame disponibili per coprire le esigenze chirurgiche per le osteotomie delle grandi e piccole ossa.	Ottima, nel complesso, la gamma di lame disponibili, in grado di coprire le esigenze chirurgiche per le osteotomie delle grandi e piccole ossa.
Servizio Di Assistenza Tecnica	Intervento: entro 4 ore lavorative; Risoluzione guasto: entro 1gg lavorativo	Intervento: entro 4 ore lavorative; Risoluzione guasto: entro 1gg lavorativo	Intervento: entro 4 ore lavorative; Risoluzione guasto: entro 1gg lavorativo	Intervento: entro 4 ore lavorative; Risoluzione guasto: entro 1gg lavorativo
Disponibilità Muletti	Si	Si	Si	Si
Economicità dell'offerta economica	115.609,80 €	133.149,14 €	117.213,50 €	106.627,53 €

In base ai criteri di valutazione sopra riportati si ritiene che il prodotto che realizza la migliore scelta tecnica, clinica ed economica è quello offerto dalla ditta Stryker Italia Srl con il modello System 8.

Tale prodotto presenta buoni aspetti di ergonomia, maneggevolezza, funzionalità e facilità d'uso (distribuzione del peso, bilanciamento, impugnatura e profilo, indice di protezione da liquidi) ed un'ottima gamma di lame disponibili in grado di coprire le esigenze chirurgiche per le osteotomie delle grandi e piccole ossa tale da rispondere pienamente alle esigenze cliniche.

Cordiali saluti.

Santorso lì, 20/12/2022

dott. Andrea Micaglio

ing. Ettore Masucci

F.to Andrea Micaglio

F.to Ettore Masucci