

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 574 DEL 31/03/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURA E MATERIALE DI CONSUMO PER PROCEDURE DI CRIOABLAZIONE DEL DISTRETTO RENALE E PROSTATICO. GARA N. 2023-029-BAS.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 590/23

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 98414 del 18.12.2020 è stata trasmessa alla Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) la richiesta di autorizzazione per la nuova gara soprasoglia per la fornitura di apparecchiatura e materiale di consumo per procedure di crioablazione per vari distretti (renale, mammario, osseo, polmonare e prostatico);
- con note prot. n. 352314 del 6.8.2021 (ns. prot. n. 66148 del 6.8.2021) e prot. n. 425640 del 28.9.2021 (ns. prot. n. 79613 del 28.9.2021) la C.R.I.T.E. ha comunicato la sospensione del parere per approfondimenti istruttori e ha richiesto a questa Azienda di fornire al Coordinatore Tecnico – Scientifico della Rete Oncologica Veneta le evidenze scientifiche atte a permettere un ulteriore approfondimento ed eventuale rivalutazione del parere fornito;
- con nota prot. n. 91120 del 2.11.2021 è stata trasmessa al Coordinatore Tecnico –Scientifico della Rete Oncologica Veneta, prof. Pierfranco Conte, la documentazione scientifica;
- con nota prot. n. 168988 del 12.4.2022 (ns. prot. n. 33982 del 12.4.2022) la C.R.I.T.E., tenuto conto delle valutazioni espresse dalla Rete Oncologica Veneta, ha comunicato parere favorevole alla nuova procedura di gara limitatamente alle procedure del distretto renale;
- con deliberazione n. 1156 del 17.06.2022 è stata indetta la relativa gara che è risultata tuttavia deserta come da deliberazione n. 286 del 17.02.2023;
- risulta scaduto al 31.12.2022 il contratto per la fornitura in service di procedure per l'attività di crioablazione per il distretto renale aggiudicato alla ditta Sunshine 7 srl di Bassano del Grappa con delibera n. 453 del 24.4.2018 e prorogato con delibera, da ultima, n. 1199 del 24.06.2022; si rende necessario pertanto attivare, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara europea, una procedura – ponte per l'affidamento della fornitura per la durata di 12 mesi.

Dato atto che:

- in data 08.02.2023 la Commissione UVA-DM ha autorizzato n. 2 procedure di crioablazione per il distretto prostatico limitatamente a terapia di “salvataggio” ovvero a favore di pazienti selezionati secondo criteri precisi e già sottoposti a trattamento radioterapico e /o chirurgico nelle more dell'avvio della nuova gara europea;
- al fine di garantire la continuità della fornitura, nelle more dell'indizione di una nuova procedura di gara europea, in data 15.02.2023 l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel, sul sito aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) specifica indagine di mercato comparativa con preventivo prot. n. 13689/23 per l'affidamento della fornitura di apparecchiatura e materiale di consumo per n. 20 procedure di crioablazione del distretto renale e per n. 2 procedure del distretto prostatico per l'importo a base d'asta, per il periodo di 12 mesi, di € 132.000,00 (IVA esclusa) fissato sulla base dei recenti prezzi di mercato come da indagine conoscitiva prezzi, agli atti, effettuata dall'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica;
- l'acquisto in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, e non risulta attiva alcuna iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i., prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto delle forniture per importi inferiori a € 139.000,00;

Preso atto che entro il termine fissato (ore 13.00 del 21.02.2023) sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle seguenti ditte, come di seguito indicato:

ditta	Importo offerto (IVA esclusa)
Versan & Dafne s.r.l.	€ 77.000,00
Cryoservice & Medical Devices s.r.l.	€ 120.000,00
Sunshine 7 s.r.l.	€ 131.900,00

Dato atto che:

- con e-mail del 22.02.2023 l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha trasmesso al dr. Andrea Casarin, dirigente medico dell'UOC Radiologia P.O. Bassano, quale esperto individuato dalla Direzione Generale come da email del 22.02.2023, le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte per la valutazione tecnico-qualitativa;
- in data 20.03.2023 è pervenuta la relazione di scelta dell'esperto sopra citato con cui, esaminata la documentazione tecnica prodotta dalle ditte, è stata individuata la proposta tecnica economica della ditta Sunshine 7 s.r.l. come migliore offerta, per le motivazioni riportate nella relazione allegata (Allegato 1);
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto, pertanto, ad attivare in data 21.03.2023 (prot. n. 24766/2023) sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i., alla ditta Sunshine 7 s.r.l. per l'affidamento della fornitura di apparecchiatura e materiale di consumo per procedure di crioablazione del distretto renale e prostatico, per l'importo a base d'asta di € 131.900,00 (IVA esclusa) per il periodo di 12 mesi;

Rilevato che, entro il termine stabilito (ore 13.00 del 27.03.2023) la suddetta ditta ha presentato regolare offerta come segue:

Descrizione	Prezzo unitario (IVA esclusa)
n. 20 Kit renale (n. 3 criosonde)	€ 5.950,00
n. 2 Kit prostata	€ 6.450,00

per l'importo complessivo di € 131.900,00 (IVA esclusa) per 12 mesi;

Preso atto che con email della Direzione Generale del 29/03/2023 è stato individuato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il dr. Calogero Cicero, Direttore U.O.C. Radiologia del P.O. di Bassano.

Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, all'affidamento diretto alla ditta Sunshine 7 s.r.l. della fornitura di apparecchiatura e materiale di consumo per procedure di crioablazione del distretto renale e prostatico, per l'importo di € 131.900,00 (IVA esclusa) per il periodo di 12 mesi.

Visto che, ai sensi del Regolamento Aziendale di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato con deliberazione n. 1821 del 29/10/2021, la fornitura di cui trattasi prevede una quota massima di incentivazione per le funzioni tecniche pari al 2% dell'importo posto a base di gara, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria come previsto dall'art. 7 del citato Regolamento Aziendale, l'importo complessivo di € 2.640,00 viene previsto nel quadro economico della gara.

Visto l'art.1 comma 2 lett. a) del D. L. 76/2020, convertito dalla L.120/2020 e ss.mm.ii., il d.lgs.50/2016, il Regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia di cui alla delibera n. 2119 del 11.11.2022.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica propone pertanto di:

- procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, all'affidamento diretto alla ditta Sunshine 7 s.r.l. della fornitura di apparecchiatura e materiale di consumo per procedure di crioablazione del distretto renale e prostatico, per l'importo di € 131.900,00 (IVA esclusa) per il periodo di 12 mesi;
- dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso venga aggiudicata la nuova gara europea citata in premessa;
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il dr. Calogero Cicero, Direttore U.O.C. Radiologia del P.O. di Bassano il quale in data 23.01.2023 ha reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

1. di procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, all'affidamento diretto, previa indagine di mercato comparativa e come da relazione allegata al presente provvedimento, alla ditta Sunshine 7 s.r.l. della fornitura di apparecchiatura e materiale di consumo per procedure di crioablazione del distretto renale e prostatico, per l'importo di € 131.900,00 (IVA esclusa) per il periodo di 12 mesi come segue:

Descrizione	Prezzo unitario (IVA esclusa)
n. 20 Kit renale (n. 3 criosonde)	€ 5.950,00
n. 2 Kit prostata	€ 6.450,00

2. di dare atto che la fornitura di cui trattasi avrà durata di 12 mesi, dal 01.04.2023 al 31.03.2024, con decorrenza in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, salva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso venga aggiudicata la nuova gara europea citata in premessa;
3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 160.918,02 (IVA 22% inclusa) per la fornitura in oggetto trova riferimento nel bilancio come segue:

anno	conto	PGR	descrizione	impegno di spesa (IVA compresa)
2023	BA1530Y00	84	Altri servizi sanitari da privato - service - altro	€ 120.688,51
2024				€ 40.229,51

4. di dare atto che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 vengono imputati nella misura massima del 2%, pari ad € € 2.640,00 nel conto BA2884000 "Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016", PRG 650, del bilancio di esercizio corrente;
5. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il dr. Calogero Cicero, Direttore U.O.C. Radiologia del P.O. di Bassano;
6. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
CIG 9724731DE1
Ditta SUNSHINE 7 s.r.l., con sede in Bassano del Grappa, Via Bastion, 49/4, CAP 36061 C.F.03627960242, partita IVA n. 03627960242.
7. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul sito aziendale e sul sito Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



RELAZIONE DI SCELTA

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA URGENTE CON PREVENTIVO

Affidamento diretto fornitura, ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, di apparecchiatura e materiale di consumo per procedure di crioablazione dei distretti renale e prostatico. GARA N. 2023 - 029 -BAS – ID SINTEL 165327324

Caratteristiche e fabbisogno

A) Materiale di Consumo:

A1) dispositivi crioterapici (criosonde) di vario calibro, con punta attiva di dimensioni diverse per poter offrire varie dimensioni della sfera di ghiaccio in base alla dimensione del tessuto da trattare; l'impugnatura deve essere adatta anche all'utilizzo sotto TAC. Le crioonde devono essere monouso, forniti sterili in doppia busta e pronti all'uso. Specificare la modalità di sterilizzazione utilizzata.

A2) altri dispositivi accessori necessari alla realizzazione della procedura.

B) Strumentazione:

Il criostato o altra apparecchiatura, fornito in maniera continuativa per tutto il periodo contrattuale, deve essere di ultima generazione e indicata per la distruzione crioablativa del tessuto attraverso procedura mini invasiva; deve avere rumorosità contenuta e peso e dimensioni atte a poter accedere nei luoghi dedicati all'attività chirurgica e/o radiologica e al trasporto nei locali adibiti.

La fornitura e la gestione dei gas medicali o tecnici (es. Argon, Elio, CO2, Azoto) collegati alla funzione dell'apparecchiatura, rimangono a carico del fornitore.

1. Aspetti oggetto di valutazione

Rigidità del dispositivo/penetrabilità nei tessuti, dimensione massima dell'area di necrosi prodotta, controllo e riproducibilità dell'area di necrosi, diametro crioonda, gamma di misure delle crioonde e soluzione di supporto offerta al clinico e/o semplicità di gestione ed economicità della proposta economica.

2. Importo a base d'asta per 12 mesi: € **132.000,00** (IVA esclusa).

A seguito di Avviso indagine di mercato prot. n. 13689 del 15.02.2023, pubblicato sulla piattaforma telematica Sintel, sul sito aziendale <http://www.aulss7.veneto.it> e sul portale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), hanno manifestato interesse alla procedura in oggetto le ditte Sunshine 7 s.r.l., Versan & Dafne s.r.l. e Cryoservice & Medical Devices s.r.l. con le seguenti proposte tecniche ed economiche:

ditta	Importo offerto 12 mesi
Versan & Dafne s.r.l.	€ 77.000,00
Cryoservice & Medical Devices s.r.l.	€ 120.000,00
Sunshine 7 s.r.l.	€ 131.900,00

A seguito di esame della documentazione presentata dalle ditte si attesta che le apparecchiature e il materiale di consumo offerto risultano essere rispondenti alle caratteristiche richieste.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rileva quanto segue:

Con riferimento agli aspetti oggetto di valutazione, viene esaminata la documentazione presentata dalle ditte rilevando quanto segue con valorizzazione positiva, negativa o equivalente degli aspetti tecnici delle offerte presentate:

descrizione	Ditta Versan & Dafne s.r.l.	Ditta Cryoservice & Medical Devices s.r.l.	Ditta Sunshine 7 s.r.l.
Rigidità del dispositivo/penetrabilità nei tessuti	Sufficiente penetrabilità ma eccessiva rigidità degli aghi a causa dell'eccessivo diametro degli aghi.	Ottima penetrabilità e flessibilità degli aghi.	Buona penetrabilità e flessibilità degli aghi.
Dimensione massima dell'area di necrosi prodotta	Inadeguato, per utilizzo di un singolo ago alla volta.	Adeguate possibilità di utilizzo di aghi multipli contemporaneamente anche diversi tra di loro.	Adeguate possibilità di utilizzo di aghi multipli contemporaneamente anche diversi tra di loro.
Controllo e riproducibilità dell'area di necrosi	Sufficiente, controllo e riproducibilità dell'area di necrosi.	Ottimo controllo e riproducibilità dell'area di necrosi.	Ottimo controllo e riproducibilità dell'area di necrosi.
Diametro criosonde	Inadeguato, calibro troppo elevato 12 G	Buona ago di 15 G con buona penetrabilità	Ottimo, calibro di 17 G, il più sottile sul mercato.
Gamma di misure delle criosonde	Inadeguato, calibri troppo elevati	Buona, utilizzo fino a 8 aghi contemporaneamente	Ottima, fino a 20 aghi utilizzabili contemporaneamente
Soluzione di supporto offerta al clinico e/o semplicità di gestione	Propongono apparecchio in service	Propongono apparecchio in service	Criostato lasciato in deposito in azienda sempre pronto all'utilizzo
Valutazione complessiva	NEGATIVA	BUONA	OTTIMA

In base ai criteri sopra riportati e alla valutazione complessiva di quanto proposto si valuta come miglior proposta quella presentata dalla Ditta Sunshine 7 s.r.l.

Pertanto le caratteristiche offerte dalla ditta Sunshine 7 s.r.l. giustificano ampiamente la lieve differenza di prezzo dell'offerta.

U.O.C Radiologia
Dott Andrea Casarin
Bassano del Grappa, 20.03.2023



RELAZIONE DI SCELTA

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA URGENTE CON PREVENTIVO

Affidamento diretto fornitura, ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, di apparecchiatura e materiale di consumo per procedure di crioablazione dei distretti renale e prostatico. GARA N. 2023 - 029 -BAS – ID SINTEL 165327324

Caratteristiche e fabbisogno

A) Materiale di Consumo:

A1) dispositivi crioterapici (criosonde) di vario calibro, con punta attiva di dimensioni diverse per poter offrire varie dimensioni della sfera di ghiaccio in base alla dimensione del tessuto da trattare; l'impugnatura deve essere adatta anche all'utilizzo sotto TAC. Le crioonde devono essere monouso, forniti sterili in doppia busta e pronti all'uso. Specificare la modalità di sterilizzazione utilizzata.

A2) altri dispositivi accessori necessari alla realizzazione della procedura.

B) Strumentazione:

Il criostato o altra apparecchiatura, fornito in maniera continuativa per tutto il periodo contrattuale, deve essere di ultima generazione e indicata per la distruzione crioablativa del tessuto attraverso procedura mini invasiva; deve avere rumorosità contenuta e peso e dimensioni atte a poter accedere nei luoghi dedicati all'attività chirurgica e/o radiologica e al trasporto nei locali adibiti.

La fornitura e la gestione dei gas medicali o tecnici (es. Argon, Elio, CO2, Azoto) collegati alla funzione dell'apparecchiatura, rimangono a carico del fornitore.

1. Aspetti oggetto di valutazione

Rigidità del dispositivo/penetrabilità nei tessuti, dimensione massima dell'area di necrosi prodotta, controllo e riproducibilità dell'area di necrosi, diametro crioonda, gamma di misure delle crioonde e soluzione di supporto offerta al clinico e/o semplicità di gestione ed economicità della proposta economica.

2. Importo a base d'asta per 12 mesi: € **132.000,00** (IVA esclusa).

A seguito di Avviso indagine di mercato prot. n. 13689 del 15.02.2023, pubblicato sulla piattaforma telematica Sintel, sul sito aziendale <http://www.aulss7.veneto.it> e sul portale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), hanno manifestato interesse alla procedura in oggetto le ditte Sunshine 7 s.r.l., Versan & Dafne s.r.l. e Cryoservice & Medical Devices s.r.l. con le seguenti proposte tecniche ed economiche:

ditta	Importo offerto 12 mesi
Versan & Dafne s.r.l.	€ 77.000,00
Cryoservice & Medical Devices s.r.l.	€ 120.000,00
Sunshine 7 s.r.l.	€ 131.900,00

A seguito di esame della documentazione presentata dalle ditte si attesta che le apparecchiature e il materiale di consumo offerto risultano essere rispondenti alle caratteristiche richieste.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si rileva quanto segue:

Con riferimento agli aspetti oggetto di valutazione, viene esaminata la documentazione presentata dalle ditte rilevando quanto segue con valorizzazione positiva, negativa o equivalente degli aspetti tecnici delle offerte presentate:

descrizione	Ditta Versan & Dafne s.r.l.	Ditta Cryoservice & Medical Devices s.r.l.	Ditta Sunshine 7 s.r.l.
Rigidità del dispositivo/penetrabilità nei tessuti	Sufficiente penetrabilità ma eccessiva rigidità degli aghi a causa dell'eccessivo diametro degli aghi.	Ottima penetrabilità e flessibilità degli aghi.	Buona penetrabilità e flessibilità degli aghi.
Dimensione massima dell'area di necrosi prodotta	Inadeguato, per utilizzo di un singolo ago alla volta.	Adeguate possibilità di utilizzo di aghi multipli contemporaneamente anche diversi tra di loro.	Adeguate possibilità di utilizzo di aghi multipli contemporaneamente anche diversi tra di loro.
Controllo e riproducibilità dell'area di necrosi	Sufficiente, controllo e riproducibilità dell'area di necrosi.	Ottimo controllo e riproducibilità dell'area di necrosi.	Ottimo controllo e riproducibilità dell'area di necrosi.
Diametro criosonde	Inadeguato, calibro troppo elevato 12 G	Buona ago di 15 G con buona penetrabilità	Ottimo, calibro di 17 G, il più sottile sul mercato.
Gamma di misure delle criosonde	Inadeguato, calibri troppo elevati	Buona, utilizzo fino a 8 aghi contemporaneamente	Ottima, fino a 20 aghi utilizzabili contemporaneamente
Soluzione di supporto offerta al clinico e/o semplicità di gestione	Propongono apparecchio in service	Propongono apparecchio in service	Criostato lasciato in deposito in azienda sempre pronto all'utilizzo
Valutazione complessiva	NEGATIVA	BUONA	OTTIMA

In base ai criteri sopra riportati e alla valutazione complessiva di quanto proposto si valuta come miglior proposta quella presentata dalla Ditta Sunshine 7 s.r.l.

Pertanto le caratteristiche offerte dalla ditta Sunshine 7 s.r.l. giustificano ampiamente la lieve differenza di prezzo dell'offerta.

U.O.C Radiologia
Dott Andrea Casarin
Bassano del Grappa, 20.03.2023