

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 618 DEL 07/04/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SISTEMA ANALITICO PER LA RICERCA DI AUTOANTICORPI CON METODI IMMUNOMETRICI PER L’AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA. GARA 2022-261-BAS

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 632/23

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che con deliberazione n. 2045 del 28.10.2022 è stata indetta la gara europea a procedura aperta per l'affidamento del sistema analitico per la ricerca di autoanticorpi con metodi immunometrici per l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana – lotto unico – per il periodo di 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi e proroga tecnica di 12 mesi, per l'importo a base d'asta di € 234.498,00 + IVA;

Ricordato che trattasi della riproposizione del lotto risultato deserto (lotto 1) nella procedura indetta con delibera n. 860 del 6.05.2022, ed in seguito aggiudicata relativamente al solo lotto 2, con delibera n. 1881 del 7.10.2022;

Preso atto che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 13.12.2022 alle ore 10:00, tramite la piattaforma Sintel (ID: 161325116), sono pervenute le seguenti offerte:

N.	OPERATORE CONOMICO	ID OFFERTA	DATA	ORA
1	EUROIMMUN ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO C.F./P. IVA 03680250283	1670836206049	12.12.2022	10.10.06
2	INSTRUMENTATION LABORATORY C.F./P. IVA 02368591208	1670853482097	12.12.2022	14.58.02

Dato atto che:

- con delibera n. 108 del 20.01.2023 è stato approvato il verbale della seduta del 14.12.2022 del Seggio di gara dal quale è risultato che sono stati ammessi alla fase di valutazione dell'offerta tecnica i seguenti Operatori Economici (OE):
 - 1) EUROIMMUN ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO
 - 2) INSTRUMENTATION LABORATORY
- con la medesima delibera si è provveduto, altresì, a nominare la Commissione Giudicatrice, la quale come da verbali delle sedute riservate del 25.01.2023, 2.02.2023 e 7.02.2023 (Allegato n. 1), ha provveduto, a seguito delle valutazioni effettuate, ad attribuire i seguenti punteggi di qualità:

	Euroimmun Italia Srl	Instrumentation Laboratory
Totale punteggio	59,37	54,07
Totale punteggio riparametrato	70,00	63,75

- gli OE partecipanti sono stati ammessi alla fase di apertura dell'offerta economica, avendo raggiunto il punteggio minimo di 42/70 come previsto dall'art. 18.1 del Disciplinare di gara;
- la Commissione Giudicatrice ha provveduto, come da verbale della seduta riservata del 16.02.2023 (Allegato n. 2), tramite piattaforma Sintel, all'apertura della busta 3 "offerta economica" – Step 3" delle ditte sopracitate, e che il sistema Sintel ha attribuito automaticamente agli OE i punteggi economici in base all'applicazione della formula di cui all'art. 18.3 del disciplinare di gara con il seguente risultato:

	Operatore Economico	Importo complessivo offerto	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Totale Punteggio
1	EUROIMMUN ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	€ 230.048,25.=	70,00	27,67	97,67
2	INSTRUMENTATION LABORATORY	€ 212.157,00.=	63,75	30,00	93,75

Preso atto che in sede di attribuzione del suddetto punteggio, e come previsto dall'art. 97 co. 3 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, il sistema Sintel non ha rilevato offerte anormalmente basse;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare la gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del sistema analitico per la ricerca di autoanticorpi con metodi immunometrici per l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana all'OE Euroimmun Italia s.r.l. con socio unico, con sede in Corso Stati Uniti 4 – 35127 Padova – partita IVA 03680250283, per l'importo offerto di € 230.048,25.= IVA esclusa (€ 280.658,86.= IVA 22% compresa) per il periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per 24 mesi e proroga tecnica di 12 mesi, come segue:

Descrizione	Fabbisogno 36 mesi (test)	Codice articolo fornitore	Codice CND	Prezzo unitario a test/pezzo
Ac IgA anti-transglutaminasi	15000	IS-AI1303	W0102109020	2,85 €
Ac IgG anti-transglutaminasi	1500	IS-AI1401	W0102109020	3,69 €
Ac anti peptici ciclici citrullinati (CCP IgG) di ultima generazione	7500	IS-AI1201	W0102109014	2,78 €
Ac anti-dsDNA	3000	IS-AI1101	W0102100105	1,66 €
Ac ENA	7500	IS-AI1001	W0102100101	1,73 €
Ac anti-Sm	900	IS-AI1106	W0102100111	2,67 €
Ac anti-RNP	900	IS-AI1107	W0102100114	2,67 €
Ac anti-SSA/Ro	900	IS-AI1102	W0102100112	2,67 €
Ac anti-SSB/La	900	IS-AI1105	W0102100113	2,67 €
Ac anti-CENP	900	IS-AI1110	W0102100104	2,70 €
Ac anti-Scl70	900	IS-AI1108	W0102100110	2,67 €
Ac anti-Jo-1	900	IS-AI1109	W0102100108	2,67 €
Ac IgG anti-cardiolipina	3000	IS-AI1501	W0102109001	1,98 €
Ac IgM anti-cardiolipina	3000	IS-AI1601	W0102109001	1,68 €
Ac IgG anti-Beta2-Glicoproteina I	2400	IS-AI1502	W0102109004	1,79 €
Ac IgM anti Beta2-Glicoproteina I	2400	IS-AI1602	W0102109004	1,79 €
Ac anti membrana basale glomerulare (GBM)	300	IS-AI1703	W0102109014	4,71 €
Ac anti-mieloperossidasi (MPO)	1800	IS-AI1701	W0102109009	2,85 €
Ac anti-proteinasi (PR3)	1800	IS-AI1702II	W0102109010	4,44 €
IgG anti-gliadina deamidata	1800	IS-AI1302	W0102109006	1,41 €

Descrizione	confezioni annue necessarie	codice articolo fornitore	Codice CND	Prezzo a confezione
Materiali di controllo ad uso reagenti (proposto in sconto merce senza oneri aggiuntivi)	2	IS-AI1030	W0102152007	0,00 €
	2	IS-AI1130	W0102152007	0,00 €
	2	IS-AI1230	W0102152007	0,00 €
	2	IS-AI1330	W0102152007	0,00 €
	2	IS-AI1430	W0102152007	0,00 €
	2	IS-AI1530	W0102152007	0,00 €
	2	IS-AI1630	W0102152007	0,00 €
	2	IS-AI1730	W0102152007	0,00 €
Materiale consumabile ad uso strumentazione	6	IS-6010	W0103010499	20,00 €
	33	IS-CT100	W0103010499	16,00 €
	13	IS-CW100	W01029003	18,00 €
	38	IS-CS100	W0103010499	10,00 €
	10	IS-DS200	W0201020185	119,00 €
	2	IS-HS100	n.a.	51,00 €
	43	IS-CC100	W05039099	46,00 €
	2	IS-IM100	W0201020185	119,00 €
VEQ (proposte in sconto merce senza oneri aggiuntivi)	1	SER/005	n.a.	0,00 €
	1	SER/010	n.a.	0,00 €
	1	SER/036	n.a.	0,00 €
	1	SER/006	n.a.	0,00 €
	1	SER/007	n.a.	0,00 €

Strumentazione						
Descrizione	Nome commerciale	modello/ codice Prodotto	Codice CND	Canone annuo noleggio	Canone annuo assistenza/manutenz.	Totale canone annuo
nr. 1 Sistema analitico completo per la ricerca di autoanticorpi con metodi immunometrici	IDS-iSYS Automated Analyzer "Analizzatore automatico Random Accesso per metodiche in chemiluminescenza (CLIA) - 15 rack reagenti"	IS-310400	W2010699	1200,00 €	7800,00 €	9000,00 €
Aaccessori inclusi	n. 1 IDS-iSYS Xprep	IS-XP01				

	n. 1 Personal Computer	YG PC				
	n. 1 Monitor	YG MNT				
	n. 1 Stampante	YG STMP				
	n. 1 Gruppo di continuità (UPS)	YG UPS				

Dato atto che:

- i controlli previsti dall'art. 32 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50, hanno dato esito positivo, con esclusione dell'informazione antimafia la cui verifica è ancora in corso;
- l'acquisto in oggetto non risulta presente, alla data di aggiudicazione della presente gara, nelle categorie merceologiche e relative soglie di obbligatorietà la cui acquisizione è rimessa ai soggetti aggregatori (Consip e Centrali Regionali), in attuazione a quanto disposto dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015;

Ricordato che la gara in oggetto risulta autorizzata in base alla nota prot. 117090 del 14.03.2022 (protocollo aziendale n. 23120) con cui la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso il proprio parere favorevole all'indizione senza prescrizioni con riferimento al lotto in questione, e successiva nota prot. n. 85081 inviata alla CRITE in data 29.09.2022, con cui l'Azienda ULSS ha trasmesso:

- una relazione sull'esito della gara ed in particolare sul lotto risultato deserto;
- la comunicazione di indizione della nuova procedura in oggetto;

Dato atto che, come da indicazione della Direzione Generale in data 27.09.2022, viene individuata, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dr.ssa Maria Piera Panozzo, Dirigente Biologo U.O.C. Laboratorio Analisi P.O. Santorso.

Dato atto che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.lgs. 18.4.2016, n. 50 vengono imputati nella misura massima non superiore al 2%, pari ad € 4.450,48.= nel conto BA2884000 "Accantonamenti incentivi funzioni tecniche" art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del bilancio di esercizio corrente.

Visto il D.lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica propone per le ragioni sopra esposte:

- di prendere atto dei verbali della Commissione Giudicatrice del 25.01.2023, 2.02.2023 e 7.02.2023 relativi alla valutazione dell'offerta tecnica, e del 16.02.2023 relativo all'apertura delle offerte economiche, Allegati n. 1, 2 al presente provvedimento;
- di aggiudicare la gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del sistema analitico per la ricerca di autoanticorpi con metodi immunometrici per l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana all'OE Euroimmun Italia s.r.l. con socio unico, con sede in Corso Stati Uniti 4 – 35127 Padova – partita IVA 03680250283, per l'importo offerto di € 230.048,25.= IVA esclusa (€ 280.658,86.= IVA 22% compresa) per il periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per 24 mesi e proroga tecnica di 12 mesi;
- di dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 38 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- di individuare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la Dr.ssa Maria Piera Panozzo, Dirigente Biologo U.O.C. Laboratorio Analisi P.O. Santorso, come da indicazione della Direzione Generale in data 27.09.2022

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto dei verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice del 25.01.2023, 2.02.2023 e 7.02.2023 relativi alla valutazione dell'offerta tecnica, e del 16.02.2023 relativo all'apertura delle offerte economiche, Allegati n. 1, 2 al presente provvedimento;
2. di aggiudicare la gara europea a procedura aperta telematica per l'affidamento del sistema analitico per la ricerca di autoanticorpi con metodi immunometrici per l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana all'OE Euroimmun Italia s.r.l. con socio unico, con sede in Corso Stati Uniti 4 – 35127 Padova – partita IVA 03680250283, per l'importo offerto di € 230.048,25.= IVA esclusa (€ 280.658,86.= IVA 22% compresa), come descritto in premessa e qui integralmente richiamato;
3. di dare atto che il contratto d'appalto che sarà stipulato in esecuzione del presente atto, avrà validità di 36 mesi decorrenti indicativamente dal 20.05.2023, tenuto conto del periodo di stand-still e di avviamento del servizio, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi e proroga tecnica di 12 mesi;
4. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 280.658,86.= IVA 22% compresa per il periodo di 36 mesi, oltre ad € 4.450,48.= a titolo di accantonamento massimo incentivazioni per le funzioni tecniche, trova copertura nel bilancio come segue:

Anno	Conto	PRG	Descrizione	Impegno IVA compresa
2023	BA2884000	650	Accantonamento massimo incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 4.450,48
2023	BA0240000	57	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	48.167,56 €
2023	BA2020000	378	Canoni di noleggio	6.405,00 €
2024	BA0240000	57	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	82.572,95 €
2024	BA2020000	378	Canoni di noleggio	10.980,00 €
2025	BA0240000	57	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	82.572,95 €
2025	BA2020000	378	Canoni di noleggio	10.980,00 €
2026	BA0240000	57	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	34.405,40 €
2026	BA2020000	378	Canoni di noleggio	4.575,00 €

5. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 i dati sono i seguenti:

CIG: 9479176F7B

Ditta aggiudicataria: Euroimmun Italia s.r.l. con socio unico, con sede in Corso Stati Uniti n. 4 – 35127 Padova

Codice Fiscale e Partita IVA: 03680250283

6. di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) la Dr.ssa Maria Piera Panozzo, Dirigente Biologo U.O.C. Laboratorio Analisi P.O. Santorso;
7. di dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 38 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50 e s.m.i.;
8. di dare atto che i controlli previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50 e s.m.i, hanno dato esito positivo, con esclusione dell'informazione antimafia la cui verifica è ancora in corso;
9. di procedere a tutte le comunicazioni e a tutti gli obblighi informativi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente circa l'esito della gara;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, c. 1 lett. b) del D.lgs. 14.03.2013 n. 33 e sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;
11. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
 C.F. e P. IVA 00913430245

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DI SISTEMA ANALITICO PER LA RICERCA DI AUTOANTICORPI CON METODI IMMUNOMETRICI PER L'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA. GARA 2022-261-BAS CIG: 9479176F7B

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE
1° SEDUTA – 25.01.2023

Il giorno 25 gennaio 2023 alle ore 09.00, presso la Sala Riunioni della Palazzina Uffici Amministrativi del P.O. di Bassano, Via dei Lotti, 40 - Bassano del Grappa (VI), e via Meet, si è costituita la Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione tecnico-qualitativa della documentazione tecnica, presentata dalle ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto.

La Commissione Giudicatrice, nominata con delibera n. 108 del 20.01.2023, risulta così composta:

- PRESIDENTE:** dr.ssa Maria Piera Panozzo, Dirigente Biologo U.O.C. Laboratorio Analisi P.O. Santorso;
- COMPONENTI:** dr.ssa Alessandra Marin, Dirigente Biologo U.O.S. Laboratorio Analisi P.O. Bassano;
 dr.ssa Erica Santacatterina, Dirigente Medico U.O.C. Laboratorio Analisi P.O. Santorso;
- SEGRETARIO:** dott.ssa Martina Zilio, Collaboratore Amministrativo Professionale dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica;

Il Presidente ricorda che, tramite la piattaforma Sintel (ID 161325116), hanno presentato offerta e sono state ammesse alla fase di valutazione della documentazione tecnica, come da verbale agli atti, le seguenti ditte:

ID offerta	DITTA	Cod. Fiscale	Data ricezione
1670836206049	EUROIMMUN ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO	03680250283	12.12.2022 ore 10.10.06
1670853482097	INSTRUMENTATION LABORATORY	02368591208	12.12.2022 ore 14.58.02

I suddetti componenti dichiarano, come da note agli atti, di non avere cause d'incompatibilità.

Rammenta che l'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

L'attribuzione dei 70 punti qualità previsti saranno assegnati valutando le caratteristiche dell'offerta tecnica delle ditte concorrenti sulla base dei seguenti criteri indicati dall'art. 18.1 del disciplinare di gara:

Criteri/elementi di valutazione	Metodo attribuzione punteggi	Tipologia	Punteggio Max
1. Controlli di qualità interni multiparametrici	Proporzionale: punteggio massimo (6 punti) per l'offerta con il maggior numero di controlli multiparametrici, in proporzione alle altre.	P	6
2. Sensori di coagulo per i campioni	Tabellare: presente = 4 punti/assente = 0 punti	T	4
3. Stabilità della curva di calibrazione	Discrezionale: relazionare	D	7
4. Numero di metodiche in linea processabili per seduta per singolo strumento	Proporzionale: Punteggio massimo (6 punti) per l'offerta con il maggiore numero di metodiche in linea per singolo strumento, in proporzione alle altre.	P	6
5. Maggiore capacità di carico campioni per singolo strumento	Proporzionale: Punteggio massimo (10 punti) per l'offerta con la maggiore capacità di carico campioni per singolo strumento, in proporzione alle altre.	P	10
6. Cadenza analitica: numero test/ora	Proporzionale: punteggio massimo (10 punti) per l'offerta con la maggior cadenza analitica, in proporzione alle altre	P	10
7. Tempo di rilascio per il primo risultato	Proporzionale: punteggio massimo (9 punti) per l'offerta con minor tempo necessario per il primo risultato. In proporzione inversa alle altre	P	9
8. CTD Screen: numero di antigeni disponibili oltre ai minimi	Proporzionale: Punteggio massimo (6 punti) per l'offerta con il maggiore numero di antigeni aggiuntivi rispetto ai minimi, in proporzione alle altre.	P	6
9. Minore manualità operativa nella gestione strumentale	Discrezionale: relazionare	D	5
10. Determinazione degli Ac anti peptidi ciclici citrullinati (CCP IgG) di seconda generazione	Tabellare: presente = 2 punti/assente = 0 punti	T	2
11. Caratteristiche servizio post-vendita: assistenza tecnica e supporto specialistico	Discrezionale: relazionare	D	5
Totale punteggi			70

Come specificato all'art. 18.1 del disciplinare di gara, nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

I giudizi discrezionali verranno espressi dalla Commissione Giudicatrice secondo la seguente scala di valutazione:

Livello definizione	Analisi	Coefficiente
Ottimo	Proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	1,00
Buono	Proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,80
Discreto	Proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,60
Sufficiente	Proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,40
Scarso	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,20
Non classificabile	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,00

Nella colonna identificata con la lettera P vengono indicati i "Punteggi proporzionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella colonna identificata dalla lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione delle quantità specificamente richieste.

Si procederà quindi alla sommatoria dei punteggi attribuiti.

Il Presidente ricorda che non verranno ammesse alla fase successiva di gara le offerte che in sede di valutazione tecnica non avranno raggiunto complessivamente il punteggio minimo di punti 42/70.

La Commissione prende visione del capitolato speciale d'appalto e dei chiarimenti forniti alle ditte prima della presentazione delle offerte.

La Commissione accede, quindi, alla piattaforma Sintel per l'esercizio delle proprie funzioni mediante le credenziali del segretario verbalizzante e procede all'apertura della "busta telematica" contenente la Documentazione tecnica delle ditte concorrenti.

La Commissione inizia l'esame congiunto della documentazione tecnica prodotta dalle ditte e verifica il rispetto delle specifiche minime richieste all'Art. 16 del disciplinare di gara, come da report agli atti.

Da tale verifica si evince quanto segue:

- Euroimmun Italia Srl: il prodotto risulta conforme
- Instrumentation Laboratory: il prodotto risulta conforme

La Commissione stabilisce quindi di riunirsi il giorno 02.02.2023 alle ore 09.00, per proseguire l'esame dell'offerta tecnica.

La seduta viene chiusa alle ore 10.30.

2° SEDUTA – 02.02.2023

Il giorno 02.02.2023 alle ore 9:00, presso la Sala Riunioni della Palazzina Uffici Amministrativi del P.O. di Bassano, e via Meet, si è nuovamente riunita la Commissione Giudicatrice al completo.

La Commissione prosegue l'esame istruttorio.

La Commissione stabilisce quindi di riunirsi il giorno 07.02.2023 alle ore 09.00, per proseguire l'esame delle offerte tecniche. La seduta viene chiusa alle ore 10.30.

3° SEDUTA – 07.02.2023

Il giorno 07.02.2023 alle ore 9:00, presso la Sala Riunioni della Palazzina Uffici Amministrativi del P.O. di Bassano, e via Meet, si è nuovamente riunita la Commissione Giudicatrice al completo.

La Commissione procede alla formulazione dei giudizi complessivi a seguito della valutazione della documentazione tecnica pervenuta, esprimendo dopo dettagliata analisi, le seguenti valutazioni e attribuendo i relativi punteggi qualità:

- **Ditta Euroimmun Italia Srl**

1. Controlli di qualità interni multiparametrici (Proporzionale: punteggio massimo (6 punti) per l'offerta con il maggior numero di controlli multiparametrici, in proporzione alle altre.)

Valutazione	Punteggio
La ditta Euroimmun Italia Srl dichiara di disporre di n. 4 controlli di qualità interni multiparametrici. La ditta Instrumentation Laboratory dichiara di disporre di n. 1 controllo di qualità interno multiparametrico. Ai fini dell'attribuzione del punteggio proporzionale si applica la formula matematica.	6,00

2. Sensori di coagulo per i campioni (Tabellare: presente = 4 punti/assente = 0 punti)

Valutazione	Punteggio
Presente	4,00

3. Stabilità della curva di calibrazione (Discrezionale: relazionare, fino a 7 punti)

Valutazione	Punteggio
Vista la stabilità a bordo (28 gg) e dato il numero di sedute analitiche dichiarate, si ritiene di valutare come buona la soluzione proposta dalla ditta Euroimmun.	4,20

4. Numero di metodiche in linea processabili per seduta per singolo strumento (Proporzionale: Punteggio massimo (6 punti) per l'offerta con il maggiore numero di metodiche in linea per singolo strumento, in proporzione alle altre.)

Valutazione	Punteggio
La ditta Euroimmun Italia Srl dichiara di disporre di n. 15 metodiche in linea. La ditta Instrumentation Laboratory dichiara di disporre di n. 20 metodiche in linea. Ai fini dell'attribuzione del punteggio proporzionale si applica la formula matematica.	4,50

5. Maggiore capacità di carico campioni per singolo strumento (Proporzionale: Punteggio massimo (10 punti) per l'offerta con la maggiore capacità di carico campioni per singolo strumento, in proporzione alle altre.)



Valutazione	Punteggio
La ditta Euroimmun Italia Srl dichiara di disporre di una capacità di n. 120 campioni. La ditta Instrumentation Laboratory dichiara di disporre di una capacità di n. 30 campioni. Ai fini dell'attribuzione del punteggio proporzionale si applica la formula matematica.	10,00

6. Cadenza analitica: numero test/ora (Proporzionale: punteggio massimo (10 punti) per l'offerta con la maggior cadenza analitica, in proporzione alle altre)

Valutazione	Punteggio
La ditta Euroimmun Italia Srl dichiara di disporre di una cadenza analitica di n. 70 test/ora. La ditta Instrumentation Laboratory dichiara di disporre di una cadenza analitica di n. 60 test/ora. Ai fini dell'attribuzione del punteggio proporzionale si applica la formula matematica.	10,00

7. Tempo di rilascio per il primo risultato (Proporzionale: punteggio massimo (9 punti) per l'offerta con minor tempo necessario per il primo risultato. In proporzione inversa alle altre)

Valutazione	Punteggio
La ditta Euroimmun Italia Srl dichiara di disporre di tempo di rilascio di 25 minuti. La ditta Instrumentation Laboratory dichiara di disporre di tempo di rilascio di meno di 30 minuti. Ai fini dell'attribuzione del punteggio proporzionale si applica la formula matematica.	9,00

8. CTD Screen: numero di antigeni disponibili oltre ai minimi (Proporzionale: Punteggio massimo (6 punti) per l'offerta con il maggiore numero di antigeni aggiuntivi rispetto ai minimi, in proporzione alle altre)

Valutazione	Punteggio
La ditta Euroimmun Italia Srl dichiara di disporre di n. 1 antigeni oltre ai minimi. La ditta Instrumentation Laboratory dichiara di disporre di n. 9 antigeni oltre ai minimi. Ai fini dell'attribuzione del punteggio proporzionale si applica la formula matematica.	0,67

9. Minore manualità operativa nella gestione strumentale (Discrezionale: relazionare, fino a 5 punti)

Valutazione	Punteggio
Il sistema in automazione proposto consente una minore manualità operativa.	5,00

10. Determinazione degli Ac anti peptidi ciclici citrullinati (CCP IgG) di seconda generazione (Tabellare: presente = 2 punti/assente= 0 punti)

Valutazione	Punteggio
Presente	2,00

11. Caratteristiche servizio post-vendita: assistenza tecnica e supporto specialistico (Discrezionale: relazionare, fino a 5 punti)

Valutazione	Punteggio
La proposta è ritenuta buona: la ditta Euroimmun Italia Srl offre un supporto specialistico con possibilità di training in sede a breve distanza dall'Azienda Ulss 7.	4,00

- **Ditta Instrumentation Laboratory**

1. Controlli di qualità interni multiparametrici (Proporzionale: punteggio massimo (6 punti) per l'offerta con il maggior numero di controlli multiparametrici, in proporzione alle altre.)

Valutazione	Punteggio
La ditta Euroimmun Italia Srl dichiara di disporre di n. 4 controlli di qualità interni multiparametrici. La ditta Instrumentation Laboratory dichiara di disporre di n. 1 controllo di qualità interno multiparametrico. Ai fini dell'attribuzione del punteggio proporzionale si applica la formula matematica.	1,50

2. Sensori di coagulo per i campioni (Tabellare: presente = 4 punti/assente = 0 punti)

Valutazione	Punteggio
Presente	4,00

3. Stabilità della curva di calibrazione (Discrezionale: relazionare, fino a 7 punti)

Valutazione	Punteggio
Vista la stabilità a bordo (180 gg) e dato il numero di sedute analitiche dichiarate, si ritiene di valutare come ottima la soluzione proposta dalla ditta Instrumentation Laboratory.	7,00

4. Numero di metodiche in linea processabili per seduta per singolo strumento (Proporzionale: Punteggio massimo (6 punti) per l'offerta con il maggiore numero di metodiche in linea per singolo strumento, in proporzione alle altre.)

Valutazione	Punteggio
La ditta Euroimmun Italia Srl dichiara di disporre di n. 15 metodiche in linea. La ditta Instrumentation Laboratory dichiara di disporre di n. 20 metodiche in linea. Ai fini dell'attribuzione del punteggio proporzionale si applica la formula matematica.	6,00

5. Maggiore capacità di carico campioni per singolo strumento (Proporzionale: Punteggio massimo (10 punti) per l'offerta con la maggiore capacità di carico campioni per singolo strumento, in proporzione alle altre.)

Valutazione	Punteggio
La ditta Euroimmun Italia Srl dichiara di disporre di una capacità di n. 120 campioni. La ditta Instrumentation Laboratory dichiara di disporre di una capacità di n. 30 campioni. Ai fini dell'attribuzione del punteggio proporzionale si applica la formula matematica.	2,50

6. Cadenza analitica: numero test/ora (Proporzionale: punteggio massimo (10 punti) per l'offerta con la maggior cadenza analitica, in proporzione alle altre)

Valutazione	Punteggio
La ditta Euroimmun Italia Srl dichiara di disporre di una cadenza analitica di n. 70 test/ora. La ditta Instrumentation Laboratory dichiara di disporre di una cadenza analitica di n. 60 test/ora. Ai fini dell'attribuzione del punteggio proporzionale si applica la formula matematica.	8,57

7. Tempo di rilascio per il primo risultato (Proporzionale: punteggio massimo (9 punti) per l'offerta con minor tempo necessario per il primo risultato. In proporzione inversa alle altre)

Valutazione	Punteggio
La ditta Euroimmun Italia Srl dichiara di disporre di tempo di rilascio di 25 minuti. La ditta Instrumentation Laboratory dichiara di disporre di tempo di rilascio di meno di 30 minuti. Ai fini dell'attribuzione del punteggio proporzionale si applica la formula matematica.	7,50

8. CTD Screen: numero di antigeni disponibili oltre ai minimi (Proporzionale: Punteggio massimo (6 punti) per l'offerta con il maggiore numero di antigeni aggiuntivi rispetto ai minimi, in proporzione alle altre)

Valutazione	Punteggio
-------------	-----------

La ditta Euroimmun Italia Srl dichiara di disporre di n. 1 antigeni oltre ai minimi. La ditta Instrumentation Laboratory dichiara di disporre di n. 9 antigeni oltre ai minimi. Ai fini dell'attribuzione del punteggio proporzionale si applica la formula matematica.	6,00
---	------

9. Minore manualità operativa nella gestione strumentale (Discrezionale: relazionare, fino a 5 punti)

Valutazione	Punteggio
Il sistema in automazione proposto consente una minore manualità operativa.	5,00

10. Determinazione degli Ac anti peptidi ciclici citrullinati (CCP IgG) di seconda generazione (Tabellare: presente = 2 punti/assente= 0 punti)

Valutazione	Punteggio
Presente	2,00

11. Caratteristiche servizio post-vendita: assistenza tecnica e supporto specialistico (Discrezionale: relazionare, fino a 5 punti)

Valutazione	Punteggio
La proposta è ritenuta buona: la ditta Instrumentation Laboratory garantisce assistenza tecnica in 16 ore.	4,00

Al termine dei lavori la Commissione prende atto che ne deriva la seguente situazione finale:

Criterio	Punteggio Max 70 punti	Euroimmun Italia Srl	Instrumentation Laboratory
		Punti	Punti
1)	6 punti	6,00	1,50
2)	4 punti	4,00	4,00
3)	7 punti	4,20	7,00
4)	6 punti	4,50	6,00
5)	10 punti	10,00	2,50
6)	10 punti	10,00	8,57
7)	9 punti	9,00	7,50
8)	6 punti	0,67	6,00
9)	5 punti	5,00	5,00
10)	2 punti	2,00	2,00

11)	5 punti	4,00	4,00
Totale punteggio		59,37	54,07

La Commissione rileva che entrambe le ditte hanno conseguito il punteggio complessivo minimo di 42/70 punti previsto dalla lettera invito-capitolato di gara, pertanto vengono ammesse all'apertura dell'offerta economica.

La Commissione ricorda, inoltre, che all'art. 18.4 del disciplinare di gara si prevede che qualora la migliore offerta non raggiunga il massimo punteggio qualità di 70 punti si procederà, per le offerte che avranno raggiunto il punteggio minimo sopra indicato, alla riparametrazione, assegnando 70 punti all'offerta con il punteggio assoluto più alto; agli altri concorrenti verranno assegnati punteggi direttamente proporzionali sulla base della seguente formula:

$$PQ_x = 70 * PT_x / PT_{MAX}$$

Dove:

PQ_x = Punteggio qualità assegnato al concorrente

70 = costante (punteggio massimo previsto per la qualità dagli atti di gara)

PT_x = Punteggio qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica del concorrente

PT_{MAX} = Punteggio qualità attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica che ha ricevuto il miglior punteggio tra le offerte tecniche ammesse in gara.

La Commissione procede, pertanto, alla riparametrazione da cui risulta quanto segue:

	Euroimmun Italia Srl	Instrumentation Laboratory
Totale punteggio riparametrato	70,00	63,75

Alle ore 09.45 si concludono i lavori e termina la seduta.

Il presente verbale composto da n. 8 pagine è letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: F.to Dr.ssa Maria Piera Panozzo

.....*Maria Piera Panozzo*.....

Componenti: F.to Dr.ssa Alessandra Marin

.....*Alessandra Marin*.....

F.to Dr.ssa Erica Santacatterina

.....*Erica Santacatterina*.....

Il segretario: F.to Dott.ssa Martina Zilio

.....*Martina Zilio*.....

Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
C.F. e P. IVA 00913430245

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DI SISTEMA ANALITICO PER LA RICERCA DI AUTOANTICORPI CON METODI IMMUNOMETRICI PER L’AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA. GARA 2022-261-BAS CIG: 9479176F7B

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE
1^ seduta riservata apertura buste economiche

Il giorno 16 febbraio 2023 alle ore 10.00, si è riunita la Commissione Giudicatrice per procedere all’apertura delle offerte economiche presentate per la procedura in oggetto.

Assume la funzione di segretario verbalizzante, come da lettera di incarico del RUP prot. 14019 del 16.02.2023, il dott. Nicola Cerchiaro, Assistente Amministrativo dell’UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, che sostituisce la dott.ssa Martina Zilio astenutasi dal lavoro per congedo di maternità con decorrenza dal 14.02.2023.

La Commissione ricorda i punteggi qualità attribuiti agli Operatori Economici ammessi, come da verbali delle sedute in data 25.01.2023, 2.02.2023 e 7.02.2023 di seguito riportati:

Criterio	Punteggio Max 70 punti	Euroimmun Italia Srl	Instrumentation Laboratory Spa
		Punti	Punti
1. Controlli di qualità interni multiparametrici (Proporzionale: punteggio massimo (6 punti) per l'offerta con il maggior numero di controlli multiparametrici, in proporzione alle altre.)	6 punti	6,00	1,50
2. Sensori di coagulo per i campioni (Tabellare: presente = 4 punti/assente = 0 punti)	4 punti	4,00	4,00
3. Stabilità della curva di calibrazione (Discrezionale: relazionare, fino a 7 punti)	7 punti	4,20	7,00
4. Numero di metodiche in linea processabili per seduta per singolo strumento (Proporzionale: Punteggio massimo (6 punti) per l'offerta con il maggiore numero di metodiche in linea per singolo strumento, in proporzione alle altre.)	6 punti	4,50	6,00
5. Maggiore capacità di carico campioni per singolo strumento (Proporzionale: Punteggio massimo (10 punti) per l'offerta con la maggiore capacità di carico campioni per singolo strumento, in proporzione alle altre.)	10 punti	10,00	2,50
6. Cadenza analitica: numero test/ora (Proporzionale: punteggio massimo (10 punti) per l'offerta con la maggior cadenza analitica, in proporzione alle altre)	10 punti	10,00	8,57

7. Tempo di rilascio per il primo risultato (Proporzionale: punteggio massimo (9 punti) per l'offerta con minor tempo necessario per il primo risultato. In proporzione inversa alle altre)	9 punti	9,00	7,50
8. CTD Screen: numero di antigeni disponibili oltre ai minimi (Proporzionale: Punteggio massimo (6 punti) per l'offerta con il maggiore numero di antigeni aggiuntivi rispetto ai minimi, in proporzione alle altre)	6 punti	0,67	6,00
9. Minore manualità operativa nella gestione strumentale (Discrezionale: relazionare, fino a 5 punti)	5 punti	5,00	5,00
10. Determinazione degli Ac anti peptidi ciclici citrullinati (CCP IgG) di seconda generazione (Tabellare: presente = 2 punti/assente= 0 punti)	2 punti	2,00	2,00
11. Caratteristiche servizio post-vendita: assistenza tecnica e supporto specialistico (Discrezionale: relazionare, fino a 5 punti)	5 punti	4,00	4,00
Totale punteggio		59,37	54,07

Punteggi finali riparametrati:

	Euroimmun Italia Srl	Instrumentation Laboratory Spa
Totale punteggio	59,37	54,07
Totale punteggio riparametrato	70,00	63,75

Il Presidente prende atto che tutte le offerte hanno ottenuto il punteggio minimo di 42/70.

Il Presidente ricorda che, all'offerta economica che presenterà il prezzo più basso rispetto alla base d'asta sarà assegnato il punteggio massimo di punti 30 e alle altre offerte economiche punteggi inversamente proporzionali, secondo la seguente formula:

$$Pa = P_{max} \times \frac{P_{min}}{Po}$$

Dove si intende:

Pa = Punteggio da assegnare all'offerta in considerazione

P_{max} = punteggio economico massimo assegnabile (30 punti)

P_{min} = prezzo più basso offerto in gara

Po = prezzo offerto dal singolo concorrente

Il Presidente ricorda altresì che saranno escluse dalla gara le ditte la cui offerta sia superiore all'importo complessivo triennale a base d'asta, e che qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l'importo complessivo offerto inserito in piattaforma e quanto indicato nell'Allegato 4 - Modello di offerta economica, l'offerta verrà esclusa se ritenuta equivoca e non certa.

La Commissione accede, quindi, alla piattaforma Sintel per l'esercizio delle proprie funzioni mediante le credenziali del segretario verbalizzante e procede all'apertura della "busta telematica" contenente la l'offerta economica delle ditte concorrenti.

La Commissione provvede a verificare la correttezza formale della sottoscrizione tramite l'apposita funzione e prosegue con l'apertura della BUSTA 3 "OFFERTA ECONOMICA – Step 3" di ciascuna ditta concorrente contenente il documento "Offerta economica" generato da Sintel e l'Allegato 4) "Schema di offerta economica" contenente il dettaglio degli importi unitari offerti, predisposto dalla Stazione Appaltante.

Il Presidente ricorda che la base d'asta complessiva è la seguente:

€ 234.498,00 = + IVA, (oneri DUVRI non soggetti a ribasso € 0,00.=).

Il Presidente procede a dare lettura delle offerte economiche delle ditte di seguito riportate:

1) *EUROIMMUN ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO*

€ 230.048,25. = + IVA

Importo complessivo per 36 mesi

2) *INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.*

€ 212.157,00. = + IVA

Importo complessivo per 36 mesi

La Commissione, concluso l'esame istruttorio delle offerte economiche presentate dalle ditte partecipanti, procede ammettere tutte le offerte valide di importo pari o inferiore alla base d'asta.

Il sistema procede, quindi, ad attribuire, alle ditte che risultano aver presentato valida offerta, automaticamente il punteggio economico, in base all'applicazione della formula di cui all'art. 18.3 del Disciplinare di gara, ed elabora la seguente graduatoria:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	VALORE ECONOMICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TOTALE	STATO VALUTAZIONE
1670836206049	EUROIMMUN ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO 03680250283	Forma singola	230.048,25000 EUR	27,67	70,00	97,67	Ammessa
1670853482097	Instrumentation Laboratory 02368591208	Forma singola	212.157,00000 EUR	30,00	63,75	93,75	Ammessa

La seduta viene chiusa alle ore 12.00

Il presente verbale composto da n. 3 pagine è letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente:

F.to Dr.ssa Maria Piera Panozzo

Componenti:

F.to Dr.ssa Alessandra Marin

F.to Dr.ssa Erica Santacatterina

Il segretario:

F.to Dott. Nicola Cerchiario