

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 507 DEL 24/03/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DEDICATI PER INIETTORI MEDRAD DI PROPRIETÀ. GARA N. 2022-386-BAS.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 491/23

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- risulta scaduto al 28.02.2023 il contratto per la fornitura di dispositivi dedicati per iniettori Medrad di proprietà in uso presso i Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ulss n. 7, aggiudicato con delibera n. 359 del 25.02.2022 alla ditta Bayer S.p.A. per l'importo complessivo, per il periodo di 12 mesi, di € 127.277,50 (IVA esclusa);
- con email del 16.12.2022 l'UOC Farmacia ha trasmesso il capitolato tecnico e i fabbisogni per la nuova procedura di gara a seguito di valutazione di specifico gruppo di lavoro aziendale, costituito con nota prot. n. 105625 del 17.12.2021, che in particolare, visto lo stato delle attrezzature, ha valutato la convenienza di proseguire con l'acquisizione di dispositivi dedicati per iniettori Medrad di proprietà, come da verbali agli atti;
- l'acquisto in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, e non risulta attiva alcuna iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i., prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto delle forniture per importi inferiori a € 139.000,00;
- in data 19.12.2022 l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel, sul sito aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) specifica indagine di mercato comparativa con preventivo prot. n. 110462/22 del 19/12/2022 per l'affidamento della fornitura di dispositivi dedicati per iniettori Medrad di proprietà per l'importo a base d'asta, per il periodo di 12 mesi, di € 124.640,00 (IVA esclusa) fissato sulla base dei prezzi storici.

Preso atto che entro il termine fissato (ore 13.00 del 09.01.2023) sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle seguenti ditte, come di seguito indicato:

Ditta	Prodotto offerto	Codice	Descrizione	Totale offerto (Iva esclusa)
Bayer S.P.A.	Originale	86610280	KIT Stellant D - SPD 250	€ 124.640,00
		86603330	KIT Stellant D – SDS MP1	
		86698188	KIT Stellant D - SDS-CTP-SPK	
Elimed srl	Compatibile	EX10CV-OP ELI-MP21-Stellant ELI-TAC20-Stellant	Connettore paziente KIT 12H con recupero del mdc KIT monouso per iniettore Stellant	€ 124.300,00

Dato atto che:

- con e-mail del 13.01.2023 l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha trasmesso al p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'UOS Ingegneria Clinica, quale esperto individuato dalla Direzione Generale come da email del 12.01.2023, le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte per la valutazione tecnico-qualitativa;
- in data 27.02.2023 è pervenuta la relazione di scelta dell'esperto sopra citato con cui, esaminata la documentazione tecnica prodotta dalle ditte, è stata individuata la proposta tecnica economica della ditta Bayer S.P.A. come migliore offerta per le motivazioni riportate nella relazione allegata (Allegato 1);

- L'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto, pertanto, ad attivare in data 28.02.2023 (prot. n. 18109/2023) sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i., alla ditta Bayer S.P.A. per l'affidamento della fornitura di dispositivi dedicati per iniettori Medrad di proprietà, per l'importo a base d'asta di € 124.640,00 (IVA esclusa) per il periodo di 12 mesi.

Rilevato che, entro il termine stabilito (ore 13.00 del 08.03.2023 prorogato alle ore 13:00 del 15.03.2023) la suddetta ditta ha presentato regolare offerta come segue:

Voce	Descrizione	REPERTORIO	Prezzo unitario (IVA esclusa)
1	KIT Stellant D - SPD 250	1340716	€ 8,20
2	KIT Stellant D – SDS MP1	1340693	ogni n. 10 pz di SPD 250 acquistati, n. 1 pz di SDS MP1 in sconto merce
3	KIT Stellant D - SDS-CTP-SPK	1189877	€ 8,20

per l'importo complessivo di € 124.640,00 (IVA esclusa) per 12 mesi;

Accertato che i prezzi offerti risultano prezzi unitari offerti dalla ditta Bayer S.P.A. risultano stabili e in linea con le indicazioni di cui alla nota prot. n. 65853 del 03.02.2023 di Azienda Zero - UOC CRAV e che non vi sono prezzi di riferimento elaborati dall'A.N.A.C..

Dato atto che con email della Direzione Generale del 12.01.2023 è stato individuato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Sig. Luca Bortoli – tecnico sanitario di radiologia medica coordinatore dell'U.O.C. Radiologia del P.O. di Santorso.

Ritenuto, pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, all'affidamento diretto alla ditta Bayer S.P.A. della fornitura di dispositivi dedicati per iniettori Medrad di proprietà per l'importo di € 124.640,00 (IVA esclusa) per il periodo di 12 mesi.

Visto che, ai sensi del Regolamento Aziendale di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, approvato con deliberazione n. 1821 del 29/10/2021, la fornitura di cui trattasi prevede una quota massima di incentivazione per le funzioni tecniche pari al 2% dell'importo posto a base di gara, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria come previsto dall'art. 7 del citato Regolamento Aziendale, l'importo complessivo di € 2.492,80 viene previsto nel quadro economico della gara.

Visto l'art.1 comma 2 lett. a) del D. L. 76/2020, convertito dalla L.120/2020 e ss.mm.ii., il d.lgs.50/2016, il Regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia di cui alla delibera n. 2119 del 11.11.2022.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica propone pertanto di:

- procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, all'affidamento diretto alla ditta Bayer S.P.A. della fornitura di dispositivi dedicati per iniettori Medrad di proprietà per l'importo di € 124.640,00 (IVA esclusa) per il periodo di 12 mesi;
- dare atto che questa Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016;
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), il Sig. Luca Bortoli – tecnico sanitario di radiologia medica coordinatore dell'U.O.C. Radiologia del P.O. di Santorso, il quale in data 08.03.2023 ha reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

1. di procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, all'affidamento diretto alla ditta Bayer S.P.A. della fornitura di dispositivi dedicati per iniettori Medrad di proprietà per l'importo di € 124.640,00 (IVA esclusa) per il periodo di 12 mesi come segue:

Voce	Descrizione	REPERTORIO	Prezzo unitario (IVA esclusa)
1	KIT Stellant D - SPD 250	1340716	€ 8,20
2	KIT Stellant D – SDS MP1	1340693	ogni n. 10 pz di SPD 250 acquistati, n. 1 pz di SDS MP1 in sconto
3	KIT Stellant D - SDS-CTP-SPK	1189877	€ 8,20

2. di dare atto che la fornitura di cui trattasi avrà durata di 12 mesi, salva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso venga avviata un'iniziativa da parte di una centrale di committenza di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 152.060,80 (IVA 22% inclusa) per la fornitura in oggetto trova riferimento nel bilancio come segue:

anno	conto	PGR	descrizione	impegno di spesa (IVA compresa)
2023	BA0220B01	54	dispositivi medici – presidi	€ 126.717,33
2024				€ 25.343,47

4. di dare atto che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 vengono imputati nella misura massima del 2%, pari ad € 2.492,80, nel conto BA2884000 "Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016", PRG 650, del bilancio di esercizio corrente;
5. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) Sig. Luca Bortoli – tecnico sanitario di radiologia medica coordinatore dell'U.O.C. Radiologia del P.O. di Santorso;
6. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
CIG 96831579EF
Ditta BAYER S.p.A. con sede in Milano Viale Certosa n. 130 - C.F. e partita IVA n. 05849130157;

7. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul sito aziendale e sul sito Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



RELAZIONE DI SCELTA

Oggetto: Affidamento diretto fornitura di dispositivi dedicati per iniettori Medrad di proprietà per i PP.OO. di Bassano del Grappa e di Santorso e Ospedale di Asiago. GARA N. 2022-386-BAS

Questa Azienda ha necessità di acquisire, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., la seguente fornitura:

id	codice articolo produttore	descrizione	q.tà 12 mesi
1	86610280	CONNETTORE SPIRALATO L250 STELLANT DUAL MEDRAD	n. 15.000
2	86603330	KIT MULTIPAZIENTE 12H IN TAC STELLANT DUAL MEDRAD	n. 1.500
3	86698188	KIT MONOPAZIENTE IN TAC STELLANT DUAL MEDRAD	n. 200

oppure, in alternativa, prodotti compatibili e conformi alla medesima destinazione d'uso degli originali con certificazione di conformità CE alla direttiva sui DM del dispositivo compatibile.

Importo a base d'asta della fornitura:

- € 124.640,00= IVA esclusa

L'affidamento diretto avverrà alla ditta che risulterà aver presentato il preventivo con prezzo più basso, previa verifica dei prodotti offerti rispetto alle caratteristiche tecniche indicate.

All'Avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto – rif. Ns. prot. n. 0110462/22 del 19/12/2022 – hanno presentato offerta le seguenti ditte:

DITTA	PRODOTTO OFFERTO	Codice	Descrizione	TOTALE OFFERTO € (IVA esclusa)
Bayer S.p.A.	ORIGINALE Produttore: BAYER	86610280	KIT STELLANT D - SPD 250	124.640,00
		86603330	KIT STELLANT D - SDS MPI	
		86698188	KIT STELLANT D - SDS-CTP-SPK	
Elimed srl	COMPATIBILE Produttore: Elimed srl	EX10CV-OP	Connettore paziente peer kit Elimed Radiology Kits	124.300,00
		ELI-MP21-Stellant	KIT 12H con recupero del mdc per iniettore Stellant	
		ELI-TAC20-Stellant	KIT monouso per iniettore Stellant	

Le proposte risultano rispondenti a quanto previsto nell'Avviso di Indagine di Mercato. Ciascuna Ditta ha presentato le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti offerti con relative certificazioni e dichiarazioni di conformità alla normativa vigente.

In data 21.02.2023, presso i locali della UOC di Radiologia del P.O. di Bassano del Grappa, alla presenza degli specialisti di prodotto, si è proceduto a testare i dispositivi proposti. La campionatura richiesta è stata composta da:

- n. 2 kit 12H con recupero del mdc per iniettore Stellant (uno per TAC)
- n. 2 KIT monouso per iniettore Stellant
- n. 24 Connettore paziente per kit ELImed Radiology Kits

È risultato che nel test dei prodotti compatibili offerti dalla Ditta Elimed, si è evidenziato un problema riguardante il riconoscimento delle siringhe (in particolare della A) che ha portato un conseguente rallentamento generale dell'attività.

Con i prodotti originali offerti dalla Ditta Bayer non si è evidenziata tale problematica.

In base a quanto sopra si ritiene che il prodotto che realizza la migliore scelta è quello offerto dalla ditta Bayer S.p.A. con i prodotti di seguito riportati:

Codice	Descrizione
86610280	KIT STELLANT D - SPD 250
86603330	KIT STELLANT D - SDS MPI
86698188	KIT STELLANT D - SDS-CTP-SPK

Trattasi di prodotti originali che nel corso dei test eseguiti non hanno dato luogo ad alcun tipo di problematica e/o rallentamento dell'attività.

La modesta differenza di prezzo tra le due offerte, € 124.640,00 di Bayer vs € 124.300,00 di ELImed srl, si ritiene giustificata dall'originalità dei prodotti e dall'esito dei test eseguiti.

Cordiali saluti.

Bassano del Grappa, 27.02.2023

per. ind. Paolo Zaltron