

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2233 DEL 25/11/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI DEFLUSSORI A CADUTA - GARA N. 2022-084-TH: PRESA D'ATTO GARA SENZA ESITO A SEGUITO DI OFFERTE INAMMISSIBILI E PROROGA TECNICA CONTRATTO IN ATTO CON LA DITTA FERRARI L. SRL DI VERONA PER 6 MESI NELLE MORE DELLA NUOVA GARA AZIENDALE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- risulta in scadenza al 30/11/2022 il contratto in atto con la ditta Ferrari L. Srl di Verona, per la fornitura di dispositivi per la fleboclisi, dispositivo che consente la somministrazione a caduta in vena di soluzioni infusionali, aggiudicato con delibera n. 730 del 03/06/2020 per un importo biennale di € 190.248,00+IVA e, da ultimo, prorogato con delibera n. 1010 del 27/05/2022 per l'importo di € 72.665,00+IVA per il periodo di 6 mesi con contestuale revisione prezzi in aumento;
- con delibera n. 1474 del 05/08/2022 è stata indetta la procedura per la fornitura annuale, eventualmente rinnovabile di un altro anno, per la fornitura dei dispositivi in oggetto, per l'importo a base d'asta di € 99.670,00+IVA, alla quale hanno presentato offerta le seguenti Ditte:
 - 1) Aries Srl;
 - 2) Promed Srl;
 - 3) Ferrari L. Di Ferrari Pietro Srl;
- il capitolato tecnico è stato redatto dalla dott.ssa Manuela Grandesso, Dirigente farmacista dell'U.O.C. Farmacia;
- la Commissione Giudicatrice, nominata con delibera 1981/2022, come da verbale della seduta riservata in data 09/11/2022, Allegato 1) al presente provvedimento, ha provveduto alla verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti accertando che nessuna delle tre ditte ha presentato offerte conformi alle caratteristiche minime richieste dagli atti di gara;
- la procedura risulta pertanto senza esito a seguito di offerte inammissibili e si rende necessario procedere all'indizione di una nuova procedura di gara;

Rilevato pertanto che si rende necessario procedere ad una proroga tecnica del contratto in atto con la ditta Ferrari L. Srl di Verona, come previsto dalla delibera Anac n. 576 del 28.07.2021, al fine di garantire la continuità della fornitura, nelle more dell'espletamento della nuova gara con riserva di risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione prima di tale data.

Dato atto che con nota del 21/11/2022 (prot. 101632 del 21/11/2022) la ditta Ferrari L. Srl ha manifestato la disponibilità a prorogare il contratto sino al 31/05/2023, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata per l'Azienda Sanitaria in caso di aggiudicazione della gara aziendale prima di tale termine mantenendo invariati i prezzi.

Rilevato che in data 21/11/2022 l'U.O.C. Farmacia ha provveduto ad aggiornare il fabbisogno previsto, per una spesa semestrale di € 49.835,00+IVA.

Accertato che l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha verificato che non risultano prezzi di riferimento negli elenchi trasmessi dall'Azienda Zero – U.O.C. CRAV con nota prot. n. 487235 del 19/10/2022 (ns. prot. n. 91756 del 19/10/2022).

Rilevato che la proroga in oggetto è indispensabile per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara, così come consentito dalla delibera dell'ANAC n. 576 del 28.07.2021 in cui è stabilito che: "la proroga dei contratti pubblici cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro".

Rilevato che risulta necessario confermare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il Dott. Ermes Carollo, Infermiere Coordinatore del Blocco Operatorio del P.O. di Santorso.

Ritenuto di procedere ad acquisire il nuovo capitolato tecnico dalla dott.ssa Manuela Grandesso, Dirigente farmacista dell'U.O.C. Farmacia, entro il termine di 30 giorni.

Per quanto sopra, il Direttore della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica propone, pertanto di:

- dare atto che la procedura negoziata telematica per la fornitura di deflussori a caduta - gara n. 2022-084-TH risulta senza esito a seguito di offerte inammissibili, come da verbale della seduta riservata in data 09/11/2022 della Commissione Giudicatrice, Allegato 1) al presente provvedimento;
- procedere alla proroga tecnica del contratto di fornitura di dispositivi per la fleboclisi con la ditta Ferrari L. Srl per il periodo 01/12/2022 - 31/05/2023, per l'importo di € 60.798,70 (IVA inclusa) nelle more dell'espletamento della nuova gara aziendale;
- confermare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Dott. Ermes Carollo, Infermiere Coordinatore del Blocco Operatorio del P.O. di Santorso.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Verificata l'assumibilità della spesa, dando atto che la stessa rientra nei limiti del budget assegnato;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto che la procedura negoziata telematica per la fornitura di deflussori a caduta - gara n. 2022-084-TH, indetta con delibera n. 1474 del 05/08/2022, per l'importo di € 99.670,00+IVA, risulta senza esito a seguito di offerte inammissibili, come da verbale della seduta riservata in data 09/11/2022 della Commissione Giudicatrice, Allegato 1) al presente provvedimento;
2. di procedere alla proroga tecnica dal 01/12/2022 fino al 31/05/2023 del contratto di fornitura di dispositivi per la fleboclisi con la Ditta Ferrali L. Srl, di cui alla delibera n. 730/2020, nelle more dell'espletamento della nuova gara aziendale e con facoltà di risoluzione anticipata per l'Azienda Sanitaria in caso di aggiudicazione della stessa prima di tale termine;
3. di dare atto che la spesa complessiva per la proroga del contratto in oggetto per il periodo 01/12/2022 - 31/05/2023 è pari ad € 60.798,70 IVA al 22% compresa e trova copertura come segue:

anno	conto	PGR	descrizione	impegno di spesa (IVA compresa)
2022	BA0220B01	54	Dispositivi medici - Presidi	€ 10.133,11
2023	BA0220B01	54	Dispositivi Medici - Presidi	€ 50.665,59

4. di confermare, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Dott. Ermes Carollo, Infermiere Coordinatore del Blocco Operatorio del P.O. di Santorso;
5. di incaricare la dott.ssa Manuela Grandesso, Dirigente farmacista dell'U.O.C. Farmacia di redigere il nuovo capitolato tecnico entro il termine di 30 giorni;

6. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
 - Cig 807880049;
 - Ferrari L. di Ferrari Pietro Srl - Verona - P. Iva 01852100237;
7. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul sito aziendale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (M.I.M.S.) e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;
8. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/7/2022



Via dei Lotti, 40 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA – (VI)
C.f. e p.i. 00913430245

**Procedura negoziata informale, ex art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016,
per la fornitura annuale di deflussori a caduta.
Gara 2022-084-TH. Id. Sintel 158064037.**

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

In data 09/11/2022 alle ore 09:30 presso la sala riunioni del Pronto Soccorso dell'ospedale di Santorso si è riunita la Commissione Giudicatrice della gara per la fornitura in oggetto.

La Commissione, nominata con delibera 1981/2022, è composta da:

- Presidente - Dott.ssa Dalla Valle Fabiola – Coordinatrice U.O.C Rianimazione di Santorso;
- Componente - Dott.ssa Tovo Michela Coordinatrice U.O.C. Geriatria di Bassano;
- Componente - Dott.ssa Battistella Ludovica Coordinatrice U.O.C Pediatria di Bassano.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Enrico Bandolin della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

La gara si articola in un lotto unico suddiviso nei seguenti sub lotti:

- a) Deflussore standard;
- b) Deflussore con filtro 0.2 micron in linea;
- c) Deflussore a due vie.

La componente qualitativa (70 punti su 100) è valutata sulla base dei criteri e relativo peso ponderale indicati nel Capitolato Tecnico di Gara e di seguito indicati:

- Criterio 1 - Valutazione tecnica della facilità d'uso, della maneggevolezza nell'applicazione dei dispositivi proposti, nonché della loro sicurezza, durata ed efficacia.
Punteggio massimo attribuibile 25 su 70;
- Criterio 2 - Valutazione della funzionalità (precisione, maneggevolezza, ingombro) dei dispositivi offerti.
Punteggio massimo attribuibile 25 su 70;
- Criterio 3 - Valutazione del confezionamento e chiarezza delle informazioni presenti.
Punteggio massimo attribuibile 15 su 70;
- Criterio 4 - Disponibilità alla formazione e assistenza del personale.
Punteggio massimo attribuibile 5 su 70.

Come da delibera 1981/2022 risultano aver presentato offerta ed essere state ammesse le seguenti Ditte:

1. Aries Srl;
2. Promed Srl;
3. Ferrari L. Di Ferrari Pietro Srl.

La Commissione di gara procede alla verifica della documentazione tecnica e della campionatura, accertando, innanzitutto, la presenza delle caratteristiche tecniche essenziali richieste dal capitolato tecnico, la cui eventuale assenza determina l'esclusione del concorrente dalla gara.

Emerge quanto segue:

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI ESSENZIALI A PENA DI ESCLUSIONE	DITTA					
	PROMED		ARIES		FERRARI	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Tutti i componenti devono essere latex free ed esenti ftalati.	X		X		X	
Caratteristiche del confezionamento primario e secondario:						
- ogni prodotto deve essere confezionato singolarmente;	X		X		X	
- le confezioni singole devono essere raccolte in imballi contenenti massimo 50 o 100 pezzi;		X				X
Sulla confezione devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire un'utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.	X		X		X	

Note:

Ditta Promed Srl : gli imballi contengono n. 200 pezzi contro i 100 pezzi massimo consentiti in gara.

Ditta Ferrari Srl: gli imballi contengono n. 200 pezzi contro i 100 pezzi massimo consentiti in gara.

LOTTO	SUB LOTTO	DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE DI CIASCUN LOTTO, ESSENZIALI A PENA DI ESCLUSIONE	DITTA						
			PROMED		ARIES		FERRARI		
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	a)	DEFLUSSORE STANDARD							
		Destinazione d'uso: somministrazione di soluzioni infusionali con o senza medicamento contenuto in flaconi o sacche.	X		X		X		
		Perfetta tenuta	X		X		X		
		- DEHP free. L'assenza di ftalati deve intendersi estesa a tutta la linea del deflussore, camera di gocciolamento compresa.	X		X		X		
		- Latex free. Tutte le componenti del dispositivo devono essere costituite da materiale privo di lattice.	X		X		X		
		- Sterile, Monouso		X (1)	X		X		
		-PERFORATORE: dispositivo di deflusso dei liquidi idoneo a perforare il tappo dei flaconi in vetro o in materiale plastico, privo di asperità per non provocare il distacco di frammenti dal tappo durante la perforazione. Lo stesso deve, inoltre, risultare rigido ed indeformabile nell'uso cui è destinato e dotato di cappuccio di protezione.	X		X		X		
		- CAMERA DI GOCCIOLAMENTO: trasparente, in materiale plastico non rigido idoneo per la somministrazione di farmaci. Detta camera è provvista di un dispositivo di entrata dell'aria provvista di un tappo fisso facile da aprire e richiudere (PRESA D'ARIA), fornito di	X			X(2)	X		

		filtro antibatterico a porosità non superiore a 0,45 micron. La camera di gocciolamento deve inoltre essere dotata di filtro da 15 micron per la soluzione infusionale.						
		- TUBO DI DEFLUSSO: trasparente, in materiale plastico, di lunghezza non inferiore a 150 cm, flessibile, resistente alla trazione, antiingocciamento ed antischiacciamento.	X		X		X	
		- REGOLATORE DI FLUSSO: Dispositivo del tipo a "Roller" (rotella di regolazione) posto lungo il tubo di deflusso per regolare la velocità di somministrazione senza danneggiare il tubo, di lunghezza non inferiore a 5,5 cm, dotato di CLAMP capace di arrestare completamente la caduta del liquido.	X		X		X	
		- RACCORDO PER EVENTUALI AGGIUNTE: collega il tubo di deflusso con il raccordo terminale e consente la penetrazione di aghi delle diverse misure, in poliisoprene/isoprene autosigillante o materiali equivalenti.	X		X		X	
		- RACCORDO TERMINALE: raccordo di tipo luer lock "maschio", idoneo al collegamento con aghi a farfalla o aghi cannula, dotato di tappo protettivo.	X		X		X	

Note:

(1) Ditta Promed: non ricavabile dalle schede tecniche la caratteristica monouso.

(2) Ditta Aries: Il filtro antibatterico richiesto in gara deve avere una porosità non superiore a 0,45 micron, mentre quello proposto indica 0,5 micron.

LOTTO	SUB LOTTO	DESCRIZIONE CARATTERISTICA ESSENZIALE A PENNA DI ESCLUSIONE	DITTA							
			PROMED		ARIES		FERRARI			
			SI	NO	SI	NO	SI	NO		
1	b)	DEFLUSSORE CON FILTRO 0,2 MICRON IN LINEA								
		Destinazione d'uso: somministrazione di soluzioni infusionali con o senza medicamento contenuto in flaconi o sacche.	X		X					X(3)
		Perfetta tenuta	X		X			X		
		- DEHP free. L'assenza di ftalati deve intendersi estesa a tutta la linea del deflussore, camera di gocciolamento compresa.	X		X			X		
		- Latex free. Tutte le componenti del dispositivo devono essere costituite da materiale privo di lattice.	X		X			X		
		- Sterile, monouso.		X(4)	X			X		

	- PERFORATORE: Un dispositivo di deflusso dei liquidi idoneo a perforare il tappo dei flaconi in vetro o in materiale plastico, privo di asperità per non provocare il distacco di frammenti dal tappo durante la perforazione. Lo stesso deve, inoltre, risultare rigido ed indeformabile nell'uso cui è destinato e dotato di cappuccio di protezione.	X		X		X	
	- CAMERA DI GOCCIOLAMENTO: trasparente, in materiale plastico non rigido idoneo per la somministrazione di farmaci. Detta camera è provvista di un dispositivo di entrata dell'aria provvista di un tappo fisso facile da aprire e richiudere (PRESA D'ARIA), fornito di filtro antibatterico a porosità non superiore a 0,45 micron. La camera di gocciolamento deve inoltre essere dotata di filtro da 15 micron per la soluzione infusionale.	X			X(5)	X	
	- TUBO DI DEFLUSSO: trasparente, in materiale plastico, di lunghezza non inferiore a 150 cm, flessibile, resistente alla trazione, antiingocciamento ed antischiacciamento.	X		X		X	
	-MICROREGOLATORE DI PRECISIONE: Dispositivo per regolare la velocità di somministrazione attraverso una doppia scala di precisione, graduata da 5 a 250 ml/h.		X(6)	X		X	
	- FILTRO DA 0,2 MICRON: filtro piatto da 0,2 µm per ritenzione di batteri e particelle, unidirezionale in linea con il tubo di deflusso.	X		X		X	
	- RACCORDO PER EVENTUALI AGGIUNTE: collega il tubo di deflusso con il raccordo terminale e consente la penetrazione di aghi delle diverse misure, in poliisoprene/isoprene autosigillante o materiali equivalenti.	X		X		X	
	- RACCORDO TERMINALE: raccordo di tipo luer lock "maschio", idoneo al collegamento con aghi a farfalla o aghi cannula, dotato di tappo protettivo.	X		X		X	
	Caratteristiche del confezionamento primario e secondario:						
	- ogni prodotto deve essere confezionato singolarmente	X		X		X	
	- le confezioni singole devono essere raccolte in imballi contenenti massimo 50 o 100 pezzi	X		X			X
	- facilità di apertura della confezione del prodotto	X		X		X	

Note:

(4) Ditta Promed: non ricavabile dalle schede tecniche la caratteristica monouso.

Si evidenzia che la commissione Giudicatrice ha eseguito le valutazioni tecniche sulla scheda tecnica del prodotto offerto in gara con il REF 03508370319, mentre la campionatura a corredo riporta il REF 03508317319.

(6) Manca il microregolatore di precisione.

(3) Ditta Ferrari: la gara prevede la somministrazione di soluzioni infusionali con o senza medicamento e dalle schede tecniche emerge una destinazione d'uso limitata ad alcuni farmaci al contrario di quanto richiesto in gara.

(5) Ditta Aries: il filtro antibatterico richiesto in gara deve avere una porosità non superiore a 0,45 mentre quello proposto indica 3 micron.

LOTTO	SUB LOTTO	DESCRIZIONE ESSENZIALE ESCLUSIONE	CARATTERISTICA A PENA DI	DITTA					
				PROMED		ARIES		FERRARI	
				SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	c)	DEFLUSSORE A DUE VIE A Y							
		Destinazione d'uso: somministrazione di soluzioni infusionali con o senza medicamento contenuto in flaconi o sacche.	X		X				X(8)
		Perfetta tenuta	X		X		X		
		- DEHP free. L'assenza di ftalati deve intendersi estesa a tutta la linea del deflussore, camera di gocciolamento compresa.	X		X		X		
		- Latex free. Tutte le componenti del dispositivo devono essere costituite da materiale privo di lattice.	X		X		X		
		- Sterile	X		X		X		
		- Monouso		X(7)	X		X		
		- PERFORATORE: Un dispositivo di deflusso dei liquidi idoneo a perforare il tappo dei flaconi in vetro o in materiale plastico, privo di asperità per non provocare il distacco di frammenti dal tappo durante la perforazione. Lo stesso deve, inoltre, risultare rigido ed indeformabile nell'uso cui è destinato e dotato di cappuccio di protezione.	X		X		X		
- CAMERA DI GOCCIOLAMENTO: trasparente, in materiale plastico non rigido di materiale idoneo per la somministrazione di farmaci, di volume interno non inferiore a 11 ml. Detta camera è provvista di un dispositivo di entrata dell'aria provvista di un tappo fisso facile da aprire e richiudere (PRESA D'ARIA), fornito di filtro antibatterico a porosità non superiore a 0,45 micron. La camera di gocciolamento deve inoltre essere dotata di filtro da 15 micron per la soluzione infusionale.	X			X(11)			X(9)		

	- TUBO DI DEFLUSSO: trasparente, in materiale plastico, di lunghezza non inferiore a 150 cm, flessibile, resistente alla trazione, antiingocchiamento ed antischiacciamento.	X		X		X	
	- REGOLATORE DI FLUSSO: Dispositivo del tipo a "Roller" (rotella di regolazione) posto lungo il tubo di deflusso per regolare la velocità di somministrazione senza danneggiare il tubo, di lunghezza non inferiore a 5,5 cm, dotato di CLAMP capace di arrestare completamente la caduta del liquido.	X		X			X(10)
	- PUNTO DI INIEZIONE A Y: Punto di iniezione a Y nel tubo di deflusso da utilizzare per la somministrazione di boli addizionali di farmaco. Tale manicotto dovrebbe essere posto a distanza non troppo prossimale al cono di innesto ago affinché i medicinali aggiunti siano diluiti prima di arrivare in vena.	X		X		X	
	- RACCORDO TERMINALE: raccordo di tipo luer lock "maschio", idoneo al collegamento con aghi a farfalla o aghi cannula, dotato di tappo protettivo	X		X		X	

Note:

(7) Ditta Promed: non ricavabile dalle schede tecniche la caratteristica monouso.

(8) Ditta Ferrari: la gara prevede la somministrazione di soluzioni infusionali con o senza medicamento ma non emerge dalle schede tecniche una destinazione d'uso che sarebbe limitata ad alcuni farmaci al contrario di quanto richiesto in gara.

(9) Nelle caratteristiche della camera di gocciolamento manca l'indicazione del volume che non deve essere inferiore a 11mm.

(10) Il regolatore di flusso richiesto con una misura minima di mm 5,5 misura mm 5,2.

(11) Ditta Aries: Il filtro antibatterico richiesto in gara deve avere una porosità non superiore a 0,45 mentre quello proposto indica 3 micron.

Alla luce di quanto emerso dalle valutazioni delle caratteristiche tecniche essenziali richieste negli atti di gara a pena di esclusione, emerge che nessuna delle tre offerte presentate sono conformi alle caratteristiche minime richieste.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

La seduta viene conclusa alle ore 12:00.

F.to Dott.ssa Dalla Valle Fabiola _____ (Presidente)

F.to Dott.ssa Tovo Michela _____ (Componente)

F.to Dott.ssa Battistella Ludovica _____ (Componente)

F.to Dott. Enrico Bandolin _____ (Segretario verbalizzante)