

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 149 DEL 27/01/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: AFFIDAMENTO, PREVIA INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA, FORNITURA DI N. 4 SISTEMI AUTOMATICI CARDIOTOCOGRAFICI COMPUTERIZZATI PER LE UU.OO.CC. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEI PP.OO. DI BASSANO E DI SANTORSO. GARA 2022-330-BAS

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 103/23

Il Dirigente, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Elisabetta Zambonin

Il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 100717/22 del 17/11/2022 il Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica ha trasmesso il modulo di richiesta, redatto in collaborazione con i Direttori delle UU.OO.CC. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Bassano, Dr. Roberto Rulli, e del P.O. di Santorso, Dr.ssa Sara Fantinato, per l'acquisto di n. 4 sistemi automatici cardiocografici per il benessere fetale di cui:
 - n. 2 sistemi automatici cardiocografici per l'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Bassano in sostituzione di analoghe attrezzature obsolete completamente ammortizzate (inv. nn. 61095 e 61236);
 - n. 2 sistemi automatici cardiocografici per l'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Santorso come potenziamento e adeguamento normativo;
- tali acquisizioni sono volte ad una valutazione oggettiva del tracciato cardiocografico (CTG) secondo i criteri di analisi Dawes/Redman universalmente conosciuti, con riconoscimento automatico delle situazioni a rischio; tale analisi è prevista inoltre dalle linee guida internazionali per il monitoraggio dei feti *IUGR (Intra Uterine Growth Restriction*, che definisce un ritardo di crescita intrauterino);
- su tale richiesta hanno espresso parere favorevole le rispettive UU.OO.CC. Direzione Medica dei PP.OO. di Bassano e di Santorso.

Dato atto che l'importo di € 48.800,00= IVA inclusa per l'acquisto di tali attrezzature è compreso nel Piano Investimenti di cui alla delibera n. 2513 del 30/12/2022 "Proposta di Bilancio economico preventivo anno 2023 e piano triennale degli investimenti 2023-2025" nella specifica voce ID_2023 n. 51 (Codice Commessa 6/2021/2), coperta mediante risorse del Fondo regionale per il finanziamento degli investimenti degli enti SSR di cui alla DGR n. 929/2021, come da parere favorevole della C.R.I.T.E. con nota prot. n. 26472 del 20/01/2022 (ns. prot. n. 4844/2022 del 20/01/2022).

Preso atto che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal D.P.C.M. di cui all'art. 9 co.3 del d.l. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, e non risulta presente nelle Convenzioni stipulate da CONSIP o dalla Centrale regionale di riferimento;
- l'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.20 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto per importi inferiori ad € 139.000,00.

Dato atto altresì che:

- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica ha provveduto pertanto a pubblicare sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel (<http://www.ariaspa.it>), sul sito internet aziendale (<http://www.aulss7.veneto.it>) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (M.I.M.S.), con nota prot. n. 102903/22 del 24/11/2022, specifico Avviso di Indagine di Mercato comparativa per la fornitura di n. 4 sistemi automatici cardiocografici per il benessere fetale per l'importo a base d'asta pari ad € 40.000,00= IVA esclusa, a seguito del quale, entro il termine fissato del 12/12/2022 ore 09:30, sono pervenute le proposte tecniche ed economiche delle seguenti ditte:

| Nome Ditta C.F. | Modello | Offerta economica IVA inclusa | Ricezione offerta |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| S.I.D.E.M. Spa C.F. 06664600159 | Cardiotocografo Avalon FM30 Produttore: Philips | € 47.200,00 | mercoledì 7 dicembre 2022 ore 15.48.10 |
| C.E.M. Srl C.F. 00640800280 | Monitor fetale TEA3A – NSB Produttore: Huntleigh | € 38.000,00 | martedì 6 dicembre 2022 ore 12.47.17 |

- con mail in data 21/12/2022 sono state trasmesse all'ing. Ettore Masucci, Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, le proposte tecniche ed economiche delle suddette ditte per la valutazione tecnico-qualitativa, quale esperto individuato in data 21/12/2022 dalla Direzione Generale;
- in data 02/01/2023 è pervenuta la relazione di scelta redatta dall'esperto sopra citato, con cui viene individuata l'offerta della ditta C.E.M. Srl per le motivazioni riportate nella relazione allegata (Allegato 1) in quanto risulta conforme alle caratteristiche tecniche richieste nell'avviso, pienamente rispondente alle esigenze aziendali e al prezzo economicamente più vantaggioso;
- l'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica con prot. n. 000349/23 del 02/01/2023 ha provveduto, pertanto, ad attivare in data 02/01/2023 sulla piattaforma telematica ARIA-Sintel, la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii, con la ditta C.E.M. Srl (P. IVA 00640800280) per la fornitura di n. 4 sistemi automatici cardiotocografici per il benessere fetale, mod. TEA3A-NSB, per le UU.OO.CC. Ostetricia e Ginecologia del PP.OO. di Bassano e Santorso, per l'importo a base d'asta di € 38.000,00= IVA esclusa.

Preso atto che:

- entro il termine ultimo fissato nella richiesta di offerta (giorno 17/01/2023 ore 09:00) la suddetta ditta ha offerto n. 4 sistemi automatici cardiotocografici per il benessere fetale mod. TEA3A-NSB e relativi accessori, per l'importo complessivo di € 38.000,00= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi;
- con mail in data 19/01/2023 il Responsabile dell'U.O.S. Ingegneria Clinica ha confermato la rispondenza dell'offerta presentata alle specifiche richieste.

Ritenuto pertanto, da quanto sopra esposto, di procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., all'affidamento diretto alla ditta C.E.M. Srl (P. IVA 00640800280) della seguente fornitura:

- n. 4 monitor fetali mod. TEA3A-NSB nella configurazione così composta:
 - n. 8 Trasduttore 1 US 1 Mhz
 - n. 4 Trasduttore TOCOGRAFICO
 - n. 4 Cavo connessione sensore SPO2 materno per Team 3
 - n. 4 Saturimetro a dito
 - n. 8 Bracciale rilevazione n.2
 - n. 4 Pulsante marcaeventi
 - n. 4 Coppia Cinghie in lycra lungh.1,5m
 - n. 4 Carrello

come da offerta ID Sintel n. 163618512 del 02/01/2023, al costo complessivo di € 38.000,00= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi (€ 46.360,00= IVA 22% compresa).

Dato atto che si rende necessario individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, come da indicazione del Direttore Generale in data 21/12/2022, il quale ha reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo (nota prot. n. 001231/23 del 05/01/2023).

Considerato che ai sensi del Regolamento Aziendale di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/16, approvato con deliberazione n. 1821 del 29/10/2021, la fornitura di cui trattasi prevede una quota di incentivazione per le funzioni tecniche pari al 2% dell'importo posto a base di gara, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria come previsto dall'art. 7 del citato Regolamento Aziendale, l'importo complessivo di € 800,00 viene previsto nel quadro economico della gara.

Visto l'art.1 comma 2 lett. a) del D. L. 76/2020, convertito dalla L.120/2020 e ss.mm.ii., il D.lgs.50/2016, il Regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia di cui alla delibera n. 2119 del 11.11.2022.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica propone, pertanto, di:

- procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, all'affidamento diretto alla ditta C.E.M. Srl (P. IVA 00640800280) della fornitura di n. 4 sistemi automatici cardiocografici per il benessere fetale, mod. TEA3A-NSB e relativi accessori, per le UU.OO.CC. Ostetricia e Ginecologia del PP.OO. di Bassano e Santorso, come da offerta ID Sintel n. 163618512 del 02/01/2023, al costo complessivo di € 38.000,00= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi (€ 46.360,00= IVA 22% compresa);
- individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, come da indicazione del Direttore Generale in data 21/12/2022, il quale ha reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo (nota prot. n. 001231/23 del 05/01/2023).

II DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Direttore dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di procedere per le motivazioni espresse in premessa e come da relazione di scelta allegata al presente provvedimento (Allegato 1), ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii., all'affidamento diretto ditta C.E.M. Srl (P. IVA 00640800280) della fornitura di n. 4 sistemi automatici cardiocografici per il benessere fetale, mod. TEA3A-NSB e relativi accessori, per le UU.OO.CC. Ostetricia e Ginecologia del PP.OO. di Bassano e Santorso, come da offerta ID Sintel n. 163618512 del 02/01/2023, al costo complessivo di € 38.000,00= IVA 22% esclusa, comprensivi di garanzia full-risk per la durata di 24 mesi (€ 46.360,00= IVA 22% compresa);
2. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, i dati sono i seguenti:
 - CIG: 9583723269
 - Ditta: C.E.M. Srl (P. IVA 00640800280) via Svizzera n. 8 – Padova

3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 47.160,00= IVA 22% inclusa trova riferimento nel Bilancio Sanitario 2023 come segue:

| Anno | Conto | PRG | Descrizione | Impegno IVA compresa |
|------|-----------|------------|--|----------------------|
| 2023 | AAA420000 | Budget 508 | Attrezzature sanitarie scientifiche | € 46.360,00 |
| 2023 | BA2884000 | Budget 650 | Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 | € 800,00 |

e che l'importo di € 46.360,00 è compreso nel Piano Investimenti nella specifica voce ID_2023 n. 51 (Codice Commessa 6/2021/2) coperto mediante risorse del Fondo regionale per il finanziamento degli investimenti degli enti SSR di cui alla DGR n. 929/2021, come da parere favorevole della C.R.I.T.E. con nota prot. n. 26472 del 20/01/2022 (ns. prot. n. 4844/2022 del 20/01/2022);

4. di individuare quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il p.i. Paolo Zaltron, collaboratore professionale sanitario esperto dell'U.O.S. Ingegneria Clinica, come da indicazione del Direttore Generale in data 21/12/2022, il quale ha reso la dichiarazione di assenza di cause d'incompatibilità e conflitto d'interesse al suddetto ruolo (nota prot. n. 001231/23 del 05/01/2023);
5. di incaricare l'U.O.C. proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul sito aziendale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (M.I.M.S.) e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



RELAZIONE DI SCELTA

Oggetto: Affidamento diretto fornitura n. 4 sistemi automatici cardiocografici computerizzati per le UU.OO. Ostetricia e Ginecologia dei PP.OO. di Bassano e di Santorso. GARA 2022-330-BAS.

Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie)

| | |
|----|---|
| 1 | Trasduttori US e TOCO confortevoli e con un almeno grado di protezione IP X7 |
| 2 | Analisi del tracciato computerizzato secondo i criteri di "Dawes/Redman" |
| 3 | Monitoraggio di almeno due frequenze cardiache |
| 4 | Funzionamento sia a rete che a batteria (alta autonomia delle batterie) |
| 5 | Allarmi in caso di perdita del segnale, episodi di bradicardia o tachicardia. Le impostazioni delle soglie di allarme devono essere memorizzate |
| 6 | Display grafico a colori multifunzione preferibilmente touch-screen, per la visualizzazione dei tracciati cardiocografici, della qualità del segnale rilevato e delle contrazioni uterine |
| 7 | Auto-adattamento dello schermo per una disposizione e leggibilità ottimizzata delle misurazioni |
| 8 | Stampante termica ad alta risoluzione a matrice lineare con annotazioni automatiche |
| 9 | Evidenziazione, sul tracciato, degli event-maker |
| 10 | Rilevazione NIBP materna, frequenza materna e saturimetria |
| 11 | n. 2 trasduttore Cardio e n.1 trasduttore Toco |
| 12 | Completo di carrello dedicato |

Importo a base d'asta della fornitura:

- € 40.000,00= IVA esclusa

Aspetti da valutare:

- Cardiocografo: Caratteristiche costruttive: display, ingombri, peso, semplicità d'uso ed interfaccia utente, settaggio impostazioni, gestione dei segnali, gestione della stampa, gestione allarmi.
- Trasduttori US cablati: dimensioni, peso, confort paziente
- Trasduttori TOCO cablati: dimensioni, peso, confort paziente
- Analisi computerizzata;
- Economicità della proposta economica.

All'Avviso di Indagine di mercato della fornitura in oggetto – rif. Ns. prot. n. 102903/22 del 24/11/2022 – hanno presentato offerta le seguenti ditte:

| DITTA | MODELLO | IMPORTO OFFERTA (iva esclusa) |
|---------------|---|----------------------------------|
| C.E.M. SRL | Produttore: HUNTLEIGH HEALTHCARE Ltd. - Diagnostic Products Division - Cardiff Modello: TEAM 3 A NSB ANA | € 38.000,00 |
| S.I.D.EM. SPA | Produttore: PHILIPS Modello: AVALON FM30 | € 47.200,00 |

Dall'esame della documentazione presentata si rileva che l'offerta presentata dalla Ditta S.I.D.E.M. SPA, seppur tecnicamente rispondente alle caratteristiche di minima richieste, non rientra nell'importo complessivo previsto a base d'asta della fornitura. Rimane come unica offerta rispondente alle caratteristiche di minima richieste e rientrante nell'importo complessivo previsto a base d'asta della fornitura, quella presentata dalla Ditta C.E.M. SRL.

Prendendo in considerazione i criteri di valutazione si rileva quanto segue:

Criterio: *Cardiotocografo caratteristiche costruttive: display; ingombri; peso; semplicità d'uso ed interfaccia utente; settaggio impostazioni; gestione dei segnali; gestione della stampa; gestione allarmi;*

Ditta C.E.M. SRL

Il prodotto Mod. Team3 offerto presenta un display touch-screen multifunzione di ottime dimensioni. L'ingombro ed il peso risultano contenuti, semplice ed intuitiva l'interfaccia utente. Buona la possibilità di settaggio dei parametri, gestione dei segnali e della stampa dei tracciati.

Presenza di allarmi relativi a mancanza di segnale, tachicardia, bradicardia regolabili in modo temporaneo o permanente.

Criterio: *Trasduttori TOCO e US cablati: dimensioni; peso; comfort paziente;*

Ditta C.E.M. SRL

Ottime le caratteristiche costruttive, dimensioni e peso dei trasduttori.

Ottimo il grado di protezione IP contro l'infiltrazione di liquidi.

Criterio: *Analisi computerizzata*

Analisi oggettiva secondo i criteri dei Proff. Dawes e Redman che fornisce dettagliate analisi dei record ostetrici ante-parto, basata su data base oggettivo di 100.000 casi suddivisi per età gestazionale, sui quali sono stati definiti i criteri di normalità. Licenza esclusiva rilasciata dall'Università di Oxford a Huntleigh Ltd. per Sonicaid.

Criterio: *Economicità della proposta economica*

| DITTA | IMPORTO OFFERTA (iva esclusa) |
|----------------|----------------------------------|
| C.E.M. SRL | € 38.000,00 |
| S.I.D.E.M. SPA | € 47.200,00 |

In base ai criteri di valutazione sopra riportati la proposta presentata dalla Ditta C.E.M. SRL con il mod. TEAM 3 A NSB ANA, produttore HUNTLEIGH HEALTHCARE Ltd. - Diagnostic Products Division - Cardiff, risulta pienamente rispondente alle caratteristiche di minima richieste ed in grado di rispondere pienamente alle esigenze degli operatori sanitari.

Bassano del Grappa, 02.01.2023

ing. Ettore Masucci